

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL D'EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC I REGISTRE,
TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 9/24

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL D'EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC I REGISTRE, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2024 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 3 dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta. No és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

4. Palets

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palet o sense palet, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palet, el palet que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800 x 1200 mm, que corresponen a un palet europeu o europalet. Addicionalment, els centres podran requerir una alçada de palet entre 1,05 i 2,4 m (alçada resultant del sumatori de palet i càrrega) segons necessitat del centre i característiques dels productes.

5. Normativa MDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 o MDR (UE) 2017/746 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

6. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

7. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat). És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

8. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

9. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges pels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

10. Formació

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

11. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

12. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

13. Requisits mínims dels productes

- En general, certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Que els productes que s'ofereixen en el procediment de contractació de referència compleixen les prescripcions establertes en el Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris i en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix la Directiva sobre productes sanitaris esmentada (93/42/CEE).
- Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro.
- Certificat de la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, si s'escau.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 i Reglament (UE) 2025-40 referent a residus i envasos.
- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant. El marcatge CE també ha de ser present al producte, RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.
- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.

Quedaran **exclosos** de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

14. Productes estèrils

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa d'aquest. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

15. Inspecció i anàlisi

L'ens contractant podrà comprovar el bon estat i l'adequació dels productes subministrats en els termes establerts a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). A tal efecte, l'entitat destinatària podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat dels materials de subministrament amb càrrec a l'adjudicatari fins a l'1% del pressupost de licitació en un laboratori extern acreditat. En aquest sentit, es recorda que d'acord amb l'establert a la clàusula dotzena del PCAP, *"la qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència de l'acord marc i dels contractes basats. En conseqüència, serà causa de resolució dels contractes corresponents la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l'alteració de les seves característiques"*.

<u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u>

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografies del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte: composició, característiques, funcionalitat... Aquesta informació ha de ser específica per cada codi CSC. El licitador haurà d'informar amb la seva referència corresponent per cada línia en la que presenti oferta.
- Classificació CE/MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article.
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat.

Les fitxes tècniques s'hauran de presentar segons model, si s'escau. En tots els casos, les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi – Nom proveïdor – Referència – Lot - Descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc.).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expressos per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació

de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides són exactes. S'acceptaran ofertes en que les mides dels productes siguin +/- 5% (com a màxim) de les especificades al PPT, EXCEPTE EL GRUP 05 (PAPER MONITORATGE) QUE NO ACCEPTA TOLERÀNCIA DE MIDES.

ANNEX

GRUP	CODI CSC (nou)	DESCRIPCIO PRODUCTE	PRODUCTE	MIDES	CESSIÓ
G.06	SGG1331240100	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE AXIL·LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	FUNDES DE PLÀSTIC D'UN SOL ÚS PER TERMÒMETRE AXIL·LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	---	TERMÒMETRE

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	SGE0204003522	ELECTRODE PER ECG AMB PESTANYA	ELÈCTRODE DE LLEGÜETA, GEL SOLID, ECG EN REPÒS. MATERIAL: Ag/AgCl. NO ESTÈRIL.	35 mm x 22 mm (1.4 "x 0.9")	0,26840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
G.01	SGE0204063236	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM, GEL SÒLID. RADIOOPAC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	32 x 36 mm ADULT	0,06900	0	0	0	430.000	0	0	346.500	0	0	0	0	195.000	0	0	0	971.500
G.01	SGE0204063521	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM, GEL SÒLID. RADIOOPAC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	35 x 21 mm ADULT	0,02400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	625.000
G.01	SGE0204163421	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, PAPER	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, MATERIAL DE SUPORT PAPER, GRAFIT CONDUCTOR, GEL SÒLID. RADIOTRSPARENT. COMPATIBLE AMB RM. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	34 x 21 mm (+/- 1 mm). ADULT	0,02760	0	60	0	0	0	255.000	1.200	0	14.000	41.500	0	0	0	0	0	311.760
G.01	SGE0204265000	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, TNT	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, TNT, GEL SEMILÍQUID. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	50 mm ADULT	0,07150	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
G.01	SGE0214063225	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS.	32 x 25 mm (NEONATAL)	0,06000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200
G.01	SGE0214064132	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	41 x 32 mm	0,04680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
G.01	SGE0214064135	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	41 x 35 mm	0,04800	0	0	0	0	547.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.800
G.01	SGE0214064236	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	42 x 36 mm	0,05040	0	0	0	80.000	0	0	84.500	0	0	21.500	120.000	0	0	0	72.000	378.000
G.01	SGE0214064300	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó 43 mm amb pestanya per a desenganxar	0,08160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.300	0	43.300
G.01	SGE0214064428	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	44 x 28 mm	0,08160	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
G.01	SGE0214065036	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	50 x 36 mm	0,04180	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
G.01	SGE0214263000	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, TNT	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, TNT, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó 30 mm	0,04180	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
G.01	SGE0214364500	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, POLIETILÈ	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, POLIETILÈ, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó 45 mm	0,04800	0	0	0	0	0	360.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.720
G.01	SGE0224002200	ELÈCTRODE ECG ADHESIU AMB CABLE INCORPORAT	ELÈCTRODE ECG DE TNT PRECONNECTATS CABLE AMB CODI DE COLORS. SENSOR Ag/AgCl. RADIOTRSPARENT. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó, diàm. 22-23 mm NEONATAL	0,44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400
G.01	SGE0224003022	ELÈCTRODE ECG ADHESIU AMB CABLE INCORPORAT	ELÈCTRODE ECG DE TNT PRECONNECTATS CABLE AMB CODI DE COLORS. SENSOR Ag/AgCl. REPOSICIONABLE. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	30 x 22 mm NEONATAL	0,44000	0	0	1.500	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900
G.01	SGE0224261619	ELÈCTRODE ECG TNT	ELÈCTRODE ECG PER RECENT NASCUTS ESPECIAL INCUBADORA, TNT, FORMA ESPECIAL PER ADHESCIÓ, GEL SÒLID, SENSOR Ag/AgCl, CABLE INCORPORAT. UN SOL ÚS.	16 x 19 mm Cable 50 cm	0,54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
G.01	SGE0234464933	ELÈCTRODE ECG POLIÈSTER	ELÈCTRODE ECG POLIÈSTER, SENSOR Ag/AgCl, CONNECTOR DESCENTRAT, (TIPUS BLUESENSOR O SIMILAR). ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	49 x 33 mm	0,07200	0	0	0	105.000	0	18.600	0	0	0	7.000	0	0	0	0	13.200	143.800
G.01	SGE1014263000	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, TNT	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET METÀL·LIC, TNT, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó 30 mm	0,04440	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000
G.01	SGE1014264500	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, TNT	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET METÀL·LIC, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó 45 mm (+/-2 mm)	0,00880	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
G.01	SGE1014365045	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, ESPUMA PE	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, ESPUMA DE POLIETILÈ (PE). SENSOR Ag/AgCl. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12. PRESENTACIÓ SOBRE 30 UNITATS.	50 x 45 mm, forma de llàgrima	0,10800	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
G.01	SGE1034006855	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET AMB CONNECTOR DESCENTRAT	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET METÀL·LIC AMB CONNECTOR DESCENTRAT, SENSOR Ag/AgCl. GEL LÍQUID. DOBLE ANELL ADHESIU. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	68,2 x 55 mm	0,16800	0	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700
G.01	SGE1214004400	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL·LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó, 44 mm (PEDIÀTRIC)	0,19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
G.01	SGE1214005000	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL·LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó, 50 mm	0,19950	0	0	0	0	16.800	86.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.200
G.01	SGE1214005735	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET. GEL HUMIT.	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL·LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. FOAM. GEL HUMIT. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	OVAL 57 x 35 mm	0,20400	0	0	0	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.400
G.01	SGE1214006000	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL·LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	Rodó, 60 mm	0,18000	0	100	314.000	0	0	17.000	9.000	0	0	3.350	8.000	195.000	0	0	4.600	551.050
G.01	SGE1214015734	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET. GEL SÒLID.	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL·LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. FOAM. GEL SÒLID. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	OVAL 57 x 34 mm	0,16200	0	0	0	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.700

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	SGE2200008000	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR PAD.	PARELL ELÈCTRODES REBUTJABLES S/LÀTEX PER DESFIBRIL·LADOR TIPUS BENEHEART SERIE C, D1, D3 I D6 O SIMILAR.	Cable conductor 120 cm. Longitud cable 43 cm. Àrea activa 80 cm2	34,10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
G.01	SGE2200061513	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR TIPUS QUIK COMBO	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR, ESPUMA. UN SOL ÚS, COMPATIBLE AMB DESFIB. LIFEPAK I EQUIPATS AMB CONNECTOR DE TERÀPIA QUIK-COMBO O SIMILAR.	15,1 x 13,3 cm; Long. cable 60,10 cm	29,30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
G.01	SGE2200061613	PLACA GEL SÒLID ADHESIVA DESFIBRIL·LADOR. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	PLACA GEL SÒLID ADHESIVA DESFIBRIL·LADOR. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	165 x 132 mm	3,42000	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
G.01	SGE2200361115	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LACIÓ.	PARELL ELÈCTRODE DESFRIBIL·LACIÓ ESPUMA PE, ÀREA CONDUCTORA FILM D'ESTANY AMB HIDROGEL BASE ACRÍLICA. SENSE CABLE.	114 x 152 cm	32,16000	0	0	350	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
G.01	SGE2224003200	PARELL ELÈCTRODES PEDIÀTRIC DESFIBRIL·LADOR.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR PEDIÀTRIC AMB CABLE INCORPORAT. SENSE LÀTEX.	Àrea activa 32 cm2	49,72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
G.01	SGE2224008500	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LACIÓ.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR AMB CABLE. NO ESTÈRIL. SENSE LÀTEX. RECOMANAT PER A PACIENTS DE MENYS DE 25 KGS. ELÈCTRODES PROTEGITS PER UNA TAPA DE PLÀSTIC TRANSPARENT/CARTUTX.	Àrea activa 85 cm2	115,50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
G.01	SGE2224064000	PARELL ELÈCTRODES PEDIÀTRIC DESFIBRIL·LADOR.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR ESPUMA/FOAM PEDIÀTRIC AMB CABLE INCORPORAT.	Àrea activa 40 cm2	35,10000	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
G.01	SGE2224067700	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR ESPUMA/FOAM AMB CABLE INCORPORAT (TIPUS HEARTSTART XL-PHILIPS O SIMILAR).	Àrea activa 77 cm2	32,88000	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	8	0	188
G.01	SGE2224069500	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR ESPUMA/FOAM AMB CABLE INCORPORAT (TIPUS HEARTSTART XL-PHILIPS O SIMILAR).	Àrea activa 95 cm2	38,40000	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	300	0	0	10	560
G.01	SGE2224258500	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LACIÓ.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR AMB CABLE. NO ESTÈRIL. SENSE LÀTEX. RECOMANAT PER A PACIENTS DE MÉS DE 25 KGS. ELÈCTRODES PROTEGITS PER UNA TAPA DE PLÀSTIC TRANSPARENT/CARTUTX.	Àrea activa 85 cm2	79,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
G.01	SGE2264000500	ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESF).	ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESF) (TIPUS STAT-PADZ O SIMILAR)	ADULT	98,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
G.01	SGE3224361712	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ.	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESFIBRIL·LADOR/ECG) PER A PACIENTS DE MENYS DE 20 KGS. POLIETILÈ ADHESIU. AMB CABLE. TIPUS CORPLUS O SIMILAR.	17,5 x 12 x 1 cm (PEDIÀTRIC)	1,40420	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
G.01	SGE3224361913	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ.	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESFIBRIL·LADOR/ECG) PER A PACIENTS DE MÉS DE 20 KGS. POLIETILÈ ADHESIU. AMB CABLE. TIPUS CORPLUS O SIMILAR.	19,5 x 13,5 x 2 cm (ADULT)	1,17020	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500
G.01	SGE4224263000	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	Rodó, diàmetre 30 mm	0,39600	0	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
G.01	SGE4224265010	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA CLORUR AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	50 x 100 mm	0,48400	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
G.01	SGE4224265050	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	50 x 50 mm	1,44000	9.000	3.120	900	8.300	2.160	6.576	0	0	0	110	2.500	0	0	32	0	32.698
G.01	SGE4224265090	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	50 x 90 mm	1,56000	6.000	3.180	0	0	1.600	0	0	100	0	60	5.000	3.200	0	400	0	19.540
G.01	SGE4244005050	ELÈCTRODE ESTIMULACIÓ SNAP	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB CONNEXIÓ ENTRE CABLE I ELÈCTRODE AMB UNA SOLA MÀ PER SIMPLE PRESSIÓ (TIPUS SNAP O SIMILAR) AMB ADHESIU. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR. SENSE LÀTEX.	50 x 50 mm	1,72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
G.01	SGE4254068550	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ EN FORMA D'OS.	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ EN FORMA D'OS. FOAM. AgCl. TIPUS VITALSTIM O SIMILAR. CADA PACK CONTÉ 2 ELÈCTRODES.	8,5 x 5 cm (3.37" x 2.0")	0,10740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
G.01	SGE5200562830	ELÈCTRODE NEURO POLIPROPILÈ.	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL SÒLID. SENSOR Ag/AgCl. FORMA PEU DE GAT. UN SOL ÚS. REPOSICIONABLE.	28 x 20 mm; Cable: 100 cm; blanc	0,96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	4.200
G.01	SGE5200562836	ELÈCTRODE NEURO POLIPROPILÈ.	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL SÒLID. SENSOR Ag/AgCl. FORMA PEU DE GAT. UN SOL ÚS. REPOSICIONABLE.	28 x 20 mm; Cable: 150 cm; codi colors	1,05600	0	0	0	0	0	6.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.048
G.01	SGE5200564831	ELÈCTRODE NEURO POLIPROPILÈ CÒNCAU.	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL SÒLID. SENSOR Ag/AgCl. FORMA PEU DE GAT. CÒNCAU. UN SOL ÚS. REPOSICIONABLE.	48 x 30 mm; Cable 150 cm	1,20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
G.01	SGE5224003022	ELÈCTRODE NEUROLÒGIC DE SUPERFÍCIE.	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL LÍQUID, AMB CABLE INTEGRAT, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS.	30 x 22 mm; Long. 100cm	1,68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	550
G.01	SGE6200000000	SENSOR PER A MESURAR EL NIVELL DE CONSCIÈNCIA (BIS o similar)	SENSOR FRONTAL ADULT DE 4 ELÈCTRODES PER A LA MONITORITZACIÓ DE L'ACTIVITAT CEREBRAL MITJANÇANT L'ÍNDEX BIESPECTRAL I PARÀMETRES DELS EFECTES DELS ANESTÈSTICS I SEDANTS I NIVELL DE CONSCIÈNCIA PER EEG. ELÈCTRODE D'Ag/Cl, FOAM ADHESIU, FLEXIBLE I ADAPTABLE A DIFERENTS MIDES DE CAP. SENSE LÀTEX NI PVC. COMPATIBLE AMB MONITORS TIPUS BIS I A MÒDULS INDIVIDUALS INTEGRATS EN MONITORS HEMODINÀMICS DE TERCERS.	---	16,94000	0	2.125	0	1.640	0	0	0	0	0	240	0	4.300	0	0	0	8.305
G.02	SGG0513120000	TERMÒMETRE DIGITAL AMB ALARMA. PUNTA FLEXIBLE.	TERMÒMETRE DIGITAL PER A PRESA DE TEMPERATURA CORPORAL. ÚS ORAL, AXIL·LAR, INGUINAL I RECTAL. AMB ALARMA EN ACONSEGUIR LA TEMP. MÀXIMA. LA LECTURA NO HA DE CANVIAR DESPRÉS DE RETIRAR EL TERMÒMETRE. APAGAT AUTOMÀTIC. IMPERMEABLE. PUNTA FLEXIBLE.	---	1,66250	100	0	1.300	0	0	0	0	50	400	0	150	0	0	156	120	2.276

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO	
G.02	SGG0513140000	TERMÒMETRE DIGITAL AMB ALARMA. PUNTA RÍGIDA.	TERMÒMETRE DIGITAL PER A PRESA DE TEMPERATURA CORPORAL. ÚS ORAL, AXIL-LAR, INGUINAL I RECTAL. AMB ALARMA EN ACONSEGUIR LA TEMP. MÀXIMA. LA LECTURA NO HA DE CANVIAR DESPRÉS DE RETIRAR EL TERMÒMETRE. APAGAT AUTOMÀTIC. IMPERMEABLE. PUNTA RÍGIDA.	---	1,66250	0	530	0	1.120	1.300	0	1.000	0	0	0	0	1.300	1.500	0	0	6.750	
G.02	SGG0513142700	SONDA TERMÒMETRE MONITOR TIPUS WELCH ALLYN O EQUIVALENT	SONDA DE TEMPERATURA ORAL/AXIL-LAR PER A MONITORS. TIPUS WELCH ALLYN O EQUIVALENT.	Cable 2,7 m	57,50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	
G.02	SGG0513180000	TERMÒMETRE DIGITAL LECTURA SENSE CONTACTE.	TERMÒMETRE DIGITAL PER A PRESA DE TEMPERATURA CORPORAL A DISTÀNCIA (SENSE CONTACTE) AMB ALARMA EN ACONSEGUIR LA TEMP. MÀXIMA. LA LECTURA NO HA DE CANVIAR DESPRÉS DE RETIRAR EL TERMÒMETRE. APAGAT AUTOMÀTIC. IMPERMEABLE. RECARREGABLE.	---	17,60000	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	
G.02	SGG0515000300	SENSOR SATURACIÓ D'OXIGEN. UN SOL ÚS. NEONAT. SENSE LÀTEX.	SENSOR ADHESIU REBUTJABLE PER AL MONITORATGE FIABLE I PRECÍS DE LA SATURACIÓ D'OXIGEN SpO2 I LA FREQUÈNCIA CARDÍACA EN INFANTS DE < 3 KG I ADULTS > 40 KG. PROTEGIT AMB UNA MALLA DE FARADAY CONTRA LES INTERFERÈNCIES ELECTROMAGNÈTIQUES. CABLE 40-50 CM, COMPATIBLE AMB TECNOLOGIA NELLCOR O SIMILAR BASADA EN EL POLS CARDÍAC O EQUIVALENT. ADHESIU DE QUALITAT ÒPTIMA, PERMETEN LA RECOL-LOCACIÓ DIVERSES VEGADES, SENSE DEIXAR ADHESIU EN LA SEVA RETIRADA I SENSE PROVOCAR LESIONS CUTÀNIES NI REACCIONS AL-LÈRGiques. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. EXEMPT DE LÀTEX, DEHP (FTALATS). CABLE DE CONNEXIÓ INTERMEDI (CABLE DE PACIENT) MÍNIM 3 M.	---	11,40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200	1.200	0	0	9.400	
G.02	SGG0515001000	SENSOR SATURACIÓ D'OXIGEN. UN SOL ÚS. PEDIÀTRIC. SENSE LÀTEX.	SENSOR ADHESIU REBUTJABLE PER A MONITORATGE FIABLE I PRECÍS DE LA SATURACIÓ D'OXIGEN SpO2 I LA FREQUÈNCIA CARDÍACA EN INFANTS DE 10-50 KG. PROTEGIT AMB UNA MALLA DE FARADAY CONTRA LES INTERFERÈNCIES ELECTROMAGNÈTIQUES. CABLE 40-50 CM, COMPATIBLE AMB TECNOLOGIA NELLCOR O SIMILAR BASADA EN EL POLS CARDÍAC O EQUIVALENT. LA QUALITAT DE L'ADHESIU HA DE SER ÒPTIMA PERMETENT LA RECOL-LOCACIÓ VÀRIES VEGADES SENSE DEIXAR ADHESIU EN LA SEVA RETIRADA NI PRODUINT LESIONS CUTÀNIES NI REACCIONS AL-LÈRGiques. ENVÀS UNITARI I ESTÈRIL. EXEMPT DE LÀTEX, DEHP (FTALATS). CABLE DE CONNEXIÓ INTERMEDI (CABLE DE PACIENT) MÍNIM 3 M.	---	11,80000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200	0	0	0	8.260	
G.03	SGG0717005418	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	ANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL-LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	54 x 18 mm	5,40500	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	70	590	
G.03	SGG0717006523	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	ANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL-LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	65 x 23 mm	6,77350	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
G.03	SGG0717008823	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	ANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL-LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	88 x 23 mm	7,44000	0	40	0	0	600	0	150	0	0	0	70	250	0	0	50	1.160	
G.03	SGG0717009018	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	ANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL-LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	90 x 18 mm	7,44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	
G.04	SGG0919000100	GEL ECOGRAFIA.	GEL CONDUCTOR PER A ULTRASONS, APLICACIÓ FÀCIL I UNIFORME, HIDROSOLUBLE, SENSE SALS, LLIURE DE LÀTEX I FTALATS, SENSE CITOTÒXICS NI SENSIBILITZANTS, QUE NO ENGREIXI LA PELL (FÀCIL DE NETEJAR) ÚS EXTERN.	1 L	1,29600	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	250	400	13	0	683	
G.04	SGG0919000500	GEL ECOGRAFIA.	GEL CONDUCTOR PER A ULTRASONS, APLICACIÓ FÀCIL I UNIFORME, HIDROSOLUBLE, SENSE SALS, LLIURE DE LÀTEX I FTALATS, SENSE CITOTÒXICS NI SENSIBILITZANTS, QUE NO ENGREIXI LA PELL (FÀCIL DE NETEJAR) ÚS EXTERN.	5 L	7,15000	0	0	120	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	
G.04	SGG0919002000	GEL ULTRASONS ESTÈRIL PER FUNDA SONDA ECOGRÀFICA ESTÈRIL	GEL ULTRASONS ESTÈRIL PER FUNDA SONDA ECOGRÀFICA ESTÈRIL	20 ml	0,57600	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	4.500	
G.04	SGG0919002500	GEL ECOGRAFIA.	GEL CONDUCTOR PER A ULTRASONS, APLICACIÓ FÀCIL I UNIFORME, HIDROSOLUBLE, SENSE SALS, LLIURE DE LÀTEX I FTALATS, SENSE CITOTÒXICS NI SENSIBILITZANTS, QUE NO ENGREIXI LA PELL (FÀCIL DE NETEJAR) ÚS EXTERN.	250 ml	0,44850	30	3.260	100	1.030	0	0	0	0	0	0	300	850	0	250	37	1.100	6.957
G.04	SGG0921004000	GEL ABRASIU I CONDUCTOR EEG	GEL ABRASIU I CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA (EEG)	Pot 400 gr	48,40000	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
G.04	SGG0923002500	GEL ELECTROTERÀPIA	GEL CONDUCTOR PER A ELECTROTERÀPIA (ECG/EEG, PROVES DE DESFIBRIL·LACIÓ ...), HIDROSOLUBLE, ÚS EXTERN.	250 ml	0,44000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	200	0	0	234	
G.04	SGG0925009460	GEL EEG	GEL CONDUCTOR PER ELECTROENCEFALOGRAFIA. NO ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX.	946 ml	30,80000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
G.04	SGG0927009250	GEL PEAT	GEL CONDUCTOR PER A PEAT.	250 ml	14,95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G.04	SGG0957109110	GEL AMB LIDOCAÏNA.	GEL LUBRICANT ANTISÈPTIC I ANESTÈSIC AMB LIDOCAÏNA PER APLICACIÓ INTRAURETRAL. ESTÈRIL.	Xeringa 11,0 ml	0,82900	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G.04	SGG0957309125	GEL AMB LIDOCAÏNA.	GEL LUBRICANT ANTISÈPTIC I ANESTÈSIC AMB LIDOCAÏNA PER APLICACIÓ INTRAURETRAL. ESTÈRIL.	Tub acordió 12,5 ml	0,89000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
G.05	SGG1125201121	PAPER ECOGRAFIA B/N	PAPER ECOGRAFIA B/N. QUALITAT ESTÀNDARD.	Diàm. int: 12 mm 110 mm x 21 m	0,90060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	
G.05	SGG1125221121	PAPER ECOGRAFIA B/N	PAPER ECOGRAFIA B/N. ALTA DENSITAT (TIPUS SONY O SIMILAR).	Diàm. int: 12 mm 110 mm x 21 m	0,94800	0	0	10	0	0	0	100	0	0	6	0	300	100	0	0	516	
G.05	SGG1127005020	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC DESFIBRIL·LADOR.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC DESFIBRIL·LADOR. REGISTRE MIL-LIMETRAT QUADRÍCULA VERMELLA.	50 mm x 20 m	3,42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	
G.05	SGG1127120625	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 12 mm 60 mm x 25 m	0,60000	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	130	
G.05	SGG1127121125	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 12 mm 110 mm x 25 m	0,96000	0	0	70	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.05	SGG1127160520	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLO PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 16 mm 50 mm x 20 m	1,39920	0	0	230	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	264
G.05	SGG1127160530	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLO PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 16 mm 50 mm x 30 m	1,86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
G.05	SGG1127161023	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLO PAPER TÈRMIC ECG. QUADRÍCULA VERMELLA. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 16 mm 108 mm x 23 m	1,29120	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	SGG1127170530	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLO PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 16 mm 50 mm x 30 m	1,08110	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	SGG1127190530	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLO PAPER TÈRMIC ECG. QUADRÍCULA VERMELLA. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 19 mm 50 mm x 30 m	0,94800	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	SGG1127191830	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR.	ROTLO PAPER TÈRMIC ECG. QUADRÍCULA VERMELLA. SENSE BISFENOL A.	Diàm. Int. 19 mm 183 mm x 30 m	2,97640	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
G.05	SGG1127201443	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR FETAL.	ROTLO PAPER TÈRMIC MONITOR FETAL. QUADRÍCULA VERMELLA.	Diàm. Int: 20 mm 140 mm x 43 m	6,74400	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	SGG1129151015	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (150 PÀGINES). COLOR VERD. SENSE BISFENOL A.	100 x 150 mm	4,72800	0	0	350	0	84.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.100
G.05	SGG1129151110	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (100 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	112 x 100 mm	3,66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
G.05	SGG1129151509	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (150 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	152 x 90 mm	3,66000	0	0	170	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	220
G.05	SGG1129202130	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (200 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	210 x 300 mm	3,55410	0	0	575	0	46.000	0	10	0	0	0	0	0	0	0	50	46.635
G.05	SGG1129301110	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (300 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	112 x 100 mm	1,63180	0	0	25	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
G.05	SGG1129301115	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (300 PÀGINES). COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	110 x 150 mm	4,50280	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
G.05	SGG1129301210	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (300 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	120 x 100 mm	2,47760	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
G.06	SGG1331240100	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE AXIL-LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	FUNDES DE PLÀSTIC D'UN SOL ÚS PER TERMÒMETRE AXIL-LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	---	0,03600	14.000	0	175.800	50.000	90.000	0	1.000	0	6.000	20.700	25.000	267.000	10.000	93.250	13.000	765.750
G.06	SGG1331280100	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE ÒTIC (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE ÒTIC (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	---	0,05160	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
G.06	SGG1333301951	FUNDA PROTECTORA SONTA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, NO ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA SONTA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, NO ESTÈRIL.	Long. 190-300 mm; Diàm. 40-55 mm	0,08090	0	13.620	0	16.000	0	0	9.000	0	0	0	6.000	14.500	0	0	7.500	66.620
G.06	SGG1333321951	FUNDA PROTECTORA SONTA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA SONTA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	Long. 190-300 mm; Diàm. 40- 55 mm	0,30800	0	0	13.900	0	17.000	0	5.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	43.900
G.06	SGG1333341951	FUNDA PROTECTORA SONTA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL SENSE LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA SONTA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL SENSE LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	Long. 190-300 mm; Diàm. 40- 55 mm	1,05690	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	200	250
G.06	SGG1333412014	FUNDA PROTECTORA SONTA ECO TRANSDUCTOR PER PUNCIÓ. SENSE LÀTEX. NO NECESSITA LUBRIFICANT. ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA PER SONTA PER PROCEDIMENT ECOGRÀFICAMENT GUIAT PER PUNCIÓ. SENSE LÀTEX. NO NECESSITA LUBRIFICANT. PLEGAT TELESCOPI AMB BANDA ADHESIVA INTERIOR. ESTÈRIL.	Long. 90-1400 mm; Diàm. 130-150 mm	4,76000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.06	SGG1335003514	FUNDA TRANSDUCTOR DE BIÒPSIA DE MAMA. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	FUNDA TRANSDUCTOR DE BIÒPSIA DE MAMA. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	30-40 x 13-15 cm	2,31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240
G.06	SGG1337002418	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	18 x 244 cm	1,03950	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	6.500
G.06	SGG1337002514	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	14 x 250 cm	2,98000	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	80	0	1.000	0	850	3.530
G.06	SGG1337002516	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	16 x 250 cm	3,36000	0	1.210	0	0	0	0	1.300	0	0	200	0	0	0	0	0	2.710
G.06	SGG1339000106	FUNDA SONTA ECÒGRAF	FUNDA SONTA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES, CINTES DE TANCAMENT I GEL, ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	10,2-15 x 45-75 cm	4,30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
G.06	SGG1339000802	FUNDA SONTA ECÒGRAF	FUNDA SONTA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	18 x 80 cm	4,30500	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200
G.06	SGG1339001201	FUNDA SONTA ECÒGRAF	FUNDA SONTA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	11-15 x 90-140 cm	4,73550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
G.06	SGG1339001202	FUNDA SONTA ECÒGRAF	FUNDA SONTA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	18 x 90-140 cm	5,20910	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
G.06	SGG1341000612	FUNDA CAPÇAL APARELL RX CIRCULAR.	FUNDA CAPÇAL APARELL RX, CIRCULAR, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX.	64 x 127 cm	1,03200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200
G.06	SGG1341000815	FUNDA CAPÇAL APARELL RX CIRCULAR.	FUNDA CAPÇAL APARELL RX CIRCULAR ZONA TUB I DETECTOR. FABRICAT AMB POLIETILÈ TRANSPARENT I CINTA GOMA ELÀSTICA, ESTÈRIL , LLIURE LÀTEX.	85 x 150 cm	5,09520	0	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120
G.06	SGG1343006012	FUNDA PROTECTORA FLUOROSCOPI RECTANGULAR. ESTÈRIL	FUNDA PROTECTORA FLUOROSCOPI RECTANGULAR. ESTÈRIL. OBERTURA ELÀSTICA EN UNA DE LES BANDES.	60 x 120 cm	1,95600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
G.06	SGG1345001120	FUNDA MICROSCOPI ESTÈRIL	FUNDA AJUSTABLE TRANSPARENT AMB LENT ANGULADA DE VIDRE AMB TANCAMENT A PRESSIÓ. MICROSCOPI QUIRÚRGIC PER MICROSCOPI LEICA O EQUIVALENT. UN SOL ÚS.	117 x 203 cm LENT DE 68 mm	2,48400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
G.06	SGG1345001536	FUNDA PROTECTORA MÀNEC MICROSCOPI, ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA MÀNEC MICROSCOPI, ESTÈRIL.	15 x 36 cm	20,01000	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
G.06	SGG1345005116	FUNDA MICROSCOPI ESTÈRIL.	FUNDA MICROSCOPI ESTÈRIL.	51 x 163 cm	10,89000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

ANNEX

PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.06	SGG1347000912	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	9,5 x 12 cm	0,37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
G.06	SGG1347000932	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	Long. 90 mm ø mànec 32 mm	0,48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
G.06	SGG1347360140	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN. UNIVERSAL.	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN. ESTÈRIL. UNIVERSAL	60 x 140 mm	1,19000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.06	SGG1349400609	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C.	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C (SENSE BANDES DE GOMA).	60 x 90 cm	1,14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
G.06	SGG1349401018	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C.	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C (SENSE BANDES DE GOMA).	104 x 188 cm	14,82000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.07	SGL1551101518	DEPRESSORS FUSTA.	DEPRESSORS FUSTA. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 100 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	150 x 18 mm	0,01430	40.000	30.110	67.000	25.000	240.000	0	95.000	3.000	20.000	8.000	15.000	150.000	0	49.800	20.000	762.910
G.07	SGL1551501518	DEPRESSORS FUSTA.	DEPRESSORS FUSTA. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 500 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	150 x 18 mm	0,04840	0	0	0	0	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500
G.07	SGL1553101520	DEPRESSORS PLÀSTIC ESTÈRIL.	DEPRESSORS PLÀSTIC ESTÈRILS. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 100 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	150 x 20 mm	0,16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.875	0	1.875
G.07	SGL1555101520	DEPRESSORS PLÀSTIC NO ESTÈRILS.	DEPRESSORS PLÀSTIC NO ESTÈRILS. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 100 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	150 x 20 mm	0,08000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0	61.000
G.07	SGL1557101417	DEPRESSORS PLÀSTIC SABORIZTATS	ESPÀTULES O DEPRESSORS LINGUALS DE PLÀSTIC, DE COLORS VARIATS, AMB OLOR I GUST. EMPAQUETATS INDIVIDUALMENT PER A FACILITAR LA SEVA CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ. SENSE LÀTEX.	140 x 17 mm	0,61810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
G.08	SGL1600020200	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR).	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR) UN SOL ÚS.	2,5 mm; PEDIÀTRIC	0,03600	4.000	4.600	6.900	14.300	4.000	300	0	0	0	2.500	0	0	0	5.550	0	42.150
G.08	SGL1600040200	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR).	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR) UN SOL ÚS.	2,5 mm; PEDIÀTRIC	0,02400	0	0	22.000	18.000	47.000	0	8.000	0	0	0	2.000	16.000	0	1.388	4.500	118.888
G.08	SGL1600060200	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR) UN SOL ÚS.	2,5 mm; PEDIÀTRIC	0,02280	10.000	0	0	0	0	14.700	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	34.700
G.08	SGL1600220400	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR).	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR), UN SOL ÚS.	4 mm; ADULT	0,03600	4.000	4.400	6.400	23.000	6.000	0	0	0	0	3.000	0	1.500	0	8.490	0	56.790
G.08	SGL1600440400	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR).	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR), UN SOL ÚS.	4 mm; ADULT	0,02400	0	0	9.800	9.000	35.000	0	7.000	0	0	0	2.500	26.500	0	8.735	10.500	109.035
G.08	SGL1600660400	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR), UN SOL ÚS.	4 mm; ADULT	0,02400	13.000	0	0	0	27.000	12.900	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	60.900
G.09	SGP1900000300	PINÇA CORDÓ UMBILICAL ESTÈRIL.	PINÇA CORDÓ UMBILICAL POLIPROPILÈ (PP), LLIURE DE LÀTEX, UN SOL ÚS, ESTÈRIL.	3,5 a 4 cm	0,27600	0	0	20	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820
G.09	SGP1900000600	PINÇA CORDÓ UMBILICAL ESTÈRIL.	PINÇA CORDÓ UMBILICAL POLIPROPILÈ (PP), LLIURE DE LÀTEX, UN SOL ÚS, ESTÈRIL.	6 cm	0,30360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
G.09	SGP1901000000	SISTEMA IDENTIFICACIÓ MARE-NOUNAT.	SET IDENTIFICACIÓ MARE-NOUNAT CONTÉ: 1 BRAÇALET MARE, 1 BRAÇALET NOUNAT, 1 PINÇA UMBILICAL, 2 ETIQUETES NUMERADES, 1 SUPORT IDENTIFICACIÓ GOTA SANG DE CORDÓ UMBILICAL I SANG MARE.	---	2,37600	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
G.10	SGR2100001000	PARAFINA.	BLOC DE PARAFINA PER REHABILITACIÓ AMB BAIX PUNT DE FUSIÓ.	1 kg	9,48750	100	0	100	0	120	0	250	0	0	0	150	0	400	43	0	1.163
G.10	SGR2100005000	PARAFINA.	BLOC DE PARAFINA PER REHABILITACIÓ AMB BAIX PUNT DE FUSIÓ.	5 kg	48,16200	0	25	30	100	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	180
G.10	SGR2101002000	PARAFINA.	PARAFINA PER AL PROCESSAMENT I INCLUSIÓ DE MOSTRES HISTOLÒGIQUES.	2 kg	18,60130	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
G.11	SGS2300000250	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA DE 20 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	2,5 x 50 cm	0,15400	0	1.390	0	2.400	3.600	4.325	0	0	500	200	700	3.000	0	744	200	17.059
G.11	SGS2300001036	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA DE 20 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	10 x 366 cm	7,30800	1.300	10	70	0	20	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100
G.11	SGS2300001536	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA DE 20 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	15 x 366 cm	9,07500	0	10	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
G.11	SGS2300002050	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA 25 UNITATSPERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	2,5 x 50 cm	0,75420	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
G.12	SGT3171001600	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS CUSCO O SIMILAR).	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUES PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB UN CLAU PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. BLANC.	VIRGINAL/PETIT (diàmetre 16-23 mm)	0,31900	0	1.480	620	2.290	1.700	0	0	0	0	200	700	0	130	1.155	300	8.575
G.12	SGT3171002400	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS CUSCO O SIMILAR).	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUES PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB UN CLAU PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. BLANC.	NORMAL/ESTÀNDARD (diàmetre 24-26 mm)	0,31900	60	10.100	6.600	1.300	19.000	0	0	0	0	1.100	3.500	0	4.200	1.100	2.200	49.160

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.12	SGT3171003000	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS CUSCO O SIMILAR).	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUES PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB UN CLAU PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. BLANC.	GRAN (diàmetre 30 mm)	0,31900	0	200	200	0	2.300	0	0	0	0	100	150	0	0	100	100	3.150
G.12	SGT3173001600	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS COLLIN O SIMILAR).	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUS PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB PALANCA PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL.	VIRGINAL/PETIT (diàmetre 16-23 mm)	0,31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
G.12	SGT3173003000	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS COLLIN O SIMILAR).	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUS PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB PALANCA PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL.	GRAN (diàmetre 30 mm)	0,31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
G.12	SGT3377000000	ESPÀTULA FUSTA TIPUS AYRE EXPLORACIÓ GINECOLÒGICA.	ESPÀTULA DE FUSTA PER LA PRESSA DE MOSTRES GINECOLÒGIQUES. FORMA PLANA I PART OVOIDE EN ELS DOS EXTREMS. UN SOL ÚS. ESTÈRIL.	---	0,02200	0	3.400	150	0	0	0	0	0	0	0	2.500	300	0	0	4.100	10.450
G.12	SGT3379000000	ESPÀTULA FUSTA TIPUS AYRE EXPLORACIÓ GINECOLÒGICA.	ESPÀTULA DE FUSTA PER LA PRESSA DE MOSTRES GINECOLÒGIQUES. FORMA PLANA I PART OVOIDE EN ELS DOS EXTREMS. UN SOL ÚS. NO ESTÈRIL.	---	0,02200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
G.12	SGT3500001900	RASPALL ENDOCERVICAL.	RASPALL PER A LA PRESA DE MOSTRES DE MUCOSA ENDOMETRIAL PER CITOLOGIES. UN SOL ÚS. ESTÈRIL.	190 mm	0,33600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	1.500	2.000	0	0	2.200	6.300
G.12	SGT3500002000	RASPALL ENDOCERVICAL.	RASPALL PER A LA PRESA DE MOSTRES DE MUCOSA ENDOMETRIAL PER CITOLOGIES. UN SOL ÚS. ESTÈRIL.	200 mm	0,33600	0	2.490	600	4.800	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.890
G.12	SGT3700000323	CÀNULA DE SUCCIÓ ENDOMETRIAL.	CÀNULA FLEXIBLE PER PRENDRE MOSTRES PER ASPIRACIÓ PER ANATOMIA PATOLÒGICA. DISPOSITIU GRADUAT (MARCAT). UN SOL ÚS, ESTÈRIL, LLIURE DE LÀTEX.	23 cm; diàmetre ext. 3 mm	2,09000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	100	0	600
G.12	SGT3700000326	CÀNULA DE SUCCIÓ ENDOMETRIAL.	CÀNULA FLEXIBLE PER PRENDRE MOSTRES PER ASPIRACIÓ PER ANATOMIA PATOLÒGICA. DISPOSITIU GRADUAT (MARCAT). UN SOL ÚS, ESTÈRIL, LLIURE DE LÀTEX.	26,5 cm; diàmetre ext. 3 mm	2,29900	0	0	300	0	1.300	0	0	0	0	30	225	0	0	0	150	2.005
G.12	SGT4100002402	LLANCETA AMNIORREXIS ESTÈRIL.	LLANCETA AMNIORREXIS, UN SOL ÚS, ESTÈRIL.	Long. total: 24-26 cm. Ganxo: 2-5 mm	0,25080	0	260	360	0	600	0	0	0	0	40	0	500	150	0	0	1.910