

INFORME DE MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL DE L'EXPEDIENT 2025-72, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES CARDIOHELP D'OXIGENACIÓ PER MEMBRANA EXTRACORPÒRIA DE GETINGE I EL FUNGIBLE ASSOCIAT DELS VEHICLES DESTINATS A PACIENTS CRÍTICS D'ALTA COMPLEXITAT DEL SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES I EL SERVEI DE MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS

En data 2 de maig de 2025, es va enviar la carta de convit al licitador GETINGE GROUP SPAIN S.L. SOCIETAT UNIPERSONAL per a la licitació de l'expedient del subministrament de sistemes cardiohelp d'oxigenació per membrana extracorpòria de getinge i el fungible associat dels vehicles destinats a pacients crítics d'alta complexitat, amb termini de presentació d'ofertes 23 de maig de 2025.

S'han detectat les necessitats de modificació següents degut a un error de fet.:

Informe de necessitats

Apartat 5. a) pàgina 10

Taula de cost total de fungible corresponent als cinc anys:

On diu:

- Intercanviador de gasos

Ha de dir

- Membrana d'oxigenació

Apartat 10 pàgina 15

Tercer criteri d'adjudicació avaluable de forma automàtica:

On diu:

- Preu unitari (4.175,00 € sense IVA) del fungible "Intercanviador de gasos" que es precisa en el PPT

Ha de dir:

- Preu unitari (4.175,00 € sense IVA) del fungible "Membrana d'oxigenació" que es precisa en el PPT

Plec de Prescripcions Tècniques

Apartat 5.2 pàgina 6

Taula de l'estimació dels serveis de transport de pacients crítics anuals en relació als equips de la licitació

On diu:

- Intercanviador de gasos

Ha de dir

- Membrana d'oxigenació

Apartat 5.3 pàgina 9

Normativa d'aplicació

On diu:

- Resistència a la pols i l'aigua $\geq$ IPX4.

S'ha de eliminar aquest requeriment

Model d'oferta

Fungible pàgina 2

Taula per l'oferta del preu unitari del fungible

On diu:

- Intercanviador de gasos

Ha de dir

- Membrana d'oxigenació

Quadre de característiques

Apartat B3 pàgina 4

Taula de cost total de fungible corresponent als cinc anys:

On diu:

- Intercanviador de gasos

Ha de dir

- Membrana d'oxigenació

Apartat H pàgina 10

Tercer criteri d'adjudicació avaluable de forma automàtica:

On diu:

- Preu unitari (4.175,00 € sense IVA) del fungible “Intercanviador de gasos” que es precisa en el PPT

Ha de dir:

- Preu unitari (4.175,00 € sense IVA) del fungible “Membrana d’oxigenació” que es precisa en el PPT

Carles Bermudo Crespo
Cap d’Operacions Logístiques