

LOT ÚNIC. DISPOSITIU DE MICRODERIVACIÓ PEL DRENATGE DE GLAUCOMA

		LICITADOR	SANTEN PHARMACEUTICAL SPAIN S.L.U.			
		REFERÈNCIA	GLT-105			
Criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluables de forma automàtica sobre la documentació aportada				Indicar amb una X el que correspongui		Puntuació màxima 30 punts
NOU CODI MATERIAL		Puntuació màxima 30 punts	SI	NO		
Dispositiu amb aletes triangulars, important perquè impedeixen la migració del tub a la cambra anterior de l'ull i provocar una lesió al pacient		SI = 10 PUNTS NO= 0 PUNTS	X			10,00
Material de polímer SIBS, important ja que dona molta flexibilitat al dispositiu facilitant la insercció		SI = 10 PUNTS NO= 0 PUNTS	X			10,00
Lumen de 70µm important perquè hi ha menor risc d'obstrucció, el fluxe és més constant evitant pics de pressió i permet un drenatge més controlat		SI = 10 PUNTS NO= 0 PUNTS	X			10,00
					30,00	
CRITERIS OBJECTIUS ECONÒMICS			Oferta licitador		Puntuació	
Pressupost licitació:	33.600,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Valor ponderació 1	33.600,00 €		70,00	
Puntuació màxima	70					
Oferta millor	33.600,00 €					
PUNTUACIÓ TOTAL			100,00			

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

Meritxell Serra Garreta

Directora de logística i contractació administrativa