

INFORME D'ADJUDICACIÓ PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT PEL CONTROL DE QUALITAT DELS SERVEIS DE FÍSICA MÈDICA I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA DE L'INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (REF. EXP. NSP-2025-03)

1. ANTECEDENTS

En data 18 de març de 2025, l'Institut Català d'Oncologia va incoar procediment negociat per raons d'exclusivitat tècnica de l'expedient de referència, per tal de donar cobertura al ***“Servei de manteniment de l'equipament pel control de qualitat dels Serveis de Física Mèdica i Protecció Radiològica de l'Institut Català d'Oncologia”***.

En data 21 de març de 2025 es va cursar invitació a l'empresa **PTW DOSIMETRIA IBERIA S.L.U.** per presentar oferta, procedint a la seva presentació en el termini atorgat a l'efecte.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS.

Es procedeix a la valoració de l'oferta presentada per l'empresa **PTW DOSIMETRIA IBERIA S.L.U.** per al ***“Servei de manteniment de l'equipament pel control de qualitat dels Serveis de Física Mèdica i Protecció Radiològica de l'Institut Català d'Oncologia”*** i a la comprovació del compliment dels requeriments tècnics previstos al plec de prescripcions tècniques.

Els serveis i cobertures coincideixen amb els requeriments tècnics d'obligat compliment demanats per l'ICO:

Requeriments tècnics:

Tot l'**equipament inclòs** en el Plec Tècnic està reflectit en la seva “Aclaración a la Oferta Técnica”.

Respecte a les **Condicions generals**:

- Tipus de contracte: manteniment integral o a tot risc, tant preventiu com correctiu

En el punt 5 de la seva oferta ofereixen el següent:

“El mantenimiento INTEGRAL o atodo riesgo incluye las modalidades de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Técnico Legal sin limitación...”



Respecte a l'**Objecte del contracte**:

- Prevenir que disminueixi la seguretat i fiabilitat de l'equipament de dosimetria com a conseqüència de l'envelliment i desgast
- Donar compliment a la segona disposició del Real Decret 1566/1998

En el punt 1 de l'oferta del licitador "OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO", ofereixen exactament el que es demana.

Respecte al que es demana en el plec sobre **Manteniment correctiu**:

- Cobreix l'assistència tècnica a petició de l'usuari amb el fi de solucionar les averies de hardware i software que es presentin en els equips objectes del contracte
- Es troba inclòs al manteniment correctiu tant la mà d'obra, desplaçaments, transport, peces i material de recanvi durant tota la vigència del contracte.
- S'exceptuen les averies o defectes causats per una manipulació incorrecta de l'usuari, desgast inusual de peces mecàniques o influències externes
- Normalment es realitzaran les reparacions en fàbrica, excepte aquelles que pel seu volum calgui fer al centre

En el punt 5.1. "Mantenimiento CORRECTIVO", ofereixen exactament el que es demana.

Respecte a les **Aportacions addicionals del manteniment integral**:

- Actualització de programes: revisió anual de les versions de software adquirides, instal·lant els "updates" als PCs pel control de qualitat.

Es contempla en el punt 6.1. "Mantenimiento evolutivo" de la seva oferta. I afegeixen la renovació de hardware en cas de necessitat derivada de la actualització del software en el punt 6.5. "Renovació de Hardware".

- Verificació i calibratge d'electròmetres, cambres de ionització i detectors de radiació amb periodicitat biennal.

Es contempla en el punt 6.2. "Ciclo de Calibraciones" de la seva oferta

- Disponibilitat d'stock dels equips i cables de comunicació més comuns per agilitzar i minimitzar els temps de parada mitjançant préstec a l'usuari en cas d'avaría o calibratge.



Es contempla en el punt 6.3. "Unidades de Préstamo" de la seva oferta.

- Inclusió de tots els cables d'interconnexió entre electròmetres i cambres, comunicacions sèrie RS232 i adaptadors entre unitats.

Es contempla en el punt 6.4. "Cables de Comunicación" de la seva oferta.

- Aportació de documents nacionals o internacionals d'organismes oficials que tinguin relació amb l'ús i actualització i actualització de paràmetres, dades o tècniques.

Es contempla en el punt 5.3. "Mantenimiento TÉCNICO LEGAL" de la seva oferta.

- Inclusió de la formació continuada que es correspongui amb l'actualització de l'equipament i el seu ús.

Es contempla en el punt 6.6. "Formació Continua" de la seva oferta.

Es constata així mateix que l'oferta presentada compleix amb la totalitat dels requeriments inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques.

3. VALORACIÓ DE L'OFERTA PRESENTADA.

3.1. Criteri d'adjudicació:

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

Valoració econòmica: 100 punts

Per al càlcul de la puntuació s'aplicarà la següent fórmula:

$$P_v = (1 - ((O_v - O_m) / I_L) \times (1 / V_P)) \times P$$

On:

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

I_L = Import de Licitació

V_P = Valor de ponderació : 1.

P = Punts criteri econòmic : 100

ASPECTES DE NEGOCIACIÓ

- 1) El preu ofert.



3.2 VALORACIÓ OFERTA PRESENTADA:

1.Oferta econòmica: (puntuació màxima de 100 punts)

L'empresa **PTW DOSIMETRIA IBERIA S.L.U.** ha presentat una oferta de **309.397,00 €** (IVA inclòs); dels quals **255.700.00 €**, es corresponen al preu del contracte i **53.697,00 €** es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Se li atorguen 100 punts.

Es preveu com ASPECTES OBJECTE DE NEGOCIACIÓ el preu ofert pel licitador. En aquest sentit s'ha intentat la negociació amb el proveïdor, segons es detalla en acta annexa al present informe de valoració.

QUADRE RESUM PUNTUACIONS:

Criteris Avaluables Automàticament	Puntuació
1.Preu	100 Punts
TOTAL	100 PUNTS

4.CONCLUSIÓ

Un cop analitzada i valorada la documentació presentada per l'empresa **PTW DOSIMETRIA IBERIA S.L.U.** en relació al ***"Servei de manteniment de l'equipament pel control de qualitat dels Serveis de Física Mèdica i Protecció Radiològica de l'Institut Català d'Oncologia"*** (Ref. Exp. NSP-2025-03), es proposa l'adjudicació del mateix, per un import màxim de 309.397,00 € Iva inclòs que corresponen a 255.700,00 € Iva exclòs més 53.697,00 € d'Iva en base als preus unitaris presentats, i d'acord amb els criteris de valoració, la valoració serà de 100 punts.

Document signat digitalment

