

---

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONDICIONS 2025-2026 DE  
L'EXECUCIÓ DEL SERVEI DE CONTROL METROLÒGIC DE LES BÀSCULES ALS  
CENTRES DELS ÀMBITS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA METROPOLITANA SUD I  
PENEDÈS CSE/TM04/1101432538/25/PS**

---

## **ÍNDEX:**

- 1.- CONDICIONS TÈCNIQUES PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ: OBJECTE, CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PRESSUPOST
- 2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI: CONDICIONS D'EXECUCIÓ
- 3.- RESPONSABILITATS I PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
- 4.- CONDICIONS TÈCNIQUES POSTERiors A L'EXECUCIÓ DEL SERVEI: CONDICIONS DE DOCUMENTACIÓ I INFORMES
- 5.- PENALITZACIONS
- 6.- ANNEXES

## CONDICIONS 2025-2026 DE L'EXECUCIÓ DEL SERVEI DE CONTROL METROLÒGIC DE LES BÀSCULES ALS CENTRES DELS ÀMBITS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA METROPOLITANA SUD I Penedès.

Amb l'objectiu d'establir les bases del servei, regular les condicions de la seva prestació i minimitzar l'afectació en l'assistència sanitària dels centres, s'estableixen les següents condicions de l'execució del servei de control metrològic de les bàscules als Centres dels Àmbits d'Atenció Primària Metropolitana Sud i Penedès en compliment de la normativa vigent:

### 1.- CONDICIONS TÈCNIQUES PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ: OBJECTE, CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PRESSUPOST

1.1.- L'Àrea Operacional valorarà les ofertes presentades en funció de paràmetres econòmics 60% i tècnics (40%), amb compliment de les condicions sol·licitades seguint els criteris de l'oferta més avantatjosa en el seu conjunt.

1.2.- Serà condició indispensable ( i per tant exclouent en cas de no compliment) que l'empresa estigui autoritzada pel Departament d'Indústria per a realitzar el control metrològic de bàscules, tal com marca la normativa vigent.

1.3.- El termini d'execució està regular per la normativa vigent i per tant, caldrà respectar-lo.

1.4.- Els imports de les ofertes es presentaran desglossades pels 3 **GAPIC** ( Delta, Baix Llobregat i Penedès) i **per SAP comptable en el cas del GAPIC Baix Llobregat ( SAP Centre i SAP Nord) i en el cas del GAPIC Penedès ( SAP Alt Penedès – Garaf i SAP Anoia)** tenint en compte les cinc SAP comptables que componen el territori dels Àmbits de Metropolitana Sud i Penedès. També es presentaran amb un **import final** amb taxes i IVA desglossat **que sumi els 3 GAPIC**.

1.5.- Les ofertes hauran de presentar-se **signades electrònicament i segellades** per l'empresa.

1.6.- En l'oferta l'empresa farà constar expressament el **nom comercial** complet amb el que apareix al fitxer de creditors de l'ICS així com el **NIF** al que s'hauran de facturar els serveis en el cas de ser l'empresa seleccionada.

1.7.- L'Àrea Operacional valorarà les **tarifes** del control metrològic que s'hauran de presentar de forma separada per a bàscules d'adult i bàscules pesa-nadons.

1.8- L'Àrea Operacional facilitarà a les empreses consultades la informació referent a:

- nom del **centre** on es troba cada bàscula i la seva adreça.
- Nom del **GAPIC** al que pertany el centre

- nom de la **unitat productiva** on es troba la bàscula.
- **descripció de cada bàscula**, marca, model, número de sèrie i número d'inventari.
- Indicació de si es tracta d'una bàscula **d'adults o de nadons**

A tal fi s'entregarà:

- L'Annex 7: llistat descriptiu dels centres, GAPIC, adreces i Unitats Productives de cada centre.
- l'Annex 21: llistat de bàscales a les que realitzar el control metrològic

1.9.- Una de les dades imprescindibles és la del núm. d'inventari. Per a facilitar la correcta identificació i consignació, l'Àrea Operacional facilitarà a l'empresa adjudicatària un informe amb la **descripció d'aquesta etiqueta i un exemple** escanejat dels dos tipus de la mateixa (Annex 3).

1.10.- L'empresa **no repararà cap bàscula** ja que la finalitat del control metrològic legal és la legalització i l'acompliment normatiu però no la reparació. Únicament haurà de detectar quan la bàscula no permeti realitzar el control metrològic.

1.11.- En el cas dels consultoris locals de l'Anoia, també es facilitarà al proveïdor adjudicatari un llistat dels horaris d'aquests centres ( ANNEX 25)

1.12.- En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista el compliment de:

- La normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i laboral, amb l'obligació de tenir afiliats a la Seguretat Social als treballadors que realitzin les tasques contractades.
- La normativa de seguretat i salut laboral vigent. El contractista serà responsable de la seguretat del seu personal dels accidents que poguessin derivar-se de les activitats relacionades amb la prestació del servei.
- Les actuacions adaptades a les característiques de l'activitat assistencial i el respecte degut als usuaris.
- La normativa específica que regula el control metrològic.

1.13.- L'empresa adjudicatària haurà de destinar tots els **recursos materials i humans** necessaris per a l'optima prestació del servei i per a l'acompliment dels terminis aprovats.

1.14.- Serà imprescindible acreditar l'acompliment de la normativa de qualitat d'aplicació en laboratoris: UNE EN17025 i UNE EN17020, amb certificació ENAC, que inclou l'ISO 9001.

## 2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI: CONDICIONS D'EXECUCIÓ

2.1.- l'empresa adjudicatària haurà de comunicar a Indústria, en nom de l'ICS, les bàscales a les que realitzarà el control metrològic.

2.2.- l'empresa **haurà de coordinar horari i data amb la persona de contacte** de cada Unitat que se li proporciona per a realitzar el control metrològic, amb l'objectiu d'executar el servei amb la

mínima distorsió possible per a l'activitat assistencial del centre. La unitat Operacional farà un seguiment de les incidències que es poguessin produir. L'horari de les revisions haurà d'ajustar-se a l'horari de cada centre (generalment de 8 a 20 hores de dilluns a divendres).

2.3.- caldrà tenir en compte el llistat facilitat amb horaris de centres ( ANNEX 25) especialment en el cas dels consultoris locals del GAPIC Penedès.

2.3.- l'empresa adjudicatària abans de realitzar les tasques contractades assistirà a la **reunió inicial**, on es repassaran els requeriments de la prestació del servei i es fixarà la data de la reunió final. A tal fi s'utilitzarà l'ANNEX 12: Albarà de control de la reunió inicial

2.4.- Conjuntament a la comanda, l'empresa rebrà: Certificat de Final d'Actuació (**CFA**), que haurà d'entregar emplenat al tècnic de l'ICS que realitzi la supervisió del servei ( Annex 6)

2.5.- La **normativa i reglaments** a tenir en compte i en base a la qual s'han de realitzar les actuacions és:

- ITC/155/2020, de 7 de febrer, sobre la regulació del control metrològic en diferents instruments de mesura.
- Directiva 2014/31/UE del Parlament Europeu, de 26 de febrer, sobre la comercialització d'instruments de pesatge
- La normativa específica sobre prevenció de riscos laborals vigent
- Altres reglaments vigents que puguin afectar

2.6.- **L'empresa**, a l'hora de realitzar les actuacions en els centres **anirà** convenientment **acreditada** i presentarà la seva acreditació als professionals de les unitats. L'Àrea Operacional informará a les unitats productives afectades i sol·licitarà que es facilitin als operaris de l'empresa adjudicatària l'accés a les diferents dependències dels centres per a la realització de les tasques contractades.

2.7.- **Davant de cada incident** que es produeixi en el moment de fer el control metrològic de les bàscules, l'empresa **trucarà a l'Àrea Operacional** (a ser possible acompanyada del professional del centre que estigui supervisant el servei) per a reportar aquesta incidència. Serà l'Àrea Operacional qui farà les gestions oportunes amb els professionals del centre implicats o be informará a l'empresa del criteri d'actuació a seguir en cada cas per a resoldre l'incident. L'horari per a fer les trucades serà de 8 a 15 hores.

2.8.- Si es produeix algun **incident fora d'aquest horari**, s'enviarà un **correu electrònic** a l'Àrea Operacional, com a màxim a primera hora del dia següent, indicant noms i cognoms dels professionals del centre de contacte i descrivint detalladament la incidència per a què pugui ser resolta.

2.9.- En el cas del control metrològic de les bàscules que es troben en els centres penitenciaris de **Brians 1 i Brians 2**, l'empresa haurà d'emplenar i tramitar, amb la suficient antelació respecte la

data pactada, el document d'identificació i d'autorització a l'accés d'empreses per a accedir a centres penitenciaris (Annexos 14 i 15).

2.10.- En el cas de detectar **bàscules no inventariades o amb etiquetes d'inventari en mal estat**, l'empres adjudicatària avisarà a l'àrea Operacional per a que es pugui procedir a realitzar l'alta d'inventari o la còpia d'etiqueta d'inventari corresponent, segons el cas.

### 3.- RESPONSABILITATS I PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

3.1.- L'adjudicatari serà responsable durant l'execució del servei de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que pugui ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels treballs a efectuar.

3.2.- Els serveis públics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista.

3.3.- L'adjudicatari estarà obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

3.4.- En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el proveïdor abans d'iniciar els treballs contractats, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa. Dintre d'aquesta obligació, el contractista notificarà i enviarà la documentació necessària d'assignació del recurs preventiu.

3.5.- L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l'ICS per a empreses contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

3.6.- El contractista informarà als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions de l'ICS, i s'assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

3.7.- Coordinació, control i inspecció: L'empresa contractista haurà d'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l'ICS durant l'execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.

3.8.- L'empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l'ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.

#### 4.- CONDICIONS TÈCNIQUES POSTERiors A L'EXECUCIÓ DEL SERVEI: CONDICIONS DE DOCUMENTACIÓ I INFORMES

4.1.- Donat que cada unitat productiva i servei tenen pressupostos diferenciats i responsables diferents caldrà que els informes tècnics de control metrològic facin referència tan al centre, com a la Unitat productiva concreta on es troba la bàscula revisada; al GAPIC al qual pertany el centre; al **núm. d'inventari** de la bàscula (dada que serà imprescindible), així com a la marca model i núm. de sèrie de cada bàscula.

4.2.- En el cas dels **canvis d'ubicació** (quan la bàscula es localitza en una altra unitat productiva o en un altre edifici diferent del que apareix en el llistat d'inventari entregat), caldrà informar dels canvis d'ubicació per a què l'ICS pugui procedir a aplicar aquests canvis d'ubicació en l'inventari.

4.3.- La documentació acreditativa de la realització del control metrològic es presentarà en els formularis oficials del Departament d'Indústria.

4.4.- L'empresa comprovarà i confirmarà, abans de l'entrega a l'Àrea Operacional, la **correcta visualització** de totes les dades dels informes tècnics i s'assegurarà que tots els camps necessaris estan correctament emplenats i que no manca cap dada.

4.5.- l'empresa adjudicatària, a banda del formularis oficials també haurà d'emplenar i entregar la **taula de resum de l'activitat realitzada**. A tal fi s'entrega l'ANNEX 16: taula de resum de l'activitat realitzada.

4.6.- En el cas que en el llistat d'inventari actualitzat, que s'entregui a l'empresa adjudicatària en la reunió inicial, **no apareguin dades** referents a marca, model o núm. de sèrie, l'empresa adjudicatària informará d'aquestes dades en l'Annex 16: taula de resum d'activitat realitzada.

4.7.- La documentació individualitzada de cada bàscula justificativa del control metrològic realitzat s'haurà d'entregar ordenada per GAPI, Centre i Unitat productiva. A tal fi, s'entregarà al proveïdor adjudicatari un arbre buit de carpetes ordenat per aquests paràmetres (ANNEX 24)

4.8.- l'empresa adjudicatària haurà d'entregar tota la documentació en la reunió final. A tal fi s'utilitzarà l'ANNEX 18: albarà de control de la reunió final

4.9.- Totes les dades que es generin com a resultat de l'activitat contractada seran  **propietat de l'Institut Català de la Salut** des del primer dia de vigència del contracte i hauran de ser tractades amb criteris de confidencialitat sense poder fer cap altre ús que l'especificat en el present plec, ni entregades a cap altra entitat o empresa.

#### 5.- PENALITZACIONS

FALTES MOLT GREUS

Per l'incompliment en el termini d'execució que marca la normativa vigent sobre control metrològic, un cop entregada la documentació al Departament d'Indústria informant de l'inici de l'activitat contractada.

La penalització consistirà en la reducció del 10% sobre l'import brut total del cost de la contractació.

#### FALTES GREUS

Per manca de coordinació amb les unitats productives afectades en la realització del control metrològic de les bàscules.

La penalització consistirà en la reducció del 5% sobre l'import brut total del cost de la reparació.

#### FALTES LLEUS

Per incompliments en les dates acordades amb les unitats productives per a realitzar el control metrològic de les bàscules del centre.

Per endarreriment respecte dels terminis estipulats en l'acta de la reunió inicial en l'entrega de documentació acreditativa de la correcta realització del servei i dels paràmetres exigits en el present plec.

La penalització consistirà en la reducció del 2% sobre l'import brut total del cost de la reparació.

### 6.- ANNEXES

ANNEX 3: Descripció i exemple d'etiqueta d'inventari

ANNEX 6: Certificat Final d'Actuació

ANNEX 7: Llistat descriptiu del centres, amb adreces i Unitats Productives per centre.

ANNEX 12: Albarà de control de la reunió inicial

ANNEX 14: Accés a Brians 1

ANNEX 15: Accés a Brians 2

ANNEX 16: Taula de resum de l'activitat realitzada

ANNEX 18: Albarà de control de la reunió final



Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès  
Infraestructures i Serveis Tècnics

ANNEX 21: Llistat de bàscules a les que realitzar el control metrològic

ANNEX 24: Arbre buit d'UP, centres i GAPIC

ANNEX 25: Horaris dels centres de l'Anoia

Magnòlia Guillen Villegas  
Responsable Àrea Operacional  
Infraestructures i Serveis Tècnics  
Àmbits d'Atenció Primària Metropolitana Sud i Penedès  
Institut Català de la Salut  
Generalitat de Catalunya

Pere Camps Domènech  
Resp. d'Infraestructures i Serveis Tècnics  
Infraestructures i Serveis Tècnics  
Àmbits d'Atenció Primària Metropolitana Sud i Penedès  
Institut Català de la Salut  
Generalitat de Catalunya

L'Hospitalet de Llobregat, 02 d'abril de 2025