

ANNEX - 5

Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc.)



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 1 de 11



5.1 Cessió d'equips

Condicions de la cessió

Actualment l'adjudicatari del fungible dels lots indicats a continuació cedeix, sense cap cost per als Centres, el nombre d'equips que es detalla i les característiques tècniques que s'especifiquen en aquest mateix annex a l'apartat "Característiques bàsiques dels equips".

Cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

Les empreses adjudicatàries d'aquests articles també seran les responsables del manteniment dels equips instal·lats en els centres, així com la seva actualització i substitució en cas d'avaria, sense cap cost per als Centres de l'ICS.

Les empreses adjudicatàries hauran d'entregar més equips segons les noves necessitats dels centres. Si es retira un equip per reparació haurà d'entregar-ne un altre de substitució en un temps de resposta de 24 hores, de dilluns a divendres. Les incidències derivades del no acompliment d'aquest requisit en el temps indicat serà responsabilitat de l'empresa. La formació per part de l'empresa haurà de ser a disposició de les necessitats i horaris dels centres.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Inventari d'equips

L'inventari d'equips que les empreses adjudicatàries hauran de cedir als nostres centres és el següent (aquestes quantitats són aproximades i orientatives):



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 2 de 11

LOT	EQUIP	NOMBRE D'EQUIPS EN CESSIÓ ALS CENTRES							Nombre d'equips
		AH01 Hospital Vall d'Hebrón	AH02 Hospital de Bellvitge	AH03 Hospital Germans Trias (Badalona)	AH04 Hospital Josep Trueta (Girona)	AH05 Hospital Joan XXIII (Tarragona)	AH06 Hospital Arnau de Vilanova (Lleida)	AH07 Hospital Verge de la Cinta	
19	Nebulitzador AeronebSolo o equivalent DEXTRAMEDICA	219	306	180	47	40	11	23	826
5	Humidificador/Nebulitzador RespiFlo i Aerodyne o equivalent MEDLINE / MEDTRONIC	14		5		16			35
23	Humidificador Sistema AIRVO-2 o equivalent FISHER & PAYKEL	49	100	50	100	28	38	6	371
23	Humidificador 850 ALU o equivalent FISHER & PAYKEL	161	50	66	8	37	25	53	400
9	Capnogaf M2741 A Sidestream, i equips Server, M3014A, MP5, M8105A, MP2, M8102A, MMS X2 i M3002A (DE PETACA) o equivalent DEXTRAMEDICA		6						6
9	Monitors duals capnògrafia Microstream o equivalent MEDTRONIC	1	35	0	5	6	1		48
39	Humidificador Aquavent o equivalent MARTIN VECINO					42		8	50
29	Generador de flujo FD140 o equivalent MARTIN VECINO					7			7
4	Nebulitzador Omron C-28 o equivalent		8						8



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 3 de 11



Característiques bàsiques dels equips

Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari del lot 019:

Generador per a nebulitzador vibrant Aeroneb o equivalent

Descripció

Dispositiu generador per a aerosolitzar fàrmacs per a utilització amb un nebulitzador universal.

Característiques

- Compatible amb ventilació mecànica.
- Funció 15 minuts i 30 minuts.
- Recents nascuts, nens i adults.
- Generador d'aerosol.
- Adaptador de CA/CC.
- Bateria màxim 45 minuts.
- Connexió per a nebulitzador.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 4 de 11



Característiques tècniques dels equips que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari del lot 005:

Humidificador/escalfador Aerodyne o equivalent

Descripció

Equip de humidificació i nebulització escalfat controlat.

Característiques

- Tensió nominal: 230 V
- Classe protecció: 1
- Corrent nominal: 0,65 A
- Nivell de protecció: B
- Freqüència Nominal: 50 Hz
- Potència Nominal: 150 W

Indicacions

Per a hidratar eficaçment les vies respiratòries superiors a temperatura corporal.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 5 de 11



Característiques tècniques dels equips que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari del lot 023:

Humidificador AIRVO o equivalent

Descripció

Humidificador amb generador de flux integrat per a administrar al pacient oxigenoteràpia d'alt flux a una temperatura i humitat òptimes.

Característiques

- El generador de flux pot entregar entre 2 i 60 L/m.
- Toma d'oxigen i analitzador ultrasònic integrat per a assegurar l'administració de la FiO2 desitjada.
- El tub respiratori disposa amb un sistema calefactat i un sensor de temperatura del gas administrat.
- Compatible amb cànules nasals de diferents mides per a administració d'un flux continuu d'oxigen segons necessitats.

Humidificador electrònic MR850, MR850 ALU i HC550 o equivalent

Descripció

Humidificador electrònic d'alt rendiment per a control d'humitat. òptim (37 °C, 44 mg/L) o essencial (31 °C, 32 mg/L).

Característiques

- Humitat i temperatura òptima (37 °C, 44 mg/L).
- Humitat i temperatura essencial (31 °C, 32 mg/L).
- Ompliment automàtic controlat segons necessitats d'humitat.
- Control de temperatura i humitat.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 6 de 11



Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari del codi 30040538 del lot 009:

Capnografia de flux lateral Sidestream o equivalent

Descripció

Sensor de flux lateral per a mesura continua de la concentració de CO2 durant la respiració, la concentració de CO2 present al final d'una espiració (EtCO2) i durant la inhalació (FiCO2), i la freqüència respiratòria.

Característiques

- Compatibles amb mòdul d'espirometria per a monitors.
- Connexió 8 pins.
- Compatibles amb cànules nasals per nens i adults.
- Compatible amb sensor per a TET.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 7 de 11



Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari del lot 009:

Capnografia portàtil de taula Microstream o equivalent

Descripció

Monitor d'espectroscòpia infraroja no dispersiva (NDIR) per a mesura continua de la concentració de CO₂ durant la respiració, la concentració de CO₂ present al final d'una espiració (EtCO₂) i durant la inhalació (FiCO₂), i la freqüència respiratòria.

Característiques

- Valors monitorització: EtCO₂ i FiCO₂ en mmHg, kPa o Vol%
- Pantalla de visualització
- Gràfics de paràmetres
- Bateria recarregable
- Alarma acústica i visual
- Sortida per a impressora, PC i convertidor digital a analògic
- Interfase per a sistemes de trucades a la unitat d'infermeria
- Suport de fixació



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 8 de 11



Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari de l'article amb codi SAP 30051623 del lot 039:

Humidificador/escalfador autoregulat Aquavent o equivalent

Descripció

Humidificador electrònic que combina conductivitat tèrmica i circuit respiratori per a administrar humidificació òptima i controlada.

Característiques

- Compatibilitat amb circuits calefactats anti-microbians.
- Suport respiratori a través d'un tub traqueal, mascareta o cànula nasal.
- Selecció de modalitat invasiva o no invasiva.
- Selecció automàtica de temperatura.
- Alarma de baixa i alta temperatura.
- Protecció de temperatura.
- Pantalla digital.
- Servocontrol.
- Cambra d'ompliment automàtic.
- Mecanisme de flotació.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 9 de 11



Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari de l'article amb codi SAP 30047615 del lot 029:

Humidificador/escalfador Aquavent FD 140 o equivalent

Descripció

Humidificador controlador en teràpies d'alt flux per adults i pediàtric

Característiques

- Suport respiratori mitjançant un tub endotraqueal o cànula nasal.
- Selecció de modalitat invasiva o no invasiva.
- Gestió intel·ligent d'alarmes.
- Pantalla digital.
- Cambra d'ompliment automàtic.
- Autonomia de bateria interna 60 min.
- Nebulitzador de fàrmacs integrat



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 10 de 11



Característiques tècniques de l'equip que haurà de cedir als Centres de l'ICS l'adjudicatari de l'article amb codi SAP 30008342 del lot 004:

Nebulitzador amb vàlvula virtual Omron C-28 o equivalent

Descripció

Aparell per a tractament de malalties de les vies respiratòries baixes.

Característiques

- Tecnologia de vàlvula virtual.
- Compressor d'alta eficàcia.
- Temps reduït d'inhalació.
- Per a nens i adults.
- Taxa de nebulització:: 0,5 ml/min
- Partícula (MMAD): 3,0 µm
- Quantitat de medicació: 2-7 ml
- Soroll (dB): 60 dB



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0IB7LYLXFJVMXDHTMZ54U7S2WWJ787U2

Data creació còpia:
10/04/2025 10:08:14

Pàgina 11 de 11