

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101431873/25/AMUP

MATERIAL DE TERÀPIA I FUNCIO RESPIRATÒRIA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 1 de 73

INDEX

1. Condicions generals .....	4
1.1. Objecte de la contractació .....	4
1.2. Característiques de la contractació .....	4
1.3. Tècnics .....	4
2. Requeriments obligatoris .....	4
2.1. Normativa aplicable .....	4
2.2. Especificacions tècniques generals .....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....	5
3. Com presentar la oferta .....	5
3.1. Oferta tècnica .....	5
3.2. Model d'oferta tècnica .....	5
3.3. Presentació de mostres .....	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	8
4.1. Prevenció de riscos laborals .....	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament .....	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte .....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament .....	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes .....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic .....	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XH2VAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 2 de 73

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .... 18

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 3 de 73

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Material de teràpia i funció respiratòria** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - **Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals:

- Es obligatori presentar oferta conjunta als lots 16 i 25.
- Es obligatori presentar oferta conjunta als lots 22 i 23.

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

## 3. Com presentar la oferta

### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

**Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis**, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxx\_2bis**



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

**Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2**

s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

*Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx*

*Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx*

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

*Exemple: Resum.xls o .xlsx*

- **ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4** - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius.
- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes les fitxes que es presenten.



La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001*

*Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587*

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

**Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.**

### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de



propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**

#### 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

##### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

##### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

##### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



#### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

##### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

##### 4.4.2. Garantia de subministrament

###### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. És una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- PO10-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

#### 4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.



L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

Les empreses contractistes hauran de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

#### 4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

#### 4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

#### 4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:



- Codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>  
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 13 de 73

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic


##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.



#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN ( GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Un cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**



**4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia**

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

**4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE**

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ









0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 16 de 73

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

<p>1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	
	
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas <b>d'emergència</b> :  Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

**4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)**

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

**Relació d'annexes específics plec tècnic**

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D4 - Model i Fitxa-resum Criteris Objectius (Hi ha Excel per emplenar i cal annexar documentació que acrediti el compliment dels requeriments demanats)

ANNEX E - Presentació de mostres



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 19 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 20 de 73

**ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101431873/25/AMUP**

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condició lot
001	Connector oxigenoterapia	No obligatori
002	Filtres electroestàtics bidireccional per a espiròmetres i adaptadors bucal-1	Obligatori
003	Filtres electroestàtics bidireccional per a espiròmetres i adaptadors bucal-2	No obligatori
004	Filtres i accessoris per a espiròmetres/aerosolteràpia	No obligatori
005	Material divers per a humidificador escalfador	Obligatori
006	Material divers per a humidificador	No obligatori
007	Altres material de teràpia respiratòria	No obligatori
008	Material per a capnografia transcutània	Obligatori
009	Materials divers per a capnògraf-1	Obligatori
010	Filtres, broquets i material divers per a equip de funció pulmonar	Obligatori
011	Transductor, mànec i broquet per a espiròmetre	Obligatori
012	Accessoris per a equip de funció pulmonar	Obligatori
013	Broquets adaptadors	No obligatori
014	Altres accessoris funció respiratòria	No obligatori
015	Adaptadors funció respiratòria	No obligatori
016	Arnès de mascaretes funció respiratòria	No obligatori
017	Material divers per a capnògraf-2	No obligatori
018	Cambra de retenció/inhalació per a fàrmacs	No obligatori
019	Nebulitzadors de membrana vibrant per a fàrmacs-1	No obligatori
020	Nebulitzadors de membrana vibrant per a fàrmacs-2	Obligatori
021	Material per a nebulitzadors	No obligatori
022	Material divers per a humidificador d'autoompliment	Obligatori
023	Sondes per a humidificadors d'autoompliment	Obligatori
024	Mascaretes i accessoris tipus Venturi	No obligatori
025	Mascaretes de funció respiratòria	No obligatori
026	Línies d'oxigen	No obligatori
027	Incentivadors i mesuradors respiratòris	No obligatori
028	Sondes nasals per a administració d'oxigen	No obligatori
029	Sondes d'alt flux	No obligatori
030	Sondes per a capnògraf	No obligatori
031	Sondes funció respiratòria	No obligatori
032	Equip i filtres per a analitzador d'òxid nítric-1	Obligatori
033	Equip i filtres per a analitzador d'òxid nítric-2	No obligatori
034	Adaptadors TET i buconasal de capnografia-1	Obligatori
035	Adaptadors TET i buconasal de capnografia-2	Obligatori
036	Material divers	Obligatori
037	Broquets adaptadors de cartró per a espirometria	No obligatori
038	Material per a equip de test d'alè	Obligatori
039	Circuits i accessoris per a sistemes de ventilació pulmonar	No obligatori
040	Material pletismografia inductiva	Obligatori
041	Nebulitzadors portàtils	No obligatori
042	Altres material per a humidificador	Obligatori



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 21 de 73



ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 22 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 1 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000194

**Descripció llarga:**

Filtre hidrofòbic antibacterià per a aerosolteràpia. Mides : 53 (+/-1)mm i 54 (+/-1) de longitud. Eficàcia de filtració 99,9999% (b acteris) i 99,999% (virus), pes 11 (+/-2) g, connexions 8/8mm diàmetre intern. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001251

**Descripció llarga:**

Línia de capnografia/monitorització de gasos,connexions Luer Lock mascle, llargària 2,45 (+/-0,2) metres (m). Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001272

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2 ped, vora suau siliconada, venturi 7 concentracions a/sist segur, ròtula giratòria, forats laterals, peça nasal i cinta elàstica ajust, línia O2 1,8-2m, conn 22M/F, estructura interior anticol·lapse, plàstic transparent tou, s/làtex/ftalats, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001273

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2 adult, vora suau siliconada, venturi 7 concentracions a/sist segur, ròtula giratòria, forats laterals, peça nasal i cinta elàstica ajust, línia O2 1,8-2m, conn 22M/F, estructura interior anticol·lapse, plàstic transparent tou, s/làtex/ftalats, l

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001274

**Descripció llarga:**

Mascareta traqueotomia O2 adult, venturi 7 concentracions, línia O2 1,8-2m), plàstic transparent i vorell siliconat, amb connexió 22mm adaptable a nebulitzador, sistema obertura lateral, connector basculant rotació 360°. Lliure de làtex, lliure ftalats, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001275

**Descripció llarga:**

Nebulitzador pediàt, 10 (+/-) 1 mL, antibolcada, anatòm, flexible, inodora i fixador metàl·lic al nas. Línia O2 2 (+/-0,2) m no col·lapsable a /conn luer femella, partícula d'0,5µ i 5µ. Nebulitzador extraïble p/oxigenoteràpia a/conn mascle línia, transparent, s/làt, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001276

**Descripció llarga:**

Nebulitzador adult, 10 (+/-) 1 mL, antibolcada, anatòm, flexible, inodora i fixador metàl·lic al nas. Línia O2 2 (+/-0,2) m no col·lapsable a /conn luer femella, partícula d'0,5µ i 5µ. Nebulitzador extraïble p/oxigenoteràpia a/conn mascle línia, transparent, s/làt, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001277

**Descripció llarga:**

Nebulitzador a/broquet+tub corrugat, medicació c/ 1mL, capacitat 10 (+/-1)mL, antibolcada, adaptador T amb braç de DI 22mm i altre braç DE 22mm i conn L/M-L/F, línia O2 2 (+/-0,2)m a/conn universals luer fam .Partícula 0,5µ i 5µ. Transparent, rigid, s/làt, lús



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 23 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 2 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001280

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2,pediàtric,puntes nasals corbes, llengüeta flexible,línia O2 2 (+/-0,2)m,sistema anticoll·lapse,connexió "luer"  
femella,PVC suau i transparent,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001292

**Descripció llarga:**

Sist nebulització fred/calent. Ampolla H2O estèril 500(+/-100), adaptador de nebulització per a sistema tancat i regulador O2 entre 28% i 98%(Venturi-Bernouilli), partícula aigua de 2 i 8µ.S/làtex,lús.Compatible humidificador RespiFlo i Aerodyne o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001293

**Descripció llarga:**

Eq peça T p/oxigenteràpia a/tub corrugat p/traqueotomia,regulador sistema venturi 7 concentracions i línia O2 2(+/-0,2)m,connexió 22 mm adaptable nebulitzador,dispositiu silenciador altes concentracions.Transparent ,S/làtex/PVC.lús.Compat a/nebulitzador.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001294

**Descripció llarga:**

Incentivador respiratori per a la expansió pulmonar amb peça bucal (broquet) i tub corrugat, càmera doble amb bola a l'interior, aju stament de cabal rang de 250 mL/seg fins 4000 mL/seg. Material resistent, lliure làtex, lliure ftalats. Ús en lsol pacient

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30001419

**Descripció llarga:**

Mesurador del flux màxim respiratori per a pacient adult o pediàtric, de funcionament mecànic amb broquet reutilitzable, esterilitza ble i possibilitat d'acoblar una broquet d'un sol ús. Lliure de làtex. Ús en un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001569

**Descripció llarga:**

Incentivador respiratori mesurador del flux inspiratori fins a 5000 (+/-100) mL, pacient adult, amb tub corrugat i broquet. Lliure d e làtex.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001804

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides : diàmetre interior 26mm, diàmetre extern 28mm i longitud 65 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobrimet setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30002019

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Classe IIa. Mides aproximades: D.E. 26mm i L 73mm. Material: cartró amb recobrimet setinat. U n sol ús.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 24 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 3 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30002029

**Descripció llarga:**

Mascareta traqueo p/oxigenteràpia, adult, venturi 7 concentracions, línia O2 2 (+/-0,2)m, transparent, vorell siliconat, connexió 22mm adap ta nebulitzador, sist obertura lateral, dispositiu silenciador altes concentracions.S/làtex/PVC.lús.Compact a/nebulitzador.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30002067

**Descripció llarga:**

Pinça nasal per a proves de la funció respiratòria, cos de polipropilè i peces de pressió de foam suau, mides 66 (+/-5)mm llarg, 42 (+/-4)mm ample. Lliure de làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30002077

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre interior 28mm, diàmetre extern 30mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró a mb recobrimet setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30002212

**Descripció llarga:**

Mascareta O2 traqueo, adult, nebulitzador fàrmacs p/dipòsit traqueobronquial particules 2-3 µ. Cubeta calibrada de plàstic rigid 10(+/-1)mL. Nebulització vertical. Tanca de seguretat amb sistema antigoteig.Connector femella 22mm.Lliure làtex/PVC,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30002588

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera per O2 pediàtric, puntes nasals corbes, llengüeta flexible, línia O2 2 (+/-0,2)m, sistema anticoll·lapse, connexió "luer" femella, PVC suau i transparent, s/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30002589

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2, neonat, puntes nasals corbes i suaus, peça mòbil ajust correcte, línia O2 2-2, 1m a/disenny anticoll·lapse, transparent, flexible, connexió luer femella.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30002592

**Descripció llarga:**

Nebulitz compressor fàrmacs, broquet funció virtual vàlv exhalació, recipient transparent rigid, línia aire 2 (+/-0,2)m, peça nasal, masc areta adult i nen, filtre aire, velocitat nebulització.Regulador concentració pacient adult i nen.lús.Comp Osrom C-28 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30002593

**Descripció llarga:**

Cambrà inhalació MDI, pacient adult, amb vàlvula inspiratòria unidireccional i vàlvula exhalatòria. Adaptador universal 22mm al aero sol, amb broquet amb tap. Volum: 140 (+/-10)mL, plàstic, s/BPA, ftalats, làtex



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 25 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 4 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30002598

**Descripció llarga:**

Adaptador per a sistema d'humidificació per a teràpia respiratòria, compatible amb qualsevol caudalímetre i amb ampolles d'aigua estèril. Lliure de làtex. Compatible humidificador RespiFlo i Aerodyne o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30002599

**Descripció llarga:**

Ampolla d'aigua estèril de 1000 (+/-100) mL de capacitat per a procediments d'inhalació en sistemes tancats de nebulització o humidificació en fred o calent. Lliure de làtex. Compatible humidificador RespiFlo i Aerodyne o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30002600

**Descripció llarga:**

Adaptador de nebulització aigua estèril en fred o calent sistema tancat. Mida partícula entre 2 i 8 micres, Regulació O2 entre 28% i 98%, partícula aigua entre 2 i 8 micres.S/làtex, d'un sol ús. Compatible humidificador RespiFlo i Aerodyne o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30002601

**Descripció llarga:**

Cambra inhalació per a la administració de fàrmacs en aerosol (MDI), per a pacients en ventilació mecànica, adaptador universal compatible amb tots els aerosols, adaptador distal a circuits diàmetre 15 i 22mm i proximal 15mm a pacient.Plàstic,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30002664

**Descripció llarga:**

Filtre electrostàtic bidireccional antibacterià/antivíric,p/espirometria, filtració >99,9%, espai mort 56(+/-5)mL, pes 14(+/-3)g, diàmetres adaptadors per connexió a espiròmetres.S/làtex, estèril,lús.Compatible a/adaptador bucal. Compatible Spirobac o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30002679

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre 27mm i longitud 70 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobriments setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30002680

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides : diàmetre interior 28mm, diàmetre extern 30,3mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobriments setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30002797

**Descripció llarga:**

Equip de peça en T, vàlvula removible i broquet. Plàstic translúcid. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb equip de proves de test de l'alè Quintron o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 26 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 5 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30002798

**Descripció llarga:**

Bossa recollida aire alveolar, de 750(+/-50)mL, metal·litzada i termosegellada impermeable als gasos, adaptació a vàlvula en T i connexió luer-lock amb clau de pas per a xeringa. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible eq proves test alè Quintron o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30002799

**Descripció llarga:**

Bossa per a aire residual. Capacitat 400 (+/-50) mL. Compatible amb peça en T. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb equip de proves de test de l'alè Quintron o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30003180

**Descripció llarga:**

Línia per a administració d'oxigen amb connectors universals luer femella i estructura interior anticòl·lapse. Llargària 2 (+/-0,2) metres (m). De plàstic transparent, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30003975

**Descripció llarga:**

Línia per a administració d'oxigen amb connectors universals luer femella i estructura interior anticòl·lapse. Llargària 7 (+/-0,5) metres, transparent. Lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30003979

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, doble línia (dividida), adult, mesura de CO2 i l'administració simultània d'O2 i gasos anestèsics. Connexió C O2 LL mascle i O2 luer femella. Línia O2 i línia CO2 2 (+/-0,2)m, plàstic translúcid, s/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30003984

**Descripció llarga:**

Nebulitzador de fàrmacs per adult, amb broquet, reservori, filtre d'alta eficàcia i vàlvules unidireccionals, per a la prevenció de contaminació ambiental. Circuit de pentamidina. Capacitat 10(+/-1)mL, partícula regulable de 4,5µ a 3µ. Plàstic, lliure de làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30003988

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, adult per a la mesura de CO2 de 3 (+/-0,2) metres (m) de longitud, connexió CO2 luer-lock mascle i línia d'oxigen de 2 (+/-0,2) metres (m) longitud i adaptador tipus clip. PVC, lliure de làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30004134

**Descripció llarga:**

Cambrà retenció pacients intubats, espaiador d'inhalació per a utilitzar en línia en els circuits de ventilació. Amb connector DI 22 mm extrem pacient i DE 22mm extrem ventilador, compatible a/tots els cartutxos/cànter del fàrmac MDI. Plàstic, s/làtex, lús



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 27 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 6 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30005159

**Descripció llarga:**

Mascareta alta concentració oxigen, per a pacient pediàtric, transparent, suau i flexible, amb vores arrodonides i pinça d'ajust nas al, vàlvules unidireccionals, bossa reservori de 600 (+/-100)mL i línia d'oxigen anticol·lapse 2(+/-0,2)m.Lliure làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30005160

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2,adult,puntes nasals corbes i suaus,peça mòbil ajust correcte,línia O2 1,8-2m a/sistema anticol·lapse,tr ansparent ,flexible,conn luer femella.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30005161

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2,adult, puntes nasals corbes i suaus, llengüeta flexible,línia O2 5 (+/-0,5)m a/sistema anticol·lapse,tr ansparent i flexible,connexió luer femella,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30005162

**Descripció llarga:**

Ampolla d'aigua estèril de 500 (+/-150)mL de capacitat+adaptador per a procediments d'inhalació en sistemes tancats de nebulització o humidificació en fred o calent. Compatible escalfador RespiFlo i Aerodyne o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30005163

**Descripció llarga:**

Got humidificador transparent adaptable a tot tipus de cabalímetre, amb vàlvula de seguretat i connexió universal per a qualsevol eq uip d'oxigenoteràpia. Mida: 200 (+/-10) cc de capacitat i graduat cada 100 cc. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30005176

**Descripció llarga:**

Cambrà antiestàtica retenció d'aerosol per a inhalació de fàrmacs MDI pacient pediàtric, vàlvula inspiratòria unidireccional i vàlvula la exhalatòria. Adaptador universal a aerosol i mascareta a/vora silicona.Volum: 140 (+/-10)mL,plàstic,s/BPA/ftalats/làtex

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30005177

**Descripció llarga:**

Cambrà antiestàtica retenció aerosol inhalació fàrmacs MDI,neonat (0-18 mesos), vàlvula inspiratòria unidireccional i vàlvula exhal atòria. Adaptador universal a aerosol i mascareta amb vora de silicona. Volum: 140 (+/-10) mL,plàstic,s/BPA/ftalats/làtex

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30005181

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre interior 20mm, diàmetre extern 22mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró a mb recobrimet setinat. D'un sol ús.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 28 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 7 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30005185

**Descripció llarga:**

Sensor de flux per neumotacògraf de proves funcionals respiratòries, compatible amb equips de funció pulmonar Prevent o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30005370

**Descripció llarga:**

Broquet de plàstic amb filtre. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre NDD Easyone World/Pro/Lab/on-PC o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30005450

**Descripció llarga:**

Mascareta alta concentració oxigen, adult, transparent, suau i flexible, vorell siliconat, pinça ajust nasal, connexió giratòria, 3 vàlvules removibles, bossa reservori anticòllapse de 1L i línia O2 antioclusió 1,8 (+/-0,2) metres (m). Lliure làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30005468

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mida pediàtrica : diàmetre extern 21mm i longitud 70 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobrimen t setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30005508

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a la calibració del transductor espirometria, mides 80 x 25 x 40 (+/-1)mm. De silicona, lliure de làtex, reuti litzable. Compatible amb espiròmetre DATOSPIR o equivalent

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30005514

**Descripció llarga:**

Ampolla d'aigua estèril de 350 (+/-25)mL de capacitat+adaptador per a procediments d'inhalació en sistemes tancats de nebulització o humidificació en fred o calent. Compatible RespiFlo i Aerodyne o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30006446

**Descripció llarga:**

Connector/adaptador porta inhalador recte administració fàrmacs a circuits respiratoris, de 22M-22F amb port MDI unidireccional amb indicador de direcció del medicament i tap. De plàstic, lliure làtex, lliure ftalats, lliure PVC, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30006448

**Descripció llarga:**

Connector/adaptador oxigen recte 22F per a línia d'oxigen 6 mm. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 29 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 8 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30006478

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, infants/lactants. Diàmetre dels prolongadors nasal 2.7mm, separació entre els prolongadors 4,5 mm, Ø tub 3,3mm, flux màxim 7L/min.S/làtex, ús. Compatible humidificador MR850 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30006644

**Descripció llarga:**

Incentivador/exercitador respiratori per a expansió pulmonar, adult, port oxigen, broquet i tub corrugat. Escala volum inspirat 2000 a 4000 mL (500 en 500mL) a/control de flux. Dispositiu p/penjar, nansa subjecció. transparent, s/làtex, ús sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30006708

**Descripció llarga:**

Cambra inhalació MDI, adaptador universal silicona 22mm a un costat, altre costat broquet silicona, transparent a/vàlvula unidireccional forma V doble funció inspiratòria/expiratòria. Volum 140 (+/-10)mL. Sense o a/mascareta, transparent, s/làtex, ús pacient

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30006750

**Descripció llarga:**

Circuit d'oxigenoteràpia amb resistència escalfada pacient adult, tub de DI 22mm, càmera d'humidificació i sistema venturi. Longitud 150 (+/-10) cm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador MR810, MR730, HC500, HC550, MR850 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30006803

**Descripció llarga:**

Broquet per a alcoholímetre, amb vàlvula antiretorn, de polivinil, compatible amb alcoholímetres i etilòmetres Alcotest o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30006980

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, pacient adult, per a la mesura de flux, longitud del tub 2 (+/-0,2) metres (m), connexió femella a l'equíp i adaptador nasal. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30007289

**Descripció llarga:**

Transductor/broquet de plàstic Mides 40x41x100mm. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre DATOSPIR o eqivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30007317

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre interior 29mm, diàmetre extern 31mm i longitud 65 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobrimet setinat. D'un sol ús.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 30 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 9 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30007475

**Descripció llarga:**

Broquet adaptador per a espirometria. Mides : diàmetre interior 18mm, diàmetre extern 22mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobriments setinat. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30007808

**Descripció llarga:**

Filtre antibacterià/víric per a espiròmetres amb connectors de 28mm diàmetre extern i 25mm diàmetre intern. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb DatoSpir o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30008261

**Descripció llarga:**

Nebulitzador fàrmacs p/dipòsit traqueobronquial partícules 2-3 µ. Cubeta calibrada de plàstic rígid 10(+/-1)mL. Nebulització vertical. Tanca de seguretat amb sistema antigoteig.Connector femella 22mm.Lliure de làtex ,lús.Compatible a/mascareta

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30008313

**Descripció llarga:**

Columna per a cromatografia (anàlisi de gasos) compatible amb equips DL ,DX I PFX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30008342

**Descripció llarga:**

Filtre d'entrada d'aire per a nebulitzador. Mida 16mm x 1mm. Lliure de làtex. Compatible amb Omron C-28 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30008487

**Descripció llarga:**

Connector/adaptador femella entre font d'oxigen i línia d'oxigen. Peça cònica i roscada. De plàstic, lliure de làtex, lliure de ftalats, lliure de PVC, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30008590

**Descripció llarga:**

Filtre antivíric-bacterià per a proves funcionals pulmonars i espirometries. Eficàcia de filtració 99,9%, connexions H/30mm-M27mm. De polipropilè lliure de làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30008780

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, pediàtric, connector Luer mascle, per a monitorització de CO2 en pacients no intubats. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb capnògraf Microstream o equivalent.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 31 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 10 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30009168

**Descripció llarga:**

Nebulitzador fàrmacs per aerosolteràpia pacient pediàtric, graduat 10 (+/-)mL capacitat, partícules 2-3 µ, mascareta facial per a o  
xigenteràpia amb pinça nasal d'alumini goma elàstica i línia oxigen anticol·lapse 2(+/-0,2)m.Plàstic,s/làtex/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30009176

**Descripció llarga:**

HME per a VM. Vt 70-500mL, aportació humitat 30mg L/H2O, pes 6 (+/-)g, baixa resistència, espai mort 17(+/-2)mL, revestiment higros còpic,  
connexió màquina: 15F i Pacient: 15M/15F. De plàstic, carcassa transparent. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30009179

**Descripció llarga:**

Línia per a administració d'oxigen amb connectors universals luer femella i estructura interior anticol·lapse. Llargària 2 (+/-0,2) metres (m). De  
clorur de polivinil (PVC) transparent. Lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30009776

**Descripció llarga:**

Bossa d'aigua flexible pre-omplerta amb 1000mL, per a teràpia respiratòria, amb sistema de circuit tancat i connexió a humidificador .  
Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30009836

**Descripció llarga:**

Nebulitzador sense tub d'oxigen per a recanvi dels dipòsits traqueobronquials. Capacitat 10 (+/-1) mL, partícula regulable de 4,5µ a  
3µ. Plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30009846

**Descripció llarga:**

Cambrà humidificadora d'autocompliment per a tot tipus de pacients des de adults a nounats amb mecanisme de doble flotador, rang flux de 1,5 a  
80L/minut, volum màxim 280 (+/-20)mL. Compatible amb humidificador MR850 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30009857

**Descripció llarga:**

Cambrà humidificadora d'autocompliment per a tot tipus de pacients des de adults a nounats amb mecanisme de doble flotador. Per a res piradors  
d'alta freqüència i humidificador MR850 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30010316

**Descripció llarga:**

Clip d'orella per monitorització transcutània digital de la pressió parcial de CO2 en pacients adults i pediàtrics. Adhesiu amb bai xa força  
de pressió. Lliure de làtex,d'ús en un sol pacient,reutilitzable. Compatible amb sensor V-Sign 2 (VS-A/P/N) o eq,



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 32 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 11 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30011546

**Descripció llarga:**

Adaptador bucal per a filtre electrostàtic per a espirometria. Compatible amb filtre electrostàtic. Compatible amb Spirobac o equiva lent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30011785

**Descripció llarga:**

Línia capnografia/monitorització CO2, adult, diàmetre 1,2x2,5mm, connexions Luer mascle, llargària 3, (+/-0,2) metres (m), plàstic transparent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb capnògraf Microstream o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30011845

**Descripció llarga:**

Equip nebulitzador fàrmacs per dipòsit alveolar partícules 1,2µ. Calibrat de plàstic de 10ml. Tanca de seguretat, sistema antigoteig. Am b peça en T, broquet, filtre i línia O2 a/sist antioclusió, filtre, connector fem 22mm. Lliure de làtex, no estèril, lús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30012016

**Descripció llarga:**

Gas de calibratge per al monitor transcutani de pO2 i pCO2, compost de: 7,5 % de CO2, 12 % de O2 i equilibrat amb N2 80,5 %, ampolla de 180 (+/-10)mL rebutjable. Compatible amb els aparells TCM CombiM, TCM4, TCM40 i TCM Tosca o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30012350

**Descripció llarga:**

Dispositiu inhalador p/rehabilitac muscul respi a/vàlvula molla unidirec independent flux aire. Pressió regulable IMP 10 A 40 cmH2O, PEP 5 a 20 cmH2O. Escala graduació 2cm H2O (precisió +/- 1cm H2O), pinça nasal, p/utilitzar broquet o mascareta, S/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30012430

**Descripció llarga:**

Adaptador en T amb tap de silicona per adult. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb nebulitzador de fàrmacs AeronebPro o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30013313

**Descripció llarga:**

Dispositiu PEP i mobilització secrecions bronquials, 6 nivells de resistència i vàlvula unidireccional, broquet adult, indicador pre ssió 12-15cm H2O, connexió a un monitor pressió i utilitzar a/aerosol. S/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30013620

**Descripció llarga:**

Filtre expiratori per a proves de provocació APS, de material plàstic. Compatible amb l'equip de funció pulmonar MASTER SCREEN model s APS o equivalent.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 33 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 12 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30013691

**Descripció llarga:**

Broquet de policarbonat de 35mm (+/-5)mm diàmetre i 55 (+/-5)mm de llargària, per a nens i adults.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30013739

**Descripció llarga:**

Incentivador respiratori p/expansió pulmonar, pediàtric, broquet+tub corrugat, escala graduada volum inspirat fins a 2500 mL, amb contr ol flux. Doble filtre partícules. Dispositiu p/penjar, transparent, s/làtex, ús 1sol pacient

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30013961

**Descripció llarga:**

Dispositiu per a teràpia PEP amb vibració per ajudar a l'expectoració amb broquet. Vàlvula unidireccional, connexió 22mm. Cos a/sele ctor ajust de la resistència/freqüència expiratòria. Compatible a/nebulitzador. Pacient ped/adult. Ús 1 pacient, esterilitble

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30013980

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2, interfície d'alt flux, mida mitjana, llarg 32 (+/-2)cm, rang flux # 60 L/min, connector cònic mascle al sistema d'humidificació de 22 mm. S/làtex, ftalats, ús un sol pacient. Compatible MR850, MR880 i AIRVO 2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30014524

**Descripció llarga:**

Punta de llana de vidre desactivat tipus "liners" per a injector de cromatògraf (analitzador de gasos), forma Gooseneck Splitles, di àmetre intern 4mm, tècnica de treball split o splitless. Compatible amb equips de cromatografia Agilent o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30014886

**Descripció llarga:**

Adaptador d'oxigen-air de 22mm doble tetina per a sistema d'humidificació. Compatible amb humidificador MR850 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30016690

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2teràpia, adult, oberta, apta per a broncoscòpies i el pas de sondes nasogàstriques sense alterar la oxigenteràpia, rang de FiO2 de 24% al 90%, línia oxigen de 2 (+/-2)m rotatòria 360°, pot proporcionar alt flux. PVC, s/làtex/ftalats, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30017121

**Descripció llarga:**

Bossa per a la barreja de gasos en proves DLCO de funció pulmonar (capacitat de difusió del monòxid de carboni). Capacitat 9 (+/-1) litres (L), connexió rígida diàmetre intern 30mm. PVC, d'un sol ús. Compatible equips funció pulmonar Medisoft o eq



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 34 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 13 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30017122

**Descripció llarga:**

Bossa per a la barreja de gasos en proves DLCO de funció pulmonar (capacitat de difusió del monòxid de carboni). Capacitat 2 (+/-1) litres (L), connexió rígida diàmetre intern 30mm. PVC, d'un sol ús. Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30017123

**Descripció llarga:**

Reixeta metàl·lica diàmetre 48mm, 5mm ample. Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30017213

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, pediàtric, Ø 2 prolong nas 3.7mm, separació entre prolong 8mm, Ø tub 3,3mm, flux màx 8L/m. Compatible le humidificador MR850 o equivalent. Lliure làtex, no estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30017656

**Descripció llarga:**

Broquet de polietilè 22mm femella, llargària aproximada 72mm. Un sol ús, sense làtex.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30017802

**Descripció llarga:**

Connector/adaptador porta inhalador recte per a l'administració de fàrmacs a circuits respiratoris, de 15M-15F amb port MDI unidireccional amb indicador de direcció del medicament. Tap. Plàstic, lliure làtex, lliure ftalats, lliure PVC, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30018113

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2teràpia, adult, concentració mitjana, filtre bact/virus forats laterals exhalació filtra 99,9%. Ajust nasal, cinta elàstica sota orelles, línia anticol·lapse O2 (+/-0,2)m connexió estàndard, transparent, vorell siliconat, s/làtex/PVC, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30018632

**Descripció llarga:**

Equip de circuit (línia i connector) per a capnògraf, en una sola peça, amb humidificador (llarga durada, fins 72 hores). Ús: neonatal < 2 kg.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30018720

**Descripció llarga:**

Equip micronebulitzador de fàrmacs p/dipòsit traqueobronquial, peça en T amb broquet i línia O2 amb sistema antioclusió, connect univ femella 22mm, tancament de seguretat i sistema antigoteig fins a volum de 6 (+/-1)mL. Lliure de làtex, lús



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 35 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 14 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30019146

**Descripció llarga:**

Sensor digital a/cable integrat per mesura transcutània, continua i no invasiva de la pressió parcial CO2 (pCO2), saturació d'oxigen (satO2) i la freqüència cardíaca (FC).S/làtex, pacient adult, pediàtric i neonat.Compatible V-Sign 2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30019147

**Descripció llarga:**

Anell de fixació cutània per a la monitorització transcutània, continua i no invasiva de la pressió parcial CO2 (pCO2), satO2 i FC. Base circular adhesiva. Per a pacient adult, pediàtric i neonat.S/làtex,lús. Compatible amb sensor V-Sign 2/OxiVent o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30019148

**Descripció llarga:**

Gel de contacte d'alta viscositat. Envàs de 5 (+/1)mL. Lliure de làtex. Compatible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30019149

**Descripció llarga:**

Gas de calibratge per a sensor de pressió parcial de CO2 (pCO2), cilindre de 6,5 (+/-0,5) litres (L) a 10,5bar. Lliure de làtex. Com patible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30019150

**Descripció llarga:**

Intercanviador de membrana de sensor per a monitorització transcutània digital. Fixació adhesiva. Lliure de làtex, d'un sol ús. Comp atible amb sensor V-SignTM 2, OxiVenT o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30019256

**Descripció llarga:**

Tamis metàl·lic de 36Pa/L/s. Diàmetre 66mm. Lliure de làtex, reutilitzable. Compatible amb l'equip de funció pulmonar MASTER SCREEN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30019404

**Descripció llarga:**

Mànc reutilitzable PVC, ABS i Policarbonat 15cm amb cable 1,5m per a transductors rebutjables DATOSPIR TOUCH Diagnostic D o equival ent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30019544

**Descripció llarga:**

Banda inductiva de subjecció adult de longitud de 61 a 190 (+/-3)cm per a captació de moviment abdominal i toràcic mitjançant pletis mografia inductiva. Compatible amb equips d'estudis de la son amb connexió TP i mòdul Zrip o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 36 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 15 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30019546

**Descripció llarga:**

Banda inductiva de subjecció pediàtrica d'entre 41 a 107 (+/-3)cm, per a captació de moviment abdominal i toràcic mitjançant pletismografia inductiva. Lliure de làtex. Compatible amb equips d'estudis de la son amb connexió TP i mòdul Zrip o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30019547

**Descripció llarga:**

Joc cables per a connexió per a captació de moviment abdominal i toràcic mitjançant pletismografia inductiva. Compatible amb equips d'estudis de la son amb connexió TP i mòdul Zrip o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30019915

**Descripció llarga:**

Filtre mecànic electrostàtic amb membrana hidrofòbica bidireccional, eficàcia antibacteriana 99,99% i antiviral 99,9%. Broquet oval i forma anatòmica cònica, per a pacient adult. Compatible espiròmetre tipus MEDICAL GRAPHICS o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30020181

**Descripció llarga:**

Incentivador respiratori, mesurador del flux inspiratori per a proves de funcionalisme respiratori, amb broquet i tub corrugat, consta de tres cambres amb una bola de diferent color i mida, amb caudal de 600-900-1200cc/seg.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30021209

**Descripció llarga:**

Solució hipertònica estèril per a mobilitzar secrecions mucoses per inhalació. Compost per: 70mg/mL de clorur de sodi, 1mg/mL de hialuronat de sodi i aigua destil·lada. Estèril. Vial de 5 (+/-0,1)mL

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30027208

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal-bucal 2 línies (dividida) sist subjecció tipus ullera, adult, mesura CO2 i admin simultània O2 i gasos anestèsics. Connexió CO2 L-L/M i O2 L/F. Llarg línia O2 i línia CO2 2 (+/-0,2)m. Translúcid. S/làtex, lús. Compatible a/Microstream o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30027600

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, mida petita, llarg 32 (+/-2)cm, rang flux # 60 L/min, connector cònic mascle al sistema d'humidificació de 22mm. S/làtex, fталats, ús un sol pacient. Compatible MR850, MR880 i AIRVO 2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30027821

**Descripció llarga:**

Circuit de ventilació compost per: línia seca, ramal inspiratori escalfat de 1,5 (+/-0,1)m i cambra d'humidificació autoompliment, connectors ISO cònics. Fil de coure i polièster. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador MR850 o eq



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 37 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 16 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30028686

**Descripció llarga:**

Filtre bacterià per a sistema de determinació d'òxid nítric (ON) exhalat en pacient adult. Connexió a equip, DI 13mm, DE 25mm, conne xió pacient DI 16mm, DE 21mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb CLD88 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30028760

**Descripció llarga:**

Filtre de mostra de 200 µ de FTFE i connectors luer-lock. Compatible amb sistema determinació òxid nítric (ON) exhalat CLD88SP i sis tema de funció pulmonar AXHALYZER D. Lliure de làtex, d'un sol ús. Ref. 4877 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30028761

**Descripció llarga:**

Catèter infantil per a la determinació d'òxid nítric (NO) nasal, d'escuma, d'un sol ús. Compatible amb aparell Eco Mèdics Model CLD 88SP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30029030

**Descripció llarga:**

Vàlvula espiratòria de 50x42x42mm, de polipropilè, lliure de làtex, no estèril, asèptic, reutilitzable. Compatible amb equip per a mesura de la pressió nasal RPM de MicroMedical. Ref. ASS1221 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30029031

**Descripció llarga:**

Vàlvula espiratòria amb sistema d'identificació per radiofreqüència (RDIF). Trampa d'aigua. Lliure de làtex, lliure de PVC. Compati ble amb respirador V500 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30029455

**Descripció llarga:**

Adaptador en T adult 22F-22M/22F-22M/22F, per a connexió del nebulitzador en circuit respiratori en ventilació mecànica. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb nebulitzador de fàrmacs AeronebSolo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30029535

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, pediàtric, mesura de CO2. Línies d'O2 i CO2 separades per evitar barreja de gasos. Connexió luer-lock fem ella, llargària 2 (+/-0,2) metres (m). PVC translúcid. Lliure de làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30029536

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, lactant, mesura de CO2. Línies d'O2 i CO2 separades per evitar barreja de gasos. Connexió luer-lock femel la, llargària 2 (+/-0,2) metres (m). PVC translúcid. Lliure de làtex, d'un sol ús



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 38 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 17 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30029553

**Descripció llarga:**

Interfase directa traqueostomia per a oxigenoteràpia d'alt flux, diàmetre 22cm connexió 15mm femella. Lliure de làtex, d'un sol ús. C ompatible amb humidificador MR850/880/myAirvo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30029682

**Descripció llarga:**

Mascareta facial O2teràpia,adult,venturi 7 concentracions,línia O2 2 (+/-0 ,2)m,adapt caudalímetre,transparent,vorell siliconat,conn 22mm adaptable nebulitzador,sist obertura lateral,silenciador altes concentracions.S/làt/PVC,lús.Compatible a/nebulitzador

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30029758

**Descripció llarga:**

Circuit respiratori escalfat per a oxigenoteràpia d'alt flux pacient adult, compost per: cambra autoompliment i adaptador, Mida 1,5 (+/-0,1) metres (m), rang flux de 10 a 60 L/m. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb AIRVO2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30029840

**Descripció llarga:**

Interfície per a traqueostomia per a administració d'alt fluxe fins a 50 L/minut. Mida: 32 (+/-2) cm, connector cònic 15mm femella, . Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb AIRVO2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30029967

**Descripció llarga:**

Oliva nasal mida petita de goma lliure de làtex, compatibles amb espiròmetre Micro Medical RPM.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30029968

**Descripció llarga:**

Oliva nasal mida gran, de goma lliure de làtex, compatibles amb espiròmetre Micro Medical RPM.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30030448

**Descripció llarga:**

Broquet de pacient amb membrana antibacteriana per a transductor de flux DSR - Analitzador d'Òxid Nítric (ON). De polietilè (PE), d' un sol ús. Compatible amb equips Exhalyzer - CLD88SP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30030542

**Descripció llarga:**

Incentivador vàlvula obertura tipus llindar,tractament de rehabilitació respiratòria,pressió màxima 70cmH2O(circuit inspiratori) i 8 0 cmH2O(circuit expiratori).Compatible amb sistema entrenament músculs respiratoris ORYGEN DUAL.Ref.OR1410 o equivalent



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 39 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 18 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30030635

**Descripció llarga:**

Circuit respiratori escalfat per a oxigenoteràpia d'alt flux pacient pediàtric (< 2kg a 22kg), compost per: cambra autocompliment i a daptador. Mida 1,5 (+/-0,1) metres (m), rang flux de 2 a 25 L/m. Lliure làtex, un sol ús. Compatible AIRVO2/myAirvo 2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30030636

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 ,alt flux,mida infantil (3 a 15Kg).Flux màxim 20 L/min,a/sist fixació cara mitjançant apòsit hidrocol·loide,sist anticollapse i antidesconnexió.S/làtex/ftalats,lús.Compatible MR850,AIRVO2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30030637

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux,pediàtric (12 a 22Kg),flux màxim 25 L/min,a/sist fixació cara a/apòsit hidrocoloide,sist anticollapse i antidesconnexió.S/làtex/ftalats,lús.Compatible MR850,AIRVO2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30031867

**Descripció llarga:**

Filtre per a vàlvula DLCO compatible amb espiròmetre pulmonar EasyOne Pro/lab o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30033816

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux,prematu (igual o inferior 2Kg),flux màxim 8 L/minut,sist fixació cara a/apòsit hidrocol·loide, sist anticollapse,antidesconnexió.S/làtex/ftalats,lús.Compatible MR850 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30034105

**Descripció llarga:**

Unitat de nebulització de fàrmacs, compatible amb tots els respiradors mecànics. Volum residual 0,3 (+/-0,1) mL en una dosi de 3 (+/-1) mL. Tap d'ompliment, no produeix escalfament. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible Aerogen Solo o o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30034312

**Descripció llarga:**

Atomitzador fàrmacs a través de la mucosa nasal,tamany mig de partícules 50µ,punta cònica,pestanya mal·leable giratòria 180° per a formar tap nasal, possibilitat ompliment segons necessitat pacient.Material resistent, lliure làtex/ftalats.Ús sol pacient

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30034414

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux, mida nounat (1 a 8Kg) ,flux màxim 8 L/minut,sistema fixació cara a/apòsit hidrocol·loide,sist ema anticollapse i antidesconnexió.S/làtex/ftalats,lús.Compatible MR850 o eq



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 40 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 19 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30034417

**Descripció llarga:**

Línia mostres CO2 adult/pediàtric intubat.Filtre antibacterià 0,2µ ,hidrofòbic,doble port mostreig, adaptador via aèria universal 15 /22mm per a TET >4,5mm, cànules traqueo,sist aspiració tancat.Tub 2(+/-0,2)m.S/làtex,lús.Compat capnògraf Microstream o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30034418

**Descripció llarga:**

Línia mostra CO2 pacient lactant/nounat intubat amb: filtre antibacteris 0,2 mic hidrofòbic;2port mostreig;adapt via aèria 15 i 22mm p/TET < 4,5mm,cànules traqueo i sist aspir tancat;espai mort < 0,5ml i pes 3,8gr;L 2m.Lliure de làtex,ús 1 sol pacient

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30034621

**Descripció llarga:**

Equip de prova amb un sensor i 100 filtres. Compatible amb analitzador d'Òxid Nítric (ON) Niox Vero o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30034622

**Descripció llarga:**

Equip de prova amb un sensor i 300 filtres per a 300 mesuraments compatible amb analitzador d'Òxid Nítric (ON) Niox Vero ref. 300 (1 2-1830) o equivalent

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30034623

**Descripció llarga:**

Equip de prova amb un sensor i 500 filtres. Compatible amb analitzador d'Òxid Nítric (ON) Niox Vero o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30034680

**Descripció llarga:**

Broquet per a la presa de mostres d'aire aspirat en les proves de cooximetria i hidrogen espirat. Classe I, no estèril, d'un sol ús. Compatible amb equips Smokerlyzer (piCO+, Micro+, piCO baby), Gastro+, ToxCO o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30035355

**Descripció llarga:**

Adaptador de tub endotraqueal per a monitorització de CO2 (capnografia) compatible amb monitor/desfibril·lador Corpuls o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30035356

**Descripció llarga:**

Adaptador d'ulleres nasals per a monitorització de CO2 (capnografia), d'un sol ús, compatible amb monitor/desfibril·lador Corpuls o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 41 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 20 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30037829

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux a adults, flux màxim 15L/m, tub llargària 2 (+/-0,2) metres (m), translúcid, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30037900

**Descripció llarga:**

Cambra plegable per a retenció d'aerosol per a inhalació de fàrmacs (MDI) en pacient adult/pediàtric, amb vàlvula inspiratòria unidireccional i vàlvula exhalatòria. Adaptador universal a aerosol, de paper i lliure de làtex, ús en un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30037901

**Descripció llarga:**

Cambra antiestàtica retenció aerosol per a inhalació de fàrmacs MDI (inhaladors dosificadors pressuritzats) pacient infantil/adult sense vàlvula, adaptador universal aerosols. S/làtex. Autoclavable 134° (10 cicles). Compatible mascareta adult/ped.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30037902

**Descripció llarga:**

Mascareta de silicona anatòmica buconasal mida 1 (més de 5 anys), per a pacient pediàtric. Compatible amb cambra antiestàtica cilíndrica rica de retenció d'aerosol per a inhalació de fàrmacs MDI. Reutilitzable. Autoclavable.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30037903

**Descripció llarga:**

Mascareta de silicona anatòmica buconasal mida 2 (1 a 5 anys), per a pacient pediàtric. Compatible amb cambra antiestàtica cilíndrica a de retenció d'aerosol per a inhalació de fàrmacs MDI

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30037904

**Descripció llarga:**

Mascareta de silicona anatòmica buconasal mida 1 (0 a 18 mesos), per a pacient pediàtric. Compatible amb cambra antiestàtica cilíndrica rica de retenció d'aerosol per a inhalació de fàrmacs MDI

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30037984

**Descripció llarga:**

Adaptador capnògraf i tub d'O2 per a pacients no intubats de fins a 10 L/min de 2 (+/-0,2) metres (m) de llargària, permet endoscòpia. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb capnògraf Microstream o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30038028

**Descripció llarga:**

Adaptador capnògraf i tub d'O2 per a pacients no intubats de fins a 10 L/min de 4 (+/-0,2) metres (m) de llargària, permet endoscòpia. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb capnògraf Microstream o equivalent.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZA5E5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 42 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 21 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30038906

**Descripció llarga:**

Mascareta facial oro-nasal de silicona de color blau, per a proves d'esforç i funció respiratòria, sense arnes i adaptador. Mida gran (G), pes 134 gr(+/-2gr), 190x110x75mm (+/-5mm). Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30038907

**Descripció llarga:**

Mascareta facial oro-nasal de silicona de color blau, per a proves d'esforç i funció respiratòria, sense arnes i adaptador. Mida petita (P), pes 108 gr(+/-2gr), 190x110x75mm (+/-5mm). Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30038908

**Descripció llarga:**

Mascareta facial oro-nasal de silicona de color blau, per a proves d'esforç i funció respiratòria, sense arnes i adaptador. Mida mitjana (M), pes 126 gr(+/-2gr), 190x110x75mm (+/-5mm). Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30040538

**Descripció llarga:**

Adaptador de TET a capnògraf per a tubs de diàmetre >4,0mm i de 3(+/-0,5)m de llarg. Lliure de làtex. Compatible capnògraf Sidestream o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30040601

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, adult per a mesura CO2 amb filtre antibacterià i línia d'O2 de 2 (+/-0,2) metres (m) de llargària. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb capnògraf Microstream o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30040602

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula oral-nasal ullera, adult per a mesura CO2 amb filtre antibacterià i línia d'O2 2(+/-0,2) metres (m) de llargària. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb capnògraf Microstream o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30040691

**Descripció llarga:**

Adaptador de TET a capnògraf per a tubs de diàmetre >4,5mm. Lliure de làtex. Compatible sensor capnògraf EtCO2 Puritan Bennet PB980 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30040961

**Descripció llarga:**

Anell de fixació cutània per a monitorització transcutània amb base circular adhesiva. Per a pacient adult, pediàtric i nou-nat. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 43 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 22 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30041379

**Descripció llarga:**

Xeringa de 60 (+/-10) mL de capacitat amb tap per a nebulització continua. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb nebulitzador de fàrmacs AeronebSolo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30041380

**Descripció llarga:**

Tub connector per a nebulització continua, longitud: 1,7 (+/-0,2) metres (m). Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb nebulitzador de fàrmacs AeronebSolo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30041531

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2, pediàtric, puntes nasals corbes, llengüeta flexible, línia oxigen 2(+/-0,2)m,sistema anticol·lapse, co nneixió universal tipus "luer" femella, cànula suau i transparent,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30042275

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 en polisomnografia,puntes nasals dissenyades p/monitorització flux aire,línia O2 2(+/-0,2)m,anticol·lap se,luer-lock mascle+filtre hidròfug.S/làtex,lús.Compatible tipus PTAF/PTAlite o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30042349

**Descripció llarga:**

Broquet de polietilè (PE), adaptador de broquet de cartró i cooxímetre ,d'un sol ús. Compatible amb CO CHECK o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30042350

**Descripció llarga:**

Connector cònic de 22mm mascle per a nebulitzador. Liure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador MR850/Airvo2/myAirvo2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30042389

**Descripció llarga:**

Catèter/cànula endotraqueal per a l'administració de surfactant compatible amb tècnica LISA. Connexió luer. Mides: 6F x 200 mm(+/-5) . Estèril, d'u sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30043004

**Descripció llarga:**

Dispositiu entrenament respiratori a/sistema apertura lllindar inspiratori/expiratori, p/músculs inspiratoris i expiratoris, màx 90(+/-5)cmH2O inspiratori i 60(+/-5)cmH2O expiratori,regulat interval 10cmH2O, broquet i pinça nas,rentat,autoclau,s/làtex.lús



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 44 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 23 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30043519

**Descripció llarga:**

Broquet de silicona amb connector ISO 22mm compatible amb aparell de funció pulmonar Exhalyzer D, CLD 88 sp o equivalent. Reutilitza ble.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30043618

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2,alt flux, nounat,mida XS,flux 0.5-8 L/minut ,sist fixació cara a/apòsit hidrocol·loide,sist anticol·laps e i antidesconnexió.S/làtex,lús.Compatible MR850/Airvo2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30047381

**Descripció llarga:**

Adaptador de TET a capnògraf per a tubs de diàmetre >4,0mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sensor per a Hamilton S1, C 1, C2 T1 i G5 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30047384

**Descripció llarga:**

Sona/cànula nasal ullera, d'alt flux, mida petita, tub corrugat amb connexió a ventilador, màxim 35 LPM, cinta de subjecció, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb Hamilton S1, G5, C6, C3, C2, C1, T1 i MR1 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30047614

**Descripció llarga:**

Interfície per a traqueotomia per a administració gasos respiratori d'alt flux humidificats fins a 60 L/minut. Connectors standard. Cinta ajustable al coll amb botó tipus "clip". Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible FD140 Flow Driver o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30047615

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux,adults, mida M,flux màx 60L /minut. Cinta ajustable al coll amb botó tipus "clip". Lliure de l àtex, un sol ús. Compatible FD140 Flow Driver o equival

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30048553

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla mitjana (M), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30048555

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla petita (P), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de l àtex, reutilitzable.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 45 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 24 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30048556

**Descripció llarga:**

Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals mida petita/Mitjana (P/M), amb 5 punts d'ancoratge tipus clip. Reutilitzable . Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30048557

**Descripció llarga:**

Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals tipus 7450 V2 o equivalent, mida gran (G), amb 5 punts d'ancoratge tipus cli p. Compatible amb codi SAP 30048553, 30048554, 30048555

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30048562

**Descripció llarga:**

Adaptador per a mascareta, de silicona. Reutilitzable. Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30048595

**Descripció llarga:**

Cèl·lula per a anàlisi d'O2. Compatible amb espiròmetre Vyntus CPX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30051140

**Descripció llarga:**

Adaptador de tub endotraqueal, traqueostomia, o mascareta per a monitorització de CO2 (capnografia) amb finestra òptica transparent. Lliure de làtex, d'n sol ús. Compatible amb capnògraf EMMA o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30051166

**Descripció llarga:**

Broquet de plàstic sense filtre compatible amb espiròmetre NDD Easyone World/Pro/Lab/on-PC o equivalent. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30051168

**Descripció llarga:**

Filtre adaptable a entorn bucal de nens i adults per a espirometria. Eficàcia de filtració: 99,99%. D'UN SOL ÚS. Compatible amb espi ròmetres de Jaeger, Sensormedics, M.E.C., Geratherm o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30051171

**Descripció llarga:**

Oliva per a rinomanòmetre diàmetre de 30 (+/-1)mm, mida 2, de silicona/polipropilè.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JOXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 46 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 25 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30051173

**Descripció llarga:**

Oliua per a rinomanòmetre diàmetre de 20 (+/-1)mm, mida 1, de silicona/polipropilè.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30051474

**Descripció llarga:**

Equip per a funció pulmonar, espirometria, compost per: broquet de plàstic suau Ø interior de 28 (+/-0,1)mm, filtre electrostàtic de Ø interior 26, (+/-0,1)mm, i pinça nasal. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb equips Medisoft o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30051481

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, pediàtric, flux 1-10 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoix inat de silicona. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30051623

**Descripció llarga:**

Circuit calefactat per a sistema d'alt flux, de 1,5 (+/-0,1) metres (m), amb cambra humidificadora i ramal de 0,6 (+/-0,1) metres (m) i filtre antibacterià. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador AquaVent o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30051652

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2, alt flux, pediàtric, mida M, flux 0,5-10 L/minut, sist fixació cara a/apòsit hidrocoloide, sist anticol·lapse i antidesconnexió. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Comp MR850, AIRVO2 RT330 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30051653

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, pediàtric, mida S, flux 0,5-9 L/minut, sist fixació cara a/apòsit hidrocoloide, sist anticol·lapse i antidesconnexió. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Comp MR850, AIRVO2 RT330 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30051682

**Descripció llarga:**

Vàlvula venturi de plàstic concentració fix al 24% compatible amb mascareta facial. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30051845

**Descripció llarga:**

Dispositiu inhalador pressió posit teràpia respiratòria a/vàlv unidireccional independent flux aire tipus manxa. Pressió expiratòria 4 a 20cmH2O. Broquet incorporat. Escala graduació resistent. Plàstic transparent. Pinçanasal. S/làtex, no estèril, l sol pacient



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 47 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 26 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30052262

**Descripció llarga:**

Eq respiratori escalfat oxigenoteràpia alt flux a/connex Optiflow/optiflow junior o eq, compost:tub escalfament 180 (+/-10)cm, cambra d'autoomplimen tipus MR290 o eq i adaptador p/nebulització.S/làtex/ftalats,no estèril ,lús. Compatible Airvo/Airvo2 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30052749

**Descripció llarga:**

Filtre HMEF mecànic i electrostàtic amb membrana hidrofòbica, aire calent i humidificat, eficàcia antibacterià 99,99% i antiviral 99,99%, connexions ISO 22M/15F- 22F/15M. Port mostreig. De plàstic transparent.Lliure làtex,lús.Compatible EXHALYZER D o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30052824

**Descripció llarga:**

Adaptador per filtre antibacterià i antivíric reutilitzable (desinfecció amb amonis quaternaris) Ø28mm,per a espiròmetre tipologia L illy (tipus DATOSPIR) o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30052826

**Descripció llarga:**

Pinça nasal per a proves de la funció respiratòria, cos i peces de pressió de polipropilè (PP), lliure de làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30052833

**Descripció llarga:**

Broquet de polipropilè amb filtre. Compatible amb sistema mesurador FeNO (òxid nítric exhalat)en pacients asmàtics, permet 5 determi nacions limitades en 15minuts,rebutjable.Compatible amb sistema Vivatmo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30053075

**Descripció llarga:**

Broquet elastòmer de 30x19x12 (+/-1)mm. Compatible amb filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar. Neumofilt o equ i.60

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30053082

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux,premat,flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixin at de silicona. Lliure làtex,lús.Compatible Precision Flow o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30053083

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux, mida nounat,flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixinat de silicona.Lliure làtex,lús.Compatible Precision Flow o eq



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 48 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 27 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30053084

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2, alt flux, pediàtric, flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixi nat de silicona. Lliure làtex, lús. Compatible Precision Flow o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30053085

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux, pediàtric, flux 1-20 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoix inat de silicona. Lliure làtex, lús. Compatible Precision Flow o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30053086

**Descripció llarga:**

Circuit calefactat per a sistema baix flux, de 1 a 8 L/min. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador Vapotherm Precision Flow o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30053249

**Descripció llarga:**

Broquet per a alcoholímetre, amb vàlvula antiretorn, de polivinil, compatible amb alcoholímetres i etilòmetres Alcotest 6820 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30053415

**Descripció llarga:**

Vàlvula inspiratòria de 50x42x50mm, de polipropilè, lliure de làtex, noestèril, asèptic, reutilitzable. Compatible amb equip per a mesura de la pressió nasal RPM o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30053416

**Descripció llarga:**

Adaptador de 30mm de diàmetre per a filtre, de plàstic, reutilitzable. Compatible amb equip per a mesura de la pressió nasal RPM o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30053550

**Descripció llarga:**

Tub de monitorització continua per sensor de capnògraf EtCO2, de 4 (+/-0,1) metres (m). Lliure de làtex. Compatible amb monitor/desfibrilador LIFEPAK 20 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30053780

**Descripció llarga:**

Sistema de fixació/apòsit adhesiu hidrocol·loide per a cànula/ullera d'alt flux, per a nadó prematur de menys de 2 Kg. Lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb cànula Optiflow OPT312 o equivalent.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 49 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 28 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30053781

**Descripció llarga:**

Sistema de fixació/apòsit adhesiu hidrocol·loide per a cànula/ullera d'alt flux, per a nadó de 2 a 22 Kg. Lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb cànula Optiflow OPT314/316/318 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30053784

**Descripció llarga:**

Sistema de fixació/apòsit adhesiu hidrocol·loide i veta adherent per a cànula/ullera. Per a nadó prematur de < 2000 g. Lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30053874

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla super petita (XS), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30053887

**Descripció llarga:**

Mesurador de CO2 colorimètric i/o qualitativa al final de volum corrent per a pacient pediàtric de 1 a 15 Kg. Connexió DE 18/DI 15mm. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30053964

**Descripció llarga:**

Línia monitorització ped/adult, 3(+/-0,1)m i adaptador en T per a TET, traqueostomia, o mascareta, monitorització CO2, O2 i freqüència respiratòria. S/làtex/ftalats, lús. Compatible amb mòdul monitorització CareScapeE-sCO, E-sCOV, E-sCOVX i E-miniC o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30054010

**Descripció llarga:**

Filtre i pinça nasal per a espirometria i altres proves de funció pulmonar, eficàcia de filtració 99,9999% (bacteris i virus), espai mort 70 (+/-5)mL, pes 14,5 (+/-1)g. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30054011

**Descripció llarga:**

Broquet d'elastòmer de 30x19x12(+/-1)mm. Compatible amb filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar Neumofilt o equivalent.150

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30054019

**Descripció llarga:**

Filtre, broquet i pinça nasal per a espirometria i altres proves funció pulmonar, eficàcia filtració 99,99%(bacteris i virus), espai mort 77(+/-5)mL, pes 34(+/-1)g. Lliure de làtex, lús. Compatible amb espirometres Fukuda Denshi, Datospir, SP-350, Fudac-77 o eq



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 50 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 29 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30054428

**Descripció llarga:**

Nebulitzador tancat a/filtre exhalat bact/vir ajuts tancat i mascareta s/orificis ajustable sobre o sota barbata, a nas s/pinça. Reser vori graduat 10(+/-1)mL, partícula 2-3 µ. Goma sota les orelles, línia O2 anticol·lapse 2(+/-0,2)m, lliure làtex/ftalats, lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30060111

**Descripció llarga:**

Cànula nasal amb filtre de polisomnografia per a registre del flux respiratori durant poligrafies, mida adult, de 61 (+/-2)cm, conne xió Luer-Lock.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30060239

**Descripció llarga:**

Filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar, eficàcia de filtració 99,99999% (bacteris i virus), espai mort 70 (+/- 5)mL, pes 33 (+/-1)g. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible amb espiròmetres Jaeger, Sensormedics, M.E.C., Geratherm o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30060327

**Descripció llarga:**

Sensor de flux amb convertidor diferencial de flux passiu respiratori, per a mesura de la despesa energètica en repòs (REE) en pacie nts ventilats. Connexió ISO. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb calorímetre Q-NRG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30060328

**Descripció llarga:**

Adaptador per a FiO2 per a ventilació mecànica, connexió 22mm. Compatible amb calorímetre Q-NRG o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30060501

**Descripció llarga:**

Adaptador/connecteur de sonda/cànula alt flux a VM nen prematur. Sist subjecció tipus ullera, mida XS. Fixació cara a/apòsit hidrocol·loide i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió. S/làtex ,lús. Compatible tubuladures i humidificador F&P950

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30060502

**Descripció llarga:**

Adaptador/connecteur de sonda/cànula alt flux a VM pediatria. Sist subjecció tipus ullera, mida S. Fixació cara a/apòsit hidrocol·loid e i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió. S/làtex ,lús. Compatible tubuladures i humidificador F&P950

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30060503

**Descripció llarga:**

Adaptador/connecteur de sonda/cànula alt flux a VM pediatria. Sist subjecció tipus ullera, mida M. Fixació cara a/apòsit hidrocol·loid e i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió. S/làtex ,lús. Compatible tubuladures i humidificador F&P950



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 51 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 30 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30060748

**Descripció llarga:**

Equip nasal pediàtric per a mesuraments de la concentració de NO (òxid nítric) en aire espirat de la cavitat nasal compatible amb an alitzador de NO Niox Vero o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30060993

**Descripció llarga:**

Filtre antibacterià 99,99999%/viric 99,998 per a espiròmetres amb transductor. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb Datospir o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30061186

**Descripció llarga:**

Oliva nasal mida mitjana (M), de goma. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre Micro Medical RPM o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30061187

**Descripció llarga:**

Oliva nasal mida extra-petita (XS), de goma. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre Micro Medical RPM o equivalent .

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30061627

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, O2 alt flux pediàtric, mida XXL, flux 1-50 L/minut, sist fixació cara mitjançant apòsit hidrocoloide, sist anticollapse i antidesconnexió. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Comp MR850, AIRVO2 RT330 o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30061995

**Descripció llarga:**

Broquet amb adaptador, de plàstic, sense filtre, compatible amb espiròmetre EASY ONE PRO/LAB o equivalent. Estèril, envàs individual , d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30062096

**Descripció llarga:**

Filtre per a oscil·lòmetre, de material plàstic, antibacterià/antiviric, filtració 99,99999% (bacteris)/99,999% (virus). Lliure de l àtex, d'un sol ús. Compatible amb l'equip de funció pulmonar tremoFlo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30062108

**Descripció llarga:**

Filtre compatible amb espiròmetre pulmonar EasyOne Pro/lab o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 52 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 31 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30062185

**Descripció llarga:**

Tub silicona anterior Ø2,5mmIDx5mmOD per rinomanòmetre NR6 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30062220

**Descripció llarga:**

Sist nebulitz fàrmacs adults, malla vibratòria amb mascareta i cambra nebulitzadora compatible amb mascaretes estàndars. Vol res 0,3 (+/-0,1)mL en dosi 3(+/-1)mL. Partícules 1-5 µ.S/làt/lús. Compat nebulit/control Aerogen Solo/Pro-X/USB Aerogen o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30062221

**Descripció llarga:**

Sist nebulitz fàrmacs pediàtric, malla vibratòria amb mascareta i cambra nebulitzadora compatible amb mascaretes estàndars. Vol res 0,3(+/-0,1)mL en dosi 3(+/-1)mL. Partícules 1-5 µ.S/làt/lús. Compat nebulit/control Aerogen Solo/Pro-X/USB Aerogen o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30062222

**Descripció llarga:**

Ampolla amb adaptador a caudalímetre diàmetre internacional, aigua destil·lada estèril de 340 (+/-10) mL de capacitat per a procediments d'inhalació en sistemes tancats de nebulització o humidificació en fred o calent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30062223

**Descripció llarga:**

Ampolla amb adaptador a caudalímetre diàmetre internacional, aigua destil·lada estèril de 650 (+/-10) mL de capacitat per a procediments d'inhalació en sistemes tancats de nebulització o humidificació en fred o calent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30062237

**Descripció llarga:**

Adaptador TET per a pediatria i adult, monitorització continua per sensor de capnògraf EtCO2, de 4 (+/-0,1) metres (m), per a ús amb TET > 4,5 mm Lliure de làtex. Compatible amb monitor/desfibril·lador LIFEPAK 12, LIFEPAK 15 e LIFEPAK 20/20e o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30062252

**Descripció llarga:**

Ampolla amb adaptador a caudalímetre diàmetre internacional, aigua destil·lada estèril de 500 (+/-10) mL de capacitat per a procediments d'inhalació en sistemes tancats de nebulització o humidificació en fred o calent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30062388

**Descripció llarga:**

Broquet amb restricció del pas de l'aire espirat per a mostres d'aire de flux continu compatibles amb broquet de plàstic. Per a ús conjunt amb broquet de plàstic Steribreath. Compatible amb PICO+, MICRO+ i GRATRO+ o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 53 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 32 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30062438

**Descripció llarga:**

Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla super-superpetita (XXS), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip .  
Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30062439

**Descripció llarga:**

Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals tipus 7450 V2 oequivalent, mida petita (P), amb 5 punts d'ancoratge tipus cl ip.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30062440

**Descripció llarga:**

Adaptador de policarbonat per a mascareta facial oro-nasal de silicona,per a proves d'esforç i funció respiratòria, compatible amb M GC pneumotacògraf Prevent o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30062532

**Descripció llarga:**

Adaptador de plàstic per a mesurar pressions bucals inspiratòries/espíratòries màximes (MIP/MEP). Lliure de làtex, no estèril.  
Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30063583

**Descripció llarga:**

Filtre per a línia de monitorització de capnògraf (EtCO2). Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30063584

**Descripció llarga:**

Adaptador TET per a pediatria i adult, monitorització continua per sensor de capnògraf EtCO2, de 2 (+/-0,1) metres (m), per a ús amb TET > 4,0 mm  
Lliure de làtex. Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30063585

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, adult, per a mesura CO2 expirat (EtCO2) i línia O2 de 2 (+/-0,2) metres (m) de llargària. Lliure de làtex , d'un sol ús.  
Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30063691

**Descripció llarga:**

Línia per a determinació de la capacitat de difusió del monòxid de carboni (DLCO), de 2,4(+/-0,2) metres (m). Lliure de làtex, d'un sol ús.  
Compatible amb Vyntus ONE o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 54 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 33 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30063759

**Descripció llarga:**

Broquet peça en D amb filtre antibacterià sistema compatible amb equipsper a presa de mostres d'aire espirat en proves de cooximetri a. Lliure de làtex, d'un sol ús. piCO+, piCO Simple, piCO baby & Micro Plus Smokerlyzers de BEDFONT o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30063760

**Descripció llarga:**

Peça en T de de pressió expiratòria positiva (PEP) i broquet, vàlvula inspiratòria unidireccional a port inspiratori i port espirato ri adaptables a diferents resistències. Connexió ISO 22M/15F-22M. De plàstic transparent. Lliure de làtex, no estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30063761

**Descripció llarga:**

Peça de resistència per a teràpia de pressió expiratòria positiva (PEP)2.0 mm. Codificació de color. Lliure de làtex, d'un sol ús. C ompatible amb peça en T amb vàlvula unidireccional o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30063762

**Descripció llarga:**

Peça de resistència per a teràpia de pressió expiratòria positiva (PEP)4.0 mm. Codificació de color. Lliure de làtex, d'un sol ús. C ompatible amb peça en T amb vàlvula unidireccional o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30063763

**Descripció llarga:**

Peça de resistència per a teràpia de pressió expiratòria positiva (PEP)6.0 mm. Codificació de color. Lliure de làtex, d'un sol ús. C ompatible amb peça en T amb vàlvula unidireccional o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30063889

**Descripció llarga:**

Adaptador i línia calorímetre. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30063890

**Descripció llarga:**

Vel de 150 x 150 amb forat central. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30063891

**Descripció llarga:**

Filtre electrostàtic per a pacient antibacterià/viric 99,999%. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 55 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 34 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30063903

**Descripció llarga:**

Filtre electroestàtic per a espirometria i altres proves funció pulmonar, eficàcia filtració 99,9999% (bacteris i virus), espai mort 50 (+/-5)mL. S/làtex, lús. Compatible amb espiròmetres PowerCube Body+, SpiroScout, PowerCube Diffusion+, Tremoflo o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30063904

**Descripció llarga:**

Filtre electroestàtic+broquet p/espirometria,proves funció pulmonar ,eficàcia filtració 99,9999% (bacteris/virus), espai mort 50 (+/-5 )mL,26(+/-2)g.S/làtex, lús. Compatible amb espiròmetres PowerCube Body+, SpiroScout, PowerCube Diffusion+, Tremoflo o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30064070

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera, adult, longitud 42 (+/-2)cm, connector amb filtre. Clorur de polivinil (PVC) transparent, lliure de làte x. Compatible amb equip de poligrafia respiratòria estudi de la son NOX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30064117

**Descripció llarga:**

Dispositiu d'entrenament respiratori amb un sistema per a músculs inspiratòria regulable de 0 a 78 cmH2O. Incorpora broquet i pinça de nas. Pera un únic pacient. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30065166

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera i termistor, adult, longitud 60 (+/-2)cm, connector amb filtre. Clorur de polivinil transparent, s/làtex, lús. Compatible amb equip de poligrafia respiratòria per a l'estudi de la son NOX o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30065175

**Descripció llarga:**

Incentivador respiratori amb broquet de la modulació de cabal expiratori amb un rang 2,5 a 0. Lliure de làtex, lliure de ftalats. Ús en un sol

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30065919

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,nadó prematur i pediàtric lactant, per a mesura CO2 amb filtre antibacterià de 0,2 micres (µ) i línia subm ininstrument oxigen de 2 (+/-0,2)m.S/làt,DEHP,lús. Compatible amb capnògraf Microstream o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30065920

**Descripció llarga:**

Sonda/cànula nasal ullera,pediàtric , per a mesura CO2 amb filtre antibacterià de 0,2 micres (µ) ilínia subministrament oxigen de 2 (+/-0,2) metres (m).S/làt,DEHP,lús. Compatible amb capnògraf Microstream o eq



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 56 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 35 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30065964

**Descripció llarga:**

Màneg de pacient. Compatible amb analitzador d'Òxid Nítric (ON) Niox Vero o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30065997

**Descripció llarga:**

Cambra antiestàtica cilíndrica retenció aerosol inhalació fàrmacs MDI pacient infantil/adult,vàlvula unidireccional,adaptador univer sal silicona a aerosols, adaptador tub traqueo. S/làt/DEHP,BPA,autoclavable 121°(20 cicles).Compatible mascareta adult/ped

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30066777

**Descripció llarga:**

Interfície per mascareta de traqueostomia per administració d'alt fluxe fins a 50 L/minut. Mida: 22 (+/-2) cm, connector cònic 22m m femella,. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb AIRVO2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30066858

**Descripció llarga:**

Adaptador reutilitzable per col·locació entre broquet de cartró i filtre antibacterià/viric compatible amb cooxímetre CO CHECK o equiv alent

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30068175

**Descripció llarga:**

Mesurador del flux inhalatori nasal.Flux i escala inhalador p/ensinistrament d'us correcte dels inhaladors.Mesura de taxa de flux màxim i simulador de característiques de resistència del inhalador específic de pacient.Lliure de làtex.Ús en un sol pacient

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30068229

**Descripció llarga:**

Filtre d'entrada d'aire per a nebulitzador. Mida del filtre 14mm x 0,5mm. Lliure de làtex. Compatible amb Omron C-28 NEW o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30068672

**Descripció llarga:**

Broquet/pipeta a/vàlvula p/sistema nebulitzador fàrmacs AEROGEN ULTRA o equivalent, ús a/filtre eficiència mínima del 99,9 % (bacterià) o 99,8 % (viric), ús únic pacient, 20 tractaments d'us intermitent (4 dosis/dia/5dies), no esterilitzable en autoclau.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30068673

**Descripció llarga:**

Tub d'oxigen per sistema nebulitzador fàrmacs AEROGEN ULTRA o equivalent, flux entre 1 i 6 LPM, ús únic pacient, 20 tractaments d'us intermitent (4 dosis/dia/5dies), no esterilitzable en autoclau.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 57 de 73



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 03.04.2025  
HORA: 13:13:36  
PÀGINA: 36 / 36

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 30069447

**Descripció llarga:**

Filtre electroestàtic per a espirometria i altres proves funció pulmonar, eficàcia filtració 99,9999% (bacteris i virus), espai mort 50 (+/-5)mL. S/làtex, lús. Compatible amb espiròmetres PowerCube Body+, SpiroScout, PowerCube Diffusion+, Tremoflo o eq

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 30069448

**Descripció llarga:**

Nebulitzador fàrmacs p/aerosolteràpia adult,antibolcada, transparent.Cabal d'arrossegament 4 a 8L/min. MMAD 1.00 al.30.Ús en un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101431873 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 30069756

**Descripció llarga:**

Sist nebulitzador PVC, de malla, portàtil amb mascaretes Adult/Ped ,gotmedició,banda elast,unitat principal,cable i adapt USB tipus C.Veloc =>20ml/min,tamany partíc 5µm,capacitat 8ml.Ús en un sol pacient

Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

Pàgina 58 de 73



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ





ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 59 de 73



ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JOXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 60 de 73



### Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2., en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

#### Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variànt):	B																		
Número oferta Variànt:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Precunitari sortida amb IVA	Par	Referència	Precunitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres.	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Pneu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030781	Sabó en gel per a rentas de mans (pH neutre) amb 300 ml i 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030781	18029	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030781	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (pH 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73846	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030981	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, amb 1 litre Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

#### 1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' <b>ANNEX B</b> . ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica


CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 61 de 73



	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del <b>seu</b> producte i de les <b>seves</b> dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 62 de 73

	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes les característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<b>Marcat CE = SI</b> Quan el material té <b>Marcat CE</b> , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE <b>Marcar CE = NO</b> Quan el material <b>NO te Marcat CE</b> , <b>DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP</b> <b>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum.</b> <b>Tipus de classe:</b> Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

## 2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 63 de 73

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
<input type="text"/>			<input type="text"/>
			LOT
			Tipus oferta
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Dades d'acreditacions			
Marcat CE/Tipus de classe <input type="text"/> <small>Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC</small>		Logo de l'empresa	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris <input type="checkbox"/> (SI/NO)		<input type="text"/>	
Altres acreditacions i/o auto certificació <input type="text"/> <small>Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material</small>			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnIcv\_pag1



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 64 de 73



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat \*

Material de fabricació \*

Mides del material ofertat \*

Descripció ampliada del producte

Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al  
10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 65 de 73





ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 66 de 73



**1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació**

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

<b>RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES</b>	
<b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<b>Normativa</b>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 67 de 73



ANNEX D4

Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 69 de 73

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 70 de 73

S'ha d'omplir l'excel ANNEX\_D4\_110xxxxxx

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31J0XH2VZAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 71 de 73

2. **Pestanya lot i/o lots**

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

**SI PRESENTA OFERTA = SI** tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplaçar e indicar la opció correcta.

**SI PRESENTA OFERTA = NO** els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

**Exemple:**

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situ entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situ entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L.L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Si	Si	Si	No



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 72 de 73



ANNEX E - Presentació de mostres

-No és necessari presentar mostres-



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
04/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 10/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0198T31JQXHZVAE5IOCSEM41WD2YRPOJ

Data creació còpia:  
10/04/2025 12:37:00

Pàgina 73 de 73