

**ATL**Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat**Acta de la Mesa de descàrrega, obertura i revisió de la documentació del SOBRE A (sobre digital)**Contracte: **Dret Administratiu**

Àrea promotora: Direcció d'Operació

Tipus: Subministrament

Expedient: **EC25/000056**Procediment: **Obert**

Criteris d'adjudicació: Preu (65 punts) i criteris d'adjudicació automàtics (35 punts)

Títol: Subministrament d'analitzadors online de cromatografia iònica necessaris pels laboratoris de control de procés de tractament de l'ETAP Ter i l'ETAP Llobregat, de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat

Valor estimat del contracte (sense IVA): 590.000,00 €

Pressupost licitació: 590.000,00 € + 123.900,00 € (IVA) = 713.900,00 €

Termini d'execució: vint-i-quatre (24) setmanes

Identificació de la sessió desenvolupada per mitjans virtuals a distància:

Data: 14 de maig de 2025

Membres Mesa de Contractació

President Suplent: Luciano Sánchez. Cap de Compres i Contractació.

Vocal: Àngel Barceló. Responsable de Tractament EDR.

Vocal: Alba Jové. Tècnica del Servei Jurídic.

Vocal suplent: Maria José Covacho. Responsable de Gestió Econòmica i Fiscal.

Secretària: Iris Azorín. Tècnica Jurídica del Departament de Contractació.

Ordre del dia:

1. Descàrrega, obertura i examen de la documentació del Sobre A presentada pels licitadors mitjançant l'eina del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Desenvolupament de la sessió per mitjans virtuals a distància, vistes les successives intervencions efectuades per cadascun dels membres de la Mesa:

1. El President obre la sessió i d'acord amb les següents empreses presentades segons certificat de l'eina Sobre Digital:

Per a la licitació corresponent a "Contracte de subministrament d'analitzadors online de cromatografia iònica per a la determinació de clorits, clorats, clorurs, bromurs i bromats pels laboratoris de control de procés de tractament de l' ETAP Ter i ETAP Llobregat, d'ATL - Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat" amb el codi d'expedient "EC25/000056" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 09/05/2025, a les 13:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
METROHM HISPANIA, S.L.	B88334131	08/05/2025	13:29:10	9020/21664/2025

sol·licita als membres assistents a la Mesa que declarin si tenen cap relació o interès personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol altre interès compartit amb aquesta empresa.

Tots els membres assistents a la Mesa declaren que no tenen cap relació o interès personal, familiar, professional, econòmic, polític o qualsevol altre interès compartit amb l'empresa presentada.

**ATL**

Ens d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

2. A continuació, la Mesa procedeix a la revisió de la documentació descarregada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Acords:

La Mesa acorda per unanimitat requerir a l'única empresa licitadora per a què lliuri en el termini de 3 dies hàbils la documentació que es detalla a fi i efecte d'esmenar els defectes observats a la documentació presentada. Aquesta documentació s'haurà de presentar mitjançant l'eina del sobre digital de la Plataforma de serveis de contractació pública:

- *L'empresa METROHM HISPANIA, S.L., ha de presentar:*
 - o *DEUC i compromís de col·laboració de l'empresa fabricant, en la qual basen la seva solvència, és a dir, l'empresa fabricant del producte de la qual n'aporten la ISO 9001.*
 - o *Fitxa tècnica segons model annex 10 esmenada en el sentit següent:*
En relació amb les sortides analògiques, en el PPT es sol·licita "Sortida de comunicació integrada amb un mínim de 10 sortides analògiques 4-20 (pels 4 analítics i per d'altres d'interès i per a dos canals de mostra)".
En la fitxa presentada no queda clar si l'equip ofertat només té 4 sortides o aquestes són en paquets de 4 i hi ha la possibilitat d'instal·lar diversos paquets.
 - o *Document de descripció de l'abast actuacions esmenat en el sentit següent:*
En relació amb el supressor de CO2, en el PPT es sol·licita "Verificació de l'estat del cartutx d'absorció d'humitat".
En el document presentat aquesta operació no hi apareix. Aclarir aquest punt.
En relació amb la bomba peristàltica utilitzada per a la regeneració del supressor, en el PPT es sol·licita "Control de velocitat del gir de les bombes: substitució de tubs (semestral), roller carrier (anual) i aplicació de lubricant".
En el document presentat aquesta operació no hi apareix. Aclarir aquest punt.

El President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

Sant Joan Despí, a data de signatura electrònica.

Vocal

Vocal

Vocal

Secretària

President