

CSI2024110 SERVEI INTEGRAL DE RENTAT D'ENDOSCOPIS DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

QUADRE DE VALORACIÓ DE CRITERIS SUBJECTIUS

		STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN S.L		SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS S.A	
Es valorarà la implantació proposada. Aquesta cal que optimitzi l'ús dels espais, els faci eficients, segurs, fàcils de netejar i sempre sota la premisa d'ajustar-se a la normativa vigent en quan a la prevenció de riscos laborals (màxim 10 punts)	PUNTUACIÓ MÀXIMA	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació
Valorem amb un màxim de 10 punts una proposta d'implantació que incideixi en els aspectes comentats. A tal efecte es realitzarà un informe justificant les puntuacions corresponents	10	El projecte d'implantació presentat optimitza els espais al presentar rentadores dobles asíncrones en rack vertical. El sistema de connexió única estalvia temps i redueix la càrrega ergonòmica del personal al minimitzar moviments reiteratius per haver d'efectuar múltiples connexions. Presenta cronogrames i planols detallat de cada centre amb proposta d'implantació	10	Presenta planning de les tasques a realitzar desglosades, adequació de les instal·lacions. Presenta cronograma. No presenta planols de cada centre amb proposta d'implantació.	8
Altres criteris tècnics (màxim 39 punts)	PUNTUACIÓ MÀXIMA	Observacions	Puntuació	Observacions	Puntuació
Sistema de connexió única múltiple de tots els canals dels endoscopis (amb control individual de cada canal) i capacitat d'utilitzar la mateixa cistella, amb tot l'equipament del circuit de re-processament (sistema de pre-rentat automàtic, rentadora i armari).	SI (8 punts)- NO (0 punts)	SI CUMPLEIX	8	NO CUMPLEIX	0
Sistema de lectura RFID sense contacte per a identificar usuari i endoscopis.	RFID (7 punts) - Codi de barres o altres sistemes (3 punts)	RFID	7	CODI DE BARRES	3
Les rentadores presenten un sistema d'obertura de porta sense contacte físic.	Apertura automàtica sense contacte (7 punts) - Apertura pe pedal (3 punts)	Apertura automàtica sense contacte	7	NO CUMPLEIX	0
De les rentadores presentades, 2 individuals o 1 doble asíncrona en rack vertical ha de permetre esterilitzar amb peròxid d'hidrogen	SI (6 punts)- NO (0 punts)	SI CUMPLEIX	6	SI CUMPLEIX	6
El projecte inclou rentadores de més d'una càmera asíncrona en rack vertical per a optimitzar l'espai en les sales de reprocessament	SI (6 punts)- NO (0 punts)	SI	6	NO CUMPLEIX	0
Sistema de lectura RFID per als productes químic utilitzats en la rentadoraent	SI (5 punts)- NO (0 punts)	SI	5	NO CUMPLEIX	0
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS SUBJECTIUS	49		49	EXCLÒS TÈCNICAMENT. Tal com s'indica als plecs d'aquesta licitació, no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 30 punts sobre el màxim de 49 punts totals destinats als criteris subjectius. Aquest licitador ha obtingut 17 punts als criteris subjectius	17

Eduard Lòpez
 Director de gestió de l' Hospital Transversal del Consorci Sanitari Integral

