

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL D'EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC I REGISTRE,
TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I
TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 9/24

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL D'EXPLORACIÓ, DIAGNÒSTIC I REGISTRE, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2024 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 3 dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta. No és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

4. Palets

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palet o sense palet, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palet, el palet que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800 x 1200 mm, que corresponen a un palet europeu o europalet. Addicionalment, els centres podran requerir una alçada de palet entre 1,05 i 2,4 m (alçada resultant del sumatori de palet i càrrega) segons necessitat del centre i característiques dels productes.

5. Normativa MDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 o MDR (UE) 2017/746 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

6. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

7. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat). És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

8. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

9. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges pels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

10. Formació

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

11. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

12. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

13. Requisits mínims dels productes

- En general, certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Que els productes que s'ofereixen en el procediment de contractació de referència compleixen les prescripcions establertes en el Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris i en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix la Directiva sobre productes sanitaris esmentada (93/42/CEE).
- Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro.
- Certificat de la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, si s'escau.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 i Reglament (UE) 2025-40 referent a residus i envasos.
- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant. El marcatge CE també ha de ser present al producte, RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.
- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.

Quedaran **exclosos** de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

14. Productes estèrils

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa d'aquest. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

15. Inspecció i anàlisi

L'ens contractant podrà comprovar el bon estat i l'adequació dels productes subministrats en els termes establerts a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). A tal efecte, l'entitat destinatària podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat dels materials de subministrament amb càrrec a l'adjudicatari fins a l'1% del pressupost de licitació en un laboratori extern acreditat. En aquest sentit, es recorda que d'acord amb l'establert a la clàusula dotzena del PCAP, *"la qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència de l'acord marc i dels contractes basats. En conseqüència, serà causa de resolució dels contractes corresponents la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l'alteració de les seves característiques"*.

<u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u>

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografies del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte: composició, característiques, funcionalitat... Aquesta informació ha de ser específica per cada codi CSC. El licitador haurà d'informar amb la seva referència corresponent per cada línia en la que presenti oferta.
- Classificació CE/MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article.
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat.

Les fitxes tècniques s'hauran de presentar segons model, si s'escau. En tots els casos, les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi – Nom proveïdor – Referència – Lot - Descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc.).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expressos per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació

de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides són exactes. S'acceptaran ofertes en que les mides dels productes siguin $\pm$ 5% (com a màxim) de les especificades al PPT, EXCEPTE EL GRUP 05 (PAPER MONITORATGE) QUE NO ACCEPTA TOLERÀNCIA DE MIDES.

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	---	SGE0204003522	ELÈCTRODE DE LLEGÜETA, GEL SOLID, ECG EN REPÒS. MATERIAL: Ag/AgCl. NO ESTÈRIL.	ELECTRODE PER ECG AMB PESTANYA	35 mm x 22 mm (1.4 "x 0.9")	0,26840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
G.01	802010102	SGE0204063236	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM, GEL SÒLID. RADIOOPAC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM	32 x 36 mm ADULT	0,06900	0	0	0	430.000	0	0	346.500	0	0	0	0	195.000	0	0	0	971.500
G.01	---	SGE0204063521	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM, GEL SÒLID. RADIOOPAC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, FOAM	35 x 21 mm ADULT	0,02400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	625.000
G.01	802010101	SGE0204163421	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, MATERIAL DE SUPORT PAPER, GRAFIT CONDUCTOR, GEL SÒLID. RADIOTRSPARENT. COMPATIBLE AMB RM. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, PAPER	34 x 21 mm (+/- 1 mm). ADULT	0,02760	0	60	0	0	0	255.000	1.200	0	14.000	41.500	0	0	0	0	0	311.760
G.01	802010103	SGE0204265000	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, TNT, GEL SEMILÍQUID. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB PESTANYA, TNT	50 mm ADULT	0,07150	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
G.01	---	SGE0214063225	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	32 x 25 mm (NEONATAL)	0,06000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200
G.01	---	SGE0214064132	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	41 x 32 mm	0,04680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
G.01	---	SGE0214064135	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	41 x 35 mm	0,04800	0	0	0	0	547.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547.800
G.01	802010111	SGE0214064236	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	42 x 36 mm	0,05040	0	0	0	80.000	0	0	84.500	0	0	21.500	120.000	0	0	0	72.000	378.000
G.01	---	SGE0214064300	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	Rodó 43 mm amb pestanya per a desenganxar	0,08160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.300	0	43.300
G.01	---	SGE0214064428	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	44 x 28 mm	0,08160	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
G.01	802010167	SGE0214065036	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, FOAM, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, FOAM	50 x 36 mm	0,04180	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
G.01	---	SGE0214263000	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, TNT, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, TNT	Rodó 30 mm	0,04180	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
G.01	---	SGE0214364500	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET METÀL·LIC, POLIETILÈ, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG AMB GAFET, POLIETILÈ	Rodó 45 mm	0,04800	0	0	0	0	0	360.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.720
G.01	802010145	SGE0224002200	ELÈCTRODE ECG DE TNT PRECONNECTATS CABLE AMB CODI DE COLORS. SENSOR Ag/AgCl. RADIOTRSPARENT. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG ADHESIU AMB CABLE INCORPORAT	Rodó, diàm. 22-23 mm NEONATAL	0,44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400
G.01	802010170	SGE0224003022	ELÈCTRODE ECG DE TNT PRECONNECTATS CABLE AMB CODI DE COLORS. SENSOR Ag/AgCl. REPOSICIONABLE. ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG ADHESIU AMB CABLE INCORPORAT	30 x 22 mm NEONATAL	0,44000	0	0	1.500	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900
G.01	---	SGE0224261619	ELÈCTRODE ECG PER RECENT NASCUTS ESPECIAL INCUBADORA, TNT, FORMA ESPECIAL PER ADHESCIÓ, GEL SÒLID, SENSOR Ag/AgCl, CABLE INCORPORAT. UN SOL ÚS.	ELÈCTRODE ECG TNT	16 x 19 mm Cable 50 cm	0,54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	802010160	SGE0234464933	ELÈCTRODE ECG POLIÈSTER, SENSOR Ag/AgCl, CONNECTOR DESCENTRAT, (TIPUS BLUESENSOR O SIMILAR). ADHESIU DE CURTA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE ECG POLIÈSTER	49 x 33 mm	0,07200	0	0	0	105.000	0	18.600	0	0	0	7.000	0	0	0	0	13.200	143.800
G.01	802010112	SGE1014263000	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET METÀL-LIC, TNT, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, TNT	Rodó 30 mm	0,04440	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000
G.01	---	SGE1014264500	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET METÀL-LIC, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, TNT	Rodó 45 mm (+/- 2 mm)	0,16000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
G.01	---	SGE1014365045	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, ESPUMA DE POLIETILÈ (PE). SENSOR Ag/AgCl. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12. PRESENTACIÓ SOBRE 30 UNITATS.	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET, ESPUMA PE	50 x 45 mm, forma de llàgrima	0,10800	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
G.01	802010169	SGE1034006855	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET METÀL-LIC AMB CONNECTOR DESCENTRAT, SENSOR Ag/AgCl. GEL LÍQUID. DOBLE ANELL ADHESIU. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE MONITORITZACIÓ AMB GAFET AMB CONNECTOR DESCENTRAT	68,2 x 55 mm	0,16800	0	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700
G.01	---	SGE1214004400	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL-LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET	Rodó, 44 mm (PEDIÀTRIC)	0,19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
G.01	802010150	SGE1214005000	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL-LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET	Rodó, 50 mm	0,19950	0	0	0	0	16.800	86.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.200
G.01	---	SGE1214005735	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL-LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. FOAM. GEL HUMIT. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET. GEL HUMIT.	OVAL 57 x 35 mm	0,20400	0	0	0	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.400
G.01	802010130	SGE1214006000	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL-LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET	Rodó, 60 mm	0,18000	0	100	314.000	0	0	17.000	9.000	0	0	3.350	8.000	195.000	0	0	4.600	551.050
G.01	---	SGE1214015734	ELÈCTRODE DE LLARGA DURADA PER A PROVES D'ESFORÇ/HOLTER/TELEMETRIA. GAFET METÀL-LIC. UN SOL ÚS. ADHESIU DE LLARGA DURADA. FOAM. GEL SÒLID. COMPLIMENT DE LA NORMA ANSI/AAMI EC12.	ELÈCTRODE PROVES ESFORÇ AMB GAFET. GEL SÒLID.	OVAL 57 x 34 mm	0,16200	0	0	0	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.700
G.01	---	SGE2200008000	PARELL ELÈCTRODES REBUTJABLES S/LÀTEX PER DESFIBRIL·LADOR TIPUS BENEHEART SERIE C, D1, D3 I D6 O SIMILAR.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR PAD.	Cable conductor 120 cm. Longitud cable 43 cm. Àrea activa 80 cm2	34,10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
G.01	---	SGE2200061513	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR, ESPUMA. UN SOL ÚS, COMPATIBLE AMB DESFIB. LIFEPAK I EQUIPATS AMB CONNECTOR DE TERÀPIA QUIK-COMBO O SIMILAR.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR TIPUS QUIK COMBO	15,1 x 13,3 cm; Long. cable 60,10 cm	29,30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
G.01	303020156	SGE2200061613	PLACA GEL SÒLID ADHESIVA DESFIBRIL·LADOR. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	PLACA GEL SÒLID ADHESIVA DESFIBRIL·LADOR. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	165 x 132 mm	3,42000	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
G.01	802010173	SGE2200361115	PARELL ELÈCTRODE DESFRIBIL·LACIÓ ESPUMA PE, ÀREA CONDUCTORA FILM D'ESTANY AMB HIDROGEL BASE ACRÍLICA. SENSE CABLE.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LACIÓ.	114 x 152 cm	32,16000	0	0	350	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
G.01	---	SGE2224003200	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL·LADOR PEDIÀTRIC AMB CABLE INCORPORAT. SENSE LÀTEX.	PARELL ELÈCTRODES PEDIÀTRIC DESFIBRIL·LADOR.	Àrea activa 32 cm2	49,72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	---	SGE2224008500	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LADOR AMB CABLE. NO ESTÈRIL. SENSE LÀTEX. RECOMANAT PER A PACIENTS DE MENYS DE 25 KGS. ELÈCTRODES PROTEGITS PER UNA TAPA DE PLÀSTIC TRANSPARENT/CARTUTX.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LACIÓ.	Àrea activa 85 cm2	115,50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
G.01	---	SGE2224064000	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LADOR ESPUMA/FOAM PEDIÀTRIC AMB CABLE INCORPORAT.	PARELL ELÈCTRODES PEDIÀTRIC DESFIBRIL-LADOR.	Àrea activa 40 cm2	35,10000	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
G.01	---	SGE2224067700	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LADOR ESPUMA/FOAM AMB CABLE INCORPORAT (TIPUS HEARTSTART XL-PHILIPS O SIMILAR).	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LADOR.	Àrea activa 77 cm2	32,88000	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	8	0	188
G.01	802010146	SGE2224069500	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LADOR ESPUMA/FOAM AMB CABLE INCORPORAT (TIPUS HEARTSTART XL-PHILIPS O SIMILAR).	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LADOR.	Àrea activa 95 cm2	38,40000	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	300	0	0	10	560
G.01	---	SGE2224258500	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LADOR AMB CABLE. NO ESTÈRIL. SENSE LÀTEX. RECOMANAT PER A PACIENTS DE MÉS DE 25 KGS. ELÈCTRODES PROTEGITS PER UNA TAPA DE PLÀSTIC TRANSPARENT/CARTUTX.	PARELL ELÈCTRODES DESFIBRIL-LACIÓ.	Àrea activa 85 cm2	79,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
G.01	802010158	SGE2264000500	ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESF) (TIPUS STAT-PADZ O SIMILAR)	ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESF).	ADULT	98,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
G.01	---	SGE3224361712	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESFIBRIL-LADOR/ECG) PER A PACIENTS DE MENYS DE 20 KGS. POLIETILÈ ADHESIU. AMB CABLE. TIPUS CORPLUS O SIMILAR.	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ.	17,5 x 12 x 1 cm (PEDIÀTRIC)	1,40420	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
G.01	---	SGE3224361913	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ (MARCAPÀS/DESFIBRIL-LADOR/ECG) PER A PACIENTS DE MÉS DE 20 KGS. POLIETILÈ ADHESIU. AMB CABLE. TIPUS CORPLUS O SIMILAR.	PARELL ELÈCTRODES MULTIFUNCIÓ.	19,5 x 13,5 x 2 cm (ADULT)	1,17020	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500
G.01	---	SGE4224263000	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	Rodó, diàmetre 30 mm	0,39600	0	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
G.01	---	SGE4224265010	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA CLORUR AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	50 x 100 mm	0,48400	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
G.01	802010166	SGE4224265050	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	50 x 50 mm	1,44000	9.000	3.120	900	8.300	2.160	6.576	0	0	0	110	2.500	0	0	32	0	32.698
G.01	802010140	SGE4224265090	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB ADHESIU SENSE PINÇA. TNT I MEMBRANA CONDUCTIVA AgCl. AMB CABLE INCORPORAT, CONNEXIÓ FEMELLA 2 mm. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR.	ELÈCTRODE ELECTROESTIMULACIÓ ADHESIU SENSE PINÇA.	50 x 90 mm	1,56000	6.000	3.180	0	0	1.600	0	0	100	0	60	5.000	3.200	0	400	0	19.540
G.01	---	SGE4244005050	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ AMB CONNEXIÓ ENTRE CABLE I ELÈCTRODE AMB UNA SOLA MÀ PER SIMPLE PRESSIÓ (TIPUS SNAP O SIMILAR) AMB ADHESIU. COMPATIBLE AMB TEMS I EMS O SIMILAR. SENSE LÀTEX.	ELÈCTRODE ESTIMULACIÓ SNAP	50 x 50 mm	1,72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100
G.01	---	SGE4254068550	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ EN FORMA D'OS. FOAM. AgCl. TIPUS VITALSTIM O SIMILAR. CADA PACK CONTÉ 2 ELÈCTRODES.	ELÈCTRODE PER ELECTROESTIMULACIÓ EN FORMA D'OS.	8,5 x 5 cm (3.37" x 2.0")	0,10740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
G.01	---	SGE5200562830	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL SÒLID. SENSOR Ag/AgCl. FORMA PEU DE GAT. UN SOL ÚS. REPOSICIONABLE.	ELÈCTRODE NEURO POLIPROPILÈ.	28 x 20 mm; Cable: 100 cm; blanc	0,96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	4.200

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	---	SGE5200562836	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL SÒLID. SENSOR Ag/AgCl. FORMA PEU DE GAT. UN SOL ÚS. REPOSICIONABLE.	ELÈCTRODE NEURO POLIPROPILÈ.	28 x 20 mm; Cable: 150 cm; codi colors	1,05600	0	0	0	0	0	6.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.048
G.01	---	SGE5200564831	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL SÒLID. SENSOR Ag/AgCl. FORMA PEU DE GAT. CÒNCAU. UN SOL ÚS. REPOSICIONABLE.	ELÈCTRODE NEURO POLIPROPILÈ CÒNCAU.	48 x 30 mm; Cable 150 cm	1,20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
G.01	---	SGE5224003022	ELÈCTRODE PROVES NEUROLÒGIQUES. GEL LÍQUID, AMB CABLE INTEGRAT, SENSOR Ag/AgCl. UN SOL ÚS.	ELÈCTRODE NEUROLÒGIC DE SUPERFÍCIE.	30 x 22 mm; Long. 100cm	1,68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	550
G.01	303020155	SGE6200000000	SENSOR FRONTAL ADULT DE 4 ELÈCTRODES PER A LA MONITORITZACIÓ DE L'ACTIVITAT CEREBRAL MITJANÇANT L'ÍNDEX BIESPECTRAL I PARÀMETRES DELS EFECTES DELS ANESTÈSTICS I SEDANTS I NIVELL DE CONSCIÈNCIA PER EEG. ELÈCTRODE D'Ag/Cl, FOAM ADHESIU, FLEXIBLE I ADAPTABLE A DIFERENTS MIDES DE CAP. SENSE LÀTEX NI PVC. COMPATIBLE AMB MONITORS TIPUS BIS I A MÒDULS INDIVIDUALS INTEGRATS EN MONITORS HEMODINÀMICS DE TERCERS.	SENSOR PER A MESURAR EL NIVELL DE CONSCIÈNCIA (BIS o similar)	---	16,94000	0	2.125	0	1.640	0	0	0	0	0	240	0	4.300	0	0	0	8.305
G.02	801020101	SGG0513120000	TERMÒMETRE DIGITAL PER A PRESA DE TEMPERATURA CORPORAL. ÚS ORAL, AXIL·LAR, INGUINAL I RECTAL. AMB ALARMA EN ACONSEGUIR LA TEMP. MÀXIMA. LA LECTURA NO HA DE CANVIAR DESPRÉS DE RETIRAR EL TERMÒMETRE. APAGAT AUTOMÀTIC. IMPERMEABLE. PUNTA FLEXIBLE.	TERMÒMETRE DIGITAL AMB ALARMA. PUNTA FLEXIBLE.	---	1,66250	100	0	1.300	0	0	0	0	50	400	0	150	0	0	156	120	2.276
G.02	---	SGG0513140000	TERMÒMETRE DIGITAL PER A PRESA DE TEMPERATURA CORPORAL. ÚS ORAL, AXIL·LAR, INGUINAL I RECTAL. AMB ALARMA EN ACONSEGUIR LA TEMP. MÀXIMA. LA LECTURA NO HA DE CANVIAR DESPRÉS DE RETIRAR EL TERMÒMETRE. APAGAT AUTOMÀTIC. IMPERMEABLE. PUNTA RÍGIDA.	TERMÒMETRE DIGITAL AMB ALARMA. PUNTA RÍGIDA.	---	1,66250	0	530	0	1.120	1.300	0	1.000	0	0	0	0	1.300	1.500	0	0	6.750
G.02	---	SGG0513142700	SONDA DE TEMPERATURA ORAL/AXIL·LAR PER A MONITORS. TIPUS WELCH ALLYN O EQUIVALENT.	SONDA TERMÒMETRE MONITOR TIPUS WELCH ALLYN O EQUIVALENT	Cable 2,7 m	57,50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
G.02	---	SGG0513180000	TERMÒMETRE DIGITAL PER A PRESA DE TEMPERATURA CORPORAL A DISTÀNCIA (SENSE CONTACTE) AMB ALARMA EN ACONSEGUIR LA TEMP. MÀXIMA. LA LECTURA NO HA DE CANVIAR DESPRÉS DE RETIRAR EL TERMÒMETRE. APAGAT AUTOMÀTIC. IMPERMEABLE. RECARREGABLE.	TERMÒMETRE DIGITAL LECTURA SENSE CONTACTE.	---	17,60000	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15
G.02	303020152	SGG0515000300	SENSOR ADHESIU REBUTJABLE PER AL MONITORATGE FIABLE I PRECÍS DE LA SATURACIÓ D'OXIGEN SpO2 I LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA EN INFANTS DE < 3 KG I ADULTS > 40 KG. PROTEGIT AMB UNA MALLA DE FARADAY CONTRA LES INTERFERÈNCIES ELECTROMAGNÈTIQUES. CABLE 40-50 CM, COMPATIBLE AMB TECNOLOGIA NELLCOR O SIMILAR BASADA EN EL POLS CARDÍAC O EQUIVALENT. ADHESIU DE QUALITAT ÒPTIMA, PERMETEN LA RECOL·LOCACIÓ DIVERSES VEGADES, SENSE DEIXAR ADHESIU EN LA SEVA RETIRADA I SENSE PROVOCAR LESIONS CUTÀNIES NI REACCIONS AL·LÈRGIQUES. ENVÀS UNITARI ESTÈRIL. EXEMPT DE LÀTEX, DEHP (FTALATS). CABLE DE CONNEXIÓ INTERMEDI (CABLE DE PACIENT) MÍNIM 3 M.	SENSOR SATURACIÓ D'OXIGEN. UN SOL ÚS. NEONAT. SENSE LÀTEX.	---	11,40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200	1.200	0	0	9.400

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.02	303020153	SGG0515001000	SENSOR ADHESIU REBUTJABLE PER A MONITORATGE FIABLE I PRECÍS DE LA SATURACIÓ D'OXIGEN SpO2 I LA FREQÜÈNCIA CARDÍACA EN INFANTS DE 10-50 KG. PROTEGIT AMB UNA MALLA DE FARADAY CONTRA LES INTERFERÈNCIES ELECTROMAGNÈTIQUES. CABLE 40-50 CM, COMPATIBLE AMB TECNOLOGIA NELLCOR O SIMILAR BASADA EN EL POLS CARDÍAC O EQUIVALENT. LA QUALITAT DE L'ADHESIU HA DE SER ÒPTIMA PERMETENT LA RECOL·LOCACIÓ VÀRIES VEGADES SENSE DEIXAR ADHESIU EN LA SEVA RETIRADA NI PRODUÏNT LESIONS CUTÀNIES NI REACCIONS AL·LÈRGIQUES. ENVÀS UNITARI I ESTÈRIL. EXEMPT DE LÀTEX, DEHP (FTALATS). CABLE DE CONNEXIÓ INTERMEDI (CABLE DE PACIENT) MÍNIM 3 M.	SENSOR SATURACIÓ D'OXIGEN. UN SOL ÚS. PEDIÀTRIC. SENSE LÀTEX.	---	11,80000	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.200	0	0	0	8.260
G.03	801020152	SGG0717005418	AANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL·LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	54 x 18 mm	5,40500	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	70	590
G.03	801020150	SGG0717006523	ANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL·LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	65 x 23 mm	6,77350	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
G.03	801020151	SGG0717008823	ANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL·LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	88 x 23 mm	7,44000	0	40	0	0	600	0	150	0	0	0	70	250	0	0	50	1.160
G.03	---	SGG0717009018	ANUSCOPI ATRAUMÀTIC UN SOL ÚS AMB IL·LUMINACIÓ CLARA I HOMOGÈNIA DEL CAMP D'OBSERVACIÓ	ANUSCOPI AMB LLUM UN SOL ÚS.	90 x 18 mm	7,44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	350
G.04	802010182	SGG0919000100	GEL CONDUCTOR PER A ULTRASONS, APLICACIÓ FÀCIL I UNIFORME, HIDROSOLUBLE, SENSE SALS, LLIURE DE LÀTEX I FTALATS, SENSE CITOTÒXICS NI SENSIBILITZANTS, QUE NO ENGREIXI LA PELL (FÀCIL DE NETEJAR) ÚS EXTERN.	GEL ECOGRAFIA.	1 L	1,29600	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	250	400	13	0	683
G.04	802010183	SGG0919000500	GEL CONDUCTOR PER A ULTRASONS, APLICACIÓ FÀCIL I UNIFORME, HIDROSOLUBLE, SENSE SALS, LLIURE DE LÀTEX I FTALATS, SENSE CITOTÒXICS NI SENSIBILITZANTS, QUE NO ENGREIXI LA PELL (FÀCIL DE NETEJAR) ÚS EXTERN.	GEL ECOGRAFIA.	5 L	7,15000	0	0	120	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255
G.04	802010184	SGG0919002000	GEL ULTRASONS ESTÈRIL PER FUNDA SONDA ECOGRÀFICA ESTÈRIL	GEL ULTRASONS ESTÈRIL PER FUNDA SONDA ECOGRÀFICA ESTÈRIL	20 ml	0,57600	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	4.500
G.04	802010180	SGG0919002500	GEL CONDUCTOR PER A ULTRASONS, APLICACIÓ FÀCIL I UNIFORME, HIDROSOLUBLE, SENSE SALS, LLIURE DE LÀTEX I FTALATS, SENSE CITOTÒXICS NI SENSIBILITZANTS, QUE NO ENGREIXI LA PELL (FÀCIL DE NETEJAR) ÚS EXTERN.	GEL ECOGRAFIA.	250 ml	0,44850	30	3.260	100	1.030	0	0	0	0	0	300	850	0	250	37	1.100	6.957
G.04	802010187	SGG0921004000	GEL ABRASIU I CONDUCTOR ELECTROENCEFALOGRAFIA (EEG)	GEL ABRASIU I CONDUCTOR EEG	Pot 400 gr	48,40000	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
G.04	802010188	SGG0923002500	GEL CONDUCTOR PER A ELECTROTERÀPIA (ECG/EEG, PROVES DE DESFIBRIL·LACIÓ ...), HIDROSOLUBLE, ÚS EXTERN.	GEL ELECTROTERÀPIA	250 ml	0,44000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	200	0	0	0	234
G.04	---	SGG0925009460	GEL CONDUCTOR PER ELECTROENCEFALOGRAFIA. NO ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX.	GEL EEG	946 ml	30,80000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.04	---	SGG0927009250	GEL CONDUCTOR PER A PEAT.	GEL PEAT	250 ml	14,95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.04	---	SGG0957109110	GEL LUBRICANT ANTISÈPTIC I ANESTÈSIC AMB LIDOCAÏNA PER APLICACIÓ INTRAURETRAL. ESTÈRIL.	GEL AMB LIDOCAÏNA.	Xeringa 11,0 ml	0,82900	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.04	---	SGG0957309125	GEL LUBRICANT ANTISÈPTIC I ANESTÈSIC AMB LIDOCAÏNA PER APLICACIÓ INTRAURETRAL. ESTÈRIL.	GEL AMB LIDOCAÏNA.	Tub acordió 12,5 ml	0,89000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.05	802010190	SGG1125201121	PAPER ECOGRAFIA B/N. QUALITAT ESTÀNDARD.	PAPER ECOGRAFIA B/N	Diàm. int: 12 mm 110 mm x 21 m	0,90060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
G.05	802010195	SGG1125221121	PAPER ECOGRAFIA B/N. ALTA DENSITAT (TIPUS SONY O SIMILAR).	PAPER ECOGRAFIA B/N	Diàm. int: 12 mm 110 mm x 21 m	0,94800	0	0	10	0	0	0	100	0	0	6	0	300	100	0	0	516
G.05	---	SGG1127005020	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC DESFIBRIL·LADOR. REGISTRE MIL·LIMETRAT QUADRÍCULA VERMELLA.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC DESFIBRIL·LADOR.	50 mm x 20 m	3,42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.05	802010204	SGG1127120625	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 12 mm 60 mm x 25 m	0,60000	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	130
G.05	802010221	SGG1127121125	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 12 mm 110 mm x 25 m	0,96000	0	0	70	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
G.05	802010215	SGG1127160520	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 16 mm 50 mm x 20 m	1,39920	0	0	230	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	264
G.05	802010202	SGG1127160530	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 16 mm 50 mm x 30 m	1,86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
G.05	802010209	SGG1127161023	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. QUADRÍCULA VERMELLA. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 16 mm 108 mm x 23 m	1,29120	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	802010217	SGG1127170530	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. BLANC SENSE LÍNIES. COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 16 mm 50 mm x 30 m	1,08110	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	802010216	SGG1127190530	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. QUADRÍCULA VERMELLA. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 19 mm 50 mm x 30 m	0,94800	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	802010213	SGG1127191830	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC ECG. QUADRÍCULA VERMELLA. SENSE BISFENOL A.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR.	Diàm. Int. 19 mm 183 mm x 30 m	2,97640	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
G.05	802010208	SGG1127201443	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR FETAL. QUADRÍCULA VERMELLA.	ROTLLÓ PAPER TÈRMIC MONITOR FETAL.	Diàm. Int: 20 mm 140 mm x 43 m	6,74400	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.05	802010198	SGG1129151015	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (150 PÀGINES). COLOR VERD. SENSE BISFENOL A.	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	100 x 150 mm	4,72800	0	0	350	0	84.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.100
G.05	---	SGG1129151110	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (100 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	112 x 100 mm	3,66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
G.05	802010199	SGG1129151509	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (150 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	152 x 90 mm	3,66000	0	0	170	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	220
G.05	802010214	SGG1129202130	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (200 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	210 x 300 mm	3,55410	0	0	575	0	46.000	0	10	0	0	0	0	0	0	0	50	46.635
G.05	802010211	SGG1129301110	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (300 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	112 x 100 mm	1,63180	0	0	25	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
G.05	---	SGG1129301115	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (300 PÀGINES). COLOR BLANC. SENSE BISFENOL A.	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	110 x 150 mm	4,50280	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
G.05	802010212	SGG1129301210	BLOC PAPER TÈRMIC ECG PLEGAT EN Z (300 PÀGINES). COLOR VERMELL. SENSE BISFENOL A.	BLOC PAPER TÈRMIC MONITOR.	120 x 100 mm	2,47760	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
G.06	801020106	SGG1331240100	FUNDES DE PLÀSTIC D'UN SOL ÚS PER TERMÒMETRE AXIL-LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE AXIL-LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	---	0,03600	14.000	0	175.800	50.000	90.000	0	1.000	0	6.000	20.700	25.000	267.000	10.000	93.250	13.000	765.750
G.06	801020109	SGG1331280100	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE ÒTIC (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE ÒTIC (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	---	0,05160	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
G.06	303010101	SGG1333301951	FUNDA PROTECTORA SONDA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, NO ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA SONDA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, NO ESTÈRIL.	Long. 190-300 mm; Diàm. 40-55 mm	0,08090	0	13.620	0	16.000	0	0	9.000	0	0	0	6.000	14.500	0	0	7.500	66.620
G.06	303010104	SGG1333321951	FUNDA PROTECTORA SONDA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA SONDA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	Long. 190-300 mm; Diàm. 40- 55 mm	0,30800	0	0	13.900	0	17.000	0	5.500	0	0	0	0	0	7.500	0	0	43.900
G.06	303010103	SGG1333341951	FUNDA PROTECTORA SONDA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL SENSE LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA SONDA ECO TRANSDUCTOR VAGINAL SENSE LÀTEX, NO LUBRICADA, ESTÈRIL.	Long. 190-300 mm; Diàm. 40- 55 mm	1,05690	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	200	250
G.06	---	SGG1333412014	FUNDA PROTECTORA PER SONDA PER PROCEDIMENT ECOGRÀFICAMENT GUIAT PER PUNCIÓ. SENSE LÀTEX. NO NECESSITA LUBRIFICANT. PLEGAT TELESCOPI AMB BANDA ADHESIVA INTERIOR. ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA SONDA ECO TRANSDUCTOR PER PUNCIÓ. SENSE LÀTEX. NO NECESSITA LUBRIFICANT. ESTÈRIL.	Long. 90-1400 mm; Diàm. 130-150 mm	4,76000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.06	303020101	SGG1335003514	FUNDA TRANSDUCTOR DE BIÒPSIA DE MAMA. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	FUNDA TRANSDUCTOR DE BIÒPSIA DE MAMA. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	30-40 x 13-15 cm	2,31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240
G.06	---	SGG1337002418	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	18 x 244 cm	1,03950	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	6.500
G.06	303020102	SGG1337002514	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	14 x 250 cm	2,98000	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	80	0	1.000	0	850	3.530
G.06	---	SGG1337002516	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	FUNDA CÀMERA VÍDEO ESTÈRIL.	16 x 250 cm	3,36000	0	1.210	0	0	0	0	1.300	0	0	200	0	0	0	0	0	2.710
G.06	---	SGG1339000106	FUNDA SONDA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES, CINTES DE TANCAMENT I GEL, ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	FUNDA SONDA ECÒGRAF	10,2-15 x 45-75 cm	4,30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
G.06	---	SGG1339000802	FUNDA SONDA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	FUNDA SONDA ECÒGRAF	18 x 80 cm	4,30500	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200
G.06	---	SGG1339001201	FUNDA SONDA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	FUNDA SONDA ECÒGRAF	11-15 x 90-140 cm	4,73550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
G.06	303020109	SGG1339001202	FUNDA SONDA ECÒGRAF AMB 2 GOMES ELÀSTIQUES. ESTÈRIL. SENSE LÀTEX.	FUNDA SONDA ECÒGRAF	18 x 90-140 cm	5,20910	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
G.06	---	SGG1341000612	FUNDA CAPÇAL APARELL RX, CIRCULAR, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX.	FUNDA CAPÇAL APARELL RX CIRCULAR.	64 x 127 cm	1,03200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.06	---	SGG1341000815	FUNDA CAPÇAL APARELL RX CIRCULAR ZONA TUB I DETECTOR. FABRICAT AMB POLIETILÈ TRANSPARENT I CINTA GOMA ELÀSTICA, ESTÈRIL , LLIURE LÀTEX.	FUNDA CAPÇAL APARELL RX CIRCULAR.	85 x 150 cm	5,09520	0	0	0	0	0	0	1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120
G.06	---	SGG1343006012	FUNDA PROTECTORA FLUOROSCOPI RECTANGULAR. ESTÈRIL. OBERTURA ELÀSTICA EN UNA DE LES BANDES.	FUNDA PROTECTORA FLUOROSCOPI RECTANGULAR. ESTÈRIL	60 x 120 cm	1,95600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
G.06	---	SGG1345001120	FUNDA AJUSTABLE TRANSPARENT AMB LENT ANGULADA DE VIDRE AMB TANCAMENT A PRESSIÓ. MICROSCOPI QUIRÚRGIC PER MICROSCOPI LEICA O EQUIVALENT. UN SOL ÚS.	FUNDA MICROSCOPI ESTÈRIL	117 x 203 cm LENT DE 68 mm	2,48400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
G.06	303020111	SGG1345001536	FUNDA PROTECTORA MÀNEC MICROSCOPI, ESTÈRIL.	FUNDA PROTECTORA MÀNEC MICROSCOPI, ESTÈRIL.	15 x 36 cm	20,01000	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
G.06	303020105	SGG1345005116	FUNDA MICROSCOPI ESTÈRIL.	FUNDA MICROSCOPI ESTÈRIL.	51 x 163 cm	10,89000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.06	303020104	SGG1347000912	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	9,5 x 12 cm	0,37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200
G.06	---	SGG1347000932	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN, ESTÈRIL.	Long. 90 mm ø mànec 32 mm	0,48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
G.06	---	SGG1347360140	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN. ESTÈRIL. UNIVERSAL	FUNDA MÀNEC DE LÀMPADA DE QUIRÒFAN. UNIVERSAL.	60 x 140 mm	1,19000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.06	---	SGG1349400609	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C (SENSE BANDES DE GOMA).	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C.	60 x 90 cm	1,14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
G.06	303020108	SGG1349401018	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C (SENSE BANDES DE GOMA).	FUNDA ESTÈRIL PER ARC QUIRÚRGIC EN C.	104 x 188 cm	14,82000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
G.07	801020120	SGL1551101518	DEPRESSORS FUSTA. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 100 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	DEPRESSORS FUSTA.	150 x 18 mm	0,01430	40.000	30.110	67.000	25.000	240.000	0	95.000	3.000	20.000	8.000	15.000	150.000	0	49.800	20.000	762.910
G.07	---	SGL1551501518	DEPRESSORS FUSTA. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 500 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	DEPRESSORS FUSTA.	150 x 18 mm	0,04840	0	0	0	0	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500
G.07	---	SGL1553101520	DEPRESSORS PLÀSTIC ESTÈRILS. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 100 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	DEPRESSORS PLÀSTIC ESTÈRIL.	150 x 20 mm	0,16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.875	0	1.875
G.07	801020122	SGL1555101520	DEPRESSORS PLÀSTIC NO ESTÈRILS. MARGES ARRODONITS. PRESENTACIÓ CAIXA DE 100 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	DEPRESSORS PLÀSTIC NO ESTÈRILS.	150 x 20 mm	0,08000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0	0	61.000
G.07	---	SGL1557101417	ESPÀTULES O DEPRESSORS LINGUALS DE PLÀSTIC, DE COLORS VARIATS, AMB OLOR I GUST. EMPAQUETATS INDIVIDUALMENT PER A FACILITAR LA SEVA CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ. SENSE LÀTEX.	DEPRESSORS PLÀSTIC SABORIZTATS	140 x 17 mm	0,61810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
G.08	804010106	SGL1600020200	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR) UN SOL ÚS.	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR).	2,5 mm; PEDIÀTRIC	0,03600	4.000	4.600	6.900	14.300	4.000	300	0	0	0	2.500	0	0	0	5.550	0	42.150
G.08	804010107	SGL1600040200	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR) UN SOL ÚS.	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR).	2,5 mm; PEDIÀTRIC	0,02400	0	0	22.000	18.000	47.000	0	8.000	0	0	0	2.000	16.000	0	1.388	4.500	118.888
G.08	804010108	SGL1600060200	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR) UN SOL ÚS.	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	2,5 mm; PEDIÀTRIC	0,02280	10.000	0	0	0	0	14.700	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	34.700
G.08	804010109	SGL1600220400	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR), UN SOL ÚS.	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS HEINE O SIMILAR).	4 mm; ADULT	0,03600	4.000	4.400	6.400	23.000	6.000	0	0	0	0	3.000	0	1.500	0	8.490	0	56.790
G.08	804010110	SGL1600440400	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR), UN SOL ÚS.	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS RIESTER O SIMILAR).	4 mm; ADULT	0,02400	0	0	9.800	9.000	35.000	0	7.000	0	0	0	2.500	26.500	0	8.735	10.500	109.035
G.08	804010111	SGL1600660400	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR), UN SOL ÚS.	ESPÈCULUM OTOSCOPI (CONNEXIÓ TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	4 mm; ADULT	0,02400	13.000	0	0	0	27.000	12.900	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	60.900
G.09	803010501	SGP1900000300	PINÇA CORDÓ UMBILICAL POLIPROPILÈ (PP), LLIURE DE LÀTEX, UN SOL ÚS, ESTÈRIL.	PINÇA CORDÓ UMBILICAL ESTÈRIL.	3,5 a 4 cm	0,27600	0	0	20	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820
G.09	---	SGP1900000600	PINÇA CORDÓ UMBILICAL POLIPROPILÈ (PP), LLIURE DE LÀTEX, UN SOL ÚS, ESTÈRIL.	PINÇA CORDÓ UMBILICAL ESTÈRIL.	6 cm	0,30360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.09	---	SGP1901000000	SET IDENTIFICACIÓ MARE-NOUNAT CONTÉ: 1 BRAÇALET MARE, 1 BRAÇALET NOUNAT, 1 PINÇA UMBILICAL, 2 ETIQUETES NUMERADES, 1 SUPORT IDENTIFICACIÓ GOTA SANG DE CORDÓ UMBILICAL I SANG MARE.	SISTEMA IDENTIFICACIÓ MARE-NOUNAT.	---	2,37600	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
G.10	805010101	SGR2100001000	BLOC DE PARAFINA PER REHABILITACIÓ AMB BAIX PUNT DE FUSIÓ.	PARAFINA.	1 kg	9,48750	100	0	100	0	120	0	250	0	0	0	150	0	400	43	0	1.163
G.10	805010102	SGR2100005000	BLOC DE PARAFINA PER REHABILITACIÓ AMB BAIX PUNT DE FUSIÓ.	PARAFINA.	5 kg	48,16200	0	25	30	100	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	180
G.10	---	SGR2101002000	PARAFINA PER AL PROCESSAMENT I INCLUSIÓ DE MOSTRES HISTOLÒGIQUES.	PARAFINA.	2 kg	18,60130	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
G.11	801020132	SGS2300000250	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA DE 100 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	2,5 x 50 cm	0,15400	0	1.390	0	2.400	3.600	4.325	0	0	500	200	700	3.000	0	744	200	17.059
G.11	801020130	SGS2300001036	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA DE 20 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	10 x 366 cm	7,30800	1.300	10	70	0	20	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100
G.11	---	SGS2300001536	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA DE 20 UNITATS PERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	15 x 366 cm	9,07500	0	10	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
G.11	801020137	SGS2300002050	VENA O GOMA ELÀSTICA PER ISQUÈMIA. SENSE LÀTEX. QUE NO ES DESFACI EL NUS, QUE NO RELISQUI. PRESENTACIÓ CAIXA 25 UNITATSPERÒ A EFECTES DE VALORACIÓ HAN D'INDICAR CONSUMS I PREUS UNITARIS.	ESMARCH, GOMA ELÀSTICA ISQUÈMIA.	2,5 x 50 cm	0,75420	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
G.12	803010103	SGT3171001600	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUES PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB UN CLAU PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. BLANC.	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS CUSCO O SIMILAR).	VIRGINAL/PETIT (diàmetre 16-23 mm)	0,31900	0	1.480	620	2.290	1.700	0	0	0	0	200	700	0	130	1.155	300	8.575
G.12	803010102	SGT3171002400	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUES PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB UN CLAU PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. BLANC.	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS CUSCO O SIMILAR).	NORMAL/ESTÀNDAR (diàmetre 24-26 mm)	0,31900	60	10.100	6.600	1.300	19.000	0	0	0	0	1.100	3.500	0	4.200	1.100	2.200	49.160
G.12	803010101	SGT3171003000	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUES PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB UN CLAU PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL. LLIURE DE LÀTEX. BLANC.	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS CUSCO O SIMILAR).	GRAN (diàmetre 30 mm)	0,31900	0	200	200	0	2.300	0	0	0	0	100	150	0	0	100	100	3.150
G.12	803010112	SGT3173001600	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUS PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB PALANCA PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL.	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS COLLIN O SIMILAR).	VIRGINAL/PETIT (diàmetre 16-23 mm)	0,31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
G.12	803010110	SGT3173003000	DISPOSITIU EN FORMA DE PIC D'ÀNEC AMB DUS PALES ARTICULADES I MECANISME D'AUTOFIXACIÓ AMB PALANCA PER FACILITAR LA VISIÓ I EXPLORACIÓ DE LA VAGINA I COLL UTERÍ, UN SOL ÚS, ATRAUMÀTIC, ESTÈRIL.	ESPÈCULUM GINECOLÒGIC (TIPUS COLLIN O SIMILAR).	GRAN (diàmetre 30 mm)	0,31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
G.12	803010301	SGT3377000000	ESPÀTULA DE FUSTA PER LA PRESSA DE MOSTRES GINECOLÒGIQUES. FORMA PLANA I PART OVOIDE EN ELS DOS EXTREMS. UN SOL ÚS. ESTÈRIL.	ESPÀTULA FUSTA TIPUS AYRE EXPLORACIÓ GINECOLÒGICA.	---	0,02200	0	3.400	150	0	0	0	0	0	0	0	2.500	300	0	0	4.100	10.450

ANNEX
PKLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	PRESENTACIÓ	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CIS	CSA	CSdM	CSMS	CST	FHAG	FHPAL	FUSSMON	GESAT	HC	HCAMP	HSJR	PHV	PSPV	TS	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.12	---	SGT3379000000	ESPÀTULA DE FUSTA PER LA PRESSA DE MOSTRES GINECOLÒGIQUES. FORMA PLANA I PART OVOIDE EN ELS DOS EXTREMS. UN SOL ÚS. NO ESTÈRIL.	ESPÀTULA FUSTA TIPUS AYRE EXPLORACIÓ GINECOLÒGICA.	---	0,02200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
G.12	803010201	SGT3500001900	RASPALL PER A LA PRESA DE MOSTRES DE MUCOSA ENDOMETRIAL PER CITOLOGIES. UN SOL ÚS. ESTÈRIL.	RASPALL ENDOCERVICAL.	190 mm	0,33600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	1.500	2.000	0	0	2.200	6.300
G.12	---	SGT3500002000	RASPALL PER A LA PRESA DE MOSTRES DE MUCOSA ENDOMETRIAL PER CITOLOGIES. UN SOL ÚS. ESTÈRIL.	RASPALL ENDOCERVICAL.	200 mm	0,33600	0	2.490	600	4.800	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.890
G.12	---	SGT3700000323	CÀNULA FLEXIBLE PER PRENDRE MOSTRES PER ASPIRACIÓ PER ANATOMIA PATOLÒGICA. DISPOSITIU GRADUAT (MARCAT). UN SOL ÚS, ESTÈRIL, LLIURE DE LÀTEX.	CÀNULA DE SUCCIÓ ENDOMETRIAL.	23 cm; diàmetre ext. 3 mm	2,09000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	100	0	600
G.12	803010202	SGT3700000326	CÀNULA FLEXIBLE PER PRENDRE MOSTRES PER ASPIRACIÓ PER ANATOMIA PATOLÒGICA. DISPOSITIU GRADUAT (MARCAT). UN SOL ÚS, ESTÈRIL, LLIURE DE LÀTEX.	CÀNULA DE SUCCIÓ ENDOMETRIAL.	26,5 cm; diàmetre ext. 3 mm	2,29900	0	0	300	0	1.300	0	0	0	0	30	225	0	0	0	150	2.005
G.12	803010502	SGT4100002402	LLANCETA AMNIORREXIS, UN SOL ÚS, ESTÈRIL.	LLANCETA AMNIORREXIS ESTÈRIL.	Long. total: 24-26 cm. Ganxo: 2-5 mm	0,25080	0	260	360	0	600	0	0	0	0	40	0	500	150	0	0	1.910

ANNEX

GRUP	CODI CSC (nou)	DESCRIPCIO PRODUCTE	PRODUCTE	MIDES	CESSIÓ
G.06	SGG1331240100	FUNDES PLÀSTIC PER TERMÒMETRE AXIL·LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	FUNDES DE PLÀSTIC D'UN SOL ÚS PER TERMÒMETRE AXIL·LAR (TIPUS WELCH-ALLYN O SIMILAR).	---	TERMÒMETRE