

Informe tècnic en relació a les ofertes presentades**Dades bàsiques del contracte****Núm. expedient:** UPF-2025-0035**Procediment:** Específic sistema dinàmic d'adquisició**Objecte:** Subministrament d'un microscopi invertit de fluorescència amb sistema d'incubació per a la imatge a llarg termini de bacteries en discs d'agarosa i cambres de microfluídica per al Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra finançat amb fons de la Unió Europea, HE-ERC-2024-SyG-101167121-CeLEARN

En data 29/05/2025, s'ha fet l'obertura de sobres de l'expedient identificat en l'apartat de dades bàsiques del contracte i s'ha traslladat a aquesta unitat la documentació presentada per tal de fer la valoració tècnica.

1. Equipament proposat per Evident Europe GMBH, Sucursal en España; Leica Microsistemas, SLU i Carl Zeiss Iberia, SL

Examinada la documentació que aporten en les seves ofertes es constata que compleixen els requisits del plec de prescripcions tècniques.

2. Valoració de les ofertes

D'acord amb els criteris de valoració de les ofertes recollits a les clàusules administratives contingudes en la invitació a participar, seguidament es valoren les ofertes que compleixen el plec de prescripcions tècniques.

La valoració es concreta en el quadre següent:

Criteris / Licitador	Evident		Leica		Carl Zeiss	
	Oferta	Punts	Oferta	Punts	Oferta	Punts
5.1.1 Oferta econòmica	149.736,26 €	50,00	164.914,18 €	48,47	160.000,00 €	48,96
5.1.2 Major NA de l'objectiu	si	5,00	no	0,00	no	0,00
5.1.3 Intercanviador de magnificació	3	5,00	3	5,00	3	5,00
5.1.4 Electrònica de control en temps real	si	10,00	si	10,00	si	10,00
5.1.5 Capacitat d'incorporar un mòdul de fotoactivació/FRAP	si	5,00	si	5,00	si	5,00
5.1.6 Increment del camp de visió del port de la càmera (mm)	26,5	9,00	22	0,00	23	3,00
5.1.7 Programari que permeti previsualització de l'àrea de la mostra	si	10,00	si	10,00	si	10,00
5.1.8 Equip operat amb software open-source	si	5,00	si	5,00	si	5,00
5.1.9 Criteri mediambiental	si	1,00	no	(*)0,00	si	1,00
Total		100,00		83,47		87,96

(*) Presenta un pla de formació, no un manual i per això no se li pot atorgar puntuació per aquest criteri.

Dr. Jordi Garcia Ojalvo

Investigador principal del projecte de recerca HE-ERC-2024-SyG-101167121-CeLEARN

Barcelona, 2/6/2025