

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SCS-2025-571 Suports per a tubuladures per a la Unitat de Reanimació (REA) del bloc quirúrgic de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta..

Codi	Descripció	Unitats	Import licitació total sense IVA	
1590012003	Suport universal a columna per a tubuladures	14	2.813,00 €	
			IVA 21%	590,73 €
			Import total IVA inclòs	3.403,73 €

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Definició: Suports per a tubuladures de diferents equips mèdics, destinats a les columnes de la Unitat de Reanimació (REA).

Prestacions tècniques i funcionals	
1.1. Característiques tècniques Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses Els suports objecte d'aquesta contractació han de ser de dos tipus: 14 braços de cable o mànega. 14 abraçadores a carril, amb cargol de mànec en "T". - Tots dos elements han de ser de fàcil manipulació i amb un temps d'instal·lació mínim. 1.2. Braç de cable o mànega - Fet d'acer inoxidable i plàstic - Llargada: 2 m aproximadament - Radi de treball: aprox. 1.190 - Capacitat de càrrega: 1 kg, com a mínim. 1.3. Abraçadora a carril amb cargol de mànec en "T" - Fet d'alumini anoditzat, d'alta qualitat. - Per acoblar a carril mèdic. - Suport per a tubs rodons de Ø 18 mm, com a mínim. - Capacitat de càrrega: 20 kg, com a mínim.	

Núria Curriu Navarro
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments