

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101434151/26/AMUP

TERÀPIA DE PRESSIÓ NEGATIVA



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PLIFPU8Q4B7VM21YACZAGBU28C7ITFO

Data creació còpia:
19/05/2025 14:47:57

Pàgina 1 de 13

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$


On:
P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",
O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",
Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),
IL és preu de licitació
i *P* són els punts del criteri

Justificació: La fórmula utilitzada és la prevista en la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública.

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris objectius.
- D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:





CS/CC00/1101434151/26/AMUP

CA-AMUP-S-4-26

LOT 1- Teràpia Pressió Negativa un sol ús 7-10 dies

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 1 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
SONORITAT: Es valorarà, amb 20 punts, el proveïdor que presenti l'aparell, que durant el seu funcionament, sense incidències, emeti un nivell de soroll inferior a 30db per garantir el confort del pacient, on el descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20
CLIP SUBJECCIÓ: Es valorarà, amb 10 punts, l'equip TPN d'un sol ús presenti un clip de subjecció per poder-lo transportar i així garantir la estabilitat del sistema i la confortabilitat del pacient. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
SIMULTANEÏTAT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti una unitat de teràpia de pressió negativa que tingui la possibilitat de fer dues teràpies simultànies, per optimitzar el temps del tractament i millorar la eficàcia clínica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

LOT 2- Teràpia Pressió Negativa un sol ús 7-15 dies

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 2 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
SONORITAT: Es valorarà, amb 20 punts, el proveïdor que presenti l'aparell, que durant el seu funcionament, sense incidències, emeti un nivell de soroll inferior a 30db per garantir el confort del pacient, on el descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20
CLIP SUBJECCIÓ: Es valorarà, amb 10 punts, l'equip TPN d'un sol ús presenti un clip de subjecció per poder-lo transportar i així garantir la estabilitat del sistema i la confortabilitat del pacient. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
SIMULTANEÏTAT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti una unitat de teràpia de pressió negativa que tingui la possibilitat de fer dues teràpies simultànies, per optimitzar el temps del tractament i millorar la eficàcia clínica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

1101434151_CA-AMUP-S-4-26 TPN

3 / 13



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PLIFPU8Q4B7VM21YACZAGBU28C7ITFO

Data creació còpia:
19/05/2025 14:47:57

Pàgina 3 de 13

LOT 3- Equips Teràpia Pressió Negativa un sol ús ferida tancada 14-20 dies

Puntuació econòmica màxima: 65 punts

Puntuació tècnica màxima: 35 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 3 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (35 punts)	Puntuació màxima
SONORITAT: Es valorarà, amb 20 punts, el proveïdor que presenti l'aparell, que durant el seu funcionament, sense incidències, emeti un nivell de soroll inferior a 30db per garantir el confort del pacient, on el descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20
APÒSIT ADDICIONAL: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti l'equip de teràpia de pressió negativa de 125mmHg amb contenidor, que inclogui addicionalment un apòsit de 10x20cm amb port i film segellador. La inclusió de l'apòsit dins de l'equip, agilitza el procediment inicial de la TPN per part del personal sanitari. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
SISTEMA DE RECICLATGE: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un sistema de recollida amb reciclatge d'equips de TPN un cop exhaurida la seva utilitat, per garantir la responsabilitat i la disminució de residus mèdics en els centres sanitaris contribuït a la conservació mediambiental. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

LOT 4- Apòsits Teràpia Pressió Negativa un sol ús ferida tancada 14-20 dies

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 4 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (30 punts)	Puntuació màxima
SIMULTANEÏTAT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti una unitat de teràpia de pressió negativa que tingui la possibilitat de fer dues teràpies simultànies, per optimitzar el temps del tractament i millorar la eficàcia clínica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
LUMENS: Es valorarà, amb 20 punts, que la unitat d'aspiració tingui un tub d'aspiració com a mínim amb 2 lumens, amb la finalitat de prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20



LOT 5- Altres materials Teràpia Pressió Negativa un sol ús

Puntuació econòmica màxima: 90 punts

Puntuació tècnica màxima: 10 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 4 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (10 punts)	Puntuació màxima
MEDI-AMBIENT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un embalatge amb material biodegradable, lliure de plàstics, amb la finalitat de reduir l'impacte ambiental i l'acumulació de residus plàstics. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

LOT 6- Equips Teràpia Pressió Negativa un sol ús 30 dies

Puntuació econòmica màxima: 55 punts

Puntuació tècnica màxima: 45 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 6 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (45 punts)	Puntuació màxima
SONORITAT: Es valorarà, amb 20 punts, el proveïdor que presenti l'aparell, que durant el seu funcionament, sense incidències, emeti un nivell de soroll inferior a 30db per garantir el confort del pacient, on el descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. Les ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20
SIMULTANEÏTAT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti una unitat de teràpia de pressió negativa que tingui la possibilitat de fer dues teràpies simultànies, per optimitzar el temps del tractament i millorar la eficàcia clínica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
BATERIA: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un equip amb una bateria recarregable, suficients per realitzar la totalitat del tractament de 30 dies oferint als pacients autonomia i llibertat de moviment. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
SISTEMA RECICLATGE: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti un sistema de recollida d'equips de TPN un cop exhaurida la seva utilitat, per garantir la responsabilitat ambiental i la disminució de residus mèdics en els centres sanitaris. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts	5

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/04/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PLIFPU8Q4B7VM21YACZAGBU28C7ITFO

Data creació còpia:
19/05/2025 14:47:57

Pàgina 5 de 13

LOT 7- Apòsits Teràpia Pressió Negativa un sol ús 30 dies

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 7 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (30 punts)	Puntuació màxima
SIMULTANEÏTAT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti una unitat de teràpia de pressió negativa que tingui la possibilitat de fer dues teràpies simultànies, per optimitzar el temps del tractament i millorar la eficàcia clínica. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
LUMENS: Es valorarà, amb 20 punts, que la unitat d'aspiració tingui un tub d'aspiració com a mínim amb 2 lúmens, amb la finalitat de prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20

LOT 8- Teràpia Pressió Negativa Abdomen obert

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 8 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
ESCUMA ENCAPSULADA: Es valorarà, amb 20 punts, que la capa de protecció visceral disposi d'una escuma encapsulada amb extensions suficient per cobrir la màxima superfície de la cavitat abdominal, per protegir els òrgans interns i fent una distribució uniforme de la pressió evitant adhesions. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20
PRESSIÓ LLIT FERIDA: Es valorarà, amb 20 punts, que la tecnologia dels equips cedits prenguin la pressió directament al llit de la ferida, amb un mínim de 4 lúmens de pressió, estímulant el teixit de granulació i millorant la vascularització. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20

LOT 9- Teràpia Pressió Negativa convencional. Apòsit poliuretà reticulat

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 9 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
TERÀPIES: Es valorarà l'aparell que realitzi, amb la mateixa unitat terapèutica, varies teràpies diferents (TPN convencional, TPN abdomen obert i TPN instil·lació), per optimitzar el numero d'aparells i poder fer teràpies diferents, ja que garanteix la comoditat del personal sanitari i la gestió de l'espai i temps: - El proveïdor que presenti 3 teràpies es puntuarà amb 15 punts. - El proveïdor que presenti 2 teràpies es puntuarà amb 10 punts.	15



- El proveïdor que presenti 1 o cap teràpia es puntuarà amb 0 punts. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	
PES APARELL PORTÀTIL: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un aparell portàtil amb el pes més baix, per garantir la comoditat i autonomia del pacient, el pes inferior rebrà la màxima puntuació, la resta, rebrà una puntuació inversament proporcional. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica de l'aparell. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
CONTENIDORS APARELL PORTÀTIL: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un aparell portàtil, per millorar l'eficàcia clínica, amb contenidors de capacitats compreses amb mínim de 300ml i un màxim de 800ml. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica de l'aparell. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
TERÀPIA INTERMITENT: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti una teràpia intermitent, on la pressió màxima i mínima es pugui triar amb la finalitat de tractar una àmplia varietat de ferides. Aquest criteri s'haurà d'especificar a la fitxa tècnica de l'aparell. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

LOT 10- Teràpia Pressió Negativa Instil·lació

Puntuació econòmica màxima: 60 punts

Puntuació tècnica màxima: 40 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 10 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (40 punts)	Puntuació màxima
TERÀPIES: Es valorarà l'aparell que realitzi, amb la mateixa unitat terapèutica, varies teràpies diferents (TPN convencional, TPN abdomen obert i TPN instil·lació), per optimitzar el número d'aparells i poder fer teràpies diferents, ja que garanteix la comoditat del personal sanitari i la gestió de l'espai i temps: - El proveïdor que presenti 3 teràpies es puntuarà amb 15 punts. - El proveïdor que presenti 2 teràpies es puntuarà amb 10 punts. - El proveïdor que presenti 1 o cap teràpia es puntuarà amb 0 punts. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	15
LUMENS: Es valorarà, amb 20 punts, que la unitat d'aspiració tingui un tub d'aspiració com a mínim amb 2 lumens, amb la finalitat de prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20
TERÀPIA INTERMITENT: Es valorarà, amb 5 punts, el proveïdor que presenti una teràpia intermitent, on la pressió màxima i mínima es pugui triar amb la finalitat de tractar una àmplia varietat de ferides. Aquest criteri s'haurà d'especificar a la fitxa tècnica de l'aparell. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	5

Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/04/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PLIFPU8Q4B7VM21YACZAGBU28C7ITFO

Data creació còpia:
19/05/2025 14:47:57

Pàgina 7 de 13

LOT 11- Apòsits poliuretà reticulat amb Plata

Puntuació econòmica màxima: 70 punts

Puntuació tècnica màxima: 30 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 11 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (30 punts)	Puntuació màxima
PLATA: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti l'apòsit de plata metàl·lica, per la propietat antimicrobiana que ajuden a reduir la càrrega bacteriana en la ferida. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10
LUMENS: Es valorarà, amb 20 punts, que la unitat d'aspiració tingui un tub d'aspiració com a mínim amb 2 límens, amb la finalitat de prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20

LOT 12- Apòsits de Polivinil

Puntuació econòmica màxima: 80 punts

Puntuació tècnica màxima: 20 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 12 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (20 punts)	Puntuació màxima
LUMENS: Es valorarà, amb 20 punts, que la unitat d'aspiració tingui un tub d'aspiració com a mínim amb 2 límens, amb la finalitat de prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia. Haurà d'estar especificat a la fitxa tècnica del proveïdor. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	20

LOT 13- Contenidors Teràpia Pressió Negativa

Puntuació econòmica màxima: 90 punts

Puntuació tècnica màxima: 10 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 13 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (10 punts)	Puntuació màxima
GAMMA: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor amb més articles ofertats i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis ofertats, per garantir que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de capacitats/mides diferents. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	10



LOT 14- Altres materials compatibles amb la Teràpia Pressió Negativa convencional

Puntuació econòmica màxima: 90 punts

Puntuació tècnica màxima: 10 punts

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 14 són els següents criteris objectius:

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (10 punts)	Puntuació màxima
MEDI-AMBIENT: Es valorarà, amb 10 punts, el proveïdor que presenti un embalatge amb material biodegradable, lliure de plàstics, amb la finalitat de reduir l'impacte ambiental i l'acumulació de residus plàstics. S'haurà de justificar mitjançant un informe. La resta d'ofertes que no compleixin aquest criteri obtindran una puntuació de 0 punts.	10

LOTS OBLIGATORIS

Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles, si s'escau.

És obligatori presentar oferta a la totalitat d'articles dels lots 9, 10, 11 i 12.

En aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

on

Ci: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.



Justificació criteris objectius

El criteri sonoritat, és crucial per garantir el confort del pacient. El descans i la tranquil·litat són essencials per a la recuperació, ja que un ambient silenciós ajuda a reduir l'estrès i millora la qualitat del son. Segons la normativa de contaminació acústica, un nivell de soroll de 30 dB és considerat adequat per a entorns on es requereix silenci, com ara dormitoris. Això és especialment important en entorns mèdics, on el benestar del pacient depèn en gran mesura d'un ambient tranquil i lliure de sorolls molestos. Aquest criteri assegura que els aparells mèdics no interfereixin amb el descans dels pacients, contribuint així a una recuperació més ràpida i efectiva. A més, complir amb aquest nivell de soroll demostra un compromís amb la qualitat i el confort del pacient, aspectes fonamentals en l'atenció sanitària.

La presència d'un clip de subjecció en l'equip TPN d'un sol ús és essencial per facilitar el transport i garantir l'estabilitat del sistema. Això assegura que el dispositiu es mantingui en la posició correcta durant el seu ús, evitant complicacions com desplaçaments o caigudes que podrien interferir amb el tractament. La comoditat del pacient es veu millorada, ja que el clip permet una manipulació més segura i pràctica del dispositiu, reduint l'estrès associat a la seva utilització. A més, un clip de subjecció ben dissenyat contribueix a la mobilitat del pacient, permetent-li portar l'equip amb facilitat mentre realitza les seves activitats diàries. Això és especialment important per a pacients amb mobilitat reduïda o que necessiten portar el dispositiu durant períodes prolongats. En resum, aquest criteri assegura que l'equip TPN sigui pràctic, segur i còmode per al pacient, millorant la seva experiència i la qualitat del tractament.

A més, la possibilitat de fer teràpies simultànies amb una sola unitat redueix la necessitat de múltiples dispositius, la qual cosa simplifica la logística i la gestió dels equips mèdics. Això és especialment important en entorns amb recursos limitats o amb alta demanda de serveis mèdics. En resum, aquest criteri assegura que els pacients rebin un tractament més ràpid i efectiu, mentre que els centres sanitaris poden operar de manera més eficient i amb menys complicacions. També, és essencial per optimitzar el temps de tractament i millorar l'eficàcia clínica. Aquesta funcionalitat permet tractar múltiples àrees o condicions alhora, reduint el temps total de tractament necessari per al pacient. Això no només accelera el procés de curació, sinó que també millora l'eficiència del personal sanitari, ja que poden atendre més pacients en menys temps.

El criteri d'apòsit addicional assegura que els professionals de la salut tinguin tots els components necessaris a mà, reduint el temps de preparació i aplicació del tractament. A més, l'ús d'un apòsit específicament dissenyat per a la TPN garanteix una millor adaptació i segellat de la ferida, la qual cosa és crucial per a l'eficàcia del tractament. Un bon segellat evita fuites d'aire i manté la pressió negativa constant, afavorint la cicatrització de la ferida. Això no només millora els resultats clínics, sinó que també redueix el risc d'infeccions i altres complicacions associades a una aplicació inadequada del tractament. En resum, aquest criteri millora l'eficiència del personal sanitari, assegura una aplicació correcta i ràpida del tractament, i contribueix a millors resultats per als pacients.

La implementació d'un sistema de recollida i reciclatge d'equips de teràpia de pressió negativa (TPN) un cop exhaurida la seva utilitat és essencial per garantir la responsabilitat ambiental i la disminució de residus mèdics en els centres sanitaris. Aquest criteri contribueix significativament a la conservació mediambiental, ja que redueix la quantitat de residus que acaben en abocadors i minimitza l'impacte ambiental dels productes mèdics.



El reciclatge d'equips mèdics permet la recuperació de materials valuosos que poden ser reutilitzats en la fabricació de nous productes, reduint així la necessitat d'extracció de matèries primeres i el consum d'energia associat a la producció de nous materials. A més, un sistema de reciclatge ben establert ajuda a complir amb les normatives ambientals i de gestió de residus, promovent pràctiques sostenibles dins dels centres sanitaris.

La presència d'un tub d'aspiració amb almenys 2 lúmens és essencial per prevenir l'obstrucció i garantir el bon funcionament de la teràpia d'aspiració. Els tubs amb múltiples lúmens permeten una millor circulació dels fluids, reduint la probabilitat que les secrecions bloquegin el tub. Això és crucial per mantenir una aspiració contínua i efectiva, assegurant que les vies respiratòries del pacient es mantinguin lliures de secrecions. A més, un tub d'aspiració amb 2 lúmens facilita la distribució uniforme de la pressió negativa, millorant l'eficàcia del tractament. Això ajuda a evitar complicacions com infeccions respiratòries causades per l'acumulació de secrecions. En resum, aquest criteri assegura que els pacients rebin una teràpia d'aspiració segura i efectiva, millorant la seva qualitat de vida i reduint la necessitat d'ingressos hospitalaris.

L'ús d'embalatges amb material biodegradable, lliure de plàstics, és essencial per reduir l'impacte ambiental i l'acumulació de residus plàstics. Els materials biodegradables es descomponen de manera natural, minimitzant la contaminació i la presència de plàstics en els ecosistemes. Això és crucial per a la sostenibilitat, ja que els plàstics tradicionals poden trigar centenars d'anys a descompondre's, causant danys significatius a la fauna i flora. A més, l'ús de materials biodegradables en l'embalatge contribueix a la reducció de la petjada ecològica dels productes mèdics. La producció de plàstics genera emissions de gasos d'efecte hivernacle, mentre que els materials biodegradables solen tenir un impacte ambiental menor. Aquest criteri també fomenta la responsabilitat ambiental entre els proveïdors, impulsant-los a adoptar pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

La inclusió d'una bateria recarregable en un equip mèdic, suficient per realitzar la totalitat del tractament de 30 dies, és essencial per oferir als pacients autonomia i llibertat de moviment. Aquest criteri assegura que els pacients no estiguin lligats a una font d'alimentació constant, permetent-los portar el dispositiu amb ells durant les seves activitats diàries sense interrupcions. A més, les bateries recarregables, especialment les d'ions de liti, són conegudes per la seva alta densitat d'energia i durabilitat. Això significa que poden proporcionar una font d'energia fiable i consistent durant períodes prolongats, reduint la necessitat de canvis freqüents de bateria i minimitzant les interrupcions en el tractament. Aquesta autonomia és especialment important per a pacients amb mobilitat reduïda o que necessiten portar el dispositiu durant períodes prolongats.

La capa de protecció visceral amb escuma encapsulada és essencial per garantir la seguretat i l'eficàcia del tractament. L'escuma encapsulada proporciona una protecció uniforme als òrgans interns, distribuint la pressió de manera homogènia i evitant adhesions. Això és crucial per prevenir complicacions postoperatòries, com les adherències, que poden causar dolor i dificultats en la recuperació. A més, l'escuma encapsulada amb extensions suficients per cobrir la màxima superfície de la cavitat abdominal assegura que tots els òrgans interns estiguin protegits durant el tractament. Aquesta protecció completa ajuda a mantenir la integritat dels òrgans i a evitar danys causats per la pressió desigual. En resum, aquest criteri assegura que els pacients rebin un tractament segur i efectiu, millorant la seva qualitat de vida i accelerant el procés de recuperació.

La tecnologia que permet prendre la pressió directament al llit de la ferida amb un mínim de 4 lúmens de pressió és essencial per estimular el teixit de granulació i millorar la vascularització. La teràpia de pressió negativa (TPN) aplicada directament al llit de la ferida crea un entorn òptim per la



cicatrització, ja que la pressió subatmosfèrica ajuda a reduir l'edema, augmentar el flux sanguini i promoure la formació de teixit nou. Els 4 lúmens de pressió asseguren una distribució uniforme de la pressió, evitant punts de pressió excessiva que podrien danyar el teixit i retardar la cicatrització. Aquesta tecnologia també ajuda a mantenir la ferida neta i lliure de secrecions, reduint el risc d'infeccions.

La capacitat de realitzar diverses teràpies amb la mateixa unitat terapèutica (TPN convencional, TPN abdomen obert i TPN instil·lació) és essencial per optimitzar el nombre d'aparells necessaris i facilitar la gestió de l'espai i el temps per al personal sanitari. Aquest criteri assegura que els professionals de la salut puguin utilitzar un sol dispositiu per a múltiples tractaments, reduint la necessitat de canviar d'equip i simplificant els procediments. A més, la versatilitat de l'aparell permet adaptar-se a diferents necessitats de tractament, millorant l'eficàcia clínica i oferint una solució més completa per als pacients. Això no només millora la comoditat del personal sanitari, sinó que també optimitza l'ús dels recursos disponibles, reduint costos i maximitzant l'eficiència operativa. En resum, aquest criteri assegura que els pacients rebin un tractament més ràpid i efectiu, mentre que els centres sanitaris poden operar de manera més eficient i amb menys complicacions.

La valoració del pes més baix per a un aparell portàtil és essencial per garantir la comoditat i autonomia del pacient. Un dispositiu lleuger és més fàcil de portar i utilitzar, la qual cosa millora significativament l'experiència del pacient, especialment per aquells amb mobilitat reduïda o que necessiten portar el dispositiu durant períodes prolongats. Un aparell més lleuger redueix la fatiga i l'estrès físic associats amb el seu ús continuat, permetent als pacients mantenir un nivell més alt d'activitat diària i independència. Això és especialment important en el context de tractaments a llarg termini, on la comoditat i la facilitat d'ús poden influir directament en l'adherència al tractament i, per tant, en els resultats clínics.

La capacitat dels contenidors de l'aparell portàtil, compresa entre 300 ml i 800 ml, és essencial per millorar l'eficàcia clínica. Aquesta gamma de capacitats permet adaptar-se a diferents necessitats de tractament, oferint flexibilitat en la gestió de fluids i secrecions. Els contenidors més petits són ideals per a tractaments de curta durada o per a pacients amb menor producció de fluids, mentre que els contenidors més grans són adequats per a tractaments prolongats o per a pacients amb major producció de fluids. A més, la capacitat adequada dels contenidors redueix la necessitat de canvis freqüents, minimitzant les interrupcions en el tractament i millorant la comoditat del pacient. Això també facilita la tasca del personal sanitari, ja que poden gestionar els fluids de manera més eficient i segura.

La capacitat de seleccionar la pressió màxima i mínima en una teràpia intermitent és essencial per tractar una àmplia varietat de ferides. Aquesta flexibilitat permet ajustar la pressió segons les necessitats específiques de cada pacient i tipus de ferida, optimitzant així el procés de curació. La teràpia intermitent amb pressió ajustable ajuda a estimular el teixit de granulació i a millorar la vascularització, factors clau per a una cicatrització efectiva. A més, la possibilitat de variar la pressió evita la descompensació de la ferida, reduint el risc de danys al teixit i millorant la tolerància del pacient al tractament. Això és especialment important en casos de ferides cròniques o complicades, on un tractament personalitzat pot marcar la diferència en els resultats clínics. En resum, aquest criteri assegura que els pacients rebin un tractament més adaptat i efectiu, millorant la seva qualitat de vida i accelerant el procés de recuperació.

L'ús d'apòsits de plata metàl·lica és essencial per les seves propietats antimicrobianes, que ajuden a reduir la càrrega bacteriana en la ferida. La plata és coneguda per la seva eficàcia en la inhibició del creixement de bacteris, fongs i virus, la qual cosa és crucial per prevenir infeccions en ferides. Els



apòsits de plata actuen com una barrera antimicrobiana, reduint el risc d'infecció o reinfecció, i ajudant a mantenir un entorn net i propici per a la cicatrització. A més, la plata en els apòsits pot ajudar a controlar l'exudat i el mal olor de les lesions, millorant el confort del pacient i facilitant la gestió de la ferida. Això és especialment important en el tractament de ferides cròniques o amb alt risc d'infecció, on la reducció de la càrrega bacteriana pot accelerar el procés de curació i millorar els resultats clínics.

Per últim, el criteri de gamma és important per garantir que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles que disposen de mides diferents. Aquesta qüestió incideix directament en la feina dels sanitaris quan han de triar els materials. Aquest criteri assegura una gestió més eficient dels magatzems, una millor organització dels recursos i una major coherència en la qualitat dels productes, beneficiant tant els centres sanitaris com els pacients.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PLIFPU8Q4B7VM21YACZAGBU28C7ITFO

Data creació còpia:
19/05/2025 14:47:57

Pàgina 13 de 13