

Expedient: 0504/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Contractació del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital
Universitari Sant Joan de Reus

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte consisteix en el subministrament de vint llits clínics elèctrics per diverses unitats de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

En aquest plec es defineixen les condicions tècniques que ha de reunir l'equipament que conforma l'objecte del contracte, i les prestacions que s'inclouen en el període de garantia legal dels equips. Així mateix, s'estableixen les normes de confecció de les ofertes, les condicions de lliurament i d'instal·lació i formació.

Els termes descrits seguidament formen part inseparable i són d'igual compliment per a tots els licitadors del concurs que les descripcions tècniques de l'equipament a adquirir.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Característiques bàsiques generals:

Les especificacions tècniques concretes dels articles a subministrar es troben definides a continuació:

Objecte: Llit accionat elèctricament, amb matalàs, coixí i suports laterals per a drenatges, pal de sèrum i incorporador (trapezi regulable), amb alçada variable i múltiples posicions de la superfície de descans per a hospitalització.

Característiques tècniques mínimes:

- Superfície de descans (somier) formada per 4 cossos articulats: respall, seient (amb separació automàtica per a la prevenció d'escacs), cames superior i cames inferior
- Dimensions de superfície de descans:
 - Amplada d'aproximadament 85cm/90cm
 - Longitud aproximadament de 195cm/200 cm
 - Possibilitat d'extensió de somier en cas de necessitat d'entre 20/30cm.
- *En l'oferta presentada pels licitadors s'haurà d'indicar el pes del llit, el pes del matalàs i màxim pes suportat. .
- Superfície de descans radiotransparent.
- Dispositiu de rodament amb cinquena roda i sistema de bloqueig direccional
- Sistema centralitzat de fre amb bloqueig de les quatre rodes
- Control lateral de fre per accionament amb els peus o similar

- Barana partida amb espai de transferència zero
- Capçal i peu amb sistema de fixació i extracció sense necessitat d'eines
- Elements de protecció elàstics situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes.
- Material i acabats superficials resistents als impactes i fregaments, així com als productes de neteja.
- Accessoris:
 - Matalàs de ≥ 14 cm de gruix i un mínim de 6cm de viscoelàstic (aproximadament). El matalàs ha de fer entre 195cm i 200cm (llargada) x 85-90cm (amplada).
 - Funda de matalàs impermeable, transpirable i bacteriostàtica.
 - Coixí per a llit clínic de viscoelàstica amb funda impermeable, transpirable i bacteriostàtica.
 - Suports laterals per a drenatges
 - Pal de sèrum orientable
 - Incorporador de llit. Trapezi regulable amb alçada.

Característiques funcionals mínimes:

- Accionament i regulació del respatllet i cames, conjunta o separada, mitjançant motor elèctric.
- Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant motor elèctric.
- Possibilitat d'angulació del tronc de com a mínim 60 graus.
- Càrrega segura de treball en moviment d'almenys 250kg i amb pes de càrrega terapèutica entre 140kg i 150kg. d'aproximadament 200kg.
- Posició de trendelenburg i antitrendelenburg mitjançant accionament elèctric que garanteixi un moviment continu.
- Comandament de control de les funcions del llit amb braç flexible o similar, cable amb flexibilitat de moviment o similar situat a la part superior del llit.
- Desembragatge d'emergència que possibiliti l'aposió horitzontal del respatllet a ambdós costats del llit, independentment de la posició de la barana.
- Dispositiu per a desactivar el control de les funcions del llit fora de l'abast del malalt (indicar ubicació en l'oferta tècnica presentada).

Els models dels equips oferts pels licitadors disposaran, com a mínim, de les prestacions definides en aquest apartat, en cas contrari, podrà ser motiu d'exclusió.

Pel cas que alguna de les característiques o de la informació detallada pels licitadors a les seves ofertes no coincideixi de manera exacta amb la prestació definida en aquest document, els licitadors han de considerar que, en cas que la finalitat pretesa amb

aquella definició no quedi desvirtuada, s'admetrà l'oferta. En cas contrari, pel cas que la finalitat perseguida amb el descriptiu que consta en aquest document no quedi en cap cas garantida, l'oferta serà rebutjada en no quedar satisfets els mínims definits en aquest plec de prescripcions tècniques.

Si alguna de les característiques establertes en les especificacions tècniques determinés una marca o model exclusiu, aquestes es consideraran només com una guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

Els articles oferts hauran de ser nous; per tant, no s'accepten articles, components i/o accessoris de segona mà ni reacondicionats. Els aparells que ofereixin els licitadors haurà d'incloure tots els elements i accessoris que es detallen en aquest document, així com tots aquells que siguin necessaris pel seu correcte funcionament.

3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ DE L'EQUIPAMENT

3.1 Condicions de subministrament

L'empresa adjudicatària es compromet a subministrar les unitats que l'EDP SSJRBC necessiti en cada moment sense que les quantitats anuals expressades anteriorment i en el Quadre de Característiques, suposin un compromís de contractació per part de l'EDP SSJRBC, o reduir les necessitats de subministrament indicades al document, sense que l'empresa adjudicatària pugui reclamar cap indemnització o compensació per aquest fet.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic per la utilització dels productes subministrats.

Els equips oferts es subministraran amb tots aquells dispositius o elements d'interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris per a un total i correcte funcionament i obtenció dels corresponents permisos i autoritzacions requerits per la legislació vigent.

El termini màxim de lliurament i instal·lació dels articles serà de 30 dies, a comptar des de la data de realització de cada comanda.

Lloc de lliurament dels equips: Magatzem de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Av. Del Doctor Josep Laporte, nº2, Reus, Tarragona (43205), o lloc que s'estipuli en la comanda.

Els equips han d'anar convenientment embalats per tal que arribin en perfectes condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que l'equip es subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en els equips durant en el seu transport fins al lloc de subministrament l'ha d'assumir l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària ha de facilitar el pes i el volum de tots els components embalats que configurin el conjunt de cada equip. De la mateixa manera, cada paquet ha de venir correctament identificat amb codis i textos a efectes de facilitar la seva localització i manipulació.

En concret, l'empresa adjudicatària es compromet a:

- Realitzar el transport dels equips fins al seu lloc d'ubicació final en les instal·lacions del centre on vagi destinat l'equip.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava abans de l'arribada dels equips, i a fi de deixar el producte en perfecte estat de funcionament i completament integrat amb la resta de l'equipament del centre sanitari.
- Reparació dels desperfectes que es puguin ocasionar com a conseqüència d'aquestes accions i, si s'escau, l'adaptació dels elements embellidors afectats.

Per al cas que l'equip requereixi instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Serveis Generals de l'Entitat, o la persona en qui aquest delegui.

El lliurament no s'entendrà perfeccionat fins que es produeixi el subministrament en el termini i lloc indicats a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert per l'adjudicatari.

4. GARANTIA DE L'EQUIPAMENT

S'estableix un període de garantia mínim de trenta-sis (36) mesos per cada equip, que podrà ser ampliat pel licitador en la seva proposta.

Aquest termini es començarà a comptar des de la data que tingui lloc la recepció dels equips en condicions òptimes, un cop es completi la seva instal·lació i posada en funcionament efectiu i es realitzin les proves corresponents i la formació del personal, moment en que se signarà un acta de recepció dels equips.

El període de garantia inclourà el manteniment preventiu anual i tècnic legal.

Així mateix, cobrirà els defectes de fabrica, mal funcionament en la posada en marxa, desperfectes del transport i peces defectuoses.

A més, la garantia inclourà totes les actuacions de manteniment que es descriuen en l'apartat 5 del present plec. Així com la substitució, sense càrrec, de qualsevol material, instal·lació o parts i components d'aquests que presentin deficiències per al seu correcte funcionament; així com els recanvis, la mà d'obra, el desplaçament, dietes, transport i altres despeses derivades del compliment d'aquesta garantia.

5. SERVEI TÈCNIC DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA

Durant el període de garantia, l'empresa contractista haurà d'executar les següents actuacions de servei tècnic:

- La substitució de l'equipament o dels elements de l'equip tals com, components, accessoris i qualsevol altre element que formi part de l'equip i sigui necessari per al seu correcte funcionament, que continguin vicis, defectes o que pateixin un mal funcionament o deteriorament atribuïble a deficiències d'origen (materials i de funcionament).
- Manteniment preventiu anual programat d'acord amb el fabricant durant el període de garantia: revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries per al correcte funcionament del sistema.
- Així mateix, estan inclosos tots els costos i despeses de desplaçament del personal del servei de manteniment durant el període de garantia. Incloent tots els components de l'equip, elements auxiliars, instal·lacions, i peces de recanvi, mà d'obra, i demés costos que puguin derivar-se del compliment de la mateixa.

5.1 Aspectes generals

El temps màxim en cas d'avaria o incidència per la primera resposta amb presència física del tècnic si la incidència ho requereix serà de 48 hores (laborables).

L'empresa contractista haurà de disposar d'un servei d'Atenció al Client per gestió d'incidències o avaries amb horari d'atenció mínim de 8 a 17h de dilluns a divendres, preferentment amb resposta telefònica directa.

Els elements que s'han de substituir han de ser iguals o equivalents als elements que l'equip incorporava d'origen. En el cas, que no puguin ser iguals SSJRBC ha d'acceptar expressament la instal·lació d'un element equivalent a l'original.

6. DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN L'OFERTA TÈCNICA

Les empreses licitadores hauran d'incloure en la seva oferta (SOBRE B) la següent documentació tècnica relativa als equips oferts per cadascun dels lots:

- Memòria tècnica de cadascun dels equips, on s'indiquin els materials i/o composició, marca, model, catàlegs i/o altra documentació gràfica dels productes oferts.
- Declaració conformitat CE. Tots els productes sanitaris i els seus accessoris objecte d'aquesta licitació han de reunir les condicions legalment establertes per a la posada en servei i utilització, establerts a la normativa d'aplicació, havent d'acompanyar a la fitxa tècnica dels productes còpia dels certificats de marca CE. Aquest marcat fixat sobre el producte es una declaració formal (Declaració de conformitat CE) feta per una persona responsable de l'empresa fabricant que el producte és conforme amb tots els requisits comunitaris i que s'han dut a terme sobre aquest producte els procediments d'avaluació de la conformitat que li són aplicables. Els productes i els seus accessoris han d'estar conformes, en el moment en que es realitzi el seu subministrament, amb les condicions que els siguin d'aplicació, fent constar la declaració de conformitat del fabricant que acrediti el compliment de les normes tècniques d'aplicació obligatòria, per a cadascun dels equips.

Posteriorment, l'empresa adjudicatària, en el moment de lliurament i instal·lació de dels equips, haurà d'aportar la següent documentació:

- Manual de funcionament de l'equip.
- Manual tècnic de manteniment.
- Manual de prevenció i seguretat de l'equip.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana. Quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades; en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

7. DEMOSTRACIONS

Un cop obert el sobre B, es requerirà a les empreses la presentació de demostracions dels equips oferts al centre Hospital Universitari Sant Joan de Reus, tal com s'assenyala a la clàusula J.2 del Quadre de Característiques.

Els equips presentats com a demostració han de ser iguals al productes oferts (documentació tècnica incorporada en el Sobre B), i s'han d'acompanyar de tots els accessoris requerits en aquest plec. En cas contrari, podrà acordar-se per l'òrgan de contractació l'exclusió del licitador.

Així mateix, la manca de presentació de mostres, la presentació de mostres que no s'ajustin a les condicions establertes als plecs o bé la presentació extemporània de les mateixes (ja sigui abans del termini establert a l'efecte o de forma posterior) serà motiu d'exclusió de la licitació en relació a l'article afectat.

Tota la informació relativa a les demostracions es comunicarà mitjançant un avís al perfil de contractant de l'entitat, un cop obert el Sobre B.

Les despeses que es puguin produir per al lliurament de les demostracions aniran a càrrec del proveïdor.

8. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme una formació sobre les característiques tècniques, prestacions i manegi dels béns subministrats. L'objectiu de la formació és que el personal tècnic adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat ús dels bens subministrats.

Aquesta formació haurà d'anar dirigida al personal mèdic, d'infermeria i tècnic que hagi de fer ús dels béns subministrats, per tal d'utilitzar-los en la forma prevista pel fabricant i efectuar les rutines de servei.

9. SEGURETAT I SALUT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I SENYALITZACIÓ DE TREBALLS

9.1 Seguretat i salut

L'adjudicatària està obligada a adoptar el personal necessari per a la realització dels subministraments objecte del contracte i oferir garanties de qualitat de la prestació.

Tots els treballadors/es de l'empresa adjudicatària hauran d'estar contractats d'acord amb el conveni col·lectiu del sector corresponent, si n'hi hagués, tot disposant de la titulació, formació, acreditacions i certificacions necessàries i exigides per fer efectiva l'activitat.

Així mateix, s'ha de garantir l'acompliment de la normativa i legislació vigent en matèria de seguretat i salut.

9.2 Prevenció de riscos laborals

L'adjudicatària haurà d'acreditar la realització de l'avaluació de riscos laborals, la planificació de les actuacions preventives, la informació i formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors/es, tot respectant l'acompliment estricte de les prescripcions de la legislació sobre prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals).

9.3 Senyalització de treballs

L'adjudicatari haurà de senyalitzar, quan escaigui, els llocs de treball que comporti el funcionament i manteniment del subministrament, a fi de garantir la seguretat dels treballadors, usuaris i tercers, tot assegurant el seu bon funcionament.


Aquesta senyalització haurà de seguir les instruccions, directrius i indicacions del cap de manteniment o responsable del contracte i haurà d'estar autoritzada prèviament.

10. GESTIÓ DE RESIDUS

L'adjudicatària serà responsable de la gestió correcta dels residus. Consegüentment, estarà obligada a retirar del centre qualsevol residu que s'hagi generat fruit de la seva tasca professional i se'ls hauran d'emportar als centres de tractament de residus, reciclatge o dipòsit corresponents, donant compliment a la normativa vigent. Tanmateix, també podran facilitar-los al gestor de residus autoritzat per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya per al seu reciclatge o destrucció, sense cap cost addicional.

Els sotasignats declaren que, l'elaboració i la informació continguda en el present document, ha sigut duta a terme d'acord amb el seu criteri tècnic i, segons el disposat a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

A Reus, en data 9 de maig de 2025



Clara Maria Gómez Barranquero
Cap del Servei de Manteniment
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp