



**DECRET DE L'ALCALDIA**

**RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CALIBRATGE ANUAL DELS APARELLS DE MESURAMENT DE PARÀMETRES AMBIENTALS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PROPI DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT ABREUJAT**

**Antecedents**

1. En data 16 de maig de 2025, per Decret d'Alcaldia, es va aprovar l'expedient de contractació del servei de calibratge anual dels aparells de mesurament de paràmetres ambientals del servei de prevenció propi de l'ajuntament de Castelldefels, mitjançant el procediment obert abreujat.
2. En data 6 de juny de 2025 el responsable del contracte ha emès informe tècnic on es informa que ha detectat un error material al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) que regeix la licitació. Concretament, es tracta de la informació de preus del quadre de l'annex del PPT, que relaciona els aparells de mesurament de paràmetres ambientals del Servei de Prevenció Propi de l'Ajuntament de Castelldefels.
3. D'acord amb l'article 122.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), els plecs de clàusules administratives particulars poden modificar-se amb posterioritat a la licitació per error material, de fet o aritmètic.
4. D'acord amb l'art. 136.2 LCSP, els òrgans de contractació han d'ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de participació, així mateix, en cas que s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sense perjudici del que assenyalen els articles 122.1 i 124.
5. D'acord amb l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,

**DISPOSO:**

**Primer.-** Rectificar el contingut de la informació de preus del quadre de l'annex del PPT, que relaciona els aparells de mesurament de paràmetres ambientals del Servei de Prevenció Propi de l'Ajuntament de Castelldefels, quedant de la següent manera:



|  <b>Ajuntament de Castelldefels</b> |                     | <b>Annex: Relació d'aparells de mesurament de paràmetres ambientals del Servei de Prevenció Propi de l'Ajuntament de Castelldefels</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                     |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Instrument                                                                                                           | Marca               | Model                                                                                                                                  | Paràmetre                                                                    | Rang                                                                                                                                                                | Periodicitat de calibratge | Preu màxim anual (€, IVA exclòs) |
| Mesurador camps electromagnètics<br>013000060070                                                                     | Gigahertz Solutions | ME3830B                                                                                                                                | Camps electromagnètics (V/m i nT)                                            | Freqüència: 16 Hz - 100 kHz<br>Intensitat camp elèctric: 1-1999 V/m<br>Densitat de captació magnètica: 1-1999 nT                                                    | Anual                      | 550                              |
| Luxòmetre 180503119                                                                                                  | PCE Instruments     | PCE-170 A                                                                                                                              | Intensitat lumínica (lux)                                                    | 0-39999 lux                                                                                                                                                         | Anual                      | 500                              |
| Termohigròmetre 170721                                                                                               | PCE Instruments     | PCE-THA 10                                                                                                                             | Temperatura (°C) / Humitat relativa (%) / Velocitat de l'aire (m/s)          | 0 – 50°C<br>< 80% HR<br>0 - 9999 m³/s                                                                                                                               | Anual                      | 400                              |
| Dosímetre T246809                                                                                                    | CESVA               | DC112                                                                                                                                  | Soroll (dB)                                                                  | Ponderació en freqüencial A: 113,8-138,9 db<br>Nivel mínim db: 50<br>Ponderació en freqüencial C: 139,2 – 137 db<br>Nivel mínim db: 60<br>Frecuència: 63 - 8,000 Hz | Cada 2 anys                | 560                              |
| Mesurador de camp electrostàtic FX004 (12249)                                                                        | SIMCOIon            | FX004 (99010288)                                                                                                                       | Electricitat estàtica (kV)                                                   | +/- 30 kV                                                                                                                                                           | Anual                      | 400                              |
| Monitor de qualitat de l'aire 1                                                                                      |                     |                                                                                                                                        | Concentració de CO2 a l'aire (ppm) / Temperatura (°C) / Humitat relativa (%) | 400-5000 ppm<br>-10 a 50 C°<br>20% - 80% HR                                                                                                                         | Anual                      | 500                              |
|                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                     |                            | 2910                             |

Segon.- Publicar el PPT rectificat al Perfil del Contractant.

Tercer.- Ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes en 5 dies naturals, és a dir, fins al 16 de juny de 2025 a les 23:59 hores.

Fin\_texto\_de\_propuesta

Castelldefels, a la data de signatura electrònica.

En dono fe, als efectes de l'article 3.2.e) del RD 128/2018.