

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte

Manteniment dels cromatògrafs de la casa Thermo durant els anys 2026, 2027 i 2028:

- Cromatògraf LC Vanquish Flex Binary amb un espectromètre de Masses Q-Exactive (inclou una neteja extra de la Font per evitar problemas de contaminació acumulatius)
- Cromatògraf GC amb un espectromètre de Masses Q-Exactive
- Cromatògraf iònic ICS6000 (VWD, DC, EC, PUMP IC6000, 2 Bombes auxiliars, Generador eluient, Moustrejador)
- Espectrometre de Masses Simple Quadrupo ISQEC

Realització del servei

Aquest contracte de manteniment és modalitat Essential, inclou: una visita de manteniment preventiu anual i totes les reparacions que s'hagin d'efectuar durant la vigència del contracte, mà d'obra, desplaçaments i peces (resposta abans de tres dies laborables).

Barcelona, a data de la signatura

Antoni Rúbies
Cap de Departament del Laboratori