



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, VALIDACIÓ I MANTENIMENT CORRECTIU DE DIFERENTS ELEMENTS UBICATS ALS LABORATORIS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I AL CENTRE FOR OMIC SCIENCES (COS), DIVIDIT EN LOTS.

1. Objecte del contracte:

L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

-Lot 1: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les dutxes i rentauls ubicats als laboratoris de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS)

L'empresa adjudicatària executarà el pla de manteniment preventiu i validació complet de les dutxes i rentauls existents als laboratoris de recerca i docència ubicats als diferents departaments i unitats de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS) i també executarà el manteniment correctiu de les deficiències (averies) que es trobin.

L'empresa adjudicatària realitzarà una visita anual de manteniment preventiu complet de les dutxes i rentauls indicats a l'annex 1. D'aquestes visites es generaran uns certificats que indicaran la conformitat o no conformitat d'ús d'aquests equips de seguretat. En el cas de certificats 'no conformes' s'haurà d'especificar el motiu i com corregir-ho.

L'empresa adjudicatària haurà d'incloure en la seva oferta econòmica una relació de preus de les peces i recanvis més comuns per als manteniments correctius.

-Lot 2: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les vitrines i altres elements d'extracció de gasos ubicats als laboratoris de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS).

L'empresa adjudicatària executarà el pla de manteniment preventiu i validació complet de les vitrines i altres elements d'extracció de gasos existents als laboratoris de recerca i docència ubicats als diferents departaments i unitats de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS) i també executarà el manteniment correctiu de les deficiències (averies) que es trobin.

L'empresa adjudicatària realitzarà una visita anual de manteniment preventiu complet de les vitrines i altres elements d'extracció de gasos indicades a l'annex 2. D'aquestes visites es generaran uns certificats que indicaran la conformitat o no conformitat d'ús d'aquests equips de seguretat. En el cas de certificats 'no conformes' s'haurà d'especificar el motiu i com corregir-ho.



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>



-Lot 3: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtre ubicades als laboratoris de la Universitat Rovira i al Centre for Omic Sciences (COS).

L'empresa adjudicatària executarà el pla de manteniment preventiu i validació complet de les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtre existents als laboratoris de recerca i docència ubicats als diferents departaments i unitats de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS) i també executarà el manteniment correctiu de les deficiències (averies) que es trobin.

L'empresa adjudicatària realitzarà una visita anual de manteniment preventiu complet de les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtre indicades a l'annex 3. D'aquestes visites es generaran uns certificats que indicaran la conformitat o no conformitat d'ús d'aquests equips de seguretat. En el cas de certificats 'no conformes' s'haurà d'especificar el motiu i com corregir-ho.

2. Descripció del servei:

-Lot 1: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les dutxes i rentauls ubicats als laboratoris de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS)

Revisió, certificació i validació anual de tots els equips de dutxes i rentauls ubicats als diferents laboratoris de recerca i docència de la URV i al Centre for Omic Sciences (COS) (veure Annex 1).

Així mateix, també es consideraran dins d'aquest contracte les noves instal·lacions fins a un màxim d'un 15%, que siguin instal·lades durant el transcurs del present contracte sense que això impliqui un augment del preu acordat.

El manteniment preventiu inclourà, com a mínim, les proves de funcionalitat següents:

- Entorn de la dutxa
- Senyalització
- Funcionament de la dutxa (palanca, caudal, entrada d'aigua i sortida d'aigua)
- Funcionament rentauls (palanca, caudal, entrada d'aigua i sortida d'aigua)

Després de cada manteniment preventiu l'empresa adjudicatària ha de penjar a la seva plataforma web (detallada al punt 3 d'aquest plec) els certificats on s'indiqui la conformitat/no conformitat de cada equip. En el cas de que un equip no sigui conforme, en el mateix certificat s'ha d'indicar la correcció a realitzar per tal d'obtenir la conformitat.



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>



-Lot 2: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les vitrines i altres elements d'extracció de gasos ubicats als laboratoris de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS).

Revisió, certificació i validació anual de totes les vitrines i altres elements d'extracció de gasos ubicats als diferents laboratoris de recerca i docència de la URV i al Centre for Omic Sciences (COS) (veure Annex 2).

Així mateix, també es consideraran dins d'aquest contracte les noves instal·lacions fins a un màxim d'un 15%, que siguin instal·lades durant el transcurs del present contracte sense que això impliqui un augment del preu acordat.

Aquest manteniment preventiu inclourà, com a mínim, els següents aspectes:

Revisió de :

- Estat dels interruptors, preses elèctriques i il·luminació
- Estat general de la vitrina: interior, exterior, superfícies de treball
- Estat pileta, guillotina, aixetes, desaiques i connexions de gasos

Avaluació de:

- Il·luminació (lux)
- Soroll (dB)
- Velocitat d'aspiració a 50cm (m/s) i Caudal mitjà (m3/h)
- Test de fums visual, fuites a les finestres i conductes.

Manteniment bàsic:

- Greixar les guies de la finestra guillotina i de les politges.
- Canvis d' il·luminaria
- Reposició abraçadores dels conductes d'evacuació.

Després de cada manteniment preventiu , l'empresa adjudicatària ha de penjar a la seva plataforma web (detallada al punt 3 d'aquest plec) els certificats on s'indiqui la conformitat/no conformitat de cada equip. En el cas de que un equip no sigui conforme, en el mateix certificat s'ha d'indicar la correcció a realitzar per tal d'obtenir la conformitat.

-Lot 3: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtre ubicades als laboratoris de la Universitat Rovira i al Centre for Omic Sciences (COS).

Revisió, certificació i validació anual de totes les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtres ubicades als diferents laboratoris de recerca i docència de la URV i al Centre for Omic Sciences (COS) (veure Annex 3).



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>



Així mateix, també es consideraran dins d'aquest contracte les noves instal·lacions fins a un màxim d'un 15%, que siguin instal·lades durant el transcurs del present contracte sense que això impliqui un augment del preu acordat.

Aquest manteniment preventiu inclourà, com a mínim, els següents aspectes:

Cabines de seguretat biològica:

- Test d'integritat en filtres absoluts HEPA/ULPA
- Determinació de la pèrdua de carga en filtres
- Visualització del fluxe d'aire
- Velocitat i uniformitat d'aire en instal·lacions i equips
- Verificació del funcionament dels comandaments de control de l'equip
- Test de contenció a través del tub fumigen

Cabines de flux laminar:

- Test d'integritat en filtres absoluts HEPA/ULPA
- Determinació de la pèrdua de carga en filtres
- Visualització del fluxe d'aire
- Velocitat i uniformitat d'aire en instal·lacions i equips
- Verificació del funcionament dels comandaments de control de l'equip

Cabines/Vitrines d'extracció de gasos amb filtre:

- Test de saturació del filtre molecular
- Visualització del fluxe d'aire
- Test de velocitat d'aire en façana
- Test de contenció a través de tub fumigen
- Verificació del funcionament dels comandaments de control de l'equip

Després de cada manteniment preventiu, l'empresa adjudicatària ha de penjar a la seva plataforma web (detallada al punt 3 d'aquest plec) els certificats on s'indiqui la conformitat/no conformitat de cada equip. En el cas de que un equip no sigui conforme, en el mateix certificat s'ha d'indicar la correcció a realitzar per tal d'obtenir la conformitat.

3. Metodologia:

-Lot 1: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les dutxes i rentauls ubicats als laboratoris de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS)

El contracte es durà a terme de forma planificada i acordada prèviament entre l'adjudicatari i la URV i contindrà els següents punts de forma obligatòria:

- L'adjudicatari assignarà un interlocutor únic, amb poder de decisió, per a coordinar l'execució del contracte.



Codi de verificació: 247709b9dad61345



- L'adjudicatari del contracte haurà d'assumir el rol de mantenidor i alhora assessor de la URV pel que fa a les dutxes i rentauls ubicades a la URV i al COS. El manteniment tindrà caràcter anual i s'haurà d'avisar prèviament als responsables del laboratori del dia/dies en que es durà a terme els manteniments en els seus espais.
- L'adjudicatari posarà a disposició de la URV una plataforma web amb accés per tots els interlocutors de prevenció i els responsables de departament/unitats que la URV indiqui. En aquesta plataforma haurà de figurar:
 - Certificats resultants dels manteniments preventius anuals. Aquests certificats han d'estar classificats per carpetes amb la identificació de cada departament/unitat de la universitat, per tal d'organitzar de forma clara i senzilla la ubicació de cadascun d'ells.
 - Cronograma amb les dates i espais en que es realitzarà cada visita de manteniment preventiu. El cronograma ha de constar a la plataforma web amb almenys 15 dies d'antelació a la realització del manteniment.
 - Llistat actualitzat de dutxes i rentauls amb els canvis de nous equips o baixes d'equips detectats després de cada manteniment anual.
- Tota la documentació generada a conseqüència del manteniment serà consultable a la plataforma web en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la realització de la darrera visita.
- L'adjudicatari indicarà in situ en cada equip i d'una manera clara, a través d'una etiqueta, la següent informació:
 - Identificació de l'equip.
 - Data d'inspecció i data de propera inspecció.
 - Tècnic que ha realitzat la revisió.
 - Dades de contacte de l'empresa (nº de telèfon, correu electrònic, etc.).
 - Si l'equip es APTÉ/NO APTÉ
- L'adjudicatari ha de realitzar una visita de manteniment anual pels tècnics competents en la matèria necessaris per realitzar les inspeccions.

Correcció de les deficiències detectades i/o averies:

- L'adjudicatari després de la realització del manteniment preventiu elaborarà un llistat amb les dutxes i rentauls que presentin deficiències i el tipus de reparació que necessiten.
- Si les deficiències detectades requereixen d'una substitució de material, es comunicarà en un informe específic al personal de la URV responsable de la gestió del contracte, que haurà d'autoritzar-lo, per tal de portar el control dels costos de



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>



manteniment correctiu. A l'informe s'haurà d'incloure el preu de la reparació, que es calcularà segons la taula de preus del llistat de recanvis i peces pels manteniments correctius, especificat en el Plec de Clàusules Administratives.

- Les anomalies detectades per l'usuari hauran d'estar resoltes en el termini màxim de 30 dies des de que es sol·licita el pressupost de reparació fins a que es duu a terme la reparació.

-Lot 2: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les vitrines i altres elements d'extracció de gasos ubicats als laboratoris de la Universitat Rovira i Virgili i al Centre for Omic Sciences (COS).

El contracte es durà a terme de forma planificada i acordada prèviament entre l'adjudicatari i la URV i contindrà els següents punts de forma obligatòria:

- L'adjudicatari assignarà un interlocutor únic, amb poder de decisió, per a coordinar l'execució del contracte.
- L'adjudicatari del contracte haurà d'assumir el rol de mantenidor i alhora assessor de la URV pel que fa a les vitrines i altres elements d'extracció de gasos ubicats a la URV i al COS. El manteniment tindrà caràcter anual i s'haurà d'avisar prèviament als responsables del laboratori del dia/dies en que es durà a terme els manteniments en els seus espais.
- L'adjudicatari posarà a disposició de la URV una plataforma web amb accés per tots els interlocutors de prevenció i els responsables de departament/unitats que la URV indiqui. En aquesta plataforma haurà de figurar:
 - Certificats resultants dels manteniments preventius anuals. Aquests certificats han d'estar classificats per carpetes amb la identificació de cada departament/unitat de la universitat, per tal d'organitzar de forma clara i senzilla la ubicació de cadascun d'ells.
 - Cronograma amb les dates i espais en que es realitzarà cada visita de manteniment preventiu. El cronograma ha de constar a la plataforma web amb almenys 15 dies d'antelació a la realització del manteniment.
 - Llistat actualitzat de vitrines i altres elements d'extracció de gasos amb els canvis de nous equips o baixes d'equips detectats després de cada manteniment anual.
- Tota la documentació generada a conseqüència del manteniment serà consultable a la plataforma web en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la realització de la darrera visita.
- L'adjudicatari indicarà in situ en cada equip i d'una manera clara, a través d'una etiqueta, la següent informació:



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>



- Identificació de l'equip.
 - Velocitat de l'aire m/s.
 - Data d'inspecció i data de propera inspecció.
 - Tècnic que ha realitzat la revisió.
 - Dades de contacte de l'empresa (nº de telèfon, correu electrònic, etc.).
 - Si l'equip es APTÉ/NO APTÉ
- L'adjudicatari ha de realitzar una visita de manteniment anual pels tècnics competents en la matèria necessaris per realitzar les inspeccions.

Correcció de les deficiències detectades i/o averies:

- L'adjudicatari després de la realització del manteniment preventiu elaborarà un llistat amb les vitrines i altres elements d'extracció de gasos que presentin deficiències i el tipus de reparació que necessiten.
- Si les deficiències detectades requereixen d'una substitució de material, es comunicarà en un informe específic al personal de la URV responsable de la gestió del contracte, que haurà d'autoritzar-lo, per tal de portar el control dels costos de manteniment correctiu. A l'informe s'haurà d'incloure el preu de la reparació, que es calcularà segons la taula de preus del llistat de recanvis i peces pels manteniments correctius, especificat en el Plec de Clàusules Administratives.
- Les anomalies detectades per l'usuari hauran d'estar resoltes en el termini de 30 dies des de que es sol·licita el pressupost de reparació fins a que es duu a terme la reparació.

-Lot 3: Servei de manteniment preventiu i validació i manteniment correctiu de les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtre ubicades als laboratoris de la Universitat Rovira i al Centre for Omic Sciences (COS).

El contracte es durà a terme de forma planificada i acordada prèviament entre l'adjudicatari i la URV i contindrà els següents punts de forma obligatòria:

- L'adjudicatari assignarà un interlocutor únic, amb poder de decisió, per a coordinar l'execució del contracte.
- L'adjudicatari del contracte haurà d'assumir el rol de mantenidor i alhora assessor de la URV pel que fa a les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtre a la URV i al COS. El manteniment tindrà caràcter anual i s'haurà d'avisar prèviament als responsables del laboratori del dia/dies en que es durà a terme els manteniments en els seus espais.



Codi de verificació: 247709b9dad61345



- L'adjudicatari posarà a disposició de la URV una plataforma web amb accés per tots els interlocutors de prevenció i els responsables de departament/unitats que la URV indiqui. En aquesta plataforma haurà de figurar:
 - Certificats resultants dels manteniments preventius anuals. Aquests certificats han d'estar classificats per carpetes amb la identificació de cada departament/unitat de la universitat, per tal d'organitzar de forma clara i senzilla la ubicació de cadascun d'ells.
 - Cronograma amb les dates i espais en que es realitzarà cada visita de manteniment preventiu. El cronograma ha de constar a la plataforma web amb almenys 15 dies d'antelació a la realització del manteniment.
 - Llistat actualitzat de vitrines i altres elements d'extracció de gasos amb els canvis de nous equips o baixes d'equips detectats després de cada manteniment anual.
- Tota la documentació generada a conseqüència del manteniment serà consultable a la plataforma web en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la realització de la darrera visita.
- L'adjudicatari indicarà in situ en cada equip i d'una manera clara, a través d'una etiqueta, la següent informació:
 - Identificació de l'equip.
 - Velocitat de l'aire m/s.
 - Test integritat filtres.
 - Hores de funcionament.
 - Data d'inspecció i data de propera inspecció.
 - Tècnic que ha realitzat la revisió.
 - Dades de contacte de l'empresa (nº de telèfon, correu electrònic, etc.).
 - Si l'equip es APTÉ/NO APTÉ
- L'adjudicatari ha de realitzar una visita de manteniment anual pels tècnics competents en la matèria necessaris per realitzar les inspeccions.

Correcció de les deficiències detectades i/o averies:

- L'adjudicatari després de la realització del manteniment preventiu elaborarà un llistat amb les cabines de seguretat biològica, cabines de fluxe laminar i vitrines amb filtre que presentin deficiències i el tipus de reparació que necessiten.
- Si les deficiències detectades requereixen d'una substitució de material, es comunicarà en un informe específic al personal de la URV responsable de la gestió del contracte, que haurà d'autoritzar-lo, per tal de portar el control dels costos de manteniment correctiu. A l'informe s'haurà d'incloure el preu de la reparació, que



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>



es calcularà segons la taula de preus del llistat de recanvis i peces pels manteniments correctius, especificat en el Plec de Clàusules Administratives.

- Les anomalies detectades per l'usuari hauran d'estar resoltes en el termini de 30 dies des de que es sol·licita el pressupost de reparació fins a que es duu a terme la reparació.

4. Realització del servei:

- Els treballs es realitzaran seguint el descrit a l'apartat 3 de 'metodologia'.
- La periodicitat de les visites de manteniment preventiu seran anuals i s'haurà d'avisar amb suficient antelació als usuaris dels laboratoris per tal de poder adaptar-se a la realització dels manteniments en els seus espais.
- L'empresa adjudicatària actualitzarà l'etiqueta que figura a cada equip amb la informació descrita a l'apartat 3 de metodologia.
- L'horari de realització de les revisions i reparacions serà durant la jornada laboral que la URV fixi i en dies laborables, respectant els períodes de tancament i baixa activitat que la URV estableixi. Fora d'aquest horari es podran fer revisions i reparacions sempre que ho demani el personal tècnic autoritzat de la URV per a la gestió d'aquest contracte.

5. Penalitzacions:

Les penalitzacions seran aplicades a cada factura del contracte, i podran implicar com a màxim un 10% de la mateixa, penalitzant els següents ítems en un 2% cadascú:

- No mantenir la informació de la web actualitzada en els terminis indicats al contracte.
- No mantenir actualitzada la informació de les etiquetes dels equips.
- No informar correctament de les dates de les revisions.
- No lliurar els informes dels manteniments preventius anuals en temps i forma requerida.

La repetició de les penalitzacions podrà ser motiu de rescissió de contracte a l'empara de la llei de contractació pública.

6. Drets i deures de l'empresa adjudicatària:

D'acord amb aquest contracte l'empresa adjudicatària s'obliga a:



Codi de verificació: 247709b9dad61345



- Destinar a aquestes tasques personal qualificat, amb la formació específica necessària i convenientment certificada (cal aportar documentació justificativa), eines homologades i adequades per als espais implicats.
- Designar un interlocutor tècnic amb facultat de decisió.
- Mantenir el servei i comunicar les deficiències o necessitats conforme es vagin detectant.
- Complir amb tota la normativa especificada en l'apartat 2 de l'informe de necessitats.
- Retornar o lliurar, segons el cas, la totalitat de les dades facilitades pel client, o generades per motiu de la prestació de serveis al client, i en el suport designat per aquest últim.

7. Drets i deures de la Universitat Rovira i Virgili:

D'acord amb aquest contracte la URV s'obliga a:

- Satisfer a l'empresa adjudicatària les contraprestacions acordades, en les condicions establertes en el present contracte.
- Designar un interlocutor tècnic amb capacitat de decisió.
- Proporcionar subministrament elèctric, aigua i els gasos necessaris per a fer les proves respectives.
- Responsabilitzar-se de la bona finalitat de les dades i/o informació facilitada per la prestació de serveis contractada, o generada com a conseqüència de la mateixa.

8. Control de qualitat:

L'empresa adjudicatària proposarà els controls de qualitat necessaris per dur a terme l'objecte del contracte i les mesures correctores o preventives o aplicar que es derivin de l'aplicació dels mateixos.

9. Recursos humans:

L'empresa adjudicatària destinarà sempre el mateix personal tècnic a les revisions, de manera que els tècnics que revisin les instal·lacions de la URV durant el temps d'aquest contracte coneguin bé les instal·lacions i les peculiaritats de cadascuna d'elles. Aquests recursos humans es desplaçaran a les instal·lacions de la URV de manera periòdica per fer avaluacions dels possibles manteniments correctius que es requereixin.



Codi de verificació: 247709b9dad61345



10. Facturació:

L'empresa adjudicatària emetrà una factura cada trimestre vençut per l'execució del servei objecte del contracte diferenciant els equips de la URV i del COS, i diferenciant el manteniment preventiu del manteniment correctiu. Pel manteniment correctiu s'haurà d'enviar un informe que inclogui:

- Equip a reparar
- Ubicació
- Observacions
- Treball realitzat
- Número d'hores treballades
- Número de tècnics
- Peces substituïdes

Com a norma general, el concepte de les factures inclourà, a més de les dades habituals, el període de facturació a que correspon indicant el dia d'inici i final del trimestre, tenint en compte que el dia inicial del primer trimestre serà el d'inici del contracte i que aquest número de dia serà el d'inici de tots els trimestres del contracte.

Debora Cano Acedo

Tècnica de Gestió del Manteniment de l'Equipament Científic del SRCiT



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 30-05-2025 13:54:59

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>

ANNEX 1

DUTXES I RENTAULLS URV I COS

	EDIFICI	UBICACIÓ	DEPARTAMENT	LABORATORI	NUM.INVENTARI / REF.	MODEL DUTXA
1	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	113	FQ/E-R113	4220
2	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	122	FQ/E-R122	4220
3	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	115	FQ/E-R115	4220
4	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	123	FQ/E-R123	4220
5	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	120	FQ/E-R120	4220
6	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	119	FQ/E-R119	4220
7	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	103	FQ/E-D103	3130-1120
8	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	101	FQ/E-D101	4220
9	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	102	FQ/E-D102	4220
10	FQIFE	TARRAGONA	BIOQUIMICA	104	FQ/E-D104	4220
11	FQIFE	TARRAGONA	QFII	219	FQ/E-R219	4220
12	FQIFE	TARRAGONA	QFII	218	FQ/E-R218	4220
13	FQIFE	TARRAGONA	QFII	203	FQ/E-D203	4220
14	FQIFE	TARRAGONA	QFII	202	FQ/E-D202	4220
15	FQIFE	TARRAGONA	QFII	201	FQ/E-D201	4220
16	FQIFE	TARRAGONA	QFII	216	FQ/E-R216	4220
17	FQIFE	TARRAGONA	QFII	217	FQ/E-R217	4220
18	FQIFE	TARRAGONA	QFII	215	FQ/E-R215	4220
19	FQIFE	TARRAGONA	QFII	214	FQ/E-R214	4220
20	FQIFE	TARRAGONA	QFII	223	FQ/E-R223	4220
21	FQIFE	TARRAGONA	QFII	222	FQ/E-R222II	2210
22	FQIFE	TARRAGONA	QFII	222	FQ/E-R222I	4220
23	FQIFE	TARRAGONA	QFII	224	FQ/E-R224	4220
24	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	315	FQ/E-R315	2210
25	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	303	FQ/E-D303I	4220
26	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	302	FQ/E-D302	4220
27	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	FQ/E-D301II	4220
28	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	FQ/E-D301I	4220
29	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	303	FQ/E-D303II	4220
30	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	304	FQ/E-D304	4220
31	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	321	FQ/E-R321	4220
32	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	324	FQ/E-R324	3110-1140
33	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	319	FQ/E-R319	4220
34	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	323	FQ/E-R323	4220
35	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	326	FQ/E-R326	4220
36	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	328	FQ/E-R328	4220
37	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	329	FQ/E-R329I	3500
38	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	329	FQ/E-R329II	1110
39	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	316	FQ/E-R316I	1110-2210
40	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	316	FQ/E-R316II	1110-2210
41	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	314	FQ/E-R314	2210
42	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	327	FQ/E-R327	4220
43	FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	FQ/E-R330	4220
44	ETSE/Q	TARRAGONA	DEEEIA	335	ETSE/Q-R335	4220
45	ETSE/Q	TARRAGONA	DEEEIA	235	ETSE/Q-R235	4220
46	ETSE/Q	TARRAGONA	DEEEIA	333	ETSE/Q-R333	4220
47	ETSE/Q	TARRAGONA	DEEEIA	334	ETSE/Q-R334	4220
48	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	221	ETSE/Q-R221	4220
49	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	222	ETSE/Q-R222	4220
50	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	005	ETSE/Q-D005	4220
51	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	115	ETSE/Q-R115	4220
52	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	124	ETSE/Q-R124	4220
53	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	125	ETSE/Q-R125	4220
54	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	201	ETSE/Q-D201	4220
55	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	306	ETSE/Q-D306	4220
56	ETSE/Q	TARRAGONA	DEM	223	ETSE/Q-R223	4220
57	PLANTA PILOT	TARRAGONA	DEM	PP2	ETSE/Q-PP2	4220
58	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	224	ETSE/Q-R224	4220
59	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	334	ETSE/Q-R334	3120/1120
60	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	215	ETSE/Q-R215	3110/1110
61	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	225	ETSE/Q-R225	4220
62	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	214	ETSE/Q-R214	4220
63	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	315	ETSE/Q-R315	4220
64	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	313	ETSE/Q-R313	4220
65	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	312	ETSE/Q-R312	4220

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 30-05-2025 13:54:59

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>

	EDIFICI	UBICACIÓ	DEPARTAMENT	LABORATORI	NUM.INVENTARI / REF.	MODEL DUTXA
66	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	333	ETSE/Q-R333	4220
67	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	325	ETSE/Q-R325	4220
68	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	324	ETSE/Q-R324	4220
69	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	105	FQ/E-D105	4220
70	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	311	ETSE/Q-R311	4220
71	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	322	ETSE/Q-R322	4220
72	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	321	ETSE/Q-R321	4220
73	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	323	ETSE/Q-R323	4220
74	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	314	ETSE/Q-R314	4220
75	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	304	ETSE/Q-D304	4220
76	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	305	ETSE/Q-D305	4220
77	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	301	ETSE/Q-D301	4220
78	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	100	ETSE/Q-D100	4220
79	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	301	ETSE/Q-D301	4220
80	ETSE/Q	TARRAGONA	DEQ	302	ETSE/Q-D302	4220
81	PLANTA PILOT	TARRAGONA	DEQ	PP3	ETSE/Q-PP3	4220
82	FMCS	REUS	CMB - FMCS	NOUS EQUIP.	FMCS-NE	4110
83	FMCS	REUS	CMB - FMCS	PRAC MORFOLOG	FMCS-D2	4110
84	FMCS	REUS	CMB - FMCS	PRAC FÍSIO	FMCS-D3	4110
85	FMCS	REUS	CMB - FMCS	PRAC MULTIDISP	FMCS-D1	4110
86	FMCS	REUS	CMB - FMCS	ANAT PATOL	FMCS-AP	4110
87	FMCS	REUS	CMB - FMCS	POLIVALENT	FMCS-POLI	4220
88	FMCS	REUS	CMB - FMCS	HIS I NEURO	FMCS-HN1	4110
89	FMCS	REUS	CMB - FMCS	HIS I NEURO	FMCS-HN2	4110
90	FMCS	REUS	CMB - FMCS	MICRO	FMCS-MICRO	4220
91	FMCS	REUS	CMB - FMCS	ANATOMIA H	FMCS-AH	4220
92	FMCS	REUS	CMB - FMCS	BIOQUÍMICA	FMCS-BIO	4110
93	FMCS	REUS	CMB - FMCS	FÍSIO	FMCS-FÍSIO	4220
94	FMCS	REUS	CMB - FMCS	DISECCIÓ	FMCS DISECCIÓ	2210T1 + 1110
95	FMCS	REUS	CMB - FMCS	FARMACOLOGIA	FMCS-FARMA	4110
96	FMCS	REUS	MIC - FMCS	MED I CIRURG	FMCS-MC4	4110
97	FMCS	REUS	MIC - FMCS	LAB CIRURG EXP	FMCS-CE	4110
98	FMCS	REUS	MIC - FMCS	MED I CIRURG	FMCS-MC1	4110
99	FMCS	REUS	MIC - FMCS	MED I CIRURG	FMCS-MC2	4110
100	FMCS	REUS	MIC - FMCS	MED I CIRURG	FMCS-MC3	4110
101	FMCS	REUS	MIC - FMCS	ESTABULARI	FMCS-ESTAB	4110
102	MAS DELS FRARES	CONSTANTÍ	CELLER EXPERIMENTAL	E-1	FEME-E1	4220
103	MAS DELS FRARES	CONSTANTÍ	CELLER EXPERIMENTAL	D-2	FEME-D2	4220
104	EDIFICI N2	TARRAGONA	SRCIT	Anàlisi Orgànica	SRCIT-LAB1	4220
105	EDIFICI N2	TARRAGONA	SRCIT	Anàlisi Inorgànica	SRCIT-LAB2	4220
106	EDIFICI N2	TARRAGONA	SRCIT	Microscòpia	SRCIT-LAB4	4220
107	EDIFICI N2	TARRAGONA	SRCIT	BA505 (SOTAN)	SRCIT-SOTAN	4220
108	BUNKER	TARRAGONA	-	BUNKER	BUNKER	4220
109	CTTI	TARRAGONA	CTTI	1	CTTI-1	4220
110	CTTI	TARRAGONA	CTTI	2	CTTI-2	4220
111	CTTI	TARRAGONA	CTTI	3	CTTI-3	4220
112	CTTI	TARRAGONA	CTTI	4	CTTI-4	4220
113	CTTI	TARRAGONA	CTTI	5	CTTI-5	4220
114	CTTI	TARRAGONA	CTTI	6	CTTI-6	4220
115	CTTI	TARRAGONA	CTTI	7	CTTI-7	4220
116	C(R+D+I)NS	REUS	COS	3	COS-03	3120
117	C(R+D+I)NS	REUS	COS	4	COS-04	3120
118	C(R+D+I)NS	REUS	COS	7	COS-07	3120
119	C(R+D+I)NS	REUS	COS	PASSADÍS	COS-PAS	4220
120	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	203	CTQC-LAB203	3120
121	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	205B	CTQC-LAB205B	1120-3120
122	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	205A	CTQC-LAB205A	1120-3120
123	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	203	CTQC-LAB203	1120-3120
124	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	203	CTQC-LAB203	3120
125	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	207	CTQC-LAB207	4220
126	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	209	CTQC-LAB209	3120
127	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	209	CTQC-LAB209	1120-3120
128	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	201A	CTQC-LAB201A	1120-3120
129	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	201B	CTQC-LAB201B	3120
130	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	201B	CTQC-LAB201B	4220
131	EDIFICI N5	TARRAGONA	COMÚ	5	CTQC-LAB5	4250
132	EDIFICI N5	TARRAGONA	COMÚ	6	CTQC-LAB6	4250
133	EDIFICI N5	TARRAGONA	EURECAT SESCELADES	105A	CTQC-LAB105A	4220

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 30-05-2025 13:54:59

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>

	EDIFICI	UBICACIÓ	DEPARTAMENT	LABORATORI	NUM.INVENTARI / REF.	MODEL DUTXA
134	EDIFICI N5	TARRAGONA	COMÚ	105B	CTQC-LAB105B	4220
135	EDIFICI N5	TARRAGONA	MEDCOM	109	CTQC-LAB109	4220
136	EDIFICI N5	TARRAGONA	GR RA	4	CTQC-LAB4	4250
137	EDIFICI N5	TARRAGONA	DR HEATHCARE	3	URV N5 P1 LAB 3	4250
138	EDIFICI N5	TARRAGONA	IREC	2	URV N5 P1 LAB 2	4250
139	EDIFICI N5	TARRAGONA	IREC	1	URV N5 P1 LAB 1	4250

DUTXA	ESTABULARI NOU	REUS	ESTABULARI NOU
NOVA			

ANNEX 2

VITRINES I ALTRES EQUIPAMENTS D'EXTRACCIÓ DE GASOS

EDIFICI	UBICACIÓ	DEPARTAMENT	LABORATORI	TIPUS EQUIP	MODEL VITRINA/EQUIPAMENT	IDENTIFICACIÓ	Nº SERIE / INVENTARI
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	101	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301402	4043402 / 064254
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	101	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301408	4053406 / 064283
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	101	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301401	4053403 / 064253
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	101	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301404	4053400 / 064256
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	101	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301403	4053401 / 064255
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	104	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301409	4053410 / 064271
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	102	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301405	4053405
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	102	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301406	4053404
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	102	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301412	4053407 / 064268
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	104	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301411	4053408 / 064269
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - DOC	104	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301410	4053409 / 064270
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - REC	119	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301421	4053396 / 067749
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - REC	113	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301415	4053394 / 067740
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - REC	122	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301425	4053399 / 067811
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - REC	120	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301423	4053398 / 067757
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - REC	115	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301418	4053395 / 067840
FQIFE	TARRAGONA	BIOQUÍMICA - REC	123	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301426	4053397 / 067750
FQIFE	TARRAGONA	QFI	215	VITRINA DE GASOS	ASEM WCP 1155 EN	8465	8465
FQIFE	TARRAGONA	QFI	218	VITRINA DE GASOS	ASEM WCP 1155 EN	94771-97652	9035983
FQIFE	TARRAGONA	QFI	215	VITRINA DE GASOS	ASEM WCP 1217 EN	255038	8973
FQIFE	TARRAGONA	QFI	327	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA 21 SPACEN 2100	12047030	12047030
FQIFE	TARRAGONA	QFI	214	CAMPANA INOX	CAMPANA INOX 150X750	URV LAB214 CAMPANA INOX	
FQIFE	TARRAGONA	QFI	201	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301427	4053440
FQIFE	TARRAGONA	QFI	201	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301428	4053411
FQIFE	TARRAGONA	QFI	201	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301429	4053442
FQIFE	TARRAGONA	QFI	201	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301430	4053443
FQIFE	TARRAGONA	QFI	201	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301431	4053444
FQIFE	TARRAGONA	QFI	201	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301432	4053445
FQIFE	TARRAGONA	QFI	202	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301433	4053446
FQIFE	TARRAGONA	QFI	202	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301434	4053447
FQIFE	TARRAGONA	QFI	202	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301435	4053448
FQIFE	TARRAGONA	QFI	202	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301436	4053449
FQIFE	TARRAGONA	QFI	202	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301437	4053450
FQIFE	TARRAGONA	QFI	202	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301438	4053451
FQIFE	TARRAGONA	QFI	214	CERRAMIENTO	BURDINOLA CAPOTATIE 150X750	QE301440	-
FQIFE	TARRAGONA	QFI	201	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301441	4053412
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301442	4053418
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301443	4053417
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301444	4053419
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301445	4053420
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301446	4053421
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301447	4053422
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301448	4053423
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301449	4053424
FQIFE	TARRAGONA	QFI	217	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301450	4053425
FQIFE	TARRAGONA	QFI	217	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301451	4053426
FQIFE	TARRAGONA	QFI	217	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301452	4053429
FQIFE	TARRAGONA	QFI	217	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301453	4053428
FQIFE	TARRAGONA	QFI	217	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301454	4053427
FQIFE	TARRAGONA	QFI	218	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301455	4053438
FQIFE	TARRAGONA	QFI	218	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301456	4053439
FQIFE	TARRAGONA	QFI	221	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-W 1800	QE301457	4053414
FQIFE	TARRAGONA	QFI	221	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-W 1800	QE301458	4053415
FQIFE	TARRAGONA	QFI	221	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301459	4053414
FQIFE	TARRAGONA	QFI	221	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301460	4053413
FQIFE	TARRAGONA	QFI	222	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301461	4053430
FQIFE	TARRAGONA	QFI	223	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301462	4053433
FQIFE	TARRAGONA	QFI	223	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301463	4053432
FQIFE	TARRAGONA	QFI	216	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301464	4054131
FQIFE	TARRAGONA	QFI	224	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301465	4053434
FQIFE	TARRAGONA	QFI	224	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301466	4053435
FQIFE	TARRAGONA	QFI	224	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1800	QE301467	4053437
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301468	4053436
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301469	97050315
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301470	97050316
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301471	4053491
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301472	4053498
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301473	9050314
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	301	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301474	-
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	303	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301476	-
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	303	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301477	-
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	303	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301478	-
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	304	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301479	4083495
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	304	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301480	4053496
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	311	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 2400	QE301481	4053453
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	315	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301482	4053452
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	321	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301483	4053404
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	323	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301484	4053456
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	325	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1200	QE301485	-
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	326	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-M1200 DESTILA	QE301486	4053466
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	326	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301487	4053459
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	326	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301488	4053458
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	327	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301489	4053463
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	327	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301490	4053482
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	327	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301491	4053461
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	328	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301492	4053464
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	328	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301493	4053467
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	328	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301494	4053465
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	328	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301495	4053467
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	329	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301496	4053469
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	329	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301497	4053470
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	329	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301498	4053471
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	329	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE301499	4053468
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE3014100	4053471
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE3014101	4053472
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-M1800 DESTILA	QE3014102	4053473
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE3014103	4053474
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE3014104	4053475
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE3014105	4053476
FQIFE	TARRAGONA	QAQO	330	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA OR-ST 1500	QE3014106	4053457
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	214	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1200	213013	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	214	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	212014	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	311	ARMARIO BOTELLA DE GASES	ARMARIO ASECO5 TRJ280	ARMARIO ASECO5 LAB 311	628731-180-1
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	223	CAMPANA INOX	CAMPANA INOX 70X70	LAB2230EQ	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	214	CAMPANA INOX	CAMPANA INOX 117X87	CAMPANA INOX LAB214	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	313	HABITACULO	CERRAMIENTO	CERRAMIENTO LAB 313 DEQ	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	314	HABITACULO	CERRAMIENTO	CERRAMIENTO LAB 314 DEQ	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	311	CERRAMIENTO MOVIL	CERRAMIENTO R1	CERRAMIENTO R1 LAB 311	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	311	CERRAMIENTO MOVIL	CERRAMIENTO R2	CERRAMIENTO R2 LAB 311	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	324	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251404	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	222	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1800	ET251405	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	321	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251406	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	321	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251407	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	322	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251408	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	323	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251412	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	323	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251413	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	325	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1800	ET251414	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	312	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251419	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	312	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251420	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	312	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251421	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	313	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251422	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	313	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251423	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	314	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251425	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	314	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251426	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	314	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251427	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	314	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251428	-
ETSEQ	TARRAGONA	DEQ	314	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET	



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=247709b9dad61345>

EDIFICI	DEPARTAMENT	LABORATORI	TIPUS EQUIP	MODEL VITRINA/EQUIPAMENT	IDENTIFICACIÓ	Nº SERIE / INVENTARI
131	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	315	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251435
132	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	315	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251436
133	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	315	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251437
134	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	315	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251438
135	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	315	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251439
136	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	315	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	ET251440
137	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	305	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271404
138	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	305	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271405
139	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	304	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271406
140	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	303	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271407
141	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	303	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271408
142	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	303	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271409
143	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	303	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271410
144	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	301	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271411
145	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	301	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271412
146	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	301	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271413
147	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	301	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271414
148	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	301	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	ET271415
149	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	311	PUNTO DE ASPIRACIÓ PUNTUAL	PUNTO DE ASPIRACIÓ EXTRACCIÓ	EXTRACCIÓ SALA LAB 311
150	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	215	CERRAMIENTO	CERRAMIENTO CAPOTAJE	LAB215 DEQ CAPOTAJE
151	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	333	VITRINA DE GASOS	ASEM WCP 1157 EN	LAB 333 DEQ
152	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	215	VITRINA DE GASOS	QUIMPAL 1500	LAB215 DEQ
153	ETSEQ TARRAGONA	DEQ	105	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA DR-ST 1200	Q2301414
154	ETSEQ TARRAGONA	DEEEA	235	VITRINA DE GASOS	ASEN ICP 150	03378
155	ETSEQ TARRAGONA	DEEEA	334	VITRINA DE GASOS	NO DISPONIBLE	CABINE 1
156	ETSEQ TARRAGONA	DEEEA	334	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 1500	CABINE 2
157	ETSEQ TARRAGONA	DEEEA	335	VITRINA DE GASOS	FORMUMTAL RTP 1500	RTP LAB 335
158	ETSEQ TARRAGONA	DEEEA	335	PUNTO DE ASPIRACIÓ PUNTUAL	CERRAMIENTO	CER LAB 335
159	ETSEQ TARRAGONA	DEEEA	334	PUNTO DE ASPIRACIÓ PUNTUAL	CERRAMIENTO	LAB 334 DEEEA N2
160	FMCS REUS	CMB	LAB CAMPAMAS ED.3 PL.0	VITRINA DE GASOS	FLORES VALLES 1200	ME021415
161	FMCS REUS	CMB	LAB CAMPAMAS ED.3 PL.0	VITRINA DE GASOS	FLORES VALLES 1200	ME021414
162	FMCS REUS	CMB	LAB FARMACOLOGIA PL3	VITRINA DE GASOS	KOTTERMAN SOBREMESA 900	ME021401
163	FMCS REUS	CMB	LAB HISTOLOGIA PL2	VITRINA DE GASOS	KOTTERMAN SOBREMESA 900	ME021408
164	FMCS REUS	CMB	LAB MICROBIOLOGIA PL2	VITRINA DE GASOS	KOTTERMAN SOBREMESA 900	ME021406
165	FMCS REUS	CMB	LAB ANATOMIA HUMANA PL1	VITRINA DE GASOS	FLORES VALLES 120 SOBREMESA	ME021412
166	FMCS REUS	CMB	LAB FISIOLOGIA PL1	VITRINA DE GASOS	ROMERO UE150	ME021410
167	FMCS REUS	CMB	LAB TOXICOLOGIA PL1	VITRINA DE GASOS	ROMERO UE150	ME021411
168	FMCS REUS	CMB	LAB HISTOLOGIA PL2	VITRINA DE GASOS	KOTTERMAN SOBREMESA 900	ME021409
169	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	LAB ANALISIS INORGÁNICA pl. Principal	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA DR-ST 1500	ET291401
170	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	LAB ANALISIS INORGÁNICA pl. Principal	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA DR-ST 1500	ET291402
171	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	LAB ANALISIS INORGÁNICA pl. Principal	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA DR-ST 1200	ET291404
172	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	LAB TOXCS VOLATILS pl. Principal	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA DR-ST 1200	ET291408
173	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	LAB ANALISIS INORGÁNICA pl. Principal	CAMPANA INOX	CAMPANA INOX 930x940	CAMPANA INOX LAB A. INORG
174	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	LAB ANALISIS INORGÁNICA pl. Principal	CAMPANA PVC	CAMPANA PVC 750x740	CAMPANA PVC LAB A. INORG
175	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	LAB PLASMA ANÁLISIS INORGÁNICA pl. Principal	TUB GALVANIZAT DOBLE	SPECTRO ARCOS	SPECTRO ARCOS LAB A. INORG
176	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	SALA GRIS pl. Baixa	VITRINA DE GASOS	FLORES VALLES 1800	92768
177	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	SALA BLANCA pl. Baixa	VITRINA DE GASOS	FLORES VALLES 1800	92771
178	EDIFICI N2 TARRAGONA	SRGIT	SALA GRIS pl. Baixa	BRAÇ ARTICULAT ASPIRACIÓ PUNTUAL	NEDERMAN P5	92769
179	CTTI TARRAGONA	CTTI	1	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	TQ111401
180	CTTI TARRAGONA	CTTI	2	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	TQ111403
181	CTTI TARRAGONA	CTTI	3	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	TQ111404
182	CTTI TARRAGONA	CTTI	4	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	TQ111405
183	CTTI TARRAGONA	CTTI	5	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	TQ111406
184	CTTI TARRAGONA	CTTI	6	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	TQ111407
185	CTTI TARRAGONA	CTTI	7	VITRINA DE GASOS	ROMERO 1500	TQ111409
186	CTTI TARRAGONA	CTTI	1	PUNTO DE ASPIRACIÓ PUNTUAL	CERRAMIENTO	CTTI LAB1
187	CTNS REUS	COS	4	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA 21 SPACE 1800	LAB 4 SAMPLE PREPARATION
188	CTNS REUS	COS	4	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA 21 SPACE 1200 ST	LAB 4 SAMPLE PREPARATION
189	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	2058	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 150	TQ000108
190	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	2058	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 150	TQ000109
191	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	205A	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 150	TQ000106
192	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	205A	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 150	TQ000107
193	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	2018	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 150	TQ000103
194	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	209	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 150	TQ000112
195	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	209	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 150	TQ000113
196	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	2018	VITRINA DE GASOS	WALDNER 1500	TQ000104
197	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	209	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 180	TQ000111
198	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	209	VITRINA DE GASOS	ROMERO FLOWTRONIC 180	TQ000110
199	EDIFICI N5 TARRAGONA	COMU	1058	VITRINA DE GASOS	WALDNER 1800 SCALA	CTQC12 CAMPANA
200	EDIFICI N5 TARRAGONA	COMU	1058	VITRINA DE GASOS	WALDNER 1500	CTQC13 CAMPANA Z
201	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	203	VITRINA DE GASOS	ROMERO 150 FLOWTRONIC	TQ000105
202	EDIFICI N5 TARRAGONA	EURECAT	207	VITRINA DE GASOS	DIMANLAB VGWV 2420-2020/12	TQ000047
203	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	1	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA ADVANCE 1500	195 1/1
204	EDIFICI N5 TARRAGONA	DR HEATHCARE	3	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA 21 ADVANCE 15	11106737
205	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	1	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA ADVANCE ST 15	11106739
206	EDIFICI N5 TARRAGONA	DR HEATHCARE	3	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA ADVANCE ST 15	11106736
207	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	1	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA ADVANCE ST 15	11106740
208	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	2	VITRINA DE GASOS	BURDINOLA 21 ADVANCE 15	11106735
209	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	PL.1. LAB.2	BRAÇ ARTICULAT ASPIRACIÓ PUNTUAL	ALSIDENT SYSTEM	11106738
210	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	PL.1. LAB.2	BRAÇ ARTICULAT ASPIRACIÓ PUNTUAL	ALSIDENT SYSTEM	2151237
211	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	PL.1. LAB.2	BRAÇ ARTICULAT ASPIRACIÓ PUNTUAL	ALSIDENT SYSTEM	2151251
212	EDIFICI N5 TARRAGONA	IREC	PL.1. LAB.2	BRAÇ ARTICULAT ASPIRACIÓ PUNTUAL	ALSIDENT SYSTEM	2151250

VITRINA ESTABULARI REUS

NOVA NOU

ESTABULARI NOU

VITRINA D'EXTRACCIÓ DE GASOS PER A CO2

ESCO EBA-SUDG-8

2024-204087 / 261222

SURT DE GARANTIA SETEMBRE 2028

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 30-05-2025 13:54:59

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección<http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>



Codi de verificació: 247709b9dad61345

Annex 3 CABINES DE SEGURETAT						
	EDIFICI	UBICACIÓ	DEPARTAMENT	LABORATORI	MODEL CABINA	Nº SERIE / INVENTARI
1	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEEEA	LAB. 335 (Pl. 3)	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CRUMA / 670-FL	402112
2	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEEEA	LAB. 335 (Pl. 3)	VITRINA DE GASES CRUMA / 990G-A	221542
3	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEQ	LAB. 323 (pl. 2)	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL NUVE / UN120	02_0163
4	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEQ	LAB. 223 (pl. 2)	CABINA DE CLASE II FASTER / BH-EN-2004	741
5	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEEEA	LAB. 235 (pl. 2)	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL TELSTAR / AV-100	24272
6	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEQ	LAB. 223 (pl. 2)	CABINA DE CLASE II HERAEUS / HERA SAFE	085987
7	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEQ	LAB. 105	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL OVAN / MV9	229479
8	ETSEQ (Ed. E)	TARRAGONA (SESCLEADES)	DEQ	LAB. 303	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL AEOLUS V4	241986
9	EDIFICI NS	TARRAGONA (SESCLEADES)	MEDCOM	LAB. 109C	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A	28472
10	FMCS	REUS	CMB	LAB. Nous Equipaments PLO	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A (RED)	2754
11	FMCS	REUS	CMB	LAB. FARMACOLOGIA	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL TELSTAR / AV-100	16342
12	FMCS	REUS	CMB	MICROBIOLOGIA PL.2	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A	18387
13	FMCS	REUS	CMB	LAB. TOXICOLOGIA PL.1	VITRINA DE GASES CRUMA / 1200G-A	88143
14	FMCS	REUS	CMB	LAB. FARMACOLOGIA	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL FASTER / TWO-30	411
15	FMCS	REUS	CMB	LAB. ANATOMIA PATOLOGICA Ed.B. PL.2.	VITRINA DE GASES CRUMA / 3008C-A	007753
16	FMCS	REUS	CMB	LAB. PRÁCTICAS FISIOLÓGICA Ed.3 PL.1	VITRINA DE GASES CRUMA / 1200G-A	062984
17	FMCS	REUS	CMB	ESTABULARI NOU	VITRINA DE GASES CRUMA / 1200G-A	062994
18	FMCS	REUS	CMB	ESTABULARI NOU	VITRINA DE GASES CRUMA / 1200G-A	062995
19	FMCS	REUS	CMB	LAB. POLIVALENCIA PL.0	VITRINA DE GASES CRUMA / 870G-A	ME021413
20	FMCS	REUS	MIC	CULTIVOS CELULARES	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL TELSTAR / CV-100	5592
21	FMCS	REUS	MIC	CULTIVOS CELULARES	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A	18747
22	FMCS	REUS	MIC	Lab. URL2 Ed. 3 PL. 0	VITRINA DE GASES CAPTAIN / 4007 UN	56287
23	FMCS	REUS	MIC	Lab. Psiquiatria Ed. 3 PL. 0	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL CAPTAIN / BIOCAP RNA/DNA	RNA 15509
24	FMCS	REUS	CMB	LAB. DE RADÓ PL. 1	CABINA DE FILTRACIÓ DE GASOS CRUMA / VTR/808321	255218
25	FMCS	REUS	CMB	SALA DISSECCIÓ	CABINA GT-LAB MT-1	MT10062
26	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 101/102 Ed. PL. 1 (docen)	CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL ESCO / LHC-681	14236
27	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 102 Ed. D PL. 1 (docen)	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A/P	19115
28	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 102 Ed. D PL. 1 (docen)	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A/P	23190
29	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 102 Ed. D PL. 1 (docen)	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A/P	23191
30	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 102 Ed. D PL. 1 (docen)	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A/P	23192
31	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 104 Ed. D PL. 1 (docen)	CABINA DE CLASE II ESCO / CLAS II BSC	083785
32	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 120 Ed. C PL. 1 (recerca)	CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL TELSTAR / BH-100	2312
33	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 122 Ed. C PL. 1 (recerca)	CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL TELSTAR / AH-100	7401
34	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 112 Ed. C PL. 1 (recerca)	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL INDELAB / IDL-55R	7820C
35	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 115 Ed. C PL. 1 (recerca)	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A	9129
36	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 115 Ed. C PL. 1 (recerca)	CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL TELSTAR / AV-100	24271
37	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 114 Ed. C PL. 1 (recerca)	VITRINA DE GASES CRUMA / 870G-A	454510
38	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	Lab. 119 Ed. C PL. 1 (recerca)	CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL TELSTAR / BH-100	022870
39	MAS DELS FRARES	CONSTANTÍ	MAS DELS FRARES	Lab. Mas dels Freres	VITRINA DE GASES CAPTAIN FILTER / XL1044 MF	13251 09
40	SRCIT (Ed. N2)	TARRAGONA (SESCLEADES)	SRCIT	MICROSCOPIA (pl. baixa)	VITRINA DE GASES CRUMA / 990G-A	479612
41	SRCIT (Ed. N2)	TARRAGONA (SESCLEADES)	SRCIT	MICROSCOPIA (pl. baixa)	VITRINA DE GASES CRUMA / 9002G-A	68797
42	SRCIT (Ed. N2)	TARRAGONA (SESCLEADES)	SRCIT	MICROSCOPIA (pl. baixa)	VITRINA DE GASES CRUMA / 9007 RIA	96998
43	C(R+D+I)NS	REUS	COS	LAB. 5	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A	514795 / 223054
44	C(R+D+I)NS	REUS	COS	LAB. 1	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A	514796 / 223059
45	C(R+D+I)NS	REUS	COS	LAB. 4	CABINA DE CLASE II TELSTAR / BIO-II-A	514797 / 223034

CABINA NOVA	FQIFE (Ed. N4)	TARRAGONA (SESCLEADES)	BIOQUIMICA	LAB. 102 (docen)	CABINA DE SEGURETAT BIOLOGICA TELSTAR / BIO II ADVANCE PLUS 3	533077 / 260662	SURT GARANTIA	GENER 2027
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE FLUXE DE SEGURETAT BIOLOGICA CLASE II NOXAIR / PHARMA SCS 12	399 / 259858	SURT GARANTIA	SETEMBRE 2026
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE FLUXE DE SEGURETAT BIOLOGICA CLASE II NOXAIR / PHARMA SCS 12	400 / 259859	SURT GARANTIA	SETEMBRE 2026
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE FLUXE DE SEGURETAT BIOLOGICA CLASE II NOXAIR / PHARMA SCS 12	401 / 259860	SURT GARANTIA	SETEMBRE 2026
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE FLUXE DE SEGURETAT BIOLOGICA CLASE II NOXAIR / PHARMA SCS 12	402 / 259861	SURT GARANTIA	SETEMBRE 2026
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE FLUXE DE SEGURETAT BIOLOGICA CLASE II NOXAIR / PHARMA SCS 12	403 / 261224	SURT GARANTIA	SETEMBRE 2026
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE CANVI D'ANIMALS AMB FILTRES HEPA TECHIPLAST / ARIA CS48	24000422 / 259846	SURT GARANTIA	JUNY 2028
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE CANVI D'ANIMALS AMB FILTRES HEPA TECHIPLAST / ARIA CS48	24000297 / 259847	SURT GARANTIA	JUNY 2028
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA DE CANVI D'ANIMALS AMB FILTRES HEPA TECHIPLAST / ARIA CS48	24000586 / 259848	SURT GARANTIA	JUNY 2028
CABINA NOVA	ESTABULARI NOU	REUS		ESTABULARI NOU	CABINA D'EXTRACCIÓ PER A LA NETEJA DELS ENCEPALLS DE LES GÀBIES TECHIPLAST / DS ONE	230004302 / 259845	SURT GARANTIA	JUNY 2028
CABINA NOVA	FMCS	REUS	CMB	LAB. CAMPANES EXTRACTORES Ed.3 PLO	CABINA DE FLUXE LAMINAR VERTICAL TELSTAR / AEOLUS V6 230V 50/60Hz	5533330	SURT GARANTIA	MAIG 2027
CABINA NOVA	FMCS	REUS	CMB	LAB. CAMPANES EXTRACTORES Ed.3 PLO	CABINA DE FLUXE LAMINAR VERTICAL TELSTAR / AEOLUS V6 230V 50/60Hz	5533329	SURT GARANTIA	MAIG 2027

Signat per: Debora Cano Acedo

Càrrec: Tècnica

Data: 30-05-2025 13:54:59

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección <http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do>