

CORRECCIÓ MATERIAL DEL SUBMINISTRAMENT DE FÓRMULES DE NUTRICIÓ ENTERAL PELS PACIENTS DE L'INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA, MITJANÇANT ACORD MARC PER A LA SELECCIÓ DE PROVEÏDORS (CP-2025-06)

Que en data 22 de maig de 2025 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, l'expedient CP-2025-06 "Subministrament de fórmules de nutrició enteral pels pacients de l'Institut Català d'Oncologia, mitjançant Acord Marc per a la selecció de proveïdors", per un període de dos (2) anys.

Que s'ha detectat errada material al "Plec de Prescripcions Tècniques". En aquest, s'estableix:

- 4. Cessió d'ús d'equips

Els requisits mínims que han de contenir les bombes són els que s'especifiquen a continuació:

- Mecanisme peristàltic rotatori.
- Sensibilitat (marge d'error del flux) inferior al 5%.
- Permetre seleccionar la velocitat d'infusió entre 1 i 400 ml/hora amb increments/decrements d'1 en 1 ml.

Que s'ha detectat errada material a l'Annex 1: "CÀLCUL DE NECESSITATS". En aquest, s'estableix la definició de les fórmules dels lots 7 i 23:

- **Lot 7:** Fórmula polimèrica, hipercalòrica i normoproteica, sense fibra, saboritzada. Densitat calòrica: ≥ 2 kcal/ml Aport proteic: 14-18% VCT
- **Lot 23:** Fórmula polimèrica, hipercalòrica i hiperproteica sense fibra, neutre. Densitat calòrica: $1,5 \pm 0,1$ kcal/mL Aport proteic: ≥ 18 % VCT

D'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i un cop detectada una errada material, es procedeix a la seva correcció.

On diu:

- **Plec de Prescripcions Tècniques**

- 4. Cessió d'ús d'equips

Els requisits mínims que han de contenir les bombes són els que s'especifiquen a continuació:

- Mecanisme peristàltic rotatori.
- Sensibilitat (marge d'error del flux) inferior al 5%.
- Permetre seleccionar la velocitat d'infusió entre 1 i 400 ml/hora amb increments/decrements d'1 en 1 ml.



- **DEFINICIÓ DE LES FÓRMULES**

- **Lot 7:** Fórmula polimèrica, hipercalòrica i normoproteica, sense fibra, saboritzada. Densitat calòrica: ≥ 2 kcal/ml Aport proteic: 14-18% VCT.
- **Lot 23:** Fórmula polimèrica, hipercalòrica i hiperproteica sense fibra, neutre. Densitat calòrica: $1,5 \pm 0,1$ kcal/mL Aport proteic: ≥ 18 % VCT.

Ha de dir:

- **Plec de Prescripcions Tècniques**

- **4. Cessió d'ús d'equips**

Els requisits mínims que han de contenir les bombes són els que s'especifiquen a continuació:

- Mecanisme peristàltic.
- Sensibilitat (marge d'error del flux) inferior o igual al 5%.
- Permetre seleccionar la velocitat d'infusió com a mínim entre 1 i 400 ml/h amb increments d'1 en 1 ml fins als 100ml/h, admetent-se dispositius que superin aquest rang màxim amb increments variables segons el fluxe, a partir de la velocitat d'infusió de 100ml/h.

- **DEFINICIÓ DE LES FÓRMULES**

- **Lot 7:** Fórmula polimèrica, hipercalòrica i normoproteica o hiperproteica, sense fibra, saboritzada. Densitat calòrica: ≥ 2 kcal/ml Aport proteic: 14-18% VCT.
- **Lot 23:** Fórmula polimèrica, hipercalòrica i hiperproteica sense fibra, neutre o saboritzada. Densitat calòrica: $1,5 \pm 0,1$ kcal/mL Aport proteic: ≥ 18 % VCT.

Aquesta correcció s'entén feta amb efectes sobre tots aquells documents contractuals en què figuri l'errada original.

L'Hospitalet de Llobregat,

