

REQUERIMENTS D'OBLIGAT COMPLIMENT

ESCLOP QUIRÚRGIC

1. Part davantera tancada, llisa (sense forats per a evitar filtració de substàncies)
2. Forats laterals per a la transpiració dels peus.
3. Taló descobert amb tira regulable per la subjecció del peu.
4. Composició: Polímer natural amb elastòmers termoplàstics.
5. Lliure de làtex.
6. Resistent a l'autoclau fins 134º
7. Sola: antilliscant (SRC), antiestàtica (A) i absorció d'energia al taló (E).
8. Planta interior amb puntets, amb possibilitats d'incorporar plantilla.
9. Talles: Del número 34 al 48.
10. Oferir una llista amb els colors llisos de què disposa, tenint en compte que el color blanc no pot ser (necessàriament comptar amb 7 colors mínim)
11. En cas de ser adjudicatari, el CCSPT triarà el color a incorporar entre la relació de colors presentats.

Exemple:

TALLA	COLOR
35	VERD
37	VERMELL
39	LILA
41	FUCSIA
43	GROC
45	AZULINA
47	MARINO

12. Pes mig del parell: 600 grams +/- 15gr (parell)

13. MIDES: REFERENTS AL NUMERO 37:

- a) TALÓ : 3 cm (+/- 0,2 cm) d'alçada.
- b) LLARGADA TALÓ: 7.3 cm (+/- 0,2 cm)
- c) AMPLADA DEL TALÓ: 5.5 cm (+/- 0,3 cm) d'amplada.

14. Tira ajustable posterior movable i regulable mitjançant un element de tancament (per exemple: sivella, botó a pressió...) del mateix material i color que tot el calçat i sense cap element metàl·lic.

15. La tira va subjectada, per ambdós costats, a la part externa de l'esclop sense que hi hagi cap relleu a l'interior (interior totalment llis) que pugui ser una incomoditat pel professional. La longitud de la tira ha de permetre una correcta subjecció sense que el peu quedi solt ni ajustat, ha de tenir una amplada entre 1,6 cm i 2,00cm.

16. Certificació CE. Complir la normativa europea harmonitzada UNE-EN ISO 20347:2012 (o posteriors) conforme Directiva EU 2016/425. Requisits: OB-A-E-SRC. Característiques de certificació sobre impressionades al calçat.

QUANTITATS QUE ES CONTRACTEN PER CADA ANUALITAT

2025 – Aquestes unitats es serviran sota comanda

MATERIAL		NECESSITATS ANY
Codi	Descripció	2025
10844	ESCLOP QUIRÚRGIC (MACRO)	370

2026 i possibles pròrrogues – Aquestes unitats es serviran sota comanda

MATERIAL		NECESSITATS ANY
Codi	Descripció	2026 i pròrrogues
10844	ESCLOP QUIRÚRGIC (MACRO)	735

MOSTRES

1. Mostres esclops

Els licitadors hauran de fer entrega de 4 parells d'esclops, segons les següents talles:

- 1 parell del número 37
- 1 parell del número 39
- 1 parell del número 35
- 1 parell del número 47

2. Lliurament de les mostres

El lliurament de **mostres** es farà al Departament de Compres en horari de 8 a 14h, les mostres cal que hagin estat lliurades abans de l'obertura de les pliques de l'oferta tècnica.

Totes les mostres lliurades han d'anar degudament identificades individualment amb les dades següents:

- Nom del proveïdor
- Número de procediment
- Número de lot
- El nostre codi de l'hospital
- La referència del producte

No s'acceptaran les mostres que no vinguin correctament identificades.

Adreça de lliurament de les mostres:

Departament de Compres
Edifici de la Salut
Parc Taulí, n.1
08208 Sabadell
Horari: de 8:00 a 14:00 hores

En relació a la mostra presentada, el CCSPT es reserva el dret d'enviar qualsevol article a un laboratori oficial, per tal de verificar, que la mostra presentada es correspon amb la fitxa tècnica del proveïdor i en cas que no correspongui en la seva totalitat, serà motiu suficient per desestimar l'oferta i no fer la corresponent valoració.

En relació al material subministrat durant la vigència del contracte i en el cas que hi hagi dubtes entre la qualitat presentada i valorada durant el concurs i la qualitat subministrada un cop adjudicat, el CCSPT pot enviar l'article a un laboratori oficial per fer la verificació.

Si el resultat no es correspon amb els requeriments del concurs, pels quals es va valorar i adjudicar el material, el cost de l'anàlisi anirà a càrrec del proveïdor i pot significar la rescissió del contracte i les penalitzacions que pertocuin.

1. FITXA TÈCNICA:

Cal incloure la **fitxa tècnica** en el **sobre de l'oferta tècnica**.

Imprescindible que estigui actualitzada i que hi constin els requeriments d'obligat compliment especificats en el plec tècnic.

Si la fitxa tècnica no conté aquests elements no serà considerada vàlida i l'oferta serà desestimada.

2. CONDICIONS I TERMINIS D' ENTREGA

Els subministres es serviran prèvia comanda tramesa pel CCSPT.

El temps màxim d'entrega per comanda de reposició habitual serà de 30 dies naturals.

El temps màxim d'entrega per comandes urgents serà de 5 dies naturals.

En l'albarà de lliurament ha de constar:

Nº de comanda del CCSPT

Referència proveïdor

Producte i talla/color

Quantitat lliurada

Preu unitat sense IVA

% IVA aplicat

Data de lliurament

Número d'albarà

Tot lliurament de material no acompanyat del corresponent albarà **NO** serà recepcionat.

3. PENALITZACIONS

L'adjudicatària podrà ser objecte de penalització per incompliment, entès com accions u omissions, que afectin la prestació del servei i estiguin relacionats amb aspectes essencials regulats en el Plec de Prescripcions Tècniques i afectin a la organització interna i normal funcionament del servei. Els incompliments es divideixen en:

1. Incompliments lleus: exemples

- a) Que es detecti l'incompliment en relació a les característiques tècniques segons oferta presentada de l'article
- b) Superar els temps màxims d'entrega per comanda habitual, 30 dies naturals
- c) Superar els temps màxims d'entrega per comanda urgent, 5 dies i/o temps que s'hagi indicat com a millora en l'oferta.

2. Incompliments greus:

- a) Qualsevol incompliment dels anteriors que s'hagin comunicat per escrit i no s'hagin resolt en el termini de un mes natural, computat des de la data del comunicat, es convertiran en incompliments greus.

D'existir anomalies comprovades en l'execució del contracte, s'imposaran penalitzacions econòmiques a l'empresa adjudicatària.

La penalització serà la següent:

- Incompliments lleus: s'amonestarà per escrit
- Incompliments greus: 3 per 100 de l'import mensual de la facturació del mes següent a la notificació de l'incompliment.

Les penalitats es faran efectives mitjançant deduccions de les quantitats que en concepte de quota mensual s'abonaran l'adjudicatari, o sobre la garantia que, si és el cas, s'haurà depositat.

Si han obtingut punts per valoració dels criteris d'adjudicació i després incompleixen, la quantitat límit de la penalització serà del 8 per 100 del pressupost del contracte.