

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	Resolució d'esmena de plecs

ASSUMPTE: Resolució d'esmena del Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient de la contractació del subministrament d'un respirador neonatal per a l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM, per procediment obert simplificat i tràmit ordinari

1. En data 15 de maig de 2025 la Directora Mèdica de l'Hospital Comarcal d'Amposta va emetre informe sobre la necessitat de la contractació del subministrament d'un respirador neonatal.
2. En data 5 de juny de 2025 els apoderats mancomunats de l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM, com a òrgan de contractació, van aprovar l'expedient de contractació esmentat per procediment obert simplificat i tràmit ordinari, amb número HCA 004/2025 el qual contenia els plecs i documents que regeixen la present licitació.
3. En data 5 de juny de 2025 es va publicar l'anunci de licitació al perfil de contractant d'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM, establint-se el termini de presentació d'ofertes fins el dia 20 de juny de 2025 a les 14:00h.
4. Atès que, en data 17 de juny de 2025, arran d'unes consultes efectuades per una entitat licitadora en relació a algunes característiques mínimes requerides en l'apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), en concret les relatives a l'autonomia de la bateria i a l'alt flux requerit per la modalitat de ventilació no invasiva, les quals poden ser massa exigents i ser susceptibles de limitar la concurrència, la Directora Mèdica va emetre informe de proposta d'esmena del referit apartat, per tal de determinar valors més proporcionals a la necessitat i al fi al qual es destinarà l'aparell objecte de la licitació i que permeti la possibilitat d'augmentar la competència amb la concurrència de més licitadors.

FONAMENTS JURÍDICS

1. Atès el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. Atès el que disposa l'article 136.2 de la LCSP, els òrgans de contractació deuran ampliar el termini inicial de la presentació de les ofertes i sol·licituds de participació, en el cas que s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de contractació.
3. Atès el que disposa l'article 75 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el qual estableix que qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis de contractes és a càrrec de l'òrgan de contractació i s'ha de fer públic de la mateixa manera que aquests.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	Resolució d'esmena de plecs

Vistes les errades esmentades, i donat que la correcció d'aquest requisit no afecta a l'objecte del contracte, ni té repercussió al valor estimat del contracte ni al pressupost base de licitació, es procedeix a esmenar l'apartat 4 del PPT, i com a òrgan de contractació d'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM,

RESOLC

Primer. Esmenar el quart punt establert en l'apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient HCA 004/2025, pels motius exposats, en els següents termes:

ON DIU:

- "La modalitat de **Ventilació No Invasiva** ha de tenir els següents modes:
 - CPAP nasal
 - Doble pressió (dos nivells pressió) nasal
 - Alt flux almenys fins a 100 lpm
 - Compensació de fugues superior a 75 lpm
 - Es necessari que els següents paràmetres siguin ajustables:
 - ✓ PEEP (CPAP)
 - ✓ Dos nivells de pressió
 - Monitoratge de la ventilació no invasiva
 - ✓ FR espontània
 - ✓ % fugues "

HA DE DIR:

- "La modalitat de **Ventilació No Invasiva** ha de tenir els següents modes:
 - CPAP nasal
 - Doble pressió (dos nivells pressió) nasal
 - Alt flux almenys fins a 75 lpm
 - Compensació de fugues superior a 75 lpm
 - Es necessari que els següents paràmetres siguin ajustables:
 - ✓ PEEP (CPAP)
 - ✓ Dos nivells de pressió
 - Monitoratge de la ventilació no invasiva
 - ✓ FR espontània
 - ✓ % fugues "

Segon. Esmenar el setè punt establert en l'apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient HCA 004/2025, pels motius exposats, en els següents termes:

ON DIU:

- "El respirador ha de disposar de bateries integrades en l'equip, modulars e intercanviables amb un mínim de 4h. d'autonomia."

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	Resolució d'esmena de plecs

HA DE DIR:

“El respirador ha de disposar de bateries integrades en l'equip, modulars e intercanviables amb un mínim de 2h. d'autonomia.”

Tercer. Ampliar el termini de presentació d'ofertes en 7 dies naturals, fins el dia 27 de juny de 2025 a les 14:00h.

Quart. Publicar la present resolució així com el document esmenat al Perfil del Contractant d'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM.

Cinquè. Encomanar a l'àrea de contractació de l'Hospital Comarcal d'Amposta que realitzi els tràmits pertinents per dur a terme els anteriors acords.

Amposta, a data que consta en les signatures,

Sr. Adam Tomàs Roiget
Apoderat mancomunat d'HOSPITAL
COMARCAL D'AMPOSTA, SAM

Sr. Adrià Serret Roig
Apoderat mancomunat d'HOSPITAL
COMARCAL D'AMPOSTA, SAM