

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN RESPIRADOR NEONATAL PER A L'HOSPITAL COMARCAL
D'AMPOSTA, SAM, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRÀMIT ORDINARI**

Exp. HCA 004/2025

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

1. Objecte del contracte	3
2. Entitat Contractant	3
3. Prescripcions generals	3
4. Característiques tècniques del equipament.....	4
5. Termini de lliurament i posada en funcionament	6
6. Garantia i reposició.....	7
7. Documentació tècnica a aportar	8
8. Formació.....	9
9. Responsabilitats de l'empresa adjudicatària i de l'entitat contractant	9
10. RH, Seguretat i salut i prevenció de Riscos Laborals	10
11. Uniformitat	11
12. Deure de confidencialitat	11
13. Normativa	13

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

ASSUMPTE: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN RESPIRADOR NEONATAL PER A L'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRÀMIT ORDINARI

1. Objecte del contracte.

És objecte del present contracte el subministrament d'un respirador neonatal per a **l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM** (en endavant HCA), que ha d'incloure:

- Subministrament i instal·lació, en el termini màxim de 3 mesos (a comptar des de la formalització del contracte) de l'equip ofert amb tots els sistemes addicionals, dispositius i accessoris necessaris per a un total i correcte funcionament.

La instal·lació del nou equip inclourà aquells treballs que hagin de realitzar-se per la seva connexió amb les instal·lacions actualment existents o de les seves possibles adaptacions. S'entén també com a equip, tots els accessoris de programari i actualitzacions necessàries per al correcte funcionament, així com llicències d'ús.

- Un termini de garantia mínim de dos (2) anys dels equips nous així com de tots els seus components, accessoris i sistemes que inclourà tots els aspectes detallats en l'apartat 6 d'aquest plec.
- Proves d'acceptació corresponents, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent.
- Formació dels professionals de les àrees i serveis implicats d'acord amb la bona pràctica en ús i amb el pla de formació que inclourà en la seva oferta.
- Lliurament de la documentació tècnica completa que inclogui: Certificats de marcat CE dels articles, i dels seus components si escau; manual d'instruccions i d'operació, en castellà o català; i el manual de manteniment, també en castellà o català.

2. Entitat Contractant

SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT			
DENOMINACIÓ	NIF	DOMICILI	POBLACIÓ
Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)	A - 43282334	C/ Jacint Verdaguer, 11 -13	43870 Amposta

3. Prescripcions generals

L'equip a subministrar serà nou a estrenar i haurà de complir amb les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes en l'apartat 4, "Característiques tècniques de l'equipament".

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

Els licitadors aportaran la documentació descriptiva de les característiques de l'equip ofert a fi de comprovar que aquest compleix amb els requisits mínims establerts en aquest plec. La falta d'informació sobre les característiques tècniques de l'equip que impedeixi contrastar la seva adequació als requeriments tècnics descrits en el present plec serà objecte d'exclusió.

Les empreses licitadores inclouran en el Sobre A la següent documentació tècnica:

- Fitxa tècnica de l'equip ofert, en la qual hauran d'estar especificades les seves característiques tècniques, atenent a les mínimes establertes en l'apartat 4 d'aquest PPT, així com tots els accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip.
- Certificat CE i Declaració de Conformitat, tant de l'equip com del fungible.
- Un pla de formació dels professionals de les àrees i serveis implicats d'acord amb la bona pràctica en ús, que es portarà a terme en data posterior al lliurament dels equips. Aquesta formació haurà de realitzar-se de forma presencial i amb un mínim de 5 hores.
- Un programa de manteniment preventiu, correctiu, predictiu i tècnic legal, si s'escau, segons la normativa vigent que es durà a terme durant el període de garantia, i que haurà de respectar les instruccions marcades pel fabricant. S'haurà d'especificar:
 - El calendari d'operacions de manteniment preventiu que es faran anualment i que ha d'incloure revisions de seguretat elèctrica i funcional a efectuar.
 - El calendari d'operacions de manteniment normatiu o de seguretat.
 - Protocol a seguir en situacions de necessitat de dur a terme operacions de manteniment correctiu.
 - Informes tècnics periòdics a lliurar al departament de manteniment.
 - Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.

A més a més, conjuntament amb la documentació tècnica esmentada, les entitats licitadores han de presentar el seu equip a la sessió de demostració descrita a la **clàusula 18.2 b) del Plec de Clàusules Administratives Particulars**, i que servirà per determinar la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor indicats a l'apartat J.2 del Quadre de Característiques. **La no assistència de les empreses licitadores a la demostració suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.**

4. Característiques tècniques del equipament

Els requeriments mínims per l'equip objecte del contracte són els següents:

- Respirador de Ventilació Mecànica Convencional amb Ventilació No Invasiva per pacients neonatals i pediàtrics.
- Respirador amb volum tidal des de 2 ml amb software de ventilació mecànica convencional i ventilació no invasiva.
- El software de **ventilació mecànica convencional** ha de tenir els següents règims de ventilació en mode invasiu:

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

- Ventilació controlada per pressió (PC)
 - ✓ IPPV (CMV)
 - ✓ Assistida/Controlada (AC)
 - ✓ SIMV
 - ✓ Pressió suport (PS)
 - ✓ SIMV + PS
- Suport de la respiració espontània
 - ✓ CPAP amb FR rescat
- Ampliació
 - ✓ Volum garantit (VG) (imprescindible)
- Trigger flux
- Enriquiment d'oxigen per una maniobra de succió
- Nivells graduació so
- Es necessari que els següents paràmetres ventilatoris siguin ajustables:
 - ✓ Volum garantit: mínim 2 ml
 - ✓ Freqüència respiratòria
 - ✓ Pressió pico
 - ✓ PEEP
 - ✓ Temps inspiratori: mínim 0.1 segon
 - ✓ Trigger flux espiratori o temps inspiratori màxim (per PSV)
 - ✓ Sistema de trigger per flux
 - ✓ FiO₂: 21% al 100%
- Es necessari que els següents paràmetres ventilatoris siguin monitoritzables:
 - ✓ Freqüència respiratòria mandatòria i espontània
 - ✓ Pressió en via aèria: pico, mitja
 - ✓ PEEP
 - ✓ Volum corrent inspirat i expirat
 - ✓ Volum minut
 - ✓ Compliància i resistències
 - ✓ PTP
 - ✓ % Fugues
 - ✓ Temps inspiratori
 - ✓ Concentració inspiratòria de FiO₂
- La modalitat de **Ventilació No Invasiva** ha de tenir els següents modes:
 - CPAP nasal
 - Doble pressió (dos nivells pressió) nasal
 - Alt flux almenys fins a 75 lpm
 - Compensació de fugues superior a 75 lpm
 - Es necessari que els següents paràmetres siguin ajustables:
 - ✓ PEEP (CPAP)
 - ✓ Dos nivells de pressió
 - Monitoratge de la ventilació no invasiva
 - ✓ FR espontània

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

✓ % fugues

- El respirador ha de tenir una pantalla que permeti la visualització diferenciada de corbes i paràmetres amb la possibilitat de personalització. Ha de permetre el registre, almenys, de forma simultània tres corbes (pressió, flux i volum) i accedir al monitoratge de bucles (P/V, P/F, V/F).
- Pantalla tàctil, botons o comandament giratori, botons d'accés directe per ajustos dels paràmetres més importants. Ha de permetre la neteja mitjançant rentat de peces intercanviables i reutilitzables (circuit expiratori).
- El respirador ha de disposar de bateries integrades en l'equip, modulars e intercanviables amb un mínim de 2h. d'autonomia.
- Carro suport per l'equip.
- Protecció IP per aigua i pols igual o superior a IP 54.
- Nebulitzador integrat, controlat pel respirador i sincronitzat amb fase inspiratòria.
- Tecla física per a eines d'emergència: respiració manual, enriquiment de O2.
- Fins a 3 modes de ventilació preestablerts per a accés ràpid amb paràmetres preconfigurats.
- Pack de fungible d'un sol ús que incorpori: sensor de flux, circuit i vàlvula espiratòria.
- Font d'alimentació integrada a l'equip.

5. Termini de lliurament i posada en funcionament

L'empresa adjudicatària disposarà d'un termini màxim de **3 mesos** per al subministrament i posada en marxa dels equips. El termini començarà a comptar a partir de la data de signatura del contracte.

Les despeses del lliurament i del transport de l'equip fins al seu punt final d'utilització aniran a càrrec de l'adjudicatari. Els equips a subministrar hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat en el transport fins el punt d'utilització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.

La instal·lació dels equips i la seva posada en servei serà a les instal·lacions de l'HCA, a la seva sala de destinació, amb els elements i accessoris necessaris per al seu ús. Aquestes tasques comprenen el muntatge, instal·lació i posada en servei dels equips, incloent la correcta connexió a les xarxes de subministrament de l'Hospital amb els sistemes de regulació també instal·lats i la correcta connexió i configuració a la xarxa corporativa, i es responsabilitzarà de connectar l'equipament als sistemes d'informació de l'Hospital (RIS, HIS, PACS), quan procedeixi, amb les configuracions adients i a requeriment dels Serveis de la pròpia entitat, assegurant l'adquisició de les llistes de treball, enviament d'imatges i dades al PACS i al HIS, assegurant la correcta visualització i treball al propi RIS de l'entitat; si aquesta operació comportés algun tipus de despesa amb altres empreses anirà a càrrec de l'adjudicatari, que hauran de disposar de les autoritzacions pertinents.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

La instal·lació i la connexió es realitzaran prèvia coordinació amb el Cap del Departament de Manteniment i el Cap del Departament d'Informàtica d'HCA, que donaran les indicacions corresponents i adequades a l'adjudicatari per tal que la instal·lació i posada en funcionament de l'equipament no interfereixi en l'activitat del centre i que l'equipament s'integri degudament a la xarxa i entorn de treball de l'HCA. En aquest acte l'adjudicatari haurà d'entregar tota la documentació de l'equip.

L'empresa adjudicatària, un cop instal·lats els equips, realitzarà la prova o test d'acceptació tècnica corresponent. Aquestes proves es realitzaran en presència del personal tècnicament qualificat de l'HCA.

Finalitzats aquests treballs, si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l'acta de recepció i l'entitat contractant donarà les instruccions necessàries al contractista perquè repari els defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s'hagi pactat.

Si el resultat és positiu i els béns es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l'acta de recepció, i aquesta serà la data a partir de la que començarà a computar el termini de garantia del bé subministrat i que es regirà per la clàusula 6 d'aquest PPT.

L'acta de recepció estarà signada, almenys, pel Responsable del contracte i per un representant de l'entitat adjudicatària.

L'adjudicatari ha de retirar les restes d'embalatge de l'equip i qualsevol altre residu generat a conseqüència de la seva instal·lació i posada en servei, i s'ha de fer càrrec de les mateixes, d'acord a la normativa d'aplicació per a cada tipus de residu generat.

6. Garantia i reposició

El termini de garantia dels equips nous així com de tots els seus components, accessoris i sistemes serà, mínim, de **dos (2) anys** a partir de la signatura en conformitat de l'acta de recepció de l'equip. En el Sobre B s'haurà d'especificar si les empreses licitadores ofereixen una ampliació d'aquest període mínim de garantia, que serà objecte de valoració.

Durant el període de garantia, l'adjudicatari haurà de d'assegurar els següents serveis:

- El manteniment preventiu de l'equip objecte d'aquest contracte, d'acord amb les especificacions del fabricant.
- El manteniment tècnic legal de l'equip objecte del contracte, si s'escau, d'acord amb la normativa vigent.
- El manteniment correctiu de l'equip objecte d'aquest contracte (incloent la substitució i/o reparació de peces i/o parts defectuoses dels equips objecte del contracte i el subministrament de recanvis necessaris per al bon funcionament de

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

l'aparell, que hauran de ser originals), amb un temps de resposta del servei tècnic (presència física al centre) no superior a 48 h. per avaries ordinàries i no superior a 24 h. per avaries urgents.

- El manteniment predictiu de l'equip objecte d'aquest contracte.
- Actualitzacions i millores de software dels equips.
- Suport telefònic durant l'horari laboral (de 8h. a 18h.).

Els materials i la mà d'obra aniran a càrrec de l'adjudicatari, sempre i quan les avaries no siguin resultats d'un mal ús.

En el supòsit en què fos necessari realitzar reparació i/o substitució d'elements en casos no coberts per garantia, es farà prèvia autorització per part de l'Hospital, a la vista d'informe tècnic justificatiu de la necessitat i pressupost que s'ha de comunicar al Servei de Manteniment de l'HCA

Totes les tasques anteriors es faran d'acord amb el pla de manteniment i les especificacions del fabricant de l'aparell subministrat, i es realitzaran per personal tècnic autoritzat i/o designat pel fabricant o subministrador del bé. Si durant el termini de garantia s'acredita l'existència de vicis o defectes en els béns subministrats, l'entitat contractant té dret a reclamar del contractista que reposti els que siguin inadequats o que els repari.

Si l'òrgan de contractació considera, durant el termini de garantia, que els béns subministrats no són aptes per a la finalitat pretesa, com a conseqüència dels vicis o defectes observats en aquells i imputables al contractista, i es presumeix que amb la reposició o reparació dels béns esmentats no n'hi haurà prou per aconseguir aquella finalitat, pot rebutjar els béns abans que expiri el termini en qüestió i deixar-los a compte del contractista, de manera que quedi exempt de l'obligació de pagament o tingui dret, si s'escau, a recuperar el preu satisfet.

7. Documentació tècnica a aportar

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació en català i/o castellà i en format electrònic o paper:

- Manual complet d'instruccions de funcionament de l'equipament instal·lat incloent-hi tots els possibles usos de les seves parts, la preparació, posada en funcionament, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- Manual d'instal·lació amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge, accessoris i les seves aplicacions.
- Manual d'instruccions de manteniment que inclogui com a mínim:
 - Instruccions per a neteja de l'equip
 - Instruccions per a manteniment preventiu
 - Plànols de cotes i esquemes de funcionament
 - Especejament de l'equip

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

- Descripció tècnica
- Instruccions sobre manteniment correctiu, amb una relació de les avaries més habituals i la seva solució
- Documentació relativa a la formació.
- Documentació relativa a seguretat.
- El certificat CE de conformitat de l'equip.

8. Formació

Les empreses licitadores han d'incloure en la seva oferta (Sobre A) un programa de formació adequat, immediatament posterior a la instal·lació i verificació del correcte funcionament de l'equip. Hauran d'indicar el contingut de la formació, la modalitat ha de ser presencial i amb el mínim d'hores necessari i suficient per tal que els professionals coneguin de manera adient el funcionament de l'equip.

El contingut de la formació inclourà, mínim, formació en l'ús de l'equip i dels programaris (aplicacions bàsiques i avançades), control de qualitat, arxiu, enregistrament, recuperació d'exàmens, edició de pacients, etc, utilització del manual de l'operador, neteja i desinfecció, seguretat del pacient, i qualsevol altre aspecte que es consideri adequat i necessari per la formació del personal.

Els dies i les hores de les sessions de formació es coordinaran amb el personal de l'entitat que hagi de rebre aquesta formació, per tal d'interferir mínimament en la seva activitat professional i l'activitat del centre.

La formació tindrà la durada suficient i anirà a càrrec del adjudicatari. No es considerarà que l'equip hagi estat subministrat de manera efectiva fins que no s'hagi rebut aquesta formació.

Igualment, es valorarà en el Sobre B l'oferiment per part dels licitadors de més sessions de formació al llarg de la durada de la garantia de l'equip, per la qual cosa, en el programa de formació aportat en el Sobre A no s'haurà d'especificar aquesta informació, donat que no es pot donar a conèixer en el mateix aspectes objecte de valoració en el Sobre B.

9. Responsabilitats de l'empresa adjudicatària i de l'entitat contractant

Els adjudicataris es s'obliguen a:

- Efectuar els treballs adjudicats segons les condicions establertes en la normativa vigent d'aplicació, les recomanacions del fabricant quan es tracti de mecanismes, aparells i instal·lacions, el present plec de prescripcions tècniques i l'oferta del contractista.
- A coordinar-se amb l'entitat contractant per tal de dur a terme els serveis establerts en el present expedient.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

- A respectar els protocols i normes dels centres de l'entitat contractant i les instruccions del cap de manteniment i /o responsable del contracte de l'entitat contractant.
- A formar i informar els seus treballadors en matèria de seguretat i salut així com en matèria de prevenció de riscos laborals. A facilitar la uniformitat, EPIs, eines, instruments, utensilis i altres similars necessaris per a la realització de l'objecte del contracte.
- A no iniciar cap tasca, acció o activitat sense el previ coneixement i autorització de per part del cap de manteniment i /o responsable del contracte de l'entitat contractant.
- Donada l'activitat principal de l'entitat contractant, els adjudicataris s'obliguen a cobrir, en cas d'aturades laborals, els serveis mínims fixats per l'entitat contractant per tal que es garanteixin aquests i no es perjudiqui als centres.
- A designar una adreça i un telèfon de contracte estable per tal d'oferir el suport en línia i telefònic d'assistència tècnica d'urgència.

L'entitat contractant es compromet a:

- Facilitar al personal de les empreses adjudicatàries l'accés a les instal·lacions durant el període de cobertura, a fi de poder realitzar els treballs de d'instal·lació, posada en funcionament i manteniment.
- A mantenir les instal·lacions afectades en les adequades condicions de treball (neteja, temperatura, humitat, etc.).
- A garantir unes condicions de treball segur per al personal de l'empresa adjudicatària durant les intervencions de manteniment.
- Mantenir en perfecte estat tota aquella documentació lliurada com a suport de la instal·lació (llibre de seguiment d'avaries, manuals, etc.)

10. RH, Seguretat i salut i prevenció de Riscos Laborals

L'empresa adjudicatària resta obligada a aportar el personal necessari per a la realització de l'objecte d'aquest contracte i oferir garanties de qualitat. Tots els treballadors i treballadores contractats per l'empresa adjudicatària hauran d'estar contractats d'acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació, formació, acreditacions i certificacions exigides.

L'empresa adjudicatària adjudicatàries ha de garantir l'acompliment de la normativa i legislació vigent en matèria de seguretat i salut. També han d'acreditar i garantir que compleixen estrictament amb les prescripcions de la legislació sobre prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995 de 8 de novembre i en especial pel que fa al desenvolupament de l'activitat esmentada i també pel centre licitador.

L'adjudicatari haurà d'acreditar que s'ha dut a terme l'avaluació de riscos, la planificació de l'activitat preventiva, la informació i la formació en prevenció de riscos laborals dels treballadors i treballadores tècnics que realitzaran els treballs en el centre.

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

11. Uniformitat

El personal de l'empresa adjudicatària haurà de portar l'uniforme corresponent facilitat per la seva pròpia empresa, a més a més serà a compte de l'empresa adjudicatària la cessió als seus treballadors dels EPI's corresponents per tal de desenvolupar les tasques professionals.

El professionals hauran d'anar correctament identificats, l'aspecte general de l'operari i de la seva roba serà extremadament pulcre, considerant l'especial atenció que requereix en els centres on s'ha de prestar el contracte. El personal destinat al servei, ha de tenir un tracte educat i deferent.

No tindrà cap dret ni vinculació davant de l'entitat contractant el personal que tinguin al seu càrrec l'empresa adjudicatària per al compliment de les prestacions objecte del present contracte. L'entitat contractant tampoc serà responsable ni es subrogarà en cap cas en les obligacions i incidències, de qualsevol naturalesa, que puguin sorgir entre les empreses adjudicatàries i el seu personal/professionals, siguin quines siguin les mesures que s'adoptin com a conseqüència directa o indirecta del desenvolupament regular o irregular del servei prestat.

12. Deure de confidencialitat

L'òrgan de contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial.

Pel que a fa a la documentació de caràcter tècnic i econòmic que serveix per valorar les ofertes i les proposicions presentades i qualsevol altra informació lliurada per a la selecció de l'oferta o la proposició econòmicament més avantatjosa, els licitadors hauran de presentar una declaració complementària on indicaran quins documents i quines dades són, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials.

Aquesta circumstància haurà de quedar clarament evidenciada (sobre impresa, al marge o de qualsevol altra manera) en el propi document. No s'admetran declaracions genèriques tipus "*tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial*".

La declaració de confidencialitat no es pot entendre com una opció indiscriminada de les empreses, sent imprescindible que en aquesta declaració s'identifiqui quina documentació i quina informació té el caràcter de confidencial i els motius i les circumstàncies en base a les quals s'ha de reconèixer aquest caràcter. Sense perjudici de l'assenyalat, si no hi ha declaració de confidencialitat o bé aquesta és incompleta, en última instància l'òrgan de contractació podrà decidir, després de fer la valoració corresponent, si difondre determinada informació pot perjudicar els interessos legítims de l'empresa o la competència lleial entre les empreses, o bé pot considerar que no existeixen motius suficients per protegir una determinada informació (valorar en cada cas quin és el dany que es produiria si es facilita una informació determinada i

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

quina es produeix si no es facilita, i segons la valoració feta, prendre la decisió corresponent).

En aquest procés de valoració, en cas de dubte, l'òrgan de contractació donarà trasllat a l'empresa de la sol·licitud d'informació presentada per altres empreses interessades en el procediment perquè es pugui pronunciar de forma justificada.

Tindran caràcter confidencial les dades de caràcter personal objecte de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, excepte que de forma expressa s'autoritzi la comunicació o la cessió.

L'adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a què tingui accés en ocasió de l'execució del contracte, a què se li hagués donat el caràcter referit al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. En cap cas no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no es podrà fer ni tractament, ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit d'execució directa del contracte, durant el termini que duri la prestació del mateix i fins i tot un cop extingida la relació contractual.

L'adjudicatari haurà de formar i d'informar al seu personal de les obligacions que en matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del deure de secret, responant l'empresa adjudicatària de les infraccions legals que, per incompliment dels seus empleats, es pogués incórrer.

L'adjudicatari, d'acord amb el que estableix Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals, així com en el que es disposi en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en el Reial Decret 1720/2007, en tot allò que no contradigui al Reglament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018, en compliment d'allò que s'hi assenyalat, accepta que ni l'empresa ni cap dels treballadors contractats per a la realització de l'objecte del contracte assenyalat no podran accedir a dades de caràcter personal amb motiu del servei prestat. En cas que en el desenvolupament de la relació mercantil i/o de prestació de serveis l'empresa o qualsevol dels seus treballadors i/o personal contractat arribés a tenir accés a dades de caràcter personal, assumeix l'obligació al més estricte secret professional respecte als mateixos.

Així mateix, el contractista podrà ser requerit en qualsevol moment perquè acrediti el compliment de les obligacions referides en matèria de protecció de dades d'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

de dades personals, així com en el que es disposi en la Llei Orgànica 3/2018 i en el Reial Decret 1720/2007, en tot allò que no contradigui al Reglament Europeu.

Aquesta clàusula s'entén sense perjudici de la necessitat de signar els annexos que sigui necessari a efectes de compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Així mateix, tenint en compte que per la prestació d'aquests serveis es té accés a dades de caràcter personal relatives a la salut, les empreses adjudicatàries i els seus treballadors donaran compliment al deure de confidencialitat respecte la informació i les dades de caràcter personal de qualsevol tipus a la que tinguin accés per raó del servei, d'acord amb el contracte de tractament de dades corresponent així com a la normativa que resulti d'aplicació.

A aquests efectes, ni l'empresa adjudicatària, ni cap membre del personal que adscriui a l'execució del contracte, podrà facilitar cap informació a tercers referida a les activitats de les quals tingui coneixement amb motiu de la seva participació en la prestació del servei.

En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es comprometen a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal a tots els efectes, adoptant les mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat legalment establert.

En qualsevol cas, l'adjudicatari queda obligat a què:

- a) La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la que s'hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres finalitats diferents a l'estricta execució del contracte. Aquesta condició és extensible al personal que l'adjudicatari subcontracti.
- b) L'adjudicatari, i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec, es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la Llei de Protecció de Dades.
- c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, de les entitats contractants. La vulneració d'aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte, sense perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenients realitzar.

Tanmateix, donades les característiques del servei, l'empresa adjudicatària es compromet a garantir la confidencialitat i la prudència professional necessària de tota la informació a la que pogués tenir accés. En aquest extrem, si s'escau, el contractista es compromet a signar tota la documentació necessària per al compliment de la normativa d'aplicació en matèria de protecció de dades.

13. Normativa

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	06. Plec de prescripcions tècniques

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la normativa vigent i reglamentació que regeixin els treballs pels quals s'ha presentat i qualsevol altra que modifiqui o complementi les actuals durant la vigència del contracte.

A signar pel contractista

Declaro que conec i accepto la totalitat de les clàusules que es disposen en aquest document (pàgina 1 a 14)