

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UNA TAULA QUIRÚRGICA DE CIRURGIA GENERAL PER LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL

OBJECTE DE L'INFORME

Aquest informe té per objecte justificar la necessitat d'adquirir una nova taula quirúrgica de cirurgia general i, al mateix temps, acreditar la concurrència de les circumstàncies que permeten tramitar el contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat, convidant únicament el proveïdor GETINGE GROUP SPAIN S.L.U., fabricant i distribuïdor en exclusiva del model MEERA.

CONTEXT I NECESSITAT DE RENOVACIÓ DE L'EQUIPAMENT

- **Vida útil consolidada de l'equip actual.**

La taula quirúrgica actual del Bloc Quirúrgic ha prestat servei de forma satisfactòria durant més de dos dècades. L'ús intensiu i l'aparició d'esquemes assistencials nous l'han deixat obsoleta, amb un augment del risc d'avaries i un manteniment cada vegada més costós.

- **Manteniment i disponibilitat de recanvis**

El fabricant de l'equip existent ha declarat el cessament de producció i de subministrament de peces de recanvi. Aquesta situació incrementa el temps de parada en cas d'incidència i compromet la seguretat i continuïtat del servei.

- **Adaptació als estàndards actuals de seguretat**

La normativa vigent i les bones pràctiques quirúrgiques exigeixen característiques tècniques avançades (capacitat de càrrega superior, superfícies radiotransparents, control remot, compatibilitat amb equips d'imatge, etc.) que no pot oferir l'equip actual.

DISPONIBILITAT D'ACCESSORIS COMPATIBLES AMB EL MODEL MEERA

A la Fundació Sant Hospital disposem ja dels accessoris següents, instal·lats i en servei, tots ells exclusivament compatibles amb taules quirúrgiques del model MEERA:

- Tractora 1003.3700
- Botes de tancament amb velcro 1001.97
- Abrazadera giratòria basculant 1003.34A0
- Suport per a placa de peu 1003.49
- Elongació dorsal 1131.31

- Elongació pèlvica 1131.55
- Placa de cap 1131.64 / 1131.53
- Plaques de recolzament de cames 1133.53
- Dispositiu d'espatlla 1132.34
- Dispositiu per a tibia 1003.50
- Contra-estirament per a decúbit lateral 1004.85
- Estrip de unió 1130.54
- Suport reposacaps 1002.65
- Reposacaps en forma de ferradura 1002.72
- Dispositiu d'extensions 1419

La reutilització d'aquests elements redueix significativament el cost total de propietat i garanteix la continuïtat clínica, ja que el personal sanitari ja està format en el seu ús.

JUSTIFICACIÓ DE L'EXCLUSIVITAT DEL PROVEÏDOR

- **Declaració formal d'exclusivitat**

GETINGE GROUP SPAIN S.L.U. acredita, mitjançant carta de 21 de maig de 2025, la seva condició de fabricant i distribuïdor en exclusiva a Espanya de les taules quirúrgiques model MEERA i dels seus accessoris. Aquest document certifica que és l'única entitat autoritzada per a la venda, subministrament i manteniment d'aquest producte.

- **Compatibilitat tècnica**

Segons la declaració anterior, els accessoris ja existents al centre estan dissenyats i autoritzats només per a l'ús amb taules MEERA. La utilització amb taules d'altres fabricants:

- No està avalada pel fabricant ni garanteix la seguretat dels pacients.
- Podria invalidar garanties i certificacions CE dels dispositius.
- Obligaria a la compra d'un nou joc complet d'accessoris, amb el consegüent impacte econòmic.

- **Risc per a la continuïtat assistencial**

Substituir els accessoris actuals suposaria un període d'interrupció prolongat per a l'adequació de nous equips, formació de personal i validacions de seguretat, generant un risc inacceptable per a la continuïtat del servei.

Per aquests motius, la concurrència d'un altre proveïdor resultaria ineficient i contrària al principi de bona gestió dels recursos públics.

ACREDITACIÓ DE LA INEXISTÈNCIA DE COMPETÈNCIA PER RAONS TÈCNIQUES

(D'acord amb l'article 168.a).2 LCSP)

La Fundació Sant Hospital justifica la utilització del procediment negociat sense publicitat per raons tècniques, d'acord amb l'article 168.a).2 de la LCSP, en base als motius següents:

- Existència d'accessoris específics ja implantats al centre, dissenyats per a ser utilitzats exclusivament amb taules quirúrgiques del fabricant GETINGE. Aquests accessoris no són compatibles amb cap altra marca ni model alternatiu del mercat, segons consta a la declaració formal emesa pel fabricant.
- El model MEERA és l'únic equip actualment en producció que manté la compatibilitat tècnica i funcional amb aquests accessoris. El model anterior (ALPHAMAXX), amb el qual es van adquirir, ha estat retirat del mercat. El model MEERA és la seva evolució directa i manté el sistema de connexió i muntatge específic.
- La substitució d'aquests accessoris seria tècnica i econòmicament inviable, ja que implicaria una inversió paral·lela de caràcter estructural, juntament amb un període d'adaptació, formació i validació clínica que afectaria greument la continuïtat del servei quirúrgic.
- No existeixen alternatives raonables tècnicament viables que compleixin simultàniament els següents criteris:
 - Compatibilitat immediata amb els accessoris existents.
 - Certificació de seguretat i homologació CE per a l'ús amb aquests complements.
 - Subministrament a través d'un distribuïdor autoritzat.

Des del Servei de Direcció Assistencial i Tècnica de la Fundació Sant Hospital, s'ha dut a terme una revisió dels principals operadors del sector per comprovar si existia algun altre fabricant amb taules quirúrgiques compatibles amb els accessoris actualment disponibles al centre. Aquesta anàlisi ha conclòs que ****no existeix cap alternativa raonable ni cap empresa diferent a GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.**** que pugui garantir la integració funcional, segura i certificada amb l'equipament parcial ja implantat.

Aquesta circumstància s'ha verificat internament i s'ha contrastat amb la documentació tècnica dels fabricants més rellevants del sector. Qualsevol altre equip obligaria a prescindir dels accessoris actuals, fet que suposaria un incompliment dels principis d'eficiència, economia i proporcionalitat establerts a la LCSP.

En base a aquests elements, s'acredita la impossibilitat de competència efectiva per raons tècniques, i per tant, es justifica plenament la utilització del procediment negociat sense publicitat amb un únic proveïdor, GETINGE GROUP SPAIN, SLU.

- Cap altra empresa del mercat pot garantir la integració segura i certificada amb l'equipament parcial ja implantat, sense que això suposi incomplir normatives de seguretat, trencar garanties o malmetre la inversió pública ja realitzada.

En base a aquests elements, s'acredita la impossibilitat de competència efectiva per raons tècniques, i per tant, es justifica plenament la utilització del procediment negociat sense publicitat amb un únic proveïdor, GETINGE GROUP SPAIN, SLU.

CONCLUSIÓ

Es considera absolutament necessari procedir a la renovació de la taula quirúrgica per motius de seguretat, eficiència i adequació normativa, i es determina que l'únic proveïdor capaç de realitzar el subministrament amb garanties és GETINGE GROUP SPAIN S.L.U., atesa la seva exclusivitat i la compatibilitat amb l'equipament existent.

En conseqüència, es proposa iniciar un PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, convidant exclusivament l'esmentat proveïdor.

Dr. Vladimir Lazo Yakimtseva
Director Assistencial
Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell

ANNEX: Declaració d'exclusivitat de GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.
(21/05/2025)