

Expedient: 0635/25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament de tracte successiu

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: contractació del subministrament informàtic all in one (AiO) de grau mèdic per l'Àrea Quirúrgica i la Unitat de Cures Intensives del centre Hospital Universitari Sant Joan de Reus

RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EXP. 0635/25

1. Vist que l'òrgan de contractació de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp va resoldre aprovar l'expedient de contractació 0635/25, referent a la Contractació del subministrament informàtic all in one (AiO) de grau mèdic per l'Àrea Quirúrgica i la Unitat de Cures Intensives del centre Hospital Universitari Sant Joan de Reus, en data 5 de maig de 2025.
2. Vist que en data 7 de maig de 2025 es va publicar l'anunci de licitació de l'expedient 0635/25 al perfil del contractant de l'entitat, integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 22 de maig de 2025.
3. Vista la petició de correcció del contingut del plec de prescripcions tècniques de l'expedient 0635/25, de data 8 de maig de 2025, on es posa de manifest que s'ha detectat el següent error en la redacció de la clàusula 3. *Requeriments tècnics* (pàg. 5) del plec de prescripcions tècniques:

Clàusula 3. On diu:

"Ports mínims, no s'admetran adaptadors:

- o Part lateral: 2x USB*
- o Part Posterior: 2x LAN 1G, 4x USB 3.2 Gen2 10G, 1x HDMI output, 1x Audio combo."*

Ha de dir:

"Ports mínims, no s'admetran adaptadors:

- o Part lateral: 2x USB*
- o Part Posterior: 1x LAN 1G, 4x USB 3.2 Gen2 10G, 1x HDMI output, 1x Audio combo."*

Tenint en compte que, d'acord amb els articles 122.1 i 136.2.b) de la Llei de Contractes del Sector Públic, ens trobem davant d'una petició de correcció d'un error de transcripció de la informació, i per tant, de caràcter material, que no afecta a cap element essencial.

Així mateix, com que es tracta d'un error patent i clar, sense que sigui necessari recórrer a interpretacions de normes jurídiques aplicables ni cap tràmit addicional, i atès que no produeix cap alteració fonamental dels documents rectificats, es sol·licita que es corregeixi el contingut dels documents indicats en els termes anteriorment exposats.

Per tot l'anterior,

RESOLC

1. Corregir la documentació indicada de l'expedient 0635/25, en els termes que han estat exposats a la sol·licitud de correcció, i pels motius que han estat exposats en aquesta resolució i en la sol·licitud de correcció, prevalent la informació que hi consta sobre la que es va publicar inicialment.
2. Donar la publicitat que correspongui a la present resolució.

Reus, amb data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp