

Exp.: 2025/64

Tipus: Subministrament

Procediment: Contractació basada d'Acord marc amb diverses empreses relatiu al "subministrament de material per a laparoscòpia per a l'Hospital Clínic de Barcelona" (Exp.: 2024/72)

Objecte: Subministrament del lot 32, relatiu a agulles de veres per a insuflar, de l'Acord marc pel subministrament de material per a laparoscòpia per a l'Hospital Clínic de Barcelona

Promotors: Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM); Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU); Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON); Institut Clínic de Cardiologia (ICCV); Institut Clínic Respiratori (ICR); Àrea Quirúrgica

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN CONTRACTE BASAT EN L'ÀMBIT DE L'ACORD MARC 2024-122

De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) de l'Acord marc amb número d'expedient 2024-122, en concret, l'**apartat 2.H. del Quadre de característiques** relatiu al PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS EN L'ACORD MARC, l'execució de l'Acord marc es farà segons dos sistemes:

- a) Sense convocar les parts a una nova licitació d'acord amb les condicions fixades a l'Acord marc; o bé
- b) Convocant a totes les parts a una mini licitació. Respecte a aquest sistema, s'estableix que "de conformitat amb el que s'estableix a l'article 221.4.a) de la LCSP, es podran adjudicar contractes basats sense tenir en compte l'ordre de classificació/prelació establert a l'Acord marc, sempre i quan es convoqui prèviament a una **nova licitació <mini licitació>** a totes les empreses part en el lot de l'Acord marc que es tracti, i sempre que concorri una raó de caràcter clínic i assistencial que faci necessària l'adquisició d'un subministrament amb un grau de qualitat superior, com de seguretat, facilitat d'ús, ergonomia, precisió i consistència de les sutures, de manera que sigui imprescindible valorar el subministrament d'un determinat lot aplicant criteris d'adjudicació adreçats a garantir dita qualitat. Això es justificarà en l'informe que es realitzarà en el moment de la contractació basada. En aquest cas, els criteris d'adjudicació del contracte basat hauran de ser necessàriament algun dels que s'estableixen en l'**apartat 2.D.2** d'aquest Plec".

En el marc de l'execució dels lots de l'Acord marc 2024-122, i d'acord amb l'article 221.4.a) de la Llei 9/2017, es considera necessari dur a terme una adjudicació mitjançant mini licitació per raons clíniques i assistencials vinculades a la seguretat i eficàcia en l'ús d'agulles de Veress per a laparoscòpia. Aquest tipus de dispositiu, utilitzat en la fase inicial del pneumoperitoneu, és fonamental per garantir una inserció segura i controlada a la cavitat abdominal. Tant l'Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) com l'Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM), serveis que utilitzen aquests dispositius de forma intensiva en intervencions d'alta complexitat, han posat de manifest la necessitat de valorar, mitjançant mostra, elements com la facilitat de manipulació, la seguretat del mecanisme d'estilet romo protegit i la qualitat funcional de la vàlvula d'insuflació. Aquestes característiques tècniques tenen una incidència directa en la seguretat del pacient i no poden ser avaluades exclusivament a través d'especificacions escrites, per la qual cosa es justifica la convocatòria de mini licitació amb criteris qualitatius específics adaptats a les necessitats conjuntes dels dos instituts.

La mini licitació es farà d'acord amb el procediment fixat en la clàusula trenta-unena de l'Acord marc i de conformitat amb el previst en l'apartat 6 de l'article 221 de la LCSP, així com el que s'estableixi en els documents de licitació corresponents a la contractació basada.

Barcelona,

Dr. Miguel Pera Román.
Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva

ANNEX: CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

LOT 32 (Articles 50 a 51)

1. CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR (MÀXIM 50 PUNTS)

Metodologia d'avaluació i atribució de la puntuació:

- La Unitat Técnica encarregada de la valoració dels productes valorarà els materials objecte de licitació mitjançant proves exhaustives de les **mostres** demanades a totes les empreses part de l'AM i convidades a la licitació del contracte basat i sota les mateixes condicions, valorant l'experiència de la utilització d'aquestes en el camp de treball habitual, d'acord amb els criteris d'adjudicació emprats en aquest apartat.
- S'atorgarà la major puntuació a aquella/es empresa/es que s'adapti/n millor als **criteris de valoració**. La resta d'empreses seran valorades comparativament, justificant i motivant la puntuació final en l'informe de valoració. L'atribució de la puntuació es farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les ofertes presentades per les empreses licitadores.
- En cas que cap empresa s'adapti correctament al criteri, la màxima puntuació quedarà deserta i s'atorgarà de manera justificada la puntuació corresponent d'acord amb el criteri tècnic dels avaluadors. Així mateix, la resta d'empreses seran valorades de forma comparativament.
- **ES VALORARÀ I S'ATORGARÀ LA PUNTUACIÓ A LA TOTALITAT DEL LOT.**

1) Facilitat de manipulació del dispositiu durant la inserció (fins a 20 punts)

Objectiu: valorar el disseny ergonòmic i l'eficàcia pràctica de l'agulla de Veress durant la seva manipulació i inserció a la paret abdominal.

En concret, els aspectes a observar en la valoració seran la comoditat de subjecció, la facilitat d'ús amb guants quirúrgics, la forma i acabat del mànec, l'estabilitat durant l'ús, la fluïdesa d'introducció i l'accessibilitat dels elements de control i el comportament del dispositiu en el moment de la penetració abdominal.

2) Fiabilitat i seguretat del mecanisme de protecció de la punta (fins a 15 punts)

Objectiu: valorar la capacitat del sistema intern de ressort per protegir el teixit durant la inserció i garantir la seguretat del procediment.

En concret, els aspectes a observar en la valoració seran la resposta immediata i suau del mecanisme de ressort, la capacitat de l'estilet romo per activar-se automàticament un cop travessada la paret abdominal, la presència de mecanismes de seguretat, i la possibilitat de comprovació de la correcta col·locació mitjançant accessoris addicionals.

3) Qualitat funcional de la vàlvula d'insuflació/desinsuflació (fins a 15 punts)

Objectiu: valorar l'eficàcia i la seguretat del sistema que permet inflar i desinflar la cavitat abdominal mitjançant l'agulla.

En concret, els aspectes a observar en la valoració seran la fluïdesa del flux d'entrada i sortida del gas, l'hermeticitat del sistema durant el procediment, la presència de mecanismes de control que eviti la pèrdua de pneumoperitoneu, la qualitat i facilitat d'us de la clau de pas.

Justificació tècnica i jurídica dels criteris de valoració:

Els criteris proposats s'ajusten plenament al que disposa l'article 145.5 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, ja que:

- Estan directament vinculats a l'objecte del contracte: avaluen funcionalitats i característiques tècniques reals de l'agulla de Veress que poden incidir en la seguretat, eficàcia i qualitat del procediment quirúrgic.
- No valoren requisits mínims: tots els aspectes avaluats són millores qualitatives sobre les especificacions bàsiques.
- Permeten una valoració tècnica objectiva mitjançant mostra, per part del personal clínic usuari del dispositiu.
- Contribueixen a una millor relació qualitat-preu, tenint en compte l'eficiència, seguretat del pacient i control del procediment.

Tal i com s'estableix al punt 1 de la Directriu 1/2020, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública, en les licitacions de contractes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, amb una pluralitat de criteris de valoració, es valorarà la oferta tècnica presentada en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i, posteriorment, s'han d'ordenar les diferents propostes valorades per ordre decreixent i aplicar la fórmula que tot seguit s'indica per obtenir la puntuació final dels diferents criteris sotmesos a un judici de valor:

Fórmula:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

PoP = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'Oferta Millor Valorada

Aquesta fórmula s'aplicarà per a cadascun dels criteris establerts sotmesos a un judici de valor per tal d'obtenir la puntuació total d'aquests criteris.

S'estableix un llindar mínim del 85% de la puntuació per a cada criteri que es valorarà i posteriorment es puntuarà. Això comporta que si cap licitador assoleix aquest llindar un cop valorades les ofertes

tècniques, la fórmula no s'aplicarà al/s criteri/s la valoració del/s qual/s no superi el llindar i, per tant, la puntuació final del criteri vindrà donada pel valor obtingut en la fase de valoració de les ofertes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (MÀXIM 50 PUNTS):

PREU.....FINS A 50 PUNTS

L'oferta econòmica es valorarà d'acord amb la fórmula següent: Fórmula amb valor de ponderació: s'aplicarà un valor de ponderació (VP) de 1,5

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

Puntuació de l'oferta a Valorar= (Pv)

Punts criteri econòmic= (P)

Import de Licitació= (IL)

Oferta Millor= (Om)

Valor de Ponderació= (VP)

Oferta a Valorar= (Ov)