

Salut/Institut
Català de la Salut

ACTA de la Mesa d'obertura de la documentació (sobre núm. 3)

Expedient núm. CS/CC00/1101422742/25/AM per a la contractació del subministrament d'Introductors de catèters (complementari) per als centres de l'Institut Català de la Salut.

El dia i hora que consta en el certificat que emet l'eina del Sobre Digital, s'ha celebrat la sessió d'obertura del sobre núm. 3.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta suplent: Blanca Olmo Panadero

Vocals:

- 1 Miquel Arrufat Vila. Director de gestió de l'ICS
- 2 Xavier Ramírez Asencio. Assessoria Jurídica de l'ICS
- 3 Mònica Gómez Garrido. Gerència de compres de l'ICS
- 4 Lina Boscà Ferrer. Gerència de compres de l'ICS

Secretària: M^a José Siurana Izquierdo

Ordre del dia

Obertura de la documentació continguda al sobre número 3 presentats en l'expedient de contractació CS/CC00/1101422742/25/AM per a la contractació del subministrament d'Introductors de catèters (complementari) per als centres de l'Institut Català de la Salut.

Desenvolupament de la sessió

Aquesta sessió té com a finalitat l'obertura i qualificació del contingut del sobre núm. 3 els quals han estat presentats en sobre electrònic.

S'inicia la sessió entrant a l'eina "Sobre Digital 2.0" i identificant l'expedient de licitació i el procediment de contractació, el qual s'ha tramitat mitjançant procediment obert d'acord amb allò previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en endavant LCSP, i a l'establert als documents que regeixen la contractació.

Constituïda vàlidament la mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic), els custodis apliquen les credencials, complint amb el quòrum mínim, en l'interval de temps que s'ha definit prèviament, i arribades la data i hora assenyalades.

S'identifiquen els custodis que apareixen al certificat de l'obertura.

Document signat digitalment per:
M^a José Siurana Izquierdo (15/05/2025 13:23 CEST), Blanca Olmo Panadero (15/05/2025 13:33 CEST)

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Acta obertura sobre 2 i 3 - AM-PO



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 1 de 34

Salut/Institut
Català de la Salut

S'han presentat les propostes de les empreses que consten al certificat d'obertura.

La mesa de contractació ha aprovat l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis emès pels serveis dependents de l'òrgan de contractació i que assisteixen a la mesa de contractació.

A continuació es procedeix a l'obertura dels sobres corresponents al sobre número 3.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta els següents

Acords

1. Admetre a la licitació a totes les empreses presentades.

L'admissió definitiva de la documentació continguda en el sobre 3, als efectes de la seva admissió, resta condicionada a la valoració d'aquesta per part del comitè de valoració assignat.

2. Publicar les ofertes econòmiques en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta signada.

Contra aquest acte de la Mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA SUPLENT

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 **Generalitat
de Catalunya**

Acta obertura sobre 2 i 3 - AM-PO



Doc.original signat per:
Maria José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 2 de 34

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX
CERTIFICATS I INFORMES

S/Sistema de
Salut de Catalunya

 Generalitat
de Catalunya

Acta obertura sobre 2 i 3 - AM-PO



Doc.original signat per:
Maria José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 3 de 34



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INTRODUCTORS DE CATÈTERS(COMPLEMENTARI)" amb el codi d'expedient "CS/CC00/1101422742/25/AM" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 06/03/2025, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (Unipersonal)	B80957889	26/02/2025	15:06:27	9020/9322/2025
LOGSA ENDOMEDICAL, S.L.	B92947522	27/02/2025	14:32:23	9020/9557/2025
BIOTRONIK SPAIN, S. A.	A28985034	27/02/2025	15:26:50	9020/9575/2025
TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	A03142114	03/03/2025	09:46:26	9020/9959/2025
Cordis Medical Spain SLU	B02702975	03/03/2025	15:56:05	9020/10146/2025
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS S.L.	B92183524	04/03/2025	10:47:10	9020/10256/2025
B.BRAUN SURGICAL	A61123782	04/03/2025	11:42:09	9020/10288/2025
SAHAJANAND MEDIACL TECHNOLOGIES IBERIA, SL	B96728456	04/03/2025	11:45:41	9020/10290/2025
TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	B83524769	04/03/2025	12:17:54	9020/10306/2025
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	A79658845	04/03/2025	17:07:56	9020/10406/2025
PALEX MEDICAL, S.A.	A58710740	05/03/2025	08:41:58	9020/10472/2025
BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	A80401821	05/03/2025	09:09:35	9020/10479/2025
WORLD MEDICA S.L.U.	B82612599	05/03/2025	09:16:48	9020/10487/2025
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U	B87175253	05/03/2025	09:37:35	9020/10499/2025
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	A28389484	05/03/2025	11:04:14	9020/10544/2025
CARDIVA 2, S.L.	B80601982	05/03/2025	11:11:56	9020/10548/2025
Cook España S.L.	B08525073	05/03/2025	12:16:32	9020/10582/2025
BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L.	B01604867	05/03/2025	12:29:02	9020/10588/2025
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	B08438731	05/03/2025	16:50:27	9020/10678/2025
MERCÉ V.ELECTROMEDICINA, S.L.	B96056023	05/03/2025	17:30:44	9020/10688/2025
Becton Dickinson, S.A.	A50140706	06/03/2025	11:02:17	9020/10778/2025
VYGON	A28536480	06/03/2025	12:02:28	9020/10825/2025
Prim, S.A.	A28165587	06/03/2025	12:39:44	9020/10853/2025



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Bianca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 4 de 34



Registre d'obertura de sobre

Licitació: CS/CC00/1101422742/25/AM

Sobre: SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA

Data	Acció
08/03/2025 08:01:02	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 08/03/2025 08:01:02.
08/03/2025 08:03:52	L'empresa ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 08/03/2025 08:03:52.
08/03/2025 09:48:37	L'empresa TERUMO EUROPE ESPAÑA SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 08/03/2025 09:48:37.
08/03/2025 14:23:31	L'empresa IZASA HOSPITAL, S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 08/03/2025 14:23:31.
09/03/2025 08:01:26	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 09/03/2025 08:01:26.
10/03/2025 07:22:35	L'empresa MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 07:22:35.
10/03/2025 07:45:15	L'empresa B.BRAUN SURGICAL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 07:45:15.
10/03/2025 08:00:42	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 10/03/2025 08:00:42.
10/03/2025 08:04:59	L'empresa BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:04:59.
10/03/2025 08:09:44	L'empresa CARDIVA 2, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:09:44.
10/03/2025 08:16:47	L'empresa Prim, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:16:47.
10/03/2025 08:19:45	L'empresa TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:19:45.
10/03/2025 08:19:50	L'empresa Becton Dickinson, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:19:50.
10/03/2025 08:23:49	L'empresa PALEX MEDICAL, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:23:49.
10/03/2025 08:34:55	L'empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. (Unipersonal) ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:34:55.
10/03/2025 08:41:18	L'empresa MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:41:18.
10/03/2025 08:41:29	L'empresa SAHAJANAND MEDIACL TECHNOLOGIES IBERIA, SL ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:41:29.
10/03/2025 08:52:29	L'empresa WORLD MEDICA S.L.U. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:52:29.
10/03/2025 08:55:00	L'empresa MERCÉ V.ELECTROMEDICINA, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 08:55:00.
10/03/2025 09:07:09	L'empresa BIOTRONIK SPAIN, S. A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 09:07:09.
10/03/2025 09:09:26	L'empresa BIOGEN DIAGNÓSTICA, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 09:09:26.
10/03/2025 09:13:55	L'empresa Cook España S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 09:13:55.
10/03/2025 09:42:52	L'empresa LOGSA ENDOMEDICAL, S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 09:42:52.
10/03/2025 09:43:05	L'empresa LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS S.L. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3:



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 5 de 34

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 09:43:05.	
10/03/2025 10:18:07	L'empresa Cordis Medical Spain SLU ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 10:18:07.
10/03/2025 11:48:26	L'empresa VYGON ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA, a data i hora 10/03/2025 11:48:26.
07/05/2025 09:36:39	El custodi i membre de la mesa Blanca Olmo Panadero ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 07/05/2025 09:36:39 (Credencials aplicades: 1/2).
07/05/2025 10:01:35	El custodi i membre de la mesa Mª José Siurana Izquierdo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 07/05/2025 10:01:35 (Credencials aplicades: 2/2).
07/05/2025 10:01:53	El custodi i membre de la mesa Mª José Siurana Izquierdo ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 07/05/2025 10:01:53.

INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
CS/CC00/1101422742/25/AM
Introductors de catèters (complementari)



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 1 de 28



Doc. original signat per:
Maria José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 7 de 34

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, SA
- B.BRAUN SURGICAL, SA
- BECTON DICKINSON, SA
- BIOGEN DIAGNÓSTICA, SL
- BIOTRONIK SPAIN, SA
- BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- CARDIVA 2, SL
- COOK ESPAÑA, SL
- CORDIS MEDICAL SPAIN, SLU
- INTERSURGICAL ESPAÑA, SL
- IZASA HOSPITAL, SLU
- LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, SL
- LOGSA ENDOMEDICAL, SL
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- MERCÉ V.ELECTROMEDICINA, SL
- MERIT MEDICAL SPAIN, SLU
- PALEX MEDICAL, SA
- PRIM, SA
- SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL
- TELEFLEX MEDICAL, SAU
- TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL
- VYGON, SAU
- WORLD MEDICA, SLU

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-43-25)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (facilitat d'introducció, resistència, acabament hidrofílic etc), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, s'aplicaran **criteris subjectes a judici de valor**. Aquests hauran de complir **obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva**. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris subjectes a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 2 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 8 de 34

• **Desglossament 1**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

- Lot 01 - Equip introductor arterial radial hidrofílic HEMODINÀMICA**
Lot 02 - Introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA
Lot 04 - Equip introductor arterial accés radial hidrofílic NEURORADIOLOGIA
Lot 06 - Equip introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA
Lot 13 - Equip dilatador endovascular

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament obtindran 10 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament obtindran 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient obtindran 0 punts	10
	4.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, l'acabament hidròfil i grau de lliscament. • Si durant el procediment, l'introductor presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 10 punts. • Si durant el procediment, l'introductor presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. • Si durant el procediment, l'introductor no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	10

• **Desglossament 2**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 3 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 9 de 34

Lot 03 - Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA
Lot 05 - Equip o introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA
Lot 07 - Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA
Lot 11 - Introductors d'endopròtesi

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intraarterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intraarterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 15 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 7 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	15
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 15 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 7 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	15
	3.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindrà 10 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindrà 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindrà 0 punts	10

• **Desglossament 3**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 08 – Introductor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Es valoren les característiques addicionals següents

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 4 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 10 de 34

Puntuació tècnica subjectiva	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Resistència a la plicatura en tortuositat vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència a la plicatura en tortuositat vascular. • Si durant el procediment presenta una bona resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 10 punts • Si durant el procediment mostra una mitjana resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 5 punts • Si durant el procediment no mostra resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 0 punts	10
	4.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts , la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindran 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindran 2 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindran 0 punts	5
	5.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts , l'acabament hidròfil i grau de lliscament. • Si durant el procediment, l'introducció presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. • Si durant el procediment, l'introducció presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 2 punts. • Si durant el procediment, l'introducció no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	5

• **Desglossament 4**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 09 - Introducció arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Lot 10 - Equip introducció arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 5 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 11 de 34

Puntuació tècnica subjectiva	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Resistència a la plicatura en tortuositat vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència a la plicatura en tortuositat vascular. • Si durant el procediment presenta una bona resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 10 punts • Si durant el procediment mostra una mitjana resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 5 punts • Si durant el procediment no mostra resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 0 punts	10
	4.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindran 10 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindran 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindran 0 punts	10

• **Desglossament 5**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 12 – Vàlvules hemostàtiques

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Capacitat segellant (no pèrdues) de la vàlvula: Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts, la capacitat de segellat de la vàlvula a fi d'evitar pèrdues o fuites i que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si durant el procediment la vàlvula no presenta pèrdues o fuites, obtindrà 20 punts • Si durant el procediment la vàlvula mostra una mínima pèrdua o fuita, obtindrà 10 punts • Si durant el procediment la vàlvula mostra pèrdues o fuites, obtindran 0 punts.	20
	2.- Incorporar un passagües. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la incorporació d' un passagües i que aquest sigui òptim per facilitar el procediment intervencionista. • Si el passagües facilita el procediment, obtindran 10 punts. • Si el passagües dificulta mínimament el procediment, obtindran 5 punts. • Si el passagües no facilita el procediment i per tant el dificulta, obtindran 0 punts.	10
	3.- Incorporar un torque. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la incorporació d' un torque i que aquest sigui òptim per facilitar el procediment intervencionista. • Si el torque facilita el procediment, obtindran 10 punts. • Si el torque dificulta mínimament el procediment, obtindran 5 punts. • Si el torque no facilita el procediment i per tant el dificulta, obtindran 0 punts.	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 6 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 12 de 34

• Desglossament 6

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 14 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Allargadera lateral de la clau d'intervencionisme. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , que l'allargadera de la clau d'intervencionisme no dificulti el procediment, a fi d'evitar problemes de trencament, pel fet de no suportar altes pressions. • Si l'allargadera suporta altes pressions i no dificulta el procediment, obtindran 10 punts. • Si l'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana durant tot el procediment, obtindran 5 punts. • Si l'allargadera no suporta altes pressions, obtindran 0 punts.	10
	2.- Clau d'intervencionisme. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts que la clau d'intervencionisme no provoqui entrada d'aire en el sistema, un cop verificada aquesta, a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, no provoca entrada d'aire en el sistema, obtindran 10 punts. • Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, provoca mínimament entrada d'aire en el sistema, obtindran 5 punts. • Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, provoca entrada d'aire en el sistema, obtindran 0 punts.	10
	3.- Base del manòmetre. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , que la base del manòmetre sigui l'adequada per no dificultar el seu maneig i facilitar un òptim purgat inicial. • Si la base del manòmetre no dificulta el seu maneig i facilita un òptim purgat inicial, obtindran 10 punts. • Si la base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial, obtindran 5 punts. • Si la base del manòmetre dificulta el seu maneig i no facilita un òptim purgat inicial, obtindran 0 punts.	10
	4.- Braç de palanca. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts , les ofertes que presentin el braç de palanca, a fi de facilitar l'inflat i que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si es presenta el braç de palanca i aquest facilita l'inflat, obtindran 5 punts. • Si es presenta el braç de palanca i aquest facilita mitjanament l'inflat, obtindran 2 punts. • Si es presenta el braç de palanca i aquest no facilita l'inflat i per tant dificulta el procediment, obtindrà 0 punts.	5
	5.-Dispositius amb components: Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts que l'equip incorpori els components adequats (vàlvula i/o torque) perquè el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si l'equip incorpora els components vàlvula+torque i aquests ofereixin la màxima fiabilitat i seguretat en el procediment, obtindran 5 punts. • Si l'equip incorpora un torque i aquest ofereix la màxima fiabilitat i seguretat en el procediment, obtindran 2 punts. • Si l'equip incorpora altres components, obtindran 0 punts.	5



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 7 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 13 de 34

Conclusions:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits.

Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Per tipologia de material, la comissió acorda en el codi agrupador 999302969 del lot 3 i codis agrupadors 999301432 i 999302978 del lot 5 no aplicar el criteri de valoració marca radiològica.

2. Tal i com s'especifica a l'apartat 3 - Puntuació tècnica del criteris de valoració (Annex 4 del plec de clàusules administratives, s'han aplicat criteris subjectes a judici de valor.

"...els articles sotmesos a criteris subjectes a judici de valor hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

3. Queden deserts sense oferta el següents articles:

Lot 1 - 999301420 A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia $\leq 0,018$ ", varis diàmetres i longitud $> 10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$

Lot 1 - 999302954 A - Equip introductor de lliberació, mallat/coilat, punta recta, sense vàlvula hemostàtica, per guia $> 0,035$ ", per a dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud $\geq 120\text{cm}$

4. En el document adjunt com **Annex 1: Base de ponderacions - Criteris sotmesos a Judici de valor**, s'indica les consideracions tècniques i el motiu de desestimació així com la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1 - Base de ponderacions - CS/CC00/1101422742/25/AM
El desglossament de puntuacions, les consideracions tècniques i el motiu de desestimació dels criteris sotmesos a judici de valor estan indicades en el document d'Excel adjunt.
- ANNEX 2 - Codis deserts sense oferta
- ANNEX 3 - Full signatures



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 8 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 14 de 34

ANNEX 1

Base de ponderacions

	Doc. original signat per: Laura Leiva Barragán 24/04/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5	Data creació còpia: 30/04/2025 10:11:44 Pàgina 9 de 28

	Doc. original signat per: Maria José Siurana Izquierdo 15/05/2025, Blanca Olmo Panadero 15/05/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM	Data creació còpia: 20/05/2025 11:13:28 Pàgina 15 de 34

CS/CC06/1101422742/25/AM											Lot 1 - Equip introductor arterial radial hidrofílic HEMODINÀMICA													10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACADAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ		Punts / No punts										
1	60	999301425	A - Equip introductor arterial radial mallat/collat amb recobriments hidrofílic per guia <=0,038", variis diàmetres i longitud >10cm <=45cm	802702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	RAIN	322	40,000000	La transició entre la heina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requirir més esforç per part del professional.		5	10	10	10	35		SI										
		999301425	A - Equip introductor arterial radial mallat/collat amb recobriments hidrofílic per guia <=0,038", variis diàmetres i longitud >10cm <=45cm	808438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	322	40,000000	La transició entre la heina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requirir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als accediments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. L'introducció presenta un acabament hidrofílic un grau de lliscament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.		5	5	10	5	25		SI										



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 10 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 16 de 34

CS/CC00/1301422742/25/AM				Lot 02 - Introduidor arterial accés femoral hidrofilic HEMODINÀMICA								10 (SUBJECTE)					10 (SUBJECTE)					10 (SUBJECTE)					40				
Línia	Pos.	Material	Desc. Material	Licenciador	Marca	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Unitari	Consideracions Mèdiques	Motius de desaproveïment tècnica	FACILITAT INTRODUCIÓ	RESISTÈNCIA ACCOSTAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HEMOFILIC	TOTAL PUNTUACIÓ	PROVA No passa													
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb recobriments hidrofilic per guia <7x0,035", vari. diàmetres i longitud >10cm <7x0,035cm	A105140706	BECTON DICKINSON SA	VARIAS	BD	Halo One	160	144,000000		Desestimat. Es demostra mostra de la referència HEMORASIS o una de les referències que se segueix a la descripció. No presenten cap mostra.	0	0	0	0	0	NO													
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb recobriments hidrofilic per guia <7x0,035", vari. diàmetres i longitud >10cm <7x0,035cm	ABD001821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_LLISTRESUM	Boston Scientific	Introduidor Catapult™ 15 cm y 45 cm	160	144,000000	L'introduidor presenta un acabament hidrofilic un grau de lliscament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.	10	10	10	10	5	35	SI													
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb recobriments hidrofilic per guia <7x0,035", vari. diàmetres i longitud >10cm <7x0,035cm	808438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	160	144,000000	La transició entre la balsa i el dilatador facilita notiblement la introducció i el desplaçament intracavitari. Tot i que completa amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mínima als accostaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. La marca radiològica (RM) es visualitza mitjanament, però per presentar certa dificultat en procediments que requereixen més profunditat. L'introduidor té un acabament hidrofilic moderat i un grau de lliscament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.	5	5	5	5	20	SI														
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb recobriments hidrofilic per guia <7x0,035", vari. diàmetres i longitud >10cm <7x0,035cm	885524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VER ANEXO REFERENCIAS	TERUMO	DESTINATION	160	144,000000		10	10	10	10	10	40	SI													
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb recobriments hidrofilic per guia <7x0,035", vari. diàmetres i longitud >10cm <7x0,035cm	896056023	MERCE V ELECTROMEDICINA,S.L.	"160040002 160040004 160040004"	BARYT	HEETV	160	144,000000		10	10	10	10	10	40	SI													
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb marcador i recobriments hidrofilic mínim i no adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas per guia 0,038"/0,97mm, vari. diàmetres i longitud >7x0,035cm <7x0,035cm	808438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	491	132,300000	La transició entre la balsa i el dilatador facilita notiblement la introducció i el desplaçament intracavitari. Tot i que completa amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mínima als accostaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. La marca radiològica (RM) es visualitza mitjanament, però per presentar certa dificultat en procediments que requereixen més profunditat. L'introduidor té un acabament hidrofilic moderat i un grau de lliscament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.	5	5	5	5	20	SI														
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb marcador i recobriments hidrofilic mínim i no adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas per guia 0,038"/0,97mm, vari. diàmetres i longitud >7x0,035cm <7x0,035cm	885524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VER ANEXO REFERENCIAS	TERUMO	DESTINATION	491	132,300000		10	10	10	10	10	40	SI													
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb marcador i recobriments hidrofilic mínim i no adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas per guia 0,038"/0,97mm, vari. diàmetres i longitud >7x0,035cm <7x0,035cm	887175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"1604555 1604555 1604555"	Merit Medical	Prelude Roadster	491	132,300000		10	10	10	10	10	40	SI													
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral multi/collat amb marcador i recobriments hidrofilic mínim i no adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas per guia 0,038"/0,97mm, vari. diàmetres i longitud >7x0,035cm <7x0,035cm	896056023	MERCE V ELECTROMEDICINA,S.L.	"160040002 160040004 160040004"	BARYT	HEETV	491	132,300000		10	10	10	10	10	40	SI													



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 11 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 17 de 34

C5/CC00/1101422742/25/AM											Lot 03 - Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA											15 (SUBJECTU)	15 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	40
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACIDAMENT	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa								
3	10	999301199	A - Equip introductor de micropunció amb vàlcula i agulla ecogènica $\varnothing$ 7-9 cm, variis diàmetres i llargàries	B08525073	COOK ESPAÑA SL	MPIS-501-PEDAL-NT-U-55T	Microspuncture™ Transcatheter™	Cook	42	36,350000	La transició entre la beina i el dilatador facilita netejament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció bàsica, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		7	7	10	24	SI								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica $\varnothing$ 5cm $\varnothing$ 7-10 cm, amb càmbula rígida, variis diàmetres i llargàries	A28536480	VYGON,S.A.U.	G1146037 / G1146047 // G1146057	Vygon	Kit introductor de microcàter	762	50,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita netejament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció bàsica, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.	Desestimada. El material no compleix tècnicament amb la puntuació mínima dels criteris amb judici de valor. Han de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva	7	7	No aplica	14	NO								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica $\varnothing$ 5cm $\varnothing$ 7-10 cm, amb càmbula rígida, variis diàmetres i llargàries	A58710740	PALEX MEDICAL S.A.	603812 / 603830 / 603811 / 603829	MEDICAL COMPONENTS INC.	MICRO-STICK STIFF 4F NITINO TIP ECO / MICRO-STICK STIFF 5F NITINO TIP ECO / MICRO-STICK STIFF 4F NITINO TIP NO ECO / MICRO-STICK 5T	762	50,000000	El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		15	7	No aplica	22	SI								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica $\varnothing$ 5cm $\varnothing$ 7-10 cm, amb càmbula rígida, variis diàmetres i llargàries	B08525073	COOK ESPAÑA SL	MPIS-MEDIDAS	Microspuncture™ Transcatheter™	Cook	762	50,000000	El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		15	7	No aplica	22	SI								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica $\varnothing$ 5cm $\varnothing$ 7-10 cm, amb càmbula rígida, variis diàmetres i llargàries	B80601982	CARDIVA 2 SL	"KIT-039-03 KIT-039-04"	GALT	KIT MICROPUNCIÓ FLUENT	762	50,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita netejament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció bàsica, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.	Desestimada. El material no compleix tècnicament amb la puntuació mínima dels criteris amb judici de valor. Han de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva	7	7	No aplica	14	NO								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica $\varnothing$ 5cm $\varnothing$ 7-10 cm, amb càmbula rígida, variis diàmetres i llargàries	B87375253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"S-MAK401 S-MAK403N S-MAK405 S-MAK5"	Merit Medical	Merit S-MAK	762	50,000000		Desestimada. L'oferta no presenta equip introductor de micropunció amb agulla ecogènica i es demana a la descripció del material	0	0	No aplica	0	NO								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica $\varnothing$ 5cm $\varnothing$ 7-10 cm, amb càmbula rígida, variis diàmetres i llargàries	B92947522	LOGISA ENDOMEDICAL, SLU	K63/X1040NP7E/5D	KIMAL	ANGIOGATE	762	50,000000		Desestimada. Es demana mostra de la referència K63/X1040NP7E/5D i ho envien la mostra sol·licitada	0	0	No aplica	0	NO								



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 12 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 18 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM				Lot 04 - Equip introductor arterial accés radial hidrofílic NEURORADIOLOGIA								10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACGDAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa				
4	230	999302982	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobrint hidrofílic, de pared prima, per guia 0,018"/0,021" i 0,025", vari diàmetres i longitud >=10cm <=16cm	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	RM**XSXX1XPQ	TERUMO	GLIDESHEATH SLENDER	1095	31,800000		10	10	10	10	40	SI				
4	230	999302982	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobrint hidrofílic, de pared prima, per guia 0,018"/0,021" i 0,025", vari diàmetres i longitud >=10cm <=16cm	B92183524	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	INTXPRKH	BALTON LTD	INTRODUCTOR RADIAL	1095	31,800000	Desestimada. Es demana mostra de la referència INTXPRKH. No presenten cap mostra. Mostra no rebuda	0	0	0	0	0	NO				



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 13 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 19 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM										Lot 05 - Equip o introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA						
										15 (SUBJECTIU)		15 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		40
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACCIDAMENT	MARCA RADIOPAÇA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia </=0,018", variis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm	B02702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	RAIN	159	34,000000	Desestimada. L'oferta presenta un introductor arterial per guia de 0,035" i a la descripció del material es demana guia de 0,018"	0	0	No aplica	0	NO
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia </=0,018", variis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	RCFN-MEDIDAS-RAX	Micro-puncture™ Transintense™ Micro-puncture™	Cook	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia </=0,018", variis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	R5*RXDAXXPQ	TERUMO	INTRODUCTOR RADIFOCUS	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia </=0,018", variis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"PSS-5F-4-018MT PSS-5F-6-018MT PSS-	Merit Medical	Prelude PSS	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia </=0,018", variis diàmetres i longitud estàndard >/=4cm </=10cm	B97592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.10.10006	SCW MEDICATH	42.10.10006	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI
5	190	999302976	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic amb vàlvula sílica tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm, variis diàmetres i longitud >/=10cm </=25cm	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	R5*CKXN10NR	TERUMO	INTRODUCTOR FEMORAL TERUMO	391	14,000000		15	15	No aplica	30	SI
5	190	999302976	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic amb vàlvula sílica tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm, variis diàmetres i longitud >/=10cm </=25cm	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"PSI-4F-11 PSI-5F-11 PSI-6F-11 PSI-	Merit Medical	Prelude PSI	391	14,000000	Desestimada. L'oferta presentada no especifica que l'equip introductor porti vàlvula sílica tall transversal i es demana a la descripció del material	0	0	No aplica	0	NO
5	190	999302976	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic amb vàlvula sílica tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm, variis diàmetres i longitud >/=10cm </=25cm	B97592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.09.10002	SCW MEDICATH	42.09.10002	391	14,000000		15	15	No aplica	30	SI



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barraquán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 14 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 20 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM

Lot 06 - Equip introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA

Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40	Passa / No passa
6	120	999302711	A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm </=45cm	A03142114	TELEFLEX MEDICAL S.A.	CL-07511 CL-07524 CL-07611 CL-0762	TELEFLEX	TELEFLEX	520	12,000000		10	10	10	10	40	SI



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 15 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 21 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM				Lot 07 - Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA							15 (SUBJECTIU)		15 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACCIDENT	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTAJÓ	Passeja / No passa		
7	150	999302970	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílics per guia >/=0,035", diàmetres >/- 10F i longitud >10cm <45cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	RCF-MEDIDAS-3B-J	Check-Flo® Performer®	Cook	322	80,000000		15	15	10	40	SI		
7	150	999302970	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílics per guia >/=0,035", diàmetres >/- 10F i longitud >10cm <45cm	B92183524	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	INTXF	BALTON LTD	INTRODUCER	322	80,000000	Desestimada. Es demana mostra de la referència INTXF i no enviar la mostra sol·licitada	0	0	0	0	NO		



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 16 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 22 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM										Lot 08 – Introducitor arterial accés femoral hidrofilic ANGIOLOGIA I NEURORADIOLOGIA										10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	RESISTÈNCIA PLEGATUR	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa													
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >45cm <70cm	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SENSHX064W	Medtronic	Sentraint	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >45cm <70cm	A28985034	BIOTRONIK SPAIN SA	"3000XX / 4000XX (VER ANEXO D2)"	BIOTRONIK	FORTRESS	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >45cm <70cm	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEK D2, L12TRESUM	Boston Scientific	Introduccitor Catapult™ 60 cm	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >45cm <70cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	KCFW-MEDIDAS-HFANLX-HC	Flexor™ Check Flo™	Cook	388	150,000000		10	10	10	5	5	40	SI													
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >45cm <70cm	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	"1600400075 1600400076 1600400103 I	BARTY	HEETY	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >=80cm	A28985034	BIOTRONIK SPAIN SA	"4000XX (VER ANEXO D2)"	BIOTRONIK	FORTRESS	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >=80cm	AS0140706	BECTON DICKINSON SA	VARIAS	BD	Halo One	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >=80cm	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEK D2, L12TRESUM	Boston Scientific	Introduccitor Catapult™ 90 cm	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >=80cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	KSAW-MEDIDAS-SHTL/SHTL-FLEX-HC	Flexor™ Shuttle™ - SL / Flexor™ Shuttle Select™	Cook	39	195,000000		10	10	10	5	5	40	SI													
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i >=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varià diàmetres i longitud >=80cm	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	"1600400145 1600400146 1600400147 I	BARTY	HEETY	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	0	NO												



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 17 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 23 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM											Lot 09 - Introduidor arterial accés femoral no hidrofilic ANGIOLOGIA I NEURORADIOLOGIA																	
Lín	U/V	Púb	Material	Desc. Material	Licidador	Num	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Unitari	Consideracions tècniques	Mètode de determinació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACCIDAMENT	RESISTÈNCIA PUNCIATURA	MARCA RADIOGRÀFICA	TOTAL PUNTUACIÓ	Puntuació	Puntuació								
1	1	100	999302973	A - Introduidor arterial femoral multiat/colat sense recobriments hidrofilic per guia x=0,035", diàmetres x=0,08 i longitud x=70cm x=90cm	A2885034	BIOTRONIK SPAIN SA	"XXXXXX (VER ANEXO 02)"	BIOTRONIK	FORTRESS	126	120,000000	La transició entre la banya i el dilatador facilita mitjançant la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. La resistència a la punciatura és moderada. El dispositiu pot entrar en contacte amb sistemes vasculars, tot i que amb certa eficàcia, però ocasionalment pot mostrar deformacions lleus que podrien complicar el maneig o la col·locació per part del professional.		5	10	5	10	30	30	SI								
2	1	100	999302973	A - Introduidor arterial femoral multiat/colat sense recobriments hidrofilic per guia x=0,035", diàmetres x=0,08 i longitud x=70cm x=90cm	B08125073	COOK ESPAÑA SL	KCFW-MEDIDAS-88	Flexor® Check-Flo®	Cook	126	120,000000			10	10	10	10	40	40	SI								
3	1	100	999302973	A - Introduidor arterial femoral multiat/colat sense recobriments hidrofilic per guia x=0,035", diàmetres x=0,08 i longitud x=70cm x=90cm	B88601982	CARDIVA 2 SL	"FG-08090 FG-08090-F"	CONTRACT MEDICAL	DURASHEATH	126	120,000000	La transició entre la banya i el dilatador no facilita adequadament la introducció ni el desplaçament intraarterial, generant resistències o dificultats significatives que requereixen més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als accidents i a la punciatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i còrrecs moderats, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. La resistència a la punciatura és moderada. El dispositiu pot entrar en contacte amb sistemes vasculars tot i que amb certa eficàcia, però pot mostrar deformacions lleus que podrien complicar el maneig o la col·locació. Malgrat aquestes limitacions, encara permet complir el procediment amb un esforç addicional. La marca radiopaca (RR) es visualitza mitjançant, però pot presentar certa dificultat en procediments que requereixen més profunditat.	Desorientada. El material no compleix tècnicament amb la puntuació mínima del criteri amb judici de valor. Han de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva.	0	5	5	5	15	NO									
4	1	100	999302973	A - Introduidor arterial femoral multiat/colat sense recobriments hidrofilic per guia x=0,035", diàmetres x=0,08 i longitud x=70cm x=90cm	B02185524	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANTAMARIN	INTRODUCT	BALTON LTD	BRANDED INTRODUCER	126	120,000000			0	0	0	0	0	0	NO								



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 18 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 24 de 34

Cs/CC00/1101422742/25/AM
Lot 10 – Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA I NEURORADIOLOGIA

Lot	R/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40	Passa / No passa
													FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACCIONAMENT	RESISTÈNCIA PUNXATUR	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	
10	B	200	999302979	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/collat sense recobriments hidrofílics amb vàlvula de silicona tall transversal, amb amb mini guia recta i en "J", 0,038"/0,97mm, variis diàmetres i 10cm longitud	BB3524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VER ANEXO REFERENCIAS	TERUMO	INTRODUCTOR TERUMO	134	14,500000		10	10	10	10	40	SI
10	B	200	999302979	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/collat sense recobriments hidrofílics amb vàlvula de silicona tall transversal, amb amb mini guia recta i en "J", 0,038"/0,97mm, variis diàmetres i 10cm longitud	BB7175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"PSI-5P-11-038 PSI-6P-11-038 PSI-7P"	Merit Medical	Prelude PSI	134	14,500000	Desestimada. L'oferta no presenta l'equip introductor amb vàlvula de silicona tall transversal i es demana a la descripció del material.	0	0	0	0	0	NO



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 19 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 25 de 34

C5/CC00/1101422742/25/AM											Lot 11 - Introductors d'endopròtesi					ES (SUBJECTU)		ES (SUBJECTU)	ES (SUBJECTU)	40	
Lot	B/V	Pox	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACCORDAMENT	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa			
11	B	110	999302396	A - Introducció arterial amb recobriments hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 23cm i 25cm	A28380484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	SEN5H2K2BW	Medtronic	Sentrant	45	350,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplegament intracavertial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als accionaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		7	7	10	24	SI			
11	B	110	999302396	A - Introducció arterial amb recobriments hidrofilic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 23cm i 25cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	XVCFW-MEDIDAS	Check-Flo®	Cook	45	350,000000			15	15	10	40	SI			



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 20 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 26 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM Lot 12 – Vàlvules hemostàtiques												20 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40		
Lot	S/V	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	CAPACITAT SEGELLANT	INCORPORAR PASSAGUIE	INCORPORAR TORQUE	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	A79658845	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	1003330	ABBOTT	KIT DE GUIA con COPILOT	15386	35,000000	La vàlvula mostra una mínima pèrdua o fuga. Tot i que aquesta petita pèrdua no afecta al procediment, pot generar una lleu disminució de la fiabilitat i seguretat durant la intervenció.		20	10	10	40	SI
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAP802	Merit Medical	PHD	15386	35,000000			10	10	10	30	SI
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	616111	SHUNMEI MEDICAL CO, LTD	SHUN ARMORIII	15386	35,000000		Desestimada. L'oferta no presenta una vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic que es demana a la descripció. Presenta una vàlvula amb clau de pas de tres vies.	0	0	0	0	NO
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	B97592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.03.10001	SCW MEDICATH	42.03.10001	15386	35,000000	La vàlvula mostra una mínima pèrdua o fuga. Tot i que aquesta petita pèrdua no afecta al procediment, pot generar una lleu disminució de la fiabilitat i seguretat durant la intervenció.		10	10	10	30	SI
12	B	210	999302980	A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7F, varies mides	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	RF*VA713M	TERUMO	VALVULA HEMOSTATICA TERUMO	210	7,870000			20	10	10	40	SI
12	B	210	999302980	A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7F, varies mides	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	616101	SHUNMEI MEDICAL CO, LTD	SHUN ARMOR I	210	7,870000		Desestimada. L'oferta no presenta Vàlvula hemostàtica de tall transversal i es demana a la descripció del material.	0	0	0	0	NO
12	B	210	999302980	A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7F, varies mides	B97592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.03.10002	SCW MEDICATH	42.03.10002	210	7,870000		Desestimada. L'oferta no presenta Vàlvula hemostàtica de tall transversal i es demana a la descripció del material.	0	0	0	0	NO



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 21 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 27 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM												Lot 13 - Equip dilatador endovascular												10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		40	
Lot	S/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACOJAMENT	MARCA RADIOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Pesa / No pesa														
13	B	40	999301356	A - Equip dilatadors endovasculars, variis diàmetres i llargàries	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	21030	Medtronic	DPLUS™ KIT ACCESO VASCULAR	210	128,000000	La transició entre la baina i el dilatador facilita notjament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional.		5	10	10	10	35	SI														
13	B	40	999301356	A - Equip dilatadors endovasculars, variis diàmetres i llargàries	808525073	COOK ESPAÑA SL	JCD5-MEDIDAS-ED5-HC	Cook	Cook	210	128,000000			10	10	10	10	40	SI														



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 22 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 28 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM										Lot 14 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions									
Lot	Pen	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	10 (SUBJECTU) ALLARGADERA LATERAL	10 (SUBJECTU) CLAU INTERVENCIÓ/INSE	10 (SUBJECTU) BASE DEL MANÒMETRE	5 (SUBJECTU) BRAC DE PALANCA	5 (SUBJECTU) COMPONENTS	TOTAL PUNTAJÓ	Pesa / No pesa
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	A28165587	PRIM,S.A.	VER ANEXO	SUNNY MEDICAL	VER ANEXO	2133	24,000000			10	10	10	5	5	40	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	5028001	BRAUN	DISPOSITIVO INFLADO AIDS 20ML/30A TM	2133	24,000000	El braç de palanca no facilita adequadament l'inflat, no ofereix la màxima fiabilitat i seguretat durant el procediment.		10	10	10	0	5	35	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	A79658845	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	1000184	ABBOTT	Inflector 20/30	2133	24,000000	L'allegadera suporta una pressió i dificultat mitjana, merced un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanment un òptim purgat inicial.		5	5	5	0	5	20	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	AB0401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_1LISTRESUM	Boston Scientific	Dispositivo de Inflado Encore™ 26	2133	24,000000			10	10	10	5	5	40	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B01604867	BIOGEN DIAGNOSTICA SL	BR-BID-H30B + BR-IV04	BRUN	H30B	2133	24,000000			10	5	5	5	5	30	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B0843731	IZASA HOSPITAL, SLU	APT1930300 APT1930300 APT1930305 APT1930310	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	2133	24,000000	L'allegadera suporta una pressió i dificultat mitjana, merced un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanment un òptim purgat inicial.		5	5	5	5	5	25	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, SL	50185NA	PEROUSE MEDICAL	DOLPHIN	2133	24,000000	L'allegadera suporta una pressió i dificultat mitjana, merced un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanment un òptim purgat inicial. El braç de palanca no facilita adequadament l'inflat, no ofereix la màxima seguretat i fiabilitat durant el procediment.		5	5	5	0	5	20	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	IN4130	Merit Medical	SAHUCOMPAR	2133	24,000000			10	10	10	5	5	40	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B92847522	LOGGA ENDOMEDICAL, SLU	617103	SHUNMEI MEDICAL CO., LTD	SHUN FONTAIN I	2133	24,000000	L'allegadera suporta una pressió i dificultat mitjana, merced un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta el seu maneig i no facilita un òptim purgat inicial.		5	5	0	5	5	20	SI
14	30	999301206	A- Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B97592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	FGSH-AI25	KDL	AI25	2133	24,000000	L'allegadera suporta una pressió i dificultat mitjana, merced un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanment un òptim purgat inicial. El braç de palanca no facilita adequadament l'inflat, no ofereix la màxima seguretat i fiabilitat durant el procediment.		5	5	5	0	5	20	SI
14	80	999302366	A- Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A28165587	PRIM,S.A.	SM-ID-A2530HP2C-TB	SUNNY MEDICAL	MANOMETRO A C/ CONECTOR PUSH	73	58,400000			10	10	10	5	5	40	SI
14	80	999302366	A- Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B01604867	BIOGEN DIAGNOSTICA SL	G8I-B40V + HVC3000	GENOS + ARS MEDICAL	B40V	73	58,400000	La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i fa		10	5	5	5	5	30	SI

Página 1



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barraquán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Página 23 de 28



Doc.original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Página 29 de 34

CS/CC00/1101422742/25/AM											Lot 14 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions													10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	10 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	5 (SUBJECTU)	40	
Lot	Pen	Material	Desc. Material	Licitudor	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	ALLARGADERA LATERAL	CLAU INTERVENCIÓ/INJECC	BASE DEL MANÒMETRE	BRAC DE PALANCA	COMPONENTS	TOTAL PUNTAJOS	Pesa / No pesa											
14	80	999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	KDL	Veure referències doc "Resum"	73	58,400000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció/completa presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu manting i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		5	5	5	5	5	5	25	SI										
14	80	999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	IN8803	Merit Medical	BaexiTOUCH	73	58,400000			10	10	10	5	5	5	40	SI										
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A38165587	PRISM,S.A.	SM-ID-5304011 TB	SUNNY MEDICAL	MANOMETRO 5 30 ML 40 ATM.	40	30,500000			10	10	10	5	5	5	40	SI										
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A50140706	BECTON DICKINSON SA	ID4030	BD	Presto	40	30,500000			10	10	10	5	5	5	40	SI										
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_LISTRESUM	Boston Scientific	Dispositivo de Inflado Encore™ 40	40	30,500000	La base del manòmetre dificulta mínimament el seu manting i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		10	10	5	5	5	5	35	SI										
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	KDL	Veure referències doc "Resum"	40	30,500000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció/completa presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu manting i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		5	5	5	5	5	5	25	SI										



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 24 de 28



Doc. original signat per:
María José Siurana Izquierdo 15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero 15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 30 de 34

ANNEX 2

Deserts sense oferta

	Doc. original signat per: Laura Leiva Barragán 24/04/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5	Data creació còpia: 30/04/2025 10:11:44 Pàgina 25 de 28

	Doc. original signat per: Maria José Siurana Izquierdo 15/05/2025, Blanca Olmo Panadero 15/05/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM	Data creació còpia: 20/05/2025 11:13:28 Pàgina 31 de 34

ANNEX – 2

Expedient núm. CS/CC00/1101422742/25/AM

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

LOT	Codi article	Descripció
1	999301420	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriments hidrofílics per guia $\leq 0,018''$, varis diàmetres i longitud $> 10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$
1	999302954	A - Equip introductor de lliberació, mallat/coilat, punta recta, sense vàlvula hemostàtica, per guia $\geq 0,035''$, per a dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud $\geq 120\text{cm}$

Barcelona,



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 26 de 28



Doc. original signat per:
Maria José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 32 de 34

ANNEX 3

Full de signatures

	Doc. original signat per: Laura Leiva Barragán 24/04/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028	Data creació còpia: 30/04/2025 10:11:44
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5	Pàgina 27 de 28

	Doc. original signat per: Maria José Siurana Izquierdo 15/05/2025, Blanca Olmo Panadero 15/05/2025	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028	Data creació còpia: 20/05/2025 11:13:28
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ  09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM	Pàgina 33 de 34



FULL D'ASSISTÈNCIA


Comissió tècnica per a l'avaluació d'ofertes Sobre 2Bis de l'expedient d'Introductors de catèters
CS/CC00/1101427242/25/AM

Dades de la convocatòria

Sessió núm.	1
Data	24/3/2025
Horari	09:30 a 14:30 H
Lloc	Centre Corporatiu de l'ICS, Gerència de Compres - Sala Polivalent (2a Planta)
Fase	Valoració ofertes Sobre 2Bis - Hemodinàmica, Angiologia, Neuroradiologia

Recordau que totes les deliberacions i acords presos en aquesta comissió tècnica **són confidencials**

Tècnics assistents

Nom i cognoms		Signatura
DR NICOLAS ALLEGUE ALLEGUE	HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON	
DRA MERCEDES PEREZ LAFUENTE	HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON	
DRA MARIA ESTHER ALBA REY	HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE	
DR XAVIER CARRILLO SUAREZ	HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL	
DR. JAUME SAMPERE	HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL	
DR. JORGE GUARINOS OLTRA	HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII	
DR. MARTA DE DIOS LASCUEVAS	HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON	
DR. RAÚN GARCÍA DEL BLANCO	"	

1 / 3



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 28 de 28



Doc. original signat per:
Maria José Siurana Izquierdo
15/05/2025,
Blanca Olmo Panadero
15/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 20/05/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09TASLDN7TN0R9AXZ9WYMATCO5HQXVTM

Data creació còpia:
20/05/2025 11:13:28

Pàgina 34 de 34