



CHV 13/25 H - Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un Tenyidor automàtic i un Muntador de film pel Servei d'Anatomia Patològica del Consorci Hospitalari de Vic (CHV).

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT	Ponderació	Preu licitació	Palex Medical, SA
• Valoració de l'oferta econòmica: S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$ Pv: Puntuació de l'Oferta a Valorar P: Punts del criteri econòmic Om: Oferta Millor (més econòmica) Ov: Oferta a Valorar IL: Import de Licitació (sense IVA)	30	64.000,00	56.300,00
• Que la bateria (SAI) del Tenyidor automàtic estigui integrada (no externa) en el mateix i permeti continuar la tinció 40' o més en cas de tall de corrent Sí No	6 0		Sí 6
• En el tenyidor automàtic el programari de control permet emmagatzemar 50 programes en memòria o més Sí No	4 0		Sí 4
• En el tenyidor automàtic disposa de 5 estacions d'escalfament integrades o més Sí No	4 0		Sí 4
• En el tenyidor automàtic té il·luminació integrada de l'àrea de tinció Sí No	4 0		Sí 4
• En el tenyidor automàtic disposa de programari amb funció d'Auto-Retorn de qualsevol cistella prèviament posada. Sí No	4 0		Sí 4
• En el tenyidor les cubetes tenen una capacitat entre 300 i 350 ml Sí No	5 0		Sí 5

• En el tenyidor el programari incorpora una funció d'auto-assignació que permeti disposar els reactius en funció dels protocols introduïts	Sí		Sí
	No	4 0	4
• Tenyidor automàtic i Muntador de film són dues màquines independents	Sí		Sí
	No	5 0	5
• En el Muntador de film que la capacitat de producció de portaobjectes sigui igual o superior a 1100 por hora	Sí		Sí
	No	5 0	5
• En el Muntador de film que el conducte d'extracció de la ventilació de l'equip sigui per la part posterior del mateix	Sí		Sí
	No	5 0	5
• En el Muntador de film que les dimensions siguin inferiors o iguals a 75 d'ample per 40 de fons	Sí		Sí
	No	4 0	4
Subtotal		80	80
CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR		Ponderació	
Adequació a les necessitats del Servei		7,0	7,00
Ergonomia, Interfície d'usuari i facilitat d'ús		7,0	7,00
Pla de formació		3,0	3,00
Descripció del SAT		3,0	3,00
Subtotal		20	20,00
Total		100	100,00
Proposta d'adjudicatari: PALEX MEDICAL, SA			

La Secretària de la Mesa

El President de la Mesa

Sra. Marta Lloberas Noblom

Sr. Jaume Castellano Plujà
Vic, 26 de juny de 2025