

ACTA de la Mesa per a la revisió de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per l'empresa proposada com adjudicatària

Núm. d'expedient: CS/AH02/1101433700/25/PS

Objecte: Subministrament de substitut dèrmic sintètic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Membres de la Mesa:

Han estat nomenats membres de la mesa de contractació:

President/a: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1 Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)

2 Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester

3 Sr. Javier Jiménez Pérez (Tècnic de la Unitat de Compres de l'HUB)

4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

Ordre del dia

Revisió de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs per les empreses, proposades per ser les adjudicatàries de l'expedient de contractació CS/AH02/1101433700/25/PS relatiu a Subministrament de substitut dèrmic sintètic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge

Desenvolupament de la sessió

A les 10:00 hores del dia 30 de juny de 2025 es constitueix vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió privada de classificació de les ofertes i proposta d'adjudicació, del passat 19 de juny de 2025 i té per objecte comprovar que l'empresa BIOCABLAN S.L amb CIF B62756945 hagin presentat el justificant de la documentació acreditativa.

En aquesta sessió es recull l'informe efectuat pel Servei corresponent, que s'adjunta com Annex I, on es realitza una correcció d'un error detectat en el quadre de l'informe efectuat en data 18 de juny de 2025 on no es desglossava la puntuació de manera correcta. Aquest informe no altera ni canvia el resultat de la puntuació final i per tant es continua endavant amb la licitació.

Una vegada fet l'anàlisi de la documentació aportada, la Mesa de contractacions,

MANIFESTA

Que la documentació presentada per l'empresa BIOCABLAN S.L. amb CIF B62756945 s'ajusta a dret per a ser l'adjudicatària de la contractació.

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària i amb el vist-i-plau de la presidenta, sent les *10:28 hores*

El secretari

Vist-i-plau

La presidenta

INFORME DE CORRECCIO DE L'INFORME DE VALORACIÓ DE L'OFERTA DEL LICITADOR

Contracte de subministres

Expedient núm: CS/AH02/1101433700/25/PS per a la contractació del Subministrament de substitut dèrmic sintètic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

A l'informe de data 18 de juny de 2025 es adjuntar el següent quadre de valoració d'oferta

Subministrament de substitut dèrmic sintètic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.		
CIF	Empresa	Puntuacio
B62756945	BIOCABLAN S.L	100,00

No obstant, el quadre de valoració correcta seria el següent d'acord amb la valoració automàtica que s'adjunta com Annex I

Subministrament de substitut dèrmic sintètic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.				
CIF	Empresa	Oferta tècnica	Oferta economica	Puntuacio total
B62756945	BIOCABLAN S.L	25,00	75,00	100,00

L'error detectat no suposa cap alteració ni modificació de la puntuació total

Als efectes oportuns

**Jose Antonio
Palacin Porte**

Firmado digitalmente por
Jose Antonio Palacin Porte
Fecha: 2025.06.26 08:21:03
+02'00'

Dr Jose Antonio Palacin Porte
Servicio de Cirugia Plástica i Reparadora
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX I

Subministrament de substitut dèrmic sintètic per a l'Hospital Universitari de Bellvitge.		BIOCABLAN S.L. B62756945		
criteris tècnics objectius				
Descripció criteri	Puntuació màxima	CONTESTAR:	Resposta empresa:	Puntuació
2.1 Termini de lliurament de les reposicions igual o inferior a 48 hores. El motiu és agilitzar les entregues del producte i poder cobrir l'activitat assistencial. Caldrà que l'empresa licitadora adjunti un compromís sobre aquest extrem (fins a 5 punts): -Si, 5 punts -No, 0 punts	5	si/no	Si	5
2.2 Producte esterilitzat mitjançant la tècnica d'irradiació, ja que és una tècnica amb una major eficàcia que altres tipus d'irradiacions. Caldrà que l'empresa licitadora adjunti un compromís sobre aquest extrem (fins a 5 punts): -Si, 5 punts -No, 0 punts	5	si/no	Si	5
2.3 Sistema compost per una membrana de segellat amb adhesiu per tancar la ferida i evitar la pèrdua d'humitat. Caldrà que l'empresa licitadora adjunti fitxa tècnica (fins a 5 punts): -Si, 5 punts -No, 0 punts	5	si/no	Si	5
2.4 Sistema d'embolcall amb diferents nivells de protecció amb l'objectiu de garantir la integritat del producte. Caldrà que l'empresa licitadora adjunti un compromís sobre aquest extrem i/o fitxes tècniques. (fins a 5 punts): • Un embolcall - 0 punts • Dos embolcalls - 2,5 punts • Tres embolcalls - 5 punts	5	Unitats d'embolcall	Si	5
2.5 Gruix de la matriu per garantir l'estabilitat i estructura del substitut dèrmic una vegada aplicat amb l'objectiu de garantir una correcta regeneració de la pell. Caldrà que l'empresa licitadora adjunti fitxa tècnica: • Igual a 1mm - 0 punts • Entre 1,1 i 1,5 mm - 2,5 punts • Entre 1,6 i 2 mm - 5 punts	5	Gruix de la matriu	Si	5