

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MONITORS MULTIPARAMETRICS I EL SEU FUNGIBLE PER A
TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT DE MONITORS
MULTIPARAMETRICS I EL SEU FUNGIBLE PER
A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL
Expedient CSI2025037**

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MONITORS MULTIPARAMÈTRICS I EL SEU FUNGIBLE PER A
TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE	3
REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT	5
DEMOSTRACIONS.....	5
GARANTIA	6
NORMATIVA.....	6
TERMINI DE LLIURAMENT	6
REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP	6
FORMACIÓ	7
EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ	7
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT	8

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MONITORS MULTIPARAMÈTRICS I EL SEU FUNGIBLE PER A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament de monitors multiparamètrics i el seu fungible per al Consorci Sanitari Integral

		2025	2026	2027
LOT 1	Aparell multiparamètric PANI, FC, SAO2 i T ^a amb integració als SSII dels centres	25	25	25
	Protector per la sonda de temperatura	800.000	800.000	800.000
LOT 2	Aparell multiparamètric PANI, FC, SAO2, T ^a	7	0	0
	Protector per la sonda de temperatura	3.000	3.000	3.000

Donat que durant la duració del contracte de tres anys pot sorgir la necessitat d'adquirir algun material com els Manegots de diferents mides reutilitzables i d'un sol ús i sensors de saturació d'oxigen. Concretament:

Descripció	Preu unitari
Manegot reutilitzable 7-13 cm	15,00 €
Manegot reutilitzable 10-19 cm	15,00 €
Manegot reutilitzable 18-26 cm	16,00 €
Manegot reutilitzable 25-35 cm	16,00 €
Manegot reutilitzable 33-47 cm	18,00 €
Manegot d'un sol ús, inf, 12-19 cm	6,50 €
Manegot d'un sol ús, nen, 18-26 cm	6,50 €
Manegot d'un sol ús, adult, 25-35 cm	7,60 €
Manegot d'un sol ús, adult L, 37-47 cm	7,60 €
Manegot d'un sol ús, obès, 46-66 cm	7,60 €
Sensor SpO2	63,00 €

En aquest sentit, es crea una bossa variable i no vinculant que s'haurà de preveure al pressupost ofertat de manera obligatòria. Aquesta bossa es destinarà exclusivament a cobrir la compra de materials que resultin irreparables i per tant no puguin ser reparats.

Aquesta bossa busca garantir que davant d'una necessitat de substitució d'algun material que per les seves característiques o per l'ús intensiu del mateix quedi

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MONITORS MULTIPARAMÈTRICS I EL SEU FUNGIBLE PER A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

inutilitzat, es tingui el mecanisme per dur a terme aquestes adquisicions sense necessitat de recórrer a nous procediments de contractació.

Aquesta bossa variable no és vinculant, en el sentit que no s'obligarà a un ús mínim o màxim, sinó que s'anirà activant a mesura que es generin les necessitats concretes durant el període de vigència del contracte.

A més, s'estipula que el preu de cada material o recanvi es mantindrà constant durant els tres anys de durada del contracte, garantint així la previsibilitat i estabilitat en la despesa, tot i les possibles fluctuacions en els mercats.

El consum d'aquesta bossa serà flexible i s'ajustarà estrictament a les necessitats del servei en cada moment, de manera que només s'utilitzaran els fons disponibles quan es produeixin situacions d'irreparabilitat, evitant el malbaratament de recursos.

D'aquesta manera, el sistema permet una gestió econòmica més eficient i adaptada a les realitats operatives del contracte, minimitzant els riscos associats a possibles innecessàries i no planificades despeses addicionals per a materials no reparables.

Aquesta bossa variable, es diferencia en cada un dels lots, sent així:

	LOT 1	LOT 2
Bossa variable	10.000,00 €	2.000,00 €

Els licitadors hauran d'assenyalar obligatòriament el preu unitari de cada material al lot corresponent de l'Annex 3 de criteris objectius.

Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del Consorci Sanitari Integral. Aquestes possibles sol·licituds s'inclouen dins del marc d'aquest contracte i, per tant, seran d'obligat compliment per a l'adjudicatari.

REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT

Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a l'**Annex tècnic** i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors ompliran l'Annex tècnic i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una **memòria tècnica** únicament en català o castellà.

Els licitadors confeccionaran una memòria tècnica on concretaran cadascun dels punts exposats a continuació:

- Fitxa descriptiva de les característiques tècniques
 - Fitxa dades de seguretat, si s'escau
 - Foto/Dibuix del producte.
 - Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge.
 - Documentació acreditativa referent al reglament (UE) 2017/745, al reglament (UE) 2023/607 del 15 de març de 2023 i al reglament del reial decret 192/2023 del 21 de març de 2023 sobre productes sanitaris:
- ✓ En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDR, s'haurà d'adjuntar el Certificat UE de l'Organisme Notificat referent al MDR.
- ✓ En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDD (Marcat CE), s'haurà d'adjuntar l'extensió de certificat CE i l'acord amb l'Organisme Notificat (obligatori en ofertes presentades a partir del 26/09/2024)
- Definir pla d'implantació d'integració i suport tècnic posterior. Personalització de visualització de dades en cadascun dels monitors

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

De la mateixa manera s'hauran d'acreditar documentalment a la **memòria tècnica** els aspectes tècnics específics a valorar de l'**Annex de criteris objectius**

DEMOSTRACIONS

El departament de logística es reserva el dret opcional de sol·licitar les demostracions que consideri oportunes amb la finalitat de comprovar in situ el compliment dels requeriments tècnics exigits al plec així com altres criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluable.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MONITORS MULTIPARAMÈTRICS I EL SEU FUNGIBLE PER A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Els equips sol·licitats hauran d'anar identificats exteriorment com a EQUIPS EN DEMOSTRACIÓ + número d'expedient Així mateix els equips hauran d'anar acompanyats de dos albarans de lliurament.

A tals efectes les empreses que hagin presentat proposta en aquesta licitació hauran de tenir preparat l'equipament ofert amb la configuració ofertada per a realitzar les demostracions al centre (Hospital) en el **termini màxim de 10 dies naturals** des que el departament de logística ho sol·liciti. El no compliment d'aquest requisit el qual determinaria la impossibilitat l'avaluació degudament comportarà l'exclusió de l'empresa de la licitació.

Lloc de presentació: El departament de logística especificarà el lloc, data i persona de contacte en el moment de fer la sol·licitud.

La empresa licitadora es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions

GARANTIA

El període de garantia obligatori serà de 2 anys.

NORMATIVA

Els licitadors hauran d'estar al corrent de l'acompliment de la normativa vigent a la que estigui subjecte l'equipament ofert.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament de l'equip adjudicat serà de 10 setmanes com a màxim.

REQUISITS AL LLIURAMENT DE L'EQUIP

- 2 Manuals d'usuari en català i/o castellà.
- 1 Manual tècnic en català i/o castellà amb protocols detallats de manteniment preventiu.
- Fotocòpia del Certificat del marcatge CE vigent dels equips.
- Lliurament de les llicències dels softwares instal·lats als equips.
- Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons CEI 601.

FORMACIÓ

El proveïdor adjudicatari haurà de proporcionar la següent formació

- **Formació del personal assistencial** designat pel centre en l'ús de l'equip
- **Formació del personal d'electromedicina.** L'adjudicatari autoritzarà al personal de electromedicina que el CSI determini i els formarà per tal que puguin efectuar la primera intervenció per determinar si una possible avaria és realment de l'equip o de la instal·lació de subministraments elèctric o de xarxa informàtica. El CSI es compromet a efectuar-la amb els seus propis medis materials.
Al final de la formació l'adjudicatari proporcionarà al CSI els corresponents certificats de la formació rebuda a cada persona amb l'autorització explícita del fabricant per poder realitzar les diferents tasques en els equips.

EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ

- El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- La posada en funcionament de l'equip es realitzarà en l'emplaçament habitual de treball.
- Quan l'equip ho requereixi, els treballs d'adequació al local, així com les connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua, desguassos, gasos, etc.), aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MONITORS MULTIPARAMÈTRICS I EL SEU FUNGIBLE PER A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

de ple funcionament. L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec del la gestió de la retirada dels embalatges

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

Un cop efectuada l'adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els següents requeriments:

Els proveïdor adjudicatari garantirà l'equipament ofert contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) durant un període de garantia de **2 anys**.

Així mateix garantirà la reposició de recanvis durant un període mínim de cinc anys (a càrrec de la institució compradora), així com les corresponents actualitzacions de software. Durant el període de garantia, qualsevol millora o actualització del software serà sense càrrec.

Respecte al període de garantia les ofertes tècniques han de detallar específicament a l'annex de manteniment:

- Localització i estructura del Servei Tècnic més proper (si no existeix a Catalunya) i descripció del mateix.
- Temps de resposta servei tècnic amb presència física d'un tècnic igual o inferior a 8 hores
- Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
- Préstec d'un altre equip en cas d'avaría no reparada satisfactòriament superior a 72 hores
- Especificar recanvis bàsics i fungibles amb preus del més habituals
- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complert i de material fungible
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir