

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Acord marc per a la realització d'exploracions de radiologia als usuaris derivats pels diversos centres de l'ICS i centres adherits.

CSE/CC00/1101409315/25/AMUP

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

ÍNDEX

1	OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ I ÀMBIT DE COBERTURA	3
2.	CONDICIONS TÈCNIQUES: REQUERIMENTS ALS LICITADORS.....	4
2.1	REQUERIMENTS GENERALS DE CENTRE	4
2.1.1	Normativa específica d'aplicació	4
2.2	REQUERIMENTS GENERALS DEL SERVEI OFERTAT	5
2.2.1	Sistemes de comunicació de dades	5
2.2.2	Sol·licituds de derivació	6
2.2.3	Citació dels pacients i/o anul·lació de la derivació	6
2.2.4	Realització de la prova o exploració	6
2.2.5	Emissió dels resultats	7
2.2.6	Facturació	Error! No s'ha definit el marcador.
2.2.7	Confidencialitat.....	8
2.2.8	Lloc de prestació del servei.....	8
2.2.9	Lliurament d'informació a l'ICS o el centres adherits	9
2.2.10	Interlocució amb l'ICS o el centres adherits	9
2.3	ASPECTES ESPECÍFICS PER TIPUS DE PROVA	9
LOT 1	GRUP PATOLOGIA DE MAMA	10
LOT 2	RADIOLOGIA SIMPLE	12
LOT 3	RADIOLOGIA AMB CONTRAST	16
LOT 4	RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS CONVENCIONALS	17
3	DOCUMENTACIÓ QUE HA D'APORTAR EL LICITADOR.....	Error! No s'ha definit el marcador.
3.1	INTERLOCUTOR AMB L'ICS O EL CENTRE ADHERIT QUE CORRESPONGUI .	Error! No s'ha definit el marcador.
3.2	FITXES D'AVALUACIÓ PROVEÏDOR	Error! No s'ha definit el marcador.
4	ANNEXOS.....	22
4.1	GUIA D'IMPLEMENTACIÓ SCDPI V2.0	23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

1 OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ I ÀMBIT DE COBERTURA

L'objecte de la contractació és la gestió del servei per a la realització de proves i exploracions complementàries de suport diagnòstic als usuaris adreçats per centres o serveis de l'Institut Català de la Salut.

Les quantitats són estimatives, s'han calculat en funció de l'activitat ANUAL, això no pressuposa que es demanin totes les proves, ni exactament en la quantitat indicada. S'han de preveure canvis en la mesura que es vagin internalitzant proves en els propis centres i serveis de l'ICS o centre adherit, o hi hagin noves necessitats.

En l'annex 2 del plec de clàusules administratives particulars s'acompanya el pla de necessitats per a l'execució del contracte anual, d'acord amb l'estimació dels diferents centres peticionaris i amb la disponibilitat pressupostària inicial. A l'esmentat pla de necessitats figura la relació codificada de tipus de proves objecte del contracte, amb la seva denominació genèrica i el preu unitari de sortida. També es facilita en aquest plec la relació, amb el seu codi, de les proves específiques incloses en cada tipus de prova, estant obligat l'adjudicatari d'un tipus de prova a realitzar qualsevol de les proves específiques incloses en aquella. Tant per a la sol·licitud de la prova com per a la seva facturació, s'utilitzarà el codi de prova específica.

Pel que fa als territoris estan classificats segons la estructura de l'Institut Català de la Salut en Serveis d'Atenció Primària (a partir d'ara SAP) i dels diferents Hospitals que el componen. Les necessitats dels centres peticionaris estan doncs agrupades per SAP.

Les proves objecte del concurs s'agrupen en 13 lots corresponents als diferents grup de proves i repartit en partides entre les diferents SAP. Per tant, els licitadors hauran d'especificar de forma clara i inequívoca a quin lot (proves identificades pel Codi i territori concret) fan la/les oferta/es, ja que la unitat d'adjudicació és codi de prova - Territori (SAP o Hospital).

Els licitadors poden concursar a tots els lots o només a determinats territoris. En els casos en que el licitador presenti ofertes per a diferents territoris de la mateixa prova, el preu unitari haurà de ser sempre el mateix i, en qualsevol cas, igual o inferior al preu unitari de sortida del concurs.

L'avaluació tècnica que inclourà la avaluació de l'accessibilitat, equipaments, etc. d'aquells licitadors que disposin de més d'un centre s'efectuarà individualitzada per a cada centre.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

2. CONDICIONS TÈCNIQUES: REQUERIMENTS ALS LICITADORS

Aquests requeriments són els requisits tècnics bàsics que ha d'assolir un servei licitador per a resultar adjudicatari en el concurs al qual fa referència aquest plec de clàusules. Així, és necessari que en la documentació tècnica que aporti el licitador s'incorporin els documents acreditatius de l'assoliment d'aquests requeriments i possibles millores, la seva capacitat tecnològica i els aspectes qualitatius.

L'ICS i els centres adherits tenen la potestat d'establir els mecanismes d'inspecció i auditoria adients per a avaluar el compliment d'aquests requisits i, amb caràcter general, de la qualitat de les prestacions realitzades pels adjudicataris d'aquest concurs.

2.1 REQUERIMENTS GENERALS DE CENTRE

Els centres que es presentin a la licitació hauran d'estar degudament autoritzats d'acord amb l'article 5.1 lletra b) del Decret 169/1996 de 23 de maig, pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 2211, de 29.05.1996), i segons la legislació i normativa posteriors de centres, serveis o establiments sanitaris que els sigui aplicable.

Els licitadors hauran de presentar el corresponent document acreditatiu de l'acompliment de tots aquests punts (Estat Registrat com a centre al Departament de Salut, estàndards de qualitat aprovats, etc.) que els afectin en funció de les proves a realitzar.

2.1.1 Normativa específica d'aplicació

Normatives ISO de qualitat.

La oferta tècnica haurà d'incorporar la corresponent copia de les següents certificacions sobre la normativa ISO.

El licitador haurà de disposar de la corresponent certificació ISO 9001.

Normativa pel transport sanitari, en el trasllat de mostres, el proveïdor adjudicatari ha de complir les normatives i recomanacions existents sobre transport de mostres, proposades per la OMS pel transport de mostres per carretera i que estan recollides en el reglament de transport per carretera ADR (2003) i les modificacions introduïdes per l'ADR (2005) i altres preceptives que existeixin.

Els embalatges emprats també han d'acomplir la mateixa normativa.

El licitador haurà de disposar de la normativa ISO 9001 per el transport de mostres biològiques.

2.2 REQUERIMENTS GENERALS DEL SERVEI OFERTAT

2.2.1 Sistemes de comunicació de dades

El nou licitador que resulti adjudicatari es compromet a posar en marxa en un termini de 6 mesos un sistema d'intercanvi de dades amb l'ICS o centre adherit que li permeti capturar les dades dels pacients que calgui i retornar-les a l' ICS o al centre adherit posteriorment.

Aquest sistema permetrà millorar la qualitat d'informació que els proveïdors reben de cadascuna de les derivacions, amb la conseqüent reducció del nombre d'incidències produïdes en el lliurament de la facturació. També permet un millor seguiment de les incidències que habitualment es produeixen.

Des del punt de vista de l'ICS o centre adherit, aquest sistema ens permet obtenir informació sobre l'estat actual de la prova sol·licitada, llista d'espera, situació de la prova, etc.

Aquesta comunicació de les dades de productes intermedis a la que ens referim caldrà que es realitzi mitjançant la missatgeria estàndard definida pel TICSalut com a guia per a la Plataforma d'Integració i Coordinació de Nivells Assistencials – WIFIS. La comunicació via WIFIS serà en la versió vigent en el moment de la posada en funcionament de la present adjudicació.

Pel que fa als proveïdors que ja estan connectats actualment mitjançant el Sistema de Comunicació de dades de Productes Intermedis (SCDPI), podran continuar temporalment amb aquesta plataforma.

Mentre estiguin a aquesta plataforma de comunicació, sí que hauran d'adaptar-se a tota la operativa de comunicacions que els hi permet SCDPI (comunicació diària data programació, d'anul·lacions, etc.) si en aquest moment no l'estan utilitzant.

Així doncs, els mitjans de comunicació i transmissió de dades entre l'ICS o centre adherit i l'entitat adjudicatària seran sempre WIFIS o SCDPI.

L'ICS i els centres adherits els hi podran requerir l'adaptabilitat a la nova plataforma quan li sigui necessari i el proveïdor haurà de donar resposta com a màxim en tres mesos de la seva comunicació.

Disposem de les següents guies tècniques a la vostra disposició:

- La Guia Bàsica de la Plataforma d'Integració i Coordinació de Nivells assistencials- WIFIS, Versió 0.5.

Per obtenir la informació de com fer-ne l'adhesió a IS3, cal fer-ho pel canal email a Oficina eSalut

oficina.esalut@gencat.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

- Guia d'implementació SCDPI V2.0, es troba adjunta a l'annex 4.2.

2.2.2 Sol·licituds de derivació

Per a la realització de qualsevol prova o exploració objecte del contracte és imprescindible que el servei adjudicatari disposi de la corresponent sol·licitud en el format i suport que estableixi l'ICS o el centre adherit corresponent.

El marc d'interoperabilitat WIFIS defineix una comunicació continua punt a punt entre entitats. La recepció de les sol·licituds pel servei adjudicatari serà mitjançant aquesta comunicació en una de les dos plataformes definides en l'apartat 3.2.1. ajuntant-se, en tot cas, totes les dades bàsiques que conté el full de sol·licitud de derivació.

2.2.3 Citació dels pacients i/o anul·lació de la derivació

L'adjudicatari serà el responsable de la citació de l'usuari, però és voluntat de l'ICS o del centre adherit que la citació dels pacients es pugui realitzar, quan sigui possible, en origen i en el mateix moment de la sol·licitud de la derivació.

En tots els casos, l'adjudicatari citarà a l'usuari en un termini inferior a 7 dies després de la rebuda electrònica de la sol·licitud.

Si la citació fos fallida, el pacient no es presentés en la data fixada per a la realització de la prova, renunciés explícitament o es produís qualsevol altra incidència, l'adjudicatari procedirà a la anul·lació de la petició no efectuada al servei sol·licitant assenyalant el motiu del retorn de manera estructurada, mitjançant els canals electrònics habilitats per les anul·lacions (WIFIS i SCDPI).

Caldrà anar avançant en la implementació de la programació de totes les proves en origen.

2.2.4 Realització de la prova o exploració

Els serveis licitadors han de romandre en funcionament, com a mínim, tots els dies laborables de l'any en horari de matí i tarda.

Llevat d'aquells casos en els quals es sol·liciti la seva realització en una data posterior, la demora en la realització de la prova o exploració per part del servei adjudicatari en les peticions, no podrà ser superior als:

- 60 dies des de la recepció de la sol·licitud si la derivació té caràcter ordinari.
- 20 dies des de la recepció de la sol·licitud si la derivació té caràcter preferent.
- 7 dies si la derivació és de caràcter urgent.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

En qualsevol cas, l'adjudicatari es compromet a gestionar la llista d'espera minimitzant al màxim el temps de demora. Igualment, garantirà el funcionament adequat del sistema de citació i dels criteris emprats de prioritització per a la gestió eficient de la mateixa.

Mensualment cada proveïdor haurà de facilitar a cada territori del que resulti adjudicatari les llistes d'espera de les proves que te adjudicades.

Si la demora en la realització de la prova és superior a aquestes referències establertes durant un mes consecutiu i sense causa justificada, l'ICS o el centres adherits podran resoldre el contracte per aquesta prova sense necessitat d'intimació al proveïdor.

Mitjançant els canals electrònics de comunicació establerts, el proveïdor retornarà la informació sobre la data de realització efectiva de la prova.

Per tal d'atendre incidències que poguessin sorgir, el servei adjudicatari haurà de disposar d'un protocol d'actuació en cas d'emergències mèdiques. Igualment haurà de comptar amb l'equipament necessari per a la reanimació cardio-respiratòria en primera instància.

2.2.5 Emissió dels resultats

Els resultats hauran de contenir la documentació gràfica, en la qual hauran de figurar impreses les dades de identificació de l'usuari i un informe escrit.

El termini de lliurament de resultats no podrà superar els 3 dies laborables en el cas dels pacients ambulatoris i les 3 hores, si són casos urgents.

En els casos de resultats patològics, l'orientació diagnòstica dels quals sigui tributària de confirmació i/o actuació immediata (neoplàsies, SIDA, hepatitis, etc.) s'haurà de notificar de forma immediata (en forma d'avís) al centre o unitat de l'ICS o centre adherit que hagi sol·licitat la prova o en el seu defecte al servei d'atenció primària on pertanyi el centre de derivació.

Cada servei d'atenció primària concretarà amb el proveïdor el circuit d'aquestes notificacions.

Pel que fa als informes i a les imatges s'aplicarà el que defineixin els estàndards de missatgeria de TICSalut i el Departament de Salut.

En la mesura que es vagi estenent la publicació de la documentació clínica a la Història Clínica Compartida de Catalunya s'informaran per aquesta via tots els resultats: informes i imatges.

Si no es possible, els informes i les imatges de les proves s'enviaran electrònicament en els sistemes habilitats per l'ICS o centre adherit (WIFIS – SCDPI).

Al marge poden ésser lliurats físicament per personal de l'entitat adjudicatària, per servei de missatgeria al seu càrrec o al pacient en el centre adjudicatari, si es considera adient i sempre que això no suposi un doble desplaçament del pacient.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

L'adjudicatari s'obliga a la creació d'un fitxer històric amb les peticions i resultats sol·licitats per l'ICS o el centres adherits, garantint l'accés directe i reservat al mateix per part del contractant durant un període establert en l'article 12 apartat 4 i 6 de (5 anys/15 anys) la Llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i modificada per la Llei 16/2010 de 3 de juny.

Aquest fitxer el pot demanar l'ICS o els centres adherits en qualsevol moment per comprovacions de comunicació de dades, etc.

2.2.7 Confidencialitat

La informació, dades o especificacions facilitades per l'Institut Català de la Salut a l'adjudicatari o al personal al seu servei, així com als que hagin accedit en execució del contracte hauran de ser considerades com a confidencials. No poden ser objecte, total o parcial, de cessió a tercers.

L'adjudicatari i el personal al seu servei adquireixen l'obligació fidel de custodiar amb cura la informació, documentació o dades de les quals se li faci lliurament per a la realització de les prestacions objecte del servei i, amb això, el compromís que els mateixos no arribin a l'abast d'altres persones sota cap concepte.

En tot cas, l'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que l'incompliment de les obligacions enumerades en aquesta clàusula poguessin derivar-se per a l'Institut Català de la Salut o per a terceres persones.

Plenament coneixedores de les prescripcions legals en aquesta matèria, ambdues parts s'obliguen a l'estricta compliment de les obligacions normatives contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i demés legislació vigent que regula la protecció de dades. Es respectarà igualment la normativa sectorial sanitària consistent en la Llei 21/2000, de 29 de desembre modificada per la Llei 16/2010 del 3 de juny, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica; així com la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

2.2.8 Lloc de prestació del servei

La prestació del servei es desenvoluparà en les instal·lacions de l'adjudicatari, sent per compte seva la totalitat dels recursos necessaris, directes o indirectes que es precisin per a dur a terme la totalitat dels treballs. Si circumstàncies excepcionals motivessin que l'adjudicatari no pogués proporcionar el servei objecte del contracte, haurà de comunicar-ho a l'ICS o el centre adherit, d'acord amb les prescripcions establertes en el Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

D'altra banda, l'adjudicatari garantirà la seguretat i el màxim confort dels pacients durant la realització de la prova o exploració sol·licitada i, en general, durant el temps d'estada a les seves instal·lacions. També es garantirà l'adequació de l'accessibilitat a les instal·lacions a les persones amb mobilitat reduïda.

2.2.9 Lliurament d'informació a l'ICS o el centres adherits

El servei adjudicatari facilitarà a l'ICS o el centres adherits, en el format i periodicitat que l'ICS o el centres adherits determinin, la informació que es requereixi sobre l'activitat contractada en termes de: exploracions realitzades, llista d'espera, resultats dels programes d'avaluació externa als quals estigui sotmès el servei i altres dades que l'ICS o el centres adherits considerin d'interès per a l'avaluació i seguiment del contracte.

2.2.10 Interlocució amb l'ICS o el centres adherits

Per tal de facilitar les tasques de coordinació i resolució de possibles incidències que poguessin aparèixer, l'adjudicatari designarà un interlocutor amb l'ICS o el centres adherits, per a cada àmbit territorial.

Les dades de l'interlocutor designat per a cada centre s'han d'introduir a la fitxa que figura a l'annex a l'annex 16 "Model d'oferta tècnica" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

El centre adjudicatari informará mensualment de la llista d'espera per a cadascuna de les proves adjudicades als serveis territorials de gestió de pacients i atenció a la ciutadania de l'ICS o el centre adherit que correspongui.

L'ICS i els centres adherits es reserven la possibilitat de realitzar una auditoria anual, per realitzar la comprovació del compliment de les condicions exposades en aquest plec.

2.3 ASPECTES ESPECÍFICS PER TIPUS DE PROVA

Es considera fonamental l'especialització dels professionals responsables de la realització de cadascuna de les proves objecte del concurs.

Tots els equipaments i l'utillatge utilitzats per a la pràctica de les mateixes hauran de complir totes les normes que els siguin d'aplicació per la legislació i normativa vigent.

Detallem les proves específiques incloses en cada tipus de prova, en el cas que el codi de la prova inclogui varis codis de prova individuals, està obligat l'adjudicatari d'un tipus de prova a realitzar qualsevol de les proves específiques incloses en aquella.

Tant per a la sol·licitud de la prova com per a la seva facturació, s'utilitzarà el codi de prova específica.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

A continuació s'especifiquen condicions i/o requeriments bàsics en algunes de les proves objecte de concurs, atenent a les seves característiques, complexitat, risc per al pacient, etc.

Les dades tècniques s'han d'introduir a la fitxa que figura a l'annex 16 "Model d'oferta tècnica" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

LOT 1 GRUP PATOLOGIA DE MAMA

- Mamografia, ecografia mamària i intervencionisme de mama guiat per ecografia

Els licitadors que optin a mamografia d'un territori ha de fer-ho també a les ecografies mamaris del mateix territori i a les puncions mamàries; atès que s'efectuarà una única adjudicació conjunta de les mateixes per territori, en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles. Per tant, no es valoraran ofertes per a una d'aquestes proves en un territori si el licitador no efectua la corresponent oferta per a altres proves vinculades del mateix territori.

En cas de ser indicada una ecografia cal programar-la el més aviat possible, i si es detecta necessitat de punció també s'ha de realitzar al més aviat possible, a poder ser el mateix dia, en el propi centre, respectant sempre el circuit de diagnòstic ràpid de la Regió Sanitària corresponent.

Serà requeriment imprescindible que els metges radiòlegs dedicats a patologia mamària realitzin un mínim de 2000 informes de mamografia / any, seguint requisits d'estàndards de qualitat en aquest tipus de patologia.

- MM001 Mamografia

RA00008 Mamografia

RA00009 Mamografia de cribado/ screening

RA00010 Mamografia bilateral mama con protesis

RA01085 Mamografia unilateral 2 projeccions

RA00472 Mamografia proyecciones adicionales

La imatge obtinguda mitjançant equip digital directe de mamografia ha de tenir el requeriments següents:

Reproducció visualment nítida de la mama, pell i teixit subcutani.

El mugró ha d'estar paral·lel a la placa.

Es valorarà el focus igual o menor de 0,3 mm.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

La mamografia habitual sempre serà bilateral i amb dos projeccions i 2 imatges per cada mama: una frontal i una obliqua a 30° o 45°

Es considera que una exploració inclou tots els trets realitzats.

L'informe de la mamografia, en les conclusions, s'utilitzaran les categories de classificació de patologia mamària BI-RADS.

Els proveïdors adjudicataris s'hauran d'ajustar als criteris d'evidència científica actuals pel que fa a:

- Les recomanacions de posteriors seguiments mamogràfics.
- Les sol·licituds d'ecografia efectuades a partir de l'informe de la mamografia.

-MM004 Ecografia mamària

RA00417 Ecografia de mama

RA00449 Doppler de mama

El transductor de l'ecògraf ha d'ésser de 7,5 MHz, com a mínim

Les recomanacions de puncions posteriors s'han d'ajustar als criteris d'evidència científica actuals.

- RX321 Intervencionisme de mama guiat per ecografia- PAAF

La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics, microbiològics i bioquímics.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00856 PAAF de mama guiada per ecografia

Els laboratoris o serveis d'anatomia patològica on s'adreçaran -si escau- les mostres biòpsiques i estudis histològics han de disposar de l'acreditació dels estàndards de qualitat aprovats mitjançant l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de 15 d'abril de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), per la qual cosa hauran de complir tots els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen el procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031, de 29.03.95), així com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui. En cas que el laboratori no estigui en el territori Català haurà d'acreditar acomplir la normativa del territori on estigui ubicat.

En el cas que les mostres s'haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport ha de complir l'ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari (DOGC 2446 de 01/08/1997)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

- RX322 Intervencionisme de mama guiat per ecografia- BAG

La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics, microbiològics i bioquímics.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00828 BAG de mama per ecografia

Els laboratoris o serveis d'anatomia patològica on s'adreçaran -si escau- les mostres biòpsiques i estudis histològics han de disposar de l'acreditació dels estàndards de qualitat aprovats mitjançant l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de 15 d'abril de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), per la qual cosa hauran de complir tots els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen el procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031, de 29.03.95), així com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui.

En cas que el laboratori no estigui en el territori Català haurà d'acreditar acomplir la normativa del territori on estigui ubicat.

En el cas que les mostres s'haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport ha de complir l'ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari (DOGC 2446 de 01/08/1997)

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 2 RADIOLOGIA SIMPLE

Els licitadors que optin a radiologia simple d'una SAP han de fer-ho a totes les proves que surten a concurs del mateix territori (RX019- RX020). Per tant en el cas del SAP Urgell-Segarra/Noguera caldrà que els proveïdors presentin oferta a les dues proves.

S'efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP), en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles.

Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un SAP si el licitador no efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surten del mateix territori.

- RX019 Radiologia simple òssia,

RA00003 Parrilla costal 1-2 projeccions

RA00004 Parrilla costal >2 projeccions

RA00005 Esternon 1-2 projeccions

RA00006 Esternon >2 projeccions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

- RA00016 Mandibula 1-2 projeccions
- RA00017 Mandibula >2 projeccions
- RA00018 Mastoides 1-2 projeccions
- RA00019 Mastoides >2 projeccions
- RA00020 Senos paranasales 1-2 projeccions
- RA00021 Senos paranasales >2 projeccions
- RA00022 Huesos propios de la nariz 1-2 projeccions
- RA00023 Huesos propios de la nariz >2 projeccions
- RA00024 Cara 1-2 projeccions
- RA00025 Cara >2 projeccions
- RA00026 Orbita 1-2 projeccions
- RA00027 Orbita >2 projeccions
- RA00028 Hendidura esfenoidal 1-2 projeccions
- RA00029 Hendidura esfenoidal >2 projeccions
- RA00030 Craneo 1-2 projeccions
- RA00031 Craneo >2 projeccions
- RA00032 Articulacion temporomandibular 1-2 projeccions
- RA00033 Articulacion temporomandibular 2 projeccions
- RA00034 Silla turca 1-2 projeccions
- RA00035 Silla turca >2 projeccions
- RA00036 Cuello partes blandas/ cavum 1-2 projeccions
- RA00037 Cuello partes blandas/ cavum >2 projeccions
- RA00040 Dental individual (només dentistes del CAP)
- RA00041 Columna cervical 1-2 projeccions
- RA00042 Columna cervical >2 projeccions
- RA00043 Charnela dorso-lumbar 1-2 projeccions
- RA00044 Charnela dorso-lumbar >2 projeccions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

- RA00045 Columna dorsal 1-2 projeccions
- RA00046 Columna dorsal >2 projeccions
- RA00047 Columna lumbosacra 1-2 projeccions
- RA00048 Columna lumbosacra >2 projeccions
- RA00049 Sacrocoxis 1-2 projeccions
- RA00050 Sacrocoxis >2 projeccions
- RA00056 Clavicula 1-2 projeccions
- RA00057 Clavicula >2 projeccions
- RA00058 Articulacion esterno clavicular 1-2 projeccions
- RA00059 Articulacion esterno clavicular >2 projeccions
- RA00060 Escapula 1-2 projeccions
- RA00061 Escapula >2 projeccions
- RA00062 Hombro 1-2 projeccions
- RA00063 Hombro >2 projeccions
- RA00064 Humero 1-2 projeccions
- RA00065 Humero >2 projeccions
- RA00066 Codo 1-2 projeccions
- RA00067 Codo >2 projeccions
- RA00068 Antebrazo 1-2 projeccions
- RA00069 Antebrazo >2 projeccions
- RA00070 Muñeca 1-2 projeccions
- RA00071 Muñeca >2 projeccions
- RA00072 Mano 1-2 projeccions
- RA00073 Mano >2 projeccions
- RA00074 Dedo mano 1-2 projeccions
- RA00075 Dedo mano >2 projeccions
- RA00076 Pelvis 1-2 projeccions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00077 Pelvis >2 projeccions
RA00078 Sacroiliacas 1-2 projeccions
RA00079 Sacroiliacas >2 projeccions
RA00080 Cadera 1-2 projeccions
RA00081 Cadera >2 projeccions
RA00082 Femur 1-2 projeccions
RA00083 Femur >2 projeccions
RA00084 Rodilla 1-2 projeccions
RA00085 Rodilla >2 projeccions
RA00086 Tibia-perone 1-2 projeccions
RA00087 Tibia-perone >2 projeccions
RA00088 Tobillo 1-2 projeccions
RA00089 Tobillo >2 projeccions
RA00090 Pie 1-2 projeccions
RA00091 Pie >2 projeccions
RA00092 Calcaneo 1-2 projeccions
RA00093 Calcaneo >2 projeccions
RA00094 Dedo del pie 1-2 projeccions
RA00095 Dedo del pie >2 projeccions
RA00096 Serie osea completa
RA00592 Columna cervical flexion extension
RA00593 Columna lumbosacra flexion y extensión
RA00594 Edat òssia menor 2 anys
RA00595 Edat òssia major 2 anys
RA00596 Rotula axial
RA00597 Rodillas en carga
RA00598 Tobillo Varo / Valgo

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00599 Pies en carga

RA01056 Genoll var / valg

Cal poder realitzar les exploracions de radiologia simple.

L' exploració inclou totes les plaques i trets realitzats.

- RX020 Radiologia simple tòrax /abdomen

S'han de poder realitzar les proves següents:

RA00001-RA00002 Tòrax

RA00014-RA00015 Abdomen

RA00590 Tòrax espiratori

RA00591 Tòrax AP sedestació

L' exploració inclou totes les plaques i trets realitzats.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 3 RADIOLOGIA AMB CONTRAST

- RX022 Radiologia convencional amb contrast de l'aparell digestiu

Es realitzaran sempre en una taula telecomandada amb intensificador de imatge i mecanisme de compressió i es valorarà les característiques tècniques del generador i del tub.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00107 Esòfag

RA00108 Esòfag; estudi funcional de la deglució

RA00109 Esòfag gastroduodenal

RA00111 Gastroduodenal amb transit intestinal

RA00113 Transit intestinal

RA00115 Ènema opac

RA00116 Ènema doble contrast colon

Quant a l'exploració RA00115 ènema opac, ha de constar d'un mínim de 7 imatges: una imatge simple sense contrast, una imatge frontal per recte-sigma, una imatge obliqua o perfil per recte-sigma, una imatge per l'angle esplènic, una imatge per l'angle hepàtic, una imatge total del còlon i una imatge post-evacuació del colon.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

Quant a l'exploració RA00109 esòfag gastroduodenal , la exploració ha de constar d'un mínim de 7 imatges amb contrast: dos imatges seriadades d'esòfag, tres imatges de bulb i marc duodenal i dos imatges d'estómac.

Per a realitzar RA00111 I RA00113, els trànsits de budell prim, es realitzaran les imatges necessàries fins a la visualització del darrer tram ileal i vàlvula ileocecal.

RA00116 Enema doble contrast colon- ha de constar d'un mínim de 7 imatges: una imatge simple sense contrast, una imatge frontal per recte-sigma, una imatge obliqua o perfil per recte-sigma, una imatge per l'angle esplènic, una imatge per l'angle hepàtic, una imatge total del còlon i una imatge post-evacuació del colon.

A més a més un mínim de 5 imatges amb aire per veure el recte-sigma, els angles hepàtic i esplènic el colon descendent i el ascendent.

Es considera que una exploració inclou tots els trets realitzats i el contrast administrat.

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

LOT 4 RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS CONVENCIONALS

Algunes de les RM amb equips convencionals de un mateix SAP o Hospital han de tenir el mateix adjudicatari . Els licitadors que optin a RM amb equips convencionals de complexitat normal o mitjana d'un SAP o Hospital, (RX029C-RX301C-RX302C-ME017C) han de fer-ho a totes les que surten a concurs del mateix SAP o Hospital.

S'efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP o hospital), en base al promig ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d'elles.

Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un territori (SAP o hospital), si el licitador no efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surtin del mateix territori.

- RX029C amb equips convencionals. Ressonància magnètica de sistema múscul-esquelètic sense contrast

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 33mT/m.

Equips com a mínim de 1,5 teslas amb programa de supressió de greix.

Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.

Es valorarà els gradients assolits per l'equip.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00313 RM CERVICAL sense contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00315 RM CERVICO-DORSAL sense contrast

RA00317 RM DORSAL sense contrast

RA00319 RM DORSO-LUMBAR sense contrast

RA00321 RM LUMBAR sense contrast

RA00323 RM SACRE sense contrast

RA00333 RM ATM sense contrast

RA00335 RM GENOLL sense contrast

RA00337 RM ESPATLLA sense contrast

RA00339 RM TURMELL sense contrast

RA00341 RM PEU sense contrast

RA00347 RM MA sense contrast

RA00351 RM EXTREMITAT SUPERIOR sense contrast

RA00353 RM EXTREMITAT INFERIOR sense contrast

RA00355 RM MALUC sense contrast

RA00357 RM SACROILÍAQUES sense contrast

RA00651 RM PARET ABDOMINAL sense contrast

RA00708 RM FUNCIONAL COLUMNA

- *RX301C amb equips convencionals* Ressonància magnètica resta d'exploracions sense contrast

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 33mT/m.

Equips de 1,5 teslas com a mínim amb programa de supressió de greix i seqüències de respiració sostinguda (si escau) amb els gradients suficients per a cada prova.

Es valorarà positivament la disponibilitat de programes o millores tècniques útils per a cada tipus de prova.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00303 RM CEREBRAL sense contrast

RA00305 RM HIPÒFISI sense contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00325 RM CAP I COLL sense contrast

RA00367 RM SUPRARRENAL sense contrast

RA00369 RM fetge sense contrast

RA00373 RM PANCREES sense contrast

RA00375 RM MELÇA

RA00377 RM RONYÓ sense contrast

RA00379 RM PELVIS FEMENINA

RA00381 RM PELVIS MASCULINA

RA00388 RM TÒRAX MEDIASTI sense contrast

RA00635 RM DE PROSTATA

RA00653 RM RETROPERITONEAL

RA00687 COLANGIO RM sense contrast

-RX302C amb equips convencionals . Ressonància magnètica resta d'exploracions amb contrast i /o complexitat moderada

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 33mT/m.

Equips de 1,5 teslas com a mínim amb programa de supressió de greix i seqüències de respiració sostinguda (si escau) amb els gradients suficients per a cada prova.

Es valorarà positivament la disponibilitat de programes, possibilitat de seqüències dinàmiques o millores tècniques útils per a cada tipus de prova.

Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el contrast administrat i altra medicació.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00304 RM CEREBRAL amb contrast

RA00306 RM HIPÒFISI amb contrast

RA00314 RM CERVICAL amb contrast

RA00316 RM CERVICO-DORSAL amb contrast

RA00318 RM DORSAL amb contrast

RA00320 RM DORSO-LUMBAR amb contrast

RA00322 RM LUMBAR amb contrast

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

RA00324 RM SACRE amb contrast
RA00326 RM CAP I COLL amb contrast
RA00368 RM SUPRARRENAL amb contrast
RA00370 RM FETGE amb contrast
RA00374 RM PANCREES amb contrast
RA00378 RM RONYÓ amb contrast
RA00380 RM PELVIS FEMENIN amb contrast
RA00382 RM PELVIS MASCULINA amb contrast
RA00387 RM INTESTINAL / COLONOGRÀFIA RM
RA00389 RM TÒRAX MEDIASTÍ amb contrast
RA00396 RM MAMA amb contrast
RA00656 ANGIO RM DE TSA
RA00688 COLANGIO RM amb contrast
RA00709 RM FETGE amb contrast hepatoespecífic
RA00710 RM PÀNCREES amb SECRETINA
RA01060 RM fetge quantificació ferro
RA01157 Artro-RM espatlla
RA01158 Artro-RM canell
RA01159 Artro-RM genoll
RA01160 Artro-RM maluc
RA01161 Artro-RM turmell

Pel que fa els informes de resultats han d'incloure sempre l'apartat de conclusions.

-ME017c amb equips convencionals . Ressonància magnètica de sistema múscul-esquelètic amb contrast

Per aquesta prova, es requereix un gradient absolut mínim de 33mT/m.

Equips de 1,5 teslas com a mínim amb programa de supressió de greix i seqüències de respiració sostinguda (si escau) amb els gradients suficients per a cada prova.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques

Es valorarà positivament la disponibilitat de programes o millores tècniques útils per a cada tipus de prova.

Cal poder realitzar les exploracions següents:

RA00354 RM EXTREMITAT INFERIOR amb contrast

Barcelona,

Elisabet Descals Singla

Directora Assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat
Institut Català de la Salut

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques

4 ANNEXOS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L' ACORD MARC PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE RADIOLOGIA ALS USUARIS DERIVATS PELS DIVERSOS CENTRES DE L'ICS I CENTRES ADHERITS.

CSE/CC00/1101438819/25/AMUP

Plec de prescripcions
tècniques

4.1 GUIA D'IMPLEMENTACIÓ SCDPI V2.0