



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) QUE REGEIXEN L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI

1. Objecte del contracte

Constitueix l'objecte d'aquest acord marc la regulació de les condicions que han de regir els contractes basats per al subministrament de material de laboratori per al Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

El detall de la composició de cada lot i les prescripcions tècniques d'obligat compliment de cadascun dels productes són les que consten en l'Annex del PPT.

En el cas dels lots 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27 s'han ofert les referències específiques del fabricant incloses en l'annex del PPT, si en el procés d'adjudicació es produeix alguna descatalogació de producte d'aquests lots, s'entendrà que el producte s'eliminarà de l'annex.

Consideracions prèvies

Obligatorietat de licitar el/s lot/s en la seva totalitat.

L'acord marc consta de lots de diferents naturalesa, que tots ells es poden englobar en tres grans grups: Reactius (CLRQ, CLKI i PAQ), Medis (CLMC) i Fungible (CLAM, CLMF i CLVI).

Reactius

- Lot 1: Reactius basats en la reacció antigen per a la identificació de microorganismes.
- Lot 2: Patrons de micotoxines.
- Lot 3: Reactius de química general.
- Lot 4: Patrons exclusius tècniques cromatogràfiques i reactius.
- Lot 5: Reactius d'extracció en fase sòlida dispersiva.
- Lot 6: Productes i reactius per a l'anàlisi de micotoxines.
- Lot 7: Antisèrums.
- Lot 8: Solucions desinfectants.
- Lot 9: Reactius per a suspensions inicials.
- Lot 10: Patrons Dr. Ehrenstorfer.
- Lot 11: Enzims de restricció per a la electroforesi de camp polsant.
- Lot 12: Kit de mescla de reacció per a la retrotranscripció i amplificació de RNA en un sol pas.
- Lot 13: Productes Bluephage.
- Lot 14: kits per a la detecció de virus i paràsits en mostres de femta.
- Lot 15: Reactius lligats a l'equip camp pulsant marca Biorad.
- Lot 16: Productes Qiagen.
- Lot 17: Barreges de patrons.

Medis de cultiu

- Lot 18: Productes IDEXX.
- Lot 19: Productes CHROMagar

Fungible

- Lot 20: Puntetes Eppendorf per a micropipetes i tubs Eppendorf.
- Lot 21: Vials i accessoris de cromatografia.
- Lot 22: Material fungible d'un sol ús.
- Lot 23: Material de vidre específic.
- Lot 24: Material de vidre volumètric.
- Lot 25: Material fungible durader.
- Lot 26: Sistema de filtració amb vial incorporat.
- Lot 27: Fungible per als equips Agilent.
- Lot 28: Cartutxos d'extracció en fase sòlida.



Signatura 1 de 1	14/05/2025	SEAL - Cap Servei Administració i Logística
Esther López Ceca		
Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Codi Segur de Validació	c2a24217d1de409694446dd636b64012001	
Url de validació	https://vds.aspb.cat/absis/tdl/arx/tdl/arxabsawe/basp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

- **Lot 4 Patrons exclusius tècniques cromatogràfiques i reactius i Lot 10 patrons Dr. Ehrenstorfer**

En el cas del lot 4 i lot 10 de patrons, es reserva una partida de diners per la compra de patrons no descrits en el seu annex corresponent; no són dos lots exhaustius, es poden incorporar al llarg de la vigència dels contractes basats nous patrons no descrits en l'annex.

La missió del Laboratori de l'ASPB és la de participar en la garantia de la innocuïtat dels aliments a disposició de la població catalana, en el control de la pol·lució ambiental a la ciutat de Barcelona i en la investigació dels brots i casos de toxiinfeccions alimentàries i mediambientals, a través de la seva activitat analítica.

El Laboratori disposa d'un abast d'acreditació segons ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) fix per a uns mètodes determinats, però també disposa d'altres mètodes gestionats segons un abast flexible d'acreditació, dins del qual actualment hi ha 8 categories d'assaig amb els seus corresponents mètodes d'anàlisi. Un abast flexible permet donar resultats sota acreditació ISO/IEC 17025 sense passar prèviament pel cicle d'auditoria externa.

Aquest abast flexible permet donar resposta analítica acreditada a sol·licituds sorgides d'alertes sanitàries (sistema europeu d'alertes, RASFF), que obliguen a la posta a punt de nous mètodes d'anàlisi, o bé, a noves peticions dels cossos d'inspecció no previstes inicialment. La posta a punt de nous mètodes i la corresponent necessitat dels seus patrons fa que sigui complicat per al Laboratori elaborar una llista tancada de patrons, ja que durant l'any poden sorgir tot tipus de noves demandes.

Les demandes de nous mètodes o nous analits dins d'un mètode ja existent sempre estaran emmarcades dins d'alguna de les categories d'assaig que tenim publicades a la nostra cartera de serveis. Aquestes famílies es detallen a continuació:

- Norovirus (genogrup I i II) per RT-PCR en temps real en aliments i escovilló de superfícies inerts. Procediment general: XX/1/0037.
- Additius alimentaris per cromatografia de líquids en aliments (Conforme al Reglament (CE) 1333/2008). Procediment general: XX/2/11000.
- Contaminants químics orgànics per cromatografia en aliments, aigües i suports de mostreig d'aire ambient. Procediment general: XX/2/22000.
- Elements químics i espècies per espectroscòpia atòmica en aliments, additius alimentaris, aigües i suports de mostreig d'aire ambient. Procediment general: XX/2/07000.
- Ions per cromatografia de líquids en aliments, additius alimentaris i aigües. Procediment general: XX/2/02000.
- Residus zosanitaris per cromatografia de líquids en aliments i productes d'origen animal (Conforme a la Decisió de la Comissió 2002/657/CE). Procediment general: XX/2/19000.
- Toxines naturals per cromatografia en aliments. Procediment general: XX/2/24000.
- Residus de plaguicides per cromatografia. Procediment general: XX/2/20000.

L'envàs descrit en els lots de l'annex del PPT és una condició d'obligat compliment, en determinats lots: 5,7,21 i 22 i en determinats productes es permet diferents opcions d'envàs, considerant afavorir la màxima concurrència de licitadors.

En aquest mateix annex consten els preus unitaris màxims de cada producte, que per tant no es poden superar, així com les quantitats estimades de consum.

- **Lot 18 productes IDEXX**

En el punt 18 de la memòria justificativa es deixa constància de la necessitat que té el laboratori de comprar els productes marca IDEXX.

Al tractar-se d'un lot amb un licitador que subministra els productes de caràcter exclusiu, cal una declaració en la que faran constar aquesta circumstància.

2. Especificacions tècniques

Les característiques tècniques dels productes (nom, qualitat analítica del producte i presentació) estan especificades en l'Annex del PPT. Es tracta de prescripcions tècniques d'obligat compliment i, en conseqüència, els licitadors hauran d'acreditar que els productes que ofereixen compleixen amb aquestes. En el cas que un licitador presenti una oferta on un o diversos productes del lot no compleixin amb les prescripcions tècniques d'obligat compliment, aquesta oferta quedarà exclosa de l'acord marc pel que respecta al lot afectat.

A l'hora d'elaborar les descripcions dels productes s'ha vetllat per l'acompliment de les exigències de l'article 126 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En tots aquells casos excepcionals en que no ha estat possible realitzar una descripció suficientment precisa o intel·ligible d'algun dels productes, s'ha fet constar la marca de referència per a facilitar la identificació del producte, però sempre indicant que s'admetran productes equivalents d'altres marques. En els casos en què s'ha fet referència a una marca com a descripció tècnica, el licitador que presenti oferta amb un producte equivalent haurà de provar l'equivalència amb la marca de referència, així com l'acompliment de les prescripcions tècniques d'obligat compliment. En concret, en el cas del producte del lot 3 CLRQ01336 metanol i CLRQ01337 acetonitril, s'han de complir les especificacions tècniques de la marca referenciada, i en el cas del lot 26, a més de l'equivalència dels productes oferts amb la marca que consta a la descripció, els licitadors també hauran d'acreditar la compatibilitat dels productes oferts amb l'equip de cromatografia de líquids UHPLC Acquity marca Waters.

En tot cas, abans de realitzar l'informe tècnic de proposta d'adjudicació, el laboratori es reserva el dret de sol·licitar mostres de qualsevol producte de qualsevol lot si no coneix la marca i referència ofertada. S'enviarà requeriment de la sol·licitud de mostres amb un termini de lliurament determinat. La no presentació de les mostres comportarà la no valoració de l'oferta presentada.

En el cas dels lots 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 i 27, per raons d'exclusivitat tècnica que s'han justificat en el present expedient, no s'admeten productes de marques diferents de les que consten a la descripció dels productes dels lots.

En el cas de lot 17 barreges de patrons l'empresa adjudicatària ha de disposar de:

- Magatzem especialitzat amb possibilitat d'emmagatzematge del producte amb temperatura controlada fins a -80°C. Cal mantenir-lo emmagatzemat en aquestes condicions òptimes per al manteniment de l'estabilitat dels patrons de calibratge.
- Personal tècnic en un radi de 10-15 km disponible en 24h. És necessari tenir suport immediat en cas d'incidència perquè s'aturi el mínim de temps possible l'activitat normal del laboratori davant d'un problema que pugui ser ocasionat per un mal funcionament del producte.

En la presentació de l'oferta s'ha d'acreditar que es compliran aquests requisits.

3. Presentació de l'oferta tècnica

Els licitadors han de presentar oferta a tots els productes que comprèn cada lot i la seva oferta no podrà superar el preu màxim unitari de cada producte que conforma el lot. L'oferta s'ha de presentar complimentant l'Annex del PPT, en el qual s'haurà de respectar la columna dels annexes "contingut".

Serà motiu d'exclusió, a més de la no acreditació del compliment de les prescripcions tècniques d'obligat compliment:

- canviar les presentacions i envasos dels productes a l'Annex del PPT en els lots (excepte en determinats lots i determinats productes que es permet un barem de presentació d'envasos per assegurar la màxima concurrència).
- superar els preus unitaris màxims d'algun dels productes del lot.
- no presentar oferta a tots els productes del lot.

Els licitadors han de presentar les ofertes econòmiques en format pdf i en format excel.

En el cas del lot 4 i 10, lots que no són exhaustius, es podran requerir patrons no previstos en l'annex Excel (lot 4 i lot 10), corresponents a la mateixa família del lot respectiu e inclosos en el catàleg del licitador que els haurà de lliurar aplicant al seu preu de mercat el descompte ofert en la present licitació.

En el cas del lot 2, lot 6 i lot 26 quan es presenti oferta amb productes equivalents a la marca de referència que consta a la descripció tècnica del producte, cal presentar mostra de tots els productes del lot al qual s'opti dins del termini de presentació d'ofertes. Les mostres s'hauran d'enviar al laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (Avgda. Drassanes, 13). Per fer una correcta identificació de les mostres, cada mostra s'ha de marcar amb la referència del nostre codi del laboratori (primera columna de l'annex tècnic), indicant en l'albarà el lot de l'acord marc. No s'acceptaran mostres fora del termini de presentació de les ofertes.

4. Previsió de necessitats

El Laboratori realitza els controls analítics derivats de les actuacions de control oficial i dona suport analític a les investigacions derivades de l'aparició de brots i alertes alimentàries; atès que aquestes actuacions no poden preveure's de forma anticipada, les previsions de consum dels productes només poden establir-se de forma estimada i per tant estaran subordinats a les necessitats del laboratori. Cap contractista té dret a reclamar cap mena de compensació en el cas que el consum sigui inferior al previst.

El licitador ha de considerar que es tracta d'una estimació de consum durant la vigència del contracte, una previsió de compra en base al consum històric del laboratori i l'estoc actual en el magatzem del laboratori.

5. Termini de subministrament

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar el subministrament dels productes en un termini màxim de 15 dies naturals, a partir de la data de les comandes fraccionades fetes pel Laboratori (excepte els productes de substància controlada que conformen el lot 10 patrons Dr. Ehrenstorfer i en lot 17 de barreges de patrons que serà d'un mes des de la data de la comanda).

No obstant, les empreses poden reduir aquest termini de lliurament en les seves ofertes.

Es facilita en l'annex tècnic de cada lot els consums estimats, per tant els adjudicataris ja poden tenir reservats en el seus magatzems una quantitat dels productes de major consum del lot, per poder complir el termini màxim exigít, s'aplicarà un sistema de faltes per penalitzar als proveïdors que siguin reincidents en el compromís de lliurament de comandes.

Quan l'adjudicatari tingui problemes de subministrament d'un producte ofert del lot, ha de buscar una alternativa equivalent en el termini de 6 dies hàbils i aquesta alternativa no justifica el poder incrementar el preu d'aquell producte.

6. Caducitat del producte

En el cas dels lots dels grups de reactius s'hauran de subministrar amb la caducitat que el laboratori faci constar en les comandes respectives que s'efectuïn en el contractes derivats de l'acord marc.

Els productes del lot 1 que conformen el lot 1 dynabeads o equivalent han de tenir caducitat mínima de 2 anys, els reactius d'aglutinació de làtex legionel·la han de tenir caducitat mínima d'un any.

Els productes que conformen el lot 2 han de tenir una caducitat mínima d'un any.

Els productes que conformen el lot 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 18 han de tenir una caducitat mínima d'un any, en el cas que no es pugui complir la condició en alguna ocasió, s'ha d'avisar primer al laboratori, informant del lot i caducitat i de la previsió termini per disposar d'un altre lot amb caducitat mínima d'un any.

En el cas del lot 9, el producte CLRQ01923 ha de tenir caducitat mínima d'un any, i el CLRQ01930 ha de tenir caducitat mínima de dos anys.

En el cas del lot 12 la caducitat mínima és de 6 mesos.

En el cas del lot 15 la caducitat mínima dels reactius ha de ser de 18 mesos.

En el cas del lot 17, les barreges han de tenir caducitat mínima d'un any, excepte els següents CAS que poden tenir caducitat mínima de 6 mesos:

CAS:38260-54-7

CAS:74223-64-6

CAS:7681-93-8

CAS: 17804-35-2

Els productes que conformen el lot 7 i el lot 19 han de tenir caducitat mínima de 2 anys, excepte el CLMC00732 que la seva caducitat ha de ser d'un any.

En el transport dels productes s'ha de mantenir la cadena de fred.

7. Lloc de subministrament

Les empreses adjudicatàries dels contractes basats queden obligades a lliurar els productes al Laboratori de l'ASPB, situat a l'Avinguda de les Drassanes, 13 de Barcelona.

Les empreses licitadores, en cas de resultar adjudicatàries del lot, NO poden exigir un import de comanda mínima. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar totes les comandes independentment de l'import. No es poden cobrar ports ni despeses de gestió addicionals. Totes les despeses associades a l'execució del contracte estan incloses en els preus unitaris que ofereixin els licitadors per a cada producte, exceptuant determinades referències del lot 10 patrons Dr. Ehrenstorfer que requereixen llicència d'importació, i es generen despeses de duanes amb servei de broker extern no contemplats en els preus unitaris dels productes.

8. Facturació

El pagament a el contractista s'efectuarà contra presentació de factura expedida amb la normativa vigent sobre facturació electrònica.

Segons la llei vigent, els proveïdors de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) hauran de presentar les factures electrònicament al servei eFACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC) que és el punt general d'entrada de factures electròniques del sector públic de Catalunya.

A la factura s'haurà d'identificar el número d'expedient del contracte basat derivat de l'acord marc.

Barcelona, a data de la signatura

Ester López

Cap del Servei d'Administració i Logística