

RESOLUCIÓ PER L'ESMENA D'UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE 12 EQUIPS PER ECOGRAFIA AMB ELS TRASDUCTORS ASSOCIATS PER A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB). EXP. 2025-72

ANTECEDENTS

1. En data 27 de juny de 2025, es va publicar al Perfil del Contractant del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) l'anunci de licitació per al subministrament, instal·lació i posada en funcionament i manteniment de dotze equips per ecografia, transductors i accessoris per a l'Hospital Clínic de Barcelona l'HCB. El mateix dia es va convidar a participar a les empreses seleccionades al sublot 3.2 (equips ecògrafs bàsics) de l'Acord Marc de subministrament d'equipament de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear amb destí a l'HCB.
2. L'anunci de licitació estableix que el termini per a la presentació d'ofertes finalitza el dia 11 de juliol de 2025, a les 14:00 hores.
3. En la revisió dels documents publicats, s'han detectat errors en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) que requereixen esmena. Concretament, s'han constatat errors de transcripció i la inclusió de determinats requisits tècnics que poden restringir indegudament la concurrència, motiu pel qual es modifiquen algunes de les característiques tècniques descrites en el PPT.

FONAMENTS DE DRET

1. D'acord amb les previsions de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. L'article 136.2 de la LCSP preveu l'ampliació del termini de presentació d'ofertes quan s'introdueixin modificacions significatives als plecs que puguin afectar la preparació de les ofertes.
3. De conformitat amb la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern de l'HCB en sessió de data 21 de desembre de 2015, l'òrgan competent per dictar aquesta resolució és el Director General de l'HCB

RESOLC

Primer.- Esmenar i modificar els errors detectats en l'apartat 3.1 referent als requeriments tècnics dels ecògrafs del lot 2, en el següent sentit:

- On diu:
"Funcionament amb connexió elèctrica a la xarxa i amb bateries. Temps de funcionament amb bateries no inferior a 3 hores"
- Ha de dir:
"Funcionament amb connexió elèctrica a la xarxa i amb bateries. Temps de funcionament amb bateries no inferior a 2 hores"

- On diu:
"Ecògraf muntat en una plataforma que incorpori en una unitat compacta el monitor d'imatge i pantalla tàtil per al maneig de l'ecògraf."

Ha de dir:

"Ecògraf muntat en una plataforma que incorpori en una unitat compacta el monitor d'imatge i teclat per al maneig de l'ecògraf."

Segon.- Actualitzar i publicar el document Annex 1 del PPT, amb els requisits esmenats.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Perfil del Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Quart.- Ampliar el termini de presentació d'ofertes fins al dia 21 de juliol de 2025, a les 14:00 hores, d'acord amb l'article 136.2 de la LCSP.

Barcelona,

Josep M^a Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)