

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL
D'ENDOSCÒPIA PER A VÀRIES ESPECIALITAT

CS/CC00/11001417679/25/AMUP



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 1 de 85

ÍNDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris.....	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals.....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica.....	6
3.2. Model d'oferta tècnica.....	7
3.3. Presentació de mostres.....	9
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	11
4.4.1. Condicions de subministrament.....	11
4.4.2. Garantia de subministrament	11
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	11
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	13
4.4.2.3. Termini de lliurament	13
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	13
4.4.3. Sistema EDI	14
4.5. Condicions de l'operador logístic.....	16
4.5.1. Embalatges	16
4.5.2. L'albarà.....	17
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	17



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 2 de 85

- 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia 18
- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE..... 18
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)..... 20



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 3 de 85

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'instrumental d'endoscòpia per a varies especialitat per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades, prèviament a la valoració tècnica i econòmica.

2.3.1. Certificacions:

En cas que es tracti d'instrumental, l'empresa licitadora haurà de presentar, de manera obligatòria, al sobre 2 la documentació acreditativa vigent que demostrï el compliment de les següents normatives, aplicable a tots els lots i als materials que aquests incloguin:

- **Declaració responsable** que indiqui que el material presentat es fabrica d'acord amb les directrius de la norma **DIN EN ISO 7153-1** (Instruments quirúrgics: materials metàl·lics - Part 1: acer inoxidable).
- **Declaració responsable** que indiqui que el material presentat es fabrica d'acord amb les directrius de la norma **DIN 58298** (Instrumental sanitari: material, disseny i verificació).
- **Declaració responsable** on s'indiqui que l'empresa compleix amb la certificació de la norma **UNE-EN ISO 13485:2016** (Sistemes de gestió de qualitat per a productes sanitaris), emesa per un organisme notificat i acreditat.
- **Declaració responsable** on s'indiqui que l'empresa compleix amb la certificació de la norma **UNE-EN ISO 14001:2015** (sistema de Gestió Mediambiental) , emesa per un organisme notificat i acreditat.

2.3.2. Altres requisits obligatoris:

Les ofertes presentades han de ser **fabricades en acer inoxidable** i constar **en la product data i/o fitxa tècnica del producte** la qualitat designada de l'acer inoxidable del que està compost l'instrumental, amb el número 1.4021, aliatge X20Cr13, segons la norma europea **UNE-EN ISO 10088-1:2015**. Excepte:

- Lot 1: Excepcions: 80000148, 80000149, 80000150, 80000202, 80000205, 80000345, 80000946, 80001061, 80001158, 80001317, 80001472, 80008750, 80008851, 80009429, 80011408-80011415, 80012585, 80012765.
- Lot 2: Excepcions: 80009969, 80011151, 80011154, 80012155.
- Lot 3: Excepcions: 80012326, 80001384, 80001385, 80002308, 80007100, 80012388, 80012541.
- Lot 7: Excepció: 80012450.



- Lot 8: Excepcions: 80000151, 80000910, 80012865.
- Lot 13: Excepció: 80005802.
- Lot 14: Excepcions: 80012695-80012698.
- Lot 18: No s'aplica acer inoxidable.

S'annexa un quadre resum 'Annex E' on podeu veure si és necessari que compleixi aquest requisit obligatori.

2.3.3. En relació al servei post-venda:

Si el material o producte adjudicat presenta signes d'oxidació durant la vigència de l'expedient, i sempre que la seva esterilització s'hagi dut a terme d'acord amb les indicacions del proveïdor i/o equivalents, el proveïdor adjudicatari es farà càrrec de la reposició sense cap cost econòmic per als centres sanitaris de l'ICS.

En el **sobre 2**, s'haurà d'adjuntar una carta de compromís, emesa per l'empresa licitadora, en la qual es reculli aquest fet per a totes les referències ofertes, en els termes expressats en aquest punt.

S'haurà d'omplir l'**annex D3**, on s'indicarà la presentació de la informació sol·licitada en aquest punt. Paral·lelament, s'haurà de presentar, mitjançant l'**annex D5**, les condicions i instruccions de rentat de l'instrumental.

En cas de trencament d'estoc l'adjudicatari ha de aportar una solució alternativa de la mateixes característiques tècniques i al mateix preu, sense que suposi cap cost addicional.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc. que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.



L'aportació de documentació complementària haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.



A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereix en el punt 2.3 d'aquest plec.

- **Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4, detallats en l'Annex 4 de la caràtula.**



S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D4), excepte el criteri gamma ja que el càlcul d'aquest ve determinat pel número d'ofertes tècnicament vàlides.

Exemple del nom del fitxer: D3-Criteris.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica fotogràfica, ANNEX D5.**

S'ha d'emplenar aquesta fitxa on s'ha de recollir una fotografia amb la mes alta resolució possible i les especificacions tècniques que en aquesta es detallen.

La pestanya anomenada 'ANNEX D5.1 Dades per compliment' que es troba en aquest arxiu, conté dades relatives a cada codi per facilitar l'emplenament d'aquest annex.

El fitxer que conté la fitxa tècnica fotogràfica de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Núm. d'annex -Agrup. lot-Núm. de Lot-Codi SAP.xls

Exemple: D5-1ª-Lot1- 80000054.xls o .xlsx

- **Fitxa Llista-resum Condicions/Indicacions de rentat, ANNEX D6**

Format lliure de presentació, segons licitador. No s'acceptarà la presentació del catàleg de productes, on es faci menció al rentat. S'haurà de presentar un document on es detalli específicament les condicions òptimes del rentat per material o grups de materials si apliquen.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.



Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació



L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.



La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '**Sol·licitud d'alta de nou usuari**', a l'apartat '**Alta per a nous usuaris**'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.



4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.



4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials



Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDERS D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts



- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat



La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment
ANNEX D4 - Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació
ANNEX D5 - Fitxa tècnica fotogràfica
ANNEX D6 - Fitxa Llista-resum Condicions/Indicacions de rentat
ANNEX E- Materials d'acer inoxidable



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 21 de 85

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 22 de 85

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/11001417679/25/AMUP

Lot	Nom Lot	Obligatorietat de licitar a tots els codis
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	Si
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	Si
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	Si
4	Instrumental per a endoscòpia flexible	No
5	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	Si
6	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	Si
7	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	Si
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	Si
9	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	No
10	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	No
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laríngia	No
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpica-torascòpica	No
13	Escalfador amb tap per a òptica de laparoscòpia	Si
14	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	Si
15	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	Si
16	Altres material per a cirurgia endoscòpia	No
17	Arthrex Instrumental per a artroscòpia	Si
18	Fujifilm Accessoris Endoscòpia flexible	Si



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 23 de 85

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 24 de 85

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 1 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 80000034
Descripció llarga: Pinça d'agafament, en endoscòpia digestiva, amb mandíbula tipus cocodril i dents de ratoli, diàmetre de 2,3mm, canal mínim de treball 1 2,8mm, longitud de treball 1650mm, obertura 14,9mm, beina aïllada. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 80000148
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia, alta freqüència monopolar, connexió de 4mmØ. Mida: 350cm de longitud. Compatible per a aparells-endoscopis de Karl Storz, models antics d'Erbe T i Ellman o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 80000149
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia, alta freqüència monopolar, connexió 4 mm de resector a electrobisturí. Mida 300 cm, compatible amb resector i endoscopis Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 80000150
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia, llum freda de fibra òptica, 4,8mm diàmetre. Mida 180cm. Autoclavable. Compatible amb òptiques i fons de llum d'A esculap, Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 80000151
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia, llum freda de fibra òptica, 4,8mm diàmetre. Mida 250cm. Autoclavable. Compatible amb òptiques i fons de llum d'A esculap, Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 80000154
Descripció llarga: Adaptador per a endoscòpia, metàl·lic, luer-lock mascle Ø9mm, per a tub d'insuflador de gas. Compatible amb endoscopis Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 80000202
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia, alta freqüència bipolar, per a pinça laparoscòpica, connexió banana, 2 x 4, mida 300cm, compatible a electrobisturí Karl Storz 26020 XA/XB i Autocon, Valleylab, Bircher, Bovie,Bard, Mallis.... Ref: 26176LA.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 80000205
Descripció llarga: Evacuador d'Helik complet, compost per recipient de vidre, con amb tub i pera de goma.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 2 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 80000206
Descripció llarga: Òptica Hopkins II de 30° de visió, panoràmica, diàmetre de 4,0 mm, longitud útil de 30 cm, amb conductor de fibra òptica incorporat, codificació de color.Compatible amb resectors i beines per a ginecologia i urologia Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 80000239
Descripció llarga: Termo per a l'escalfament de l'òptica de laparoscòpia, compost per: termo, base que sosté el recipient de sèrum calent i taps de cau txú.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 80000345
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia, alta freqüència monopolar, connexió 4mm de resector a electrobisturi. Mida 300cm, per a models antics Karl Storz i Erbe T, compatible amb resector i endoscopis Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 80000475
Descripció llarga: Pinça biòpsia directa laringea acer inox, boca forma cullereta 2mm diàmetre. Mida 30cm.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 80000737
Descripció llarga: Òptica Hopkins II de 30° de visió obliqua, diàmetre de 2,9mm, longitud útil de 30 cm, amb conductor de fibra òptica incorporat,codif icació de color.Compatible amb resectors i beines per a ginecologia i urologia Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 80000897
Descripció llarga: Beina interna histeroscopi Ø 5mm per endoscòpia diagnòstica ginecològica tipus Bettocchi,de metall aïllant,amb adaptador Luer-Lock,m ida 4,3mm ,compatible amb beina extrena 26153BO i òptica d'histeroscòpia 26120 BA i 26120 BHA de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 80000910
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia laparoscòpica, d'alta freqüència monopolar, connector de 4mm a instrument,connector a equip 8mm banana. Mida 350+ /-10cm. Autoclavable. Compatible amb equips K.Storz, Erbe, Ellman o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 80000943
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia en endoscòpia respiratòria, cullera estàndard rodona sense finestres, diàmetre de canal 2,0mm, Ø1,9mm i longitud de treball 1000+/-50mm. Reutilitzable.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 3 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 80000944
Descripció llarga: Màneg d'endoscòpia laparoscòpica, aïllat de plàstic, per a pinces/tisores, agafament,dissecció i biòpsia,rotable,amb connexió monopo lar i sense bloqueig, reutilitzable.Compatible amb beina i inserts de pinces i tisores model Clickline o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 80000946
Descripció llarga: Elèctrode de coagulació monopolar,per endoscòpia urològica, de 24-26Ch ,bola de Ø3mm, amb ancoratge d'un pol, color identificatiu gro c. Compatible a beines de ressectoscopi de 24-28Ch,adaptable a l'element de treball 27050C/D/E de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 80001028
Descripció llarga: Karl Storz - Broncoscopi pediàtric amb il·luminació proximal de 3,5, DE 5 ,7mm, DI 5mm, focus prismàtic i canal de treball per introd uir instruments i catèters.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 80001029
Descripció llarga: Pinça òptica per a broncoscopi pediàtric de 3,5-4, màneg flexible, longitud 18,5-26cm. Utilitzar amb òptica 10020ATA Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 80001031
Descripció llarga: Beina externa, metàl·lica aïllada, per a tisora o pinça d'endoscòpia laparoscòpica, amb connexió d'irrigació luer-lock p/neteja, Ø 5 mm x 36cm longitud,no graduada,reutilitzable.Comp/inserts de pinces, tisores i mànecs Clickline de Karl Storz o equiv.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 80001034
Descripció llarga: Tisora per a endoscòpia ginecològica, per a histeroscòpia, semirígida, punta roma, obertura unilateral, de diàmetre 5Fr x 40cm de ll argària, d'acer inoxidable. Compatible amb beines de histeroscopis 26153 BI i 26153 BO de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 80001035
Descripció llarga: Pinça per a endoscòpia ginecològica, d'agafament i de biòpsia, per a histeroscòpia, semirígida, obertura bilateral, de diàmetre 5Fr x 40cm de llargària, d'acer inoxidable. Compatible amb beines de histeroscopis 26153 BI i 26153BO de Karl Storz o equiv		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 80001036
Descripció llarga: Màneg d'endoscòpia laparoscòpica,aïllat de plàstic,p/pinces d'agafament ,dissecció i biòpsia,rotable,amb connexió monopolar i amb blo queig de Manhes,reutilitzable.compatible amb beina i inserts de pinces i tisores model Clickline o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 4 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 80001038
Descripció llarga: Raspall de neteja flexible per a canals d'instrumental d'endoscòpia urològica, diàmetre extern 2mm. Mida 150cm.Canal de treball 1, 2-1,8mm. Compatible amb endoscopis Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 80001040
Descripció llarga: Sonda palpadora d'endoscòpia de 5 mm diàmetre extern, amb marques en cm i 43 cm de longitud. Reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 80001043
Descripció llarga: Insert per a pinces d'agafament intestinal (budell), de Ø 5mm x 36cm de longitud, punta fenestrada,obertura bilateral, curtes, autoc lavable, reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 80001044
Descripció llarga: Elèctrode de ganxo per a endoscòpia laparoscòpica, de coagulació i dissecció, punta en forma de L,Ø5mm,36+/-1cm de llargària,beina a lllada, connexió monopolar mascle.Reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 80001050
Descripció llarga: Pinça d'agafament amb coagulació bipolar,desmuntable,rotatòria.Composta: beina aïllada Ø5mm i 36+/-1cm llarg amb connector L-L,inser t a/mand/atraumàtiques fenestrades,mànc plàstic aïllat a/conn/bipolar per a inserts 3,5mm i 5mm.Reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 80001061
Descripció llarga: Focus prismàtic de col·locació proximal, amb connexió per a cable de llum de fibra òptica, autoclavable, compatible amb broncoscopis rígids de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 80001158
Descripció llarga: Tap d'estanquitat de 0,8mm de diàmetre d'obertura, per a catèters i beines amb canal de treball, reutilitzable. Compatible amb instr umental d'endoscòpia Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 80001309
Descripció llarga: Karl Storz - Òptica Hopkins de visió frontal 0°, amb connexió per a cable de llum incorporat,codificació de color,per a brocoscopi p ediàtric, de 2 ,9mm diàmetre, autoclavable. Mida 30cm. Compatible amb broncoscopi Karl Storz o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 5 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 80001317
Descripció llarga: Tap d'estanquitat per a punxó/tròcar de 11mm i per a reductora 11/6mm de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 80001347
Descripció llarga: Òptica de 30° de visió gran angular,diàmetre de 3mm per a histeroscòpia ,patró daurat,autoclavable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 80001352
Descripció llarga: Òptica Hopkins Ø 5mm, visió obliqua de 30°, longitud de treball 29 cm amb transmissió de llum de fibra òptica,autoclavable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 80001381
Descripció llarga: Xeringa evacuadora Reiner-Alexander acer inox i vidre de 150 cc. Consta d'èmbol d'acer inox, cilindre de vidre i adaptador per a co nnexió a beina cistoscòpia Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 80001383
Descripció llarga: Pinça laringoscòpica, Kleinsasser, per a microcirurgia endolaringia, recta, amb boca de cullera, beina reforçada cònicament de dista l a proximal de 2mm de diàmetre. Mida 21+/-1cm longitud útil. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 80001384
Descripció llarga: Vàlvula de succió, lliure de lubricant, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb tots els endoscopis ultrasònics Olympus excepte BF-UM40, MH-908 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 80001385
Descripció llarga: Vàlvula de control d'insuflació d'aire/aigua,lliure de lubricant ,reutilitzable, autoclavable. Compatible amb tots els endoscopis ult rasònics Olympus excepte BF-UM40, MH-908 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 80001416
Descripció llarga: Pinça òptica per a broncoscopi pediàtric de 3,5-6, mànec flexible, longitud 20-30cm, per extreure cossos estranys tous i forma caca uet. Utilitzar amb òptica 10324AA.Karl Storz o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 6 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 80001417
Descripció llarga: Màneg d'endoscòpia laparoscòpica, metàl·lic, per a pinces d'agafament i dissecció, sense connexió monopolar, sense bloqueig, reutili tzable. Compatible amb beines i inserts de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 80001472
Descripció llarga: Recipient de vidre per a evacuator d'Ellik. Compatible amb connector de tub i pera de goma		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 80001535
Descripció llarga: Pinça de biòpsia amb dents, obertura bilateral, per a histeroscòpia. Mida: 5 Fr i llargària 34cm.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 80001743
Descripció llarga: Portador de llum de fibra òptica per a il·luminació distal, 14cm de longitud útil. Compatible amb laringoscopis ref: 8588 BV,8590 A- JN, 8590 T,8590 JV/TV i amb diverticuloscopis ref: 12067 A i 12068 A de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 80002196
Descripció llarga: Cistella extracció càlculs biliars,fil suau,Ø22mm,connec L-L,visible p/fluoroscopia,Ø canal 2,8mm,long treball 1950mm,punta bala.Per a endoscopia digestiva.Reutilitzable.Compatible amb litotriptor d'emergència màneg integral d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 80002197
Descripció llarga: Cistella extracció càlculs i escombrat biliar, fils semirígid,Øcistella 20mm,connec L-L,visible p/fluoroscopia,Øcanal 2,8mm,long tre ball 1950mm.P/end digestiva proced/biliars i pancreatics.Reutilitzable.Comp/litotriptor emergència màneg int Olympus o equ		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 80002211
Descripció llarga: Beina per a cistoureteroscops amb obturador, de 22Fr, amb dues claus fixes luer-lock, color identificatiu blau. Compatible amb òptiq ues 27005 AA, 27005 BA, 27005 CA de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 80002251
Descripció llarga: Pinça d'agarre per a endoscòpia laparoscòpica, completa, giratòria, atraumàtica. Diàmetre 5mm, llargària 35 cm. Màneg metàl·lic amb bloqueig i sense connexió monopolar.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 7 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 80002252
Descripció llarga: Pinça d'agarre per a endoscòpia laparoscòpica, completa, giratòria, amb boca de cocodril amb dents. Diàmetre 10mm, llargària 35 cm.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 80002301
Descripció llarga: Elèctrode coagulació monopolar RTU,24-26CH,punta90° punxeguda,amb ancoratge d'un pol,color identifica groc.Compatible a beines resse ctoscopi24Ch-28CH,adaptable a l'element treball127050C/D/E Karl Storz o equival(B*)Codi dupli,veure codi30053948.Veure nota		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 80002308
Descripció llarga: Valvula aire/aigua, lliure de lubricant, compatible amb endoscopis Gastro-Colono-Duodenoscopis Olympus OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260. Reutilitzable, autoclavable. o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 80002541
Descripció llarga: Entrada per a instrument amb sistema de tancament i obturació ràpid, d'l canal, compatible amb ureteroscops 2700L/K, nefroscops 2783 OKA, cistoscops 27030 i minihisteroscops 26002 de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 80002655
Descripció llarga: Elèctrode / ganxo per a endoscòpia laparoscòpica, de coagulació i dissecció, connexió monopolar, punta en forma de L, diàmetre 5mm x 33cm longitud, amb clavilla HF de 4mm, reutilitzable. Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 80002701
Descripció llarga: Òptica Hopkins 11 30°, de visió frontal, de 4mm diàmetre, autoclavable. Mida 18cm amb conductor de fibra optica incorporat. Compatib le amb beines ORL i COT de Karl Storz. Referència 7230BA/7230BWA o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 80002820
Descripció llarga: Fòrceps laringi Bouchayer dentat fenestrat, corbat a l'esquerre acer inoxidable. Mida 2mm, longitud total 250mm, longitud de treball 222mm (8 ,7")		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 80002990
Descripció llarga: Pinça per a conducte salivar angulada recolçada estriada sense dents, acer inoxidable, per a sialoendoscòpia. Mida: 15cm longitud		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 8 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 80003134
Descripció llarga: Insert per a pinça d'agafament, mandíbules corbades en angle recte, obertura bilateral, de 10mm x 36cm de longitud, per utilitzar amb b trocars de 11mm. Compatible amb instruments Clikcline de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 80003290
Descripció llarga: Beina externa resectoscopi amb cambra d'aire fixa i aïllament ceràmic, per a la succió i la irrigació contínua de flux, 26 F punta o blíqua, codi de color groc. Compatible amb resectors 27040 C/E i 27050 C/D/E/En o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 80003354
Descripció llarga: Beina externa aïllada per a cirurgia laparoscòpica, de 10mm diàmetre i 36cm de longitud, connector d'irrigació Luer-Lock per a nete ja. Compatible a/ inserts de pinces de diàmetre 10mm i long 36cm i mànecs 33121, 33122 de Karl Storz. Ref. 33500 o equi		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 80003456
Descripció llarga: Pinça suport de llum Benjamin Havas, curta, per a il·luminació proximal.Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 80003624
Descripció llarga: Karl Storz - Electrode monopolar de coagulació angulat esmussat compatible amb resectoscopi Karl Storz 27033 AA, Ref: 27033 EL		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 80003667
Descripció llarga: Pinça de extracció de cossos extranyis, flexible, de 7Ch amb obertura bilateral, 40cm de longitud, per a utilitzar amb cistoscop està ndard 27026 i cisto-ureteroscops universals 27035 BA/BB de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 80003826
Descripció llarga: Obturador cònic per a cirurgia artroscòpica. Mida: 4,5 mm, d'acer inoxidable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 80003958
Descripció llarga: Pinça mossegadora per a sinus frontals en endoscòpia, amb beina de cadena de baules corbada cap a dalt 70°, tall retrògrad, longitud útil 9cm, petites, mandíbules 2,5x2mm.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 9 / 23
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 80004910
Descripció llarga: Obturador estàndard, acer inoxidable, compatible amb beines de resectoscopi 24 - 26Ch 27040 SL i 27040 XA I 27050 SL, 27050 XA de Karl Storz per a Urologia i Ginecologia. Ref. 270400C o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 80005432
Descripció llarga: Insert per a pinça d'agafament 5 mm atraumàtica, fenestrada Click Line, llargària 36 cm, obertura lateral. Compatible amb tub extern or aïllat Karl Storz 33300 i mànecs 33121, 33122, 33132.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 80005802
Descripció llarga: Tap de goma (cautxú), per al tancament de termo per a l'escalfament de l'òptica de laparoscòpia, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 80006330
Descripció llarga: Mànc Ergo amb cremallera, entallat, ergonòmic, compatible amb les pinces d'agafament HiQ Olympus. De plàstic amb connexió fàcil de metall. Autoclavable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 80006890
Descripció llarga: Clamp vascular laparoscòpic de Dulucq, boca corbada a la esquerra de 12mm de diàmetre i de 45mm de llargària, amb mànec axial de cremallera, d'acer inoxidable. Mida: 40+/-2cm (14")		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 80006950
Descripció llarga: Pinça tracció rotatòria GRASPER, Ø 5mm, long 36cm, atraumàtica, fenestrada mordaces acció simple. Composta per mànec metàl·lic blocatge tipus MANHES, beina exterior aïllada i centrimetrada i insert de pinça de tracció. Per a tècnica cirurgia bariàtrica CADIÈRE.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 80007100
Descripció llarga: Vàlvula de succió, control aire/aigua, lliure de lubricant. Reutilitzable. Autoclavable. Compatible amb endoscòpis Gastro-Colono-Duo i endoscòpis d'Olympus OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 80008472
Descripció llarga: Sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, amb connexió Luer-Lock per a la neteja, autoclavable. Compatible amb instrumental de Karl Storz o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 10 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 80008750
Descripció llarga: Goma / volandera, de cautxú, de diàmetre 4mm, per adaptar resector de terminals bipolars. Compatible amb element de treball / resec tors Gyrus de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 80008767
Descripció llarga: Optica laparoscòpia HopkinsII 30° visió foroblíqua panoràmica, de 5mm Ø, long 21cm, autoclavable. Cirurgia laparoscòpica amb conducto r de llum de fibra òptica incorporat. Compatible amb instruments distintiu vermell Karl Storz. Ref.24941BA o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 80008851
Descripció llarga: Tap d'estanquitat de goma/silicona compatible amb nefroscopis i altres instrumentals de 5.0-5.5mm/2.6mm. Compatible amb nefroscopi K arl Storz o equivalent. Ref.6127390		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 80009058
Descripció llarga: Micropinça endolaringea d'agafament corbada cap a dalt a la dreta, estriades, mandíbules amb dents triangulars fenestrades, amb conn ector de neteja. Longitud 18 cm. D'acer inox, reutilitzable, esterilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 80009429
Descripció llarga: Cable d'endoscòpia, d'alta freqüència bipolar, de 300cm longitud, amb distància entre pins de 28,58mm a l'endoll bipolar, reutilitza ble. Compat/pinça laparoscòpica bipolar i a/bisturis Karl Storz Autocon i coagulador Valleylab o equivalent. Ref: 26176 LV		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 80009803
Descripció llarga: Insert per a pinça d'agafament intestinal,per a endoscòpia laparoscòpica ,obertura unilateral, fenestrades, corbada cap amunt, atraumàti ques, Ø 5 mm x 36cm de longitud, punta de 27mm de llarg, reutilitzable. Compatible amb beina i mànecs de Karl Storz o eq		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 80009969
Descripció llarga: Màneç de plàstic per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, per a pinces/tisores, d'agafament, dissecció i biòpsia, amb connexió bipolar , reutilitzable. Compatible amb beina exterior 38600 i inserts de pinces i tisores de Karl Storz o equi.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 80009970
Descripció llarga: Beina externa per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, de 5mm diàmetre i 36cm de longitud, anb connexió d'irrigació luer-lock per a ne teja , reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de Ø5mmx36cm long i mànecs 38151 de Karl Storz o equi.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 11 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 80010539
Descripció llarga: Porta agulles per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 5mm, amb puntes/pales rectes amb orientació de l'agulla, auto-redeçable, tancament de molla, mànec axial recte, d'acer inoxidable. Mida: 31cm		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 80010575
Descripció llarga: Insert de pinça d'agafament i dissecció Robi de Kelly, tipus Clermont-Ferrand, obertura bilateral, giratòria, desmuntable, connexió coagulació bipolar, puntes corbes 19mm llarg, Ø 5mm x 36cm longitud útil. Compat/beines i mànecs de Karl Storz o equiv.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 80010728
Descripció llarga: Beina externa metàl·lica aïllada, per a tisora o pinça d'endoscòpia laparoscòpica, amb connexió luer-lock per a neteja, de diàmetre 5mm x 43cm de longitud, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces, tisores i mànecs de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 80010811
Descripció llarga: Elèctrode de ganxo per a cirurgia laparoscòpica pediàtrica, de coagulació i dissecció, beina aïllada, connexió monopolar, punta en forma de L reutilitzable, 3mm diàmetre. Mida 20cm. Compatible amb endoscopis Karl Storz o equ		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 80010948
Descripció llarga: Tisora per a laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringea, recta amb punta extrem distal corbada a la dreta, d'acer inoxidable. Mida extrem de treball: 25cm		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 80010950
Descripció llarga: Pinça per a laringoscòpia, Blakesley, per a microcirurgia endolaringea, recta, d'acer inoxidable. Mida extrem de treball: 25cm		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 80011006
Descripció llarga: Base torque per a muntatge de peces de mà de 23KHz, d'acer inoxidable, autoclavable. Compatible amb peça de mà Cusa de 23KHz C2600 i C2601.C5623 (Integra Cusa) o equival		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 80011151
Descripció llarga: Mànec de plàstic CLICKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, amb bloqueig de Manhes, amb connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb inserts i tubs exteriors CLICKLINE de Karl Storz o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 12 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 80011154
Descripció llarga: Màneg de plàstic CLICKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, sense bloqueix, giratori, aïllat, amb connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb inserts i tubs exteriors de 2,3,5 i 10mm CLICKLINE de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 80011168
Descripció llarga: Pinça òptica, p/endoscòpia respiratòria-toràcica, amb mandíbules tipus cocodrill, p/agafar cossos estranys durs, dispositiu limitador de força integrat al mànec, adaptador neteja, reutilitzable, autoclavable. Comp/òptica Hopkins Ref: 10324 AA de Karl Storz o equ		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 80011187
Descripció llarga: Insert de pinces bipolar Robi, tipus Kelly, model Clermont-Ferrand, p/endoscòpia ginecològica, p/agafament i dissecció, obertura bilateral 1, de 5mm, 36cm long, distintiu de color, reutilitzable, autoclavable. Comp/beines i mànegs bipolar Robi de Karl Storz o equ		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 80011222
Descripció llarga: Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpiaginecològica, mida petita, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen (26168 UN) de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 80011223
Descripció llarga: Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpiaginecològica, mida gran, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen (26168 UN) de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 80011294
Descripció llarga: Insert per a pinça d'agafament tipus Kelly, de 3mm x 20cm de llargària, corbades, amb obertura bilateral, atraumàtiques. Compatible amb beines exteriors de ClickLine de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 80011366
Descripció llarga: Karl Storz.Sonda palpadora per a cirurgia endoscòpica, centimetrada, 3mm x 20 cm compatible amb tròcars de 3,5 mm de Karl Storz.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 80011408
Descripció llarga: Vàlvula de llavis, tancament de seguretat per a entrada i sortida de gas, de silicona, de 6mm de diàmetre. Compatible amb tròcars de 6mm de Karl Storz.Ref.30160 L1		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 13 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 80011409
Descripció llarga: Tap d'estanquitat de goma 50/4, per a instruments d'endoscòpia, color blanc. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 6127590		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 80011410
Descripció llarga: Tap d'estanquitat de goma 50/2,6, per a instruments d'endoscòpia, colorblanc. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 6127390		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 80011415
Descripció llarga: Junta de llavis de silicona, per a instruments d'endoscòpia. Compatibleamb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 7720590		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 80011417
Descripció llarga: Beina externa (camisa) per a tròcar de 6mm per a cirurgia laparoscòpica, longitud útil 5 cm, amb adaptador luer-lock per a insuflaci ó, color distintiu negre-verd. Compatible amb instrument de Karl Storz.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 80011502
Descripció llarga: Insert per a pinça d'agafament fenestrada, de 3mm x 20cm de llargària ,recta, amb obertura unilateral,dentat atraumàtic molt fi. Com patible ambbeines exteriors de ClickLine de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 80011527
Descripció llarga: K Storz Anusador per anusat extracorpori ,d'acer inoxidable per a endoscòpia laparoscòpia, per utilitzar amb trocars de 3.5mm de d iàmetre , 36 cm de llargària.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 80011553
Descripció llarga: Beina externa metàl·lica ,Clickline,per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, de 3,5mm diàmetre i 20cm de longitud, amb connexió d'irri gació luer-lock per a neteja, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de diàmetre3 ,5mm i longitud 20cm Storz o equ		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 80011554
Descripció llarga: Màneg metàl·lic CLICKLINE, per a cirurgia laparoscòpica,axial, amb bloqueig de quirúrgic, giratori, sense connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible a/inserts de 2, 3, 5 i 10mm CLICKLINE de Karl Storz o equi.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 14 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 80011557
Descripció llarga: Insert pinça d'agafament i dissecció Robi, tipus Clermont-Ferrand,a/dents fines i atraumàtiques,obertura bilateral,fenestrada 18mm llarg, connexió coagulació bipolar,Ø 5mm x 36cm longitud útil. Compatible a/beines i mànecs de Karl Storz o equ.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 80011562
Descripció llarga: Insert Clickline pinça d'agafament de Babcook per a endoscòpia laparoscòpica,obertura bilateral, atraumàtica, fenestrada Ø 3mm.x 22 mm.long 20cm, Compatible amb beines exteriors Clickline de Ø3,5mm de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 80011564
Descripció llarga: Macroportaagulles Koh, amb insert de carbur de tungstè, mànec ergonòmicamb bloqueig desconnectable, bloqueig a la dreta,mandíbules r ectes, mida 5mm longitud 33cm, utilitzar amb sutura 0/0-7/0 i agulles BV,SH o CT-1, Especific per a sutura endoscòpica.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 80011566
Descripció llarga: Insert Clickline pinça d'agafament i dissecció de Moutret per a endoscòpia laparoscòpica,obertura unilateral ,fina, atraumàtica, fene strada Ø 5mm.x 26mm.long 36cm, Compatible amb endoscopis Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 80011569
Descripció llarga: Pinça d'agafament Clickline GEIGER per a pilor,giratories,s/connexió unipolar,a/connexió d'irrigació Luer-Lock ,obertura bilateral, Ø 3mm.long 20cm,Mànec metàlic s/bloqueig 33161,beina ext a/insert de treball 30310PS. Compatible endo Storz o equi		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 80011670
Descripció llarga: Insert per a pinça d'agafament tipus Kelly, de 3,0mm x 20cm de llargària ,corbades, amb obertura bilateral, atraumàtiques. Compatible amb beinesexteriors de ClickLine de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 80011698
Descripció llarga: Beina d'artroscòpi per a òptica de Ø4mm,d'alt flux(High-Flow) ,tancamentràpid,2 aixetes/claus giratòries.d'acer inoxidable,autoclavab le a 134°.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 80011973
Descripció llarga: Obturador, acer inoxidable,4mm ,22cm de llargària compatible amb beina per a cistouretroscops 22Ch de Karl Storz. o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 15 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 80012155
Descripció llarga: Màneg d'endoscòpia laparoscòpica,per a retractors de ventall,recte ,cilíndric,reutilitzable,autoclavable.Compatible amb inserts tipus ClickLine de Karl Storz o equ.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 80012156
Descripció llarga: Beina externa metàl·lica ,Clickline,per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, de 3,5mm diàmetre i 20cm de longitud, amb connexió d'irrigació luer-lock per a neteja, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de diàmetre3 ,5mm i longitud 20cm Storz o equ		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 80012177
Descripció llarga: Karl Storz - Pinça d'endoscopia digestiva, per a biòpsia, flexible,forma cullera rodona, obertura bilateral, de diàmetre 1,8mm) x120 cm de longitud. Compatible amb endoscòpis flexibles de Karl Storz o equivalent. Ref:11001KL		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 80012183
Descripció llarga: Pinça d'agafament per a endoscòpia ginecològica,per a histeroscòpia, semirígida,amb dents,obertura bilateral.Mida: 7 Fr i llargària 40cm,màneg metàl·lic,canal de neteja connexió L-L, reutilitzable.Comp/histeroscòps 26153CI i 23153CO de Storz o equivalents		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 80012220
Descripció llarga: Cànula per a aspiració en broncoscòpia, rígida,diàmetre 4mm i 30cm +/-1cm de longitud,d'acer inoxidable. Compatible amb endoscòpi Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 80012221
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia en endoscòpia respiratòria / bronquial, per extreure cossos estranys, extrem amb dents tipus cocodril, obertura bilateral, diàmetre beina de 2,5mm, longitud útil de 55cm+/-2cm. Reutilitzable.Compatible a/ broncoscòpis Storz o equi.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 80012222
Descripció llarga: Pinça òptica per a biòpsia en endoscòpia bronquial, cullera rodona, longitud de treball 45cm+/-2cm, longitud total de 52cm+/-2cm,reu tilitzable.Compatible amb òptiques Hopkins i tubs broncoscòpia 8,5-7,5 Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 80012223
Descripció llarga: Traqueoscòpi d'acer inoxidable,Øextern de 14mm,Øint de 13mm,33cm de longitud de treball, punta amb bisell,reutilitzable, autoclavabl e.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 16 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 80012224
Descripció llarga: Traqueoscopi òptic de dilatació, model GRONINGEN, rígido, Ø exterior 12mm, longitud 30cm+/-1cm, amb marques, extrem distal cònic, extrem proximal amb dispositiu per a oxigen, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb òptiques Hopkins 10005AA i BA o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 80012225
Descripció llarga: Traqueoscopi òptic de dilatació, model GRONINGEN, rígido, Ø exterior 8mm, longitud 30cm+/-1cm, amb marques, extrem distal cònic, extrem proximal amb dispositiu per a oxigen, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb òptiques Hopkins 10005AA i BA o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 80012226
Descripció llarga: Òptica Hopkins 0° per a broncoscòpia, visió frontal, amb conductor de llum de fibra òptica incorporat, de 4,0mm diàmetre, color distintiu, reutilitzable, autoclavable. Mida: 30cm+/-1cm. Compatible sistema Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 80012228
Descripció llarga: Cànula per a aspiració en broncoscòpia, recta, amb punta de goma, diàmetre 4mm i 50cm +/-1cm de longitud útil, d'acer inoxidable, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 80012229
Descripció llarga: Cànula per a aspiració en broncoscòpia, corbada, amb punta de goma, diàmetre 4mm i 50cm +/-1cm de longitud útil, d'acer inoxidable, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 80012230
Descripció llarga: Pinça d'endoscòpia bronquial, portador, amb mànec de ressort, 50cm +/-2cm de longitud útil, d'acer, reutilitzable, autoclavable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 80012283
Descripció llarga: Cànula per a aspiració laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringea, recta amb recobriment aïllant, connexió monopolar, mànec ergonòmic. Mida Ø3,5mmx23+/-1cm de llarg. Amb estilet de neteja		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 80012289
Descripció llarga: Fujifilm-Recipient/Tanc aigua per a endoscòpia flexible digestiva, p/regular submingas CO2 i aigua p/extr/dist endoscop, s'adapta entr /canal aire/aigua q/porta endosc, reutilitz. Comp/tub gas CT-11G i end/flexibles Série 500/600 de Fujifilm o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 17 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 80012325
Descripció llarga: Tròcar amb obturador rom d'acer inox. Apertura lateral longitudinal per a facilitar la inserció de catèters. Longitud total amb obturador 130+/-5mm, longitud total de la cànula 112,5+/-5mm. DE cànula 4,0 mm. DE obturador rom 3,2 mm. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 80012326
Descripció llarga: Tap de segellat protector per a viodelaparoscòpi 10mm 3D.Compatible viodelaparoscòpi Endoeye HD 3D o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 80012333
Descripció llarga: Elèctrode coagulador flexible monopolar en forma de botó per a cistoscòpia, 4 Fr x 400mm de llarg.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 80012334
Descripció llarga: Elèctrode coagulador flexible monopolar en forma de botó per a uretero-renoscòpia, 3 Fr x 580mm de llarg.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 80012335
Descripció llarga: Cànula per a aspiració laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringea ,recta amb recobriment aïllant,connexió monopolar,màneg ergonò mic. Mida Ø2,5mmx23+/-1cm de llarg.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 80012359
Descripció llarga: Cànula amb agulla d'injecció/aspiració, cànula de Ø4,7mm, agulla de diàmetre de 1,8mm, longitud útil 350mm+/-10mm, amb connexió luer -lock ,acer inox, reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 80012364
Descripció llarga: Microtisora laringoscòpica Kleinsasser, per a microcirurgia endolaringea ,recta, amb connexió de neteja. Mida: 23+/-1cm de longitud útil		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 80012376
Descripció llarga: Clamp hemostàtic Bulldog De Bakey, mandíbules corbes 1x2 (15mm), amb pressió de tancament de 350grams, port de sutura, d'acer inoxidable, radioopac, Mida: 4cm.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 18 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 80012385
Descripció llarga: Tub connector del canal d'injecció per subministrar aigua estèril, 134cm, Reutilitzable. Compatible amb equip Fujifilm JW-3, WT-3JW o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 80012388
Descripció llarga: Tap segellador per a endoscòp rígid 0,7mm. Compatible amb ureteroscòp compacte tipus OES Pro d'Olympus. Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 80012389
Descripció llarga: Insert per a pinces d'agafament intestinal (budell), deØ 5mm x 43cm de longitud, punta fenestrada,obertura unilateral, 26mm de llarg ària, autoclavable, reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 80012396
Descripció llarga: Traqueoscòpi d'acer inoxidable,Øextern de 12mm,Øint de 11mm,33cm de longitud de treball, punta amb bisell,reutilitzable, autoclavabl e.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 80012450
Descripció llarga: Mànc d'endoscòpia laparoscòpica,aïllat de plàstic,p/pinces d'agafament i dissecció,amb connexió monopolar i amb bloqueig,reutilitza ble i autoclavable.Compatible amb beina i inserts model ERAGON de R.Wolf o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 80012531
Descripció llarga: Pinça dissector per a cirurgia endoscòpica-laparoscòpica tipus Delaitre, no desmuntable,pales corbes semidentades,diàmetre 10mm,mànc angulat ,extrem distal opac,pales 50mm,longitud total 370+/-10mm.Acer inoxidable.Reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 80012541
Descripció llarga: Dispositiu fixació,per colocació de fins a 3 guies(0.018"-0.035")en colangiografia retrògrada endoscòpica (ERCP),amb vàlvula de biòp sia integrada,estèril. Compatible amb endoscòpis Olympus GIF/CF/PCF/JF/TJF/SIF sèrie 160/170/180/185/190/260/290 o equiv.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 80012554
Descripció llarga: Insert pinça d'agafament manual per a endoscòpia laparoscòpica tipus Johann, fenestrada,atraumàtica,mandíbules de 23mm de llarg amb o bertura superior,330mm de llargària,compatible amb beina de Ø5mm i 330mm i mànc de R. Wolf o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 19 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 80012555
Descripció llarga: Insert de treball amb palanca de direcció tipus Albarran, amb dues entrades obturables, amb bloqueig, d'acer inox. Compatible amb ci stoscòpis 19,8;21;22,5 i 25Fr.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 80012577
Descripció llarga: Insert per a pinça d'agafament per dissecció i biòpsia,per a endoscòpia laparoscòpica,obertura unilateral,Ø 5 mm x 36cm de longitud, punta 14mm llarg,reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 80012580
Descripció llarga: Beina externa amb insert de pinces. Obertura bilateral amb beina metal.lica i connexió d'irrigació per a neteja.Ø5mm i 36 cm longitu d ,punta 15mm llarg.Reutilizable.Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 80012585
Descripció llarga: Adaptador pel al canal de treball amb vàlvula de llavis de silicona, compatible amb les òptiques 26034 AA,26036 AA,26038 AA y 26039 AA de l'endoscopi Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 80012588
Descripció llarga: Olympus- Beina amb obturador per a cistoureteroscop, de 21F, extrem distal / punta amb pic. Compatible a ponts i inserts de treball i òptiques d'Olympus o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 80012592
Descripció llarga: Clamp DeBakey Chitwood sense fre, per a torascoscòpia, amb mandíbula 1x2corbada cap a l'esquerra de 6cm, eix de 5mm diàmetre, sense f re (tancament de cremallera), 21+/-1cm de longitud treball, 31cm de longitud total, d'acer inoxidable,reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 80012593
Descripció llarga: Pinça d'agafament i dissecció tipus Gening,per a torascoscòpia,amb mandíbules corbades cap a l'esquerra,eix cònic de 5mm a 7mm de dià metre ,mànc amb fre (tancament cremallera),23,5+/-1cm de longitud treball, 34+/-1cm de longitud total,d'acer,reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 80012668
Descripció llarga: Elèctrode de ganxo per a endoscòpia laparoscòpica,per a coagulació i dissecció,punta en forma de L,Ø 5mmx34cm+/-1cm de longitud,bein a aïllada ,connexió monopolar,reutilitzable		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 20 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 80012681
Descripció llarga: Porta agulles punta corbada cap a l'esquerra,per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 5mm,màneg axial i ergonòmic d'alumini recobert de teflò,màneg cremallera a/6 posicions,connexió LuerLock per a neteja. Mida: 33+/-1cm.Reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 80012682
Descripció llarga: Porta agulles punta corbada cap a la dreta,per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 5mm,màneg axial i ergonòmic d'alumini recobert d e teflò,màneg cremallera a/6 posicions,connexió LuerLock per a neteja. Mida: 33+/-1cm.Reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 80012695
Descripció llarga: Beina de tròcar per a endoscòpia laparoscòpica de 10,5mm,roscat,amb clau de pas,longitud 130+/-5mm,autoclavable. Compatible amb tròc ars laparoscòpics Integra o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 80012696
Descripció llarga: Capçal de tròcar per a endoscòpia laparoscòpica de 10,5mm, amb vàlvula de silicona i tap de tancament vermell,autoclavable. Compatib le amb tròcars laparoscòpics Integra o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 80012697
Descripció llarga: Vàlvula de silicona per a capçal de tròcar per a endoscòpia laparoscòpica de 10,5mm. Compatible amb tròcars laparoscòpics Integra o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 80012698
Descripció llarga: Tap de segellat de silicona per a tròcar de 10,5mm, color vermell.Compatible amb tròcars laparoscòpics Integra o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 80012713
Descripció llarga: Tub extracció gasos en tractaments amb làser per a laringoscop quirúrgic, diàmetre 3mm, longitud útil 16cm+/-1cm, reutilitzable. Com patible amb Laringoscop quirúrgic i adaptador Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 80012714
Descripció llarga: Tub extracció gasos en tractaments amb làser per a laringoscop quirúrgic, reutilitzable. Compatible amb Laringoscopi quirúrgic 8588 A/B/BV Storz o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PAGINA: 21 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 80012715
Descripció llarga: Pinça d'agafament per a microcirurgia endolaringea de Kleinsasser, corbada cap a la dreta, estriades, longitud útil 23+/-1cm, conn exió per a neteja. Compatible amb laringoscopi Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 80012716
Descripció llarga: Pinça d'agafament per a microcirurgia endolaringea de Kleinsasser ,sensebloqueig, mandibules triangulars, corbes a la esquerra cap am unt, estriades, longitud útil 23+/-1cm, connexió per a neteja. Compatible endoscopi Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 80012718
Descripció llarga: Suport pectoral per a laringoscopi, per a microcirurgia endolaringea, amb regulació, anell metal·lic Ø9cmx34cm de llargària,acer inoxidable.Compatible amb laringoscopi 8575 K/KA de Karl Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 80012720
Descripció llarga: Sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica,Ø32mm,330mm+/-10mm, amb connexió Luer-Lock per a la nete ja, autoclavable. Compatible amb cons de R.Wolf o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 80012721
Descripció llarga: Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida petita, connexió Luer,autoclavable. Compa tible amb sonda intrauterina Cohen de R.Wolf o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 80012722
Descripció llarga: Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida gran, connexió Luer,autoclavable. Compati ble amb sonda intrauterina Cohen de R.Wolf o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 80012729
Descripció llarga: Elèctrode/nansa de tall,punta colzada, 9Ch, monopolar,color identificatiu groc. Compatible amb resectoscopi 9Ch 27033E de Karl Stor z o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 80012730
Descripció llarga: Elèctrode/nansa de coagulació,punta colzada i punxaguda, 9Ch, monopolar ,color identificatiu groc. Compatible amb resectoscopi 9Ch 2 7033E de Karl Storz o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 22 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 80012731
Descripció llarga: Elèctrode d'agulla per a coagulació unipolar de 3CH i 53 cm de longitud ,reutilitzable. Compatible amb cistoscopi i cistouretroscop d 'Storz o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 80012736
Descripció llarga: Tap de segellat protector per a videolaparoscopi 3D MAJ-2266 de punta flexible,de 10mm.Compatible amb videolaparoscopi EndoEye flex 3D o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 80012742
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laposcòpica,recta amb dents, obertura unilateral, Ø5mm i 310+/-10mm de llargària,mànec ergonòmic amb connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig.Reutilitzable.Compost d'insert, beina i mànec		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 80012743
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laposcòpica,cullera fenestrada 15mm,obertura unilateral,Ø5mm i 310+/-10mm de llargària,mànec ergonòmic a/connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig.Reutilitzable.Compost d'insert, beina i mànec		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 80012744
Descripció llarga: Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laparoscòpica,punta amb tall de 14mm,obertura unilateral,Ø5mm i 310+/-10mm de llargària,mànec ergonòmic a/connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig.Reutilitzable.Compost d'insert, beina i mànec		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 80012765
Descripció llarga: Raspall de neteja mandíbules tallants per a instrumentral d'endoscòpia.Reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 80012795
Descripció llarga: Pinça d'agafament, extractora cossos estranys en endoscòpia digestiva, boca i dents tipus cocodrill,Ø 2,2mm, obertura boca 8mm, longitud treball 2300mm+/-50mm, beina aïllada, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 80012796
Descripció llarga: Pinça d'agafament, extractora cossos estranys en endoscòpia digestiva, boca amb mordasses planes amb dents 1-2 ,Ø 2,2mm, obertura boca 7mm, longitud treball 2300mm+/-50mm, beina aïllada, reutilitzable.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 47751490V	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 07.01.2025 HORA: 09:34:06 PÀGINA: 23 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1770	MATERIAL: 80012849
Descripció llarga: Porta agulles per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 2,7mm, mànec corb ,tancament de cremallera tipus Hegar, 250+/-10mm de longitud de treball,amb port de neteja,acer inoxidable,reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1780	MATERIAL: 80012864
Descripció llarga: Suport articular adaptador per a òptica endoscòpica,Øint de 10mm ,reutilitzable.sistema Unitrac o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101417679	POSICIÓ: 1790	MATERIAL: 80012865
Descripció llarga: Dispositiu de fixació per a suport d'òptica endoscòpica,Ø 10mm,de PEEK ,reutilitzable.Compatible amb suport portaòptiques sistema Uni trac o equivalent		

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 48 de 85

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 49 de 85

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 50 de 85

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 51 de 85

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u> . Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 52 de 85

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnica_pag1_cat_180718



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 53 de 85

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag2_cat_180718



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 54 de 85

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag2_cat_180718



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 55 de 85



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 56 de 85

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 57 de 85

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 58 de 85

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D3

Requisits tècnics obligatoris per tot el CS/CC00/11001417679/25/AMUP



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 59 de 85



Generalitat de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT	OBL	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIPCIÓ LLARGA	ISO 7153-1	CIN 58298	ISO 13485	ISO 10088-1:2015	Norma UNE-EN ISO 14001:2015 sistema de Gestió Mediambiental	ACER INOXIDABLE	REPOSICIÓ DEL MATERIAL AMB SIGNES D'OXIDACIÓ
						OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚ)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚ)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚ)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚ)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚ)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚ)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚ)
						En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	S'ha d'indicar a la product data	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'oxidació.
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000148	Storz-Cable endo alt freq mon 25002M	Cable d'endoscopia, alta freqüència monopolar, connectat de 4mmØ. Mida: 350cm de longitud. Compatible per a aparells endoscòpics de Karl Storz, models antics d'Erbe T i Elman o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000149	Storz-Cable endo alt freq mon 279	Cable d'endoscopia, alta freqüència monopolar, connectat 4 mm de resector a electrobisturi. Mida 300 cm, compatible amb resector i endoscòpic Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000150	Cable end Ø4,8mmx180cm llum freda autoel	Cable d'endoscopia, llum freda de fibra òptica, 4,8mm diàmetre. Mida 180cm. Autoclavable. Compatible amb òptiques i fons de llum d'Aesculap, Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000154	Adaptador L-L a insuflador gas end Storz	Adaptador per a endoscòpia, metàl·lic, lluer lock mascle Ø9mm, per a tub d'insuflador de gas. Compatible amb endoscòpic Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000202	Storz-Cable bip banana 2x4 300cm 26176LA	Cable d'endoscopia, alta freqüència bipolar, per a pinça laparoscòpica, connectat monopolar, 2 x 4, mida 300cm, compatible a electrobisturi Karl Storz 26020 MA/XB i Autocor, Valleylab, Birsch, Bovie, Bard, Mallin... Ref: 26176LA.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000205	Evacuador d'Helix complet	Evacuador d'Helix complet, compost per recipient de vidre, con amb tub i pera de goma. (80002183 + 80002184 + 80002142)							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000206	Storz-Optica 30° Ø4mmx30cm 27005BA	Optica Hopkins II de 30° de visió, panoràmica, diàmetre de 4,0 mm, longitud útil de 30 cm, amb conductor de fibra òptica incorporat, codificació de color. Compatible amb resectors i beines per a ginecologia i urologia Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000345	Storz-Cable endo alt freq mon 277	Cable d'endoscopia, alta freqüència monopolar, connectat 4mm de resector a electrobisturi. Mida 300cm, per a models antics Karl Storz i Erbe T, compatible amb resector i endoscòpic Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000737	Storz-Optica 30° Ø3,9mm 30cm 26120BA	Optica Hopkins II de 30° de visió obliqua, diàmetre de 3,9mm, longitud útil de 30 cm, amb conductor de fibra òptica incorporat, codificació de color. Compatible amb resectors i beines per a ginecologia i urologia Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000897	Storz-Beina int histerosc 4,3mm 26153BI	Beina interna histeroscòpica Ø 5mm per endoscòpia diagnòstica ginecològica tipus Bettocchi, de metall alliat, amb adaptador Luer-Lock, mida 4,3mm, compatible amb beina exteora Ø26x120 BA i 26x120 BHA de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80000946	Storz-Electro coag balaØ3mmx34cm 27050N	Electrode de coagulació monopolar per endoscòpia urològica, de 24-26CH, bola de Ø3mm, amb ancoratge d'un pol, color identificatiu groc. Compatible a beines de resectoscopi de 24-28CH, adaptable a l'element de treball 27050C/D/E de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001028	Karl Storz- Broncoscopi pediatr 3,5x5-7x5mmØ	Karl Storz - Broncoscopi pediàtric amb il·luminació proximal de 3,5, DE 5,7mm, Ø 5mm, focus prismàtic i canal de treball per introduir instruments i catèters.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001038	Storz-Raspall netaja Ø2mm 150cm 27651AL	Raspall de neteja flexible per a canals d'instrumental d'endoscòpia urològica, diàmetre extern 2mm. Mida 150cm. Canal de treball 1,2-1,8mm. Compatible amb endoscòpic Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001061	Storz-Focus prismàtic prox euf 10503FA	Focus prismàtic de col·locació proximal, amb connectat per a cable de llum de fibra òptica, autoclavable, compatible amb broncoscopis rígids de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001158	Storz-Tap estanquitat Ø0,8mm 27550A-10	Tap d'estanquitat de 0,8mm de diàmetre d'obertura, per a catèters i beines amb canal de treball, reutilitzable. Compatible amb instrumental d'endoscòpia Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001309	Karl Storz - Optica Hopkins Ø2,9mmx30cm	Karl Storz - Optica Hopkins de visió frontal 0°, amb connectat per a cable de llum incorporat, codificació de color, per a broncoscopi pediàtric, de 2,9mm diàmetre, autoclavable. Mida 30cm. Compatible amb broncoscopi Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001317	Storz-Tap estanquitat trócar 6127590	Tap d'estanquitat per a punxó/trócar de 12mm i per a reductors 11,6mm de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001352	Storz-Optica 30° Ø5mm 29cm 24046BA	Optica Hopkins Ø 5mm, visió obliqua de 30°, longitud de treball 29 cm amb transmissió de llum de fibra òptica, autoclavable.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001381	Seringa Reiner-Alexander vid/acer 27218LO	Seringa evacuadora Reiner-Alexander acer inox i vidre de 150 cc. Consta d'embol d'acer inox, cilindre de vidre i adaptador per a connectat a beina cistoscòpia Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80001472	Recipient vidre p/evacuador d'Elk	Recipient de vidre per a evacuador d'Elk. Compatible amb codis SAP 80000205, 80002183 i 80002184.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80002211	Storz-Beina cistoureteroscopi 22Fr 27026B	Beina per a cistoureteroscopi amb obturador, de 22Fr, amb dues claus fixes lluer-lock, color identificatiu blau. Compatible amb òptiques 27005 AA, 27005 BA, 27005 CA de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80002301	Storz-Electro coag punxag 24CH 27050L	Electrode de coagulació monopolar per a RTU, de 24-26CH, punta de 90º punxaguada, amb ancoratge d'un pol, color identificatiu groc. Compatible a beines de resectoscopi de 24CH-28CH, adaptable a l'element de treball 27050C/D/E de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80002541	Storz-Entrada inst obt/ráp 1 canal 27001G	Entrada per a instrument amb sistema de tancament i obturació ràpid, d'1 canal, compatible amb ureteroscopi 2700L/K, nefroscopi 27380KA, cistoscopi 27030 i minihisteroscopi 26002 de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80002701	Storz-Optica Ø3Ø4mmx18cm 27308A/27308WA	Optica Hopkins II 30º, de visió frontal, de 4mm diàmetre, autoclavable. Mida 18cm amb conductor de fibra òptica incorporat. Compatible amb beines ORL i COT de Karl Storz. Referència 27308A/27308WA o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80002990	Pinça conducte salivar angu i/dentes 15cm	Pinça per a conducte salivar angulada recollida estruïda sense dents, acer inoxidable, per a sialoscòpia. Mida: 15cm longitud							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80003290	Karl Storz-Beina exte a/alla carà 26F	Beina externa resectoscòpia amb cambra d'aire flua i aïllament ceràmic, per a la succió i la irrigació continua de flux, 26 F punta obliqua, codi de color groc. Compatible amb resectors 27040 C/E i 27050 C/D/E/En o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80003624	Karl Storz-Electr coagul angluat 27033EL	Karl Storz - Electrode monopolar de coagulació angular emussat compatible amb resectoscopi Karl Storz 27033 AA, Ref: 27033 EL							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80003667	Storz-Pinça cos estrany 7CH 40cm 27175 A	Pinça de extracció de cossos estranys, flexible, de 7CH amb obertura bilateral, 40cm de longitud, per a utilitzar amb cistoscopi estàndard 27025 i cistoureteroscopi universal 27035 BA/B8 de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80003995	Pinça mossegadora 70º 13cm mand 2,5x2mm	Pinça mossegadora per a sinus frontal en endoscòpia, amb beina de cadena de baules coberta cap a dalt 70º, tall retrograd, longitud útil 9cm, petites, mandibules 2,5x2mm.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80004910	Storz-Obturador std bein 24-26CH 27040OC	Obturador estàndard, acer inoxidable, compatible amb beines de resectoscopi 24 - 26CH 27040 SL i 27040 XA i 27050 SL, 27050 XA de Karl Storz per a urologia i Ginecologia. Ref: 27040OC o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80008750	Storz-Goma/vol caute ad/pinça 4mmØ80409	Goma / volandera, de cautú, de diàmetre 4mm, per adaptar resector de terminals bipolars. Compatible amb element de treball i resectors Gyus de Karl Storz o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80008767	Storz-Optica 30º Ø5mm 21cm 24841BA	Optica laparoscòpia HopkinsII 30º visió forològica panoràmica, de 5mm Ø, long 21cm, autoclavable. Cirurgia laparoscòpica amb conductor de llum de fibra òptica incorporat. Compatible amb instruments distribu vernell Karl Storz. Ref: 24841BA. o equivalent.							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80008831	Karl Storz-Tap estang nefroscopi 6127390	Tap d'estanquitat de goma/silicona compatible amb nefroscopi i altres instrumentals de 5,0-5,5mm/2,6mm. Compatible amb nefroscopi Karl Storz o equivalent. Ref: 6127390							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80009429	Storz-Cable alta freqü 300cm 26176LV	Cable d'endoscopia, d'alta freqüència bipolar, de 300cm longitud, amb distància entre pins de 26,58mm a l'endoll bipolar, reutilitzable. Comp/pinça laparoscòpia bipolar i a/bisturi Karl Storz Autocor i coagulador Valleylab o equivalent. Ref: 26176 LV							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80011408	Storz-Valv silic Ø6mm p/trócar 30160 LI	Valvula de llavis, tancament de seguretat per a entrada i sortida de gas, de silicona, de 6mm de diàmetre. Compatible amb trocars de 6mm de Karl Storz. Ref: 30160 LI							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80011409	K.Storz-Tap estanquitat 50/4 6127590	Tap d'estanquitat de goma 50/4, per a instruments d'endoscòpia, color blanc. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 6127590							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80011410	K.Storz-Tap estanquitat 50/2,6 6127390	Tap d'estanquitat de goma 50/2,6, per a instruments d'endoscòpia, color blanc. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 6127390							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80011415	K.Storz-Junta llavis silicona 7720590	Junta de llavis de silicona, per a instruments d'endoscòpia. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 7720590							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-aparoscopia	80012177	Storz-Pinça bípog freqØ1,8mmx120cmx1100x1K	Karl Storz - Pinça d'endoscòpia digestiva, per a bípog, flexible, forma cullera rodona, obertura bilateral, de diàmetre 1,8mm x120cm de longitud. Compatible amb endoscòpic flexibles de Karl Storz o equivalent. Ref:11001KL							



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 60 de 85



LOT	OBL	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIPCIÓ LLARGA	ISO 7753-1	DIN 58298	ISO 13485	ISO 10088-1:2015	Norma UNE-EN ISO 14001:2015 sistema de Gestió Mediambiental	ACER INOXIDABLE	REPOSICIÓ DEL MATERIAL AMB SIGNES D'ORIGENACIÓ
						OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚN)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚN)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚN)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚN)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚN)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚN)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NÚN)
						En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	S'ha d'indicar a la product data	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'origenació.
1	SI	Karl Storz Endoscopia-laparoscopia	80012221	Storz-Pinça biop cocodr 2,5x550mm 10370HL	Pinça per a biòpsia en endoscòpia respiratòria / bronquial, per extreure cossos estranyis, extrem amb dents tipus cocodríl, obertura bilateral, diàmetre beina de 2,5mm, longitud útil de 550mm i 2cm. Reutilitzable Compatible a/ Broncoscopsi Storz o equivalent							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-laparoscopia	80012585	Adaptat canal treball òptiques Storz26034V	Adaptador pel al canal de treball amb vàlvula de llavis de silicona, compatible amb les òptiques 26034 AA,26036 AA,26038 AA y 26039 AA de l'endoscopi Storz o equivalent							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-laparoscopia	80012729	Storz-Electr/nan tall p/cotx 9Ch 27033EG	Electrode/hansa de tall,punta cotxada, 9Ch, monopolar,color identificatiu groc. Compatible amb resectoscopi 9Ch 27033E de Karl Storz o equivalent							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-laparoscopia	80012730	Storz-Electr/nan coag p/cotx 9Ch 27033ER	Electrode/hansa de coagulació,punta cotxada i punxagueta, 9Ch, monopolar,color identificatiu groc. Compatible amb resectoscopi 9Ch 27033E de Karl Storz o equivalent							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-laparoscopia	80012731	Storz-Electro/agulla 3CH 53cm 27772AA	Electrode d'agulla per a coagulació unipolar de 3CH i 53 cm de longitud,reutilitzable. Compatible amb cistoscopi i cistoureteroscopi d'stortz o equivalent							
1	SI	Karl Storz Endoscopia-laparoscopia	80012765	Storz-Raspall neteja endoscopi 27653-09	Raspall de neteja mandíbules tallants per a instrumental d'endoscopia Reutilitzable.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80000944	Storz-Màneg allat t/bloq pinc end 33121	Màneg d'endoscopia laparoscòpica, aliat de plàstic, per a pinces/tisores, agafament,dissecció i biòpsia,rotable,amb connexió monopolar i sense bloqueig reutilitzable.Compatible amb beina i inserts de pinces i tisores model Clickline, o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001031	Storz-Beina ext met all 5mmx36cm 33300	Beina externa, metàl·lica allada, per a tisora o pinça d'endoscopia laparoscòpica, amb connexió d'irrigació luer-lock p/neteja, Ø 5mm x 36cm longitud,no graduada,reutilitzable.Comp/inserts de pinces, tisores i mànces Clickline de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001036	Storz-Màneg allat a/bloq Manhes 33122	Màneg d'endoscopia laparoscòpica,aliat de plàstic,p/pinces d'agafament,dissecció i biòpsia,rotable,amb connexió monopolar i amb bloqueig de Manhes,reutilitzable compatible amb beina i inserts de pinces i tisores model Clickline, o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001040	Karl Storz - Sonda palpadora 5mmØ x 43cm	Sonda palpadora d'endoscopia de 5 mm diàmetre externi, amb marques en cm i 43 cm de longitud. Reutilitzable							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001044	Storz-Insert pinc agafam Ø5m36cm 33310CK	Insert per a pinces d'agafament intestinal (budell), de Ø 5mm x 36cm de longitud, punta fenestrada,obertura bilateral, curtes, autoclavable, reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001044	Storz-Electrod/ganxo Ø5mm 36cm 26775UF	Electrode de ganxo per a endoscopia laparoscòpica, de coagulació i dissecció, punta en forma de L,Ø5mm,36 i 7,1cm de llargària,beina allada, connexió monopolar macle Reutilitzable							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001050	Karl Storz-Pinc Robi bi 5mmx36cm 38651ON	Pinça d'agafament amb coagulació bipolar,desmontable,rotatòria Composta: beina allada Ø5mm i 36 i 7,1cm llarg amb connector L-Insert i anell d'atracamentques fenestrades,màneg plàstic aliat a/conviviscop per a inserts 3,5mm i 5mm.Reutilitzable							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001417	Storz-Màneg metàl·lic girat s/bloq rF3313	Màneg d'endoscopia laparoscòpica, metàl·lic, per a pinces d'agafament i dissecció, sense connexió monopolar, sense bloqueig, reutilitzable. Compatible amb beines i inserts de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80002252	Pinça agarre laparo cocodrill 10mmx35cm	Pinça d'agarre per a endoscopia laparoscòpica, completa, giratòria, amb boca de cocodríl amb dents. Diàmetre 10mm, llargària 35 cm.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80003134	Storz-Insert pinça agaf 10mmx36cm 33510RG	Insert per a pinça d'agafament, mandíbules corbades en angle recte, obertura bilateral, de 10mm x 36cm de longitud, per utilitzar amb trocars de 11mm. Compatible amb instruments Clickline de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80003354	Storz-Beina extera allad 10mmx36cm 33500	Beina externa allada per a cirurgia laparoscòpica, de 10mm diàmetre i 36cm de longitud, connector d'irrigació Luer-Lock per a neteja. Compatible a/ inserts de pinces de diàmetre 10mm i longitud 36cm i mànces 33121, 33122 de Karl Storz. Ref: 33500 o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80005432	Storz-Insert pinça agaf 5mm 36cm 33310AF	Insert per a pinça d'agafament 5 mm atraumàtica, fenestrada Click Line, llargària 36 cm, obertura lateral. Compatible amb tub exterior aliat Karl Storz 33300 i mànces 33121, 33122, 33132.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80009803	Storz-Insert pinça agaf 5mmx36cm 33310CK	Insert per a pinça d'agafament intestinal,per a endoscopia laparoscòpica,obertura unilateral, fenestrades,corbada cap amunt,atraumàtiques,Ø 5 mm x 36cm de longitud,punta de 27mm de llarg,reutilitzable Compatible amb beina i mànces de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80009969	Storz-Màneg allat connex bipolar 38151	Màneg de plàstic per a cirurgia laparoscòpica, allada, per a pinces/tisores, d'agafament, dissecció i biòpsia, amb connexió bipolar, reutilitzable. Compatible amb beina exterior 38600 i inserts de pinces i tisores de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80009970	Storz-Beina extera allada Ø5mmx36cm38600	Beina externa per a cirurgia laparoscòpica, allada, de 5mm diàmetre i 36cm de longitud, amb connexió d'irrigació luer lock per a neteja, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de Ø5mmx36cm long i mànces 38151 (Sap80009969) de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80010575	Storz-Insert pinc Robi Kelly36cm 38610MD	Insert de pinça d'agafament i dissecció Robi de Kelly, tipus Clermont-Ferrand, obertura bilateral, giratòria, desmontable, connexió coagulació bipolar, puntes corbes 19mm llarg, Ø 5mm x 36cm longitud útil. Compab/beines i mànces de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80010728	Storz-Beina ext met all 5mmx43cm 33400	Beina externa metàl·lica allada, per a tisora o pinça d'endoscopia laparoscòpica, amb connexió luer lock per a neteja, de diàmetre 5mm x 43cm de longitud, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces, tisores i mànces de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80010811	Storz-Ectr/ganxo L Ø3mmx20cm mon26870UFS	Electrode de ganxo per a cirurgia laparoscòpica pediàtrica, de coagulació i dissecció, beina allada, connexió monopolar, punta en forma de L reutilitzable, 3mm diàmetre. Mida 20cm. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011151	Storz-Màneg plàst CUCUKcon/unipol 33152	Màneg de plàstic CUCUKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, amb bloqueig de Manhes, amb connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb inserts i tubs exteriors CUCUKLINE de Karl Storz equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011154	Storz-Màneg plàstic CUCUKL con/unip 33151	Màneg de plàstic CUCUKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, sense bloqueig, giratori, aliat, amb connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb inserts i tubs exteriors de 2,5 i 10mm CUCUKLINE de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011168	Storz-Pinça òptica boc/cocodrill 10379HF	Pinça òptica, p'endoscopia regular,atràctica,amb mandíbules tipus cocodríl,p'agafar cossos estranyis dur,dispositiu limitador de força integrat al màneg,adaptador neteja,reutilitzable,autoclavable. Comp/òptica Hopkins Ref: 10324 AA de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011187	Storz-Insert pinça Robi 5mm 36cm 38610ML	Insert de pinces bipolar Robi,tipus Kelly,model Clermont-Ferrand,p'endoscopia ginecològica,p'agafament i dissecció,obertura bilateral,de 5mm,36cm llarg,discontinú de color,reutilitzable,autoclavable. Comp/beines i mànces bipolar Robi de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011294	Storz-Insert p'agaf Kelly3mmx20cm31110MA	Insert per a pinça d'agafament tipus Kelly, de 3mm x 20cm de llargària,corbades, amb obertura bilateral, atraumàtiques. Compatible amb beines exteriors de Clickline de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011366	Storz-Sonda palpadora 3mmx20cm 26167FS	Karl Storz-Sonda palpadora per a cirurgia endoscòpica, centimetrada, 3mm x 20 cm compatible amb trócars de 3,5 mm de Karl Storz.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011417	Storz-Beina ext 5cm p/trócar 6mm 30160G3	Beina externa (camíria) per a trócar de 6mm per a cirurgia laparoscòpica, longitud útil 5 cm, amb adaptador luer-lock per a insuflació, color distintiu negre-verd. Compatible amb instrument de Karl Storz. Ref.30160 G3							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011502	Storz-Insert p'agaf fene 3mmx20cm31110CM	Insert per a pinça d'agafament fenestrada, de 3mm x 20cm de llargària,recta, amb obertura unilateral,dentat atraumàtic molt fi. Compatible ambbeines exteriors de Clickline de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011527	Anusador endosc ext Ø3.5mmx36cm26167KNL	K Storz Anusador per anus exteiorcoroni, d'acer inoxidable per a endoscopia laparoscòpica, per utilitzar amb trocars de 3.5mm de diàmetre, 36 cm de llargària.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011553	Storz-Beina ext allad Ø3.5mmx20cm31100MA	Beina externa metàl·lica Clickline,per a cirurgia laparoscòpica, allada, de 3,5mm diàmetre i 20cm de longitud, amb connexió d'irrigació luer-lock per a neteja, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de diàmetre 3,5mm i longitud 20cm Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011554	Storz-Màneg metàl·lic CUCUKL su s/p uns 33146	Màneg metàl·lic CUCUKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, aliat, amb bloqueig de quínting, giratori, sense connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible a/inserts de 2, 3, 5 i 10mm CUCUKLINE de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011555	Storz-Insert Robi Clerm-Ferr36cm 38610ON	Insert pinça d'agafament i dissecció Robi, tipus Clermont-Ferrand,a/dents fines i atraumàtiques,obertura bilateral, fenestrada 18mm llarg, connexió coagulació bipolar,Ø 5mm x 36cm longitud útil. Compatible a/beines i mànces de Karl Storz o equivalent							



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 61 de 85



LOT	OBL	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIPCIÓ LLARGA	ISO 7153-1	DIN 5298	ISO 13485	ISO 10088-1:2015	Norma UNE-EN ISO 14001:2015 sistema de Gestió Mediambiental	ACER INOXIDABLE	REPOSICIÓ DEL MATERIAL AMB SIGNES D'OXIDACIÓ
						OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)
						En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	S'ha d'indicar a la product data	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'oxidació.
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011562	Storz Insert Babcock CLICKLINE 3mmx20cm	Rect Clickline pinça d'agafament de Babcock per a endoscòpia laparoscòpia,obertura bilateral, automàtica, fenestrada Ø 3mm.x 22mm, long 20cm, Compatible amb beines exteriors Clickline de Ø3,5mm de Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011568	Storz Insert Mouret CLICKLINEØ5mmx3310MM	Insert Clickline pinça d'agafament i dissecció de Mouret per a endoscòpia laparoscòpia,obertura unilateral, fina, automàtica, fenestrada Ø 5mm.x 26mm, long 36cm, Compatible amb endoscòpis Karl Storz o equivalent							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011569	Storz Insert GEORR CLICKLINEØ3mmx30861PS	Pinça d'agafament Clickline GEORR per a pèr-gastroscòpia,conexió unipolar,a/conexió d'irrigació Luer-Lock ,obertura bilateral, Ø 3mm, long 20cm,Mànc mecànic, Vbloqueig 33161,beina ext a/insert de treball 30310PS, Compatible endo Storz o equi							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011670	Storz-Insert p/agaf Kelly3mmx20cm31110MM	Insert per a pinça d'agafament tipus Kelly, de 3,0mm x 20cm de llargària,corbades, amb obertura bilateral, automàtiques. Compatible amb beinesexteriors de ClickLine de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011973	Obturador p/beina cistoureter 22F 27026 BO	Obturador, acer inoxidable,4mm ,22cm de llargària compatible amb beina per a cistoureteroscòpi 22Ch de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012155	Storz-Mànc retractor ventral 3mm 30183	Mànc d'endoscòpia laparoscòpia,per a retractors de ventral,recte,cilíndric,reutilitzable,autoclavable.Compatible amb inserts tipus Clickline de Karl Storz o equi.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012156	Storz-Beina ext aliada Ø3,5mmx20cm 31100	Beina externa metàl·lica, Clickline,per a cirurgia laparoscòpia, aliada, de 3,5mm diàmetre i 20cm de longitud, amb connexió d'irrigació luer-lock per a xarxa, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de diàmetreØ3,5mm i longitud 20cm Storz o equi							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012389	Storz-Insert p/agaf fene 5mmx43cm334100M	Insert per a pinces d'agafament intestinal (budell), deØ 5mm x 43cm de longitud, punta fenestrada,obertura unilateral, 26mm de llargària, autoclavable, reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012577	Storz-Insert pinça agaf 5mmx36cm343100B	Insert per a pinça d'agafament per dissecció i biòpsia,per a endoscòpia laparoscòpia,obertura unilateral,Ø 5 mm x 36 cm de longitud,punta 14mm llarg,Reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012580	Storz-Beina ext 5mmx36cm 30310APG	Beina externa amb insert de pinces. Obertura bilateral amb beina metàl·lica i connexió d'irrigació per a xarxa,Ø5mm i 36 cm longitud,punta 15mm llarg,Reutilitzable.Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80001347	Olympus-Optica 30° Ø3mm A4674A	Òptica de 30° de visió gran angular,diàmetre de 3mm per a histeroscòpia,patró d'aur,autoclavable.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80001384	Olympus-Vàlvula succió endosc. MH-1443	Vàlvula de succió, lliure de lubricant, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb tots els endoscòpis ultrasònics Olympus excepte RF-UM40, MH-908 o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80001385	Olympus-Vàlvula aire/aigua endo MH-1444	Vàlvula de control d'insuflació d'aire/aigua,lliure de lubricant,reutilitzable, autoclavable. Compatible amb tots els endoscòpis ultrasònics Olympus excepte RF-UM40, MH-908 o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002196	Olympus-Cistella T/aua Ø22mm FG-230-1	Cistella extracció càlculs biliars,RF suau,Ø22mm,connec L-L,visible p/fluoroscòpia,Ø canal 2,8mm, long treball 1950mm,punta bala.Per a endoscòpia digestiva.Reutilitzable.Compatible amb Rotocaptor d'emergència mànc integral d'Olympus o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002197	Olympus-Cistella extra Ø20mm FG-301Q	Cistella extracció càlculs i escombrat biliars,filis semirígids,Øcistella 20mm,connec L-L,visible p/fluoroscòpia,Øcanal 2,8mm, long treball 1950mm.F/end digestiva proced/biliars i pancreatics.Reutilitzable.Comp/Rotocaptor emergència mànc int Olympus o equi							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002308	Olympus-Vàlvula aire/aigua endosc MH-438	Vàlvula d'aire/aigua, lliure de lubricant, compatible amb endoscòpis Gastro-Colono-Duodenoscòpis Olympus OES-40, EVS-140, 145, 160, 165, 180, 240, 260 Reutilitzable, autoclavable o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002655	Olympus-Elèc/ganxo mono 5mmx33cm c/s4/4mm	Elèctrode / ganxo per a endoscòpia laparoscòpia, de coagulació i dissecció, connexió monopolar, punta en forma de L, diàmetre 5mm x 33cm longitud, amb clavilla HF de 4mm, reutilitzable. Compatible amb endoscòpis Olympus o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80006330	Mànc Ergo crem pinça agafament Olympus	Mànc Ergo amb cremallera, entallat, ergonòmic, compatible amb les pinces d'agafament HQ Olympus. De pilatx amb connexió fàcil de metall. Autoclavable.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80007100	Olympus-Vàlvula succió endosc. MH-443	Vàlvula de succió, control aire/aigua ,lliure de lubricant. Reutilitzable. Autoclavable. Compatible amb endoscòpis Gastro-Colono-Duodenoscòpis p/Olympus OES-40, EVS-140, 145, 160, 165, 180, 240, 260 o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012326	Olympus-Tap segellat laparosc 3D N4501900	Tap de segellat protector per a videolaparoscòpi 10mm 3D Compatible videolaparoscòpi EndosEye HD 3D o equivalent							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012388	Olympus-Tap segellat endoscòp 0,7mm	Tap segellat per a endoscòp rígid 0,7mm. Compatible amb ureteroscòp compacte tipus OES Pro d'Olympus. Reutilitzable.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012541	Dispositiu fixació guies Olympus EGMAI-2455	Dispositiu fixació,per col·locació de fins a 3 guies(Ø 0.018"-0.035")en colangiografia retrògrada endoscòpia (ERCP),amb vàlvula de biòpsia integrada,exterior. Compatible amb endoscòpis Olympus GIF/PCF/JIF/TF/JIF sèrie 160/170/180/185/190/260/290 o equiv.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012555	Olympus insert treball Albarran A30972A	Insert de treball amb palanca de direcció tipus Albarran, amb dues entrades oberturables, amb bloqueig, d'acer inox. Compatible amb cistoscòpis 19,8,21,22,5 i 25F.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012588	Olympus-Beina obturador p-pic 21F A20913A	Olympus- Beina amb obturador per a cistoureteroscòp, de 21F, extrem distal / punta amb pic. Compatible a ponts i inserts de treball i òptiques d'Olympus o equivalent.							
3	SI	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012736	Olympus-Tap segellat laparosc 3D N5781530	Tap de segellat protector per a videolaparoscòpi 3D MAJ-2366 de punta flexible,de 10mm.Compatible amb videolaparoscòpi EndosEye Flex 3D o equivalent.							
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80000034	Pinça end diges agafame Ø2,3/14,5/1650mm	Pinça d'agafament, en endoscòpia digestiva, amb mandíbula tipus cocodril i dents de ratol, diàmetre de 2,3mm, canal mínim de treball 2,8mm, longitud de treball 1650mm, obertura 14,5mm, beina aliada. Reutilitzable.							
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80000943	Pinça biòp cultera est rodó Ø1,9x1000mm	Pinça per a biòpsia en endoscòpia respiratòria, cultera estàndard rodona sense finestres, diàmetre de canal 2,0mm, Ø1,9mm i longitud de treball 1000+/50mm. Reutilitzable.							
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80012795	Pinça agaf cos estrany Ø2,2x8,0x2000mm	Pinça d'agafament, extractor cossos estranyis en endoscòpia digestiva, boca i dents tipus cocodril,Ø 2,2mm, obertura boca 8mm, longitud treball 2300mm+/50mm, beina aliada. Reutilitzable.							
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80012796	Pinça agaf cos estr a/d Ø2,3x7,0x2300mm	Pinça d'agafament, extractor cossos estranyis en endoscòpia digestiva, boca amb mordasses planes amb dents 1-2 ,Ø 2,3mm, obertura boca 7mm, longitud treball 2300mm+/50mm, beina aliada, reutilitzable.							
5	SI	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012720	Wolf-Sonda intrauterina Cohen 837800	Sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica,Ø32mm,332mm+/10mm, amb connexió Luer-Lock per a la xarxa, autoclavable. Compatible amb cons de R. Wolf o equivalent							
5	SI	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012721	Wolf-Con petit son/intraut Cohen 837890	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida petita, connexió Luer,autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen. de R. Wolf o equivalent							
5	SI	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012722	Wolf-Con gran son/intraut Cohen 837891	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida gran, connexió Luer,autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen. de R. Wolf o equivalent							
6	SI	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80008472	Storz-Sonda intrauterina Cohen 26168 UN	Sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, amb connexió Luer-Lock per a la xarxa, autoclavable. Compatible amb instrumental de Karl Storz o equivalent							
6	SI	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80011222	Storz-Con petit son/intrautCohen26168 US	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpiaginecològica, mida petita, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen (26168 UN) de Karl Storz o equivalent							



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M447UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 62 de 85

LOT	OBL	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIPCIÓ LLARGA	ISO 7153-1	DIN 18298	ISO 13485	ISO 10088-1:2015	Norma UNE-EN ISO 14001:2015 sistema de Gestió Mediambiental	ACER INOXIDABLE	REPOSICIÓ DEL MATERIAL AMB SIGNES D'OXIDACIÓ
						OMPLIR CASELLA AMB UN (S/N/O)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/N/O)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/N/O)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/N/O)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/N/O)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/N/O)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/N/O)
6	SI	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80011222	Storz-Con gran son/IntrauCohen 26168 UL	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpiaginecològica, mida gran, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen 26168 UL de Karl Storz o equivalent.							
2	SI	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012333	Electrode coagula flexible botó 4Fr 40cm	Electrode coagulator flexible monopolar en forma de botó per a cistoscòpia, 4 Fr x 400mm de llarg.							
7	SI	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012334	Electrode coagula flexible botó 3Fr 58cm	Electrode coagulator flexible monopolar en forma de botó per a uretero-endoscòpia, 3 Fr x 580mm de llarg.							
7	SI	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80013339	Wolf-Càn agul injectió 5,0mm Ø1,3mmx35cm	Càmlula amb agulla d'injecció/aspiració, càmlula de Ø4,7mm, agulla de diàmetre de 1,8mm, longitud útil 350mm+/ -10mm, amb connexió luer-lock, acer inoxidable, reutilitzable.							
7	SI	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012430	R.Wolf Màneq modular mon Eragon 83930724	Màneq d'endoscòpia laparoscòpia, altitad de plàstic, p/pinça d'agafament i dissecció, amb connexió monopolar i amb bloqueig, reutilitzable i autoclavable. Compatible amb beina i insert model Eragon de R. Wolf o equivalent.							
7	SI	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012524	Wolf-Insert p/agaf fene 330mm 83931184	Insert pinça d'agafament manual per a endoscòpia laparoscòpia tipus Johann, fenestrada, atraumàtica, mandíbules de 23mm de llarg amb obertura superior, 330mm de llargària, compatible amb beina de Ø5mm i 330mm i mànec de R. Wolf o equivalent.							
7	SI	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012668	Wolf-Electrod/ganxo Ø5mm 34cm 8383423	Electrode de ganxo per a endoscòpia laparoscòpia, per a coagulació i dissecció, punta en forma de L Ø 5mmx34cm+/ -1cm de longitud, beina allistada, connexió monopolar, reutilitzable.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80000151	Cable end Ø4,8mmx250cm llum freda autoact	Cable d'endoscòpia, llum freda de fibra òptica, 4,8mm diàmetre. Mida 250cm. Autoclavable. Compatible amb òptiques i fons de llum d'Asscadul, Karl Storz o equivalent.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80000910	Cable alta freq mono 40cm 350cm banana	Cable d'endoscòpia laparoscòpia, d'alta freqüència monopolar, connector de 4mm a instrument, connector a equip 8mm banana, Mida 350Fr/ -10cm. Autoclavable. Compatible amb equips E.Storz, Erbo, Elmco o equivalent.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80006950	Pinça rot GRASPER fen Ø5mm 36cm CADIERE	Pinça tracció rotatori GRASPER, Ø 5mm, long 36cm, atraumàtica, fenestrada mordaces aced simple. Composta per mànec metàl·lic bloquejat tipus MANHES, beina exterior allistada i controlada i insert de pinça de tracció per a tècnica cirurgia bariàtrica CADIERE.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012742	Pinça biòpsia a/d Ø5,0x310mm P0505R	Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laparoscòpia, recta amb dents, obertura unilateral, Ø5mm i 310Fr/ -10mm de llargària, mànec ergonòmic amb connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig. Reutilitzable. Compos d'insert, beina i mànec.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012743	Pinça biòpsia p/cullera Ø5,0x310mm P0501R	Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laparoscòpia, cullera fenestrada 15mm, obertura unilateral, Ø5mm i 310Fr/ -10mm de llargària, mànec ergonòmic, a/connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig. Reutilitzable. Compos d'insert, beina i mànec.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012744	Pinça biòpsia p/tall Ø5,0x310mm P0502R	Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laparoscòpia, punta amb tall de 14mm, obertura unilateral, Ø5mm i 310Fr/ -10mm de llargària, mànec ergonòmic, a/connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig. Reutilitzable. Compos d'insert, beina i mànec.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012864	Support adaptador òptica Unintrac RT081R	Support articulat adaptador per a òptica endoscòpia, Ø11 de 10mm, reutilitzable, sistema Unintrac o equivalent.							
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012865	Support òptica PEEK Ø10mm Unintrac RT086P	Dispositiu de fixació per a suport d'òptica endoscòpia, Ø10mm, de PEEK, reutilitzable. Compatible amb suport portatíptiques sistema Unintrac o equivalent.							
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80002251	Pinça agarre laropa 5mmx35cm	Pinça d'agarre per a endoscòpia laparoscòpia, completa, giratori, atraumàtica. Diàmetre 5mm, llargària 35 cm. Mànec metàl·lic amb bloqueig i sense connexió monopolar.							
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012376	Clamp vasc Bulldog corb 15mm 4cm 3795-56	Clamp hemostàtic Bulldog De Bailey, mandíbules corbes 1x2 (15mm), amb pressió de tancament de 350Grams, port de sutura, d'acer inoxidable, radioopac, Mida: 4cm.							
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80006800	Clamp Duluca Ø12mm corbat eq-45mm 40cm	Clamp vascular laparoscòpic de Duluca, boca corbada a la esquerra de 12mm de diàmetre i de 45mm de llargària, amb mànec axial d							
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012521	Pinça dissector Ø10mm 37cm p/5cm	Pinça dissector per a cirurgia endoscòpia-laparoscòpia tipus Delattre, no desmuntable, pales corbes semidentades, diàmetre 10mm, mànec angulat extrem distal opac, pales 50mm, longitud total 370Fr/ -10mm. Acer inoxidable. Reutilitzable.							
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80010539	Porta endo laroscòp rect Ø5mmx31cm	Porta agulles per a endoscòpia laparoscòpia, diàmetre 5mm, amb puntes/pales rectes amb orientació de l'agulla, auto-redeçable, tancament de moles, mànec axial recte, d'acer inoxidable. Mida: 31cm							
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80011564	Macroportagull KOH m/re D 1x33cmx36173KAF	Macroportagulltes Koh, amb insert de carbur de tungstè, mànec ergonòmic amb bloqueig desconnectable, bloqueig a la dreta, mandíbules rectes, mida 5mm, longitud 33cm, utilitzar amb sutura Ø10-7/8 i agulles BV, SH o CT-1, específic per a sutura endoscòpia.							
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012681	Tonterra-Porta Loft p/corba E Ø5mm 33cm	Porta agulles punta corbada cap a l'esquerra, per a endoscòpia laparoscòpia, diàmetre 5mm, mànec axial i ergonòmic d'alumini recobert de tefló, mànec cremallera a/6 posicions, connexió Luertock per a neteja. Mida: 33Fr/ -1cm. Reutilitzable.							
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012682	Tonterra-Porta Loft p/corba D Ø5mm 33cm	Porta agulles punta corbada cap a la dreta, per a endoscòpia laparoscòpia, diàmetre 5mm, mànec axial i ergonòmic d'alumini recobert de tefló, mànec cremallera a/6 posicions, connexió Luertock per a neteja. Mida: 33Fr/ -1cm. Reutilitzable.							
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012849	Porta endo laroscòp Ø2,7mm x 250mm	Porta agulles per a endoscòpia laparoscòpia, diàmetre 2,7mm, mànec corb, tancament de cremallera tipus Hegar, 250Fr/ -10mm de longitud de treball, amb port de neteja, acer inoxidable, reutilitzable.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80000475	Pinça biòpsia direc laringea Ø2mm x30 cm	Pinça biòpsia directa laringea acer inox, boca forma cullereta 2mm diàmetre. Mida 30cm.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80001985	Karl Storz - Pinça Kleinasser 21cm 8591AJ	Pinça laringoscòpia, Kleinasser, per a microcirurgia endolaringia, recta, amb boca de cullera, beina reforçada cònicament de distal a proximal de 2mm de diàmetre. Mida 21Fr/ -1cm longitud útil. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80001743	Storz-Portador llum fibr/Øpt 14cm 8590GF	Portador de llum de fibra òptica per a il·luminació distal, 14cm de longitud útil. Compatible amb laringoscopi ref: 8588 BV, 8590 A-JN, 8590 T, 8590 IV/TV i amb diverticuloscopi ref: 12067 A i 12068 A de Karl Storz o equivalent.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80002820	Forceps dent fen Bouchayer 2mm corba eq	Forceps laringi Bouchayer dental fenestrat, corbat a l'esquerra acer inoxidable. Mida 2mm, longitud total 250mm, longitud de treball 222mm (8,7")							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80003456	Karl Storz-Pinça suport llum Benjamin	Pinça suport de llum Benjamin Havas, curta, per a il·luminació proximal. Karl Storz o equivalent.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80009058	Micro pinça endolaring corb amunt D 18cm	Micropinça endolaringea d'agafament corbada cap a dalt a la dreta, estríades, mandíbules amb dents triangulars fenestrades, amb connector de neteja, longitud 18 cm. D'acer inox, reutilitzable, esterilitzable.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80010948	Tisora laringoscòpia recta pu/dreta 25cm	Tisora per a laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringea, recta amb punta extrem distal corbada a la dreta, d'acer inoxidable. Mida extrem de treball: 25cm							



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 63 de 85

LOT	OBL	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIPCIÓ LLARGA	ISO 7153-1	DIN 58298	ISO 13485	ISO 10088-1:2015	Norma UNE-EN ISO 14001:2015 sistema de Gestió Mediambiental	ACER INOXIDABLE	REPOSICIÓ DEL MATERIAL AMB SIGNES D'OXIDACIÓ
						OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)
						En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	S'ha d'indicar a la product data	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'oxidació.
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80010950	Pinça laringoscòpia Blakeley recta 25cm	Pinça per a laringoscòpia, Blakeley, per a microcirurgia endolaringia,recta, d'acer inoxidable. Mida extrem de treball: 25cm							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012223	Traqueoscopi Ø14mm 33cm 10318G	Traqueoscopi d'acer inoxidable, Øextern de 14mm, Øint de 13mm, 33cm de longitud de treball, punta amb bisell, reutilitzable, autoclavable.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012224	Traqueoscopi òptic dilat Ø13mm 30cm 10337R	Traqueoscopi òptic de dilatació, model GRONINGEN, rígid. Ø exterior 13mm, longitud 30cm +/- 1cm, amb marques, extrem distal cònic, extrem proximal amb dispositiu per a oxigen, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb òptiques Hopkins 10005AA i BA o equival							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012225	Traqueoscopi òptic dilat Ø8mm 30cm 10337S	Traqueoscopi òptic de dilatació, model GRONINGEN, rígid. Ø exterior 8mm, longitud 30cm +/- 1cm, amb marques, extrem distal cònic, extrem proximal amb dispositiu per a oxigen, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb òptiques Hopkins 10005AA i BA o equival							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012283	Cànula aspir laringoscòp rect Ø3,5mmx23cm	Cànula per a aspiració laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringia, recta amb recobriment alliant, connexió monopolar, mànec ergonòmic. Mida Ø3,5mmx23 +/- 1cm de llarg. Amb estilet de neteja							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012335	Cànula aspir laringoscòp rect Ø2,5mmx23cm	Cànula per a aspiració laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringia, recta amb recobriment alliant, connexió monopolar, mànec ergonòmic. Mida Ø2,5mmx23 +/- 1cm de llarg.							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012384	Karl Storz-Tisora Kleinsasser rect 8594A	Microtisora laringoscòpia Kleinsasser, per a microcirurgia endolaringia, recta, amb connexió de neteja. Mida: 23 +/- 1cm de longitud útil							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012713	Storz-Tub extr gasos làser laring 8661M	Tub extracció gasos en tractaments amb làser per a laringoscopi quirúrgic, diàmetre 3mm, longitud útil 16cm +/- 1cm, reutilitzable. Compatible amb laringoscopi quirúrgic i adaptador Storz o equivalent							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012714	Storz-Tub extr gasos làser laring 8588M	Tub extracció gasos en tractaments amb làser per a laringoscopi quirúrgic, reutilitzable. Compatible amb Laringoscopi quirúrgic 8588 A/B/V Storz o equivalent							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012715	Pinça agaf Kleinsasser D 23cm 8593BH	Pinça d'agafament per a microcirurgia endolaringia de Kleinsasser, corbada cap a la dreta, estriades, longitud útil 23 +/- 1cm, connexió per a neteja. Compatible amb laringoscopi Karl Storz o equivalent							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012716	Pinça agaf Kleinsasser E 23cm 8593H	Pinça d'agafament per a microcirurgia endolaringia de Kleinsasser, sense bloqueig, mandíbules triangulars, corbes a la esquerra cap amunt, estriades, longitud útil 23 +/- 1cm, connexió per a neteja. Compatible endoscopi Karl Storz o equivalent							
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012738	Support pectoral laringoscopi 34cm 8579KB	Support pectoral per a laringoscopi, per a microcirurgia endolaringia, amb regulació, anell metàl·lic Ø9cmx34cm de llargària, acer inoxidable. Compatible amb laringoscopi 8575 K/KA de Karl Storz o equivalent							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80001029	Karl Storz Pinça bron ped òptic 10020ATA	Pinça òptica per a broncoscòpia pediàtrica de 3,5-4, mànec flexible, longitud 18,5-26cm. Utilitzar amb òptica 10020ATA Karl Storz o equivalent. .							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80001416	Karl Storz Pinça bron ped òptic 10324AA.	Pinça òptica per a broncoscòpia pediàtrica de 3,5-6, mànec flexible, longitud 20-30cm, per extreure cossos estranys tous i forma caçauet. Utilitzar amb òptica 10324AA. Karl Storz o equivalent							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012220	Cànula aspir broncoscòp Ø4mmx50cm 10380A	Cànula per a aspiració en broncoscòpia, rígida, diàmetre 4mm i 30cm +/- 1cm de longitud, d'acer inoxidable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012222	Pinça òptica biòpsia culera 52cm 10350L	Pinça òptica per a biòpsia en endoscòpia bronquial, culera rodona, longitud de treball 45cm +/- 2cm, longitud total de 52cm +/- 2cm, reutilitzable. Compatible amb òptiques Hopkins i tubs broncoscòpia 8,5-7,5 Storz o equivalent							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012226	Optica 0° HOPKINS Ø4,0mmx30cm10005AA	Optica Hopkins 0° per a broncoscòpia, visió frontal, amb conductor de llum de fibra òptica incorporat, de 4,0mm diàmetre, color distints, reutilitzable, autoclavable. Mida: 30cm +/- 1cm. Compatible sistema Karl Storz o equivalent							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012228	Cànula aspir bron recte Ø4mmx50cm 10381A	Cànula per a aspiració en broncoscòpia, recta, amb punta de goma, diàmetre 4mm i 50cm +/- 1cm de longitud útil, d'acer inoxidable, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012229	Cànula aspir bron corb Ø4mmx50cm 10381A	Cànula per a aspiració en broncoscòpia, corbada, amb punta de goma, diàmetre 4mm i 50cm +/- 1cm de longitud útil, d'acer inoxidable, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012230	Pinça endo bronq p/torunda 50cm 10387A	Pinça d'endoscòpia bronquial, portatorunda, amb mànec de ressort, 50cm +/- 2cm de longitud útil, d'acer, reutilitzable, autoclavable.							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012396	Traqueoscopi Ø12mm 33cm 10318F	Traqueoscopi d'acer inoxidable, Øextern de 12mm, Øint de 11mm, 33cm de longitud de treball, punta amb bisell, reutilitzable, autoclavable.							
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toracoscòpia	80012592	Clamp DeBakey s/re 0-E 5mmx6cm/21-31cm	Clamp DeBakey Chitwood sense tre, per a toracoscòpia, amb mandíbula 1x2cm corbada cap a l'esquerra de 6cm, eix de 5mm diàmetre, sense tre (ancament de cremallera), 21 +/- 1cm de longitud treball, 33cm de longitud total, d'acer inoxidable, reutilitzable.							



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 64 de 85

LOT	OBL	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIPCIÓ LLARGA	ISO 7153-1	DIN 58298	ISO 13485	ISO 10088-1:2015	Norma UNE-EN ISO 14001:2015 sistema de Gestió Mediambiental	ACER INOXIDABLE	REPOSICIÓ DEL MATERIAL AMB SIGNES D'OXIDACIÓ
						OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
						En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	S'ha d'indicar a la product data	Presentació autocertificat compromís de reposició del material amb signes d'oxidació.
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-toroscòpia	80012595	Pinça Gering a/fre co/E 5-7mm Z3,5-34cm	Pinça d'agafament i dissociació tipus Gering,per a torascòpia,amb mandíbules corbades cap a l'esquerra,eix cònic de 5mm x 7mm de diàmetre,màncuc amb fre (tancament cremallera),23,5x7-5cm de longitud treball, 34x7-5cm de longitud total,d'acer,reutilitzable							
13	SI	Escalaforador amb tap per a òptica de laparoscòpia	80000239	Termo escalaforament òptica laparoscòpia	Termo per a l'escalfament de l'òptica de laparoscòpia, compost per: termo, base que sosté el recipient de sèrum calent i taps de cautiu.							
13	SI	Escalaforador amb tap per a òptica de laparoscòpia	80005802	Tap cautiu p/termo òptica lapar 80000239	Tap de goma (cautiu), per al tancament de termo per a l'escalfament de l'òptica de laparoscòpia, estèril, un sol ús.							
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80011006	Base torque muntar peça mà CUSA238Hz	Base torque per a muntatge de peces de mà de 238Hz, d'acer inoxidable, autoclavable. Compatible amb peça de mà Cusa de 238Hz C3600 i C2603.C5623 Integra Cusajoe equival							
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012695	Integra-Beina trócar lap Ø10,5 CEV9150A6	Beina de trócar per a endoscòpia laparoscòpia de 10,5mm,roscat,amb clau de pas,longitud 130x7-5mm,autoclavable. Compatible amb tròcars laparoscòpics integra o equivalent							
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012696	Integra-Cap vàlv silic p/trócarCEV127710	Capçal de trócar per a endoscòpia laparoscòpia de 10,5mm, amb vàlvula de silicona i tap de tancament vermell,autoclavable. Compatible amb tròcars laparoscòpics integra o equivalent							
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012697	Integra-Valvula silic p/trócar CEV125Q6	Valvula de silicona per a capçal de trócar per a endoscòpia laparoscòpia de 10,5mm. Compatible amb tròcars laparoscòpics integra o equivalent							
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012698	Integra-Tap segellat p/trócar CEV110P6	Tap de segellat de silicona per a trócar de 10,5mm, color vermell.Compatible amb tròcars laparoscòpics integra o equivalent							
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001034	Storz-Tisora histeros 5Frx40cm 26160 EHW	Tisora per a endoscòpia ginecològica, per a histeroscòpia, semirígida, punta roma, obertura unilateral, de diàmetre 5Fr x 40cm de llargària, d'acer inoxidable. Compatible amb beines de histeroscòpis 26153 BI i 26153 BO de Karl Storz o equivalent							
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001035	Storz-Pinça biop hister5Fr x40cm26160UHW	Pinça per a endoscòpia ginecològica, d'agafament i de biòpsia, per a histeroscòpia, semirígida, obertura bilateral, de diàmetre 5Fr x 40cm de llargària, d'acer inoxidable. Compatible amb beines de histeroscòpis 26153 BI i 26153BO de Karl Storz o equiv							
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001535	Pinça biòpsia a/dents p/histerosc 5Fr34cm	Pinça de biòpsia amb dents, obertura bilateral, per a histeroscòpia. Mida: 5 Fr i llargària 34cm.							
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80012183	Pinça agafam a/d histeroscop7Frx400mm	Pinça d'agafament per a endoscòpia ginecològica,per a histeroscòpia, semirígida,amb dents,obertura bilateral,Mida: 7 Fr i llargària 40cm,màncuc metèlic,canal de neteja connectió L-L, reutilitzable.Comp/histeroscòpis 26153CI i 23153CO de Storz o equivalents							
16	NO	Altres material per a cirurgia endoscòpia	80012325	Trócar 130mm obturador cateter ventricular	Trócar amb obturador rom d'acer inox. Apertura lateral longitudinal per a facilitar la inserció de cateters. Longitud total amb obturador 130x7-5mm, longitud total de la cànula 112,5x7-5mm. DE cànula 4,0 mm. DE obturador rom 3,2 mm. Reutilitzable.							
17	SI	Arthrosc Instrumental per a artroscòpia	80009826	Obturador cònic cirur artroscòpia 4,5mm	Obturador cònic per a cirurgia artroscòpia. Mida: 4,5 mm, d'acer inoxidable.							
17	SI	Arthrosc Instrumental per a artroscòpia	80011698	Cànula inox cirurgia artroscòpia 4,0mm	Beina d'artroscòpi per a òptica de Ø4mm,d'alt flux(High-Flow),tancamentràpid,2 alietes/claus gràtories d'acer inoxidable,autoclavable a 134°.							
18	SI	Fujifim Accessoris Endoscòpia flexible	80012289	Fujifim-Tanc de gas/aigua WT-040	Fujifim-Recipient/Tanc aigua per a endoscòpia flexible digestiva,p/regular submergides CO2 i aigua p/entr/dist endoscop,s'adapta entr/canal aire/aigua Aporta endosc.reutilit.Compatub Gen CT-110 i end/flexible Beina 500/160 de Fujifim o equi							
18	SI	Fujifim Accessoris Endoscòpia flexible	80012385	Fujifim-Tub connectió bomba aigua JT-3RW	Tub connector del canal d'injecció per subministrar aigua a16x6, 134cm. Reutilitzable. Compatible amb equip Fujifim JW-3, WT-3TW o equivalent							



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 65 de 85

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 66 de 85

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D5

Fitxa tècnica fotogràfica



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 67 de 85



ANNEX D5_Fitxa tècnica fotogràfica_CS/CC00/1101417679/25/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

Identificació del producte:

Codi de producte ICS

Referència fabricant

Referència distribuïdor

Marca comercial

Agrupació de lots:

Numero i Descripció del lot:

Denominació general del producte:

Especificacions tècniques

Composició

Mesures

Mètode de d'esterilització

Mètode de rental

Fotografia del producte:

ESPAI RESERVAT PER A LA FOTOGRAFIA DE L'INSTRUMENTAL
(amb la resolució més alta possible)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 68 de 85

Annex D5.2 - Dades generals per complimentar l'Annex D5

Lot	Descripció del lot	Codi de producte ICS	Denominació general del producte
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000148	Storz-Cable endo alt freq mon 26002M
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000149	Storz-Cable endo alt freq mon 279
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000150	Cable end Ø4,8mmx180cm llum freda autocl
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000154	Adaptador L-L a insuflador gas end Storz
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000202	Storz-Cable bip banana 2x4 300cm 26176LA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000205	Evacuador d'Hellik complet
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000206	Storz-Òptica 30"Ø4mmx30cm 27005BA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000345	Storz-Cable endo alt freq mono 277
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000737	Storz-Òptica 30" Ø2,9mm 30cm 26120BA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000897	Storz-Beina int histerosc 4,3mm 26153BI
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000946	Storz-Elèctro coag bolaØ3mmx24Ch 27050N
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001028	Karl-Storz- Broncoscopi ped 3.5x5.7x5mmØ
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001038	Storz -Raspall neteja Ø2mm 150cm 27651AL
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001061	Storz-Focus prismatic prox esof 10101FA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001158	Storz-Tap estanquitat Ø0,8mm 27550A-10
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001309	Karl Storz -Òptica Hopkins 0"2.9mmØ30cm
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001317	Storz-Tap estanquitat tròcar 6127590
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001352	Storz-Òptica 30" Ø5mm 29cm 24046BA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001381	Xeringa Reiner-Alexander vid/acer27218LO
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001472	Recipient vidre p/evacuador d'Ellik
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002211	Storz-Beina cistouretrascop 22Fr 27026B
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002301	Storz -Elèctrode coag punxag 24Ch 27050L
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002541	Storz-Entrada inst obt/ràp 1canal 27001G
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002701	Storz-Òptica 30"Ø4mmx18cm 7230BA/7230BWA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002990	Pinça coducte salivar angu s/dents 15cm
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003290	Karl Storz-Beina exte a/ailla cerà 26F
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003624	Karl Storz-Elèctr coagul angulat 27033EL
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003667	Storz-Pinça cos estrany 7Ch 40cm 27175 A
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003958	Pinça mossegadora 70º 13cm mand 2,5x2mm
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80004910	Storz-Obturador std bein 24-26Ch 27040OC
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80008750	Storz-Goma/vol cautx ad/pinça 4mm6804095
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80008767	Storz-Òptica 30" Ø5mm 21cm 24941BA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80008851	Karl Storz-Tap estanq nefroscop 6127390
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80009429	Storz-Cable alta freqü bipo300cm 26176LV
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011408	Storz-Vàlv silic Ø6mm p/trocar 30160 L1
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011409	K.Storz-Tap estanquitat 50/4 6127590
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011410	K.Storz-Tap estanquitat 50/2,6 6127390
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011415	K.Storz-Junta llavis silicona 7720590
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012177	Storz-Pinça biòp flexØ1,8mmx120cm11001KL
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012221	Storz-Pinça biòp cocod 2,5x550mm 10370HL
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012585	Adapt canal treball òptiques Storz26034V
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012729	Storz-Elèctr/nan tall p/colz 9Ch 27033EG
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012730	Storz-Elèctr/nan coag p/colz 9Ch 27033ER
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012731	Elèctrode/agulla 3CH 53cm 27772AA
1	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012765	Storz-Raspall neteja endoscopi 27652-05
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80000944	Storz-Màneg aïllat s/bloq pinc end 33121
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80001031	Storz-Beina ext met aill 5mmx36cm 33300
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80001036	Storz-Màneg aïllat a/bloq Manhes 33122
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80001040	Karl Storz - Sonda palpadora 5mmØ x 43cm
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80001043	Storz-Insert pinç agafam Ø5m36cm 33310CK
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80001044	Storz-Elèctrod/ganxo Ø5mm 36cm 26775UF
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80001050	Karl Storz-Pinç Robi bi 5mmx36cm 38651ON
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80001417	Storz-Màneg metà girat s/bloq ref33131
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80002252	Pinça agarre laparo cocodril 10mmx35cm
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80003134	Storz-Insert pinç agaf 10mmx36cm 33510RG
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80003354	Storz-Beina exte aïllad 10mmx36cm 33500
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80005432	Storz-Insert pinça agaf 5mm 36cm 33310AF

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 69 de 85

2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80009803	Storz-Insert pinça agaf 5mmx36cm 33310CC
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80009969	Storz-Màneg aïllat connex bipolar 38151
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80009970	Storz-Beina exter aïllada Ø5mmx36cm38600
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80010575	Storz-Insert pinç Robi-Kelly36cm 38610MD
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80010728	Storz-Beina ext met aïll 5mmx43cm 33400
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80010811	Storz-Ectr/ganxo L Ø3mmx20cm mon26870UFS
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011151	Storz-Màneg plàst CLICKLcon/unipol 33152
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011154	Storz-Màneg plàstic CLICKL co/unip 33151
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011168	Storz-Pinça òptica boc/cocodrill 10378HF
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011187	Storz-Insert pinça Robi 5mm 36cm 38610ML
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011294	Storz-Insert p/agaf Kelly3mmx20cm31110ML
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011366	Storz-Sonda palpadora 3mmx20cm 26167TS
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011417	Storz-Beina ext 5cm p/tròcar 6mm 30160G3
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011502	Storz-Insert p/agaf fene 3mmx20cm31110ON
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011527	Anusador endosc extr Ø3.5mmx36cm26167KNL
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011553	Storz-Beina ext aïllad Ø3,5mmx20cm31100M
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011554	Storz-Màneg metà CLICKL ax s/c uni 33146
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011557	Storz-Insert Robi Clerm-Ferr36cm 38610ON
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011562	Storz Insert Babcook CLICKLINE 3mmx20cm
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011566	Storz Insert Mouret CLICKLINEØ5mm33310MN
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011569	Storz Insert GEIGER CLICKLINEØ3mm30361PS
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011670	Storz-Insert p/agaf Kelly3mmx20cm31110MD
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80011973	Obturador p/beina cistouret 22F 27026 BO
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80012155	Storz-Màneg retractor ventall 3mm 30133
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80012156	Storz-Beina ext aïllad Ø3,5mmx20cm 31100
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80012389	Storz-Insert p/agaf fene 5mmx43cm33410ON
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80012577	Storz-Insert pinça agaf 5mmx36cm34310DB
2	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpica	80012580	Storz-Beina ext 5mmx36cm 30310AFG
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80001347	Olympus -Òptica 30° Ø3mm A4674A
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80001384	Olympus-Vàlvula succió endosc MH-1443
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80001385	Olympus-Vàlvula aire/aigua endo MH-1444
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002196	Olympus-Cistella f/suau Ø22mm FG-23Q-1
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002197	Olympus-Cistella extrac Ø20mm FG-301Q
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002308	Olympus-Vàlvula aire/aigua endosc MH-438
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80002655	Olympus-Elèc/ganxo mono 5mmx33cm cla/4mm
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80006330	Màneg Ergo crem pinça agafament Olympus
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80007100	Olympus-Vàlvula succió endosc MH-443
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012326	Olympus-Tap segellat laparos 3D N4501900
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012388	Olympus-Tap segellador endoscop 0,7mm
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012541	Disposit fixac guies Olympus EGMAJ-2455
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012555	Olympus Insert treball Albarran A20972A
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012588	Olympus-Beina+obtur p-pic 21F A20913A
3	Olympus Endoscòpia-laparoscòpia	80012736	Olympus-Tap segellat laparos 3D N5781530
4	Instrumental per a endoscòpia flexible	80000034	Pinça end diges agafame Ø2.3/14,9/1650mm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 70 de 85

4	Instrumental per a endoscòpia flexible	80000943	Pinça biòp cullera est rodó Ø1,9x1000mm
4	Instrumental per a endoscòpia flexible	80012795	Pinça agaf cos estrany Ø2,2x8,0x2300mm
4	Instrumental per a endoscòpia flexible	80012796	Pinça agaf cos estr a/d Ø2,2x7,0x2300mm
5	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012720	Wolf-Sonda intrauterina Cohen 837800
5	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012721	Wolf-Con petit son/intraut Cohen 837890
5	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012722	Wolf-Con gran son/intraut Cohen 837891
6	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80008472	Storz-Sonda intrauterina Cohen 26168 UN
6	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80011222	Storz-Con petit son/intrautCohen26168 US
6	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80011223	Storz-Con gran son/intrautCohen 26168 UL
7	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012333	Elèctrode coagula flexible botó 4Fr 40cm
7	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012334	Elèctrode coagula flexible botó 3Fr 58cm
7	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012359	Wolf-Càn agul injecció 5.0mm Ø1,8mmx35cm
7	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012450	R.Wolf-Màneg modular mon Eragon 83930074
7	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012554	Wolf-Insert p/agaf fene 330mm 8393184
7	R.Wolf Endoscòpia-laparoscòpia	80012668	Wolf-Elèctrod/ganxo Ø5mm 34cm 8383423
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80000151	Cable end Ø4,8mmx250cm llum freda autocl
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80000910	Cable alta freq mono 4mm 350cm banana
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80006950	Pinça rot GRASPER fen Ø5mm 36cm CADIÈRE
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012742	Pinça biòpsia a/d Ø5.0x310mm PO505R
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012743	Pinça biòpsia p/culleraØ5.0x310mm PO501R
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012744	Pinça biòpsia p/tall Ø5.0x310mm PO502R
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012864	Suport adaptador òptica Unitrac RT081R
8	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012865	Disp fix òptica PEEKØ10mm Unitrac RT086P
9	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80002251	Pinça agarre laparo 5mmx35cm
9	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012376	Clamp vasc Bulldog corb 15mm 4cm 3795-56
9	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80006890	Clamp Dulucq Ø12mm corbat esq-45mm 40cm
9	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012531	Pinça dissector Ø10mm 37cm p/5cm
10	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80010539	Porta end laparosc rect Ø5mmx31cm
10	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80011564	Macroportaagul KOH m/re D 5x33cm26173KAF
10	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012681	Tontarra-Porta Loft p/corba E Ø5mm 33cm
10	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012682	Tontarra-Porta Loft p/corba D Ø5mm 33cm
10	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012849	Porta end laparoscòp Ø2,7mm x 250mm
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80000475	Pinça biòpsia direc laringea Ø2mm x30 cm
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80001383	Karl Storz- Pinça Kleinasser 21cm 8591AJ
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80001743	Storz-Portador llum fibr/opt 14cm 8590GF
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80002820	Fòrceps dent fen Bouchayer 2mm corba esq
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80003456	Karl Storz-Pinça suport llum Benjamin
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80009058	Micro pinça endolaring corb amunt D 18cm
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80010948	Tisora laringoscòpia recta pu/dreta 25cm
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80010950	Pinça laringoscòpia Blakesley recta 25cm
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012223	Traqueoscòpi Ø14mm 33cm 10318G
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012224	Traqueoscòp òptic dilatØ12mm 30cm 10337R
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012225	Traqueoscòp òptic dilatØ 8mm 30cm 10337S
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012283	Cànula aspir laringoscò rect Ø3,5mmx23cm



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 71 de 85

11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012335	Cànula aspir laringoscò rect Ø2,5mmx23cm
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012364	Karl Storz-Tisora Kleinsasser rect 8594A
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012713	Storz-Tub extr gasos làser laring 8661M
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012714	Storz-Tub extr gasos làser laring 8588M
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012715	Pinça agaf Kleinsasser D 23cm 8593BH
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012716	Pinça agaf Kleinsasser E 23cm 8593H
11	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012718	Suport pectoral laringoscop 34cm 8575KB
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80001029	Karl Storz Pinça bron ped òptic 10020ATA
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80001416	Karl Storz Pinça bron ped òptic 10324AA.
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012220	Cànula aspir broncoscòp Ø4mmx50cm 10380A
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012222	Pinça òptica biòpsia cullera 52cm 10350L
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012226	Òptica 0° HOPKINS Ø4,0mmx30cm10005AA
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012228	Cànula aspir bron recte Ø4mmx50cm 10381A
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012229	Cànula aspir bron corb Ø4mmx50cm 10381A
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012230	Pinça endo bronq p/torunda 50cm 10387A
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012396	Traqueoscopi Ø12mm 33cm 10318F
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012592	Clamp DeBakey s/fre co-E 5mmx6cm21-31cm
12	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpica	80012593	Pinça Gening a/fre co/E 5-7mm 23,5-34cm
13	Escalfador amb tap per a òptica de laparoscòpia	80000239	Termo escalfament òptica laparoscòpia
13	Escalfador amb tap per a òptica de laparoscòpia	80005802	Tap cautxú p/termo òptica lapar 80000239
14	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80011006	Base torque muntar peça mà CUSA23KHz
14	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012695	Integra-Beina tròcar lap Ø10,5 CEV9150A6
14	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012696	Integra-Cap vàlv silic p/tròcarCEV127T10
14	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012697	Integra-Vàlvula silic p/tròcar CEV125Q6
14	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012698	Integra-Tap segellat p/tròcar CEV110P6
15	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001034	Storz-Tisora histeros 5Fr x40cm 26160 EHW
15	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001035	Storz-Pinça biop hister5Fr x40cm26160UHW
15	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001535	Pinça biòsia a/dents p/histerosc 5Fx34cm
15	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80012183	Pinça agafam a/d histeroscop7Fr x400mm
16	Altres material per a cirurgia endoscòpia	80012325	Tròcar 130mm obturador càterter ventricul
17	Arthrex Instrumental per a artroscòpia	80003826	Obturador cònic cirur artroscòpica 4,5mm
17	Arthrex Instrumental per a artroscòpia	80011698	Cànula inox cirurgia artroscòpica 4,0mm
18	Fujifilm Accessoris Endoscòpia flexible	80012289	Fujifilm-Tanc de gas/aigua WT-04G
18	Fujifilm Accessoris Endoscòpia flexible	80012385	Fujifilm-Tub connexió bomba aigua JT-3RW



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 72 de 85

ANNEX D6

Condicions/Indicacions de rentat de l'instrumental

(format lliure licitador)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 73 de 85

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX E

Llista resum de criteri d'acer inoxidable



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXXC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 74 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000148	Storz-Cable endo alt freq mon 26002M	Cable d'endoscòpia, alta freqüència monopolar, connexió de 4mmØ. Mida: 350cm de longitud. Compatible per a aparells-endoscopis de Karl Storz, models àntics d'Erbe T i Ellman o equivalent	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000149	Storz-Cable endo alt freq mon 279	Cable d'endoscòpia, alta freqüència monopolar, connexió 4 mm de resector a electrobisturí. Mida 300 cm, compatible amb resector i endoscopis Karl Storz o equivalent.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000150	Cable end Ø4,8mmx180cm llum freda autocl	Cable d'endoscòpia, llum freda de fibra òptica, 4,8mm diàmetre. Mida 180cm. Autoclavable. Compatible amb òptiques i fons de llum d'Aesculap, Karl Storz o equivalent	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000154	Adaptador L-L a insuflador gas end Storz	Adaptador per a endoscòpia, metàl·lic, luer-lock mascle Ø9mm, per a tub d'insuflador de gas. Compatible amb endoscopis Karl Storz o equivalent.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000202	Storz-Cable bip banana 2x4 300cm 26176LA	Cable d'endoscòpia, alta freqüència bipolar, per a pinça laparoscòpia, connexió banana, 2 x 4, mida 300cm, compatible a electrobisturí Karl Storz 26020 XA/XB i Autocon, Valleylab, Bircher, Bovie,Bard, Mallis.... Ref: 26176LA.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000205	Evacuador d'Hellik complet	Evacuador d'Hellik complet, compost per recipient de vidre, con amb tub i pera de goma. (80002183 + 80002184 + 80001472)	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000206	Storz-Òptica 30°Ø4mm30cm 27005BA	Òptica Hopkins II de 30° de visió, panoràmica, diàmetre de 4,0 mm, longitud útil de 30 cm, amb conductor de fibra òptica incorporat,codificació de color.Compatible amb resectors i beines per a ginecologia i urologia Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000345	Storz-Cable endo alt freq mono 277	Cable d'endoscòpia, alta freqüència monopolar, connexió 4mm de resector a electrobisturí. Mida 300cm, per a models antics Karl Storz i Erbe T, compatible amb resector i endoscopis Karl Storz o equivalent.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000737	Storz-Òptica 30° Ø2,9mm 30cm 26120BA	Òptica Hopkins II de 30° de visió obbíqua, diàmetre de 2,9mm, longitud útil de 30 cm, amb conductor de fibra òptica incorporat,codificació de color.Compatible amb resectors i beines per a ginecologia i urologia Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000897	Storz-Beina int histerosc 4,3mm 26153BI	Beina interna histeroscopi Ø 5mm per endoscòpia diagnòstica ginecològica tipus Bettocchi,de metall aïllant,amb adaptador Luer-Lock,mida 4,3mm,compatible amb beina extrena 26153BO i òptica d'histeroscòpia 26120 BA i 26120 BHA de Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80000946	Storz-Elèctro coag bolaØ3mm24Ch 27050N	Elèctrode de coagulació monopolar,per endoscòpia urològica, de 24-26Ch,bola de Ø3mm, amb ancoratge d'un pol, color identificatiu groc. Compatible a beines de ressectoscopi de 24-28Ch,adaptable a l'element de treball 27050C/D/E de Karl Storz o equivalent.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001028	Karl-Storz- Broncoscopi ped 3.5x5.7x5mmØ	Karl Storz - Broncoscopi pediàtric amb il·luminació proximal de 3,5, DE 5,7mm, DI 5mm, focus prismàtic i canal de treball per introduir instruments i catèters.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001038	Storz -Raspall neteja Ø2mm 150cm 27651AL	Raspall de neteja flexible per a canals d'instrumental d'endoscòpia urològica, diàmetre extern 2mm. Mida 150cm.Canal de treball 1,2-1,8mm. Compatible amb endoscopis Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001061	Storz-Focus prismàtic prox esof 10101FA	Focus prismàtic de col·locació proximal, amb connexió per a cable de llum de fibra òptica, autoclavable, compatible amb broncoscopis rígids de Karl Storz o equivalent.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001158	Storz-Tap estanquitat Ø0,8mm 27550A-10	Tap d'estanquitat de 0,8mm de diàmetre d'obertura, per a catèters i beines amb canal de treball, reutilitzable. Compatible amb instrumental d'endoscòpia Karl Storz o equivalent.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001309	Karl Storz -Òptica Hopkins 0°2.9mmØ30cm	Karl Storz - Òptica Hopkins de visió frontal 0°, amb connexió per a cable de llum incorporat,codificació de color,per a broscopi pediàtric, de 2,9mm diàmetre, autoclavable. Mida 30cm. Compatible amb broncoscopi Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001317	Storz-Tap estanquitat tròcar 6127590	Tap d'estanquitat per a punxó/tròcar de 11mm i per a reductora 11/6mm de Karl Storz o equivalent.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001352	Storz-Òptica 30° Ø5mm 29cm 24046BA	Optica Hopkins Ø 5mm, visió obliqua de 30°, longitud de treball 29 cm amb transmissió de llum de fibra òptica,autoclavable.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001381	Xeringa Reiner-Alexander vid/acer27218LO	Xeringa evacuadora Reiner-Alexander acer inox i vidre de 150 cc. Consta d'èmbol d'acer inox, cilindre de vidre i adaptador per a connexió a beina cistoscòpia Karl Storz o equivalent.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80001472	Recipient vidre p/evacuador d'Ellik	Recipient de vidre per a evacuador d'Ellik. Compatible amb codis SAP 80000205, 80002183 i 80002184.	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002211	Storz-Beina cistoureteroscop 22Fr 27026B	Beina per a cistoureteroscops amb obturador, de 22Fr, amb dues claus fixes luer-lock, color identificatiu blau. Compatible amb òptiques 27005 AA, 27005 BA, 27005 CA de Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002301	Storz -Elèctrode coag punxag 24Ch 27050L	Elèctrode de coagulació monopolar per a RTU, de 24-26CH, punta de 90º punxeguda, amb ancoratge d'un pol, color identificatiu groc. Compatible a beines de ressectoscopi de 24Ch-28CH, adaptable a l'element de treball 27050C/D/E de Karl Storz o equivalent	X



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 75 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002541	Storz-Entrada inst obt/ràp 1canal 27001G	Entrada per a instrument amb sistema de tancament i obturació ràpid, d'1 canal, compatible amb ureteroscops 2700L/K, nefroscops 27830KA, cistoscops 27030 i minihistoscops 26002 de Karl Storz o equivalent.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002701	Storz-Òptica 30°Ø4mmx18cm 7230BA/7230BWA	Òptica Hopkins II 30°, de visió frontal, de 4mm diàmetre, autoclavable. Mida 18cm amb conductor de fibra optica incorporat. Compatible amb beines ORL i COT de Karl Storz. Referència 7230BA/7230BWA o equivalent.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80002990	Pinça conducte salivar angu s/dents 15cm	Pinça per a conducte salivar angularada recolçada estriada sense dents, acer inoxidable, per a sialoendoscòpia. Mida: 15cm longitud	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003290	Karl Storz-Beina exter a/ailla cerà 26F	Beina externa resectoscopi amb cambra d'aire fixa i aïllament ceràmic, per a la succió i la irrigació contínua de flux, 26 F punta obliqua, codi de color groc. Compatible amb resectors 27040 C/E i 27050 C/D/E/En o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003624	Karl Storz-Elèctr coagul angulat 27033EL	Karl Storz - Elèctrode monopolar de coagulació angulat esmussat compatible amb resectoscopi Karl Storz 27033 AA, Ref: 27033 EL	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003667	Storz-Pinça cos estrany 7Ch 40cm 27175 A	Pinça de extraccio de cossos estranys, flexible, de 7Ch amb obertura bilateral, 40cm de longitud, per a utilitzar amb cistoscop estàndard 27026 i cistoureteroscops universals 27035 BA/BB de Karl Storz o equivalent.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80003958	Pinça mossegadora 70° 13cm mand 2,5x2mm	Pinça mossegadora per a sinus frontals en endoscòpia, amb beina de cadena de baules corbada cap a dalt 70°, tall retrògrad, longitud útil 9cm, petites, mandíbules 2,5x2mm.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80004910	Storz-Obturador std bein 24-26Ch 27040OC	Obturador estàndard, acer inoxidable, compatible amb beines de resectoscopi 24 - 26Ch 27040 SL i 27040 XA i 27050 SL, 27050 XA de Karl Storz per a Urologia i Genecologia. Ref. 27040OC o equivalent.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80008750	Storz-Goma/vol cautx ad/pinça 4mm6804095	Goma / volandera, de cautxú, de diàmetre 4mm, per adaptar resector de terminals bipolars. Compatible amb element de treball / resectors Gyrus de Karl Storz o equivalent	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80008767	Storz-Òptica 30° Ø5mm 21cm 24941BA	Òptica laparoscòpia HopkinsII 30° visió foroblíqua panoràmica, de 5mm Ø, long 21cm, autoclavable. Cirugia laparoscòpia amb conductor de llum de fibra òptica incorporat. Compatible amb instruments distintiu vermell Karl Storz. Ref.24941BA o equivalent.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80008851	Karl Storz-Tap estanq nefroscop 6127390	Tap d'estanquitat de goma/silicona compatible amb nefroscopis i altres instrumentals de 5.0-5.5mm/2.6mm. Compatible amb nefroscopi Karl Storz o equivalent. Ref.6127390	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80009429	Storz-Cable alta freqü bipo300cm 26176LV	Cable d'endoscòpia, d'alta freqüència bipolar, de 300cm longitud, amb distància entre pins de 28,58mm a l'endoll bipolar, reutilitzable. Compat/pinça laparoscòpia bipolar i a/bisturis Karl Storz Autocon i coagulador Valleylab o equivalent. Ref: 26176 LV	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011408	Storz-Vàlv silic Ø6mm p/trocar 30160 L1	Vàlvula de llavis, tancament de seguretat per a entrada i sortida de gas, de silicona, de 6mm de diàmetre. Compatible amb trocars de 6mm de Karl Storz. Ref.30160 L1	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011409	K.Storz-Tap estanquitat 50/4 6127590	Tap d'estanquitat de goma 50/4, per a instruments d'endoscòpia, color blanc. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 6127590	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011410	K.Storz-Tap estanquitat 50/2,6 6127390	Tap d'estanquitat de goma 50/2,6, per a instruments d'endoscòpia, colorblanc. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 6127390	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80011415	K.Storz-Junta llavis silicona 7720590	Junta de llavis de silicona, per a instruments d'endoscòpia. Compatible amb instruments de Karl Storz o equivalent. Ref: 7720590	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012177	Storz-Pinça biòp flexØ1,8mmx120cm11001KL	Karl Storz - Pinça d'endoscopia digestiva, per a biòpsia, flexible,forma cullera rodona, obertura bilateral, de diàmetre 1,8mm x120cm de longitud. Compatible amb endoscopis flexibles de Karl Storz o equivalent. Ref:11001KL	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012221	Storz-Pinça biòp cocod 2,5x550mm 10370HL	Pinça per a biòpsia en endoscòpia respiratòria / bronquial, per extreure cossos estranys, extrem amb dents tipus cocodrill, obertura bilateral, diàmetre beina de 2,5mm, longitud útil de 55cm+/-2cm. Reutilitzable.Compatible a/ broncoscopis Storz o equi.	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012585	Adapt canal treball òptiques Storz26034V	Adaptador pel al canal de treball amb vàlvula de llavis de silicona, compatible amb les òptiques 26034 AA,26036 AA,26038 AA y 26039 AA de l'endoscopi Storz o equivalent	
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012729	Storz-Elèctr/nan tall p/colz 9Ch 27033EG	Elèctrode/nansa de tall,punta colzada, 9Ch, monopolar,color identificatiu groc. Compatible amb resectoscopi 9Ch 27033E de Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012730	Storz-Elèctr/nan coag p/colz 9Ch 27033ER	Elèctrode/nansa de coagulació,punta colzada i punxaguda, 9Ch, monopolar,color identificatiu groc. Compatible amb resectoscopi 9Ch 27033E de Karl Storz o equivalent	X
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012731	Elèctrode/agulla 3CH 53cm 27772AA	Elèctrode d'agulla per a coagulació unipolar de 3CH i 53 cm de longitud,reutilitzable. Compatible amb cistoscopi i cistoureteroscop d'Storz o equivalent	X



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 76 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
1	SI	Karl Storz Endoscòpia-laparoscòpia	80012765	Storz-Raspall neteja endoscopi 27652-05	Raspall de neteja mandíbules tallants per a instrumentral d'endoscòpia.Reutilitzable.	
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80000944	Storz-Mànegc aïllat s/bloq pinc end 33121	Mànegc d'endoscòpia laparoscòpica, aïllat de plàstic, per a pinces/tisores, agafament,dissecció i biòpsia,rotable,amb connexió monopolar i sense bloqueig, reutilitzable.Compatible amb beina i inserts de pinces i tisores model Clickline o equivalent	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001031	Storz-Beina ext met aïll 5mmx36cm 33300	Beina externa, metàl·lica aïllada, per a tisora o pinça d'endoscòpia laparoscòpica, amb connexió d'irrigació luer-lock p/neteja, Ø 5mm x 36cm longitud,no graduada,reutilitzable.Comp/inserts de pinces, tisores i mànegcs Clickline de Karl Storz o equiv.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001036	Storz-Mànegc aïllat a/bloq Manhes 33122	Mànegc d'endoscòpia laparoscòpica,aïllat de plàstic,p/pinces d'agafament,dissecció i biòpsia,rotable,amb connexió monopolar i amb bloqueig de Manhes,reutilitzable.compatible amb beina i inserts de pinces i tisores model Clickline o equivalent	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001040	Karl Storz - Sonda palpadora 5mmØ x 43cm	Sonda palpadora d'endoscòpia de 5 mm diàmetre extern, amb marques en cm i 43 cm de longitud. Reutilitzable	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001043	Storz-Insert pinç agafam Ø5mm36cm 33310CK	Insert per a pinces d'agafament intestinal (budell), de Ø 5mm x 36cm de longitud, punta fenestrada,obertura bilateral, curtes, autoclavable, reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001044	Storz-Elèctrod/ganxo Ø5mm 36cm 26775UF	Elèctrode de ganxo per a endoscòpia laparoscòpica, de coagulació i dissecció, punta en forma de L,Ø5mm,36+/-1cm de llargària,beina aïllada, connexió monopolar mascle.Reutilitzable	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001050	Karl Storz-Pinç Robi bi 5mmx36cm 38651ON	Pinça d'agafament amb coagulació bipolar,desmuntable,rotatòria.Composta: beina aïllada Ø5mm i 36+/-1cm llarg amb connector L-L,insert a/mand/atràumàtiques fenestrades,mànegc plàstic aïllat a/conn/bipolar per a inserts 3,5mm i 5mm.Reutilitzable	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80001417	Storz-Mànegc metà girat s/bloq ref33131	Mànegc d'endoscòpia laparoscòpica, metàl·lic, per a pinces d'agafament i dissecció, sense connexió monopolar, sense bloqueig, reutilitzable. Compatible amb beines i inserts de Karl Storz o equivalent.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80002252	Pinça agarre laparo cocodril 10mmx35cm	Pinça d'agarre per a endoscòpia laparoscòpica, completa, giratòria, amb boca de cocodril amb dents. Diàmetre 10mm, llargària 35 cm.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80003134	Storz-Insert pinç agaf 10mmx36cm 33510RG	Insert per a pinça d'agafament, mandíbules corbades en angle recte, obertura bilateral, de 10mm x 36cm de longitud, per utilitzar amb trocars de 11mm. Compatible amb instruments Clickline de Karl Storz o equivalent.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80003354	Storz-Beina exter aïllad 10mmx36cm 33500	Beina externa aïllada per a cirurgia laparoscòpica, de 10mm diàmetre i 36cm de longitud, connector d'irrigació Luer-Lock per a neteja. Compatible a/ inserts de pinces de diàmetre 10mm i long 36cm i mànegcs 33121, 33122 de Karl Storz. Ref. 33500 o equi	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80005432	Storz-Insert pinça agaf 5mm 36cm 33310AF	Insert per a pinça d'agafament 5 mm atraumatica, fenestrada Click Line, llargària 36 cm, obertura lateral. Compatible amb tub exterior aïllat Karl Storz 33300 i mànegcs 33121, 33122, 33132.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80009803	Storz-Insert pinça agaf 5mmx36cm 33310CC	Insert per a pinça d'agafament intestinal,per a endoscòpia laparoscòpica,obertura unilateral,fenestrades,corbada cap amunt,atraumàtiques,Ø 5 mm x 36cm de longitud,punta de 27mm de llarg,reutilitzable.Compatible amb beina i mànegcs de Karl Storz o eq	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80009969	Storz-Mànegc aïllat connex bipolar 38151	Mànegc de plàstic per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, per a pinces/tisores, d'agafament, dissecció i biòpsia, amb connexió bipolar, reutilitzable. Compatible amb beina exterior 38600 i inserts de pinces i tisores de Karl Storz o equi.	
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80009970	Storz-Beina exter aïllada Ø5mmx36cm38600	Beina externa per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, de 5mm diàmetre i 36cm de longitud, amb connexió d'irrigació luer-lock per a neteja,reutilitzable.Compatible amb inserts de pinces de Ø5mmx36cm long i mànegcs 38151 (Sap80009969) de Karl Storz o equi.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80010575	Storz-Insert pinç Robi-Kelly36cm 38610MD	Insert de pinça d'agafament i dissecció Robi de Kelly, tipus Clermont-Ferrand, obertura bilateral, giratòria, desmuntable, connexió coagulació bipolar, puntes corbes 19mm llarg, Ø 5mm x 36cm longitud útil. Compat/beines i mànegcs de Karl Storz o equiv.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80010728	Storz-Beina ext met aïll 5mmx43cm 33400	Beina externa metàl·lica aïllada, per a tisora o pinça d'endoscòpia laparoscòpica, amb connexió luer-lock per a neteja, de diàmetre 5mm x 43cm de longitud, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces, tisores i mànegcs de Karl Storz o equivalent.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80010811	Storz-Ectr/ganxo L Ø3mmx20cm mon26870UFS	Elèctrode de ganxo per a cirurgia laparoscòpica pediàtrica, de coagulació i dissecció, beina aïllada, connexió monopolar, punta en forma de L reutilitzable, 3mm diàmetre. Mida 20cm. Compatible amb endoscopis Karl Storz o equi	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011151	Storz-Mànegc plàst CLICKLcon/unipol 33152	Mànegc de plàstic CLICKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, amb bloqueig de Manhes, amb connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb inserts i tubs exteriors CLICKLINE de Karl Storz o equivalent	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 77 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011154	Storz-Mànegc plàstic CLICKL co/unip 33151	Mànegc de plàstic CLICKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, sense bloqueix, giratori, aïllat, amb connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb inserts i tubs exteriors de 2,3,5 i 10mm CLICKLINE de Karl Storz o equivalent	
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011168	Storz-Pinça òptica boc/cocodrill 10378HF	Pinça òptica, p/endoscòpia respiratòria-toràcica, amb mandíbules tipus cocodrill, p/agafar cossos estranys durs, dispositiu limitador de força integrat al mànec, adaptador neteja, reutilitzable, autoclavable. Comp/òptica Hopkins Ref: 10324 AA de Karl Storz o equ	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011187	Storz-Insert pinça Robi 5mm 36cm 38610ML	Insert de pinces bipolar Robi, tipus Kelly, model Clermont-Ferrand, p/endoscòpia ginecològica, p/agafament i dissecció, obertura bilateral, de 5mm, 36cm long, distintiu de color, reutilitzable, autoclavable. Comp/beines i mànegcs bipolar Robi de Karl Storz o equ	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011294	Storz-Insert p/agaf Kelly 3mmx20cm 31110ML	Insert per a pinça d'agafament tipus Kelly, de 3mm x 20cm de llargària, corbades, amb obertura bilateral, atraumàtiques. Compatible amb beines exteriors de ClickLine de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011366	Storz-Sonda palpadora 3mmx20cm 26167TS	Karl Storz. Sonda palpadora per a cirurgia endoscòpica, centimetrada , 3mm x 20 cm compatible amb tròcars de 3,5 mm de Karl Storz.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011417	Storz-Beina ext 5cm p/tròcar 6mm 30160G3	Beina externa (camisa) per a tròcar de 6mm per a cirurgia laparoscòpica, longitud útil 5 cm, amb adaptador luer-lock per a insufiació, color distintiu negre-verd. Compatible amb instrument de Karl Storz. Ref.30160 G3	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011502	Storz-Insert p/agaf fene 3mmx20cm 31110ON	Insert per a pinça d'agafament fenestrada, de 3mm x 20cm de llargària, recta, amb obertura unilateral, dentat atraumàtic molt fi. Compatible amb beines exteriors de ClickLine de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011527	Anusador endosc extr Ø3.5mmx36cm 26167KNL	K Storz Anusador per anusat extracorpori, d'acer inoxidable per a endoscòpia laparoscòpica, per utilitzar amb trocars de 3.5mm de diàmetre , 36 cm de llargària.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011553	Storz-Beina ext aïllad Ø3,5mmx20cm 31100M	Beina externa metàl·lica , Clickline, per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, de 3,5mm diàmetre i 20cm de longitud, amb connexió d'irrigació luer-lock per a neteja, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de diàmetre 3,5mm i longitud 20cm Storz o equ	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011554	Storz-Mànegc metà CLICKL ax s/c uni 33146	Mànegc metàl·lic CLICKLINE, per a cirurgia laparoscòpica, axial, amb bloqueix de quirúrgic, giratori, sense connexió per a coagulació unipolar, reutilitzable, autoclavable. Compatible a/inserts de 2, 3, 5 i 10mm CLICKLINE de Karl Storz o equi.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011557	Storz-Insert Robi Clerm-Ferr 36cm 38610ON	Insert pinça d'agafament i dissecció Robi, tipus Clermont-Ferrand, a/dents fines i atraumàtiques, obertura bilateral, fenestrada 18mm llarg, connexió coagulació bipolar, Ø 5mm x 36cm longitud útil. Compatible a/beines i mànegcs de Karl Storz o equ.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011562	Storz Insert Babcook CLICKLINE 3mmx20cm	Insert Clickline pinça d'agafament de Babcook per a endoscòpia laparoscòpica, obertura bilateral, atraumàtica, fenestrada Ø 3mm.x 22mm. long 20cm, Compatible amb beines exteriors Clickline de Ø3,5mm de Karl Storz o equivalent	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011566	Storz Insert Mouret CLICKLINE Ø5mm 33310MN	Insert Clickline pinça d'agafament i dissecció de Mouret per a endoscòpia laparoscòpica, obertura unilateral, fina, atraumàtica, fenestrada Ø 5mm.x 26mm. long 36cm, Compatible amb endoscòpis Karl Storz o equivalent	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011569	Storz Insert GEIGER CLICKLINE Ø3mm 30361PS	Pinça d'agafament Clickline GEIGER per a pilor, giratòries, s/connexió unipolar, a/connexió d'irrigació Luer-Lock , obertura bilateral, Ø 3mm. long 20cm, Mànegc metàl·lic s/bloqueig 33161, beina ext a/insert de treball 30310PS. Compatible endo Storz o equi	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011670	Storz-Insert p/agaf Kelly 3mmx20cm 31110MD	Insert per a pinça d'agafament tipus Kelly, de 3,0mm x 20cm de llargària, corbades, amb obertura bilateral, atraumàtiques. Compatible amb beines exteriors de ClickLine de 3,5mm de mida de Karl Storz o equivalent,	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80011973	Obturador p/beina cistouret 22F 27026 BO	Obturador, acer inoxidable, 4mm , 22cm de llargària compatible amb beina per a cistouretròscops 22Ch de Karl Storz o equivalent.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012155	Storz-Mànegc retractor ventall 3mm 30133	Mànegc d'endoscòpia laparoscòpica, per a retractors de ventall, recte, cilíndric, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb inserts tipus ClickLine de Karl Storz o equ.	
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012156	Storz-Beina ext aïllad Ø3,5mmx20cm 31100	Beina externa metàl·lica , Clickline, per a cirurgia laparoscòpica, aïllada, de 3,5mm diàmetre i 20cm de longitud, amb connexió d'irrigació luer-lock per a neteja, reutilitzable. Compatible amb inserts de pinces de diàmetre 3,5mm i longitud 20cm Storz o equ	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012389	Storz-Insert p/agaf fene 5mmx43cm 33410ON	Insert per a pinces d'agafament intestinal (budell), de Ø 5mm x 43cm de longitud, punta fenestrada, obertura unilateral, 26mm de llargària, autoclavable, reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.	X
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia	80012577	Storz-Insert pinça agaf 5mmx36cm 34310DB	Insert per a pinça d'agafament per dissecció i biòpsia, per a endoscòpia laparoscòpica, obertura unilateral, Ø 5 mm x 36cm de longitud, punta 14mm llarg, reutilitzable. Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.	X



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 78 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
2	SI	Karl Storz Instrumental per a cirurgia laparoscòpia	80012580	Storz-Beina ext 5mmx36cm 30310AFG	Beina externa amb insert de pines. Obertura bilateral amb beina metal·lica i connexió d'irrigació per a neteja.Ø5mm i 36 cm longitud,punta 15mm llarg.Reutilizable.Compatible amb instruments model Clickline de Karl Storz o equivalent.	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80001347	Olympus -Òptica 30° Ø3mm A4674A	Òptica de 30° de visió gran angular,diàmetre de 3mm per a histeroscòpia,patró daurat,autoclavable.	
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80001384	Olympus-Vàlvula succió endosc MH-1443	Vàlvula de succió, lliure de lubricant, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb tots els endoscopis ultrasònics Olympus excepte BF-UM40, MH-908 o equivalent	
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80001385	Olympus-Vàlvula aire/aigua endo MH-1444	Vàlvula de control d'insuflació d'aire/aigua,lliure de lubricant,reutilitzable, autoclavable. Compatible amb tots els endoscopis ultrasònics Olympus excepte BF-UM40, MH-908 o equivalent	
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80002196	Olympus-Cistella f/suau Ø22mm FG-23Q-1	Cistella extracció càlculs biliars,fil suau,Ø22mm,connec L-L,visible p/fluoroscopia,Ø canal 2,8mm,long treball 1950mm,punta bala.Per a endoscopia digestiva.Reutilitzable.Compatible amb litotriptor d'emergència mànec integral d'Olympus o equivalent	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80002197	Olympus-Cistella extrac Ø20mm FG-301Q	Cistella extracció càlculs i escombrat biliar, fils semirígid,Øcistella 20mm,connec L-L,visible p/fluoroscopia,Øcanal 2,8mm,long treball 1950mm.P/end digestiva proced/biliars i pancreatics.Reutilitzable.Comp/litotriptor emergència mànec int Olympus o equ	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80002308	Olympus-Vàlvula aire/aigua endosc MH-438	Vàlvula aire/aigua, lliure de lubricant, compatible amb endoscopis Gastro-Colono-Duodenoscopis Olympus OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260. Reutilitzable, autoclavable.o equivalent.	
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80002655	Olympus-Elèc/ganxo mono 5mmx33cm cla/4mm	Elèctrode / ganxo per a endoscòpia laparoscòpia, de coagulació i dissecció, connexió monopolar, punta en forma de L, diàmetre 5mm x 33cm longitud, amb clavilla HF de 4mm, reutilitzable. Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent.	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80006330	Mànec Ergo crem pinça agafament Olympus	Mànec Ergo amb cremallera, entallat, ergonòmic, compatible amb les pines d'agafament HiQ Olympus. De plàstic amb connexió fàcil de metall. Autoclavable.	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80007100	Olympus-Vàlvula succió endosc MH-443	Vàlvula de succió, control aire/aigua ,lliure de lubricant. Reutilitzable. Autoclavable. Compatible amb endoscopis Gastro-Colono-Duodenoscopis d'Olympus OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260 o equivalent	
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80012326	Olympus-Tap segellat laparos 3D N4501900	Tap de segellat protector per a viodeolaparoscòpi 10mm 3D.Compatible viodelaparoscòpi Endoeye HD 3D o equivalent	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80012388	Olympus-Tap segellador endoscop 0,7mm	Tap segellador per a endoscòp rígid 0,7mm. Compatible amb ureteroscòp compacte tipus OES Pro d'Olympus. Reutilitzable.	
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80012541	Disposit fixac guies Olympus EGMAJ-2455	Dispositiu fixació,per colocació de fins a 3 guies(0.018"-0.035")en colangiografia retrògrada endoscòpica (ERCP),amb vàlvula de biòpsia integrada,estèril. Compatible amb endoscopis Olympus GIF/CF/PCF/JF/TJF/SIF sèrie 160/170/180/185/190/260/290 o equiv.	
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80012555	Olympus Insert treball Albarran A20972A	Insert de treball amb palanca de direcció tipus Albarran, amb dues entrades obturables, amb bloqueig, d'acer inox. Compatible amb cistoscòpis 19,8;21;22,5 i 25Fr.	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80012588	Olympus-Beina+obtur p-pic 21F A20913A	Olympus- Beina amb obturador per a cistoureteroscop, de 21F, extrem distal / punta amb pic. Compatible a ponts i inserts de treball i òptiques d'Olympus o equivalent	X
3	SI	Olympus Endoscòpia- laparoscòpia	80012736	Olympus-Tap segellat laparos 3D N5781530	Tap de segellat protector per a videolaparoscopi 3D MAJ-2266 de punta flexible,de 10mm.Compatible amb videolaparoscopi EndoEye flex 3D o equivalent	X
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80000034	Pinça end diges agafame Ø2.3/14,9/1650mm	Pinça d'agafament, en endoscòpia digestiva, amb mandíbula tipus cocodril i dents de ratolí, diàmetre de 2,3mm, canal mínim de treball 2,8mm, longitud de treball 1650mm, obertura 14,9mm, beina aïllada. Reutilitzable.	X
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80000943	Pinça biòp cullera est rodó Ø1,9x1000mm	Pinça per a biòpsia en endoscòpia respiratòria, cullera estàndard rodona sense finestres, diàmetre de canal 2,0mm, Ø1,9mm i longitud de treball 1000+/-50mm. Reutilitzable.	X
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80012795	Pinça agaf cos estrany Ø2,2x8,0x2300mm	Pinça d'agafament, extractora cossos estranys en endoscòpia digestiva, boca i dents tipus cocodril,Ø 2,2mm, obertura boca 8mm, longitud treball 2300mm+/-50mm, beina aïllada, reutilitzable.	X
4	NO	Instrumental per a endoscòpia flexible	80012796	Pinça agaf cos estr a/d Ø2,2x7,0x2300mm	Pinça d'agafament, extractora cossos estranys en endoscòpia digestiva, boca amb mordasses planes amb dents 1-2 ,Ø 2,2mm, obertura boca 7mm, longitud treball 2300mm+/-50mm, beina aïllada, reutilitzable.	X



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 79 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
5	SI	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012720	Wolf-Sonda intrauterina Cohen 837800	Sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, Ø32mm, 330mm +/- 10mm, amb connexió Luer-Lock per a la neteja, autoclavable. Compatible amb cons de R.Wolf o equivalent	X
5	SI	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012721	Wolf-Con petit son/intraut Cohen 837890	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida petita, connexió Luer, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen de R.Wolf o equivalent	X
5	SI	R.Wolf Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80012722	Wolf-Con gran son/intraut Cohen 837891	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida gran, connexió Luer, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen de R.Wolf o equivalent	X
6	SI	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80008472	Storz-Sonda intrauterina Cohen 26168 UN	Sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, amb connexió Luer-Lock per a la neteja, autoclavable. Compatible amb instrumental de Karl Storz o equivalent	X
6	SI	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80011222	Storz-Con petit son/intraut Cohen 26168 US	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida petita, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen (26168 UN) de Karl Storz o equivalent	X
6	SI	Karl Storz Instrumental per a endoscòpia ginecològica	80011223	Storz-Con gran son/intraut Cohen 26168 UL	Con per a sonda intrauterina de Cohen, per a histeroscòpia d'endoscòpia ginecològica, mida gran, autoclavable. Compatible amb sonda intrauterina Cohen (26168 UN) de Karl Storz o equivalent	X
7	SI	R.Wolf Endoscòpia- laparoscòpia	80012333	Elèctrode coagula flexible botó 4Fr 40cm	Elèctrode coagulador flexible monopolar en forma de botó per a cistoscòpia, 4 Fr x 400mm de llarg.	X
7	SI	R.Wolf Endoscòpia- laparoscòpia	80012334	Elèctrode coagula flexible botó 3Fr 58cm	Elèctrode coagulador flexible monopolar en forma de botó per a uretero-renoscòpia, 3 Fr x 580mm de llarg.	X
7	SI	R.Wolf Endoscòpia- laparoscòpia	80012359	Wolf-Càn agul injecció 5.0mm Ø1,8mmx35cm	Cànula amb agulla d'injecció/aspiració, cànula de Ø4,7mm, agulla de diàmetre de 1,8mm, longitud útil 350mm +/- 10mm, amb connexió luer-lock, acer inox, reutilitzable	X
7	SI	R.Wolf Endoscòpia- laparoscòpia	80012450	R.Wolf-Màneg modular mon Eragon 83930074	Màneg d'endoscòpia laparoscòpia, aïllat de plàstic, p/pines d'agafament i dissecció, amb connexió monopolar i amb bloqueig, reutilitzable i autoclavable. Compatible amb beina i inserts model ERAGON de R.Wolf o equivalent	
7	SI	R.Wolf Endoscòpia- laparoscòpia	80012554	Wolf-Insert p/agaf fene 330mm 8393184	Insert pinça d'agafament manual per a endoscòpia laparoscòpia tipus Johann, fenestrada, atraumàtica, mandíbules de 23mm de llarg amb obertura superior, 330mm de llargària, compatible amb beina de Ø5mm i 330mm i màneg de R. Wolf o equivalent	X
7	SI	R.Wolf Endoscòpia- laparoscòpia	80012668	Wolf-Elèctrod/ganxo Ø5mm 34cm 8383423	Elèctrode de ganxo per a endoscòpia laparoscòpia, per a coagulació i dissecció, punta en forma de L, Ø 5mm x 34cm +/- 1cm de longitud, beina aïllada, connexió monopolar, reutilitzable	X
8	SI	B.Braun endoscòpia- laparoscòpia	80000151	Cable end Ø4,8mmx250cm llum freda autocl	Cable d'endoscòpia, llum freda de fibra òptica, 4,8mm diàmetre. Mida 250cm. Autoclavable. Compatible amb òptiques i fons de llum d'Aesculap, Karl Storz o equivalent	
8	SI	B.Braun endoscòpia- laparoscòpia	80000910	Cable alta freq mono 4mm 350cm banana	Cable d'endoscòpia laparoscòpia, d'alta freqüència monopolar, connector de 4mm a instrument, connector a equip 8mm banana. Mida 350 +/- 10cm. Autoclavable. Compatible amb equips K.Storz, Erbe, Ellman o equivalent	
8	SI	B.Braun endoscòpia- laparoscòpia	80006950	Pinça rot GRASPER fen Ø5mm 36cm CADIERE	Pinça tracció rotatòria GRASPER, Ø 5mm, long 36cm, atraumàtica, fenestrada mordaces acció simple. Composta per màneg metàl·lic blocatge tipus MANHES, beina exterior aïllada i centrimetrada i insert de pinça de tracció. Per a tècnica cirurgia bariàtrica CADIERE.	X
8	SI	B.Braun endoscòpia- laparoscòpia	80012742	Pinça biòpsia a/d Ø5.0x310mm PO505R	Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laparoscòpia, recta amb dents, obertura unilateral, Ø5mm i 310 +/- 10mm de llargària, màneg ergonòmic amb connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig. Reutilitzable. Compost d'insert, beina i màneg	X
8	SI	B.Braun endoscòpia- laparoscòpia	80012743	Pinça biòpsia p/cullera Ø5.0x310mm PO501R	Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laparoscòpia, cullera fenestrada 15mm, obertura unilateral, Ø5mm i 310 +/- 10mm de llargària, màneg ergonòmic a/connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig. Reutilitzable. Compost d'insert, beina i màneg	X
8	SI	B.Braun endoscòpia- laparoscòpia	80012744	Pinça biòpsia p/tall Ø5.0x310mm PO502R	Pinça per a biòpsia completa per a endoscòpia laparoscòpia, punta amb tall de 14mm, obertura unilateral, Ø5mm i 310 +/- 10mm de llargària, màneg ergonòmic a/connexió monopolar de 4mm i sense mecanisme de bloqueig. Reutilitzable. Compost d'insert, beina i màneg	X
8	SI	B.Braun endoscòpia- laparoscòpia	80012864	Suport adaptador òptica Unitrac RT081R	Suport articular adaptador per a òptica endoscòpia, Øint de 10mm, reutilitzable. sistema Unitrac o equivalent	X



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 80 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
8	SI	B.Braun endoscòpia-laparoscòpia	80012865	Disp fix òptica PEEKØ10mm Unitrac RT086P	Dispositiu de fixació per a suport d'òptica endoscòpica,Ø 10mm,de PEEK,reutilitzable.Compatible amb suport portaòptiques sistema Unitrac o equivalent	
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80002251	Pinça agarre laparo 5mmx35cm	Pinça d'agarre per a endoscòpia laparoscòpica, completa, giratòria, atraumàtica. Diàmetre 5mm, llargària 35 cm. Màneg metàl·lic amb bloqueig i sense connexió monopolar.	X
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012376	Clamp vasc Bulldog corb 15mm 4cm 3795-56	Clamp hemostàtic Bulldog De Bakey, mandíbules corbes 1x2 (15mm), amb pressió de tancament de 350grams, port de sutura, d'acer inoxidable, radioopac, Mida: 4cm.	X
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80006890	Clamp Dulucq Ø12mm corbat esq-45mm 40cm		X
9	NO	Instrumental per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012531	Pinça dissector Ø10mm 37cm p/5cm	Pinça dissector per a cirurgia endoscòpica-laparoscòpica tipus Delaitre, no desmuntable,pales corbes semidentades,diàmetre 10mm,màneg angulat ,extrem distal opac,pales 50mm,longitud total 370+/-10mm.Acer inoxidable.Reutilitzable	X
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80010539	Porta end laparosc rect Ø5mmx31cm	Porta agulles per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 5mm, amb puntes/pales rectes amb orientació de l'agulla, auto-redeçable, tancament de molla, màneg axial recte, d'acer inoxidable. Mida: 31cm	X
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80011564	Macroportaagul KOH m/re D 5x33cm26173KAF	Macroportaagulles Koh, amb insert de carbur de tungstè, màneg ergonòmicamb bloqueig desconnectable, bloqueig a la dreta,mandíbules rectes, mida 5mm, longitud 33cm, utilitzar amb sutura 0/0-7/0 i agulles BV,SH o CT-1, Especific per a sutura endoscòpica.	X
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012681	Tontarra-Porta Loft p/corba E Ø5mm 33cm	Porta agulles punta corbada cap a l'esquerra,per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 5mm,màneg axial i ergonòmic d'alumini recobert de teflò,màneg cremallera a/6 posicions,connexió LuerLock per a neteja. Mida: 33+/-1cm.Reutilitzable	X
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012682	Tontarra-Porta Loft p/corba D Ø5mm 33cm	Porta agulles punta corbada cap a la dreta,per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 5mm,màneg axial i ergonòmic d'alumini recobert de teflò,màneg cremallera a/6 posicions,connexió LuerLock per a neteja. Mida: 33+/-1cm.Reutilitzable	X
10	NO	Porta agulles per a cirurgia endoscòpia laparoscòpica	80012849	Porta end laparoscòp Ø2,7mm x 250mm	Porta agulles per a endoscòpia laparoscòpica, diàmetre 2,7mm, màneg corb,tancament de cremallera tipus Hegar, 250+/-10mm de longitud de treball,amb port de neteja,acer inoxidable,reutilitzable.	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80000475	Pinça biòpsia direc laringea Ø2mm x30 cm	Pinça biòpsia directa laringia acer inox, boca forma cullereta 2mm diàmetre. Mida 30cm.	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80001383	Karl Storz- Pinça Kleinsasser 21cm 8591AJ	Pinça laringoscòpica, Kleinsasser, per a microcirurgia endolaríngia, recta, amb boca de cullera, beina reforçada cònicament de distal a proximal de 2mm de diàmetre. Mida 21+/-1cm longitud útil. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80001743	Storz-Portador llum fibr/òpt 14cm 8590GF	Portador de llum de fibra òptica per a il·luminació distal, 14cm de longitud útil. Compatible amb laringoscopis ref: 8588 BV,8590 A-JN, 8590 T,8590 JV/TV i amb diverticuloscopis ref: 12067 A i 12068 A de Karl Storz o equivalent.	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80002820	Fòrceps dent fen Bouchayer 2mm corba esq	Fòrceps laringl Bouchayer dentat fenestrat, corbat a l'esquerre acer inoxidable. Mida 2mm, longitud total 250mm, longitud de treball 222mm (8,7")	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80003456	Karl Storz-Pinça suport llum Benjamin	Pinça suport de llum Benjamin Havas, curta, per a il·luminació proximal.Karl Storz o equivalent.	X



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 81 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80009058	Micro pinça endolaring corb amunt D 18cm	Micropinça endolaringea d'agafament corbada cap a dalt a la dreta, estriades, mandíbules amb dents triangulars fenestrades, amb connector de neteja. Longitud 18 cm. D'acer inox, reutilitzable, esterilitzable.	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80010948	Tisora laringoscòpia recta pu/dreta 25cm	Tisora per a laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringea, recta ambpunta extrem distal corbada a la dreta, d'acer inoxidable. Mida extrem de treball: 25cm	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80010950	Pinça laringoscòpia Blakesley recta 25cm	Pinça per a laringoscòpia, Blakesley, per a microcirurgia endolaringea,recta, d'acer inoxidable. Mida extrem de treball: 25cm	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012223	Traqueoscòpi Ø14mm 33cm 10318G	Traqueoscòpi d'acer inoxidable,Øextern de 14mm,Øint de 13mm,33cm de longitud de treball, punta amb bisell,reutilitzable, autoclavable.	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012224	Traqueoscòp òptic dilatØ12mm 30cm 10337R	Traqueoscopi òptic de dilatació, model GRONINGEN, rígido,Ø exterior 12mm, longitud 30cm+/-1cm, amb marques,extrem distal cònic,extrem proximal amb dispositiu per a oxigen,reutilitzable, autoclavable.Compatible amb òptiques Hopkins 10005AA i BA o equival	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012225	Traqueoscòp òptic dilatØ 8mm 30cm 10337S	Traqueoscopi òptic de dilatació, model GRONINGEN, rígido,Ø exterior 8mm, longitud 30cm+/-1cm, amb marques,extrem distal cònic,extrem proximal amb dispositiu per a oxigen,reutilitzable, autoclavable.Compatible amb òptiques Hopkins 10005AA i BA o equival	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012283	Cànula aspir laringoscò rect Ø3,5mmx23cm	Cànula per a aspiració laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringia,recta amb recobriment aïllant,connexió monopolar,mànec ergonòmic. Mida Ø3,5mmx23+/-1cm de llarg. Amb estilet de neteja	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012335	Cànula aspir laringoscò rect Ø2,5mmx23cm	Cànula per a aspiració laringoscòpia, per a microcirurgia endolaringia,recta amb recobriment aïllant,connexió monopolar,mànec ergonòmic. Mida Ø2,5mmx23+/-1cm de llarg.	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012364	Karl Storz-Tisora Kleinsasser rect 8594A	Microtisora laringoscòpia Kleinsasser, per a microcirurgia endolaringia,recta, amb connexió de neteja. Mida: 23+/-1cm de longitud útil	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012713	Storz-Tub extr gasos làser laring 8661M	Tub extracció gasos en tractaments amb làser per a laringoscop quirúrgic, diàmetre 3mm, longitud útil 16cm+/-1cm, reutilitzable. Compatible amb Laringoscop quirúrgic i adaptador Storz o equivalent	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012714	Storz-Tub extr gasos làser laring 8588M	Tub extracció gasos en tractaments amb làser per a laringoscop quirúrgic, reutilitzable. Compatible amb Laringoscopi quirúrgic 8588 A/B/BV Storz o equivalent	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012715	Pinça agaf Kleinsasser D 23cm 8593BH	Pinça d'agafament per a microcirurgia endolaringia de Kleinsasser, corbada cap a la dreta, estriades, longitud útil 23+/-1cm, connexió per a neteja. Compatible amb laringoscopi Karl Storz o equivalent	X



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62RO2H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 82 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012716	Pinça agaf Kleinsasser E 23cm 8593H	Pinça d'agafament per a microcirurgia endolaringia de Kleinsasser,sensebloqueig, mandíbules triangulars, corbes a la esquerra cap amunt, estriades, longitud útil 23+/-1cm, connexió per a neteja. Compatible endoscopi Karl Storz o equivalent	X
11	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia laringia	80012718	Suport pectoral laringoscop 34cm 8575KB	Suport pectoral per a laringoscopi, per a microcirurgia endolaringia, amb regulació, anell metal·lic Ø9cmx34cm de llargària,acer inoxidable.Compatible amb laringoscopi 8575 K/KA de Karl Storz o equivalent	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80001029	Karl Storz Pinça bron ped òptic 10020ATA	Pinça òptica per a broncoscopi pediàtric de 3,5-4, mànec flexible, longitud 18,5-26cm. Utilitzar amb òptica 10020ATA Karl Storz o equivalent. .	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80001416	Karl Storz Pinça bron ped òptic 10324AA.	Pinça òptica per a broncoscopi pediàtric de 3,5-6, mànec flexible, longitud 20-30cm, per extreure cossos estranys tous i forma cacauet. Utilitzar amb òptica 10324AA.Karl Storz o equivalent	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012220	Cànula aspir broncoscòp Ø4mmx50cm 10380A	Cànula per a aspiració en broncoscòpia, rígida,diàmetre 4mm i 30cm +/-1cm de longitud,d'acer inoxidable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012222	Pinça òptica biòpsia cullera 52cm 10350L	Pinça òptica per a biòpsia en endoscòpia bronquial, cullera rodona, longitud de treball 45cm+/-2cm, longitud total de 52cm+/-2cm,reutilitzable.Compatible amb òptiques Hopkins i tubs broncoscòpia 8,5-7,5 Storz o equivalent	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012226	Òptica 0° HOPKINS Ø4,0mmx30cm10005AA	Òptica Hopkins 0° per a broncoscòpia, visió frontal, amb conductor de llum de fibra òptica incorporat, de 4,0mm diàmetre,color distintiu, reutilitzable, autoclavable. Mida: 30cm+/-1cm.Compatible sistema Karl Storz o equivalent	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012228	Cànula aspir bron recte Ø4mmx50cm 10381A	Cànula per a aspiració en broncoscòpia, recta,amb punta de goma,diàmetre 4mm i 50cm +/-1cm de longitud útil,d'acer inoxidable,reutilitzable,autoclavable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012229	Cànula aspir bron corb Ø4mmx50cm 10381A	Cànula per a aspiració en broncoscòpia,corbada,amb punta de goma,diàmetre 4mm i 50cm +/-1cm de longitud útil,d'acer inoxidable,reutilitzable, autoclavable. Compatible amb endoscopi Karl Storz o equivalent.	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012230	Pinça endo bronq p/torunda 50cm 10387A	Pinça d'endoscòpia bronquial, portatorunda,amb mànec de ressort,50cm+/-2cm de longitud útil,d'acer,reutilitzable, autoclavable.	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012396	Traqueoscopi Ø12mm 33cm 10318F	Traqueoscòpi d'acer inoxidable,Øextern de 12mm,Øint de 11mm,33cm de longitud de treball, punta amb bisell,reutilitzable, autoclavable.	X
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpia-torascòpia	80012592	Clamp DeBakey s/fre co-E 5mmx6cm21-31cm	Clamp DeBakey Chitwood sense fre, per a toracoscòpia, amb mandíbula 1x2corbada cap a l'esquerra de 6cm, eix de 5mm diàmetre, sense fre (tancament de cremallera), 21+/-1cm de longitud treball, 31cm de longitud total, d'acer inoxidable,reutilitzable	X



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 83 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
12	NO	Instrumental i accessoris per a cirurgia endoscòpica-torascòpica	80012593	Pinça Gening a/fre co/E 5-7mm 23,5-34cm	Pinça d'agafament i dissecció tipus Gening, per a torascòpia, amb mandíbules corbades cap a l'esquerra, eix cònic de 5mm a 7mm de diàmetre, mànec amb fre (tancament cremallera), 23,5+/-1cm de longitud treball, 34+/-1cm de longitud total, d'acer, reutilitzable	X
13	SI	Escalfador amb tap per a òptica de laparoscòpia	80000239	Termo escalfament òptica laparoscòpia	Termo per a l'escalfament de l'òptica de laparoscòpia, compost per: termo, base que sosté el recipient de sèrum calent i tps de cautxú.	X
13	SI	Escalfador amb tap per a òptica de laparoscòpia	80005802	Tap cautxú p/termo òptica lapar 80000239	Tap de goma (cautxú), per al tancament de termo per a l'escalfament de l'òptica de laparoscòpia, estèril, un sol ús.	
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80011006	Base torque muntar peça mà CUSA23KHz	Base torque per a muntatge de peces de mà de 23KHz, d'acer inoxidable, autoclavable. Compatible amb peça de mà Cusa de 23KHz C2600 i C2601.C5623 (Integra Cusa) o equivalent	X
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012695	Integra-Beina tròcar lap Ø10,5 CEV9150A6	Beina de tròcar per a endoscòpia laparoscòpica de 10,5mm, rosca, amb clau de pas, longitud 130+/-5mm, autoclavable. Compatible amb tròcars laparoscòpics Integra o equivalent	
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012696	Integra-Cap vàlv silic p/tròcarCEV127T10	Capçal de tròcar per a endoscòpia laparoscòpica de 10,5mm, amb vàlvula de silicona i tap de tancament vermell, autoclavable. Compatible amb tròcars laparoscòpics Integra o equivalent	
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012697	Integra-Vàlvula silic p/tròcar CEV125Q6	Vàlvula de silicona per a capçal de tròcar per a endoscòpia laparoscòpica de 10,5mm. Compatible amb tròcars laparoscòpics Integra o equivalent	
14	SI	Integra Accessoris per a cirurgia endoscòpia laparoscòpia	80012698	Integra-Tap segellat p/tròcar CEV110P6	Tap de segellat de silicona per a tròcar de 10,5mm, color vermell. Compatible amb tròcars laparoscòpics Integra o equivalent	
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001034	Storz-Tisora histeros 5Fr x40cm 26160 EHW	Tisora per a endoscòpia ginecològica, per a histeroscòpia, semirígida, punta roma, obertura unilateral, de diàmetre 5Fr x 40cm de llargària, d'acer inoxidable. Compatible amb beines de histeroscòpis 26153 BI i 26153 BO de Karl Storz o equivalent	X
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001035	Storz-Pinça biop hister5Fr x40cm26160UHW	Pinça per a endoscòpia ginecològica, d'agafament i de biòpsia, per a histeroscòpia, semirígida, obertura bilateral, de diàmetre 5Fr x 40cm de llargària, d'acer inoxidable. Compatible amb beines de histeroscòpis 26153 BI i 26153BO de Karl Storz o equivalent	X
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80001535	Pinça biòsia a/dents p/histerosc 5Fx34cm	Pinça de biòpsia amb dents, obertura bilateral, per a histeroscòpia. Mida: 5 Fr i llargària 34cm.	X
15	SI	Instrumental per a endoscòpia flexible ginecològica	80012183	Pinça agafam a/d histeroscop7Fr x400mm	Pinça d'agafament per a endoscòpia ginecològica, per a histeroscòpia, semirígida, amb dents, obertura bilateral. Mida: 7 Fr i llargària 40cm, mànec metl·lic, canal de neteja connexió L-L, reutilitzable. Comp/histeroscòps 26153CI i 23153CO de Storz o equivalents	X
16	NO	Altres material per a cirurgia endoscòpia	80012325	Tròcar 130mm obturador càterter ventricul	Tròcar amb obturador rom d'acer inox. Apertura lateral longitudinal per a facilitar la inserció de catèters. Longitud total amb obturador 130+/-5mm, longitud total de la cànula 112,5+/-5mm. DE cànula 4,0 mm. DE obturador rom 3,2 mm. Reutilitzable.	X
17	SI	Arthrex Instrumental per a artroscòpia	80003826	Obturador cònic cirur artroscòpica 4,5mm	Obturador cònic per a cirurgia artroscòpica. Mida: 4,5 mm, d'acer inoxidable.	X
17	SI	Arthrex Instrumental per a artroscòpia	80011698	Cànula inox cirurgia artroscòpica 4,0mm	Beina d'artroscòpi per a òptica de Ø4mm, d'alt flux(High-Flow), tancament ràpid, 2 aixetes/claus giratòries. d'acer inoxidable, autoclavable a 134°.	X



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 27/01/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 31/01/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



020T62R02H5OXKC2GE42M47UW99T5WWP

Data creació còpia:
31/01/2025 11:54:04

Pàgina 84 de 85

LOT	OBL.	DESCRIP LOT	SAP	DESCRIP CURTA	DESCRIP LLARGA	ACER INOXIDABLE
18	SI	Fujifilm Accessoris Endoscòpia flexible	80012289	Fujifilm-Tanc de gas/aigua WT-04G	Fujifilm-Recipient/Tanc aigua per a endoscòpia flexible digestiva,p/regular submingas CO2 i aigua p/extr/dist endoscop,s'adapta entr/canal aire/aigua q/porta endosc,reutilitz.Comp/tub gas CT-11G i end/flexibles Sèrie 500/600 de Fujifilm o equ	
18	SI	Fujifilm Accessoris Endoscòpia flexible	80012385	Fujifilm-Tub connexió bomba aigua JT-3RW	Tub connector del canal d'injecció per subministrar aigua estèril, 134cm, Reutilitzable. Compatible amb equip Fujifilm JW-3, WT-3JW o equivalent	

Nota: Tots els articles que inclouen una creu a la columna d'acer inoxidable han de ser fabricats amb aquest material.