



Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL,
SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT I MATERIAL
FUNGIBLE NECESSARI PER UN SISTEMA INTEGRAL PER LA
GESTIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS I FUMS QUIRÚRGICS DEL
CONSORCI SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF**

Exp: CSAPG PN 2025/05



ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT	3
3. EQUIPS EN CESSIÓ	4
4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.....	4
5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	5
6. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS	6
7. GARANTIA	6
8. FORMACIÓ.....	7
9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	7
10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	7
 ANNEX 1 - CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES.....	9
ANNEX 2 – DADES EQUIP/S ADJUDICATARIS	10

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENT I MATERIAL FUNGIBLE NECESSARI PER UN SISTEMA INTEGRAL PER LA GESTIÓ DE RESIDUS LÍQUIDS I FUMS QUIRÚRGICS DEL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS GARRAF.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament de l'equipament i material fungible necessari per un sistema integral per la gestió de residus líquids i fums quirúrgics per als blocs quirúrgics del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG). D'acord amb les característiques tècniques i condicions definides al present document.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

Es subministraran tres (3) equips i dos (2) estacions de treball pels blocs quirúrgics de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i l'Hospital Residència Sant Camil del CSAPG.

El equips i el material fungible s'haurà d'entregar a l'àrea quirúrgica o magatzem, segons s'indiqui, a l'adreça que figurei a la comanda; principalment serà en aquests dos hospitals:

- **Hospital Comarcal de l'Alt Penedès**

Carrer Espirall, 61

08720 - Vilafranca del Penedès

- **Hospital Residència Sant Camil**

Ronda Sant Camil, s/n

08810 – Sant Pere de Ribes

Per canvis organitzatius i/o logístics, durant el contracte i prèrrogues, podran canviar la ubicació dels magatzems i horaris d'entrega del material, sense que aquests canvis puguin suposar en cap cas una modificació del preu d'adjudicació.

Les quantitats a consumir pel termini d'execució del contracte són:

CODI	Breu descripció	Quantitats a consumir durada del contracte	Preu unitari d'IVA	màxim abans	%IVA	Preu màxim licitació d'IVA
103770	DETERGENT NEPTUNE	6 UNITATS	105 €		21%	630,00 €

102489	FILTRE NEPTUNE (ASPRADOR QUIROFAN)	4.000,00 UNITATS	30,000 €	21%	120.000,00 €
--------	---------------------------------------	------------------	----------	-----	--------------

Codi	Breu descripció	Quantitat anual estimada	Preu màxim S/IVA	IVA LICITACIÓ	Preu màxim licitació S/IVA
103770	DETERGENT NEPTUNE	10	- € -		- €
102489	FILTRE NEPTUNE (ASPIRADOR QUIROFAN)	1.440	30,000 €	21%	43.200,00 €

3. EQUIPS EN CESSIÓ

El proveïdor adjudicatari haurà de subministrar tres (3) equips Neptune i dos (2) estacions pels equips.

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques tècniques mínimes de l'equipament i fungible a subministrar consten a l'Annex 1 del present Plec de Prescripcions Tècniques.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

Tot el material fungible haurà de ser:

- Estèril.
- Lliure de làtex, DEHP i PVC.
- Material d'un sol ús.
- Segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.
- Certificat MDR.
- Caducitat del material fungible superior a 2 anys en el moment de l'entrega del producte.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades, podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

L'equip haurà de ser de nova fabricació (fabricat durant l'any 2024 o posterior) i d'última generació, ha de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària i ha de ser lliure de làtex.

El licitador haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament, com a mínim durant els següents 10 anys a la data d'adquisició dels mateixos.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

Per tant, l'adjudicatari haurà de:

- Subministrar els equips (inclosos els accessoris) en el termini de quatre (4) setmanes a comptar des de la data de cada comanda.
- Entrega del material fungible en 48 hores des de la data de comanda. En cas de trencament d'estoc el proveïdor ho haurà de comunicar i haurà de subministrar un material alternatiu, sense que representi cap cost addicional pel CSAPG.
- Embalar els equips convenientment per tal que arribin en perfectes condicions.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Muntatge en cas de ser necessari.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava.
- Presentar un manual amb les indicacions per a la neteja i desinfecció de l'equip, tot indicant els productes aptes.
- La instal·lació i posada en marxa es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i amb presència del personal del servei a qui va dirigit.
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor. L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - Número de comanda
 - Número d'albarà
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.
- Desmuntatge i retirada de l'equip o equips obsolets si així ho indica el CSAPG.
- La instal·lació es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i s'haurà d'informar al departament de compres cinc (5) dies hàbils abans que s'efectui l'entrega. En cas de ser necessari el CSAPG podrà retardar l'entrega.

- Un cop instal·lats els equips, l'empresa realitzarà una prova de funcionament en presència del personal tècnic, així com del cap de servei, i realitzada la prova amb resultats satisfactoris es signarà l'acta de recepció de l'equip, des del punt de vista tècnica i assistencial. Aquestes tasques s'hauran de realitzar com a màxim en 10 dies després de la posta en marxa.

L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament i muntatge de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin, l'empresa adjudicatària precisarà la seva aprovació, per el que ho haurà de comunicar prèviament per escrit a CSAPG.

6. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, el CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	2% de l'import de la comanda, per cada dia de demora
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	Fins a un 10% de l'import de la comanda

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà l'equip lliurat que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari. En aquest cas el CSAPG podrà desestimar el contracte i adjudicar al segon proveïdor amb major puntuació.

7. GARANTIA

El termini de garantia dels equips serà durant tota la vigència del contracte. Durant la garantia el proveïdor es farà càrrec de:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució de l'equip o peces per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces. Actualitzacions de software.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos.

Aquesta garantia **inclourà** les actualitzacions dels equips, així com la resolució de totes les anomalies i possibles vicis ocults dels recanvis o nous programes i/o actualitzacions dels llits, com a mínim durant el període de garantia de l'equip.

El subministrament ha de complir en tot moment, amb els requeriments legals vigents en la matèria en el moment de la seva contractació

8. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària ha de realitzar formació completa sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig de l'equip al personal tècnic de manteniment, electromedicina i assistencial del CSAPG. L'objectiu de la formació és que el personal adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat i òptim ús de l'equip, tant a nivell operatiu com funcional.

Quan es produeixi qualsevol modificació, actualització de l'equip o així ho requereixi el CSAPG, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar la formació del personal del CSAPG, en els mateixos termes senyalats més amunt.

L'adjudicatari haurà de proporcionar un vídeo on s'expliqui breument el funcionament de l'equip per tal que sigui utilitzat en formacions internes del CSAPG.

9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la comanda pot ser retornada.

Els proveïdors adjudicataris només podran presentar una factura mensual, en el supòsit que hi hagi diverses comandes aquestes hauran de quedar agrupades totes en la mateixa factura. En cas contrari el CSAPG retornarà les factures.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf.



Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CSAPG PN 2025/05
SISTEMA INTEGRAL PER LA GESTIÓ DE
RESIDUS LÍQUIDS I FUMS QUIRÚRGICS

ANNEX 1 - CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Característiques mínimes tècniques
Sistema mòbil recol·lector amb bomba d'aspiració pròpia, completament tancat amb 2 recipients independents i comunicats entre ells.
Cada un dels recipients disposa d'aspiració autònoma, permetent la possibilitat de regular independentment el nivell d'aspiració i gestionar de forma simultània diferents nivells de succió.
L'equip ha de tenir dos ports d'inserció de filtres amb vàlvules de tancament.
Filtres per la recol·lecció del líquid quirúrgic amb vàlvules antiretorn i antigoteig.
Possibilitat de visualitzar o amagar el líquid quirúrgic aspirat en cada recipient.
Suport/pal de sèrum motoritzat.
L'equip sistema mòbil ha de tenir la possibilitat d'insertar un filtre ULPA per l'evacuació del fum quirúrgic.
Sistema d'acoblament automàtic amb connexió hidràulica a l'estació de descarregar per la eliminació del líquid quirúrgic.
Diferents programes de neteja.
Introducció automàtica de detergent per al buidat a l'estació de descarrega.

ANNEX 2 – DADES EQUIP/S ADJUDICATARIS

El licitador adjudicatari haurà de complimentar el document adjunt i fer-lo arribar al departament de compres del CSAPG 5 dies hàbils abans de l'entrega de l'equip.

En cas que l'equip tingui diferents components s'haurà d'indicar la relació de nom, marca, model i número de sèrie per cadascun d'ells.

Nom de l'equip:

Marca:

Model:

Número de sèrie: