



Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER AL CONSULTORI MÈDIC MUNICIPAL PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE

1.1. Descripció

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament del següent material mèdic amb les funcions i característiques que a continuació s'exposen:

MATERIAL MÈDIC			
SUBMINISTRAMENT	QUANTITAT	FUNCIONS	CARACTERÍSTIQUES
Ecògraf digital portàtil	1,00	- eTOUCH - TEI - Auto-Ajust - HD-Zoom - HD-CFM - PW/CW - ADM - Mode Dúplex i Triplex - X-FLOW - PWRD - TP-VIEW - X-VIEW - M-VIEW - STEERING B-MODE 3D - R.T.A	- Monitor HD 15.6" Wide Screen -16/9 LCD d'alta resolució - Imatge en Pantalla Completa - Pantalla de control tàctil de 9" - Panell de control amb ajustament digital d'il·luminació LED - Tecles per l'activació de funcions com B-Mode, M-Mode, 3D/4D, CFM, PW, CW. - Tecles per imatge dual, autoajustament, 8 7GC amb controls per lliscar - Comandaments multifunció per la imatge i doppler color. - Rang de freqüències (1-22 MHz) - Suport informàtic amb Windows 10 - Monitor principal amb rotació de +90° - Dos connectors actius per sondes
Transductors	2,00		- Lineal L 4-15 Multifreqüència (4,0 – 15,0 MHz) - Convex, model AC 2541 (1.0 – 8.0 MHz)
Carro ajustable a l'altura (millora d'equipament sense cost per l'Ajuntament)	1,00		Carro amb quatre rodes multidireccionals, sistema de fre i ajustament a l'altura





Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

			• Espai per ubicació de perifèrics • Suports per sondes, cables ECG i gel
Llicència General Imaging	1,00		• Activar i utilitzar funcions d'imatge avançada
Llicència Dicom	1,00		• Capturar, emmagatzemar, transmetre i visualitzar imatges mèdiques. • Integració amb sistemes PACS (Picture Archiving and Communication System) i HIS (Hospital Information System).

No s'admetran llicències necessàries pel correcte funcionament de l'equip i que requereixin de pagaments addicionals obligatoris no contemplats en la oferta.

1.2. Divisió amb lots

D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i sens perjudici de la regla general, l'objecte del contracte no es divideix en lots atès la impossibilitat donada per l'objecte del present contracte, tractant-se de la prestació de subministrament d'un únic equipament/material de l'àmbit de la salut/mèdic.

1.3. Codi d'identificació de les prestacions objecte del contracte

CPV:

33100000-0 – equips mèdics

33112200-0 – ecògraf

33112000-8 – equip d'imatgeria ecogràfica, Doppler i per ultrasons

CLÀUSULA SEGONA. IMPORTS DE REFERÈNCIA

MATERIAL MÈDIC	
SUBMINISTRAMENT	Import(*)
Ecògraf digital portàtil	13.990,00 €
Transductor Lineal L 4-15 Multifreqüència (4,0 – 15,0 MHz)	
Llicència General Imaging	
Llicència Dicom	
Transductor Convex, model AC 2541 (1,0 – 8,0 MHz)	3.000,00 €





Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

(*)Els imports no inclouen IVA.

CLÀUSULA TERCERA. ADREÇA DESTINATÀRIA DEL SUBMINISTRAMENT

Equipament municipal	Adreça	Horari (a efectes d'entrega)
Consultori mèdic de Vallfogona de Balaguer	C/Major, 1 (25680), Lleida.	Variable. Cal avís previ a les oficines de l'Ajuntament.

CLÀUSULA QUARTA. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

4.1. Si el producte lliurat no és de qualitat equivalent, s'entén que el lliurament és defectuós, se'n requerirà la substitució i s'aplicarà la penalitat corresponent per demora, la qual s'ha de computar des de la petició inicial no atesa correctament.

4.2. Tots els materials hauran de ser totalment nous. Així doncs, no s'accepten ofertes que incloguin materials de segona mà. Els articles han de complir totes les disposicions vigents sobre la matèries i de les successives que s'hi publiquin durant el decurs del contracte. En particular, tots els articles hauran de reunir les condicions de seguretat que específicament s'hi estableixin, d'acord amb la legislació vigent.

4.3. El percentatge de rebaixa ofert pel licitador ha de romandre fix i invariable durant la vigència del contracte.

Vallfogona de Balaguer, **DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.**

L'alcalde,

Xavier Castellana Benseny

