

Exp.: 2025/59

Tipus: Subministrament

Procediment: Acord marc amb un únic proveïdor mitjançant procediment obert

Objecte: Subministrament de circuits i accessoris respiratoris: filtres, connectors, incentivadors, traqueotomies, reanimadors, nebulitzadors, i altres amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona

Promotor: Recursos materials - Direcció d'Infermeria i Serveis Generals

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

I.- En data 17 de juny de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació esmentat, així com els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen aquest procediment.

II.- En data 18 de juny de 2025 es va publicar l'anunci de licitació al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona i es va trametre al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), que es va publicar el 19 de juny de 2025.

III. Posteriorment, el 27 de juny de 2025, es va publicar una resolució d'esmena dels plecs motiu pel qual es va establir com a data límit de presentació d'ofertes el dia 28 de juliol de 2025, a les 14:00 hores.

IV.- Amb l'objectiu de fomentar una major concurrència i, alhora, garantir l'adequació tècnica als requeriments assistencials del servei, es considera necessari introduir determinades modificacions al PPT, de conformitat amb els principis de transparència, igualtat de tracte, lliure concurrència i proporcionalitat (articles 1 i 28 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)).

V.- Aquesta modificació suposa un canvi substancial en el contingut dels plecs, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix l'article 136.2 de la LCSP, resulta preceptiu prorrogar el termini de presentació d'ofertes, en compliment de l'article 124.2 de la mateixa Llei. Aquest nou termini serà publicat degudament al Perfil de Contractant.

ÉS PER TOT AIXÒ QUE,

RESOLC

PRIMER.- Modificació de la clàusula 2.3.1 del PPT (lot 26)

Es modifica la clàusula 2.3.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, referida als monitors per a nebulització del lot 26, per tal d'ampliar les opcions tècniques admeses i facilitar una major participació de licitadors, sense perjudici dels requeriments assistencials. Per tant:

El redactat anterior:

"2.3.1. Característiques tècniques del monitor per nebulitzacions, hauran de disposar dels següents requeriments:

- *Dimensió reduïda i baix pes*
- *Cable adaptador CA/CC, botó d'encès i apagat*
- *Indicadors per a selecció del cicle de nebulització*
- *Bateria recarregable interna*
- *Suport de muntatge per barra tècnica*
- *Baix consum d'energia en carga i durant la nebulització*

És imprescindible la presentació de 1 unitat de mostra per cada lot de l'equip en cessió junt amb les unitats requerides de fungible com a mostres."

Queda substituït pel següent:

"Per al lot 26: Dispositius anomenat "Monitors per a nebulització"

El número total de mòduls de control per nebulitzar serà fins a 140 unitats a l'inici del contracte i tots els necessàries en concepte de reposició. Si per raons d'increment de consum es precisés més mòduls, l'adjudicatari està obligat a fer entrega en les mateixes condicions i sense càrrec addicional fins un 20% més de les unitats estimades durant tot el contracte.

2.3.1. Característiques tècniques del monitor per nebulitzacions, hauran de disposar dels següents requeriments:

- **Dimensió reduïda i baix pes**
- **Cable adaptador CA/CC**
- **Botó d'encès i apagat**
- **Suport de muntatge per barra tècnica**

És imprescindible la presentació de 1 unitat de mostra per a cada lot de l'equip en cessió junt amb les unitats requerides de fungible com a mostres."

SEGON.- Modificació del lot 9, article 14 (Annex ACO 1)

Per tal d'afavorir la concurrència mantenint l'adequació a l'ús clínic, es modifica la descripció tècnica del lot 9, article 14, **substituint el redactat:**

"Cambra d'inhalació de fàrmacs (MDI), en aerosol, volum aprox. 145ml, filtre estàndard Ø22mm, adaptador universal i vàlvula unidireccional de doble funció inspiració/expiració. Sense làtex."

Per aquest:

"Cambra d'inhalació de fàrmacs (MDI), en aerosol, volum dins d'un rang de 140-200ml, filtre estàndard Ø22mm, adaptador universal i vàlvula unidireccional de doble funció inspiració/expiració. Sense làtex."

TERCER.- Aclariments tècnics

Atenent a les consultes formulades per operadors econòmics, es procedeix a efectuar els aclariments següents:

- **Lot 1 (articles 1 i 2):** La línia de capnografia és compatible amb tecnologia MICROSTEAM.
- **Lot 17 (article 23):** El model de bressol corresponent és Resucitaire.
- **Lot 18:** El nombre de mostres requerides és de 10 unitats, i no 100, per tractar-se d'un error tipogràfic.
- **Lot 32 (article 44):** Els filtres requerits són d'ús específic per a ventiladors.

QUART.- Aprovació del nou PPT

S'aprova el nou text del Plec de Prescripcions Tècniques, que inclou les modificacions indicades.

La descripció tècnica modificada del lot 9 (article 14) prevaldrà sobre la resta de documents, i vincularà a les empreses licitadores, encara que els annexos no s'hagin modificat.

CINQUÈ.- Publicació i ampliació del termini

Es disposa la publicació d'aquesta resolució al Perfil de Contractant de l'Hospital Clínic de Barcelona, i s'establirà un **nou termini per a la presentació d'ofertes**, conforme amb el que preveu l'article 124.2 de la LCSP.

Barcelona,

Josep M^a Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)