

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA

SCS-2025-165 Subministrament de carros auxiliars petits, tauletes de nit i butaques abatibles elèctriques destinades al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Universitari Josep Trueta i a l'Hospital de Dia de l'ICO Girona

Lot 1 CARROS AUXILIARS PETITS

4230050800 Carro auxiliar cinc calaixos petit

S'han presentat 3 ofertes:

BASTOS MEDICAL, S.L.; marca/model: INSAUSTI / Q107

NACIL MEDICA 4 GROUP SL; marca/model: INMOCLINC / 10400

SMARTHEALTH LOGISTICS, SL; marca/model: Villard / 1005.11

Les ofertes presentades per les empreses NACIL MEDICA 4 GROUP SL i SMARTHEALTH LOGISTICS, SL queden excloses per manca de presentació de la mostra.

L'oferta restant compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

Lot 1 (fins a 33 punts)	BASTOS
1.1. Característiques tècniques (fins a 21 punts)	21,00
1.2. Valoració de mostres (fins a 12 punts)	12,00
Puntuació total	33,00

Atès que només s'ha avaluat una oferta, no és necessària l'aplicació de la fórmula de maximització dels criteris de judici de valor, indicada al quadre de característiques.

4230050800 Carro auxiliar cinc calaixos petit		Puntuació màxima		BASTOS MEDICAL, SL
SCS-2025-165	Subministrament de carros auxiliars petits, tauletes de nit i butaques abatibles elèctriques destinades al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Universitari Josep Trueta i a l'Hospital de Dia de l'ICO Girona	33,00	Puntuació total	INSAUSTI / Q107
		33,00		

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	
1.1. Característiques tècniques Característiques a valorar Estructura interna d'acer inoxidable i qualitat de l'acer. Indicar segons estàndard AISI i acreditar-ho Punt d'acoblament entre les rodes i el carro que garantitzi l'estabilitat de la roda Calaix addicional, de mida mitjana Rodes de major diàmetre Rodes giratòries 360º Nansa per facilitar mobilitat Elements de protecció elàstics situats perimetralment que evitin el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes	21,00	21,00	
	3	3	Acer AISI 304. Adjunten certificat de components del fabricant
	4	4	Sí
	5	5	Sí, té 6 calaixos
	2	2	Sí, superior, rodes de 125 mm
	2	2	Sí
	2	2	Incorpora nansa
	3	3	Les rodes tenen topalls de protecció elàstics
	12,00	12,00	
1.2. Valoració de mostres Característiques a valorar Adequació a les necessitats del servei i ergonomia Robustesa, mantenibilitat i acabats Facilitat de neteja	4,5	4,5	S'adjunta informe del centre
	4,5	4,5	S'adjunta informe del centre
	3	3	S'adjunta informe del centre

Lot 2 TAULETES DE NIT

4132080100 Tauleta de nit clínica

S'ha presentat 1 oferta:

GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.; marca/model: Givas / HC8130

L'oferta presentada compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

Lot 2 (fins a 22 punts)	GIVAS
1.1. Característiques tècniques (fins a 12 punts)	12,00
1.2. Valoració de mostres (fins a 10 punts)	10,00
Puntuació total	22,00

Atès que només s'ha avaluat una oferta, no és necessària l'aplicació de la fórmula de maximització dels criteris de judici de valor, indicada al quadre de característiques.

4132080100 Tauleta de nit clínica		Puntuació màxima	GIVAS EQUIPAMENT IBERICA, SL	
SCS-2025-165	Subministrament de carros auxiliars petits, tauletes de nit i butaques abatibles elèctriques destinades al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Universitari Josep Trueta i a l'Hospital de Dia de l'ICO Girona	22,00	Puntuació total	Givas / HC8130
			22,00	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima		
1.1. Característiques tècniques		12,00	12,00	
Característiques a valorar				
Mides el més aproximades possibles al que es demana		4	4,00	47x45x86 cm, mides molt similars a les demanades
Capacitat del calaix superior		2	2,00	7,56 litres
Capacitat de l'armari inferior		2	2,00	48,56 litres
Major carta de colors disponibles		4	4,00	8 colors
1.2. Valoració de mostres		10,00	10,00	
Característiques a valorar				
Maniobrabilitat i ergonomia		4	4	S'adjunta informe del centre
Robustesa, mantenibilitat i acabats		3	3	S'adjunta informe del centre
Facilitat de neteja		3	3	S'adjunta informe del centre

Lot 3 BUTAQUES HOSPITAL DE DIA

4210500400 Butaca abatible elèctrica amb reposacames

S'han presentat 3 ofertes:

GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.; marca/model: Givas / AP4300

LINET IBERIA SL; marca/model: LINET / PURA

MASIA INDUSTRIAL MEDICA, S.A.; marca/model: MASIA / SD4009

L'oferta presentada per l'empresa LINET IBERIA SL queda exclosa ja que la mostra lliurada no disposa de les dues tauletes abatibles requerides al punt 24 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). Tal com s'indica al Plec de Clàusules Administratives i a l'avís a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública:

Els productes presentats com a mostra han de ser igual al producte ofert i s'ha d'acompanyar de tots els accessoris requerits a la fitxa tècnica. Si es requereix fungible o d'altres elements per al correcte funcionament de l'equip aquests també hauran de ser lliurats. L'equip de mostra ha de ser 100% funcional. La manca de presentació de les mostres o la presentació d'una mostra que no s'ajusti a les condicions establertes, serà motiu d'exclusió de la licitació en relació a l'article afectat.

La resta d'ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació un cop aplicada la fórmula de maximització indicada al quadre de característiques:

Lot 3 (fins a 34 punts)	GIVAS	MASIA
1.1. Característiques tècniques (fins a 22 punts)	22,00	21,16
1.2. Accessoris (0 punts)	0,00	0,00
1.3. Valoració de mostres (fins a 12 punts)	12,00	6,00
Puntuació total	34,00	27,16

4210500400 Butaca abatible elèctrica amb reposacames		Puntuació màxima		GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.		MASIA INDUSTRIAL MEDICA, S.A.
SCS-2025-165	Subministrament de carros auxiliars petits, tauletes de nit i butaques abatibles elèctriques destinades al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Universitari Josep Trueta i a l'Hospital de Dia de l'ICO Girona	34,00	Puntuació maximitzada total	Givas / AP4300	Puntuació maximitzada total	MASIA / SD4009
			34,00		27,16	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques tècniques Característiques a valorar Entapissat antiestàtic, resistent a la transpiració i líquids biològics. Aportar certificats Possibilitat de regulació en alçada Possibilitat de moviment sincronitzat del respatl·ler i el reposacames Reposacames inclinable de 0 a 85-90° per facilitar la sortida del pacient per la part davantera. Capacitat de suportar pes en moviment superior a 180 kg Desembragatge d'emergència (RCP) Densitat del poliuretà (kg/m3) al respatl·ler i al seient Màxim rang de Trendelenburg	22,00	21,00	22,00	20,20	21,16
	4	4,00	Presenta documentació justificativa	4,00	Presenta documentació justificativa
	1	1,00	Sí	1,00	Sí
	4	4,00	Sí	4,00	Sí
	5	5,00	Sí, 0 a 85°	5,00	Sí, 0 a 90°
	3	2,75	210 kg	3,00	230 kg
	1	1,00	Sí	0,00	No
	2	2,00	Respatl·ler: 50Kg/m3 i seient: 50 Kg/m3	1,20	30 Kg/m3
	2	1,25	15°	2,00	24°
1.3. Valoració de la mostra Característiques a valorar Adequació a les necessitats assistencials Facilitat d'ús per al personal assistencial Facilitat de neteja	12,00	12,00	12,00	6,00	6,00
	6	6	S'adjunta informe del centre	2	S'adjunta informe del centre
	4	4	S'adjunta informe del centre	2	S'adjunta informe del centre
	2	2	S'adjunta informe del centre	2	S'adjunta informe del centre