

SCS-2025-165 VALORACIÓ DE MOSTRES

Lot: 2
Codi Equip: 4132080100
Descripció equip: Tauleta de nit clínica
Proveïdor: GIVAS EQUIPAMENT IBERICA, SL
Marca: Givas
Model: HC8130
Data presentació de mostres: 1/04/2025
Temps de disposició de la mostra: 9 dies

Compliment de les característiques obligatòries comprovables en la mostra: SI

Característiques a valorar	Descripció valoració de la mostra
Maniobrabilitat i ergonomia	Molt còmode per mobilitzar-la. Les rodes giren molt bé. No pesa. Permet posar l'ampolla d'aigua entre l'agafador per mobilitzar-la i la tauleta en sí: molt pràctic. Obertura fàcil del calaix i de la porta. En general molt pràctica i funcional.
Robustesa, mantenibilitat i acabats	Tauleta de nit robusta i ferma. Acabats rodons que evita els cops. Safates internes de mides correctes per a les necessitats del pacient i per les necessitats assistencials.
Facilitat de neteja	Molt fàcil de netejar.

Signatura: Sílvia Flaquer Rifé
Càrrec: Cap de Cures Hospital de Dia
Lloc, data: Girona, 14 d'Abril 2025.