

Núm. Expedient: : 25SM0159Q - SUBMINISTRAMENT CONTINUAT DE REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE AMB CESSIÓ D'AUTOANALITZADORS PER REALITZAR ELS ESTUDIS DE PROTEINOGRAMES I IMMUNOFIXACIONS MITJANÇANT ELECTROFORESIS, DEL SERVEI DE LABORATORIS CLÍNICS DEL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

Es valorarà tant la qualitat dels productes, en base a les fitxes tècniques, com la qualitat dels serveis proposats.

En primer lloc es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

Les propostes que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades, essent la distribució de la puntuació d'aquest criteri la següent:

CRITERIS AUTOMÀTICS **100 PUNTS**

EN QUANT A L'EQUIP ELECTROFORESIS CAPIL·LAR **màxim 35 punts**

1. Sistema de termostatzats per efecte Peltier sòlid/sòlid per els capil·lars **5 punts**

- Si el sistema de termostatzats és per efecte Peltier sòlid /sòlid per els capil·lars 5 punts
- Si el sistema de termostatzats no és per efecte Peltier sòlid /sòlid per els capil·lars 0 punts

2. Compartiment de reactius a bord amb temperatura controlada **5 punts**

- Si disposa d'un compartiment de reactius a bord amb temperatura controlada 5 punts
- Si no disposa d'un compartiment de reactius a bord amb temperatura controlada 0 punts

3. Enviament al SIL dels resultats dels controls de qualitat interns diferenciat per capil·lar de forma automàtica **5 punts**

- Si l'equip permet l'enviament al SIL dels resultats dels controls de qualitat interns diferenciat per capil·lar de forma automàtica 5 punts
- Si l'equip no permet l'enviament al SIL dels resultats dels controls de qualitat interns diferenciat per capil·lar de forma automàtica 0 punts

4. Absència de lipoproteïnes en les fraccions alfa2, beta i gamma per evitar falsos positius

5 punts

- Si permet l'absència de lipoproteïnes en les fraccions alfa2, beta i gamma per evitar falsos positius 5 punts

- Si no permet l'absència de lipoproteïnes en les fraccions alfa2, beta i gamma per evitar falsos positius 0 punts

5. Identificació per radiofreqüència (RFID) per tots els reactius, amb importació automàtica de la informació: tipus de reactiu, numero de lot, data de caducitat, volum.

5 punts

- Identificació per radiofreqüència (RFID) per tots els reactius, amb importació automàtica de informació: tipus de reactiu, numero de lot, data de caducitat, volum. 5 punts

- El sistema d'identificació no és per radiofreqüència o no disposa de sistema d'identificació automàtic de la informació: tipus de reactiu, numero de lot, data de caducitat, volum. 0 punts

6. Rendiment en la anàlisi d'hemoglobines (proves/hora)

5 punts

- Si el rendiment en la anàlisi d'hemoglobines és superior a 40 proves/hora 5 punts

- Si el rendiment en la anàlisi d'hemoglobines és inferior o igual a 40 proves/hora 0 punts

7. Agitació automàtica de les mostres per inversió per l'electroforesi d'hemoglobines

5 punts

- Si l'equip per a realitzar l'electroforesi d'hemoglobines agita les mostres per inversió automàticament 5 punts

- Si l'equip per a realitzar l'electroforesi d'hemoglobines no agita les mostres per inversió automàticament 0 punts

EN QUANT A L'EQUIP D'ELECTROFORESIS DE GEL D'AGAROSA

màxim 10 punts

1. Sistema de termostatzats per efecte Peltier

5 punts

- Si el sistema de termostatzats és per efecte Peltier 5 punts

- Si el sistema de termostatzats no és per efecte Peltier 0 punts

2. Inclusió d'un mòdul d'imatges (escaneig del gel) amb un software d'interpretació amb la possibilitat d'enviar les imatges al SIL.

5 punts

- Si l'equip disposa d'un mòdul d'imatges (escaneig del gel) amb un software d'interpretació amb la possibilitat d'enviar les imatges al SIL 5 punts

- Si l'equip no disposa d'un mòdul d'imatges (escaneig del gel) amb un software d'interpretació amb la possibilitat d'enviar les imatges al SIL 0 punts

ALTRES

màxim 15 punts

1. Valoració de l'eficiència en relació a l'espai

5 punts

Solució d'equipament amb les menors necessitats d'espai (es valorarà que l'oferta tecnològica presentada donat el reduït espai que disposem)

Es donarà la màxima puntuació a la oferta, que, la suma de les àrees de tots els equips necessaris (analitzadors + PC+ auxiliars) sigui menor. A la resta de proveïdors se'ls hi atorgarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P = \text{Amp} \times 5 / \text{Av}$$

Amp – Àrea més petita (Suma de les àrees de l'equipament)

AV – Suma de les àrees de l'equipament a valorar

Imprescindible que a la fitxa tècnica de l'equipament hi constin les mesures de tota la tecnologia oferta (analitzadors + PC + auxiliars)

2. Valoració de la qualitat i experiència en centres

5 punts

Major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional de proteïnogrames

Es donarà la màxima puntuació al proveïdor que tingui el major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional de proteïnogrames; a la resta de proveïdors se'ls hi donarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P = \text{Tpartv} \times 5 / \text{MTpart}$$

Tpartv – total participacions a valorar

Mtpar – Major número de participacions

Per poder ser valorats és imprescindible que el proveïdor presenti el certificat de la SEQC amb el nombre de participants de cada control que utilitzen la seva tecnologia

3. Valoració de la qualitat i experiència en centres

5 punts

Major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional d'electroforesi d'hemoglobines

Es donarà la màxima puntuació al proveïdor que tingui el major número de participants en programes de control externs de qualitat a nivell nacional d'electroforesi d'hemoglobines; a la resta de proveïdors se'ls hi donarà la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P = T_{partv} \times 5 / M_{tpar}$$

Tpartv – total participacions a valorar

Mtpar – Major número de participacions

Per poder ser valorats és imprescindible que el proveïdor presenti el certificat de la SEQC amb el nombre de participants de cada control que utilitzen la seva tecnologia

VALORACIÓ ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL

màxim 40 PUNTS

1. Criteri econòmic

fins a 38 punts

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de licitació

M = 2

2. Criteri mediambiental

2 punts

El proveïdor servirà les comandes en embalatges de transport adients al volum del contingut de la comanda, i, en cas de necessitat, amb el material just de protecció:

- No hi ha d'haver un excés d'embalatge, ni de plàstic, ni de cartó, ni de cap tipus.
- Les caixes han d'estar proporcionades a la mida del contingut.
- Si el material no es trenca, dins les caixes no hi ha d'haver farciment (com boletes de porexpan, coixinets d'aire de plàstic, escumes o similars, ni cartó).
- No fer un ús excessiu de la cinta adhesiva ni d'etiquetes innecessàries



SÍ – 2 punts

NO – 0 punts

Per a poder ser valorat és necessari que el proveïdor aportï un certificat amb un compromís de compliment.

Durant la vigència del concurs es tindrà en compte que les entregues arribin en les condicions d'aquest criteri, en el supòsit que el proveïdor adjudicatari hagi obtingut els punts en aquest apartat i l'incompleixi se'l penalitzarà segons s'indica en el PPT