

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA

SCS-2025-270 Acord marc per a l'adquisició d'aparells mèdics funcionals per a diagnòstic, subjectes a possible finançament MINAP i altres (II)

LOT 1 IRRIGADOR PER A EXTRACCIÓ DE TAPS D'ALTES PRESTACIONS

1250900200 Irrigador per a extracció de taps d'altres prestacions

No s'han rebut ofertes pel lot 1. Aquest lot ha estat declarat desert en data 5 de maig de 2025.

LOT 2 ESPIROMETRIA

1240010100 Espiròmetre

1240050300 Mesurador de flux màxim

S'han presentat 4 ofertes:

AB MEDICA GROUP, SA

ASMEDIC, SLU

ISSO, SA

J.TOURON, SA

La fitxa del 1240050300 Mesurador de flux màxim no té cap criteri avaluable de judici de valor.

L'oferta de l'empresa **ISSO, SA** queda exclosa perquè no inclou els accessoris que es demanen en els punts 45, 47, 48, 49, 50 i 52 de la fitxa tècnica 1240010100 Espiròmetre del plec de prescripcions tècniques (PPT).

Les ofertes restants compleixen amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

	AB MEDICA GROUP, SA	ASMEDIC, SLU	J.TOURON, SA
PUNTUACIÓ FINAL	18,00	40,00	36,50

L'empresa **ASMEDIC, SLU** ha obtingut la millor valoració.

1240010100 Espiròmetre		Puntuació màxima		AB MEDICA GROUP, SA		ASMEDIC, SLU
SCS-2025-270	Acord marc per a l'adquisició d'aparells mèdics funcionals per a diagnòstic, subjectes a possible finançament MINAP i altres (II)	40,00	Puntuació maximitzada total	MIR / Spirolab New	Puntuació maximitzada total	Sibelmed Datospir TOUCH DIAG. D
			18,00		40,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Característiques bàsiques	23,00	7,50	7,50		23,00	23,00
Característiques a valorar						
Impressora integrada en l'equip	2,00	2,00	Si		2,00	Si
Mesura continua dels paràmetres ambientals	2,00	0,50	Inclou sensor de temperatura		2,00	Inclou mòdul d'estació meteorològica mesurant tots els paràmetres
Obtenció dels paràmetres de broncoconstricció	7,00	0,00	No, broncodilatació segons el punt del manual indicat		7,00	Si
Possibilitat d'ampliació amb mòduls de SaO2 i altres.	2,00	2,00	Si		2,00	Si
Solució integrada transductor amb filtre en una sola peça	7,00	0,00	No		7,00	Si
Mínim risc de contagi. Cal justificar	1,50	1,50	Si, transductor d'un sol ús amb filtre incorporat		1,50	Si, transductor d'un sol ús amb filtre incorporat
Màxima simplicitat d'esterilització i desinfecció del circuit respiratori. Cal justificar	1,50	1,50	Si		1,50	Si
1.2. Connectivitat i integració (Cal justificar)	10,00	8,00	8,00		10,00	10,00
Característiques a valorar						
Major nombre de proves d'espirometria a la base de dades	7,00	5,00	10000 proves		7,00	12000 proves
Memòria d'emmagatzematge de dades per treballar off-line i amb capacitat d'enviar-ho al SSII en diferit.	1,00	1,00	Si		1,00	Si
Capacitat de gestió de dades treballant sense connexió	1,00	1,00	Si		1,00	Si
Capacitat d'interoperabilitat per JSON amb els sistemes d'informació de l'organització	1,00	1,00	Si		1,00	Si
1.3. Accessoris	7,00	2,50	2,50		7,00	7,00
Característiques a valorar						
Actualitzacions de software gratuïtes	2,00	2,00	Si		2,00	Si
Major nombre de fungibles (transductors d'un sol ús, broquetes, filtres bacterians, adaptadors broqueta pediàtrica i pinces nasals) ofertats	5,00	0,50	Diuen que sí però no indiquen ni el tipus ni el nombre		5,00	Transductor d'un sol ús amb filtre incorporat: 100 uts. Pinça nasal d'un sol ús: 100 uts

1240010100 Espiròmetre		Puntuació màxima		J.TOURON, SA
SCS-2025-270	Acord marc per a l'adquisició d'aparells mèdics funcionals per a diagnòstic, subjectes a possible finançament MINAP i altres (II)	40,00	Puntuació maximitzada total	Sibelmed Datospir TOUCH DIAG. D
			36,50	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques bàsiques Característiques a valorar Impressora integrada en l'equip Mesura continua dels paràmetres ambientals Obtenció dels paràmetres de broncoconstricció Possibilitat d'ampliació amb mòduls de SaO2 i altres. Solució integrada transductor amb filtre en una sola peça Mínim risc de contagi. Cal justificar Màxima simplicitat d'esterilització i desinfecció del circuit respiratori. Cal justificar	23,00 	23,00 	23,00 	
1.2. Connectivitat i integració (Cal justificar) Característiques a valorar Major nombre de proves d'espirometria a la base de dades Memòria d'emmagatzematge de dades per treballar off-line i amb capacitat d'enviar-ho al SSII en diferit. Capacitat de gestió de dades treballant sense connexió Capacitat d'interoperabilitat per JSON amb els sistemes d'informació de l'organització	10,00 	10,00 	10,00 	
1.3. Accessoris Característiques a valorar Actualitzacions de software gratuïtes Major nombre de fungibles (transductors d'un sol ús, broquetes, filtres bacterians, adaptadors broqueta pediàtrica i pinces nasals) ofertats	7,00 	3,50 	3,50 	

Pilar Muñoz Sánchez

Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments