



Josep Carreras[®]
LEUKAEMIA
Research Institute

2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES:

Servei de manteniment integral de
l'equip d'esterilització ubicat a la
Plataforma de Lab Managing



EXP. 05/2025 – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

TÍTOL: Servei de manteniment integral de l'equip d'esterilització Matachana 1006E-2

TIPUS DE CONTRACTE: Servei

TRAMITACIÓ: Ordinària

PROCEDIMENT: Negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat tècnica

CPV: 50430000-8 Serveis de reparació i manteniment d'equips de precisió

NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONIZADA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte d'aquesta licitació la contractació del servei de manteniment integral de l'equip d'esterilització Matachana 1006E-2 ubicat a la Plataforma de Lab Managing de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, en endavant, **IJC**.

2. ABAST DEL SERVEI

Els equips inclosos en el servei de manteniment a contractar son:

Unitats	Descripció Equip	Núm. Sèrie
1	Matachana 1006E-2	E30913

L'abast del servei a contractar inclou, com a mínim, les següents tasques i obligacions:

- **Manteniment preventiu:** El servei haurà d'incloure dues revisions anuals a l'equip per garantir el seu funcionament òptim i prevenir possibles avaries. Aquesta revisió haurà de dur-se a terme durant l'any natural o, com a màxim, amb un marge de tres mesos respecte al període anual anterior. Durant aquest manteniment, es duran a terme les tasques següents:
 - Identificació de l'instrument i dels components: Verificació i registre dels detalls tècnics de l'equip.
 - Identificació dels usuaris responsables de l'instrument: Assignació i actualització dels contactes principals responsables de l'ús i manteniment de

l'equip.

- Actualització dels contactes si escau: Revisió i modificació de la informació de contacte en cas que sigui necessària.
 - Comprovació del correcte funcionament dels components: Verificació del rendiment de totes les parts de l'instrument per garantir que funcionin segons les especificacions.
 - Inspecció física de l'instrument: Revisió visual i tècnica per detectar qualsevol anomalia o desgast.
 - Requalificació de l'instrument: Certificació del correcte funcionament de l'equip després de les tasques de manteniment.
-
- **Manteniment correctiu:** el servei haurà d'incloure la intervenció immediata davant de qualsevol avaria o mal funcionament de l'equip, incloent-hi el diagnòstic, la reparació, la substitució de peces defectuoses, les proves de funcionament i la validació de seguretat, garantint la plena operativitat del sistema en el menor termini possible.
 - **Manteniment tècnic-legal:** inclou la ma d'obra, els desplaçament i les dietes dels tècnics de Matachana i dels tècnic de l'entitat de control (OCA) si procedeix, per a realitzar totes les inspeccions periòdiques (Nivell A, Nivell B i Nivell C) que necessiten els recipients a pressió dels esterilitzadors de vapor de la marca Matachana (càmera i generador vapor) segons el Reglament d'Equips a Pressió.
 - **Cobertura total de peces, mà d'obra, desplaçaments i dietes:** Substitució de qualsevol peça defectuosa sense cap cost addicional.
 - **Suport tècnic i manteniment correctiu:** Es proporcionarà un servei d'assistència tècnica presencial, per resoldre qualsevol consulta i/o incidència relacionada amb l'equip, en un màxim de quaranta-vuit (48) hores laborables a partir de la recepció de la incidència o consulta per part del personal de suport de l'empresa adjudicatària.
 - **Assessorament tècnic remot,** com a mínim amb una disponibilitat mínima de cinc (5) dies a la setmana durant vuit (8) hores (de 08:00h a 17:00h)
 - **Informes de manteniment:** Cada intervenció, tant preventiva com correctiva, haurà de ser documentada en un informe detallat que especifiqui les tasques realitzades,

els materials utilitzats i les recomanacions futures, si escau.

3. REQUERIMENTS DEL SERVEI

3.1 RESPONSABLES DEL SERVEI

- Per part de l'**IJC**, es designarà un Responsable del Servei que supervisarà la qualitat, les incidències i la coordinació amb l'adjudicatari.
- L'adjudicatari designarà també un Responsable del Servei, encarregat de la supervisió, del compliment dels requisits del servei, així com de la gestió de qualsevol incidència i d'actuar com a interlocutor amb l'**IJC**.

3.2. ATENCIÓ TÈCNICA PERSONALITZADA

- L'adjudicatari haurà de facilitar un correu electrònic i un telèfon d'atenció personalitzada que permeti a l'**IJC** realitzar consultes o sol·licitar informació sobre els equips a mantenir.
- El servei haurà de garantir que qualsevol consulta o problema tècnic sigui resolt de manera eficient, assegurant la qualitat i la disponibilitat dels equips.

Badalona, a 20 de juny de 2025

Albert Pérez
Lab Manager

