

Acte d'obertura de l'oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica i
de l'oferta econòmica, i proposta

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un nou sistema d'ergoespirometria
amb ergòmetre de cinta i cicloergòmetre per a l'Hospital Universitari de Santa Maria de
Lleida, gestionat per l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris

Expedient número GSS-2025-407

Procediment de contractació

L'expedient de contractació esmentat s'ha tramitat mitjançant procediment obert, d'acord amb
el que disposa l'article 156 en relació amb l'article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).

Membres de la mesa de contractació:

Membre	Nom i cognoms	Càrrec
Presidenta	Lidia Puigdemasa Soto	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal	Tony Ribes Rubio	Coordinador de Serveis Generals Hospital Comarcal del Pallars Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal	Mireia Sala Mur	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Gestió de Serveis Sanitaris
Vocal amb funcions d'assessorament jurídic suplent	Roger Mir Sarraablo	Assessoria Jurídica ICS - GSS
Vocal amb funcions de control econòmic pressupostari suplent	Ernest Salamó Florensa	Cap de la Unitat de Comptabilitat Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut
Secretària	Verónica Recio Serrano	Àrea de contractació conjunta ICS – GSS Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Institut Català de la Salut

A Lleida, a les 12:00 h, del 22 de juliol de 2025, a la seu de l'Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida, es constitueix la mesa de contractació integrada pels membres
relacionats, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars
que regeix aquesta contractació.



Doc. original signat per:
Verónica RECIO SERRANO
22/07/2025,
Lidia Puigdemasa Soto
22/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 22/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05GBVWNUNYW15MPUMPXM8CIDXESYX40

Data creació còpia:
22/07/2025 13:48:21

Pàgina 1 de 8

Assisteix a l'acte el Sr. Eduard Solé Galindo, Tècnic en Electromedicina, de Gestió de Serveis Sanitaris, per exposar l'informe tècnic de valoració dels aspectes sotmesos a criteris de judici de valor (apartat 1.2 i 1.3 dels criteris d'adjudicació), de data 16 de juliol de 2025.

La presidenta exposa l'informe tècnic d'idoneïtat (apartat 1.1 dels criteris d'adjudicació), de data 16 de juliol de 2025, signat pel Dr. Ramón Bascompte Claret, Cap de secció de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Aquesta mesa té com a finalitat:

- Fer públiques les valoracions de l'oferta tècnica sotmesos a criteris de judici de valor (sobre B)
- Obrir el sobre C presentat per cada licitador, que conté:
 - l'oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica
 - l'oferta econòmica
- Si s'escau, proposar la classificació final de les ofertes per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació.
- Si s'escau, proposar l'oferta de millor relació qualitat-preu per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu la LCSP.

S'inclou en l'annex 1 d'aquesta acta el certificat de registre d'obertura del sobre C.

S'informa que és publicarà al perfil del contractant:

- l'informe de valoració de l'oferta tècnica del sobre B de data 16 de juliol de 2025, emès pel Sr. Eduard Solé Galindo, Tècnic en electromedicina de Gestió de Serveis Sanitaris.
- l'informe de valoració de la idoneïtat de l'equipament de data 16 de juliol 2025, emès pel Dr. Ramón Bascompte Claret, Cap de secció de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
- l'acta que s'aixequi d'aquest acte

Desenvolupament de la sessió :

S'inicia la sessió, i s'exposen els informes tècnics de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor (sobre B), amb el resum de puntuacions següents:

Aspectes sotmesos a criteris de judici de valor (sobre 2 bis)	1.1	1.2	1.3	TOTAL
	Idoneïtat	Formació	Servei tècnic i manteniment	
Puntuació màxima	24,00	3,00	3,00	30,00
SANROSAN, SA	23,50	3,00	3,00	29,50
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	21,50	3,00	3,00	27,50
TECNOMED 2000, SL	17,00	1,50	0,00	18,50



Doc.original signat per:
Verónica RECIO SERRANO
22/07/2025,
Lidia Puigdemasa Soto
22/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05GBVWNUNYW15MPUMPXM8CIDXESYX40

Data creació còpia:
22/07/2025 13:48:21

Pàgina 2 de 8

A continuació, es puntuen les valoracions d'acord amb els paràmetres de la Directriu 1/2020 establerts en els criteris d'adjudicació, que consta desglossat en l'annex 2 d'aquesta acta, i que respon al següent resum:

OFERTES	Sumatori total dels criteris (columna "Puntuació de l'Oferta a Puntuar")
SANROSAN, SA	30,00
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	27,96
TECNOMED 2000, SL	18,86

En l'informe tècnic de valoració dels apartats 1.2 i 1.3 dels criteris d'adjudicació, es fa constar que l'empresa licitadora TECNOMED 2000, S.L. no ha presentat la proposta del servei tècnic i manteniment, i es proposa a la mesa de contractació l'exclusió del licitador.

Atès que en el plec de prescripcions tècniques es requereix de forma expressa (apartat 7è) que els licitadors hauran d'incloure en el sobre B, proposta del servei tècnic i manteniment postvenda del producte, es considera que l'empresa licitadora TECNOMED 2000, S.L. no ha complert amb els requeriments tècnics mínims exigits al plec de prescripcions tècniques, i per aquest motiu s'acorda per unanimitat de la mesa elevar a l'òrgan de contractació l'exclusió de la citada empresa licitadora.

A continuació s'obren els sobres C (criteris sotmesos a valoració automàtica).

El contingut de de les ofertes tècniques sotmeses a criteris de valoració automàtica és el següent:

Criteris d'adjudicació de valoració automàtica (apartat 2.3 millores valorables)	2.3.1 Inclusió d'una base de dades de pacient en format SQL (3 punts)	2.3.2 Avaluació del complex ST (4 punts)	2.3.3 Transmissor ECG inàlambrec (7 punts)	2.3.4 Registre de l'ECG en modalitat "batec a batec" (2 punts)	2.3.5 Sensor continua de CO2 i de condicions ambientals (7 punts)	Puntuació total (màxim 23 punts)
LICITADOR						
SANROSAN, SA	3	4	7	2	7	23,00
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	3	4	0	2	0	9,00

Es revisa el contingut de les ofertes tècniques sotmeses a valoració automàtica, i es constata pel tècnic en electromedicina de Gestió de Serveis Sanitaris, que l'empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU no justifica disposar de les millores de l'apartat 2.3.3 (transmissor d'ECG inàlambrec) i 2.3.5 (sensor continua de CO2 i de condicions ambientals).



El total de les ofertes econòmiques i el cost del manteniment és el següent:

LICITADOR	Oferta licitador sense IVA	Oferta licitador amb IVA
SANROSAN, SA	50.550,00 €	61.165,50 €
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	47.400,00 €	57.354,00 €

Criteris d'adjudicació valoració automàtica	Menor cost contracte manteniment	Puntuació (màxim 2 punts)
LICITADOR	Percentatge ofert	Puntuació
SANROSAN, SA	5,0%	2
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	7,7%	1

Es revisen les puntuacions finals que resulten de sumar les puntuacions assignades en els aspectes sotmesos a criteris de judici de valor i els aspectes sotmesos a criteris de valoració automàtica dels criteris d'adjudicació:

	Criteris adjudicació sotmesos a criteris de judici de valor (Fins a 30 punts)	Criteris adjudicació de Valoració automàtica (Fins a 70 punts)			TOTAL
	(SOBRE B)	Menor cost del contracte de manteniment (SOBRE C)	Millores valorables amb criteris objectius (SOBRE C)	Valoració econòmica (SOBRE C)	
Puntuació màxima	30,00	2,00	23,00	45,00	100,00
LICITADOR	Puntuació	Puntuació	Puntuació	Puntuació	PUNTUACIÓ FINAL
SANROSAN, SA	30,00	2,00	23,00	43,12	98,12
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	27,96	1,00	9,00	45,00	82,96





Per aquests motius i d'acord amb el procediment establert en els criteris d'adjudicació de l'expedient, els membres de la mesa de contractació acorden per unanimitat elevar a l'òrgan de contractació la proposta següent:

- excloure a l'empresa licitadora TECNOMED 2000, SL per manca de compliment dels requisits mínims establerts al plec de prescripcions tècniques.
- establir la classificació final de les ofertes d'acord amb el quadre de puntuacions finals establert anteriorment.
- proposar com a oferta de millor relació qualitat-preu la del licitador següent per a que sigui elevada a l'òrgan de contractació com a empresa adjudicatària en cas que presenti la documentació que es requereix d'acord amb el que preveu la LCSP:
 - SANROSAN, SA – A28610889

Sense més temes per tractar, s'aixeca la sessió a les 12:30 h del 22 de juliol de 2025, de la qual s'estén aquesta acta signada per la presidenta i la secretària.

LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau

LA PRESIDENTA



Doc. original signat per:
Verónica RECIO SERRANO
22/07/2025,
Lidia Puigdemasa Soto
22/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05GBVWNUNYW15MPUMPXM8CIDXESYX40

Data creació còpia:
22/07/2025 13:48:21

Pàgina 5 de 8



Annex 1

Certificat de registre d'obertura del sobre C



Doc. original signat per:
Verónica RECIO SERRANO
22/07/2025,
Lidia Puigdemasa Soto
22/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 22/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05GBVWNUNYW15MPUMPXM8CIDXESYX40

Data creació còpia:
22/07/2025 13:48:21

Pàgina 6 de 8



Registre d'obertura de sobre

Licitació: GSS-2025-407

Sobre: Sobre C

Data	Acció
18/05/2025 08:01:24	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 18/05/2025 08:01:24.
19/05/2025 07:16:14	L'empresa Tecnomed 2000, SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre C, a data i hora 19/05/2025 07:16:14.
19/05/2025 08:00:22	eLicitat ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 19/05/2025 08:00:22.
19/05/2025 08:18:40	L'empresa GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre C, a data i hora 19/05/2025 08:18:40.
19/05/2025 09:02:28	L'empresa SANROSAN, S.A ha enviat la paraula clau del sobre Sobre C, a data i hora 19/05/2025 09:02:28.
22/07/2025 11:54:09	El custodi Verónica Recio Serrano ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 22/07/2025 11:54:09 (Credencials aplicades: 1/2).
22/07/2025 11:56:17	El custodi Verónica Recio Serrano ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 22/07/2025 11:56:17 (Credencials aplicades: 1/2).
22/07/2025 11:56:54	El custodi Carol Amigó Rojo ha aplicat les credencials al sobre Sobre C, a data i hora 22/07/2025 11:56:54 (Credencials aplicades: 2/2).
22/07/2025 12:01:01	El custodi Verónica Recio Serrano ha obert el sobre Sobre C, a data i hora 22/07/2025 12:01:01.



Doc.original signat per:
Verónica RECIO SERRANO
22/07/2025,
Lidia Puigdemasa Soto
22/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05GBVWNUNYWL15MPUMPXM8CIDXESYX40

Data creació còpia:
22/07/2025 13:48:21

Pàgina 7 de 8

Annex 2
Puntuacions d'acord amb els paràmetres de la Directriu 1/2020 establerts en els criteris d'adjudicació

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1.1		Criteri 1.2		Criteri 1.3		Fórmula a aplicar per valorar els criteris que assoleixin el llindar corresponent
	Idoneïtat		Formació		Servei tècnic i manteniment		
Puntuació màxima del criteri P	Puntuació màxima del criteri	24,00	Puntuació màxima del criteri	3,00	Puntuació màxima del criteri	3,00	$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$
Llindar del criteri	80,00%	19,20	80,00%	2,40	80,00%	2,40	
Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada VT _{mv}	Millor Valoració	23,50	Millor Valoració	3,00	Millor Valoració	3,00	
OFERTES	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT _{op}	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P _{op}	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT _{op}	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P _{op}	Valoració Tècnica de la Oferta a Puntuar VT _{op}	Puntuació de l'Oferta a Puntuar P _{op}	Sumatori total dels criteris (columna "Puntuació de l'Oferta a Puntuar")
SANROSAN, SA	23,50	24,00	3,00	3,00	3,00	3,00	30,00
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SAU	21,50	21,96	3,00	3,00	3,00	3,00	27,96
TECNOMED 2000, SL	17,00	17,36	1,50	1,50	0,00	0,00	18,86



Doc.original signat per:
Verónica RECIO SERRANO 22/07/2025,
Lidia Puigdemasa Soto 22/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 22/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



05GBVWNUNYWL15MPUMPXM8CIDXESYX40

Data creació còpia:
22/07/2025 13:48:21

Pàgina 8 de 8