

Servei Control Abocaments

Exp: 900496/25

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte:

Aquest document té per objecte definir les condicions tècniques que estableix l'AMB per a la realització d'una auditoria interna del Sistema de Qualitat del seu Laboratori segons la UNE-EN ISO 17025:2017 y criteris generals d'acreditació d'ENAC

Abast tècnic a auditar

Annex Tècnic n: 425/LE854 vigent

Lloc de l'auditoria:

L'auditoria s'haurà de realitzar a la seu física del Laboratori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

- S'hauran de tenir en compte les següents seus tot i que previ a l'auditoria es concretaran els laboratoris a visitar:
 - EDAR BESOS (assajos físico-químics i microbiològics)
Avda. Del Litoral, 115, cantonada Moll de la Vela
08019 Barcelona
 - EDAR S FELIU (assajos Qualitat de l'aire)
Riera la Salut, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
 - EDAR Gavà-Viladecans (assajos físico-químics)
Autovia de Castelldefels C-31, km 187
08840-Viladecans

Documentació aplicable:

Conjunt de documents y guies aplicables específiques per a les àrees d'assaig auditades així com tota la documentació de ENAC, però particularment:.



NORMA UNE EN ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”.

CGA-ENAC-LEC en vigor “Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración según norma UNE EN ISO/IEC 17025”.

CEA-ENAC-01 “Criterios para la utilización de la Marca ENAC o referencia a la condición de acreditado”

Programació de l'auditoria. Inici any 2025

1. Prèviament a l'auditoria, el Laboratori enviarà la documentació del sistema de Qualitat per a la revisió per part de l'auditor/auditora.
2. L'auditor/auditora haurà d'enviar amb antelació el programa d'auditoria proposat.
3. L'auditoria haurà de desenvolupar-se en un mínim de dues jornades a la seus físiques que s'acordin amb el Laboratori.
4. L'horari s'adaptarà a l'horari del centre de treball.
5. L'auditoria es durà a terme segons UNE EN ISO/IEC 17025:2017 i requisits d'ENAC
6. En els 15 dies posteriors a la rebuda de l'informe, possibilitat d'aclarir dubtes sobre l'auditoria.

Informes a presentar

L'informe d'auditoria haurà d'incloure:

- Dades de l'auditoria
- Estudi de les desviacions de les anteriors auditories
- Taula resum amb els punts de la norma sobre la que es descriuen les desviacions de l'auditoria i evidències
- Opcions de millora
- Qüestionari amb el que se ha preparat l'auditoria

Presentació d'un informe addicional detallat de situacions potencials de no conformitat amb propostes de millora

Experiència de la persona auditora

Caldrà presentar el CV de l'auditor



Confidencialitat

L'empresa s'ha de comprometre a mantenir la confidencialitat tota la documentació utilitzada durant la realització del treball, així com dels resultats obtinguts i dels documents elaborats durant l'auditoria

Tractament de dades personals

No hi ha tractament de dades personal

