

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN
L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE,
NORMOTERMIA I ALTRE MATERIAL DE CURES I
D'IDENTIFICACIÓ TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT
I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER
PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 25/04

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE **NORMOTERMIA I ALTRE MATERIAL DE CURES I D'IDENTIFICACIÓ, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

1. Càlcul de necessitats

Les quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2024 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. Comanda mínima

En cas de **NO** indicar cap comanda mínima a l'oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de compra per part del centre peticionari.

3. Termini de lliurament

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 3 dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta. No és un criteri d'adjudicació valorable objectivament.

4. Palets

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palet o sense palet, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palet, el palet que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800 x 1200 mm, que corresponen a un palet europeu o europalet. Addicionalment, els centres podran requerir una alçada de palet entre 1,05 i 2,4 m (alçada resultant del sumatori de palet i càrrega) segons necessitat del centre i característiques dels productes.

5. Normativa MDR/IVDR

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 o IVDR (UE) 2017/746 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades així com indicar el codi UDI/DI. En cas de disposar de la normativa actualitzada, hauran d'adjuntar la certificació del MDR. Si el producte a valorar no disposa encara de la

normativa actualitzada, hauran d'adjuntar l'acord signat amb l'Organisme Notificat i l'Autodeclaració de conformitat del fabricant en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació. La documentació a adjuntar haurà d'estar traduïda al català o castellà.

6. Informació de trencament d'estoc

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

7. Caducitat i retorn de productes

L'adjudicatari de la present licitació té l'obligació de subministrar els productes amb un mínim de $\frac{3}{4}$ de la vida útil del producte. És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació de l'adjudicatari és servir productes amb una data de caducitat superior a 3 anys.

Retirarà els materials quan estenguin a prop de caducar i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari. Per poder complir amb aquesta obligació el centre haurà d'informar el proveïdor quan el producte encara tingui $\frac{1}{4}$ de la seva vida útil (caducitat). És a dir, si el termini de caducitat és de 4 anys, l'obligació del centre peticionari és de comunicar la data de caducitat dels productes amb una antelació superior a 1 any.

Retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

8. Etiquetatge

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

9. Embalatges

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte als embalatges pels embalatges primaris i secundaris, tal com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats/caixa

10. Formació

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

11. Característiques complementàries

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

12. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

13. Requisits mínims dels productes

- En general, certificats necessaris que acreditin els requisits tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altre certificat/normativa exigible o aplicable segons cada producte descrit.
- Que els productes que s'ofereixen en el procediment de contractació de referència compleixen les prescripcions establertes en el Reial decret 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris i en el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017 sobre els productes sanitaris, pel qual es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm. 178/2002 i el Reglament (CE) núm. 1223/2009 i pel qual es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix la Directiva sobre productes sanitaris esmentada (93/42/CEE).
- Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro.
- Certificat de la Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/UE, si s'escau.
- Compliment obligacions i responsabilitats d'acord amb el del RD 1055/2022 i Reglament (UE) 2025-40 referent a residus i envasos.
- Etiquetatge i marcatge: Els productes han de tenir etiquetes clares i llegibles amb informació rellevant: instruccions d'ús, advertiments i dades del fabricant. El marcatge CE també ha de ser present al producte, RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Tots els productes han de complir amb les normes de seguretat, etiquetatge, envasament i comercialització establertes a la UE. Això inclou aspectes com ara la qualitat del material, la precisió de la utilització i la seguretat de l'usuari.
- Els proveïdors han de mantenir una documentació tècnica completa que recolzi la conformitat dels seus productes amb els requisits de la UE. Això inclou informació sobre el disseny, fabricació, proves i avaluació de riscos.
- L'empresa ha de garantir que els productes compleixin els requisits de la UE en matèria de protecció de la salut humana i animal, medi ambient i drets dels consumidors.

Quedaran **excloes** de la licitació les ofertes que **no compleixin amb els requisits mínims** que consten a les descripcions de cadascun dels productes **o amb la normativa exigible segons cada producte descrit**.

14. Productes estèrils

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa d'aquest. En tots s'haurà d'indicar aquesta característica.

15. Inspecció i anàlisi

L'ens contractant podrà comprovar el bon estat i l'adequació dels productes subministrats en els termes establerts a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). A tal efecte, l'entitat destinatària podrà ordenar la realització de proves i anàlisis de control de qualitat dels materials de subministrament amb càrrec a l'adjudicatari fins a l'1% del pressupost de licitació en un laboratori extern acreditat. En aquest sentit, es recorda que d'acord amb l'establert a la clàusula dotzena del PCAP, *"la qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència de l'acord marc i dels contractes basats. En conseqüència, serà causa de resolució dels contractes corresponents la disminució de la qualitat dels productes respecte de la mostra presentada, així com l'alteració de les seves característiques"*.

<u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u>

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloes de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Fotografies del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte: composició, característiques, funcionalitat... Aquesta informació ha de ser específica per cada codi CSC. El licitador haurà d'informar amb la seva referència corresponent per cada línia en la que presenti oferta.
- Classificació CE/MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article.
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...

- Descripció d'embalatge i etiquetat.

Les fitxes tècniques s'hauran de presentar segons model, si s'escau. En tots els casos, les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi – Nom proveïdor – Referència – Lot - Descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc.).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la informació específica de:

- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).
- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida. A més a més, hauran d'especificar en la mateixa BBDD en les columnes expressos per aquest menester, en quin document i pàgina certifiquen la informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació

de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

Totes les mides són exactes. S'acceptaran ofertes en que les mides dels productes siguin +/- 10% (com a màxim) de les especificades al PPT.

En la present licitació es permet presentar la mateixa referència en dos o més codis CSC diferents, sempre que el producte compleixi amb les característiques tècniques requerides i l'ofereixin al mateix preu. L'únic cas en el qual s'acceptarà que s'ofereixi la mateixa referència amb dos preus diferents serà quan se sol·liciti un mateix producte en la modalitat de cessió de l'equipament corresponent i un altre per productes on no hi ha cap amortització per la cessió de l'equipament corresponent.

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CSA	CSdM	CSMS	CSSFM	CST	FHAG	FHPAL	GPHV	HCAMP	HSJR	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	301100409	SCN0101050505	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE EXTREMITATS SUPERIORS	MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT DE POLIETILE O POLIPROPILE. MATERIAL RESISTENT. FLEXIBLE I IGNIFUG. AMB ESTRUCTURA QUE PERMET DISTRIBUCIO UNIFORME D'AIRE. SENSE LATEX. D'UN SOL ÚS. AMB CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	ADULT inflades 61 X 183 cm	5,45000	0	2.820	1.500	0	1.200	0	600	0	0	7.300	13.420
G.01	301100410	SCN0101130505	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE EXTREMITATS INFERIORS	MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT DE POLIETILE O POLIPROPILE. MATERIAL RESISTENT. FLEXIBLE I IGNIFUG. AMB ESTRUCTURA QUE PERMET DISTRIBUCIO UNIFORME D'AIRE. SENSE LATEX. D'UN SOL ÚS. AMB CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	ADULT inflades 104 X 142 cm	5,40000	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	550
G.01	301012016	SCN0101210303	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE COS SENCER	MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT DE POLIETILE O POLIPROPILE. MATERIAL RESISTENT. FLEXIBLE I IGNIFUG. AMB ESTRUCTURA QUE PERMET DISTRIBUCIO UNIFORME D'AIRE. SENSE LATEX. D'UN SOL ÚS. AMB CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	PEDIÀTRICA inflades 72 x 113	5,40000	0	0	290	0	70	0	120	0	0	200	680
G.01	301100405	SCN0101210505	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE COS SENCER	MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT DE POLIETILE O POLIPROPILE. MATERIAL RESISTENT. FLEXIBLE I IGNIFUG. AMB ESTRUCTURA QUE PERMET DISTRIBUCIO UNIFORME D'AIRE. SENSE LATEX. D'UN SOL ÚS. AMB CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	ADULT inflades 84 X 188 cm	5,40000	0	1.650	600	0	0	0	0	0	0	4.100	6.350
G.01	0	SCN0113090155	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE SOTA PACIENT	MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT PER A SOTA PACIENT. AMB FORATS DE DRENATGE PER A EVITAR L'ACUMULACIO DE FLUIDS I PERNERES DE POLIPROPILE . LLIURE DE LATEX. UN SOL ÚS. AMB CESSIÓ D'EQUIP D'ESCALFAMENT.	90-95 155-165 cm	15,50000	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
G.01	0	SCN0113090220	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE SOTA PACIENT	MANTA NORMOTÈRMICA D'AIRE CALENT PER A SOTA PACIENT ADULT. D'ACCÉS COMPLET. AMB FORATS DE DRENATGE PER A EVITAR L'ACUMULACIO DE FLUIDS I COBERTOR DE PLÀSTIC. DE POLIPROPILE. LLIURE DE LATEX.UN SOL ÚS. AMB CESSIÓ D'EQUIP D'ESCALFAMENT.	90-95 220-230 cm	17,64000	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
G.01	0	SCN0117050195	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE SOBRE PACIENT	MANTA NORMOTÈRMICA INFLABLE PER AIRE. TEIXIT FLEXIBLE. RADIOTRANSARENT. AMB CANALS TERMOSGELLATS I AMB PERFORACIONS HOMOGÈNEES. RESISTENT A PUNXADES I FLUIDS. MULTIPOSICIO/MEITAT SUPERIOR COS ADULT. LLIURE DE LATEX. NO ESTERIL. UN SOL ÚS. AMB CESSIÓ D'EQUIP D'ESCALFAMENT.	50-70 195-200 cm	6,06000	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
G.01	0	SCN0117090180	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE SOBRE PACIENT	MANTA NORMOTÈRMICA INFLABLE PER AIRE. TEIXIT FLEXIBLE. RADIOTRANSARENT. AMB CANALS TERMOSGELLATS I AMB PERFORACIONS HOMOGÈNEES. RESISTENT A PUNXADES I FLUIDS. COS SENCER ADULT. LLARGARIA 180-220CM. AMPLADA 90-115 CM. LLIURE DE LATEX. NO ESTERIL. UN SOL ÚS. AMB CESSIO D EQUIP D'ESCALFAMENT.	90-122 180-220 cm	6,06000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
G.01	0	SCN0123090168	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE CIRURGIES ABDOMINALS I TORACIQUES	MANTA HOMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE SOTA PACIENT COS SENCER AMB DOS PORTS PER LA CONNEXIÓ DE LA TOVERA. FENESTRES PERFORADES PER PASSAR ELS BRAÇOS I CINTA ADHESIVA PER UNA SUJECCIÓ MÀXIMA DE LA MANTA. PERFORACIONS MICROSCÒPIQUES PER OPTIMITZAR LA TRANSFERÈNCIA DE CALOR. AMB CESSIÓ D'EQUIP.	90 X 165-170 cm	12,00000	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
G.01	0	SCN0123090220	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE CIRURGIES ABDOMINALS I TORACIQUES	MANTA HOMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA D'AIRE SOTA PACIENT COS SENCER AMB DOS PORTS PER LA CONNEXIÓ DE LA TOVERA. FENESTRES PERFORADES PER PASSAR ELS BRAÇOS I CINTA ADHESIVA PER UNA SUJECCIÓ MÀXIMA DE LA MANTA. PERFORACIONS MICROSCÒPIQUES PER OPTIMITZAR LA TRANSFERÈNCIA DE CALOR. AMB CESSIÓ D'EQUIP.	900 x 220 cm	12,00000	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
G.01	0	SCN0303211017	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA PAD TÈRMIC CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	COBERTURA D'UN SOL ÚS. IMPERMEABLE. ABSORVENT. AMB BORES ELÀSTIQUES AJUSTABLES PER PADS TÈRMICS (MANTES TÈRMiques RADIOTRANSARENTS SENSE SISTEMA D'AIRE). EVITA LA PROLIFERACIÓ DE MICROORGANISMES PER ABSÈNCIA D'HUMITAT. AMB MÍNIM 10 SENSORS DE TEMPERATURA. LLIURE DE LATEX. UN SOL ÚS. EMBOSSADA INDIVIDUAL. AMB CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	100 X 170 CM	9,16000	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CSA	CSdM	CSMS	CSSFm	CST	FHAG	FHPAL	GPHV	HCAMP	HSJR	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.01	0	SCN0303211024	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA PAD TÈRMIC CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	COBERTURA D'UN SOL ÚS. IMPERMEABLE. ABSORVENT. AMB BORES ELÀSTIQUES AJUSTABLES PER PADS TÈRMICS (MANTES TÈRMQUES RADIOTRANSARENTS SENSE SISTEMA D'AIRE). EVITA LA PROLIFERACIÓ DE MICROORGANISMES PER ABSÈNCIA D'HUMITAT. AMB MÍNIM 10 SENSORS DE TEMPERATURA. LLIUE DE LÀTEX. UN SOL ÚS. EMBOSSADA INDIVIDUAL. AMB CESSIO D'EQUIP D'ESCALFAMENT	100 X 240 CM	9,16000	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300
G.01	CSDM03	SCN0353211016	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA PAD TÈRMIC COMPATIBLE	COBERTURA D'UN SOL ÚS. IMPERMEABLE. PROPORCIONA ABSORCIÓ I SEQUETAT AMB BORES ELÀSTIQUES AJUSTABLES PER PADS TÈRMICS (MANTES TÈRMQUES RADIOTRANSARENTS SENSE SISTEMA D'AIRE). PROPIETATS ANTIBACTERIANES. AMB MÍNIM 10 SENSORS DE TEMPERATURA. LLIUE DE LÀTEX. EMBOSSADA INDIVIDUAL. COMPATIBLE: WARMTAC-BABYWARMTAC- SAFEWARM	100 X 160 CM	9,75000	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	100	1.700
G.01	CSDM03	SCN0353211023	MANTA NORMOTÈRMICA INTRAOPERATÒRIA PAD TÈRMIC COMPATIBLE	COBERTURA D'UN SOL ÚS. IMPERMEABLE. PROPORCIONA ABSORCIÓ I SEQUETAT AMB BORES ELÀSTIQUES AJUSTABLES PER PADS TÈRMICS (MANTES TÈRMQUES RADIOTRANSARENTS SENSE SISTEMA D'AIRE). PROPIETATS ANTIBACTERIANES. AMB MÍNIM 10 SENSORS DE TEMPERATURA. LLIUE DE LÀTEX. EMBOSSADA INDIVIDUAL. COMPATIBLE: WARMTAC-BABYWARMTAC- SAFEWARM	100 X 230 CM	10,60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
G.01	CSA	SCN0503292152	MANTA NORMOTÈRMICA AUTOESCALFABLE	MANTA TÈRMICA AUTOESCALFABLE. TEIXIT POLIPROPILE SMS FLEXIBLE. MANTÉ TEMPERATURA DE 44 GRAUS DURANT 10 HORES. COBREIX TOT EL COS PACIENT ADULT. LLIURE DE LÀTEX. NO ESTÈRIL UN SOL ÚS.	92 x 152 cm	12,15000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
G.01	CSDM02	SCN0705051415	MANTA TERMOAÏLLANT ABSORBENT	MANTA TERMOAÏLLANT TAULA QUIRÚRGICA. SEMI IMPERMEABLE. POLIMERS SUPER ABSORVENTS I FILM DE POLIESTER REFLECTARI I FLEXIBLE. GRAN CAPACITAT D'ABSORCIÓ (= 4.000 ml/m2). RESISTENCIA FINS A 220 kg. LINITING= log 10 < 4.0 (ISO 9073-10:2005). PROPIETATS ANTIBACTERIANES. LLIURE DE LATEX.	140 X 155 CM	3,20000	0	4.350	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350
G.01	CSDM01	SCN0705051423	MANTA TERMOAÏLLANT ABSORBENT	MANTA TERMOAÏLLANT TAULA QUIRÚRGICA. SEMI IMPERMEABLE. POLIMERS SUPER ABSORVENTS I FILM DE POLIESTER REFLECTARI I FLEXIBLE. GRAN CAPACITAT D'ABSORCIÓ (= 4.000 ml/m2). RESISTENCIA FINS A 220 kg. LINITING= log 10 < 4.0 (ISO 9073-10:2005). PROPIETATS ANTIBACTERIANES. LLIURE DE LATEX.	140 X 230 CM	2,89000	0	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650
G.01	0301100303 i 0301012008	SCN1105051520	MANTA TERMOAÏLLANT MULTICAPA	MANTA TERMOAÏLLANT METAL-LITZADA PLATEJADA/DAURADA. FRED/CALOR. FLEXIBLE. PER A LA CONSERVACIÓ DE LA TEMPERATURA CORPORAL ENVÀS INDIVIDUAL.	135 X 220 CM	7,50000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
G.01	0301100303 i 0301012008	SCN1105051620	MANTA TERMOAÏLLANT	MANTA TERMOAÏLLANT METAL-LITZADA PLATEJADA/DAURADA. FRED/CALOR. FLEXIBLE. PER A LA CONSERVACIÓ DE LA TEMPERATURA CORPORAL ENVÀS INDIVIDUAL.	160 X 220 CM	1,60000	0	0	0	0	0	0	4.300	0	80	0	4.380
G.01	301012019	SCN1303036060	BOSSES PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES NADONS	BOSSES PER A PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES EN NADONS PREMATURES O DE BAIX PES. ATÒXIQUES. NO PRODUÏEIXEN IRRITACIÓ CUTÀNIA.	60 X 60 CM	6,70000	0	0	0	0	0	0	10	0	0	200	210
G.01	CSDM04	SCN1703033038	BOSSES PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES NADONS	BOSSES PER A PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES EN NADONS PREMATURES O DE BAIX PES. ATÒXIQUES. NO PRODUÏEIXEN IRRITACIÓ CUTÀNIA.	30 X 38 CM	9,90000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
G.01	CSDM04	SCN1703033844	BOSSES PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES NADONS	BOSSES PER A PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES EN NADONS PREMATURES O DE BAIX PES. ATÒXIQUES. NO PRODUÏEIXEN IRRITACIÓ CUTÀNIA.	38 X 44 CM	9,90000	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
G.01	CSDM05	SCN1703033850	BOSSES PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES NADONS	BOSSES PER A PREVENCIÓ D'HIPOTÈRMIES EN NADONS PREMATURES O DE BAIX PES. ATÒXIQUES. NO PRODUÏEIXEN IRRITACIÓ CUTÀNIA.	38 X 50 CM	9,90000	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
G.02	0301011008 i 0301011009 i 0301011020	SCN2101011326	BOSSA GEL FRED/CALOR	BOSSA DE FILM PLÀSTIC AMB GEL VISCÓS AMB BASE AQUOSA PER A APLICACIÓ DE FRED / CALOR. REUTILITZABLE.	13 x 26 cm	1,40000	150	0	890	80	510	275	172	130	80	80	2.367

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CSA	CSdM	CSMS	CSSFm	CST	FHAG	FHPAL	GPHV	HCAMP	HSJR	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.02	0301011008 i 0301011009 i 0301011020	SCN210101626	BOSSA GEL FRED/CALOR	BOSSA DE FILM PLÀSTIC AMB GEL VISCÓS AMB BASE AQUOSA PER A APLICACIÓ DE FRED / CALOR. REUTILITZABLE.	16 x 26 cm	1,40000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
G.02	0301011008 i 0301011009 i 0301011020	SCN2101012138	BOSSA GEL FRED/CALOR	BOSSA DE FILM PLÀSTIC AMB GEL VISCÓS AMB BASE AQUOSA PER A APLICACIÓ DE FRED / CALOR. REUTILITZABLE.	21 x 38 cm	1,40000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
G.02	301011010	SCN2101012630	BOSSA GEL FRED/CALOR	BOSSA DE FILM PLÀSTIC AMB GEL VISCÓS AMB BASE AQUOSA PER A APLICACIÓ DE FRED / CALOR. REUTILITZABLE.	26 x 30 cm	6,30000	0	0	0	0	10	0	0	0	20	0	30
G.02	301011017	SCN2101013040	BOSSA GEL FRED/CALOR	BOSSA DE FILM PLÀSTIC AMB GEL VISCÓS AMB BASE AQUOSA PER A APLICACIÓ DE FRED / CALOR. REUTILITZABLE.	30 x 40 cm	15,00000	5	0	0	0	0	0	0	0	50	0	55
G.02	301011026	SCN2121012138	BOSSA DE GEL FRED/CALOR AMB RUS	BOSSA DE PLÀSTIC I RUS AMB GEL VISCÓS AMB BASE AQUOSA PER A APLICACIÓ DE FRED / CALOR. REUTILITZABLE.	21 x 38 cm	15,00000	0	280	0	1	0	0	0	0	0	0	281
G.02	301011026	SCN2121012230	BOSSA DE GEL FRED/CALOR AMB RUS	BOSSA DE PLÀSTIC I RUS AMB GEL VISCÓS AMB BASE AQUOSA PER A APLICACIÓ DE FRED / CALOR. REUTILITZABLE.	22 X 30 cm	15,00000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
G.02	0	SCN2131011219	BOSSA CRIOTERAPIA INSTANTANIA	BOSSA CRIOTERAPIA INSTANTANIA UN SOL ÚS	12 X 19 cm ±4cm	0,40000	500	0	0	0	250	1.176	0	0	120	0	2.046
G.02	301011025	SCN2131011624	BOSSA CRIOTERAPIA INSTANTANIA	BOSSA CRIOTERAPIA INSTANTANIA UN SOL ÚS	16 x 24 cm ±4cm	0,45000	0	2.470	0	0	0	0	0	0	0	0	2.470
G.03	0	SCN3501031507	SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG. TEMPERATURA NORMOTÈRMICA	SET: CLAU DE REGULACIÓ DE FLUX. CAMBRA ATRAPA BOMBOLLES. PORT D'INJECCIÓ IV. PINCES D'OBERTURA/TANCAMENT DE FLUX. ELS CLAMPS DELS DOS TERMINALS ESTAN DIFERENCIATS PER COLOR (BLAU I VERMELL). AIXÍ COM ELS TAPS PROTECTORS DE L'ESTERILITAT. PER ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS INTRAVENOSOS DES DE VENA OBERTA FINS A 9.000 ML/H. ES POT UTILITZAR COM A SISTEMA DE FLUX PER GRAVETAT O AMB PRESSIÓ FINS A 300 MMHG. SISTEMA D'ESCALFAMENT DE FLUIDS MANTÉ ELS FLUIDS. LA SANG I ELS HEMODERIVATS A TEMPERATURES NORMOTÈRMiques. EVITANT L'IMPACTE QUE EXERCIXEN ELS FLUIDS FREDs EN LA DISMINUCIÓ DE LA TEMPERATURA CENTRAL DEL PACIENT. COMPATIBLE AMB APARELL DE CALOR SECA.		11,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
G.03	0	SCN4303040004	SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG. TEMPERATURA NORMOTÈRMICA	SET D'INFUSIÓ HOMOTÈRMIA. AMB PLACA DE ALUMINI REVESTIT. VELOCITAT D'ESCALFAMENT 5'. AMB CESSIÓ D'EQUIP.	400 mm purgat 4-5 ml	10,50000	0	0	625	0	0	0	0	0	0	0	625
G.03	0	SCN4303070015	SET INFUSIÓ FLUIDS/SANG. TEMPERATURA NORMOTÈRMICA	SET D'INFUSIÓ HOMOTÈRMIA. AMB 15-16 M DE PURGAT AMB PLACA DE ALUMINI REVESTIT AMB CÀMARA. VELOCITAT D'ESCALFAMENT 5'. AMB CESSIÓ D'EQUIP. D'ESCALFAMENT 5'. AMB CESSIÓ D'EQUIP.	700 mm purgat 15-16 ml	14,00000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
G.04	301090105	SCE5501010500	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 05	4,05600	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
G.04	301090106	SCE5501010600	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 06	4,05600	25	10	0	0	10	27	50	0	0	15	137
G.04	301090107	SCE5501010700	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 07	4,05600	0	0	0	0	20	14	0	0	0	15	49
G.04	301090108	SCE5501010800	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 08	4,05600	40	25	0	0	30	18	50	0	0	15	178
G.04	301090109	SCE5501010900	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 09	4,05600	0	0	0	0	35	18	0	0	0	15	68
G.04	301090110	SCE5501011000	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 10	4,05600	50	35	0	0	0	18	10	0	0	15	128
G.04	301090111	SCE5501011100	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 11	4,05600	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	30
G.04	301090112	SCE5501011200	SUSPENSORI DE COTÓ	BOSSA DE SUPORT PER GENITALS VARIADA AMB CINTA ELÀSTICA	N. 12	4,05600	0	20	0	0	0	15	10	0	0	0	45
G.05	301070102	SGIO303030103	BRAÇALETs IDENTIFICACIÓ DE PLÀSTIC	BRAÇALET DE PLÀSTIC GRADUABLE PER A IDENTIFICACIÓ PACIENTS. CONTORN ARRODONITS PER NO PROVOCAR LESIONS.	INFANTILS	0,15300	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160
G.05	301070103	SGIO303030105	BRAÇALETs IDENTIFICACIÓ DE PLÀSTIC	BRAÇALET DE PLÀSTIC GRADUABLE PER A IDENTIFICACIÓ PACIENTS. CONTORN ARRODONITS PER NO PROVOCAR LESIONS.	ADULTS	0,12000	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
G.05	301070407	SGIO505050503	BRAÇALETs IDENTIFICACIÓ DE FOAM	BRAÇALET DE FOAM GRADUABLE PER A IDENTIFICACIÓ PACIENTS. CONTORN ARRODONITS PER NO PROVOCAR LESIONS.	PEDIATRIC / BLAU	1,94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
G.05	301070201	SGIO707070701	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ DE MICROFIBRA ADHESIU DIFERENTS COLORS	BRAÇALET DE MICROFIBRA ADHESIVA PER A IDENTIFICACIÓ PACIENTS DE DIFERENTS COLORS. CONTORN ARRODONITS PER NO PROVOCAR LESIONS.	NOUNATS	1,94000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
G.05	301070203	SGIO707070705	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ DE MICROFIBRA ADHESIU DIFERENTS COLORS	BRAÇALET DE MICROFIBRA ADHESIVA PER A IDENTIFICACIÓ PACIENTS DE DIFERENTS COLORS. CONTORN ARRODONITS PER NO PROVOCAR LESIONS.	ADULT	0,15000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000

ANNEX
PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNQUES

GRUP	CODI CSC (antic)	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	CSA	CSdM	CSMS	CSSFm	CST	FHAG	FHPAL	GPHV	HCAMP	HSJR	TOTAL CONSUM LICTACIO
G.05	0301070414 i 0301070413 i 0301070406	SGI3303030103	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA. GRADUABLE	PEDIATRIC / BLANC	0,10950	0	207.600	0	0	16.000	0	0	200	0	57.000	280.800
G.05	0301070410 i 0301070405	SGI3303030105	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA. GRADUABLE	ADULT / BLANC	0,10950	0	5.000	0	0	190.000	0	106.800	52.600	0	0	354.400
G.05	301070408	SGI3303030305	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA. GRADUABLE	ADULT / GROG	0,78730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
G.05	301070411	SGI3303030505	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA. GRADUABLE	ADULT / BLAU	0,08000	0	1	0	4.200	0	0	0	0	40.000	0	44.201
G.05	CSDM06	SGI3303070505	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA	BRAÇALET PLIETILE PER IDENTIFICACIÓ IMPRESORA TÈRMICA. GRADUABLE. RESISTENT A L'ALCOHOL. A L'AIGUA. AL SABÓ. AL DESINFECTANT DE MANS I A TOTS ELS FLUIDS MÉS COMUNS EN L'ENTORN HOSPITALARI.	ADULT / VERD 20 X 292 mm INFO 19 X 114 mm	0,12900	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
G.05	301070415	SGI3505050905	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ ALERGIA	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ ALERGIA	ADULT	0,18000	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
G.05	0	SGI4105052525	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ BANC DE SANG	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ GROG AMB LOGO I TEXT COLOR NEGRE+ 6 ETIQUETES GROGUES AMB LOGO I TEXT COLOR NEGRE	25.40 x 254 mm.	0,45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
G.05	0301070401 i 0301070104 i 0301070409	SGI5105050501	EQUIP IDENTIFICACIÓ MARE/NADÓ	EQUIP D'IDENTIFICACIÓ MARE-FILL. PER A UN FILL. COMPOST PER 1 BRAÇALET. PINCES CORDÓ UMBILICAL I ETIQUETES PEL PARTOGRAMA. CONTORN ARRODONITS PER NO PROVOCAR LESIONS.	NADÓ	1,75000	0	1.110	0	0	1.000	0	600	260	30	2.000	5.000
G.05	301070402	SGI5105050502	EQUIP IDENTIFICACIÓ MARE/BESSONS	EQUIP D'IDENTIFICACIÓ MARE-FILL. PER A UN FILL. COMPOST PER 2 BRAÇALETS. PINCES CORDÓ UMBILICAL I ETIQUETES PEL PARTOGRAMA. CONTORN ARRODONITS PER NO PROVOCAR LESIONS.	BESSONS	3,37830	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100	120
G.05	0	SGI5305051338	BRAÇALET IDENTIDFICACIÓ RISC DE CAIGUDES	BRAÇALET IDENTIFICACIÓ DE RISC DE CAIGUDES. ETIQUETES AUTOADHESIVES. COLOR TARONJA I TEXT NEGRE. LLIURE DE LÀTEX AMB DISPENSADOR	13.00 X 38 mm.	0,04000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
G.06	805020105	SCR0101010101	MAQUINETA D'AFAITAR. NO ESTÈRIL. UN SOL ÚS	MAQUINETA D'AFAITAR. NO ESTÈRIL. UN SOL ÚS	--	0,28930	0	2.600	4.800	0	1.600	0	0	0	0	0	9.000
G.06	805020101	SCR3103030101	RASURADOR. NO ESTÈRIL. UN SOL ÚS.	RASURADOR. NO ESTÈRIL. UN SOL ÚS.	1 FULLA	0,19290	1.500	0	0	0	2.300	0	1.900	460	0	0	6.160
G.06	805020103	SCR3103030201	RASURADOR. NO ESTÈRIL. UN SOL ÚS.	RASURADOR. NO ESTÈRIL. UN SOL ÚS.	2 FULLES	0,10400	0	4.260	0	150	0	0	0	0	850	4.000	9.260
G.06	805020107	SCR5105050505	CAPÇAL PER RASURADORA QUIRÚRGICA	CAPÇAL PER RASURADORA UN SOL US. AMB CESSIÓ DE MÀQUINA	--	1,50000	1.050	3.540	0	0	1.600	5.000	0	580	0	3.200	14.970
G.06	0	SCR5105070360	CAPÇAL PER RASURADORA QUIRÚRGICA PIVOTANT	CAPÇAL PER RASURADORA UN SOL US. PIVOTANT 360º AMB CESSIÓ DE MÀQUINA	--	1,80000	0	3.540	2.000	0	0	0	2.100	0	700	0	8.340

ANNEX CESSIONS													
id_lo t	id_producte	Descripció	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	CONSUM CSdM	CONSUM CSA	CONSUM CSMS	CONSUM CSSFM	CONSUM CST	CONSUM FHAG	CONSUM FHPAL	CONSUM GPHV	CONSUM HCAMP	CONSUM HSJR
01	SCN0199090909	EQUIP AIRE ESCALFAMENT MANTES EN CESSIÓ	EQUIP AIRE ESCALFAMENT MANTES EN CESSIÓ	14	5	8	0	27	0	2	0	0	30
01	SCN0199090919	EQUIP AMB PEU RODABLE PAD TERMIC ESCALFAMENT MANTES EN CESSIÓ	EQUIP AMB PEU RODABLE PER PAD TERMIC ESCALFAMENT MANTES EN CESSIÓ	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SCN0199091909	UNITAT D'ESCALFAMENT FLUIDS EN CESSIÓ	UNITAT D'ESCALFAMENT FLUIDS EN CESSIÓ	0	0	5	0	0	0	0	0	0	10
03	SGI9999090909	IMPRESORA TÈRMICA EN CESSIÓ	IMPRESORA TÈRMICA EN CESSIÓ	0	3	20	0	18	40	6	0	7	60
04	SCR9999090909	RASURADORA QUIRÚRGICA EN CESSIÓ	RASURADORA QUIRÚRGICA EN CESSIÓ	0	0	0	0	18	0	8	0	4	30