



SERVEI / UNITAT: Servei Salut, Seguretat i Benestar Laboral

DATA: 02/07/2025

ASSUMPTE: NEGOCIAT SENSE PUBL.- INFORME PROVEÏDOR ÚNIC O LIMITAT

TIPUS: SERVEIS

Número de sol·licitud: 15013260

Títol de l'expedient (coincident amb els plecs):

Servei integral de calibratge, revisió, manteniment i/o reparació dels equips de mesurament PRL del Servei SSBL

Breu descripció del material que es demana subministrament, o del servei o obra que es demana executar:

Servei integral de recollida/entrega i verificació, calibratges, revisions, manteniments i reparacions dels equips de mesurament i dels equips de PRL del servei de SSBL, segons plecs (5 anys):

- Equips de mesurament de Prevenció de Riscos Laborals (ex: sonòmetres, termohigròmetres, anemòmetres, detector de gasos, etc.).

Aquests equips s'utilitzen per al control de les condicions higièniques de les instal·lacions, espais i centres de treball de TMB. En aplicació de la normativa vigent, és necessari disposar de certificats de verificació i calibratge dels equips.

Els valors resultants dels estudis permeten aplicar mesures preventives i/o correctives. Per això, la importància de disposar d'equips calibrats i dels certificats. Aquests certificats cal presentar-los també a les auditories o quan sigui necessari.

NOM PROVEÏDOR (indicar-ne 3 per casos de prov limitats):

- LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA
- TRADELAB, SL

Durada del servei o subministrament (o indicar si és puntual)

5 anys des de la formalització del contracte.

Marca amb una creu quina de les 10 causes de sota justifiquen procedir per la via del negociat sense publicitat (art 168 LCSP) i complimenta la informació sol·licitada pel seu cas:

	No presentació d'ofertes o ofertes inadequades en un procediment de contractació previ
	No competència per raons tècniques o protecció de drets exclusius
	Secrets o reservats
	Imperiosa urgència per fets imprevisibles
☒	Negociat previ amb ofertes irregulars o inacceptables
	Subministrament per estudis o desenvolupaments
	Entregues addicionals o ampliacions d'entregues
	Condicions especialment avantatjoses



	Serveis de projectes concursats
	Obres o serveis previstos en procediments previs

Així mateix, en funció de la causa seleccionada del procediment negociat sense publicitat, caldrà justificar degudament l'esmentada selecció d'acord amb els següents paràmetres:

Negociat previ amb ofertes irregulars o inacceptables (art. 168.b.2: Quan es doni la situació a què es refereix la lletra e) de l' article 167, sempre que en la negociació s' inclogui tots els licitadors que, en el procediment antecedit, haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals del procediment de contractació, i sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el preu de licitació ni modificar el sistema de retribució). En cas de marcar aquesta opció, caldrà respondre i justificar la següent informació: - Identificació de l'expedient anterior desert: 15012080B Manteniment equips de mesurament SSBL. En data 25/10/2024 el C.Aprovisionaments va aprovar l'inici de l'expedient 15012080B i es va publicar al perfil del contractant el 29/10/2024. En data 18/02/2025 el C.Aprovisionaments va declarar deserta l'oferta presentada al Lot 1 d'aquesta licitació per part de l'empresa LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA, atès que superava l'import del PBL. La publicació d'aquesta circumstància al perfil del contractant va ser el dia 20/02/2025. S'adjunta link a l'expedient: <u>ALiC - 15012080B - Mant equips mesurament SSBL - Documents</u> - Per què va quedar desert? L'oferta presentada al Lot 1 per l'empresa postulant LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA es considera inacceptable perquè l'oferta presentada en Annex 1 sobrepassa el pressupost establert al PBL. (Vegeu informe del C.Aprovisionaments del tancament del lot 1 de l'expedient 15012080B). L'article 168 .a.1 LCSP preveu que es pot acudir al procediment de negociat sense publicitat quan no s'hagi presentat cap oferta, cap sol·licitud de participació adequada en resposta a un procediment obert o a un procediment restringit si no es modifiquen les condicions inicials del contracte de forma substancial, sense que es pugui incrementar el PBL o el sistema de retribució. En aquest sentit, la norma especifica que es considera que una oferta és inadequada quan no sigui pertinent, sigui insuficient per satisfer les necessitats o requisits de l'òrgan de contractació, entre altres. El cas que ens ocupa no es pot encavir en el supòsit d'oferta inadequada, ja que era acord i congruent amb els plecs.



Altrament, l'article 168.b.2 LCSP estableix que també es pot acudir al negociat sense publicitat quan es doni el supòsit previst a l'article 167.e) LCSP, que inclou (i) ofertes irregulars, entenent per aquestes aquelles que no es corresponguin al plec, s'hagin presentat fora de termini, mostrin indicis de corrupció o conductes col·lusòries o siguin anormalment baixes i (ii) ofertes inacceptables, entenent per aquestes les ofertes presentades que superin el PBL.

El supòsit que ens ocupa és precisament aquest, ja que LGAL, únic proveïdor que va presentar una oferta, ho va fer en un import un 16% superior al PBL.

En el supòsit d'oferta inacceptable, la LCSP indica que s'han d'incloure tots els licitadors que haguessin presentat ofertes conformes als requisits formals del procediment, i sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que en cap cas es pugui incrementar el preu de la licitació.

Les condicions tècniques i particulars d'aquesta contractació es fan respectant els mateixos plecs i especificacions de la licitació anterior en el què es refereix al Lot 1, és a dir, no es modifiquen les condicions de la licitació, que es mantenen inalterables en els termes en què s'ha declarat desert el Lot 1. En aquest sentit, cal clarificar que el PBL del lot de manteniment/verificació/calibratge d'equips PRL és el mateix (era el lot 1 de la licitació 15012080B), si bé deixem apuntat que com a la licitació anterior hi havia dos lots (el lot 2 era de Manteniment d'alcoholímetres), ha calgut eliminar dels plecs qualsevol text que feia referència a aquest atès que el lot 2 es va adjudicar, fet que ha comportat la modificació del PBL i VEC totals, perquè en l'anterior licitació també incloïa el Lot 2.

En aquest sentit, les activitats concretes i especialitzades de Manteniment contemplades al servei a prestar al Lot 1 serien les indicades a continuació.

Especificacions manteniment del LOT 1:

- Inspecció de l'estat de conservació
- Control i verificació de l'estat de fungibles
- Ajust de sensibilitat
- Realització de Certificat de Revisió i Ajust
- Pauta d'acord amb la qual es fa la revisió i verificació
- Certificat de Calibratge ENAC

Fem referència a la documentació justificativa i preparada en els plecs de condicions de la licitació anterior a la qual es justifica àmpliament la necessitat de contractació d'aquests serveis, l'objecte o motiu de la licitació.

Segons s'especifica al document IJN i als requeriments del QCAR, és necessari disposar d'un coneixement especialitzat, metodologia i professionals amb coneixements tècnics; uns mitjans i utilitatge i instal·lacions específics per poder realitzar aquestes activitats de control, verificació,



calibratge i reparació en el seu cas. Homologacions per poder realitzar i estendre certificats del que es verifica de cada equip. També cal poder reparar aquests equips en cas de detectar qualsevol problema o incidència en els valors o aplicació del mesurament (desgast, caiguda, dades no fiables...) de forma ràpida i eficient.

L'ús d'equips no verificats no permetria considerar fiables els valors i podria donar lloc a aplicació de mesures de prevenció no adients o desproporcionades, en l'àmbit de la PRL que ens ocupa.

El calibratge periòdic dels equips de mesura utilitzats en higiene industrial és un requisit essencial per garantir la fiabilitat de les dades obtingudes i, per tant, l'eficàcia de les mesures preventives adoptades en matèria de seguretat i salut laboral. D'acord amb la normativa espanyola i europea, aquesta exigència es fonamenta en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, que imposa a l'empresari l'obligació de garantir condicions de treball segures, la qual cosa inclou l'ús d'instruments de mesura correctament ajustats. A més, la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 estableix els requisits tècnics per assegurar la competència dels laboratoris de calibratge, mentre que la norma UNE-EN ISO 9001 exigeix el control i la verificació dels equips de mesura com a part del sistema de gestió de qualitat. Així mateix, el Reglament (UE) 2017/746 i la norma UNE-EN 61010 reforcen la necessitat de calibratge per garantir la seguretat i la precisió en l'ús d'aquests equips.

Antecedents:

Aquests serveis de calibratge i manteniment es van licitar així mateix en una licitació anterior 15012080 el 2023 que també va resultar deserta perquè no es va rebre cap oferta: ALiC - 15012080 - Mant equips mesurament SSBL - Seguiment Aquesta es va aprovar el gener de 2024 i es va publicar al perfil el 7/02/2024.

És a dir, aquest servei va ser licitat i va quedar desert en dues ocasions consecutives. Aquesta circumstància va fer que fos necessari endegar la contractació menor per poder cobrir aquesta necessitat (es va publicar via plataforma Vortal).

Anteriorment, es realitzava la contractació menor quan era necessari realitzar les verificacions o calibratges d'aquests equips. En cas de necessitat de reparació, es realitzava la petició via SAP per la gestió per part d'Aprovisionaments.

Els contractes dels SPA (servei de prevenció aliè) existents no contemplen el calibratge dels equips. Els professionals que realitzen les activitats de suport utilitzen majoritàriament equips de TMB o bé alguns equips específics que no disposem de propietat. Les empreses adjudicatàries no disposen de prou estoc d'equips ni l'especialització requerida per poder fer aquestes tasques.

- Proveïdors (convidar mínim als que es van presentar en l'expedient anterior desert):

1. Empresa LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA.



2. Empresa TRADELAB, SL: Anteriorment, a l'exp.15012080 no es va presentar cap oferta per aquest lot i va quedar Desert.

Atenent que era imprescindible disposar d'aquests equips calibrats en compliment de la normativa PRL, l'empresa TRADELAB, SL va realitzar els calibratges del 2024 via C.Menor (Vortal) segons SA 15012911.

D'altra banda, en tant ens trobem davant d'un supòsit on el procediment inicial va ser declarat desert, justificant la tramitació del NSP segons l'establert a l'article 168.b.2 LCSP, convé recordar que d'acord amb la normativa comunitària prevista a l'article 32.2.a) de la Directiva 2014/24/UE i la jurisprudència del TJUE, davant de la declaració d'un procediment com a desert per inexistència d'ofertes o per ser aquestes inadequades, l'òrgan de contractació pot iniciar un procediment NSP amb una única empresa o amb diverses, segons ho consideri.

Aquesta sentència va reconèixer a la llum de la Directiva 2014/24/UE que en el cas que les condicions de contractació no variïn, l'absència d'interès per part dels licitadors no els converteix ara en necessaris i preceptius, de manera que la invitació a un sol licitador (o dos en aquest cas), com a forma de satisfacció de la necessitat de contractació, és correcta.

En aquest sentit, cal fer esment a la STJUE de 16 de Juny de 2022 (C-376/2021), que conclou que en el cas de fracàs d'un procediment ordinari per inexistència d'oferta o per ser aquestes inadequades, segons la definició recollida en l'art. 168. a.1) segon paràgraf, l'òrgan de contractació tindrà llibertat per a convidar a l'empresa o empreses que consideri convenients, sens perjudici que, en cas que d'altres empreses en tinguin coneixement, hagin de ser igualment admeses. En conseqüència, en cas que d'altres empreses vulguin presentar-se al present procediment, ho podran fer en les mateixes condicions que l'empresa proposada.

Aquesta resolució, tot i que es refereix a l'article. 168.a.1) LCSP, també al supòsit que ens ocupa (article. 168.b.2 LCSP), atès que els requisits en ambdòs casos es requereix que es respectin les condicions inicials de la contractació i no es modifiqui el PBL.

Per tot l'anterior, entenem justificada la tramitació de l'expedient per mitjà del procediment negociat sense publicitat a l'empara de l'establert a l'article 168.b.2 de la LCSP, amb invitació al proveïdor que va participar en la licitació i el que ha desenvolupat els serveis objecte del procediment amb anterioritat i sense que es coneguin altres possibles proveïdors atès l'objecte de la necessitat.