

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics:
ORL,CMF i NEUROCIRURGIA_Complementari

PPT_76_2025- Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL, CMF i Neurocirurgia_Complementari

1 / 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 1 de 51

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 3 de 51

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL,CMF i NEUROCIRURGIA_Complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

PPT_76_2025- Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL, CMF i Neurocirurgia_Complementari

4 / 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWX70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 4 de 51

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Lot 6 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles amb motors Magnum M4, M5 o equivalent.

Les ofertes presentades per aquest lot, obligatòriament hauran d'ofertar també al **Lot 7 - Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Magnum M4, M5 o equivalent.**

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc. que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C



- S'ha d'omplir: Excel Licitació 1101441483_2bis

Fitxa resum Requisits Criteris Judici de valor, Annex D3

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1.

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Llista-Resum, Model i Guia, ANNEX D4 Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació dels criteris objectius.

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació

A la *Guia* s'indica quina informació cal facilitar i quina informació es obligatòria. S'ha d'emplenar aquest Excel amb els camps criteris d'acord amb les indicacions del document (Annex D4).



- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.



3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.



4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsit en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '**Sol·licitud d'alta de nou usuari**', a l'apartat '**Alta per a nous usuaris**'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un



nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els Manuals d'usuari proveïdor i l'Índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als



adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI



L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació VARIACIONS EN LA COMANDA

PPT_76_2025- Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL, CMF i Neurocirurgia_Complementari
12 / 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 12 de 51

Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar



Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@evidersa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat



La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 15 de 51

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

PPT_76_2025- Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments quirúrgics: ORL, CMF i Neurocirurgia_Complementari

17 / 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 17 de 51

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 – Llista resum, Criteris judici de valor
ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a
valorar per l'aplicació del criteris objectius.
El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació
ANNEX E - Presentació de mostres (no es demanen mostres)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 19 de 51

ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
MATERIAL DE

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Instrumental i accessoris d'un sol ús per a procediments
quirúrgics:
ORL,CMF i NEUROCIRURGIA_Complementari



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 20 de 51



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 21 de 51

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101441483/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT Obligatori S/N
1	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equivalent (màxim 40.000 rpm)	SI
2	Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equivalent	SI
3	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equivalent	SI
4	Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent	SI
5	Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equivalent	SI
6	Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Magnum M4, M5 o equivalent	SI
7	Sistema d'irrigació per a procediments quirúrgics compatible amb motors Magnum M4, M5 o equivalent	SI
8	Instruments per a craniotomia	NO
9	Control d'aspiració per a microcirurgia nasal	SI
10	Control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda	NO
11	Altres material per a endoscòpia ORL i CMF	NO
12	Mesuradors Tiroplastia masculina i femenina	SI
13	Endoscòpia tractament disfunció trompa d'Eustaqui	SI



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 22 de 51

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 23 de 51

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PAGINA: 1 / 10
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30006730
Descripció llarga: Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia ,Ø 1,6mm i longitud 70-80mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipr opilè tipus luer-lock,codi de color blanc.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L		
Descripció tècnica: Cànula d'aspiració angulada per a microcirurgia ,Ø 1,6mm i longitud 70-8 0mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,codi de color blanc.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard L-L		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30013565
Descripció llarga: Fresa (CENS)cirurg endoscòpica nasosinusal, beina recta/corba i fresa interna,Ø 2,9mm,amb sistema d'irrigació aspiració incorporat,co rona de connexió,velocitat treball 5.000RPM en avanç.Estèril, un sol ús.Compatible peça de mà Magnum M4 o equival.		
Descripció tècnica: Fresa (CENS)cirurg endoscòpica nasosinusal, beina recta/corba i fresa int erna,Ø 2,9mm,amb sistema d'irrigació aspiració incorporat,corona de connexió,velocitat treball 5.000RPM en avanç.Estèril, un sol ús.Compatible p eça de mà Magnum M4 o equival.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30015709
Descripció llarga: Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF,per a sialoendoscopia,de Ø 0 ,6 mm,cistella de Dormia amb 3 filferros,mànec retràctil,es tèril,un ús.Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a cirurgia màxil·lo-facial o equivalent		
Descripció tècnica: Pinça extractora de càlculs d'endoscòpia CMF,per a sialoendoscopia,de Ø 0,6 mm,cistella de Dormia amb 3 filferros,mànec retràctil,estèril,un ús. Compatible amb beines quirúrgiques Karl Storz 11570 KD/11571 S per a ci r ugia màxil·lo-facial o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30023446
Descripció llarga: Equip de cànules per a microcirurgia d'oida,compost 8 cànules d'aspiració amb control:2 cànules Øext 0,7mmx 90mm+/-10, 2 cànules Øex t 1 ,0x90+/-10mm, 2 cànules Øext 1,4x90+/-10mm, 2 cànules Øext 2,0x80+/-10+ tub a/conn 3500+/-100mm i Ø8,0mm.Estèril,un ús		
Descripció tècnica: Equip estapedectomia i oida mijà,compost 8 cànules d'aspiració amb contr ol:2 cànules Øext 0,7mmx 90mm+/-10 + 2 cànules Øext 1,0x90+/-10mm + 2 cà nules Øext 1,4x90+/-10mm + 2 cànules Øext 2,0x80+/-10 + tub connexió 350 0+/-100mm i Ø8,0mm. Estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30028870
Descripció llarga: Equip endoscòpia ORL,p/tractam/mínim/invasi disfunció trompa de Eustaqui ,consta: catèter a/baló tipus TubaVent 27cm long/útil 23,6cm ,baló Ø3x20mm,marques radiopaques,2 inserts tipus TubInsert a/angle pu/distal de 45° i 60°,estè,lús.Com/sist/TubaVent o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PÀGINA: 2 / 10
--	---------------------------------------	--

Descripció tècnica:	Equip endoscòpia ORL,p/tractam/minim/invasi disfunció trompa de Eustaqui ,consta: catèter a/baló tipus TubaVent,de 27cm long/útil 23,6cm,baló Ø3 x 20mm,marq/radioop i 2 inserts tipus TubInsert a/angle pu/distal de 45° i 60°,estè,lús.Comp/SAP 30042343 o equ	
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30030004
Descripció llarga:	Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL,per treure cerumen i altres del canal auditiu,extrems de treball llaç/rodó de 2,5mm/3,0mm de di àmetre,15cm de llargària,de policarbonat,estèril,d'un sol ús	
Descripció tècnica:	Cureta Jobson d'endoscòpia per a ORL,per treure cerumen i altres del can al auditiu,extrems de treball llaç/rodó de 2,5mm/3,0mm de diàmetre,15cm de llargària,de policarbonat,estèril,d'un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30030332
Descripció llarga:	Màneg amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla,Ø 10mmx 77mm de llarg,connexió Luer de plàstic Lliure d e làtex.Estèril,un sol ús.	
Descripció tècnica:	Màneg amb control d'aspiració per a microcirurgia d'oïda per a cànula/agulla,Ø 10mmx 77mm de llarg,connexió Luer de plàstic Lliure de làtex.Estèril,un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30034201
Descripció llarga:	Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 14mm,diàmetre intern 11mm,70mm longitud, acer inoxidable,codificació de co lor, estèril.Compatible amb connexió Hudson o equivalent.	
Descripció tècnica:	Perforador rebutjable per a craniotomia, diàmetre extern 14mm,diàmetre i ntern 11mm,70mm longitud, acer inoxidable,codificació de color, estèri l .Compatible o equivalent amb connexió Hudson.	
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30040599
Descripció llarga:	Punxa o pin fixador per arc cranial,material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neuro,columna.Mida adult: Ø6,5 mm,11 argària punta 11,5mm,titani,PEEK i cautxú natural.Lliure làtex,sol ús, estèril.Comptble separador cranial Doro o equival.	
Descripció tècnica:	Punxa o pin fixador per arc cranial,material radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia) neuro,columna.Mida adult: Ø6,5 mm,llargària punta 11,5mm,titani,PEEK i cautxú natural.Lliure làtex,sol ús, estèril.Comptble separador cranial Doro o equival.	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PÀGINA: 3 / 10
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30041518
Descripció llarga: Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 3,0mm i longitud 80+/-90mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipr opilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock		
Descripció tècnica: Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oïda,Ø 3,0mm i longitud 80+/-9 0mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30041672
Descripció llarga: Fulla de microsera Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mida: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar óssos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo o equivalent		
Descripció tècnica: Fulla de microsera Dual Cut sagital i oscilant per a motor elèctric.Mid a: 9mm d'amplada, 0,38mm de gruix ,31mm longitud,per tallar óssos, d'acer inoxidable.Estèril, d'un sol ús. Compatible Core/ RemB Sabo, Stryker o equivalent 5400-003-125		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30041969
Descripció llarga: Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radiotransparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia).Mida adult,amb ales,de safir sintètic,un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotransparent tipus Mayfield o equivalent.		
Descripció tècnica: Punxa o pin per a fixador cranial en cirurgia cap, coll i columna, radio transparent (TAC, RM, raigs X i fluoroscòpia).Mida adult,amb ales,de safir sintètic,un sol ús, estèril. Compatible per a fixador cranial radiotr ansparent tipus Mayfield o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30042343
Descripció llarga: Bomba d'inflat de catèter baló tipus TubaVent,capacitat 30cc,interruptor de control p/alliberar èmbol, a/manòmetre, a/connexió alta pressió a/adaptador LuerLock rot,PSI de 0 a 30 atm,a/tub extensió 100cm, estèril ,lús.Comp sistema TubaVent o equivalent		
Descripció tècnica: Bomba d'inflat de catèter baló TubaVent,capacitat 30cc,interruptor de control p/alliberar èmbol, a/manòmetre, a/connexió alta pressió a/adaptador LuerLock rotatori,PSI de 0 a 30 atm,a/tub extensió 100cm, estèril,lús. Compatible a/SAP 30028870 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30049757
Descripció llarga: Fresa osteosintesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø5,0x70mm de longitud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40 ,000 57rpm)		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PAGINA: 4 / 10
--	---------------------------------------	--

Descripció tècnica: Fresa osteosíntesi ORL cap bola estriada tipus Rosen,Ø5,0x70mm de longitud ud.Ø2,35mm de tija.Compatible amb motors de baixa velocitat (màx. 40,000 57rpm)		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30049886		
Descripció llarga: Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 4,0mm diàmetre 26mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 4,0mm diàmetre 26mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EGI		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30049889		
Descripció llarga: Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa neurocirurgia, punta bola estriada, 7,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30049890		
Descripció llarga: Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre,estèril,un sol ús.Compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa neurocirurgia, punta misto estriada, de 2,3 mm diàmetre,estèril,un sol ús.Compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30049892		
Descripció llarga: Fresa neurocirurgia, punta bola diamant tosca, 4mm diàmetre, 28mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa neurocirurgia, punta bola diamant tosca, 4mm diàmetre, 28mm longitud d'acer inoxidable, estèril per a connectors medium QD11, compatible amb motors elèctrics Anspach EGI		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30049959		
Descripció llarga: Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, estèril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EGI o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PÀGINA: 5 / 10
--	---------------------------------------	--

Descripció tècnica:		
Fresa neurocirurgia, punta bola diamant gruixut, 3,0mm de diàmetre, està ril, un sol ús. Compatible amb motors elèctrics Anspach EG1 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30050045
Descripció llarga:		
Fresa osteosintesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen,Ø2,3x51mm de longitud.Ø2,35mm de tija.estèril,un sol ús.		
Descripció tècnica:		
Fresa osteosintesi ORL carbur de tungstè tipus Rosen,Ø2,3x51mm de longit ud.Ø2,35mm de tija.estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30051051
Descripció llarga:		
Cànula de rentat per a òptica de 30°,per a endoscòpia endonasal (sinusal) ,cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector.L liure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb models d'òptica 1880153 o equivalent		
Descripció tècnica:		
Cànula de rentat per a òptica de 30°,per a endoscòpia endonasal (sinusal) ,cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector,estèril,un so l ús.Compatible amb models 7230BA i 1880153 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30051054
Descripció llarga:		
Sistema irrigació p/peça de mà, p/endosc/nasosinusal,laringea,base crani i p/equ/cirur/guiada p/imatge,CONSTA:tub plàstic,de 170cm+/ -20cm,ext/punxó p/con/irrigació,con/bomba irrigació consola,no làtex,estè,ind,lús.Comp/peça mà Magnum (tots models) o equ		
Descripció tècnica:		
Sistema irrigació par peça de mà, p/endosc/nasosinusal,laringea,base cra ni i p/equ/cirur/guiada p/imatge,CONSTA:tub plàstic,de 170cm+/-20cm,ext/ punxó p/con/irrigació,con/bomba irrigació consola,no làtex,estè,ind,lús. Comp/peça mà Magnum (tots models) o equ		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30051069
Descripció llarga:		
Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola polidora de diamant fi,de diàmetre 4,0mm,Mida Llarga L,acer in oxidable ,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		
Descripció tècnica:		
Fresa ORL alta velocitat Visao,per a cirurgia d'oïda mitja,punta polidor a de diamant fi,de diàmetre 4,0mm i 72mm longitud de treball,Mida Llarga ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC X omed o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30051086
Descripció llarga:		
Fresa ORL alta velocitat Indigo,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola estriada de carbur ,recta,de diàmetre 2,0mm,64mm de longitud, mida mitjana M ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PAGINA: 6 / 10
--	---------------------------------------	--

Descripció tècnica: Fresa ORL alta velocitat Indigo,per a cirurgia d'oïda mitja,punta bola e striada de carbur ,recta,de diàmetre 2,0mm,64mm de longitud,mida mitjana M ,acer inoxidable,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IP C Xomed o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30051093
Descripció llarga: Fresa ORL alta velocitat Indigo,per cirurgia d'oïda,menjadora talladora ,bola estriada ,Ø3,0mm x 64 mm longitud de treball,aliatge ca rbur de tungstè alta resistència, 52.000 rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sistema motor IPC Xomed o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa ORL alta velocitat Indigo,per cirurgia d'oïda,menjadora talladora ,bola estriada ,Ø3,0mm x 64mm longitud de treball,aliatge carbur de tungs tè alta resistència, 52.000 rpm,estèril,d'un sol ús.Compatible amb sist ema motor IPC Xomed o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30051463
Descripció llarga: Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Montgomery.Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Equip de 5 medidors per a implants de tiroplastia masculina tipus Mont gomery.Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30051656
Descripció llarga: Cànula de rentat per a òptica de 0°,per a endoscòpia endonasal (sinusal) ,cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector i tub d'irrigació,estèril,un sol ús.Compatible amb model d'òptiques 7210AA i 7230AA o equivalent		
Descripció tècnica: Cànula de rentat per a òptica de 0°,per a endoscòpia endonasal (sinusal) ,cànula de 4mm diàmetre de material plàstic,amb connector i tub d'irrig ació,estèril,un sol ús.Compatible amb model i880152 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30058730
Descripció llarga: Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 2,5mm,mida estàndard ,longitut 88mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 2,5mm,mida estàn dard ,longitut 88mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Medtronic Xomed o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30058732
Descripció llarga: Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,5mm,mida estàndard ,longitut 87mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PÀGINA: 7 / 10
--	---------------------------------------	--

Descripció tècnica: Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,5mm,mida estàndard ,longitud 87mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Medtronic Xomed o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30058733
Descripció llarga: Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,0mm,mida estàndard ,longitud 86mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa ORL alta velocitat MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 1,0mm,mida estàndard ,longitud 86mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema motor Medtronic Xomed o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30060010
Descripció llarga: Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oida,Ø 1,0mm i longitud 60+/-5mm ,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipro pilè tipus luer-lock,codi de color beix.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock		
Descripció tècnica: Cànula d'aspiració angulada per a micro d'oida,Ø 1,0mm i longitud 60+/-5 mm,d'acer inox,punta rodona atraumàtica,connector de polipropilè tipus luer-lock,transparent.Estèril,un sol ús.Compatible amb mànec amb control d'aspiració estàndard Luer-Lock		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30060014
Descripció llarga: Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 3mm i longitud 160+/-10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex ,un sol ús.		
Descripció tècnica: Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 3mm i longitud 160+/- 10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30060994
Descripció llarga: Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 2mm i longitud 120+/-10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex ,un sol ús.		
Descripció tècnica: Cànula d'aspiració angulada per a cirurgia nasal,Ø 2mm i longitud 120+/- 10mm,d'acer inox, mal·leable,punta rodona atraumàtica,mànec de polipropilè amb control d'aspiració i connector luer. Estèril,sense làtex,un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PÀGINA: 8 / 10
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30061199
Descripció llarga: Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femení tipus Montgomery.Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Equip de 5 mesuradors per a implants de tiroplastia femení tipus Montg omeri.Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30061514
Descripció llarga: Cànula d'aspiració angulada per a otologia,Ø18G(1,2mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipro pilè tipus luer-lock,codificació de color rosa. Estèril, un sol ús.		
Descripció tècnica: Cànula d'aspiració angulada per a otologia,Ø18G(1,2mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipro pilè tipus luer-lock,codificació de color rosa. Estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30061548
Descripció llarga: Cànula d'aspiració angulada per a otologia,Ø20G(0,9mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipro pilè tipus luer-lock,codificació de color groc. Estèril, un sol ús.		
Descripció tècnica: Cànula d'aspiració angulada per a otologia,Ø20G(0,9mm) i longitud 70mm, d'acer inox, punta rodona atraumàtica, connector de polipro pilè tipus luer-lock,codificació de color groc. Estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30061713
Descripció llarga: Aplicador nasal subministrament de medicació per al bloqueig nerviòs del gangli esfenopalati,de Pebax i TPE,estèril. Lliure de làtex i ftalatos.		
Descripció tècnica: Aplicador nasal subministrament de medicació per al bloqueig nerviòs del gangli esfenopalati,de Pebax i TPE,estèril. Lliure de làtex i ftalatos.		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30062722
Descripció llarga: Fresa per a osteosintesi, cap de llumi, Ø2,2mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rexo equivalent		
Descripció tècnica: Fresa per a osteosintesi, cap de llumi, Ø2,2mmx 7cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alta velocitat Midas Rexo equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PÀGINA: 9 / 10
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30062754
Descripció llarga: Fresa per a osteosintesi, cap cilindre tipus barril, Ø4,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa per a osteosintesi, cap cilindre tipus barril, Ø4,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30062762
Descripció llarga: Fresa per a osteosintesi, cap cilindre tipus barril, Ø6,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa per a osteosintesi, cap cilindre tipus barril, Ø6,0mmx10cm de llargària, 11,3mm longitud de cap, d'acer M2,estèril, un sol ús. Compatible amb motor d'alta velocitat i adaptador de 10cm Midas Rex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30064080
Descripció llarga: Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable,Ø0,6mm, per a utilitzar amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm,2,5mm, 3mm i 3,5mm ,estèril,un sol ús.		
Descripció tècnica: Sonda guia per a sialendoscòpia d'acer inoxidable,Ø0,6mm, per a utilitzar amb bujies dilatadores de diàmetres 2mm,2,5mm, 3mm i 3,5mm ,estèril,un sol ús. Compatible amb bujies dilatadores de K.Storz 745710- 745713.ref: 745720		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30065961
Descripció llarga: Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 5,0mm,mida estàndard ,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa ORL alta velocitat tipus MR8 per a cirurgia d'ORL general, cap/coll i otoneurocirurgia,punta bola estriada,diàmetre 5,0mm,mida estàndard ,longitud 85mm, acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema motor Midas Rex MR8 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30067903
Descripció llarga: Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 15°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de c oana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 14.07.2025 HORA: 10:52:28 PÀGINA: 10 / 10
--	---------------------------------------	---

Descripció tècnica: Fresa per a endoscòpia nasosinusal,punta diamant,13cm de longitud, corba 15°, amb canal d'aspiració,fresat si frontal i atresia de c oana, velocitat de treball 30.000RPM,d'acer inox.Estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30067904		
Descripció llarga: Ganiveta endoscòpia p/sinus nasal(etmoides),corbada de 12°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra a/dents i int girat a/tall 360°,sist/ irrigació aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant ,est,lús.Comp/ peça mà Magnum M4 o eq		
Descripció tècnica: Ganiveta endoscòpia p/sinus nasal(etmoides),corbada de 12°,Ø4,0mmx11cm long,beina ext finestra a/dents i int girat a/tall 360°,sist/ irrigació aspiració incorporat,corona connex,velocitat treball 5.000RPM oscil·lant ,est,lús.Comp/ peça mà Magnum M4 o eq		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30068733		
Descripció llarga: Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix ,per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compa tible amb moto MIDAS REX MR8 o equivalent.		
Descripció tècnica: Fresa /disc rodo de tall diamantat per a metall,Ø 25,4mm i 0,8mm de gruix ,per tallar, perforar i polir, estèril, d'un sol ús. Compa tible amb moto MIDAS REX MR8 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30069783		
Descripció llarga: Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø4,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101441483 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30069784		
Descripció llarga: Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant, Ø5,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent		
Descripció tècnica: Fresa per a osteosíntesi, cap de bola de diamant,Ø5,0mmx 14cm de llargària, d'acer M2,estèril, un sol ús.Compatible amb motor d'alt a velocitat adaptador de 14cm Midas Rex o equivalent		



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101441483_2bis



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 34 de 51

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma
electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 35 de 51

S'ha d'omplir el excel Licitació 1101441483_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulara,longitud entre 180cm i									



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 36 de 51

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWW70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 37 de 51



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 38 de 51

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101441483.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101441483 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP															
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE															
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B															
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sense IVA	Per	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans ph neutre envàs de 900 ml v.l. 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml)	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030962	Capcua amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040625	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc. original signat per:
Olga Santamaría Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 39 de 51

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides

S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització

En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWX70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 40 de 51

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 41 de 51

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		Codi SAP	
Dades de la licitació		Codi Agrupador	
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/1101441483/25/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'INSTRUMENTAL I ACCESSORIS D'UN SOL US PER A PROCEDIMENTS QUIRURGICS: ORL,CMF I NEUROCIRURGIA_COMPLEMENTARI		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte			
* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material			
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions			
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe	(SI/NO)	Logo de l'empresa	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 FitxTecnIndv pag1.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJO

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 42 de 51



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 43 de 51

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 44 de 51

ANNEX D2 LLISTAT RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. Expedient

CS/CC00/1101441483/25/AMUP

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 45 de 51



ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits Criteris Subjectius



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 46 de 51



**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101441483/25/AMUF**

- Lot 001 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors de Baixa Velocitat o equiv (màxim 40.000 rpm)
Lot 002 - Freses i serres per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Anspach EG1 o equivalent
Lot 003 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Midas Rex MR8 o equivalent
Lot 004 - Freses per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Indigo/Visao o equivalent
Lot 005 - Fulles de serra per a procediments quirúrgics compatibles a/motors Cordless Driver/RemB/SABO2 i TPX o equiv
Lot 006 - Freses i ganivetes per a procediments quirúrgics comp a/motors Magnum M4, M5 o equivalent

NO HI HA UN MODEL DE DOCUMENT ESPECIFIC. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Cimbreig: vibració axial durant l'ús
Ancoratge de la fresa a la peça de mà durant la intervenció quirúrgica
Precissió del tall: vibració durant l'ús
Eficiència de tall: temps i força necessàries per realitzar el tall complet

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb la documentació i/o resums amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada

Per veure que es demana de forma ampliada, veure ANNEX 4 del PCAP.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 47 de 51



ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 48 de 51



S'ha d'omplir l'Excel **ANNEX_D4_1101441483**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya "Pestanya proveïdor" té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions:



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 49 de 51

2.1. **Dades NO modificables de la pestanya Lot x**

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Lot x**

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació. Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia.TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sense cosí, zona crítica. Mida M, llarg 115cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia.TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sí/cosí, zona crítica. Mida L, llarg 142cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	Sí	Sí	Sí	No

En els lots en què no es presenti cap oferta es pot eliminar la “pestanya del lot” de l'Excel.

Exemple: (només es deixen els lots que tenen oferta)

La documentació tèc	
LOT	
28	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30033416	Emulsió amb àcid

Proveïdor LOT 27 LOT 28



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 50 de 51



Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

No es necessària la presentació de mostres.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NWQ70NEXJVQAMXZLSITK85CU3JBHXJQ

Data creació còpia:
29/07/2025 07:54:51

Pàgina 51 de 51