

Acta de la reunió de valoració dels sobres Únics de l'expedient

Identificació de la reunió
Dia: 28 de juliol de 2025
Hora: 12:00 hores
Lloc: Dependències del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Contractació: Subministrament en règim de lloguer sense opció de compra de matalassos d'aire (superfícies de descans d'aire alternant per al maneig de pressió (SEMP)) pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, mitjançant procediment Obert simplificat, en aplicació de l'establert a l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i tràmit ordinari.
Òrgan de Contractació: Gerent del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès

Assistents Mesa de contractació
Presidenta: Olga Mato, Directora Assistencial del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, o persona en qui delegui.
Secretària: Sandra Amela, Directora tècnica de la Residència Ricard Fortuny del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, o persona en qui delegui.
Vocal: Núria Rovira, Supervisora d'Infermeria del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, o persona en qui delegui.
Vocal: Sira Torres, Direcció atenció a pacients i famílies del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, o persona en qui delegui.
Vocal: Josep Maria Parcerisa, Advocacat del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, o persona en qui delegui.
Vocal: Oriol Morató, Advocacat del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, o persona en qui delegui.

En aquesta sessió s'ha constituït en acte privat la Mesa de Contractació designada per assistir l'Òrgan de Contractació, per tal d'obrir les proposicions dels **sobres Únics** (documentació administrativa, tècnica i documentació avaluable automàticament) relatives a la contractació esmentada en relació als licitadors admesos un cop presentada i comprovada la documentació personal.

Un cop examinada la documentació presentada per les empreses, i tal i com consta a l'informe de valoració de data 25 de juliol de 2025, es comprova que l'empresa **LINET IBERIA, S.L.**, no compleix amb els requisits tècnics exigits, d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques.

En data 14 de juliol de 2025 es va enviar requeriment d'aclariment, pel que fa a les característiques tècniques del matalàs d'aire (SEMP), dels compressors i del subministrament i sistema de lloguer, d'acord amb l'establert en la clàusula 2.1 – Característiques tècniques dels

SEMPs i de 2.2 – Subministrament, instal·lació i posada en marxa del lloguer del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) que regula aquesta contractació, a les dues empreses que han presentat proposta econòmica, i que son **ARJO IBERIA, S.L.U.** i **LINET IBERIA, S.L.**, atorgant als licitadors un termini màxim per presentar-les fins el dia 17 de juliol de 2025.

Atès que en data 15 de juliol de 2025, l'empresa **ARJO IBERIA, S.L.U.** ha presentat els documents requerits per tal de donar resposta al requeriment d'aclariment.

Atès que en data 16 de juliol de 2025, l'empresa **LINET IBERIA, S.L.** ha presentat els documents requerits per tal de donar resposta al requeriment d'aclariment.

Un cop analitzades les ofertes econòmiques i els aclariments que han presentat les empreses **ARJO IBERIA, S.L.U.** i **LINET IBERIA, S.L.**, és conclou amb el següent:

1. Que l'empresa **LINET IBERIA, S.L.** s'ha d'excloure del procediment licitatori ja que el matalàs que ofereix, model Air2care 8, no compleix amb la mida d'amplada que ha de ser de 90 cm i amb un pes a suportar de 200 kg, d'acord amb el previst en la clàusula 2.1 – Característiques tècniques dels SEMPs del PPT.

El matalàs que s'ofereix per part de la licitadora és de dos mides d'amplada, un de 86 cm amb un pes màxim a suportar de 180 kg i un altre de 100 cm amb un pes màxim a suportar de 250 kg.

Els SEMPs que necessita el CSSV han de ser de 90 cm d'amplada que és la mida que fa el llit, tal com es va establir en el PPT, ja que aquest compta amb baranes de seguretat i si el matalàs no compleix amb aquest requisit i és d'una mida superior no es podrien pujar les baranes i quedaria el pacient sense activar-se el sistema de protecció/ seguretat, a més de fer fricció aquest amb les baranes forçant-lo i ocasionant problemes d'accionament.

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs al no garantir una qualitat mínima en la prestació dels serveis objecte de contractació, es proposa excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Aquest acord ha estat adoptat per la Mesa de Contractació per unanimitat dels membres assistents, amb excepció de l'Assessora jurídica que s'absté de la votació atès que aquesta decisió excedeix de les seves funcions d'assessorament jurídic.

En aquest sentit la Mesa de Contractació proposa a l'Òrgan de Contractació l'exclusió de l'empresa **LINET IBERIA, S.L.** pels motius exposats anteriorment.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 13:30 hores, el President dona per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

La Presidenta
Olga Mato



La Secretària
Sandra Amela

