



INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 09/25 NH - Subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un ecògraf genral avançat amb elastografia pel Servei de Diagnòstic per la Imatge del Consorci Hospitalari de Vic (CHV).

CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	Pond		General Elcrtic Healthcare España S.A.U
S'han establert els següents criteris i líndars per cada criteri, segons la Directriu 1/2020 i en el present contracte són els següents:	49		
Adequació a les necessitats del Servei (líndar 13 punts)			
Facilitat i qualitat de l'Elastografia	6	18 punts	6
Suport a l'Intervencionisme	4		4
Àmbit de la Patologia Mamària	8		8
Ergonomia, Interfície d'usuari i facilitat d'us (líndar 5 punts)	7	7 punts	7
Qualitat d'imatge (líndar 9 punts)			
Aplicacions amb Doppler	7	12 punts	7
Pacient amb Obesitat	5		4
Eines d'Intel·ligència artificial (líndar 3 punts)	5	5 punts	5
Pla de formació del personal assistencial (radiòlegs i tècnics) i de manteniment (Electromedicina) del Centre (tots els torns) mitjançant cursos i documentació tècnica adient, perquè el personal del centre pugui assolir un ús òptim i eficient de l'equipament, els sistemes, els productes i serveis adjudicats durant la vigència del contracte (conforme annex T1 del PPT), així com caldrà que faci una proposta per a Residents i Estudiants.	4	4 punts	4
Descripció del SAT caldrà especificar la ubicació, horari d'assistència, gestió administrativa de reparacions i preventiu (circuit), descripció dels calibratges necessaris de l'equip amb tasques i periodicitat, etc... En aquest punt es valoraran els procediments i mitjans per a la reparació i manteniment preventiu així com les solucions tècniques utilitzades des del punt de vista de la fiabilitat. Entre els punts que el licitador consideri d'interès afegeix un apartat indicant la necessitat o no de programari específic per al manteniment correctiu i preventiu dels seus equips i, en cas que sigui necessari, el cost de l'adquisició per part d'un tercer. Caldrà també omplir i adjuntar la fitxa ST	3	3 punts	3
Subtotal	49		48

La Cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge del CHV, emet el següent

INFORME:

Estem davant d'un equip en ecografia d'alta gama que dona solució a les necessitats clíniques i formatives en l'àmbit de la patologia mamària. Valorem molt positivament el suport a l'intervencionisme amb la possible fusió d'imatges amb les obtingudes de la RM. En cas de necessitat, l'ecògraf també pot cobrir la resta de patologia habitual del nostre servei.

Vic, 18 de juny 2025

Dra. M^a José Cortés

