

INFORME CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL
CS/CC00/1101422742/25/AM
Introductors de catèters (complementari)



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 1 de 28

En aquest expedient de licitació (criteris sotmesos a judici de valor), s'han presentat ofertes per part de les empreses:

- ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, SA
- B.BRAUN SURGICAL, SA
- BECTON DICKINSON, SA
- BIOGEN DIAGNÓSTICA, SL
- BIOTRONIK SPAIN, SA
- BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA
- CARDIVA 2, SL
- COOK ESPAÑA, SL
- CORDIS MEDICAL SPAIN, SLU
- INTERSURGICAL ESPAÑA, SL
- IZASA HOSPITAL, SLU
- LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, SL
- LOGSA ENDOMEDICAL, SL
- MEDTRONIC IBERICA, SA
- MERCÉ V.ELECTROMEDICINA, SL
- MERIT MEDICAL SPAIN, SLU
- PALEX MEDICAL, SA
- PRIM, SA
- SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL
- TELEFLEX MEDICAL, SAU
- TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL
- VYGON, SAU
- WORLD MEDICA, SLU

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, ANNEX 4 (núm de document CA-AMUP-S-43-25)

En aquest expedient s'ha hagut d'optar per valorar subjectivament les diferents qualitats dels articles que ofereixin els diferents proveïdors (facilitat d'introducció, resistència, acabament hidrofílic etc), que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics.

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Com a característiques addicionals, s'aplicaran **criteris subjectes a judici de valor**. Aquests hauran de complir **obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva**. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

Consideracions tècniques i procediment de valoració:

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de Clàusules, els criteris subjectes a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 2 de 28

• **Desglossament 1**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 01 - Equip introductor arterial radial hidrofílic HEMODINÀMICA

Lot 02 - Introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA

Lot 04 - Equip introductor arterial accés radial hidrofílic NEURORADIOLOGIA

Lot 06 - Equip introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA

Lot 13 - Equip dilatador endovascular

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). - Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts - Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts - Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. - Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts - Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts - Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament obtindran 10 punts. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament obtindran 5 punts. - Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient obtindran 0 punts	10
	4.- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, l'acabament hidròfil i grau de lliscament. - Si durant el procediment, l'introductor presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 10 punts. - Si durant el procediment, l'introductor presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. - Si durant el procediment, l'introductor no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	10

• **Desglossament 2**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 3 de 28

Lot 03 - Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA

Lot 05 - Equip o introductor arterial accés radial o femoral no hidrofílic NEURORADIOLOGIA

Lot 07 - Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA

Lot 11 - Introductors d'endopròtesi

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intraarterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intraarterial (transició de beina i dilatador). - Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 15 punts - Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 7 punts - Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	15
	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 15 punts, la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. - Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 15 punts - Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 7 punts - Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	15
	3.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts, la visualització radiològica del marcador radioopac. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindrà 10 punts. - Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindrà 5 punts. - Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindrà 0 punts	10

• **Desglossament 3**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 08 – Introductor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Es valoren les característiques addicionals següents

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). - Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts - Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts - Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 4 de 28

Puntuació tècnica subjectiva	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Resistència a la plicatura en tortuositat vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència a la plicatura en tortuositat vascular. • Si durant el procediment presenta una bona resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 10 punts • Si durant el procediment mostra una mitjana resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 5 punts • Si durant el procediment no mostra resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 0 punts	10
	4.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts , la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindran 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindran 2 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindran 0 punts	5
	5- Acabament hidròfil i grau de lliscament. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts , l'acabament hidròfil i grau de lliscament. • Si durant el procediment, l'introducció presenta un bon acabament hidròfil i un bon lliscament a la introducció, obtindran 5 punts. • Si durant el procediment, l'introducció presenta un mitjà acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 2 punts. • Si durant el procediment, l'introducció no presenta un suficient acabament hidròfil i lliscament a la introducció, obtindran 0 punts.	5

• **Desglossament 4**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 09 - Introducció arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Lot 10 – Equip introducció arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts la facilitat d'introducció i desplaçament intra arterial (transició de beina i dilatador). • Si la transició de beina i dilatador facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 10 punts • Si la transició de beina i dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 5 punts • Si la transició de beina i dilatador no facilita la introducció i el desplaçament intraarterial, obtindran 0 punts	10



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 5 de 28

Puntuació tècnica subjectiva	2.- Resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència als acodaments/plicatura durant la seva introducció vascular. • Si durant la introducció vascular hi ha bona resistència als acodaments/plicatura, obtindran 10 punts • Si durant la introducció vascular es mostra mitjana resistència als acodaments/plicatura, obtindran 5 punts • Si durant la introducció vascular no es mostra resistència als acodaments/plicatura, obtindran 0 punts	10
	3.- Resistència a la plicatura en tortuositat vascular. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la resistència a la plicatura en tortuositat vascular. • Si durant el procediment presenta una bona resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 10 punts • Si durant el procediment mostra una mitjana resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 5 punts • Si durant el procediment no mostra resistència a la plicatura en tortuositat vascular, obtindran 0 punts	10
	4.- Marca radioopaca: Visualització radiològica del marcador radioopac. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la visualització radiològica del marcador radioopac. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza òptimament, obtindran 10 punts. • Si el marcador radioopac (RX) es visualitza mitjanament, obtindran 5 punts. • Si el marcador radioopac (RX) mostra visualització insuficient, obtindran 0 punts	10

• Desglossament 5

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 12 – Vàlvules hemostàtiques

Es valoren les característiques addicionals següents:

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Capacitat segellant (no pèrdues) de la vàlvula: Es valorarà amb una puntuació màxima de 20 punts , la capacitat de segellat de la vàlvula a fi d'evitar pèrdues o fuites i que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si durant el procediment la vàlvula no presenta pèrdues o fuites, obtindrà 20 punts • Si durant el procediment la vàlvula mostra una mínima pèrdua o fuga, obtindrà 10 punts • Si durant el procediment la vàlvula mostra pèrdues o fuites, obtindran 0 punts.	20
	2.- Incorporar un passaguies. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la incorporació d' un passaguies i que aquest sigui òptim per facilitar el procediment intervencionista. • Si el passaguies facilita el procediment, obtindran 10 punts. • Si el passaguies dificulta mínimament el procediment, obtindran 5 punts. • Si el passaguies no facilita el procediment i per tant el dificulta, obtindran 0 punts.	10
	3.- Incorporar un torque. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , la incorporació d' un torque i que aquest sigui òptim per facilitar el procediment intervencionista. • Si el torque facilita el procediment, obtindran 10 punts. • Si el torque dificulta mínimament el procediment, obtindran 5 punts. • Si el torque no facilita el procediment i per tant el dificulta, obtindran 0 punts.	10



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 6 de 28

• **Desglossament 6**

En aquest grup la puntuació econòmica és de 60 i la puntuació tècnica de 40 punts.

Lot 14 – Equip o dispositiu d’inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions

1.- Criteris subjectes a judici de valor

Concepte	Criteris	Puntuació
Puntuació tècnica subjectiva	1.- Allargadera lateral de la clau d'intervencionisme. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , que l'allargadera de la clau d'intervencionisme no dificulti el procediment, a fi d'evitar problemes de trencament, pel fet de no suportar altes pressions. • Si l'allargadera suporta altes pressions i no dificulta el procediment, obtindran 10 punts. • Si l'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana durant tot el procediment, obtindran 5 punts • Si l'allargadera no suporta altes pressions, obtindran 0 punts.	10
	2.- Clau d'intervencionisme. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts que la clau d'intervencionisme no provoqui entrada d'aire en el sistema, un cop verificada aquesta, a fi de que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, no provoca entrada d'aire en el sistema, obtindran 10 punts. • Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, provoca mínimament entrada d'aire en el sistema, obtindran 5 punts. • Si un cop verificada la clau d'intervencionisme, provoca entrada d'aire en el sistema, obtindran 0 punts.	10
	3.- Base del manòmetre. Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts , que la base del manòmetre sigui l'adequada per no dificultar el seu maneig i facilitar un òptim purgat inicial. • Si la base del manòmetre no dificulta el seu maneig i facilita un òptim purgat inicial, obtindran 10 punts. • Si la base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial, obtindran 5 punts. • Si la base del manòmetre dificulta el seu maneig i no facilita un òptim purgat inicial, obtindran 0 punts.	10
	4.- Braç de palanca. Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts , les ofertes que presentin el braç de palanca, a fi de facilitar l'inflat i que el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si es presenta el braç de palanca i aquest facilita l'inflat, obtindran 5 punts. • Si es presenta el braç de palanca i aquest facilita mitjanament l'inflat, obtindran 2 punts. • Si es presenta el braç de palanca i aquest no facilita l'inflat i per tant dificulta el procediment, obtindrà 0 punts.	5
	5.-Dispositius amb components: Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts que l'equip incorpori els components adequats (vàlvula i/o torque) perquè el procediment ofereixi la màxima fiabilitat i seguretat. • Si l'equip incorpora els components vàlvula+torque i aquests ofereixin la màxima fiabilitat i seguretat en el procediment, obtindran 5 punts. • Si l'equip incorpora un torque i aquest ofereix la màxima fiabilitat i seguretat en el procediment, obtindran 2 punts. • Si l'equip incorpora altres components, obtindran 0 punts.	5



Conclusions:

1. S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte, a la valoració de les ofertes i s'han aplicat els criteris subjectes a judici de valor abans descrits.

Per la valoració tècnica s'ha tingut en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Per tipologia de material, la comissió acorda en el codi agrupador 999302969 del lot 3 i codis agrupadors 999301432 i 999302978 del lot 5 no aplicar el criteri de valoració marca radiològica.

2. Tal i com s'especifica a l'apartat 3 - Puntuació tècnica del criteris de valoració (Annex 4 del plec de clàusules administratives, s'han aplicat **criteris subjectes a judici de valor.**

"...els articles sotmesos a **criteris subjectes a judici de valor hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva.** En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

3. Queden deserts sense oferta el següents articles:

Lot 1 - 999301420 A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriments hidrofílics per guia $\leq 0,018''$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$

Lot 1 - 999302954 A - Equip introductor de lliberació, mallat/coilat, punta recta, sense vàlvula hemostàtica, per guia $\geq 0,035''$, per a dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud $\geq 120\text{cm}$

4. En el document adjunt com **Annex 1: Base de ponderacions - Criteris sotmesos a Judici de valor**, s'indica les consideracions tècniques i el motiu de desestimació així com la puntuació obtinguda per l'oferta presentada.

ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1 - Base de ponderacions - CS/CC00/1101422742/25/AM
El desglossament de puntuacions, les consideracions tècniques i el motiu de desestimació dels criteris sotmesos a judici de valor estan indicades en el document d'Excel adjunt.
- ANNEX 2 - Codis deserts sense oferta
- ANNEX 3 - Full signatures



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 8 de 28

ANNEX 1

Base de ponderacions



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 9 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM											Lot 1 - Equip introductor arterial radial hidrofílic HEMODINÀMICA											10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa													
1	60	999301425	A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia <=/0,018", varis diàmetres i longitud >10cm <=/45cm	B02702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	RAIN	322	40,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional.		5	10	10	10	35	SI													
1	60	999301425	A - Equip introductor arterial radial mallat/coilat amb recobriment hidrofílic per guia <=/0,018", varis diàmetres i longitud >10cm <=/45cm	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	322	40,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. L'introductor presenta un acabament hidròfil un grau de lliscament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.		5	5	10	5	25	SI													



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 10 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM											Lot 02 - Introduidor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA											10 (SUBJECTU)		10 (SUBJECTU)		10 (SUBJECTU)		10 (SUBJECTU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació		Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFILIC	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa												
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb recobriment hidrofílic per guia >)/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm <)/=45cm	A50140706	BECTON DICKINSON SA	VARIAS	BD	Halo One	169	144,000000			Desestimada. Es demana mostra de la referència HLO44355 o una de les referències que se ajusti a la descripció. No presenten cap mostra.	0	0	0	0	0	NO												
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb recobriment hidrofílic per guia >)/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm <)/=45cm	ABD401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_LLISTRESUM	Boston Scientific	Introduidor Catapult™ 15 cm y 45 cm	169	144,000000		L'introduidor presenta un acabament hidròfil a un grau de flicament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.		10	10	10	5	35	SI												
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb recobriment hidrofílic per guia >)/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm <)/=45cm	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	169	144,000000		La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que complex amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. La marca radiopaca (RX) es visualitza mitjanament, però pot presentar certa dificultat en procediments que requereixin més profunditat. L'introduidor té un acabament hidròfil moderat i un grau de flicament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.		5	5	5	5	20	SI												
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb recobriment hidrofílic per guia >)/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm <)/=45cm	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VER ANEXO REFERENCIAS	TERUMO	DESTINATION	169	144,000000				10	10	10	10	40	SI												
2	100	999302385	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb recobriment hidrofílic per guia >)/=0,035", varis diàmetres i longitud >10cm <)/=45cm	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	"1600400052 1600400056 1600400064 1	BARTY	HEETY	169	144,000000				10	10	10	10	40	SI												
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb marcadors i recobriment hidrofílic mínim 5cm,adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas,per guia 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i longitud >)/=45cm <)/=90cm	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	491	132,300000		La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que complex amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. La marca radiopaca (RX) es visualitza mitjanament, però pot presentar certa dificultat en procediments que requereixin més profunditat. L'introduidor té un acabament hidròfil moderat i un grau de flicament acceptable. Tot i que funciona adequadament en condicions normals, podria perdre efectivitat en procediments més exigents, requerint més esforç o atenció per part del professional.		5	5	5	5	20	SI												
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb marcadors i recobriment hidrofílic mínim 5cm,adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas,per guia 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i longitud >)/=45cm <)/=90cm	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VER ANEXO REFERENCIAS	TERUMO	DESTINATION	491	132,300000				10	10	10	10	40	SI												
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb marcadors i recobriment hidrofílic mínim 5cm,adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas,per guia 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i longitud >)/=45cm <)/=90cm	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"PG4F455 PG4F905 PG5F454MP PG5F45R P	Merit Medical	Prelude Roadster	491	132,300000				10	10	10	10	40	SI												
2	220	999302981	A - Introduidor arterial femoral mallat/collat amb marcadors i recobriment hidrofílic mínim 5cm,adaptable a totes les variacions anatòmiques de vas,per guia 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i longitud >)/=45cm <)/=90cm	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	"1600400075 1600400076 1600400103 1	BARTY	HEETY	491	132,300000				10	10	10	10	40	SI												



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 11 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM											Lot 03 - Equip introductor micropunció ANGIOLOGIA							15 (SUBJECTIU)					15 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa								
3	10	999301199	A - Equip introductor de micropunció amb vàlvula i agulla ecogènica </=5 cm, varis diàmetres i llargàries	B08525073	COOK ESPAÑA SL	MPIS-501-PEDAL-NT-U-SST	Micropuncture® Transitionless™	Cook	42	36,350000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció bàsica, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		7	7	10	24	SI								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cànula rígida, varis diàmetres i llargàries	A28536480	VYGON,S.A.U.	G1146037 // G1146047 // G1146057	Vygon	Kit introductor de microacessos	762	50,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció bàsica, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.	Desestimada. El material no compleix tècnicament amb la puntuació mínima dels criteris amb judici de valor. Han de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva	7	7	No aplica	14	NO								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cànula rígida, varis diàmetres i llargàries	A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.	603812 / 603830 / 603811 / 603829	MEDICAL COMPONENTS INC.	MICRO-STICK STIFF 4F NITINO TIP ECO / MICRO-STICK STIFF 5F NITINO TIP ECO / MICRO-STICK STIFF 4F NITINO TIP NO ECO / MICRO-STICK STI	762	50,000000	El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		15	7	No aplica	22	SI								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cànula rígida, varis diàmetres i llargàries	B08525073	COOK ESPAÑA SL	MPIS-MEDIDAS	Micropuncture® Transitionless™	Cook	762	50,000000	El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		15	7	No aplica	22	SI								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cànula rígida, varis diàmetres i llargàries	B80601982	CARDIVA 2 SL	"KIT-039-03 KIT-039-04"	GALT	KIT MICROPUNCIÓN FLUENT	762	50,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció bàsica, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.	Desestimada. El material no compleix tècnicament amb la puntuació mínima dels criteris amb judici de valor. Han de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva	7	7	No aplica	14	NO								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cànula rígida, varis diàmetres i llargàries	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"S-MAK401 S-MAK401N S-MAK405 S-MAKS	Merit Medical	Merit S-MAK	762	50,000000		Desestimada. L'oferta no presenta equip introductor de micropunció amb agulla ecogènica i es demana a la descripció del material	0	0	No aplica	0	NO								
3	140	999302969	A - Equip introductor de micropunció agulla ecogènica >5cm </=10 cm, amb cànula rígida, varis diàmetres i llargàries	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	K63/X1040NP7E/SD	KIMAL	ANGIOGATE	762	50,000000		Desestimada. Es demana mostra de la referència K63/X1040NP7E/SD i No envien la mostra sol·licitada	0	0	No aplica	0	NO								

CS/CC00/1101422742/25/AM										Lot 04 - Equip introductor arterial accés radial hidrofílic NEURORADIOLOGIA										10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa							
4	230	999302982	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobrint hidrofílic, de pared prima, per guia 0,018"/0,021" i 0,025", varis diàmetres i longitud >=10cm <=16cm	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	RM*XS0X1XPQ	TERUMO	GLIDESHEATH SLENDER	1095	31,800000		10	10	10	10	40	SI							
4	230	999302982	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat recobrint hidrofílic, de pared prima, per guia 0,018"/0,021" i 0,025", varis diàmetres i longitud >=10cm <=16cm	B92183524	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	INTXFKRH	BALTON LTD	INTRODUCTOR RADIAL	1095	31,800000	Desestimada. Es demana mostra de la referència INTXFKRH. No presenten cap mostra.Mostra no rebuda	0	0	0	0	0	NO							



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 13 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM											15 (SUBJECTIU)		15 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa		
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia <=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >=4cm <=10cm	802702975	CORDIS MEDICAL SPAIN SLU	VER ANEXO	CORDIS	RAIN	159	34,000000	Desestimada. L'oferta presenta un introductor arterial per guia de 0,035" i a la descripció del material es demana guia de 0,018"	0	0	No aplica	0	NO		
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia <=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >=4cm <=10cm	808525073	COOK ESPAÑA SL	RCFN-MEDIDAS-RAX	Micropuncture® Transitionless™ Micropuncture®	Cook	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI		
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia <=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >=4cm <=10cm	883524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	RS*RXOAXXPQ	TERUMO	INTRODUCTOR RADIFOCUS	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI		
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia <=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >=4cm <=10cm	887175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"PSS-5F-4-018MT PSS-6F-4-018MT PSS-	Merit Medical	Prelude PSS	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI		
5	70	999301432	A - Introductor arterial radial no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic per guia <=0,018", varis diàmetres i longitud estàndard >=4cm <=10cm	897592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.10.10006	SCW MEDICATH	42.10.10006	159	34,000000		15	15	No aplica	30	SI		
5	190	999302978	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic amb vàlvula de silicona tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm,varis diàmetres i longitud >=10cm <=25cm	883524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	RS*CXXN10NR	TERUMO	INTRODUCTOR FERMORAL TERUMO	391	14,000000		15	15	No aplica	30	SI		
5	190	999302978	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic amb vàlvula de silicona tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm,varis diàmetres i longitud >=10cm <=25cm	887175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"PSI-4F-11 PSI-5F-11 PSI-6F-11 PSI-	Merit Medical	Prelude PSI	391	14,000000	Desestimada. L'oferta presentada no especifica que l'equip introductor porti vàlvula de silicona tall transversal i es demana a la descripció del material	0	0	No aplica	0	NO		
5	190	999302978	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílic amb vàlvula de silicona tall transversal, per guia 0,038"/0,97mm,varis diàmetres i longitud >=10cm <=25cm	897592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.09.10002	SCW MEDICATH	42.09.10002	391	14,000000		15	15	No aplica	30	SI		



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 14 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM												Lot 06 - Equip introductor arterial accés femoral hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA						
												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40		
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa	
6	120	999302711	A - Equip introductor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílic per guia >/=0,035", variis diàmetres i longitud >10cm </=45cm	A03142114	TELEFLEX MEDICAL,S.A.	"CL-07511 CL-07524 CL-07611 CL-0762	TELEFLEX	TELEFLEX	520	12,000000		10	10	10	10	40	SI	

CS/CC00/1101422742/25/AM				Lot 07 - Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic HEMODINÀMICA I ANGIOLOGIA										15 (SUBJECTIU)	15 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa		
7	150	999302970	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", diàmetres >/= 10F i longitud >10cm <45cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	RCF-MEDIDAS-38-J	Check-Flo® Performer®	Cook	322	80,000000		15	15	10	40	SI		
7	150	999302970	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriment hidrofílic per guia >/=0,035", diàmetres >/= 10F i longitud >10cm <45cm	B92183524	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	INTXF	BALTON LTD	INTRODUCER	322	80,000000	Desestimada. Es demana mostra de la referència INTXF i No envien la mostra sol.licitada	0	0	0	0	NO		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 16 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM										Lot 08 – Introducitor arterial accés femoral hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA										10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		5 (SUBJECTIU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Llicitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	RESISTÈNCIA PUCATUR	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa													
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	SENSHXX64W	Medtronic	Sentrant	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm	A28985034	BIOTRONIK SPAIN SA	"3XXXXX / 4XXXXX (VER ANEXO D2)"	BIOTRONIK	FORTRESS	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_LLISTRESUM	Boston Scientific	Introducitor Catapult™ 60 cm	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	KCFW-MEDIDAS-HFANLX-HC	Flexor® Check-Flu®	Cook	388	150,000000		10	10	10	5	5	40	SI													
8	160	999302971	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >45cm <70cm	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	"1600400075 1600400076 1600400103 1	BARTY	HEETY	388	150,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >=80cm	A28985034	BIOTRONIK SPAIN SA	"4XXXXX (VER ANEXO D2)"	BIOTRONIK	FORTRESS	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >=80cm	A50140706	BECTON DICKINSON SA	VARIAS	BD	Halo One	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >=80cm	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_LLISTRESUM	Boston Scientific	Introducitor Catapult™ 90 cm	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >=80cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	KSAW-MEDIDAS-SHTL/SHTL-FLEX-HC	Flexor® Shuttle® - SL /r Flexor® Shuttle Select®	Cook	39	195,000000		10	10	10	5	5	40	SI													
8	170	999302972	A - Introducitor arterial femoral mallat/coilat amb recobriments hidrofílics, vaina proximal més rígida i <=2 zones de transició més flexibles, per guia >=0,035", varis diàmetres i longitud >=80cm	B96056023	MERCE V.ELECTROMEDICINA,S.L.	"1600400145 1600400146 1600400147 1	BARTY	HEETY	39	195,000000	Desestimada. L'oferta presentada ens ofereix un introducitor amb una zona de transició i a la descripció del material es demana introducitor arterial femoral amb 2 o més zones de transició.	0	0	0	0	0	0	NO													



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 17 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM												Lot 09 - Introducitor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA I NEURORADIOLOGIA												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40	
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	RESISTÈNCIA PLICATURA	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa										
9	B	180	999302973	A - Introducitor arterial femoral mallat/collat sense recobriments hidrofílic per guia >=+0,035", diàmetres >=+8F i longitud >=+70cm <=+90cm	A28985034	BIOTRONIK SPAIN SA	"4XXXXX (VER ANEXO D2)"	BIOTRONIK	FORTRESS	126	120,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que complex amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. La resistència a la plicatura és moderada. El dispositiu pot enfrontar-se a sistemes vasculars tortuosos amb certa eficàcia, però ocasionalment pot mostrar deformacions lleus que podrien complicar el maneig o la col·locació per part del professional.		5	10	5	10	30	SI										
9	B	180	999302973	A - Introducitor arterial femoral mallat/collat sense recobriments hidrofílic per guia >=+0,035", diàmetres >=+8F i longitud >=+70cm <=+90cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	KCFW-MEDIDAS-RB	Flexor® Check-Flu®	Cook	126	120,000000			10	10	10	10	40	SI										
9	B	180	999302973	A - Introducitor arterial femoral mallat/collat sense recobriments hidrofílic per guia >=+0,035", diàmetres >=+8F i longitud >=+70cm <=+90cm	B80601982	CARDIVA 2 SL	"FG-08090 FG-08090-F"	CONTRACT MEDICAL	DURASHEATH	126	120,000000	La transició entre la beina i el dilatador no facilita adequadament la introducció ni el desplaçament intraarterial, generant resistències o dificultats significatives que requereix més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional. La resistència a la plicatura és moderada. El dispositiu pot enfrontar-se a sistemes vasculars tortuosos amb certa eficàcia, però pot mostrar deformacions lleus que podrien complicar el maneig o la col·locació. Malgrat aquestes limitacions, encara permet completar el procediment amb un esforç addicional. La marca radioopaca (RO) es visualitza mitjanament, però pot presentar certa dificultat en procediments que requereixin més profunditat.	Desestimada. El material no compleix tècnicament amb la puntuació mínima dels criteris amb judici de valor. Han de complir obligatoriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva	0	5	5	5	15	NO										
9	B	180	999302973	A - Introducitor arterial femoral mallat/collat sense recobriments hidrofílic per guia >=+0,035", diàmetres >=+8F i longitud >=+70cm <=+90cm	B92183524	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS,	INTXKFXKT	BALTON LTD	BRAIDED INTRODUCER	126	120,000000		Desestimada. L'oferta presenta un introducitor arterial femoral amb recobriments hidrofílic i a la descripció del material es demana sense recobriments hidrofílic	0	0	0	0	0	NO										



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 18 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM
Lot 10 – Equip introductor arterial accés femoral no hidrofílic ANGIOLOGIA i NEURORADIOLOGIA

Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	RESISTÈNCIA PLOCATUR	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa
10	B	200	999302979	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílics amb vàlvula de silicona tall transversal, amb una mini guia recta i en "J", 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i 10cm longitud	B83524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VER ANEXO REFERENCIAS	TERUMO	INTRODUCTOR TERUMO	134	14,500000		10	10	10	10	40	SI
10	B	200	999302979	A - Equip introductor arterial femoral no mallat/coilat sense recobriments hidrofílics amb vàlvula de silicona tall transversal, amb una mini guia recta i en "J", 0,038"/0,97mm, varis diàmetres i 10cm longitud	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	"PSI-5F-11-038 PSI-6F-11-038 PSI-7F"	Merit Medical	Prelude PSI	134	14,500000	Desestimada. L'oferta no presenta l'equip introductor amb vàlvula de silicona tall transversal i es demana a la descripció del material.	0	0	0	0	0	NO



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 19 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM												Lot 11 - Introductors d'endopròtesi												15 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)		40	
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitor	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa											
11	B	110	999302396	A - Introducitor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	SENSH2X28W	Medtronic	Sentrant	45	350,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional. El dispositiu presenta una resistència mitjana als acodaments i plicatura durant la seva introducció vascular. Pot suportar pressions i corbes moderades, però en situacions més exigents podria començar a deformar-se lleument, requerint un maneig més acurat per part del professional.		7	7	10	24	SI											
11	B	110	999302396	A - Introducitor arterial amb recobriment hidrofílic per a implantació endopròtesi aòrtiques i/o procediments via contralateral, diàmetre de 20F a 26F, longituds entre 22cm i 25cm	B08525073	COOK ESPAÑA SL	XVCFW-MEDIDAS	Check-Flo®	Cook	45	350,000000			15	15	10	40	SI											



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 20 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM													Lot 12 – Vàlvules hemostàtiques				20 (SUBJECTIU)		10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40	
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	CAPACITAT SEGELLANT	INCORPORAR PASSAGUIE	INCORPORAR TORQUE	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa				
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	A79658845	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	1003330	ABBOTT	KIT DE GUIA con COPILOT	15386	35,000000			20	10	10	40	SI				
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	887175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	MAP802	Merit Medical	PHD	15386	35,000000	La vàlvula mostra una mínima pèrdua o fuga. Tot i que aquesta petita pèrdua no afecta al procediment, pot generar una lleu disminució de la fiabilitat i seguretat durant la intervenció.		10	10	10	30	SI				
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	892947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	616111	SHUNMEI MEDICAL CO, LTD	SHUN ARMORIII	15386	35,000000		Desestimada. L'oferta no presenta una vàlvula hemostàtic amb tancament automàtic que es demana a la descripció. Presenta una vàlvula amb clau de pas de tres vies.	0	0	0	0	NO				
12	B	20	999301204	A - Vàlvula hemostàtica amb tancament automàtic, varies mides	897592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.03.10001	SCW MEDICATH	42.03.10001	15386	35,000000	La vàlvula mostra una mínima pèrdua o fuga. Tot i que aquesta petita pèrdua no afecta al procediment, pot generar una lleu disminució de la fiabilitat i seguretat durant la intervenció.		10	10	10	30	SI				
12	B	210	999302980	A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7F, varies mides	883524769	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	RF*VA713M	TERUMO	VALVULA HEMOSTATICA TERUMO	210	7,870000			20	10	10	40	SI				
12	B	210	999302980	A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7F, varies mides	892947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	616101	SHUNMEI MEDICAL CO, LTD	SHUN ARMOR I	210	7,870000		Desestimada. L'oferta no presenta Vàlvula hemostàtica de tall transversal i es demana a la descripció del material.	0	0	0	0	NO				
12	B	210	999302980	A - Vàlvula hemostàtica de tall transversal, amb tub lateral i clau de pas de tres vies, compatible amb mides de catèter de fins a 7F, varies mides	897592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	SCW-42.03.10002	SCW MEDICATH	42.03.10002	210	7,870000		Desestimada. L'oferta no presenta Vàlvula hemostàtica de tall transversal i es demana a la descripció del material.	0	0	0	0	NO				



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 21 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM												Lot 13 - Equip dilatador endovascular												10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	10 (SUBJECTIU)	40	
Lot	B/V	Pos	Material	Desc. Material	Licitador	Nom	Referencia	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	FACILITAT INTRODUCCIÓ	RESISTÈNCIA ACODAMENT	MARCA RADIOOPACA	ACABAMENT HIDRÒFIL	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa										
13	B	40	999301356	A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	21030	Medtronic	OPUS™ KIT ACCESO VASCULAR	210	128,000000	La transició entre la beina i el dilatador facilita mitjanament la introducció i el desplaçament intraarterial. Tot i que compleix amb la seva funció, presenta alguna limitació que podria requerir més esforç per part del professional.		5	10	10	10	35	Si										
13	B	40	999301356	A - Equip dilatadors endovasculars, varis diàmetres i llargàries	B08525073	COOK ESPAÑA SL	JCD5-MEDIDAS-ED5-HC	Cook	Cook	210	128,000000			10	10	10	10	40	Si										



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 22 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM											Lot 14 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, vàries pressions											10 (SUBJECTU)		10 (SUBJECTU)		10 (SUBJECTU)		5 (SUBJECTU)		5 (SUBJECTU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	ALLARGADERA LATERAL	CLAU D'INTERVENCIÓ	BASE DEL MANÒMETRE	BRAC DE PALANCA	COMPONENTS	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	A28165587	PRIM,S.A.	VER ANEXO	SUNNY MEDICAL	VER ANEXO	3133	24,000000			10	10	10	5	5	40	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	5028901	BRAUN	DISPOSITIVO INFLADO AI25 20ML/30A TM	3133	24,000000	El braç de palanca no facilita adequadament l'inflat, no ofereix la màxima fiabilitat i seguretat durant el procediment.		10	10	10	0	5	35	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	A79658845	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA	1000184	ABBOTT	Indeflator 20/30	3133	24,000000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervencionisme presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial. El braç de palanca no facilita adequadament l'inflat, no ofereix la màxima fiabilitat i seguretat durant el procediment.		5	5	5	0	5	20	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_LLISTRESUM	Boston Scientific	Dispositivo de Inflado Encore™ 26	3133	24,000000			10	10	10	5	5	40	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B01604867	BIOGEN DIAGNOSTICA SL	BR-BID-I130B + BR-HV04	BRUN	I130B	3133	24,000000	La clau d'intervencionisme presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		10	5	5	5	5	30	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	APT1920305 APT192030 APT1930305 APT193030	APT MEDICAL INC.	Veure referències doc "Resum"	3133	24,000000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervencionisme presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		5	5	5	5	5	25	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, SL	50185NA	PEROUSE MEDICAL	DOLPHIN	3133	24,000000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervencionisme presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial. El braç de palanca no facilita adequadament l'inflat, no ofereix la màxima seguretat i fiabilitat durant el procediment.		5	5	5	0	5	20	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	IN4130	Merit Medical	basixCOMPAK	3133	24,000000			10	10	10	5	5	40	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B92947522	LOGSA ENDOMEDICAL, SLU	617103	SHUNMEI MEDICAL CO, LTD	SHUN FONTAIN I	3133	24,000000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervencionisme presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta el seu maneig i no facilita un òptim purgat inicial		5	5	0	5	5	20	SI														
14	30	999301206	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de <30atm, varies capacitats	B97592000	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIE IBER	FGSH-AI25	KDL	AI25	3133	24,000000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervencionisme presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial. El braç de palanca no facilita adequadament l'inflat, no ofereix la màxima seguretat i fiabilitat durant el procediment.		5	5	5	0	5	20	SI														
14	80	999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A28165587	PRIM,S.A.	SM-ID-A2530HP26-TB	SUNNY MEDICAL	MANOMETRO A C/ CONECTOR PUSH -	73	58,400000			10	10	10	5	5	40	SI														
14	80	999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B01604867	BIOGEN DIAGNOSTICA SL	GBI-B40V + HVS3000	GENCOSS + ARES MEDIKAL	B40V	73	58,400000	La clau d'intervencionisme presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i faci		10	5	5	5	5	30	SI														



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 23 de 28

CS/CC00/1101422742/25/AM										Lot 14 – Equip o dispositiu d'inflat ACTP per a catèters baló, varies pressions										10 (SUBJECTU)		10 (SUBJECTU)		10 (SUBJECTU)		5 (SUBJECTU)		5 (SUBJECTU)		40	
Lot	Pos	Material	Desc. Material	Licítador	Nom	Referència	MARCA	MODEL	Quantitat	Preu Licitació	Consideracions tècniques	Motius de desestimació tècnica	ALLARGADERA LATERAL	CLAU D'INTERVENCIÓ	BASE DEL MANÒMETRE	BRAC DE PALANCA	COMPONENTS	TOTAL PUNTUACIÓ	Passa / No passa												
14	80	999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	KDL	Veure referències doc "Resum"	73	58,400000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		5	5	5	5	5	25	SI												
14	80	999302366	A - Equip d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B87175253	MERIT MEDICAL SPAIN SL	IN8802	Merit Medical	basixTOUCH	73	58,400000			10	10	10	5	5	40	SI												
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A28165587	PRIM,S.A.	SM-ID-53040H-TB	SUNNY MEDICAL	MANOMETRO 5 30 ML. 40 ATM. -	40	30,500000			10	10	10	5	5	40	SI												
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A50140706	BECTON DICKINSON SA	ID4030	BD	Presto	40	30,500000			10	10	10	5	5	40	SI												
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	A80401821	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA	VER ANNEX D2_LLISTRESUM	Boston Scientific	Dispositivo de Inflado Encore™ 40	40	30,500000	La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		10	10	5	5	5	35	SI												
14	90	999302367	A - Dispositiu d'inflat ACTP per a catèters balons de >30atm, varies capacitats	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	VEURE REFERÈNCIES DOC "RESUM"	KDL	Veure referències doc "Resum"	40	30,500000	L'allargadera suporta una pressió i dificultat mitjana, manté un nivell acceptable de seguretat i maniobrabilitat. La clau d'intervenció presenta mínimament entrada d'aire en el sistema un cop verificada aquesta. La base del manòmetre dificulta mínimament el seu maneig i facilita mitjanament un òptim purgat inicial.		5	5	5	5	5	25	SI												



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 24 de 28

ANNEX 2

Deserts sense oferta



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 25 de 28



ANNEX – 2

Expedient núm. CS/CC00/1101422742/25/AM

ARTICLES DESERTS

DESERTS PER MANCA D'OFERTA:

LOT	Codi article	Descripció
1	999301420	A - Equip introductor arterial radial no mallat/coilat amb recobriments hidrofílics per guia $\leq 0,018''$, varis diàmetres i longitud $>10\text{cm}$ $\leq 45\text{cm}$
1	999302954	A - Equip introductor de lliberació, mallat/coilat, punta recta, sense vàlvula hemostàtica, per guia $\geq 0,035''$, per a dispositius de tancament percutani CIA, CIV, FOP, varis diàmetres i longitud $\geq 120\text{cm}$

Barcelona,



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 26 de 28

ANNEX 3

Full de signatures



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 27 de 28

FULL D'ASSISTÈNCIA




Comissió tècnica per a l'avaluació d'ofertes Sobre 2Bis de l'expedient d'Introductors de catèters
CS/CC00/1101427242/25/AM

Dades de la convocatòria

Sessió núm.	1
Data	24/3/2025
Horari	09:30 a 14:30 H
Lloc	Centre Corporatiu de l'ICS, Gerència de Compres - Sala Polivalent (2a Planta)
Fase	Valoració ofertes Sobre 2Bis - Hemodinàmica, Angiologia, Neuroradiologia

Recordeu que totes les deliberacions i acords presos en aquesta comissió tècnica són confidencials

Tècnics assistents

Nom i cognoms		Signatura
DR NICOLAS ALLEGUE ALLEGUE	HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON	
DRA MERCEDES PEREZ LAFUENTE	HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON	
DRA MARIA ESTHER ALBA REY	HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE	
DR XAVIER CARRILLO SUAREZ	HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL	
DR. JAUME SAMPERE	HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL	
DR. JORGE GUARINOS OLTRA	HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII	
DR. MARTA DE DIOS LASCUEVAS	HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA VALL D'HEBRON	
DR. FRANCISCO GARCIA DEL BLANCO	//	



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
24/04/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/04/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0C34J2MJNUCPOYR7OMXMQ0IWOWS4PXI5

Data creació còpia:
30/04/2025 10:11:44

Pàgina 28 de 28