

Plec de prescripcions tècniques per a l'adquisició de colposcopis, lliteres ginecològics i ecògrafs ginecològics per a Centres ASSIR de l'Atenció Primària de l'ICS i ortopantomògrafs i equips transportables de radiologia pels Centres Penitenciaris.



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 1 de 20



1. La relació d'equips inclosos a la licitació	3
2. Oferta tècnica: Fitxa tècnica.....	3
Justificació del compliment del requeriment o prestació sol·licitada:.....	3
3. Condicions de subministrament , garantia, reposició, recanvis i fungibles, i formació	3
3.1 Subministrament	3
3.2 Garantia.	4
3.3 Actualització dels programaris dels equips.....	4
3.4 Reposició, recanvis i fungibles.....	4
3.5 Documentació tècnica complementària	4
3.6 Pla de formació.....	5
4. Condicions d'obres i instal·lacions	5
5. Mostres.....	5
6. Presentació d'ofertes	6
7. ANNEXES.....	8
7.1 ANNEX A - PLA DE NECESSITATS.....	9
7.2 ANNEX B - FITXA TÈCNICA PER TIPOLOGIA ÈQUIP.....	10
7.3 ANNEX C – Fitxa Criteris objectius	11
7.4 ANNEX D - FITXA RECANVIS	12
7.5 ANNEX E - FITXA FUNGIBLES	13
7.6 ANNEX F - Certificat d'entrega de l'equipament per a la seva valoració	14
7.7 ANNEX G - Plec de manteniment integral	15
Annex 1. CONDICIONS I CICLE DE REVISIONS MÍNIMES DEL MANTENIMENT PREVENTIU .	20
Annex 2. DEFINICIÓ DE MAL ÚS I COBERTURA DE CONTRACTE.....	20
Annex 3. EQUIPS DE PRÈSTEC O SUBSTITUCIÓ.....	20



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 2 de 20



1. La relació d'equips inclosos a la licitació

El present plec d'especificacions tècniques objecte de la licitació comporta l'adquisició, per part de l'Institut Català de la Salut, d'un conjunt d'equips que venen relacionats en el Annex A, amb el detall dels territoris als que aniran ubicats. La contractació queda distribuïda en els següents lots:

- **Lot 01** Colposcopi bàsic.
- **Lot 02** Llitera ginecològica convertible d'alçada variable.
- **Lot 03** Ecògrafs ginecològics
- **Lot 04** Ortopantomògrafs digital 2D, 2 de tectors.
- **Lot 05** Equip transportable de radiologia motoritzat.

Tots els articles oferts han de ser nous, no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

2. Oferta tècnica: Fitxa tècnica

Les especificacions tècniques concretes dels articles inclosos a la licitació es troben definides en els documents anomenats "Fitxes Tècniques" (Annex B).

A la fitxa tècnica del producte es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofert, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i seran objecte de valoració, si s'escau.

En la columna "Índex documental de la descripció.", caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofert.

En la columna "Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu.", caldrà especificar resumidament aquelles dades dels equips que determinin que compleixen les característiques demanades per a cada punt.

La majoria de les característiques que es detallen, són d'obligat compliment. En aquest sentit, en la columna "És causa d'exclusió" (SI/NO), es concreta la obligatorietat o no d'aquest.

L'incompliment per part del licitador d'una característica d'obligat compliment i així identificada és causa d'exclusió de la licitació per a quell lot.

Aquesta fitxa tècnica caldrà que es presenti degudament signada, en el Excel omplert.

Justificació del compliment del requeriment o prestació sol·licitada:

Com ja s'ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és important, remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o inadmissió de la proposta, o la no valoració d'aquella prestació.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües ensementades, en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

3. Condicions de subministrament, garantia, reposició, recanvis i fungibles, i formació

3.1 Subministrament.

El subministrament es realitzarà directament als Centres d'Atenció Primària destinataris dels equips (s'indicaran a cada adjudicatari), a excepció que el responsable del territori indiqui altra modalitat de subministrament agregada en un únic centre.



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 3 de 20



El subministrament anirà vinculat a la formació que es detallarà més endavant.

El lliurament dels equips anirà sempre acompanyat del material fungible necessari per al seu ús habitual per un període mínim de dos mesos, si escau.

3.2 Garantia.

El termini de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data de posta en marxa de l'equip i serà d'un mínim de 2 anys, prèvia acceptació per escrit del centre destinatari del mateix i les condicions seran les mateixes de l'Annex G.

Ha d'incloure els accessoris i les diferents parts del producte. Aquests hauran de comptar amb la mateixa garantia que l'equip ofert.

Durant el període de garantia aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) els següents punts:

1. Substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials o de funcionament).
2. La reparació i substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu, correctiu, normatiu i predictiu de l'equip. Dins de l'oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre en el contracte de manteniment preventiu d'acord amb les condicions establertes al document del Plec de Manteniment preventiu i integral (Annex G).

Així mateix, **cal detallar a l'oferta tècnica el servei tècnic ofert:**

- Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables / festius
- Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinats a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- **El temps de resposta, amb presència física, que haurà d'ésser en un màxim de 48 hores** des de l'avís d'incidència.
- **El temps de resolució de les avaries o reposició que haurà d'ésser en un màxim de 72 hores** des de l'avís d'incidència.
- Procediment documentat corresponent a la resolució de defectes i avaries.

Amb l'objectiu de garantir les condicions del servei dels equips subministrats, **es realitzaran com a mínim les actualitzacions que el fabricant obligui i recomani per a la millora del sistema o que siguin necessàries durant la vida útil dels mateixos**. Aquestes actualitzacions seran tan tecnològiques (d'equips i aparells) com dels sistemes informàtics (hardware i software associat al sistema) en les seves funcions clínica, tècnica i de seguretat. **No es permetran les llicències temporals.**

3.3 Actualització dels programaris dels equips.

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-los actualitzats durant el període de garantia, així com, a posteriori si es contractés el manteniment de l'equip amb aquesta mateixa entitat.

3.4 Reposició, recanvis i fungibles

El proveïdor ha de garantir tant la reposició com el servei de manteniment de les diferents parts del producte i del programari durant un **període mínim de deu anys**, a comptar **a partir de la data de posta en marxa de l'equip**.

S'haurà d'incloure la relació detallada, desglossada i codificada dels **principals recanvis**, amb especificació del cost unitari i del termini de subministrament corresponent (Annex D). Així mateix, en cas que sigui procedent, s'haurà d'incloure la relació detallada, desglossada i codificada dels **materials fungibles**, amb indicació del cost unitari i del termini de subministrament (Annex E).

3.5 Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o castellà, una còpia en paper i en suport digital:



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 4 de 20



- Manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d'averies.
- Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d'averies més usuals i llur solució, codi dels indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb número de referència) detall del muntatge dels accessoris i recanvis.
- Si es tracta d'un equip que té pre-instal·lació, requereix obra o connexions especials, cal manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge, d'accessoris i la seva aplicació.

3.6 Pla de formació

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del centre (tots els torns). S'inclourà la documentació tècnica adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.

El proveïdor es compromet a formar tècnicament, amb personal especialitzat, al personal d'Electromedicina en el manteniment de l'equip, mitjançant cursos i la documentació tècnica adient.

L'horari de la formació la proposarà el centre sanitari. Les despeses corresponents van a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari.

4. Condicions d'obres i instal·lacions

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip. Inclou la connexió i integració de maquinari i programari amb altres equips del centre. Totes les operacions van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament del Centre Sanitari.

Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la unitat d'informàtica i haurà d'incloure totes les necessitats d'ampliació de servidors, protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels diferents recanvis/accessoris.

El termini de subministrament dels equips adjudicats serà inferior a 60 dies des de la data de signatura del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la retirada i baixa de l'equip anterior, si s'escau.

5. Mostres

Per tal de poder efectuar una correcta valoració de les mostres, caldrà aportar mostra amb les mateixes característiques que l'equip l'ofert. Aquestes visites caldrà programar-les un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes.

Les empreses hauran de poder subministrar les mostres en el termini de 3 dies posteriors a la data de termini de finalització de presentació d'ofertes.*

**En el cas del Lot 04 Ortopantomògrafs digital 2D, 2 detectors, s'haurà d'indicar ubicació on es realitzarà la presentació de la mostra per part de l'empresa.*

Les empreses que no presentin la mostra en el termini indicat seran excloses (Annex F - Certificat d'entrega de l'equipament per a la seva valoració).

Per la coordinació de les visites i/o mostres, caldrà enviar un correu al tècnic de la licitació que coordinarà el lot (l'listat) afegint en còpia a:



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 5 de 20



- Josep Juan Santaularia (Dept. Infraestructures) josep.santaularia@gencat.cat, 93 482 45 70.
- Sara Ventura (Dept. Infraestructures) saraventura@gencat.cat, 93 482 43 10.
- Meritxell Teres (Dept. Compres), meritxellteres@gencat.cat, 93 482 46 74.

	Equipament	Ubicació	Gerència Territorial	Contacte	Correu	Telèfon
LOT 1	Colposcòpis	ASSIR Sant Andreu	Barcelona Ciutat	Mònica Miguel Rojo	monicamiguel@gencat.cat	933602095/695560912
LOT 2	Uliters ginecològiques	ASSIR Sant Andreu	Barcelona Ciutat	Mònica Miguel Rojo	monicamiguel@gencat.cat	933602095/695560912
LOT 3	Ecògrafs ginecològics	ASSIR Sant Andreu	Barcelona Ciutat	Mònica Miguel Rojo	monicamiguel@gencat.cat	933602095/695560912
LOT 4	Ortopantomògrafs 2D	Externa		Josép Juan Santaularia Sara Ventura	josep.santaularia@gencat.cat saraventura@gencat.cat	93 482 45 70 93 482 43 10
LOT 5	Equip transportable de radiologia motoritzat	SDPI Sant Fèlix	Metropolitana Nord	Maria Josep Espín Nogueira	mjespin.mn.ics@gencat.cat	638 689 095

6. Presentació d'ofertes

En el **SOBRE 2 BIS**, cal presentar:

- El model fitxa ANNEX B detallada per a cada equip amb el detall i la memòria tècnica justificativa de l'equip ofertat i de l'acompliment de tots els requeriments obligatoris:
 - La fitxa ha de contenir l'índex documental que relaciona cada aspecte amb el full de la memòria tècnica.
 - Una descripció de l'aspecte requerit que ofereix l'equip presentat.
 - *Product Data* dels equips.
 - Una imatge de la solució oferta.

No omplir correctament totes les dades de la fitxa tècnica suposarà la desestimació de la oferta.

- El model Excel omplert preparat amb els criteris subjectius amb tot el detall necessari per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de la oferta amb els mateixos requeriments que hem detallat pels aspectes obligatoris.
- Altra documentació requerida en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).

Cal anar en compte amb no incloure aspectes que es valoren objectivament, donat que seria causa d'exclusió de la oferta.



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 6 de 20



En el **SOBRE 2**, cal presentar una memòria sobre el servei tècnic dels equips ofertats i que contingui també les dades tècniques requerides que es valoren objectivament d'acord amb el document de criteris de valoració.

- Annex C Fitxa criteris objectius
- El termini de garantia ofertat per a cada lot. La garantia ha de ser la mateixa per a tots els articles d'un mateix lot.
- El preu de manteniment anual de cada tipus d'equip. Per la valoració del cost de l'equip durant la seva vida útil es farà calculant el total de cada lot. Així doncs es tindrà en compte els preus de manteniment per el nombre d'equips de cada tipus.

En el **SOBRE 3**, cal presentar la oferta econòmica en la que caldrà desglossar:

- El preu individual de cada equip de cada lot, que serà màxim. No es pot sobrepassar cap preu unitari dels què consten en l'Annex A.
- Pel que fa als recanvis, caldrà presentar, com a document adjunt al Sobre 3, el detall dels recanvis més habituals, indicant el codi ICS, si en disposeu, així com els seus preus (Annex D)
- Pel que fa al material fungible, caldrà presentar sempre, com a document adjunt al Sobre 3, un full amb el detall dels fungibles, indicant el codi ICS, si en disposeu, així com els seus preus (Annex E).

Barcelona,

Àrea d'Infraestructures i Serveis. Direcció de Gestió - Institut Català de la Salut



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 7 de 20



7. ANNEXES

7.1 ANNEX A - Pla de necessitats

7.2 ANNEX B - Fitxa tècnica per tipologia d'equip

7.3 ANNEX C – Fitxa Criteris objectius

7.4 ANNEX D - Excel recanvis.

7.5 ANNEX E – Excel fungibles.

7.6 ANNEX F - Certificat d'entrega de l'equipament per a la seva valoració

7.7 ANNEX G - Plec de manteniment integral



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 8 de 20

7.1 ANNEX A - PLA DE NECESSITATS

ANNEX- A
Pla de necessitats

LOTS	EXPEDIENT CENTRALITZAT	EQUIPAMENTS PRIMÀRIA	BARCELONA MUNTANYA DRETA APS1	DELTA APS7	BARCELONÈS NORD I MARESME APS2	CATALUNYA CENTRAL APS3	GIRONA APS4	CAMP DE TARRAGONA APS5	LLEIDA APS6	TERRES DE L'EBRE APS0	ALT PIRINEU I ARAN APS8	PENEDÈS APS1	VALLES OCCIDENTAL I VALLES ORIENTAL APS2	BAIX LLOBREGAT APS3	BARCELONA LITORAL-ESQUERRA APS4	CP MAS ENRIC	CP QUATRE CAMINS	CP JOVES	CP BRIANS 1	BRIANS 2	CP LLEDONERS	CP PURG DE LES BASSES	CP PONENT	UNITATS TOTALES CENTRES ICS	Preu unitari s/ IVA
LOT 1	110000183	Colposcòpis	2	0	6	0	4	2	0	1	0	2	2	3	0									22	12.500,00 €
LOT 2	140000036	Uteres ginecològiques	7	29	0	11	12	14	3	14	4	14	2	50	4									164	3.500,00 €
LOT 3	110002006	Ecògrafs ginecològics	0	5	4	3	1	2	1	0	0	6	5	5	2									34	36.000,00 €
LOT 4	110001922	Ortopantomògrafs 2D										1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	32.000,00 €
LOT 5	110003114	Equip transportable de radiologia motoritzat														1	1	1	1		1			5	115.000,00 €



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 9 de 20

7.2 ANNEX B - FITXA TÈCNICA PER TIPOLOGIA ÈQUIP

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 10 de 20

7.3 ANNEX C – Fitxa Criteris objectius

 Institut Català de la Salut				
Criteris de valoració objectius Sobre 2: Cal presentar una memòria sobre el servei tècnic dels equips ofertats i que contingui també les dades tècniques requerides que es valoren objectivament d'acord amb el document de criteris de valoració.				
ASPECTE A VALORAR	DESCRIPCIÓ	Descripció criteri	Índex documental	PUNTUACIÓ MÀXIMA
2.1.1 Qualitat del Servei i Terminis de fabricació	Termini de lliurament	Termini de lliurament des de signatura de contracte fins posada en marxa es compromet respecte al termini establert per cada lot al plec de prescripcions tècniques		2
	Servei Tècnic inclòs en la garantia i manteniment del contracte	Temps màxim de resolució d'averies (inclouent el lliurament de recanvis) no haurà de superar 72h des d'avís d'averia a la resolució.		3
		LOTS 1,2,3 i 5: Ofereix servei de préstec d'un equip durant la reparació. Lot 4: Assistència telefònica online per a resolució de problemes i accés remot		2
2.1.2. Garantia i Manteniment.	Terminis de garantia	Es valoraran les ampliacions del termini de garantia ofertes, és a dir, quan siguin superiors al termini exigint en el quadre de característiques del contracte		5
	Cost de manteniment	En aquest apartat es valorarà l'oferta relativa al servei de manteniment que heu de detallar en la vostra oferta		2
TOTAL:				14



7.4 ANNEX D - FITXA RECANVIS

Salut/Institut Català de la Salut

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101439429/25/MAR	Adquisició de colposcops, òrgans ginecològics i ecògrafs ginecològics per a Centres ASSIR de l'Atenció Primària de l'ICS i ortopantomogràfs i equips transportables de radiologia per Centres Penitenciaris.
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	
Codi Agrupador	
LOT	
Tipus oferta	
Dades del licitador	
Identificació de l'empresa	
NIF	Nom
Fabricant ☐ (SI / NO) Distribuidor ☐ (SI / NO)	
Dades del producte específic	
Marca comercial/Model	Especificacions tècniques de la referència ofertada
Referència distribuïdor	Envasat del material ofertat *
Referència fabricant	Mètode d'esterilització *
	Material de fabricació *
	Mides del material ofertat *
Descripció breu del producte	
* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte	
Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions	
Indicar: número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Logo de l'empresa	
Compliment Aparat 13 Annex 1 RD 1581/2009 regulació prod control	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions no auto-certificació	



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 12 de 20

7.5 ANNEX E - FITXA FUNGIBLES

Salut/Institut Català de la Salut

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101439429/25/MAR	Adquisició de colposcops, òrgans ginecològics i ecògrafs ginecològics per a Centres ASSIR de l'Atenció Primària de l'ICS i ortopantomògrafs i equips transportables de radiologia per a Centres Penitenciaris.
Codi SAP	
Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
LOT	Tipus oferta
Dades del licitador	
Identificació de l'empresa	
NIF	Nom
Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)	
Dades del producte específic	
Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Mètode d'esterilització *
Referència fabricant	Material de fabricació *
Mides del material ofertat *	
Descripció breu del producte	
* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte	
Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions	
Indicar: número de la Directiva europea que acrediti el marcatge/Tipus de classe. Si no se marca CE, DEIXAR EN BLANC	
Logo de l'empresa	
Compliment Aparat 13 Annex 1 RD 1581/2009 regulació prod control	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions no auto-certificació	



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 13 de 20



7.6 ANNEX F - Certificat d'entrega de l'equipament per a la seva valoració

El Centre indicat a continuació :

CERTIFICA :

Que l'empresa.....en dataha fet entrega de l'equip en
qüestió per a la seva valoració.

Data

Segell del Centre

Persona que certifica la visita (noms i cognoms)



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 14 de 20

7.7 ANNEX G - Plec de manteniment integral

1. GENERAL

L'objecte del *Plec de condicions tècniques* present és la definició de les prestacions del servei de manteniment normatiu, predictiu, preventiu i correctiu de **L'EQUIPAMENT OBJECTE DE LICITACIÓ** amb l'àmbit i l'abast que s'indiquen per tal de garantir la continuïtat del funcionament dels equips i llur durabilitat, mitjançant la realització de les operacions correctives i preventives que escaiguin, i sempre d'acord amb les especificacions dels fabricants.

Igualment és objecte del *Plec de condicions* present l'establiment de les prestacions de suport organitzatiu necessàries per a realitzar la gestió i administració del servei de manteniment: enregistrament de les notificacions d'avaries de l'equip, llur reparació i valoració i el seguiment de les atencions periòdiques realitzades.

2. DEFINICIONS

Per a la interpretació exacta de les relacions contractuals establertes mitjançant el present *Plec de condicions* i el *Contracte* (i altres documents complementaris), els mots i expressions següents tindran el significat que s'indica a continuació, per ordre alfabètic:

- **Abast:** camp d'activitats, conceptes i accions cobert per la prestació de serveis que es contracta.
- **Àmbit:** espai concret i delimitat que ha de rebre les intervencions objecte de la prestació dels serveis i sobre els quals el *contractista* ha de plantejar i resoldre, sense cap dimissió possible, totes les qüestions compreses en l'abast de la seva prestació de serveis. En defecte d'altra definició, comprendrà tot allò que, podent ser objecte del *contracte*, estigui ubicat als centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut, fins i tot en les seves dependències annexes i espai exterior vinculat.
- **Annex:** denomina cadascun dels documents adjunts al present *Plec de condicions* o al *Contracte*, esmentat en un o l'altre i que també es consideraran com a elements integrants del *Contracte*.
- **Centres:** l'Institut Català de la Salut (o, abreujadament, l'ICS), com a estructura de l'ICS objecte de la prestació de serveis son els centres dependents de l'ICS i centres adherits en aquesta licitació.
- **Concurrent:** és la persona física o jurídica que es presenta a la licitació de la prestació de serveis, acceptant el present *Plec de condicions tècniques* particulars així com el *Plec de clàusules administratives* particulars que regeix la licitació.
- **Contractista,** empresa adjudicatària o adjudicatari: és la persona física o jurídica que hagi estat contractada pel client per a la realització de la prestació de serveis que es defineix com a objecte del *contracte*.
- **Manteniment correctiu:** es defineix com a *manteniment correctiu* les intervencions no sistemàtiques originades per la detecció d'avaries o anomalies i destinades a llur resolució. S'entendran com a avaries o anomalies.
 - a) La interrupció del servei
 - b) El funcionament irregular, insuficient o fora dels paràmetres normals de servei; encara que això es derivi del disseny i/o la instal·lació original
 - c) El funcionament en condicions que puguin generar danys per al mateix equip o perjudicis de qualsevol tipus.
 - d) Desperfectes mecànics o elèctrics de l'equip derivats de l'ús habitual. Aquests no seran considerats com un mal ús de l'equip.
- **Manteniment normatiu:** es defineix com el conjunt d'operacions destinades a verificar o assegurar el compliment de la normativa legalment exigible.
- **Manteniment predictiu:** es defineix com a *manteniment predictiu* el conjunt de les operacions realitzades sobre la infraestructura, les instal·lacions i els equips i encaminades a preveure i programar amb temps suficients les reposicions, renovacions o reformes parcials necessàries, de forma que puguin ser realitzades sense pertorbació de l'activitat assistencial i/o de la planificació pressupostària.



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 15 de 20



- **Manteniment preventiu:** es defineix com a *manteniment preventiu* el conjunt de les operacions sistemàtiques realitzades sobre les instal·lacions i els equips per mantenir-los en les millors condicions de treball a fi que no produeixin interrupcions d'ús, alteracions en la seva funció o perturbacions en els seus paràmetres de funcionament i/o resultats; o per a prolongar la seva vida útil i mantenir el seu rendiment en nivells similars als de disseny.
- **Actualitzacions de software:** es defineix com a *actualització* totes aquelles millores en el seu programa que el fabricant introdueix així com totes aquelles que exigeixen els sistemes de protecció dels equips i la xarxa dels centres.
- **Integracions amb altres equips:** es defineix com a *integració* totes aquelles tasques que el centre requereixi per a connectar els armaris amb nous sistemes o equips amb els que hagi d'interactuar.
- **Reconfiguració d'equips:** es defineix com a *reconfiguració*, modificacions d'ubicacions, tipus d'integració (per pacient o per ceco), canvis de calaixos, mòduls, neveres o accessoris o totes aquelles tasques que resultin dels trasllats o variacions de les funcionalitats assistencials dels equips que per qüestions assistencials requereixi el centre.
- **Part contractada:** el *contractista* subjecte del *contracte*.
- **Part contractant:** L'Institut Català de la Salut (ICS).
- **Prestació de serveis:** és l'objecte del *contracte*, regulat pel present *Plec de condicions tècniques particulars*.

3. ÀMBIT

L'àmbit del present contracte fa referència als centres assistencials de l'Institut Català de la Salut i centres adherits en aquesta licitació.

4. ABAST

- El contractista realitzarà a l'equip les operacions de manteniment normatiu, predictiu, preventiu i correctiu, ajustaments, proves i vigilància necessàries per a garantir la conservació i/o millora de l'equip, amb les seves parts mecàniques, elèctriques i electròniques, i assegurar en tot moment llur fiabilitat i funcionament correcte. El contracte és de manteniment integral i no ha de suposar cap cost addicional per a l'ICS en referència al manteniment dels equips objecte del contracte.
- El contractista haurà de posar de manifest qualsevol defecte dels equips que disminueixi la seva funcionalitat o rendiment, augmenti la despesa energètica o de consumibles, o pugui ser motiu de futures avaries o anomalies, per la qual cosa haurà de lliurar els informes tècnics-econòmics necessaris per a realitzar les intervencions o prendre les decisions que escaiguin.
- El contractista prestarà també els serveis de manteniment, suport, actualització i informació del programari (*software*) instal·lat a l'equip, en els termes i condicions que es relacionen als paràgrafs següents.
- El contractista es fa responsable del funcionament correcte dels programes (*software*) de **L'EQUIPAMENT OBJECTE DE LICITACIÓ** i ha de posar de manifest qualsevol defecte del programari subministrat, o de la seva actualització, o de la informació que fa referència, que disminueixi la seva funcionalitat o rendiment o pogués ser motiu de futures disfuncions o anomalies, raó per la qual haurà de lliurar la informació necessària per a realitzar les intervencions o prendre les decisions que escaiguin.
- El contractista vindrà obligat a subministrar a l'ICS totes les millores que introdueixi als seus programes, sempre que aquestes millores siguin compatibles amb el maquinari (*hardware*) i amb les solucions particulars que poguessin haver estat implementades pel Centre.

Per això, s'entendran com a millores del programari totes les modificacions que actualitzin o perfeccionin les prestacions del sistema. També tindran aquesta consideració els nous paquets que compleixin el sistema, sempre que els esmentats paquets addicionals estiguin destinats a funcions similars o raonablement complementàries de les utilitzades per l'ICS.

En el cas de que per tal de garantir el correcte funcionament dels equips objecte d'aquest contracte és requereixi una actualització del programari (*software*) que no sigui compatible amb el maquinari (*hardware*) dins del període de vida útil de l'equip, fixada amb un mínim de 10 anys des de la instal·lació, el contractista haurà d'actualitzar o substituir el maquinari (*hardware*) per tal de compatibilitzar-lo amb el programari (*software*) i garantir el correcte funcionament de l'equip.



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 16 de 20



S'haurà d'actualitzar el programari sense cap càrrec en el cas de que la versió instal·lada deixi d'incorporar les mesures correctives establides per la normativa i/o per el manual tècnic del fabricant, les mesures de seguretat i les interconnexions amb els perifèrics.

- Cas que una fallada o error en el programari subministrat originés la pèrdua o modificació dels programes o de la informació, el contractista retornarà amb la màxima urgència el sistema a les seves condicions operatives normals, essent responsable dels danys que hagin pogut originar-se.
- Qualsevol actualització del programari (software) ha de garantir la conservació de totes les dades històriques dels pacients i el correcte traspàs i bolcat d'aquestes a la nova versió. S'ha de generar una notificació d'averia al departament d'electromedicina i depenent de la averia es podrà gestionar de manera remota seguint les indicacions d'informàtica.
- Qualsevol Integració amb els sistemes d'informació des centres i al PACS anirà a càrrec del contractista sense cost addicional que dura a terme les tasques i posarà recursos necessaris per connectar per a satisfer les necessitats assistencials o la incorporació de noves solucions en el centre.

5. PROCEDIMENTS

- Per a coordinar les relacions de treball entre l'ICS i el contractista, ambdues parts designaran representacions amb una formació de tècnic mitjà o superior, els quals seran els interlocutors habituals per a totes les qüestions que se suscitin de dia en dia i resoldran les accions a realitzar i la seva implementació tècnica i administrativa.
- L'ICS no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el present *Plec de Condicions tècniques* o de les normes complementàries que s'estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que hagi estat demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de responsabilitat.
- L'ICS no es farà càrrec de cap despesa produïda com a conseqüència d'una intervenció no autoritzada, reservant-se la facultat de reclamar –si escaigués– compensació pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se'n.
- L'ICS exercirà en tot moment les funcions de seguiment, inspecció i control de la prestació del servei de manteniment, prenent les mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a què s'haurà sotmès el contractista com a conseqüència del present *Plec de condicions tècniques*, així com del contracte que se'n deriva.

Per a exercir les funcions de seguiment, control, inspecció i administració del contracte, l'ICS estarà representat per la persona en qui expressament es delegui o, si de cas hi manca, pel Cap de la Unitat d'Electromedicina.

- Les operacions de manteniment correctiu sobre l'equip es realitzaran pel contractista a partir de l'emissió d'una *notificació d'averia*, la qual donarà lloc a l'exploració, diagnòstic i correcció dels problemes. Un cop resolt el problema en qüestió, es retrà compte de la seva resolució amb presentació d'un informe de treball.
 - ✓ L'atenció telefònica serà dies laborables locals del centre amb número de telèfon gratuït.
 - ✓ El temps de resposta des de trucada no ha de ser superior a 3 hores.
 - ✓ Temps de resolució no ha de ser superior a 72 hores reals en dies naturals. A excepció de casos altament justificats per l'alta complexitat o falta d'algun material.
 - ✓ El termini de lliurament de recanvis no ha de ser superior a 72h.
- Igualment, les operacions de manteniment per a la correcció d'errors o fallades del sistema es realitzaran pel contractista a partir de l'emissió d'una *notificació d'averia*, la qual donarà lloc a l'exploració, diagnòstic i correcció dels problemes. Un cop resolt el problema en qüestió, es retrà compte de la seva resolució.

Les operacions de suport, actualització i informació del programari es realitzaran pel contractista a partir de l'emissió d'una demanda escrita i validada per persona autoritzada, o bé, *motu propi*, prèvia l'autorització que s'escaigui.

- Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran d'acord amb el *Programa de manteniment preventiu*, que desenvoluparà exhaustivament i detallada totes les intervencions necessàries i les concretarà en el temps específicament per a cada equip i segons el cicle que s'escaigui. El contractista haurà d'elaborar en un termini màxim d'un mes des de la data de vigència del contracte la proposta corresponent, la qual serà aprovada per l'ICS si així escau, o retornada al contractista per a l'esmena, correcció o ampliació. La proposta inclourà necessàriament les intervencions mínimes recollides a l'Annex 1.



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B201W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 17 de 20



El *Programa de manteniment preventiu* inclourà el control periòdic del funcionament de l'equip. El contractista haurà d'analitzar les dades de la seva explotació i les condicions de funcionament per tal de determinar amb l'antelació adient la seva possible revisió en profunditat o, si escau, la substitució parcial o total. Les condicions del plec de manteniment preventiu estan especificades en l'Annex1 - Condicions i cicle de revisions mínimes del manteniment preventiu.

- El contractista posarà a disposició de l'ICS la documentació tècnica que s'indica a continuació:
 - a) **Arxiu de característiques tècniques dels equips, el qual comprendrà** –entre d'altres– la informació següent:
 - ✚ Fitxes de característiques de **L'EQUIPAMENT OBJECTE DE LICITACIÓ**, amb el número d'inventari propi del centre, servei on està ubicat o codi geogràfic de situació; fabricant, subministrador, marca, model, tipus, sèrie, número de fabricació, característiques de funcionament, paràmetres típics, etc.
 - b) **Arxiu de manteniment**, que recollirà:
 - ✚ Fitxes de manteniment de l'equip, amb la història pròpia de l'equip, les actuacions de manteniment preventiu, les avaries o anomalies, les intervencions realitzades, les mesures efectuades sobre els paràmetres i qualsevol altra informació que pugui ser d'interès.
 - ✚ Registre de les modificacions introduïdes a l'equip i que modifiquin les seves condicions de servei, els paràmetres de funcionament i/o la durabilitat.
 - ✚ Registre del compliment del *Programa de manteniment preventiu*, d'acord amb la periodicitat de cada operació i indicant per a les intervencions les dates previstes i les efectives.
 - ✚ Per a la preparació d'aquesta documentació, l'ICS facilitarà al contractista l'accés a tota la informació tècnica de què disposa, essent obligació del contractista compilar-la, completar-la, actualitzar-la i assegurar en tot moment la seva disponibilitat.
- Per al seguiment per l'ICS del servei de manteniment normatiu, predictiu, preventiu i correctiu de l'equip, el contractista presentarà sistemàticament la documentació següent en suport informàtic:
 - a) **Quan una avaria hagi estat resolta** –o, alternativament, s'hagi decidit la baixa de l'equip– el comunicat d'avaría s'haurà de formalitzar en un full de treball en un termini de dos dies. Igualment caldrà informar de forma presencial cada cop que es faci una reparació al arribar i marxar al unitat d'electromedicina del centre, indicant estat de la reparació.
 - b) **Anualment i quan ho demani l'ICS**: la documentació que esmenta el paràgraf anterior.
- Per al seguiment per l'ICS del servei de manteniment, suport, actualització i informació sobre el programari, el contractista presentarà sistemàticament la documentació següent:
Anualment: un informe amb la relació de totes les intervencions realitzades de suport, actualització i informació del programari.
- Les operacions de manteniment es realitzaran preferentment al centre mateix, i només en cas imprescindible es canalitzaran als serveis tècnics exteriors que escaiguin. Les despeses de transport i de l'assegurança de transport seran a càrrec del contractista.
- Els materials utilitzats per al manteniment dels equips, hauran de ser els originals del fabricant. En cas que fos necessari –o simplement convenient– introduir variacions dels materials, peces o components, el contractista presentarà a l'ICS la informació tècnica suficient (catàlegs, mostres, certificats de garantia o d'homologació, etc.) del material que es proposa emprar i no podrà procedir a la seva utilització sense l'acceptació prèvia de l'ICS.
- El contractista restarà obligat a realitzar les intervencions en els terminis i horaris que establirà l'ICS, amb l'objecte de minimitzar les pertorbacions sobre l'activitat assistencial i sempre que les maniobres siguin tècnicament possibles.
- En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista –sense perjudici de la fiscalització superior de l'ICS– el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i salut laboral actualment vigent, així com la que es dicti durant el transcurs del contracte. D'altra banda, seran també d'aplicació obligatòria les normatives que estableixi el centre per raons de funcionalitat i/o asèpsia, essent obligatòria la utilització per part del contractista dels protocols o precaucions que s'assenyalin (vestuaris, màscares, dosímetres, etc.).

D'altra banda, el contractista actuarà de conformitat amb les característiques de l'activitat assistencial i amb el respecte obligat al malalt.

6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 18 de 20



- Seran per compte del contractista tots els recursos –humans, tècnics, instrumentals i materials– utilitzats en la prestació del servei.
- El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present contracte sense autorització prèvia de l'ICS.
- Per a l'execució dels treballs de manteniment, l'empresa adjudicatària emprarà personal propi, que relacionarà i identificarà davant l'ICS.
El personal del contractista no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de l'ICS ni de l'ICS, assumint només dependència del contractista, qui tindrà tots els drets i deures respecte d'aquest personal segons la legislació vigent i la que en el seu cas es promulgui més endavant, sense que en cap cas resulti responsable la part contractant de les obligacions del contractista respecte del seu personal, encara que els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta de compliment, interpretació o rescissió del contracte.
- El contractista serà responsable de la seguretat del seu personal i de terceres persones i respondrà davant dels Tribunals competents dels accidents que es puguin derivar de les activitats relacionades amb la prestació de serveis.
- L'ICS podrà exigir al contractista la substitució del personal que al seu judici no presenti la deguda capacitat professional, diligència i/o correcció envers les activitats assistencials o els malats, o no tingui prou cura en el compliment de la seva comesa.
- El subministrament dels materials i components necessaris per al manteniment normatiu, predictiu, preventiu i correctiu de **L'EQUIPAMENT OBJECTE DE LICITACIÓ**, es considerarà inclòs dins de l'abast del contracte, amb els límits que s'assenyalen al paràgraf següent. Resten exclusos d'aquesta condició els materials consumibles, com ara paper d'impressora entre d'altres.
Per a realitzar les reparacions s'utilitzaran components nous o reparats segons els estàndards del fabricant. Les peces avariades que siguin substituïdes restaran propietat del contractista.
- El contractista queda obligat a aportar tot l'instrumental, eines, equips de mesura, mitjans auxiliars i de seguretat necessaris per a la prestació del servei, així com a identificar per compte propi tot el personal que utilitzi per a l'execució dels treballs contractats.
- El contractista aportarà una assegurança de responsabilitat civil que haurà de presentar abans de la signatura del contracte, amb certificat de vigència i amb la inclusió de l'ICS.

7. FACILITATS

L'ICS posarà a disposició del contractista, durant la vigència del contracte, les facilitats següents:

- a) Energia elèctrica, aigua, aire, combustible, en la mesura que siguin necessaris per a la prestació del servei.
- b) L'accés a les dependències del centre assistencial durant les hores d'activitat diàries, prèvia identificació del personal del contractista.

8. PENALITZACIONS

El contractista restarà subjecte al règim següent de penalitzacions:

- Qualsevol aturada superior a tres dies, imputable al contractista, serà degudament reintegrada mitjançant un descompte proporcional a l'1/22 de la factura mensual per cada dia o part i s'efectuarà l'abonament corresponent a la primera factura mensual.
- La falta de presentació del Programa de manteniment preventiu dins del termini establert de dos mesos des de l'inici del contracte, suposarà una penalització del 5% de l'import total del contracte.
- L'incompliment del Programa de manteniment preventiu en més de 15 dies donarà lloc a la minoració de la factura mensual d'un 10% de l'import del contracte per al període acumulat des del primer dia de l'any.
- L'incompliment de la proposta de temps de resposta i/o de resolució que plantegi el contractista es penalitzarà amb el 10% de l'import global del mes del contracte.
- L'incompliment reiterat de la proposta de temps de resposta i/o de resolució que plantegi el contractista, en més de 5 actuacions correctives al mes podrà tenir com a conseqüència la resolució anticipada del contracte.



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 19 de 20

Annexes - Plec de manteniment integral

Annex 1. CONDICIONS I CICLE DE REVISIONS MÍNIMES DEL MANTENIMENT PREVENTIU

Els serveis d'inspecció i manteniment preventius (mínim 1 visites anuals) inclouran les següents actuacions com a mínim:

- Aspiració de filtres i canvi dels deteriorats.
- Greixatge de l'equip.
- Proves funcionals i comprovació de tots els sistemes d'acord amb les especificacions de l'equip.
- Revisions de calibratge.
- Reparació de les anomalies detectades i substitució dels components defectuosos o la vida previsible dels quals sigui curta. (per exemple: bateries, bombetes, cèl·lules...)
- Revisió i reparació/calibratge dels accessoris necessaris per al funcionament del equip.
- Tots els recanvis, peces, bateries, material exhaurable i tot el que requereixi canviar-se amb periodicitat o usos concrets, que s'indiquin en el manual tècnic de l'equip. Inclòs el fungible que cal canviar amb una certa periodicitat.
- Correcte funcionament dels SAls
- Actualitzacions de programari i proteccions.
- Altres actuacions descrites dins les recomanacions de fabricant en la seva descripció de manteniment preventiu/programat.
- Inclou totes les peces.
- Elements de seguretat.

Específicament:

- ✚ Encesa i apagada de l'equip.
- ✚ Revisió filtres i sistema de refrigeració
- ✚ Revisió Pantalles – verificació correcte funcionament – llanositats, qualitat diagnòstica, danys, funció, tàctil
- ✚ Revisió comandaments, interruptors i polsadors
- ✚ Revisió correcte funcionament dels indicadors lluminós, acústics i displays
- ✚ Revisió estat de les presses de gasos
- ✚ Revisió correcte funcionament de la bateria i carregador (si s'escau)
- ✚ Revisió filtre d'entrada d'oxigen
- ✚ Neteja de components.
 - Neteja interior i exterior dels ventiladors i dels filtres
 - Ordinadors (si s'escau)
 - Pantalles
- ✚ Revisió de components mecànics:
 - Carcassa de l'equip i panells
 - Tanques de portes, de calaixos i caixetins
 - Electroimants i plaques metàl·liques de les portes
 - Suport de l'equip (rodes, frens, etc..)

Annex 2. DEFINICIÓ DE MAL ÚS I COBERTURA DE CONTRACTE

S'entén exclusivament com a mal ús

- ✚ Danys en la carcasses directament i unívocament imputables a caigudes
- ✚ Danys deguts iniquament imputables a errors en l'esterilització, i s'ha dut a terme prèviament la formació certificada al personal d'esterilització del centre

Annex 3. EQUIPS DE PRÈSTEC O SUBSTITUCIÓ

- Averies que no es puguin solucionar, superiors a 10 dies, implicaran que cal portar al centre un equip de préstec mentre es resol l'averia.



Doc. original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 16/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NI4604DATDK4CV38S854B2O1W619AFZ

Data creació còpia:
18/07/2025 09:27:37

Pàgina 20 de 20