

Acta de la reunió de valoració dels sobres únic de l'expedient

Identificació de la reunió

Dia: 22 de juliol de 2025

Hora: 12:00 hores

Lloc: Dependències del Consorci Sanitari Integral

Contractació: Subministrament de malles quirúrgiques per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

Òrgan de Contractació: Directora General del Consorci Sanitari Integral

En aquesta sessió es constitueix l'equip tècnic de valoració amb l'objectiu d'analitzar les propostes presentades al **sobre B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)**

Abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que les empreses **MCA MEDICAL SOLUTIONS S.L, MEDTRONIC IBÉRICA S.A., MBA INCORPORADO S.L, B.BRAUN SURGICAL S.A, WL GORE Y ASOCIADOS S.L,**, no compleixen amb els requisits tècnics exigits, d'acord amb el plec tècnic, i les característiques tècniques del subministrament objecte de la licitació exposades a l'Annex 3 3 Criteris Subjectius que són d'obligat compliment, tal com consta a l'informe de valoració emès pel **Dr.Jaume Comas Isus Cap secció unitat paret abdominal Hospital General de l'Hospitalet i Hospital de Sant Joan Despí i pel Dr. Ion Lupu Cap de servei de cirurgia general de l'Hospital Dos de Maig** en data 22 de juliol de 2025.

Aquestes empreses no compleixen amb el requeriment mínim d'obligat compliment:

LOT 1. MALLES CONTACTE AMB VÍSCERES PER CIRURGIA OBERTA I LAPAROSCÒPICA
EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

MCA MEDICAL SOLUTIONS S.L

Tots els codis

ES REQUEREIX:

PVDF i polipropilè i presenten monofilament de polipropilè i capa de pel·lícula de polipropilè transparent, no és PVDF

MEDTRONIC IBÉRICA S.A.

Tots els codis

ES REQUEREIX:

PVDF i polipropilè i presenten copolímer sintètic absorbible de glicòlic, caprolactona, carbonato i lactida. Teixit macroporós amb fil de polipropilè monofilamentós, no és PVDF.

No absorbible, i presenten una capa absorbible

LOT 2. MALLES DE POLIPROPILÈ SENSE CONTACTE AMB VÍSCERES
EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

MBA INCORPORADO S.L

Codi 15533 – Malla polipropilè 7,5x15cm

ES REQUEREIX:

Mida 7,5x15cm (±1cm) i presenten 10x15CM

EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 23 PUNTS
PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INT. (19 punts)

LOT 5. MALLES HERNIA INGUINAL RECIDIVADA

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

MEDTRONIC IBÉRICA S.A.

Codi 15539 – Malla hernia inguinal recidivada 8,6x14,2cm

ES REQUEREIX:

Mida 8,6x14,2cm (±1cm) i presenten 13x10cm

LOT 6. MALLES HERNIA INGUINAL LAPAROSCÒPIA PREFORMADES
EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 16 PUNTS

B.BRAUN SURGICAL S.A. (8 punts)

LOT 8. MALLES BIOABSORBIBLES PER A REFORÇAMENT TISULAR
EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 23 PUNTS

WL GORE Y ASOCIADOS S.L (22 punts)

LOT 11. MALLES CONTACTE AMB VÍSCERES PER CIRURGIA OBERTA PER
SUBSTITUCIÓ PARET ABDOMINAL
EXCLUSIONS PER NO ARRIBAR A PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 21 PUNTS

MEDTRONIC IBERICA S.A. (17 punts)

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 12:30 hores, l'Òrgan de Contractació dóna per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

La Presidenta

El Secretari

Meritxell Serra

Héctor López